

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 12000 HRS DE OPERACIÓN DE LA PLANTA MÓVIL DE OXÍGENO A TODO COSTO, SUMINISTRO, REPUESTOS, ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL DE 20M3/HR DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	13/10/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	10:13:12

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Agradeceré se informe si el equipo requerido es un multitester y no un "multigesta". Asimismo, recomendar que se demuestre la posesión de un analizador de oxígeno y analizador de CO/CO2, para realizar las mediciones de la calidad de oxígeno, ya que el postor debe corroborar que realizará un mantenimiento adecuado con equipos de medición.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección de acuerdo a la consulta absuelta por el área usuaria ACOGE SU CONSULTA formulada y se tomara en cuenta en el termino de referencia de las base

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Multitester y se agrega en equipamiento estratégico, un analizador de oxígeno y un analizador de CO/CO2

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA
Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HRP-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 12000 HRS DE OPERACIÓN DE LA PLANTA MÓVIL DE OXÍGENO A TODO COSTO, SUMINISTRO, REPUESTOS, ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL DE 20M3/HR DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	13/10/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	10:13:12

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitamos se retire de las bases la solicitud de presentación de ficha ruc y rnp, ya que estas no deben ser solicitadas en las bases, según diversos pronunciamientos del OSCE

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.1 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Resolución N° 2398-2022-TCE -S3, Pronunciamientos N° 111-2022/OSCE-DGR, N° 234-2021/OSCE-DGR, y otros

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección de acuerdo a la observación absuelta por el área usuaria ACOGE SU OBSERVACIÓN, se suprimirá la ficha ruc y rnp

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA
Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HRP-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 12000 HRS DE OPERACIÓN DE LA PLANTA MÓVIL DE OXÍGENO A TODO COSTO, SUMINISTRO, REPUESTOS, ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL DE 20M3/HR DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	13/10/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	10:13:12

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Los requisitos de calificación se encuentran duplicados en el TDR (3.1) y en las bases (3.2), agradeceré se elimine esta duplicidad o se detalle cuál de ellos se debe tomar en cuenta para la presentación de la oferta

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.1 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección de acuerdo a la Observación absuelta por el area usuaria NO ACOGE SU OBSERVACIÓN formulada,deberá tomar en cuenta los requisitos de las bases ya que es de acuerdo al tdr elaborado por el área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA
Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HRP-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 12000 HRS DE OPERACIÓN DE LA PLANTA MÓVIL DE OXÍGENO A TODO COSTO, SUMINISTRO, REPUESTOS, ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL DE 20M3/HR DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	13/10/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	10:13:12

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Considerando que el plazo solicitado es de 10 días para todos los postores, solicitamos se disminuya el puntaje por plazo de prestación a "10 puntos" de 6 a 8 días calendario, ya que el puntaje de 30 puntos sería asignado a cualquier postor que se presente. Los 30 puntos irían al precio. Caso contrario, solicitamos se aumente el plazo de prestación a 25 días o más.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: B Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección de acuerdo a la consulta absuelta por el área usuaria NO ACOGE SU CONSULTA, se solicita ceñirse a las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA
Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HRP-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 12000 HRS DE OPERACIÓN DE LA PLANTA MÓVIL DE OXÍGENO A TODO COSTO, SUMINISTRO, REPUESTOS, ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL DE 20M3/HR DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20602142206	Fecha de envío :	13/10/2023
Nombre o Razón social :	BIO ALMEDIC E.I.R.L.	Hora de envío :	23:39:02

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En plazo de prestación de servicio dice 10 días calendarios , con lo establecido con el expediente de contratación . Debido a los múltiples cambios de repuestos solicitados y que no se detalla exactamente la situación de ciertos componentes , para no caer en el incumplimiento involuntario en la entrega del equipo pedimos se considere aumentar los días de plazo por 28 días calendario.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1.8 Página: 14
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección de acuerdo a la consulta absuelta por el área usuaria NO ACOGE SU CONSULTA, se solicita ceñirse a las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null