

# FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO (BIENES)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	05/09/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO Y ANESTESIOLOGÍA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE TORRE DE VÍDEO ARTROSCOPIO PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE - IOARR CUI N° 2617676						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	NO APLICA						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	56						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 000901-2023-GR.LAMB/GERESA/HL-DE [4723068-10]		Fecha de recepción	13/12/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	20.06.2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	10	0	0	0	10	OFICIO N° 000529-2024-GR.LAMB/GERESA/HL-ULO [215228971 - 37]	20.06.2024





# FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO (BIENES)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		SI	NO	OBSERVACIONES
<b>VIDEO CÁMARA</b>				
A01	RESOLUCIÓN UHD: 3840 X 2160 PÍXELES	X		
A02	RESOLUCIÓN: 1600 LÍNEAS	X		SE OFRECE MEJORA TECNOLÓGICA 2000 líneas
A03	UN (01) PUERTO USB PARA ALMACENAJE DE FOTOS Y VIDEO	X		SE OFRECE MEJORA TECNOLÓGICA 2 PUERTOS USB
A04	SALIDA DE VIDEO UHD: 1 XHDMI (3840 X2160P), 1 X3G/HD-SDI X4CH (3840 X2160P), 1XHDMI (1920 X1080P), 1XHD-SDI X	X		SE OFRECE SALIDA DE VIDEO: 3G-SDI (HD) X1, 12G-SDI(4K) X1, HDMI(4K) X1, DVI(HD) X1.
A05	FRECUENCIA DE RED 50-60HZ	X		
A06	BALANCE DE BLANCOS AUTOMÁTICOS	X		
A07	SENSIBILIDAD: < 3 LUX	X		
A08	RELACIÓN SEÑAL RUIDO: 54DB	X		
A09	CONGELAMIENTO DE IMAGEN	X		
<b>CABEZAL DE CÁMARA</b>				
A10	CABEZAL DE CÁMARA ERGONÓMICO DE PESO LIGERO CON CUBIERTA PROTECTORA A PRUEBA DE DESLIZAMIENTO CON CONEXIÓN A CÁMARA	X		
A11	SENSOR: 3X1/3" MOS	X		SE OFRECE MEJORA TECNOLÓGICA CON SENSOR DE 4 CHIP CMOS.
A12	FORMATO EN IMAGEN: 16:9	X		
A13	DISTANCIA FOCAL DELLENTE F=25MM	X		SE OFRECE MEJORA TECNOLÓGICA CON SENSOR DE 20MM
A14	CUATRO (04) BOTONES REMOTOS PRESELECCIONABLES EN EL CABEZAL DE CÁMARA	X		
<b>B FUENTE DE LUZ FRÍA</b>				
B01	LÁMPARA PRINCIPAL LED 300 WATTS	X		
B02	PANEL DE CONTROL DE FÁCIL LIMPIEZA, CON ENTRADA DE CABLE DE LUZ MÚLTIPLE	X		SE OFRECE MEJORA TECNOLÓGICA PANEL TÁCTIL
B03	TEMPERATURA ED COLOR LUZ BLANCA 6,000 - 6,500°K	X		
B04	ENCENDIDO/APAGADO AL INSTANTE, NO NECESITA CALENTAR O ENFRIAR	X		
B05	VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000H	X		SE OFRECE MEJORA TECNOLÓGICA CON MAS DE 50000 HORAS
B06	DOS (02)CABLES DE FIBRA ÓPTICA DE 04.8MM X30MM	X		
B07	CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ MANUAL Y/O AUTOMÁTICO	X		
<b>C MONITOR DE VIDEO</b>				
C01	UHD DE GRADO MEDICO DE 26 A 32 PULGADAS	X		
C02	RESOLUCIÓN ED PANTALLA H4096 PUNTOS, V2160 LÍNEAS	X		
C03	BRILLO DESDE 350 CD/M2	X		SE OFRECE MEJORA TECNOLÓGICA DE 525 CD/M2
C04	SEÑAL DE ENTRADA MÍNIMO 1XHDMI 2.0, 1XDP 1.2 (MST), 1 DP 1.2 (SST), 1X DVI (SINGLE LINK), 2XSDI (3G)	X		SE OFRECE SEÑAL DE ENTRADA: 12G-SDI X1, HDMI X1, DVI X2, 3G-SDI, DP X1
C05	SEÑAL DE SALIDA MÍNIMO, 1 X DVI (SINGLE LINK), 2 XSDI (3G)	X		SE OFRECE SEÑAL DE SALIDA: 12G-SDI X1, 3G-SDI X1, DVI X1.
C06	FUENTE DE ALIMENTACION AC IN: 100 V-240 V, DC IN: 24 - 32 V	X		
C07	CONSUMO DE ENERGÍA MÁXIMO 150 W	X		
<b>D ÓPTICA</b>				
D01	CUATRO (04) TELESCOPIOS DE 30" X 4 MM DE DIÁMETRO X 17.5 CM DE LONGITUD, AUTOCLAVABLE	X		
<b>E MUEBLE</b>				
E01	UN (01) MUEBLE PORTA EQUIPO ORIGINAL DE FÁBRICA CON BRAZO ORIENTABLE PARA MONITORES	X		
<b>F REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA</b>				
F01	APTO PARA TRABAJO A 220-240 VAC / 50-60 HZ	X		

## 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

OFICIO N° 001072-2024-GR.LAMB/HRL-OFAD-UM [215228971 - 38] Y OFICIO N° 000728-2024-GR.LAMB/GERESA/HRL-DAQ [215228971 - 40]

## 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	OFICIO N° 001072-2024-GR.LAMB/HRL-OFAD-UM [215228971 - 38]:ADJUNTO: EETT EQUIPO ARTROSCOPIO- 21-06-2024 - ACTUALIZADO.pdf

## 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL


### 3.1 FUENTES IDENTIFICADAS

3.1.1	COTIZACIONES	SI	X	NO
	Indicar el detalle de las órdenes de compra o contratos identificados durante la realización del estudio de mercado.			
3.1.2	PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD	SI		NO
	Indicar el detalle de las órdenes de compra o contratos identificados durante la realización del estudio de mercado.			
3.1.3	PÁGINA WEB DEL SEACE	SI		NO
	Indicar el detalle de los procedimientos de selección con buena pro consentida que se identificaron para la realización del estudio de mercado.			





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO**  
**(BIENES)**

3.1.4	CONSIGNAR OTRA(S) FUENTE(S) IDENTIFICADAS	SI	NO	
	Indicar el detalle de otra(s) fuente(s) identificada(s) durante la realización del estudio de mercado.			
3.2	<b>CRITERIO Y METODOLOGÍA UTILIZADA PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL</b>			
	Indicar el detalle del criterio y metodología utilizada para determinar el valor referencial en función de las fuentes válidas y actualizadas.			
3.3	<b>VALOR REFERENCIAL</b>	MONEDA	Nuevos Soles	
			Dólares	
			Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO		
4.	<b>INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO</b>			
4.1	FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO	08.01.2024	FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO	10.07.2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	DIVCOM S.A.C, GRUPO DE INVERSIONES HOTEL E.I.R.L, JIREM MEDICAL IMPORT S.A.C, PROVEEDORES Y SERVICIOS V & V S.A., MEGA MED E.I.R.L			
4.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	TEKNO CAM 4300UHD, MINDRAY ,HERMANN, TEKNO Y MINDRAY			
4.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	X	NO
	Indicar si existe o no la posibilidad de distribuir la buena pro. De ser afirmativa la respuesta, sustentar.			
4.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO
	EN LA INDAGACIÓN DE MERCADO SE OBTUVO COTIZACIONES CON PLAZO DE ENTREGA DE 30, 45, 50 DIAS CALENDARIO			
4.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
	Indicar si se obtuvo información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación. De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			

