

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA USO ODONTOLOGICO DE LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20600896777	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	LATIN DENT S.A.C.	Hora de envío :	23:50:58

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

solicitan tapizado de cuero de alto transito

solicitamos al comité que sirva aclarar si el cuero que se solicitan es el cuero sintético de alto transito , conocido como tapiz de vinil o poliuretano

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE TIENE EN CUENTA LO SOLICITADO POR EL AREA USUARIA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA USO ODONTOLOGICO DE LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20600896777	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	LATIN DENT S.A.C.	Hora de envío :	23:56:05

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**  
están solicitando sillón del paciente eléctrico con capacidad de carga máxima de 135 kg

queremos manifestarle que los equipos vienen de varias capacidades de carga y el mínimo es de 135 kg solicitamos ampliar la capacidad de carga entre 135 a 200kg para mayor pluralidad de postores

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.2    **Literal:** -    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null