

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-HAPCSR II-2-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II.2¿ EN EL MARCO DE LA IOARR 2599818		

Ruc/código :	20501549801	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	FERCO MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	17:37:57

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA

La fabricación de este tipo de equipos tiene un periodo de 30 días, ya que tiene diferentes especificaciones por parte del usuario y se fabrican según sus características. Otro factor es el tiempo de importación e instalación del equipo.

Por lo expuesto, solicitamos ampliar las especificaciones técnicas y permitir la oferta de equipos con PLAZO DE ENTREGA DE 90 DÍAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBSERVACIÓN, INDICA QUE SE MANTIENE EL PLAZO DE ENTREGA DEBIDO QUE EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL SERVICIO SOLICITANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBSERVACIÓN, INDICA QUE SE MANTIENE EL PLAZO DE ENTREGA DEBIDO QUE EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL SERVICIO SOLICITANTE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II.2¿ EN EL MARCO DE LA IOARR 2599818

Ruc/código :	20501549801	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	FERCO MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	17:37:57

Observación: Nro. 2
Consulta/Observación:
B02 VOLUMEN UTILIZABLE DE LA CAMARA 90 A 100 LITROS.

Los fabricantes consideran en su diseño diferentes volúmenes en su cámara. Todo esto depende de las dimensiones de la cámara del equipo para poder aumentar el material a esterilizar.

Por lo expuesto, solicitamos ampliar las especificaciones técnicas y permitir la oferta de equipos con VOLUMEN UTILIZABLE DE LA CAMARA DE 120 LITROS O MAS.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** 6.1 **Página:** 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA, NO AGOGE LA OBSERVACIÓN CON FINALIDAD DE FOMENTAR LA PLURARIDAD DE POSTORES Y NOS RATIFICACMOS EN LA ESPECIFICACIÓN B02
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA, NO AGOGE LA OBSERVACIÓN CON FINALIDAD DE FOMENTAR LA PLURARIDAD DE POSTORES Y NOS RATIFICACMOS EN LA ESPECIFICACIÓN B02

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II.2¿ EN EL MARCO DE LA IOARR 2599818

Ruc/código :	20501549801	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	FERCO MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	17:37:57

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

B04 CÁMARA RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE 316L O ALUMINIO. INCLUYE MONITOR DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA MEDIR CONCENTRACIÓN DE GAS H2O2 SEGUNDO A SEGUNDO DENTRO DE LA CAMARA.

Los fabricantes consideran en su diseño diferentes calidades de acero para ser resistentes a la temperatura y corrosión. La inyección del peróxido de hidrógeno se realiza a través de diferentes componentes internos del equipo, si surge algún inconveniente el equipo emite un error en pantalla. En algunas tecnologías, los monitoreos en pantalla, solo se aprecia la cantidad restante del peróxido de hidrogeno.

Por lo expuesto, solicitamos ampliar las especificaciones técnicas y permitir la oferta de equipos con CÁMARA RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 O 316L O ALUMINIO. INCLUYE MONITOR DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA MEDIR CONCENTRACIÓN DE GAS H2O2 SEGUNDO A SEGUNDO DENTRO DE LA CAMARA O MONITOREO DEL PEROXIDO DE HIDROGENO RESTANTE.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** 6 **Literal:** 6.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA, NO SE ACOGE DEBIDO A LA MEJOR CALIDAD, NOS RATIFICAMOS EN LA ESPECIFICACIÓN TECNICA B04 CÁMARA RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE 316L O ALUMINIO. INCLUYE MONITOR DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA MEDIR CONCENTRACIÓN DE GAS H2O2 SEGUNDO A SEGUNDO DENTRO DE LA CAMARA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA, NO SE ACOGE DEBIDO A LA MEJOR CALIDAD, NOS RATIFICAMOS EN LA ESPECIFICACIÓN TECNICA B04 CÁMARA RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE 316L O ALUMINIO. INCLUYE MONITOR DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA MEDIR CONCENTRACIÓN DE GAS H2O2 SEGUNDO A SEGUNDO DENTRO DE LA CAMARA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II.2¿ EN EL MARCO DE LA IOARR 2599818

Ruc/código :	20501549801	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	FERCO MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	17:37:57

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

B06 PANTALLA COLOR LCD TACTIL DE 12.5" A MAS EN AMBOS LADOS, PERMITE VISUALIZAR PARÁMETROS Y FASES DE CICLO DE ESTERILIZACIÓN, EN IDIOMA ESPAÑOL.

Los diferentes tamaños de las pantallas de los equipos son acordes a la fabricación y diseño del fabricante.

Por lo expuesto, solicitamos ampliar las especificaciones técnicas y permitir la oferta de equipos con PANTALLA COLOR LCD TACTIL DE 8.4" A MAS EN AMBOS LADOS, PERMITE VISUALIZAR PARÁMETROS Y FASES DE CICLO DE ESTERILIZACIÓN, EN IDIOMA ESPAÑOL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA, AGOCE LA OBSERVACIÓN SIEMPRE Y CUANDO PERMITA VISUALIZAR LOS PARAMETROS Y CICLOS DE ESTERILIZACIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL, SE PROCEDE A MODIFICAR LAS BASES SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: B06 PANTALLA COLOR LCD TACTIL DE 8.4" A MAS EN AMBOS LADOS DE LA MSIMA MEDIDA, PERMITE VISUALIZAR PARÁMETROS Y FASES DE CICLO DE ESTERILIZACIÓN, EN IDIOMA ESPAÑOL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA, AGOCE LA OBSERVACIÓN SIEMPRE Y CUANDO PERMITA VISUALIZAR LOS PARAMETROS Y CICLOS DE ESTERILIZACIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL, SE PROCEDE A MODIFICAR LAS BASES SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: B06 PANTALLA COLOR LCD TACTIL DE 8.4" A MAS EN AMBOS LADOS DE LA MSIMA MEDIDA, PERMITE VISUALIZAR PARÁMETROS Y FASES DE CICLO DE ESTERILIZACIÓN, EN IDIOMA ESPAÑOL.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II.2¿ EN EL MARCO DE LA IOARR 2599818

Ruc/código :	20501549801	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	FERCO MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	17:37:57

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

B22 DIAGNÓSTICO AUTOMÁTICO DEL SISTEMA DE PRE-CICLO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CARGA EN 5 MINUTOS O MENOS. DETECCIÓN Y CORRECCIÓN RÁPIDA Y PRECISA DE PROBLEMAS EN LAS CARGAS Y EN EL SISTEMA. DIAGNÓSTICO AUTOMÁTICO QUE DETECTA EXCESO DE HUMEDAD O GASES.

Esta característica pertenece a una marca en particular y restringe la participación de postores.

Por lo expuesto, solicitamos ampliar las especificaciones técnicas y permitir la oferta de equipos con DIAGNÓSTICO AUTOMÁTICO DEL SISTEMA DE PRE-CICLO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CARGA EN 5 MINUTOS O MENOS. DETECCIÓN Y CORRECCIÓN RÁPIDA Y PRECISA DE PROBLEMAS EN LAS CARGAS Y EN EL SISTEMA. DIAGNÓSTICO AUTOMÁTICO QUE DETECTA EXCESO DE HUMEDAD O GASES (OPCIONAL).

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** 6.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA, NO ACOGE LA OBSERVACIÓN, DEBIDO A LA IMPORTANCIA QUE TIENES ESTA CARACTERISTICA , POR LO QUE NO RATIFICAMOS EN LA ESPECIFICACIÓN TECNICA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA, NO ACOGE LA OBSERVACIÓN, DEBIDO A LA IMPORTANCIA QUE TIENES ESTA CARACTERISTICA , POR LO QUE NO RATIFICAMOS EN LA ESPECIFICACIÓN TECNICA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II.2¿ EN EL MARCO DE LA IOARR 2599818

Ruc/código :	20501549801	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	FERCO MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	17:37:57

Observación: Nro. 6
Consulta/Observación:
B24 CAMARA RECTANGULAR DE ALUMINIO. ESTANTES 2 NIVELES, NIVEL SUPERIOR REMOVIBLE.

Los fabricantes consideran en su diseño diferentes calidades de acero para ser resistentes a la temperatura y corrosión.

Por lo expuesto, solicitamos ampliar las especificaciones técnicas y permitir la oferta de equipos con CAMARA RECTANGULAR DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE AISI 304 O AISI 316L. ESTANTES 2 NIVELES, NIVEL SUPERIOR REMOVIBLE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA, ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN, DEBIDO A QUE EL MATERIAL INDICADO ES DE MEJOR CALIDAD Y SE PROCEDE A MODIFICAR LAS BASES SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: CAMARA RECTANGULAR DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE AISI 316L. ESTANTES 2 NIVELES, NIVEL SUPERIOR REMOVIBLE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
EL COMITÉ EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA, ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN, DEBIDO A QUE EL MATERIAL INDICADO ES DE MEJOR CALIDAD Y SE PROCEDE A MODIFICAR LAS BASES SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: CAMARA RECTANGULAR DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE AISI 316L. ESTANTES 2 NIVELES, NIVEL SUPERIOR REMOVIBLE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II.2¿ EN EL MARCO DE LA IOARR 2599818

Ruc/código :	20501549801	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	FERCO MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	17:37:57

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

B29 VOLUMEN O CAPACIDAD ÚTIL DE LA CAMARA 90 A 100 LITROS.

Los fabricantes consideran en su diseño diferentes volúmenes en su cámara. Todo esto depende de las dimensiones de la cámara del equipo para poder aumentar el material a esterilizar.

Por lo expuesto, solicitamos ampliar las especificaciones técnicas y permitir la oferta de equipos con VOLUMEN O CAPACIDAD ÚTIL DE LA CAMARA DE 120 LITROS O MAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PROCEDERA A SUPRMIR POR TRATAR SE LA MISMA ESPECIFICAION TECNICA DE LA B02.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PROCEDERA A SUPRMIR POR TRATAR SE LA MISMA ESPECIFICAION TECNICA DE LA B02.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II.2¿ EN EL MARCO DE LA IOARR 2599818

Ruc/código :	20501549801	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	FERCO MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	17:37:57

Observación: Nro. 8
Consulta/Observación:
B31 PROGRAMA 2: TEMPERATURA DE ESTREILIZACION 47 A 56°C, TIEMPO DE CICLO DE 42 MINUTOS +/-3.

El tiempo de los programas de los equipos ya vienen de manera preconfigurada por cada fabricante y están aprobadas certificadas y aprobadas por las normas ISO.

Por lo expuesto, solicitamos ampliar las especificaciones técnicas y permitir la oferta de equipos PROGRAMA 2: TEMPERATURA DE ESTREILIZACION 47 A 56°C, TIEMPO DE CICLO DE 35 MINUTOS +/-3.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBSERVACIÓN, DEBIDO QUE EL TIEMPO DE ESTERIALIZACION ES DE ACUERDO A LOS SOLICITADO EN LAS BASES, NOS RATIFICA EN LA CARACTERISTICA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBSERVACIÓN, DEBIDO QUE EL TIEMPO DE ESTERIALIZACION ES DE ACUERDO A LOS SOLICITADO EN LAS BASES, NOS RATIFICA EN LA CARACTERISTICA

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II.2¿ EN EL MARCO DE LA IOARR 2599818

Ruc/código :	20501549801	Fecha de envío :	03/10/2024
Nombre o Razón social :	FERCO MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	17:37:57

Observación: Nro. 9
Consulta/Observación:
B39 NOMBRE DEL OPERADOR

Los parámetros de configuración que son impresos brindan diferentes datos del programa que se ha seleccionado, que incluyen datos del equipo, la fecha, la temperatura, el contador total de ciclos, el tiempo de inicio, entre otros.

Por lo expuesto, solicitamos ampliar las especificaciones técnicas y permitir la oferta de equipos NOMBRE DEL OPERADOR (OPCIONAL).

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 6Literal: 6.1Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN CORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBSERVACIÓN, DEBIDO QUE NO PERMITE LA TRASABILIDAD DE UN CONTROL INTERNO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN CORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBSERVACIÓN, DEBIDO QUE NO PERMITE LA TRASABILIDAD DE UN CONTROL INTERNO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II.2¿ EN EL MARCO DE LA IOARR 2599818

Ruc/código :	20501549801	Fecha de envío :	07/10/2024
Nombre o Razón social :	FERCO MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	10:54:26

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS el cual incluye, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, contados a partir del día siguiente de firmado el contrato, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Los equipos requeridos por la entidad, debido a su costo y complejidad no se mantienen en stock. Se importan una vez obtenida la buena pro. Lo cual a su vez garantiza que el equipo es de reciente fabricación y con tecnología actual. La importación de este tipo de equipos demora entre 60 a 90 días.

Si bien la entidad determina los requerimientos técnicos a ser utilizados, estos deben ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Por lo expuesto, solicitamos ampliar el plazo de entrega a NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIOS el cual incluye, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, contados a partir del día siguiente de firmado el contrato.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: NA Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBSERVACIÓN, INDICA QUE SE MANTIENE EL PLAZO DE ENTREGA DEBIDO QUE EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL SERVICIO SOLICITANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBSERVACIÓN, INDICA QUE SE MANTIENE EL PLAZO DE ENTREGA DEBIDO QUE EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL SERVICIO SOLICITANTE

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II.2¿ EN EL MARCO DE LA IOARR 2599818

Ruc/código :	20501549801	Fecha de envío :	07/10/2024
Nombre o Razón social :	FERCO MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	10:54:26

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Solicitan:
e) Copia simple del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario
En caso algún producto no requiera Registro Sanitario, se aceptará también el número de consulta y la clave correspondiente a efectos de verificar a través del aplicativo SISCONTEC la respuesta proporcionada por DIGEMID o también podrá presentarse la respuesta impresa o documento oficial expedido por la DIGEMID donde indique que no requiera Registro Sanitario.

Solicitamos al Comité de Selección, ampliar el presente requerimiento, permitiendo presentar también el listado de productos que no requieren de Registro Sanitario que la ANM (DIGEMID) publica en su página web.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1. Literal: e Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA SE ACOGE PERMITIENDO : Copia simple del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario o listado productos que no requieren de Registro Sanitario que la ANM (DIGEMID) publica en su página web

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA SE ACOGE PERMITIENDO : Copia simple del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario o listado productos que no requieren de Registro Sanitario que la ANM (DIGEMID) publica en su página web

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II.2¿ EN EL MARCO DE LA IOARR 2599818

Ruc/código :	20501549801	Fecha de envío :	07/10/2024
Nombre o Razón social :	FERCO MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	10:54:26

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran bienes similares a los siguientes ESTERILIZADOR Y/O AUTOCLAVE, HORNOS DE MUFA Y LAVADORAS ULTRASONICAS.

La experiencia del postor es definida en reiterados pronunciamientos del OSCE como el mayor conocimiento o destreza obtenida a partir de la reiteración de una conducta en el tiempo y que su acreditación debe realizarse mediante transacciones o ventas de bienes iguales o de naturaleza semejante a la que se requiere; siendo que un bien similar debe entenderse a aquellos de naturaleza semejante, no iguales, que reúnan alguna o algunas de las características que definen la naturaleza del bien materia del proceso.

En ese sentido la relación de equipos (ESTERILIZADOR Y/O AUTOCLAVE, HORNOS DE MUFA Y LAVADORAS ULTRASONICAS) que se indican en las bases limita la participación de postores.

A fin de permitir una mayor participación de empresas que cuentan con experiencia en el mercado, solicitamos al Comité de Selección ampliar el presente requerimiento y aceptar la acreditación de la Experiencia del Postor con la VENTA DE EQUIPOS MÉDICOS PARA SALA DE OPERACIONES Y/O CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA, NO ACOGE LA OBSERVACIÓN SE SOLICITA ACOGERSE A LOS INDICADO EN LAS BASES, DEBIDO A LA IMPORTANCIA DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA A FIN DE NO LIMITAR LA PLURALDIAD DE PARTICIPANTES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA, NO ACOGE LA OBSERVACIÓN SE SOLICITA ACOGERSE A LOS INDICADO EN LAS BASES, DEBIDO A LA IMPORTANCIA DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA A FIN DE NO LIMITAR LA PLURALDIAD DE PARTICIPANTES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II.2¿ EN EL MARCO DE LA IOARR 2599818

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	07/10/2024
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	20:34:52

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Objeto de la Convocatoria

PRINCIPAL:

ADQUISICIÓN DE UN ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENO DEL DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL DE AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II-2- EN EL MARCO DE LA IOARR 2599818

ACCESORIA: MANTENIMIENTO (04 servicios)

=====

Los mantenimientos en la presente contratación son brindados por los proveedores en forma gratuita, durante el plazo ofertado. Siendo así debemos resaltar que si en caso nos solicitan PRESTACION ACCESORIA la Entidad debe pagar las mismas. En perjuicio de la propia Entidad.

Por ende, CONSULTAMOS a fin de que previa coordinación con el OEC se precise que no se trata de PRESTACION ACCESORIA sino de mantenimiento preventivo gratuito brindado por el postor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.2 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA UE EN EFECTO SE TRATA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS QUE ESTA OBLIGADO EL CONTRATISTA A BRINDAR GRATUITAMENTE A LA ENTIDAD DRAMNTE EL PERIDO DE 24 MESES SIN COSTO COSTO A A LA ENTIDAD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA UE EN EFECTO SE TRATA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS QUE ESTA OBLIGADO EL CONTRATISTA A BRINDAR GRATUITAMENTE A LA ENTIDAD DRAMNTE EL PERIDO DE 24 MESES SIN COSTO COSTO A A LA ENTIDAD.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II.2¿ EN EL MARCO DE LA IOARR 2599818

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	07/10/2024
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	20:34:52

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

1.9 PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de TREIN-TA (30) DÍAS CALENDARIOS el cual incluye, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, contados a partir del día siguiente de firmado el contrato, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. =====

CONSULTAMOS las bases, para que se precise que el plazo de entrega se contabilice desde la recepción de la orden de compra, pues solo, así como proveedores aseguramos que se cuenta con la certificación presupuestal correspondiente. Y de acuerdo a los documentos que se solicitan para la entrega, internamiento y conformidad del equipo. Además en página 28 de las bases indica presentar: Orden de Compra / Servicio

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ EN CORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE EL PLAZO SE CONTABILIZA APARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO, DEBIDO A LA NECESIDAD DEL SERVICIO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ EN CORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE EL PLAZO SE CONTABILIZA APARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO, DEBIDO A LA NECESIDAD DEL SERVICIO.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II.2¿ EN EL MARCO DE LA IOARR 2599818

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	07/10/2024
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	20:34:52

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

f) Copia simple del certificado de seguridad eléctrica: UL, AAMI, NFPA, IEC, ENM EN, CSA O NTP 60601-1-2010 emitido por institución competente, alternatively se aceptaran certificaciones plenamente demostradas ya sea en catálogo, manual, folletos u otros documentos emitidos por el fabricante, podrá presentarse en vez de la copia de los certificados una declaración jurada suscrita por el fabricante del equipo que se oferta, mediante el cual se acredite que dicho equipo ofertado cumple con los estándares internacionales de seguridad eléctrica obligatorio.

=====

Las normativas eléctricas varían en función del lugar de fabricación de cada equipo ofertado, por tanto al utilizar comas (,) en la redacción estas se interpretan como (y), por tanto no son alternativas (en esta redacción). Por ende, consultamos a fin de que se corrija del modo siguiente:

Copia simple del certificado de seguridad eléctrica: UL ó AAMI ó NFPA ó IEC ó ENM ó EN ó CSA O NTP 60601-1-2010 ¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.2.1.1.f) Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA, ACOGE LA CONSULTA MODIFICANDOSE LAS BASES DE LA SIGUIENTE MANERA: f) Copia simple del certificado de seguridad eléctrica: UL ó AAMI ó NFPA ó IEC ó ENM ó EN ó CSA O NTP 60601-1-2010

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA, ACOGE LA CONSULTA MODIFICANDOSE LAS BASES DE LA SIGUIENTE MANERA: f) Copia simple del certificado de seguridad eléctrica: UL ó AAMI ó NFPA ó IEC ó ENM ó EN ó CSA O NTP 60601-1-2010

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II.2¿ EN EL MARCO DE LA IOARR 2599818

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	07/10/2024
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	20:34:52

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

d) Declaración Jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas contenidas en el numeral 3.1 del capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3).

Las bases estándar aprobadas por Directiva 001-2019-OSCE indican que en caso se determine que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, el postor deba presentar algún otro documento, consignar en el siguiente literal:

a) [CONSIGNAR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE EL POSTOR DEBE PRESENTAR TALES COMO AUTORIZACIONES DEL PRODUCTO, FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, CATÁLOGOS O SIMILARES] para acreditar [DETALLAR QUÉ CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES ESPECÍFICOS DEL BIEN PREVISTOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN SER ACREDITADAS POR EL POSTOR].

Siendo así OBSERVAMOS para que se precise en este extremo que además de la Declaración Jurada Anexo 03, deben acreditarse en la oferta las especificaciones con: Folletos, instructivos, catálogos, manuales, brochures, estudios, certificación, reporte del equipo, cartas u otro documento emitido por el fabricante del equipo a ofertar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.2.1.1.d) Página: d

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Directiva 001-2019-OSCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACIÓN QUE SE DEBE deben acreditarse en la oferta las especificaciones con: Folletos, instructivos, catálogos, manuales, brochures, estudios, certificación, reporte del equipo, cartas u otro documento emitido por el fabricante del equipo a ofertar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACIÓN QUE SE DEBE deben acreditarse en la oferta las especificaciones con: Folletos, instructivos, catálogos, manuales, brochures, estudios, certificación, reporte del equipo, cartas u otro documento emitido por el fabricante del equipo a ofertar.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II.2¿ EN EL MARCO DE LA IOARR 2599818

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	07/10/2024
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	20:34:52

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

d) Declaración Jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas contenidas en el numeral 3.1 del capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3).

Las bases estándar aprobadas por Directiva 001-2019-OSCE indican que: La Entidad debe especificar con claridad qué aspecto de las características y/o requisitos funcionales serán acreditados con la documentación requerida

Siendo así OBSERVAMOS para que se precise en este extremo que las características o especificaciones a acreditar son las siguientes: A1, B01 hasta B41 de las Especificaciones indicadas en el numeral 6.1 Características Técnicas (dentro del Requerimiento), página 21 de las Bases. Y que las demás especificaciones al tratarse de condiciones de cumplimiento a futuro y solo exigibles a quien obtenga la buena pro y suscriba el contrato, se acreditan con la sola presentación de la Declaración Jurada del Anexo 03.

En cumplimiento además del Principio de Libertad de Concurrencia, por el cual deben evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Y en vista de que se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.2.1.1.d) Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Directiva 001-2019-OSCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA PRECISA NO ACOGE LA OBSERVACION Y SEÑALA QUE DADO LA IMPORTANCIA DEL OBJETO DE LA COMBOCATORIA ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA ENMTIODAD TENER LA CONVICION FEHACIENTE RESPECTO DEL CUMPLIMWENTO DE LAS ESPECIAIFCACIONESD TECNICAS , POR LO QUE SE SOLICITA LA PRESENTACION EN LO DOCUMENTACIÓN PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA (NUMERAL 2.2.1.1) LA HOJA DE PRESENTACIÓN DEL BIEN OFERTADO (EL FORMATO ES LIBRE), detallando marca, modelo, procedencia y año de fabricación, donde el postor deberá acreditar el cumplimiento EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (A1, B01 hasta B41) y donde el postor deberá acreditar el cumplimiento técnico. Este sustento técnico deberá estar sustentado con catálogos, manuales, brochure y folletos del fabricante. No se aceptaran cartas para sustentar características técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA PRECISA NO ACOGE LA OBSERVACION Y SEÑALA QUE DADO LA IMPORTANCIA DEL OBJETO DE LA COMBOCATORIA ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA ENMTIODAD TENER LA CONVICION FEHACIENTE RESPECTO DEL CUMPLIMWENTO DE LAS ESPECIAIFCACIONESD TECNICAS , POR LO QUE SE SOLICITA LA PRESENTACION EN LO DOCUMENTACIÓN PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA (NUMERAL 2.2.1.1) LA HOJA DE PRESENTACIÓN DEL BIEN OFERTADO (EL FORMATO ES LIBRE), detallando marca, modelo, procedencia y año de fabricación, donde el postor deberá acreditar el cumplimiento EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (A1, B01 hasta B41) y donde el postor deberá acreditar el cumplimiento técnico. Este sustento técnico deberá estar sustentado con catálogos, manuales, brochure y folletos del fabricante. No se aceptaran cartas para sustentar características técnicas.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II.2¿ EN EL MARCO DE LA IOARR 2599818

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	07/10/2024
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	20:34:52

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

7. CONDICIONES DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN

¿.Los bienes deben ser nuevos, sin uso, fabricado con materiales y partes originales, totalmente ensamblado en fabrica y con perfecto estado de conservación. LA FECHA DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO NO DEBERÁ EXCEDER DE DOCE (12) MESES ANTERIORES A LA FECHA DE LA ENTREGA, esta fecha de fabricación se demostrará a la entrega del equipo, mediante el documento único administrativo-DUA emitido por la aduana o documentos técnico del fabricante

=====

Confirmar que para acreditar la fecha de fabricación, se permitirá la presentación del certificado de fabricación emitida por el fabricante del Equipo de Esterilización ofertado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE SE PERMITIRA QUE EL para acreditar la fecha de fabricaciónse permitirá la presentación del certificado de fabricación emitida por el fabricante del Equipo de Esterilización ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE SE PERMITIRA QUE EL para acreditar la fecha de fabricaciónse permitirá la presentación del certificado de fabricación emitida por el fabricante del Equipo de Esterilización ofertado.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II.2¿ EN EL MARCO DE LA IOARR 2599818

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	07/10/2024
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	20:34:52

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

9. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y RESPUESTOS

- El contratista deberá garantizar la disponibilidad del servicio de post venta y los repuestos, accesorios y servicios que requiera el bien, luego de vencimiento de la garantía, para reemplazó por desgaste o deterioro de estos, para garantizar la operatividad del bien durante la vida útil. el contratista deberá adjuntar la DECLARACIÓN JURADA DE SERVICIOS DE POST VENTA.

=====

Consultamos a fin de que se confirme que la ¿DECLARACIÓN JURADA DE SERVICIOS DE POST VENTA¿ se presenta en formato libre postor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL ARERA USUARIA ACLARA LA DECLARACIÓN JURADA DE SERVICIOS DE POST VENTA ES DE FORMATO LIBRE DE ACUERDO AL CRITERIO DE CADA POSTOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL ARERA USUARIA ACLARA LA DECLARACIÓN JURADA DE SERVICIOS DE POST VENTA ES DE FORMATO LIBRE DE ACUERDO AL CRITERIO DE CADA POSTOR

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II.2¿ EN EL MARCO DE LA IOARR 2599818

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	07/10/2024
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	20:34:52

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

9.1.1 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

- El contratista está obligado a elaborar y entregar a la entidad previo a la suscripción del acta de conformidad de la recepción, instalación y prueba de operatividad, el programa de mantenimiento preventivo en el formato de los procedimientos, que debe ejecutarse dentro del periodo de garantía del equipo según los periodos de atención y la lista de actividades indicadas por el fabricante en su respectivo manual técnico. Asimismo, el contratista tendrá a cargo los mantenimientos preventivos del equipo durante el periodo de 24 meses (02 años), con una frecuencia de seis (06) meses.

- Los Mantenimientos Preventivos serán programados por el contratista de acuerdo al cronograma de mantenimiento y serán registrados mediante la orden de trabajo de mantenimiento ¿ OTM

dicho documento servirá para acreditar la ejecución de la presente prestación. Dicho documento será firmado por área usuaria, área de biomédica y contratista

9.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Para la ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENO se debe de considerarse cuatro (04) mantenimientos preventivos durante el periodo de VEINTICUATRO (24) meses que duraría la garantía del bien; con una periodicidad de seis (06) meses.

Los mantenimientos en la presente contratación son brindados por los proveedores en forma gratuita, durante el plazo ofertado. Siendo así debemos resaltar que si en caso nos solicitan PRESTACION ACCESORIA la Entidad debe pagar las mismas. En perjuicio de la propia Entidad.

Por ende, CONSULTAMOS a fin de que previa coordinación con el OEC se precise que no se trata de PRESTACION ACCESORIA sino de mantenimiento preventivo gratuito brindado por el postor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE EN EFECTO SE TRATA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS QUE ESTA OBLIGADO EL CONTRATISTA A BRINDAR GRATUITAMENTE A LA ENTIDAD DRAMNTE EL PERIDO DE 24 MESES SIN COSTO COSTO A A LA ENTIDAD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE EN EFECTO SE TRATA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS QUE ESTA OBLIGADO EL CONTRATISTA A BRINDAR GRATUITAMENTE A LA ENTIDAD DRAMNTE EL PERIDO DE 24 MESES SIN COSTO COSTO A A LA ENTIDAD.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II.2¿ EN EL MARCO DE LA IOARR 2599818

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	07/10/2024
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	20:34:52

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

9.4 PERFIL DEL CAPACITADOR: ING. Electrónico, ING. Biomédico, ING. Mecatrónica u otros similares con experiencia mínima de dos (02) años como APLICACIONCITA en equipos objeto de la convocatoria
Solicitamos corregir y uniformizar las profesiones solicitadas, pues de modo correcto y al igual que en el requisito de calificación en página 31 de las Bases debe decir:
-01 INGENIERO TITULADO Y COLEGIADO: Electrónico ó Biomédico o Mecánico o Eléctrico o Mecatrónica ó Eléctrico;

Además corregir el término: ¿como APLICACIONCITA¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE EN PERFIL DE CAPACITADOR SE TRATA DE UN INGENIERO -01 INGENIERO TITULADO Y COLEGIADO: Electrónico ó Biomédico o Mecánico o Eléctrico o Mecatrónica ó Eléctrico; con 02 años de experiencia como mínimo en Mantenimiento de equipos biomédicos y/o Instalación de los equipos biomédicos,similares al objeto de la contratacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE EN PERFIL DE CAPACITADOR SE TRATA DE UN INGENIERO -01 INGENIERO TITULADO Y COLEGIADO: Electrónico ó Biomédico o Mecánico o Eléctrico o Mecatrónica ó Eléctrico; con 02 años de experiencia como mínimo en Mantenimiento de equipos biomédicos y/o Instalación de los equipos biomédicos,similares al objeto de la contratacion

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II.2¿ EN EL MARCO DE LA IOARR 2599818

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	07/10/2024
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	20:34:52

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

5.6.1 REQUISITOS DEL PROVEEDOR

- ¿ El proveedor será una persona natural o jurídica, deberá estar habilitado para contratar con el estado.
- ¿ Contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
- ¿ Contar con el Registro Único de contribuyente activo/habido.
- ¿ SU ACTIVIDAD PRINCIPAL DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Solicitamos excluir lo indicado respecto a ACTIVIDAD PRINCIPAL, pues lo que OBJETIVAMENTE define la experiencia en la actividad es el Requisito de Calificación EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, indicado en Página 20 de las Bases. De lo contrario existirían 2 requisitos distintos para acreditar un mismo punto. Y además debe resaltarse que solo las bases estándar de cumplimiento obligatorio (Directiva 001-2019 OSCE), reconocen que la experiencia sea acreditada solo con el Requisito de Calificación.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Directiva 001-2019-OSCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE EN PERFIL DE PROVEEDOR SE CORREGIRA Y RESPECTO A LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DEDICA AL OBJETO DE LA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE EN PERFIL DE PROVEEDOR SE CORREGIRA Y RESPECTO A LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DEDICA AL OBJETO DE LA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II.2¿ EN EL MARCO DE LA IOARR 2599818

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	07/10/2024
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	20:34:52

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACIÓN

2) Certificado de Seguridad Eléctrica: UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA o NTP 60601-1-2010 para el ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENO, emitido por la institución competente

=====

Solicitamos excluir lo indicado al Certificado de Seguridad Eléctrica por que ya ha sido solicitado en los documentos de presentación obligatoria, además de no ser un requisito legal para la comercialización del Equipo.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.2 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN PROCEDER A SUPRIMIR EL REQUISITO DE CALIFICACION REFERIDO AL 2) Certificado de Seguridad Eléctrica: UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA o NTP 60601-1-2010 para el ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN PROCEDER A SUPRIMIR EL REQUISITO DE CALIFICACION REFERIDO AL 2) Certificado de Seguridad Eléctrica: UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA o NTP 60601-1-2010 para el ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II.2¿ EN EL MARCO DE LA IOARR 2599818

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	07/10/2024
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	20:34:52

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Se consideran bienes similares a los siguientes ESTERILIZADOR Y/O AUTOCLAVE, HORNOS DE MUFA Y LAVADORAS ULTRASONICAS

=====

Solicitamos excluir lo indicado como Autoclaves, Hornos de mufa y Lavadoras ultrasónicas, porque no tienen como finalidad principal y en caso de autoclave NO son necesariamente para baja temperatura

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.2 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA, NO ACOGE LA OBSERVACIÓN SE SOLICITA ACOGERSE A LOS INDICADO EN LAS BASES, DEBIDO A LA IMPORTANCIA DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA A FIN DE NO LIMITAR LÑA PLURALDIAD DE PARTICIPANTES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA, NO ACOGE LA OBSERVACIÓN SE SOLICITA ACOGERSE A LOS INDICADO EN LAS BASES, DEBIDO A LA IMPORTANCIA DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA A FIN DE NO LIMITAR LÑA PLURALDIAD DE PARTICIPANTES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II.2¿ EN EL MARCO DE LA IOARR 2599818

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	07/10/2024
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	20:34:52

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

PROFESIONAL ENCARGADO DE LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO y CAPACITACIÓN

Requisitos:

-01 INGENIERO TITULADO Y COLEGIADO: Electrónico ó Biomédico o Mecánico o Eléctrico o Mecatrónica ó Eléctrico; con 03 años de experiencia como mínimo en Mantenimiento de equipos biomédicos y/o Instalación de los equipos biomédicos, computados a partir de la fecha de expedición del grado de Bachiller.

=====

Solicitamos confirmar que la experiencia del personal ofertado es en Mantenimiento de equipos biomédicos y/o Instalación de los equipos biomédicos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección precisa que se requiere un 01 INGENIERO TITULADO Y COLEGIADO: Electrónico ó Biomédico o Mecánico o Eléctrico o Mecatrónica ó Eléctrico; con 02 años de experiencia como mínimo en Mantenimiento de equipos biomédicos y/o Instalación de los equipos biomédicos,similares al objeto de la contratacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección precisa que se requiere un 01 INGENIERO TITULADO Y COLEGIADO: Electrónico ó Biomédico o Mecánico o Eléctrico o Mecatrónica ó Eléctrico; con 02 años de experiencia como mínimo en Mantenimiento de equipos biomédicos y/o Instalación de los equipos biomédicos,similares al objeto de la contratacion

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II.2¿ EN EL MARCO DE LA IOARR 2599818

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	07/10/2024
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	20:34:52

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

PROFESIONAL ENCARGADO DE LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO y CAPACITACIÓN

Requisitos:

-01 INGENIERO TITULADO Y COLEGIADO: Electrónico ó Biomédico o Mecánico o Eléctrico o Mecatrónica ó Eléctrico; con 03 años de experiencia como mínimo en Mantenimiento de equipos biomédicos y/o Instalación de los equipos biomédicos, computados a partir de la fecha de expedición del grado de Bachiller.

=====

Solicitamos confirmar si la experiencia es 3 años ó 2 años, como se indica en página 26 de las bases (numeral 9.4). Lo correcto debería ser 2 años, lo cual no limita la participación de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN PRECISA QUE SE ACEPTARA ENCARGADO EN LA INSTALACION DE EQUIPOS CON EXPERIENCIA DOS (02) AÑOS de experiencia como mínimo en Mantenimiento de equipos biomédicos y/o Instalación de los equipos biomédicos EN EQUIPOS SIMILARES AL OBJETO DE CONVOCATORIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN PRECISA QUE SE ACEPTARA ENCARGADO EN LA INSTALACION DE EQUIPOS CON EXPERIENCIA DOS (02) AÑOS de experiencia como mínimo en Mantenimiento de equipos biomédicos y/o Instalación de los equipos biomédicos EN EQUIPOS SIMILARES AL OBJETO DE CONVOCATORIA

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II.2¿ EN EL MARCO DE LA IOARR 2599818

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	07/10/2024
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	20:34:52

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Anexo 6 precio de la oferta

=====

Como se indicó en observaciones anteriores, se ha indicado en las bases y en el requerimiento: Prestaciones Accesorias con costo.

Pero el anexo 6 actual, es solo para la prestación principal, por lo que Solicitamos confirmar si habrá prestación accesoria con costo, y de ser el caso revisar y verificar el Formato del Anexo 06 a presentar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Anexo6 Literal: Anexo6 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN PRECISA QUE DEBE PRESENTAR SU OFERTA DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO EN LAS BASES ESTANDAR DEL OSCE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN PRECISA QUE DEBE PRESENTAR SU OFERTA DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO EN LAS BASES ESTANDAR DEL OSCE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II.2¿ EN EL MARCO DE LA IOARR 2599818

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	07/10/2024
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	20:34:52

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Anexo 4
Declaración jurada del plazo de entrega

=====

Confirmar si en el Anexo 4 de modo obligatorio se debe precisar cual es el plazo de la instalación y puesta en funcionamiento. O solo se indicará el plazo total de la entrega, en vista de que en el Requerimiento ni en otro extremo de la oferta NO se ha precisado el plazo para la instalación y puesta en funcionamiento

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Anexo4 Literal: Anexo4 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA QUE EL PARTICIPANTE DEBE TOMAR EN CUENTA EL PLAZO SOLICITADO POR LA ENTIDAD EL CUAL DEBE CONTEMPLAR LA ISNTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO POR LA ENTIDAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA QUE EL PARTICIPANTE DEBE TOMAR EN CUENTA EL PLAZO SOLICITADO POR LA ENTIDAD EL CUAL DEBE CONTEMPLAR LA ISNTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO POR LA ENTIDAD

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II.2¿ EN EL MARCO DE LA IOARR 2599818

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	07/10/2024
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	20:34:52

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Especificaciones
B18: NO GENERE DESECHOS TOXICOS O DESPERDICIOS QUE DEBAN MANIPULARSE POR EL OPERADOR Y EXPONGAN AL USUARIO A POSIBLES CONTAMINACIONES
=====

A fin de acreditar esta especificación consultamos a fin de que se precise que: la eliminación del agente esterilizante debe ser de modo automático sin manipulación del operador

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN PRECISA QUE EN EFECTO La eliminación del agente esterilizante debe ser de modo automático sin manipulación del operador

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN PRECISA QUE EN EFECTO La eliminación del agente esterilizante debe ser de modo automático sin manipulación del operador

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II.2¿ EN EL MARCO DE LA IOARR 2599818

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	07/10/2024
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	20:34:52

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Especificaciones

B17:

CONCENTRACIÓN DEL AGENTE ESTERILIZANTE 58-59%

=====

El postor que oferte el equipo de esterilización descrito se encuentra en la obligación de comercializar el agente esterilizante, de lo contrario no puede funcionar el Equipo Esterilizador.

Agregado a ello el Agente Esterilizante es un Dispositivo Medico cuya comercialización requiere de autorización de Digemid mediante el Registro Sanitario correspondiente.

Por tanto CONSULTAMOS a fin de que se precise que en la oferta también se debe incluir Copia del Registro O certificado de Registro Sanitario del Agente Esterilizante ofertado. E incluir en el Requisito de Calificación 3.2.A.1, en página 29 de las bases

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN PRECISA QUE SE PROCEDERA A INCLUIR COMO PARTE Requisito de Calificación 3.2.A.1, e 3) Registro Sanitario y/o certificado de registro sanitario del AGENTE ESTERILIZANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN PRECISA QUE SE PROCEDERA A INCLUIR COMO PARTE Requisito de Calificación 3.2.A.1, e 3) Registro Sanitario y/o certificado de registro sanitario del AGENTE ESTERILIZANTE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II.2¿ EN EL MARCO DE LA IOARR 2599818

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	07/10/2024
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	20:34:52

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A02 CON SISTEMA DE INYECCIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO DE ALTA PRECISION, EXACTITUD EN LA DOSIFICACIÓN EN CADA INYECCIÓN POR CICLO DE ESTERILIZACIÓN

=====

Las especificaciones técnicas deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria y deben contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contrata-ción.

Por lo expuesto CONSULTAMOS las bases para que previa opinión del área usua-ria se precise que esta especificación se refiere a:

¿ El sistema de inyección de peróxido de hidrógeno sea preciso en cuanto a la dosificación exacta en cada inyección de cada ciclo o tipo de esterilización, es decir se debe inyectar la misma cantidad de agente esterilizante en cada ciclo, esto para garantizar la reproducibilidad y SAL de 10-6.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE LA ESPECIFICACION TECNICA B17 SE REFIERE El sistema de inyección de peróxido de hidrógeno QUE DEBE SER preciso en cuanto a la dosificación exacta en cada inyección de cada ciclo o tipo de esterilización,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE LA ESPECIFICACION TECNICA B17 SE REFIERE El sistema de inyección de peróxido de hidrógeno QUE DEBE SER preciso en cuanto a la dosificación exacta en cada inyección de cada ciclo o tipo de esterilización,

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II.2¿ EN EL MARCO DE LA IOARR 2599818

Ruc/código :	20609013011	Fecha de envío :	07/10/2024
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES ANICAMA E.I.R.L.	Hora de envío :	21:22:34

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

"Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de TREINTA (30) días calendario contandose desde el día siguiente de notificada la orden de compra, incluye SU INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.: OBSERVAMOS esta solicitud, porque este tipo de requisitos obligatorios deben ser establecidos de forma razonable y que estos requerimientos no sean contrarios a los principios de concurrencia y compentencia establecida en la ley de contrataciones del estado. Asimismo, se debe tomar en cuenta que estos equipos son son fabricados en el extranjero; por lo que se debe tomar en consideración el tiempo de fabricación e importación para establecer los tiempos. Además, la entidad debe asegurarse que el equipo ofertado sea nuevo, de reciente fabricación y tecnológicamente vigente ; lo cual solo lo puede garantizar y certificar un equipo de reciente fabricación; y estos equipos por su naturaleza la fabricación demora entre 5 y 6 semanas, sumando los los días de tránsito, más los días de nacionalización superan los 90 días calendarios. Por lo expuesto el plazo solicitado resulta restrictivo e imposible de cumplir; por ello solicitamos a los miembros en aras de garantizar la pluralidad de postores ; se reconsidere el plazo de entrega solicitado mas instalación y puesta en funcionamiento a 90 días calendarios."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap I Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de libre competencia y concurrencia y pluralidad de postores

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN PRECISA QUE NOS RATIFICAMOS EN EL PLAZO SOLICITADO EN LAS BESES POR SER UN BIEN DE VITAL IMPORTANCIA PARA ENTIDAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN PRECISA QUE NOS RATIFICAMOS EN EL PLAZO SOLICITADO EN LAS BESES POR SER UN BIEN DE VITAL IMPORTANCIA PARA ENTIDAD

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II.2¿ EN EL MARCO DE LA IOARR 2599818

Ruc/código :	20609013011	Fecha de envío :	07/10/2024
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES ANICAMA E.I.R.L.	Hora de envío :	21:22:34

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

"SOLICITAN: B02 VOLUMEN UTILIZABLE DE LA CAMARA 90 A 100 LITROS CONSULTA: observo en el requerimiento que se solicita un volumen útil de 90 a 100 litros, un volumen relativamente bajo comparándolo con el nivel de atención del HOSPITAL DE AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II-2, el cual por ser un hospital de nivel 2-2 requiere cierto litraje en base a la norma de salud NTS N° 110. Considerando lo previsto se recomienda ampliar la ficha en el volumen requerido. Considerando esto como una mejora tecnológica para poder esterilizar más material por ciclo y aumentar la eficiencia de la central de esterilización y garantizar la pluralidad de postores y marcas.
..... Por lo expuesto, solicitamos se acepte ampliar la característica de la siguiente manera: B02 VOLUMEN UTILIZABLE DE LA CAMARA 90 LITROS A MAS."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 6.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de eficiencia, pluralidad de postores y libre competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA, NO AGOGE LA OBSERVACIÓN CON FINALIDAD DE FOMENTAR LA PLURARIDAD DE POSTORES Y NOS RATIFICACMOS EN LA ESPECIFICACIÓN B02

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA, NO AGOGE LA OBSERVACIÓN CON FINALIDAD DE FOMENTAR LA PLURARIDAD DE POSTORES Y NOS RATIFICACMOS EN LA ESPECIFICACIÓN B02

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II.2¿ EN EL MARCO DE LA IOARR 2599818

Ruc/código :	20609013011	Fecha de envío :	07/10/2024
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES ANICAMA E.I.R.L.	Hora de envío :	21:22:34

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

"SOLICITAN: B06 PANTALLA COLOR LCD TACTIL DE 12.5" A MAS EN AMBOS LADOS, PERMITE VISUALIZAR PARÁMETROS Y FASES DE CICLO DE ESTERILIZACIÓN, EN IDIOMA ESPAÑOL. Según lo establecido en la ley de contrataciones del estado, dice que Las especificaciones técnicas deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria y éstas, deben contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y debe evitarse establecer características innecesarias que puede resultar en especificaciones demasiado restrictivas susceptibles de impedir la competencia. Solicitar una Pantalla de 12.5" resulta restrictiva debido que está dirigida a una marca y modelo en específico, lo cual vulnera el principio de libre competencia de más postores y marcas. Además de ello este tamaño de pantalla no es una medida muy comercial, lo cual en un largo plazo resultaría mucho más costoso para la entidad realizar el cambio en un mantenimiento correctivo; Por ello en su lugar se recomienda considerar el tamaño de la pantalla a uno más comercial como las 10¿, elevando así la relación costo-beneficio del equipo, en base a lo propuesto con el requerimiento se sugiere: B06 PANTALLA COLOR LCD TACTIL DE 10" A MAS EN AMBOS LADOS, PERMITE VISUALIZAR PARÁMETROS Y FASES DE CICLO DE ESTERILIZACIÓN, EN IDIOMA ESPAÑOL."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 6.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de eficiencia y pluralidad de postores libre competencia y concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA, AGOGE LA OBSERVACIÓN SIEMPRE Y CUANDO PERMITA VISUALIZAR LOS PARAMETROS Y CICLOS DE ESTERILIZACIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL, SE PROCEDE A MODIFICAR LAS BASES SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: B06 PANTALLA COLOR LCD TACTIL DE 8.4" A MAS EN AMBOS LADOS, PERMITE VISUALIZAR PARÁMETROS Y FASES DE CICLO DE ESTERILIZACIÓN, EN IDIOMA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA, AGOGE LA OBSERVACIÓN SIEMPRE Y CUANDO PERMITA VISUALIZAR LOS PARAMETROS Y CICLOS DE ESTERILIZACIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL, SE PROCEDE A MODIFICAR LAS BASES SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: B06 PANTALLA COLOR LCD TACTIL DE 8.4" A MAS EN AMBOS LADOS, PERMITE VISUALIZAR PARÁMETROS Y FASES DE CICLO DE ESTERILIZACIÓN, EN IDIOMA

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II.2¿ EN EL MARCO DE LA IOARR 2599818

Ruc/código :	20609013011	Fecha de envío :	07/10/2024
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES ANICAMA E.I.R.L.	Hora de envío :	21:22:34

Observación: Nro. 35

Consulta/Observación:

"SOLICITAN: B10 GENERACION DE PLASMA POR PEROXIDO DE HIDROGENO DENTRO DE LA CAMARA PARA ELIMINAR EL PEROXIDO DE HIDROGENO RESIDUAL OBSERVAMOS esta característica dado que la generación de plasma dentro de la cámara podría crear una atmósfera peligrosa debido a la liberación concentraciones altas de residuos de gases toxicos al ambiente, lo cual resulta peligros para los usuarios ya que se encontraría expuestos a altas concentraciones del gas de H2O2. Asimismo la generación del plasma dentro de la cámara podrían causar dañar y reducir el tiempo de vida de los componentes del equipo y de los instrumentales que son esterilizados en este equipo. Por lo expuesto solicitamos a los miembros del comité en aras proteger la salud de los usuarios de los usuarios considerar la generaciión de plasma fuera de la camara. B10 GENERACION DE PLASMA POR PEROXIDO DE HIDROGENO FUERA DE LA CAMARA EN UN GENERADOR DE PLASMA."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 6.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de eficiencia, libre competencia y concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO AGOGE LA OBERVACION Y PRECISA QUE EL PEROXIDO DE HIDROGENO AL HACER SU PROCESO SE DESOPMPIOENE N AGUA Y OPXIGENO LOP CUAL NO ES TOXICO PARA EL USUARIO ADEMAS EL PROCESO SE REALIZA EN CAMARA HERMETICA, SNO TIENE SUSTENTO FACTICO , SIRVASE ACOGERSE A LO SOLICTADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO AGOGE LA OBERVACION Y PRECISA QUE EL PEROXIDO DE HIDROGENO AL HACER SU PROCESO SE DESOPMPIOENE N AGUA Y OPXIGENO LOP CUAL NO ES TOXICO PARA EL USUARIO ADEMAS EL PROCESO SE REALIZA EN CAMARA HERMETICA, SNO TIENE SUSTENTO FACTICO , SIRVASE ACOGERSE A LO SOLICTADO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II.2¿ EN EL MARCO DE LA IOARR 2599818

Ruc/código :	20609013011	Fecha de envío :	07/10/2024
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES ANICAMA E.I.R.L.	Hora de envío :	21:22:34

Observación: Nro. 36

Consulta/Observación:

"SOLICITAN: B29 VOLUMEN O CAPACIDAD UTIL DE LA CAMARA DE 90 A 100 LITROS CONSULTA: el siguiente requerimiento ya ha sido mencionado en el punto B02 se recomienda suprimirlo por motivos de duplicado de especificación técnica."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 6.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DESLECCION ACOGE QUE SE PROCEDERA A SUPRIMIR LA ESPECIFICACION TECNICA B29 POR SER REPITIVIVA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DESLECCION ACOGE QUE SE PROCEDERA A SUPRIMIR LA ESPECIFICACION TECNICA B29 POR SER REPITIVIVA

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II.2¿ EN EL MARCO DE LA IOARR 2599818

Ruc/código :	20609013011	Fecha de envío :	07/10/2024
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES ANICAMA E.I.R.L.	Hora de envío :	21:22:34

Observación: Nro. 37
Consulta/Observación:
"Solicitan: B12 NO DEJE RESIDUOS DEL AGENTE ESTERILIZANTE EN LA CÁMARA Y LOS MATERIALES ESTERILIZADOS, NI EMITA RESIDUOS PELIGROSOS AL AMBIENTE. Hay que precisar que la exposición de forma continua a altos niveles de H2O2 en el ambiente es nocivo para la salud, ya que la exposición del usuario a este agente químico le puede producir irritación de los ojos, la garganta, las vías respiratorias y la piel. tecnológica del bien Según lo expuesto en aras de garantizar y salvaguardar la seguridad e integridad de los usuarios a cargo de los procesos de esterilización, se solicita a los miembros del comité, considerar un equipo con emisión de residuos mínimos de H2O2. B12: SIN EFECTOS TOXICOS PARA EL PERSONAL, EL PACIENTE Y EL MEDIO AMBIENTE, CON UNA CONCENTRACIÓN MENOR A 0.008PPM DE H2O2 EN EL AMBIENTE AL FINAL DE CADA PROCESO."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 6.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA, NO ACOGE LA OBSERVACION, DEBEDIDO A QUE EL EQUIPO OBJETO DE CONVOCATORIA NO CONTEMPLA QUE SE DEJE RESIDUOS , ADEMAS TENIENDO EN CUENTA QUE EL PEROXIDO ADEMAS EL PROCEDIMIENTO SE REALIZARA EN CAMARA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA, NO ACOGE LA OBSERVACION, DEBEDIDO A QUE EL EQUIPO OBJETO DE CONVOCATORIA NO CONTEMPLA QUE SE DEJE RESIDUOS , ADEMAS TENIENDO EN CUENTA QUE EL PEROXIDO ADEMAS EL PROCEDIMIENTO SE REALIZARA EN CAMARA HERMETICAMETE CERRADAS

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-HAPCSR II-2-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II.2¿ EN EL MARCO DE LA IOARR 2599818		

Ruc/código :	20609013011	Fecha de envío :	07/10/2024
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES ANICAMA E.I.R.L.	Hora de envío :	21:22:34

Observación: Nro. 38

Consulta/Observación:

"SOLICITAN: B16. DURACIÓN DE TODO TIPO DE CICLO DE ESTERILIZACIÓN NO MAYOR DE 50 MINUTOS. En base a los principios de imparcialidad y transparencia segun los principios del regimen de la contratacion publica, indicando la neutralidad para un proceso observo que en este item, la característica solicitada resulta restrictiva dado que está dirigida a la marca y modelo específico, lo cual es contrario a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225) - "principio de libre concurrencia de postores".
..... Por lo expuesto solicitamos a los miembros del comite para que previa opinion del area usuaria, en aras de garantizar la pluralidad de postores ampliara las característica y quede de la siguiente manera.
B16. DURACIÓN DE TODO TIPO DE CICLO DE ESTERILIZACIÓN DE 50 MINUTOS O SEGUN FABRICANTE."

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap III **Literal:** 6.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principio de libre concurrencia de postores".

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBSERVACION SIENDO QUE EL AREA USUARIA A IDENTIFICADO CLARAMERnte SU NECESIDAD SINDO LIMTATIVA CAMBIAR DICHA ESPECIFICAION TECNICA SUGERIDA POR EL PARTICPANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBSERVACION SIENDO QUE EL AREA USUARIA A IDENTIFICADO CLARAMERnte SU NECESIDAD SINDO LIMTATIVA CAMBIAR DICHA ESPECIFICAION TECNICA SUGERIDA POR EL PARTICPANTE

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II.2¿ EN EL MARCO DE LA IOARR 2599818

Ruc/código :	20609013011	Fecha de envío :	07/10/2024
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES ANICAMA E.I.R.L.	Hora de envío :	21:22:34

Observación: Nro. 39
Consulta/Observación:
"SOLICITAN.. B18. NO GENERE DESECHOS TOXICOS O DESPERDICIOS QUE DEBAN MANIPULARSE POR EL OPERADOR Y EXPONGAN AL USUARIO A POSIBLES CONTAMINACIONES. OBSERVAMOS esta característica dado que la generación de plasma dentro de la cámara podría crear una atmósfera peligrosa debido a la liberación concentraciones altas de residuos de gases toxicos al ambiente, lo cual resulta peligros para los usuarios ya que se encontraría expuestos a altas concentraciones del gas de H2O2. Asimismo la generación del plasma dentro de la cámara podrían causar dañar y reducir el tiempo de vida de los componentes del equipo y de los instrumentales que son esterilizados en este equipo. Por lo expuesto solicitamos a los miembros del comité ampliar las especificaciones tecnicas de la siguiente manera. B18. NO GENERE DESECHOS TOXICOS O DESPERDICIOS QUE DEBAN MANIPULARSE POR EL OPERADOR Y EXPONGAN AL USUARIO A POSIBLES CONTAMINACIONES, CONCENTRACIÓN MENOR A 0.008PPM DE H2O2 EN EL AMBIENTE AL FINAL DE CADA PROCESO. "

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 6.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LA OBSERVACION DADO QUE EL EQUIPO ES HERMETICO Y LOS PROCESOS QUE DESARROLLA SE REALIZAN DENTRO DE LA CAMARA POR SER AUTOMATIZADO SIENDO UNA MEJORA TECNOLOGICA LO QUE LA ENTIDAD REQUIERE UN EQUIPO MODERNO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LA OBSERVACION DADO QUE EL EQUIPO ES HERMETICO Y LOS PROCESOS QUE DESARROLLA SE REALIZAN DENTRO DE LA CAMARA POR SER AUTOMATIZADO SIENDO UNA MEJORA TECNOLOGICA LO QUE LA ENTIDAD REQUIERE UN EQUIPO MODERNO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II.2¿ EN EL MARCO DE LA IOARR 2599818

Ruc/código :	20609013011	Fecha de envío :	07/10/2024
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES ANICAMA E.I.R.L.	Hora de envío :	21:22:34

Observación: Nro. 40
Consulta/Observación:
"SOLICITAN B20: CON DOS CICLOS DE ESTERILIZACION MINIMOS PRECONFIGURADOS, QUE INCLUYA ENDOSCOPIOS. CONSULTA: consultamos a los miembros del comité si los programas solicitados deben ser preconfigurados y validados para endoscopios de 1 y 2 canales como mínimo. B20:CON DOS CICLOS DE ESTERILIZACION MINIMOS PRECONFIGURADOS Y VALIDADOS EN FÁBRICA, QUE INCLUYA ENDOSCOPIOS DE 1 Y 2 CANALES.."

Acápite de las bases :Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 6.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de libre competencia y pluralidad dec postores

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBSERVACION PORQUE LA ESPECIFICACION TENCIA NOES LIMITIVA POR EL CONTRARIO SE TRATA DE ENDOSCOPIO EN GENERAL NO ESPECIFICANDOSE EL NUMERO DE CANALES A FIN DE FOMENTAR LA PLURALIDAD DE POSTORES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBSERVACION PORQUE LA ESPECIFICACION TENCIA NOES LIMITIVA POR EL CONTRARIO SE TRATA DE ENDOSCOPIO EN GENERAL NO ESPECIFICANDOSE EL NUMERO DE CANALES A FIN DE FOMENTAR LA PLURALIDAD DE

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II.2¿ EN EL MARCO DE LA IOARR 2599818

Ruc/código :	20609013011	Fecha de envío :	07/10/2024
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES ANICAMA E.I.R.L.	Hora de envío :	21:22:34

Observación: Nro. 41

Consulta/Observación:

"B30. SOLICITAN: PROGRAMA 1: TEMPERATURA DE ESTERILIZACION 47 A 56°C, TIEMPO DE CICLO DE 47 MINUTOS +/-3 Según lo establecido en la ley de contrataciones del estado, dice que Las especificaciones técnicas deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria y éstas, deben contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y debe evitarse establecer características innecesarias que puede resultar en especificaciones demasiado restrictivas susceptibles de impedir la competencia. por lo expuesto solicita a los miembros del comité poder ampliar esta característica en aras de salvaguardar la pluralidad de postores. B30:PROGRAMA 1: TEMPERATURA DE ESTERILIZACION 47 A 56°C, TIEMPO DE CICLO DE 47 MINUTOS +/-3 O SEGUN CADA FABRICANTE"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 6.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de libre competencia y concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBSERVACION DEBIDO A QUE EL AREA USUARIA A DETERMINADO OBJETIVAMENTE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS NO LIMITANDO LA P'LUIRALIDA DE POSTORES Y PRETENDE ADQUIRIR UN EQUIPOO DE ALTA TECNOLOGIA A LA VANGUARDIA TECNOLOGICA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBSERVACION DEBIDO A QUE EL AREA USUARIA A DETERMINADO OBJETIVAMENTE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS NO LIMITANDO LA P'LUIRALIDA DE POSTORES Y PRETENDE ADQUIRIR UN EQUIPOO DE ALTA TECNOLOGIA A LA VANGUARDIA TECNOLOGICA

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II.2¿ EN EL MARCO DE LA IOARR 2599818

Ruc/código :	20609013011	Fecha de envío :	07/10/2024
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES ANICAMA E.I.R.L.	Hora de envío :	21:22:34

Observación: Nro. 42
Consulta/Observación:
"B31. PROGRAMA 2: TEMPERATURA DE ESTREILIZACION 47 A 56°C, TIEMPO DE CICLO DE 4 MINUTOS +/-3. Según lo establecido en la ley de contrataciones del estado, dice que Las especificaciones técnicas deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria y éstas, deben contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y debe evitarse establecer características innecesarias que puede resultar en especificaciones demasiado restrictivas susceptibles de impedir la competencia. por lo expuesto solicita a los miembros del comité poder ampliar esta característica en aras de salvaguardar la pluralidad de postores. B31:PROGRAMA 2: TEMPERATURA DE ESTREILIZACION 47 A 56°C, TIEMPO DE CICLO DE 42 MINUTOS +/-3 O SEGUN CADA FABRICANTE"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 6.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio libre competencia y concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBSERVACION DEBIDO A QUE EL AREA USUARIA A DETERMINADO OBJETIVAMENTE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS NO LIMITANDO LA P'LUIRALIDA DE POSTORES Y PRETENDE ADQUIRIR UN EQUIPOO DE ALTA TECNOLOGIA A LA VANGUARDIA TECNOLOGICA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBSERVACION DEBIDO A QUE EL AREA USUARIA A DETERMINADO OBJETIVAMENTE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS NO LIMITANDO LA P'LUIRALIDA DE POSTORES Y PRETENDE ADQUIRIR UN EQUIPOO DE ALTA TECNOLOGIA A LA VANGUARDIA TECNOLOGICA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA ¿ GAS PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II.2¿ EN EL MARCO DE LA IOARR 2599818

Ruc/código :	20609013011	Fecha de envío :	07/10/2024
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES ANICAMA E.I.R.L.	Hora de envío :	21:22:34

Observación: Nro. 43

Consulta/Observación:

"B12: NO DEJE RESIDUOS DEL AGENTE ESTERILIZANTE EN LA CÁMARA Y LOS MATERIALES ESTERILIZADOS, NI EMITA RESIDUOS PELIGROSOS AL AMBIENTE. CONSULTA. Consultamos a los miembros del comité especificar la concentración residual de H2O2 despues de cada proceso de esterilización. Considerando que despues de cada proceso de esterilización el equipo debe garantizar una valores minimos de residuos de H2O2, ya que la exposición a altas conscentaciones de este químico puede resultar perjudicial para la salud del operario."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 6.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA, NO ACOGE LA OBSERVACION, DEBEDIDO A QUE EL EQUIPO OBJETO DE CONVOCATORIA NO CONTEMPLA QUE SE DEJE RESIDUOS , ADEMAS TENIENDO EN CUENTA QUE EL PEROXIDO ADEMAS EL PROCEDIMIENTO SE REALIZARA EN CAMARA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA, NO ACOGE LA OBSERVACION, DEBEDIDO A QUE EL EQUIPO OBJETO DE CONVOCATORIA NO CONTEMPLA QUE SE DEJE RESIDUOS , ADEMAS TENIENDO EN CUENTA QUE EL PEROXIDO ADEMAS EL PROCEDIMIENTO SE REALIZARA EN CAMARA HERMETICAMETE CERRADAS