

# ***BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES***

*Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD*



***SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA***  
**ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE**

**SIMBOLOGÍA UTILIZADA:**

Nº	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<div>Importante</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abc</li> </ul>	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
4	<div>Advertencia</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abc</li> </ul>	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
5	<div>Importante para la Entidad</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Xyz</li> </ul>	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

**CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:**

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

Nº	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm      Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm      Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

**INSTRUCCIONES DE USO:**


- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022



## **BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES**



### **BASES INTEGRADAS**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°  
N° 039-2024-CS-MDQ/LC**

**PRIMERA CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DE BIENES:**

**CONTRATACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA  
METALICAS PARA LA SEC. FUNC. (0392)  
CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES  
DEPORTIVAS: REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO: EN  
EL (LA) I.E. 50303 NIVEL PRIMARIA EN LA LOCALIDAD  
SANTUSAIRES, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA  
CONVENCION, CUSCO.**

**OCTUBRE - 2024**





## DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.


En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.







## SECCIÓN GENERAL

### DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)





## CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

### 1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

### 1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

#### Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe).*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

### 1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

#### Importante

*No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.*



### 1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

#### Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

### 1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>1</sup>). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

#### Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

### 1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

#### Importante

*Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.*

<sup>1</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>



En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

#### 1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

#### 1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento.

#### 1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.


#### 1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

#### 1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.



### 1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

#### Importante

*Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 de artículo 64 del Reglamento.*





## CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

#### Importante

- Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.

*Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda.*


- A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.
- El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE, o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.

### 2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.





### CAPÍTULO III DEL CONTRATO

#### 3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos cuyo monto del valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en los que se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases.

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de compra, cuando el valor estimado del ítem corresponda al parámetro establecido en el párrafo anterior.

##### Importante

*El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe consignar en la sección específica de las bases la forma en que se perfeccionará el contrato, sea con la suscripción del contrato o la recepción de la orden de compra. En caso la Entidad perfeccione el contrato con la recepción de la orden de compra no debe incluir la proforma del contrato establecida en el Capítulo V de la sección específica de las bases.*

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

#### 3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

##### 3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

##### 3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.





#### Importante

*En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no superen el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*

### 3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

### 3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

#### Importante

*Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*

#### Advertencia

*Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:*

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

*En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.*

*De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).*



**Advertencia**

*Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.*

**3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS**

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

**3.5. ADELANTOS**

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

**3.6. PENALIDADES**

**3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

**3.6.2. OTRAS PENALIDADES**

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

**3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

**3.8. PAGOS**

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.





En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.


**Advertencia**

*En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.*

**3.9. DISPOSICIONES FINALES**

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.





## SECCIÓN ESPECÍFICA

### CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)





## CAPÍTULO I GENERALIDADES

### 1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
RUC Nº : 20170327129  
Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS S/N – C.P QUELLOUNO  
Teléfono: : -  
Correo electrónico: : MUNIQUELLOUNO.GOB.PE/PORTAL

### 1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN TIENE POR OBJETO LA CONTRATACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICAS PARA LA SEC. FUNC. (0392) CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS: REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO: EN EL (LA) I.E. 50303 NIVEL PRIMARIA EN LA LOCALIDAD SANTUSAIRES, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, CUSCO.

### 1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante **MEMORANDUM Nº 108-2024-GM-EXP-MDQ/LC**; el 25 de setiembre del 2024.

### 1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Cano y sobre canon

#### Importante

*La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.*

### 1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de **A SUMA ALZADA**, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

### 1.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

LLAVE EN MANO

### 1.7. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO

NO CORRESPONDE

### 1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

### 1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo según Especificaciones Técnicas contenidos en el numeral 3.1, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.



#### 1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco Con 00/100 Soles) por el costo de reproducción en la Unidad de Rentas de la Municipalidad Distrital de Quellouno y recabar un ejemplar de las Bases en la Unidad de Logística sito Plaza de Armas S/N – Quellouno (Horario de Atención De 08:00 a 17:30 horas).

##### Importante

*El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.*

#### 1.11. BASE LEGAL

- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año 2024.
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Legislativo 1444, en adelante la Ley.
- D.L. N° 1444-2018 que modifica la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado.
- D.S. 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.
- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.
- Código Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.





## CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

#### Importante

*De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.*

### 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos<sup>2</sup>, la siguiente documentación:

#### 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

##### 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

#### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>3</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.*

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (**Anexo N° 2**)
- d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**).

<sup>2</sup> La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

<sup>3</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>





- e) Presentar catalogo y/o ficha técnica de los bienes a utilizar para su verificación del cumplimiento de las características técnicas de los siguientes materiales (indicar la marca y procedencia):
- TUBO RECTANGULAR: norma, dimensiones.
  - ELECTRODOS: tipo, norma
  - PINTURAS.
  - PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL normas.
  - COBERTURA ALUZINC TR4, espesor, norma
  - CABLES DE ACERO: medida
- f) Declaración jurada de garantía comercial de acuerdo al numeral 3.1 de las bases.
- g) Presentar el compromiso de disponibilidad y participación de los profesionales de acuerdo a lo indicado en el numeral 3.1. de las bases.
- h) Declaración jurada de plazo de entrega. **(Anexo N° 4)**<sup>4</sup>
- i) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 5)**
- j) El precio de la oferta en **SOLES**. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6**.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

#### Importante

*El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección según corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.*

#### 2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

#### 2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad<sup>5</sup>.
- a) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa **(Anexo N° 10)**.
- Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía,

<sup>4</sup> En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.

<sup>5</sup> Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.



consignar el siguiente literal:

- b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (**Anexo Nº 7**).





#### Advertencia

*El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.*

#### Importante para la Entidad

*Esta disposición **solo** debe ser incluida en el caso de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:*

#### 2.3. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

*“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad.*

*En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:*

N ° de Cuenta : 00211002581  
Banco : BANCO DE LA NACION  
N° CCI<sup>6</sup> : -

*Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.*

#### 2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- Garantía de fiel cumplimiento del contrato (CARTA FIANZA). De ser el caso
- Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, (CARTA FIANZA). De ser el caso
- Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

#### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>7</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).*

- Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación

<sup>6</sup> En caso de transferencia interbancaria.

<sup>7</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>



de plazo mediante medios electrónicos de comunicación <sup>8</sup> (**Anexo N° 11**).

- i) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado<sup>9</sup>.
- j) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los bienes que conforman el paquete<sup>10</sup>.

#### Importante

- *En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*
- *En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*

#### Importante


- *Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*
- *De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya<sup>11</sup>.*
- *La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.*

<sup>8</sup> En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

<sup>9</sup> Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

<sup>10</sup> Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

<sup>11</sup> Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.



## 2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en **Mesa De Partes de la Municipalidad Distrital de Quellouno Sito Plaza de Armas S/N - Quellouno.**

## 2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en **PAGO UNICO.**

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Recepción del Almacén de obra.
- Informe del funcionario responsable del Área usuaria e inspector de obra emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentación se debe presentar en ALMACEN CENTRAL, sito en CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO DISTRITO DE QUELLOUNO – LA CONVENCION - CUSCO







## CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

### 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

##### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURA METALICA (INCLUYE, INSTALACION, ACONDICIONAMIENTO Y MONTAJE) SEGÚN EE. TT.

#### 1. PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO : "CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL (LA) I.E 50303 NIVEL PRIMARIA EN LA LOCALIDAD SANTUSAIRES DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO

Nemónico : 0016  
Clasif. Gasto : 2.6.2.2.4  
Fte. Fto : Recursos Determinados

#### 2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURA METALICA (INCLUYE, INSTALACION, ACONDICIONAMIENTO Y MONTAJE), SEGÚN EE. TT.

#### 3. FINALIDAD PÚBLICA

El presente proceso busca contar con la estructura metálica para la cobertura del techo para I.E Primaria de la obra: "CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL (LA) I.E 50303 NIVEL PRIMARIA EN LA LOCALIDAD SANTUSAIRES DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO.

#### 4. ANTECEDENTES

La Entidad Municipal viene ejecutando Proyectos de Inversión Pública, en este caso de la brecha DEPORTIVO CULTURAL, con el propósito de satisfacer la necesidad de incentivar el deporte y eventos culturales de la población de Quellouno y dentro de ellas "CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL (LA) I.E 50303 NIVEL PRIMARIA EN LA LOCALIDAD SANTUSAIRES DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO.

#### 5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

**Objetivo General:** El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación del bien, ADQUISICION DE ESTRUCTURA METALICA (INCLUYE INSTALACION, ACONDICIONAMIENTO Y MONTAJE) SEGÚN EE.TT. estructura que es necesaria para la instalación de la cobertura de la I.E Primaria en la obra "CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL (LA) I.E 50303 NIVEL PRIMARIA EN LA LOCALIDAD SANTUSAIRES DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO.

**Objetivo Específico:**

- o ESTRUCTURA METALICA, ARCOS, VIGAS, ANCLAJES Y APOYOS (ACONDICIONAMIENTO) SEGÚN EE.TT.
- o ESTRUCTURA METALICA, CORREAS Y ARRIOSTRES Y PINTADOS (INCLUYE, INSTALACION, ACONDICIONAMIENTO Y MONTAJE) SEGÚN EE.TT.
- o ESTRUCTURA METALICA, COBERTURAS Y CERCHAS LATERALES PINTADOS, PUESTA EN MARCHA, SEGÚN EE.TT.

#### 6. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR

##### 6.1. DESCRIPCION Y CANTIDAD DEL BIEN Se detallan en el siguiente cuadro:

##### 1.1.2.4 ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA

##### 1.1.2.4.1 ESTRUCTURA METALICA

##### 1.1.2.4.1.1 CERCHA PRINCIPAL

##### 1.1.2.4.1.1.1 ARMADURA DE CERCHA PRINCIPAL

##### 1.1.2.4.1.1.2 APOYO CERCHA PRINCIPAL

##### 1.1.2.4.1.1.3 TENSOR CON CABLE DE ACERO Ø 1/2" INCL. ACCESORIOS

##### 1.1.2.4.1.1.4 PINTURA CERCHA PRINCIPAL


##### 1.1.2.4.1.1.5 IZADO Y MONTAJE DE CERCHA PRINCIPAL

und 6.00  
und 12.00  
m 207.70  
und 6.00  
und 6.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
LA CONVENCION, CUSCO

Ing. Lenin Pacheco Olave Avalos  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP: 312271

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
LA CONVENCION, CUSCO  
Ing. Wagner P. Zurita Morante  
CIP: 13309  
INSPECTOR DE OBRA



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO**  
**GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA**



25  
139

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

1.1.2.4.1.2	CERCHAS LATERALES		
1.1.2.4.1.2.1	ARMADURA DE CERCHA LATERALES	und	10.00
1.1.2.4.1.2.2	PINTURA CERCHA LATERALES	und	10.00
1.1.2.4.1.2.3	IZADO Y MONTAJE DE CERCHA LATERALES	und	10.00
1.1.2.4.1.3	CERCHAS DE CONFINAMIENTO		
1.1.2.4.1.3.1	ARMADURA DE CERCHA DE CONFINAMIENTO	und	10.00
1.1.2.4.1.3.2	PINTURA CERCHA DE CONFINAMIENTO	und	10.00
1.1.2.4.1.3.3	IZADO Y MONTAJE DE CERCHA DE CONFINAMIENTO	und	10
1.1.2.4.1.4	CERCHA CUMBRERA		
1.1.2.4.1.4.1	ARMADURA DE CERCHA CUMBRERA	und	5.00
1.1.2.4.1.4.2	PINTURA CERCHA CUMBRERA	und	5.00
1.1.2.4.1.4.3	IZADO Y MONTAJE DE CERCHA CUMBRERA	und	5.00
1.1.2.4.1.5	COLUMNA METÁLICA		
1.1.2.4.1.5.1	COLUMNA METÁLICA	und	12.00
1.1.2.4.1.5.2	APOYO COLUMNA METALICA	und	12.00
1.1.2.4.1.5.3	PINTURA COLUMNA METÁLICA	und	12.00
1.1.2.4.1.5.4	IZADO Y MONTAJE DE COLUMNA METÁLICA	und	12.00
1.1.2.4.1.6	CORREAS METÁLICAS		
1.1.2.4.1.6.1	CORREA METÁLICA RECTANGULAR 50x50x2.50mm	m	599.55
1.1.2.4.1.7	COBERTURA EN TRIBUNAS		
1.1.2.4.1.7.1	COLUMNAS METÁLICAS DE 75 X75X2.00mm TRIBUNA	und	6.00
1.1.2.4.1.7.2	TIJERALES METALICA EN TRIBUNAS	und	6.00
1.1.2.4.1.7.3	CORREA METÁLICA RECTANGULAR 50x50x2.00mm	m	33.12
1.1.2.4.1.7.4	APOYO TIPO III-TRIBUNAS	und	6.00
1.1.2.4.2	COBERTURAS		
1.1.2.4.2.1	COBERTURA DE CALAMINON CU, E=0.35mm, ALUZINC	m²	658.69
1.1.2.4.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA RASHELL	m	85.00
1.1.4.1	SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUA PLUVIAL		
1.1.4.1.1	RED DE RECOLECCION PLUVIAL		
1.2.3.2.1	BARANDA METALICA	ml	9.88
1.1.4.1.1.2	CANAleta DE EVACUACIÓN PLUVIAL GALVANIZADA	m	67.50
1.2.4.1.1	CANALES P/ EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES		
1.2.4.1.1.3	REJILLA TAPA DE CANAL DE EVACUACION DE AGUA PLUVIAL	m	81.39

La LIMPIEZA Y PREPARACION DE ELEMENTOS METALICOS, será mediante La aplicación del aditivo Transformador de Oxido.

**6.2. CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES**

**6.2.1 DE LOS TRABAJOS A REALIZAR**

Para la Adquisición, Ejecución de la Estructura Metálica, incluye Acondicionamiento, Instalación y montaje en el Proyecto CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL (LA) I.E 50303 NIVEL PRIMARIA EN LA LOCALIDAD SANTUSAIRES DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO, el contratista deberá tomar en cuenta los Anexos de Especificaciones Técnicas, Anexos de Planos de Detalle, así como lo contenido en el los subsiguientes puntos.

Se adjuntará planos.

**6.2.2 DE LOS MATERIALES**

Todos los materiales serán de primer uso y deberán encontrarse en perfecto estado. La calidad y propiedades mecánicas de los materiales serán los indicados en las especificaciones técnicas incluidas en el presente expediente y en los planos de fabricación de las estructuras. Las dimensiones y espesores de las planchas de acero estructural, perfiles estructurales, ángulos estructurales y perfiles LAC; se contempla de acuerdo a las especificaciones técnicas de los planos del expediente técnico.

**PERFILES Y PLANCHAS:** Serán de acero al carbono, calidad estructural, conforme a la norma ASTM A36.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
 LA CONVENCION - CUSCO  
 Ing. Lenin Francisco Loreto Avalos  
 RESIDENTE DE OBRA  
 CIP 212279

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
 LA CONVENCION - CUSCO  
 Arq. Wagner P. Zurita Mormonto  
 CAP N° 13509  
 INSPECTOR DE OBRA







MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA



24  
138

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

**PERFILES TUBULARES:** Serán de acero al carbono, calidad estructural, conforme a la norma ASTM A500, Gr.B. y AST A500, Gr.A

Las propiedades dimensionales de los perfiles serán las indicadas en las Tablas de Perfiles de la Norma ASTM A6: cualquier variación d estas propiedades deberá limitarse a las tolerancias establecidas en la misma norma.

**PERNOS:** Todos los pernos serán de cabeza y tuerca hexagonal y sus propiedades se ajustan a lo indicado en la norma ASTM A325 pernos de alta resistencia y lo indicado en la norma ASTM A307 para pernos de baja resistencia; las dimensiones de los pernos y tuercas estarán de acuerdo a lo indicado en las normas ANSI B18.2.1-1981 y ANSI b18.2.2-1972 respectivamente. Las características de la rosca se ajustarán a lo indicado en la norma ANSI B1.1-1982 para roscas de la serie UNC (gruesa), clase 2A

**ELECTRODOS:** De arco eléctrico y/o alambre tubular, el material de los electrodos será del tipo E60 o E70 con resistencia mínima a la tensión (Fu) de 4,200 kg/cm2 y 4,900 kg/cm2 respectivamente, el material de soldadura deberá cumplir con los requerimientos prescritos en las normas AWS A5.1 o AWS A5.17.

**PINTURA DE BASE ANTICORROSIVO EPÓXICA:** Pintura anticorrosiva, Alquídica-modificada, formulado a base de resinas de alta calidad con propiedades particulares de adhesión y elasticidad, además, deben contener pigmentos inhibidores de oxido para asegurar la protección contra la corrosión.

**PINTURA DE ACABADO:** Pintura de Esmalte Sintético, formulado a base de resina alquídica y pigmentos de muy buena calidad, de película flexible y buen poder cubriente, buena resistencia a la intemperie y rayos solares, se contará con las hojas técnicas de especificaciones de rango de aplicación y certificaciones correspondientes al producto.

Datos Físicos: Acabado brillante según lo aprobado por el área usuaria, Color según cartilla, Curado Evaporación de solventes y oxidación; solidos en volumen 30% + - 2%; Peso por Galón 3.39 – 3.88 Kg, según color VOC 550 -560 g/lit según color; Espesor de película seca 1.0 – 2.0 mils (25-50 micrones); Numero de Capas 2 Rendimiento teórico 35 a 45 m2/gl. Por mano a 1 mil seco Diluyente Aguarrás Mineral o Thiner Standard o Jet Thiner STD S.

6.2.3 GESTIÓN DE LA CALIDAD.

El proveedor deberá presentar a la culminación de la Instalación de la Estructura Metálica, la entrega del "dossier de calidad" todos los documentos, adjuntando los certificados de calidad de los trabajos ejecutados y de los materiales utilizados.

**MUESTREO:** El muestreo de la estructura se realizará de acuerdo a los ensayos descritos a continuación:

**ENSAYOS:**

- El proveedor deberá efectuar la prueba de calidad de cada una de los insumos a utilizar en el procedimiento constructivo.

6.2.4 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

El postor deberá cumplir con la norma G-050 "SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION", para lo cual deberá de presentar en la propuesta declaración jurada de cumplimiento de la norma

6.2.5 REQUISITOS SEGÚN LEYES, REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS Y OTROS

La fabricación de la Estructura Metálica estará basada en la aplicación de las Normas Técnicas y Reglamentos para el Diseño de Estructuras Metálicas, de acuerdo a los siguientes:

- Norma E.20 "Cargas"
- Norma E.30 "Diseño Sismorresistente".
- Norma E.90 "Estructuras Metálicas".
- Norma ASTM (American Society for Testing Materials).
- Norma AISC (American Institute of Steel Construction).

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
LA CONVENCIÓN - CUSCO




Arq. Walter P. Zuñiga Mormonto  
CAP N° 13509

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
LA CONVENCIÓN - CUSCO



Ing. Lenin Francisco Loraico Avalos  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP: 312271



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA



23  
138

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

- Disposiciones del Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Sub Sector Electricidad.

El CONTRATISTA debe cumplir con las siguientes normas:

- Reglamento Nacional de Edificaciones; así como las disposiciones complementarias y específicas para el desarrollo y aplicación de planes de seguridad, a aplicarse en la instalación de la estructura metálica.

6.2.6 **ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE E INSTALACION**

**ACONDICIONAMIENTO:**

Todas las conexiones deberán estar claramente indicadas y detalladas, así como diferenciarlas aquellas que deban efectuarse en el taller y aquellas que deben efectuarse en obra.

**Tolerancias de Fabricación.** - Las tolerancias dimensionales de los elementos ya fabricados se ajustarán a lo indicado en la norma ASTM A6, excepto que aquellos miembros que trabajan en compresión no tendrán una desviación en su "drechura" mayor a 1/1000 de su longitud axial entre puntos de soporte lateral.

La variación de la Longitud real respecto a su longitud detallada no podrá ser mayor de 1/32" (0.8 mm) para aquellos elementos con ambos extremos preparados para uniones tipo "contacto".

La variación de la Longitud real de cualquier otro elemento de la estructura respecto a su longitud detallada no será mayor que a/16" (1.6mm) para elementos de 30' (9,144mm) de longitud y menores, ni mayor que 1/8" (3.2mm) para elementos de más de 30' (9,144mm) de longitud.

Las vigas y tijerales detallados sin una contra flecha especifican se fabricará de tal manera que después del montaje cualquier contra flecha proveniente del laminado o debido al proceso de fabricación apunte siempre hacia arriba

Cualquier desviación permisible en el peralte de las vigas puede producir cambios abruptos de peralte en los empalmes. Cualquier diferencia de peralte en juntas empernadas, en tanto se encuentre dentro de las tolerancias permitidas puede compensarse mediante el uso de planchas de relleno. En el caso de juntas soldadas, el perfil del cordón de soldadura puede ajustarse para compensar la variación de peralte, en tanto la sección y perfil del cordón resultante cumpla los requerimientos de la American Welding Society AWS.

**Tolerancias dimensionales en los elementos estructurales.** - En los elementos estructurales cuyos extremos terminan en planchas de contacto será permisible una variación de 0.8mm en la longitud total.

En los elementos sin planchas de contacto en sus extremos que van a ser montados dentro de otros elementos de una estructura, será permisible una variación de 1.6mm en su longitud, para elementos de hasta 9m de largo de 3mm para elementos de mayor longitud.

Salvo se especifique de otra manera, los elementos estructurales deberán ser rectos en su eje longitudinal, dentro de las tolerancias para perfiles de ala ancha descritos en la Tabla N° 2 a excepción de los elementos a compresión cuya desviación podrá ser de 1/1000 de la longitud axial entre dos puntos soportados lateralmente.

Los elementos estructurales deberán estar libres de torceduras, curvaturas y juntas abiertas.

En las vigas y tijerales en las que no se haya especificado contra flecha la flecha que puede resultar del rolado o de la fabricación se orientara hacia arriba (siempre que la sección sea simétrica).

Cualquier desviación permisible en el peralte de las vigas puede dar lugar a un cambio brusco del peralte en las uniones. En estos casos de diferencia de peraltes que estén dentro de las tolerancias permitidas podrán ser completadas con planchas de relleno. En juntas soldadas la sección de soldadura podrá adaptarse para conformar la variación del peralte debiendo satisfacer la mínima sección de soldadura los requisitos de esta especificación.

**MONTAJE:** El montaje de todos los elementos de acero estructural será llevado a cabo en una secuencia apropiada con los trabajos de otras especialidades. Las estructuras de acero se

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
LA COMISIÓN - CUSCO  
  
Ing. Leon Francisco Loraico Avalos  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP: 312271

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
LA COMISIÓN - CUSCO  
  
Arq. Wagner P. Zuñiga Mormonto  
CAP N° 13509  
INS 02-11-03







MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA



22  
136

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

armaran, se asentarán y anclarán al concreto, bases u otro elemento, de acuerdo con los planos de diseño y montaje previamente elaborados por el contratista y aprobados por el área usuaria, el contratista deberá efectuar el montaje preservando el orden y la limpieza contando con las instalaciones provisionales requeridas para este fin y con todos los equipos adecuados (para efectuar las maniobras que aseguren la ejecución del montaje en concordancia con las buenas prácticas de la ingeniería.

El contratista deberá designar un Ingeniero responsable del montaje, además del personal de todo nivel debidamente calificado y con experiencia para la ejecución del trabajo.

Previamente las estructuras y elementos fabricados deberán haber sido marcados para permitir su identificación y transportados adecuadamente, las estructuras y sus elementos de conexión deberán ser almacenados ordenadamente en un ambiente designado para tal fin que permitan un acceso rápido y de un grado de protección contra las inclemencias del tiempo.

**INSTALACION:**

➤ Deberá aplicar la norma G-050 "SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION".

**Instalación de Placas Base y Pernos de Anclaje en Apoyos Metálicos.** - Las tolerancias en su ubicación respecto de lo indicado en los Planos de Montaje y/o fabricación no serán mayores que:

- a) 1/4" entre centros de grupos de pernos de anclaje adyacentes
- b) 1/2" para nivel del extremo superior de los pernos de anclaje

Las placas bases se mantendrán en su posición exacta y nivelada por medio de lanas o tuercas mientras se coloca el mortero o grout de nivelación

**Instalación de los Pernos en Elementos Estructurales (Tijerales, Arcos y Otros).** - Los Pernos estarán provistos de tuerca y arandela plana. En aquellas conexiones donde las superficies exteriores de los elementos conectados no son perpendiculares al eje del perno, deberán usarse arandelas biseladas.

La parte roscada del perno no debería estar incluida, preferiblemente en el plano de corte de los elementos que conectan. Las llaves de tuercas utilizadas para la instalación de los pernos deben ser de las dimensiones precisas para no producir daños en la cabeza o la tuerca de los pernos

**Tolerancia de Montaje.** - Se aplicarán las tolerancias de montaje indicadas en las Normas Técnicas Peruanas, los elementos verticales de la estructura o columnas se consideran aplomados si la desviación de su eje de trabajo respecto a la línea de plomo no exceda 1:500. El nivel de elementos conectados a columnas es considerado aceptable si la distancia desde el punto de trabajo del elemento al nivel superior de empalme de la columna no se desvía mas que 3/16" (4.5 mm) ni menos que 5/16" (8.0mm) que la distancia especificada en los planos.

Cualquier elemento se considerará aplomado, nivelado y alineado si la variación angular de su eje de trabajo respecto al alineamiento indicado en los planos no excede 1:500.

**Pintura de Resane.** - Una vez que el montaje ha sido concluido, se resanará o se repintará las zonas dañadas de la superficie de pintura, previamente se eliminará el polvo, suciedad o cualquier materia extraña que se haya acumulado durante el periodo de montaje como resultado de los trabajos y la exposición a la intemperie.

**Seguridad, Limpieza, Orden, Higiene y Medio Ambiente.** - Es obligación del Contratista de las Estructuras Metálicas efectuar los y trabajos preservando la debida seguridad a las personas, equipos, bienes propios y de terceros y a la propiedad pública, así como manteniendo adecuada limpieza y orden en la ejecución de los mismos, especialmente durante el desarrollo de los trabajos en el lugar de la obra.

Durante la ejecución de los trabajos en obra, todo el personal del contratista de las Estructuras Metálicas deberá contar con los implementos de seguridad requeridos para el tipo de trabajo, cascos, botas con punteras de acero, caretas de soldar, anteojos para esmerilar, cinturones de seguridad, arnés de seguridad con mosquetones grandes, cabos, etc.

Al igual que las herramientas, implementos y equipos deben ser seguros y perfectamente adecuados para estos trabajos, particularmente los andamios, escaleras, pasarelas, equipos de

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
LA CONVENCIÓN - CUSCO




Ing. Lenin Francisco Loraico Avalos  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP: 312271

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
LA CONVENCIÓN - CUSCO



Arq. Wladimir Páez Marmontes  
CAP: 13509



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA



21  
185

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

oxicorte, etc. Mucha atención merece los equipos y materiales que pueden derivar en situaciones de incendio o explosión como, por ejemplo, combustibles y lubricantes, oxígeno, acetileno, acetogen y similares, siendo obligación prioritaria preservarlos y guardarlos correctamente.

**Grúa telescópica o Similar.** - Se deberá suministrar una o dos Torres Grúas ó similar acorde a la necesidad y los plazos establecidos; así mismo las características técnicas de la Grúa como Potencia, capacidad de carga velocidad de trabajo, sistema de frenos, sistema de seguridad, deberán ser concordantes a las características de los elementos metálicos a montar en función al peso de los arcos metálicos y a la altura del techo metálico.

Para el montaje de los Arcos AMI-01 y AMI-02, se deberá contar con una cercha espacial Metálica adicional para la fijación del Arco Metálico por lo menos en tres puntos, que garantizará el correcto montaje.

**Instalación de Cobertura con Calaminon e=0.35mm.** - Se deberá tener especial cuidado en las fijaciones pues se debe evitar fijaciones en acero inoxidable, plomo, cobre y sus aleaciones ya estos pueden formar una pila galvánica y generar corrosión a la cobertura; Los detalles de la Instalación se encuentran en los anexos adjuntos el cual deberá cumplir a cabalidad.

**Sellado de Cobertura Metálica.** - EL sellado de Cobertura es en zonas de empalmes, orificios, juntas y otros que sean necesarios de acuerdo a la naturaleza constructiva.

**Personal Necesario.** - El contratista encargado de la construcción de las estructuras metálicas presentara a la residencia los certificados de calidad y trabajo, (todo lo indicado en los anexos, de alta especialización y el criterio del supervisor de obra), que muestran la experiencia y calificación del soldador como de primera categoría. Todo trabajo de soldadura que deba ser realizado por el constructor será hecho por los soldadores debidamente calificados.

En el certificado de homologación deberá acreditarse que su categoría es de soldador 3G o 4G, el constructor de las estructuras metálicas en presencia de la residencia y supervisión y cuando sea requerido efectuara pruebas de los soldadores, estas pruebas se realizaran por cuenta del contratista sin costo alguno al área usuaria. Se tomará evaluación obligada a soldaduras que corresponden a los arcos y vigas, solo se continuara con los montajes cuando de las soldaduras evaluadas arrojen resultados satisfactorios, si los resultados no fuesen satisfactorios el supervisor ordenara otras pruebas o el respaldado de las estructuras.

Se aclara que, los certificados de homologación deben ser vigente en la AWS D1.1, y no deben tener una antigüedad mayor a 12 meses a la presentación de las ofertas.

Los operadores de maquinarias y demás equipos deberán contar con las licencias y experiencia respectivas para el uso de las maquinarias correspondientes, para lo cual deberán presentar la documentación necesaria a la residencia.

#### 6.2.7 VISITAS

La visita técnica es de interés propio para el correcto dimensionamiento de la propuesta a proveer. Siendo de responsabilidad exclusiva de los interesados que desean participar del procedimiento de selección. Los interesados pueden visitar e inspeccionar las instalaciones de obra, a fin de efectuar todas las evaluaciones que sean necesarias para la Instalación de las Estructuras Metálicas y Cobertura para lo cual deberá presentar declaración jurada en la propuesta de haber realizado la visita in situ, sitio donde se ejecutaran los trabajos, condiciones del transporte, manejo de almacenamiento, disposición de materiales, disponibilidad de mano de obra, todos los elementos y condiciones que pueda incidir de manera directa e indirecta en la propuesta.

La visita se coordinará a través de la Oficina de Residencia de la Obra sito en el Centro Poblado de Quellouno.

#### 6.2.8 SISTEMA CONTRATACIÓN

A suma alzada

#### 6.2.9 MODALIDAD DE EJECUCION

Llave en mano

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
LA COMISIÓN - CUSCO



Ing. Lenin Francisco Loraico Avalos  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP-312271

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
LA COMISIÓN - CUSCO



Ing. Wagner P. Curiña Mormonto  
CIP-135509







MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA



20  
134

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

6.2.10 REQUERIMIENTOS MINIMOS

CALIFICACIONES DEL PERSONAL.

El postor deberá acreditar el siguiente personal:

A. Personal Clave:

• UN (01) RESPONSABLE DEL SERVICIO

Formación profesional:

Ing. mecánico y/o Ing. metalúrgico colegiado y habilitado

Con una experiencia de 04 años en inspecciones de trabajos en soldadura y/o inspector

en soldadura como calidad END, capacitación en inspección visual en juntas de soldadura

- WORKSHOP con una duración mínima de 25 HORAS, capacitación en trabajos de

altura con una duración mínima de 120 horas, inspector de soldadura

homologado en calidad end con duración mínima de 100 horas, capacitación en

defectología de la soldadura con una duración mínima de 30 horas, capacitación en

residencia y supervisión en obras públicas con una duración mínima de 35 horas,

certificado de inspección visual nivel II el cual deberá de estar vigente, certificado de

líquidos penetrantes nivel II vigente.

• UN (01) RESPONSABLE DE ESTRUCTURAS

Formación Profesional

Ing. mecánico y/o Ing. Civil titulado, colegiado y habilitado.

con una experiencia de 01 año como proyectista estructural de estructuras metálicas y/o

calculo estructural de techo metálico, con una capacitación de análisis y diseño de

estructuras metálicas con una duración mínima de 100 horas, curso en soldadura de

reparación y mantenimiento con una duración mínima de 8 horas.

• UN (01) PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Formación Profesional

Ing. Civil y/o Ing. Industrial, titulado, colegiado, habilitado

Experiencia Laboral

con una experiencia mínima de 02 años en seguridad de estructuras metálicas,

capacitación en SSOMA - seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, capacitación

en gestión de seguridad y salud ocupacional en obra, capacitación en como

prevencionista de riesgos laborales con una duración mínima de 100 horas por cada

capacitación;

• 02 TÉCNICO MECÁNICO DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS

Con homologación de 4G actualizado, con una experiencia general como soldador

mínimo de 02 años, capacitación en trabajos en caliente mínimo 120 horas, capacitación

en trabajos de izaje y carga mínima de 120 horas.

• 01 MONTAJISTA - TÉCNICO EN CONSTRUCCIONES METÁLICAS

con homologación mínima de 3G actualizado, con una experiencia de 02 años como

especialista en montaje de estructuras y/o operador armador montaje con capacitación

en trabajos de altura con una duración mínima de 100 horas

• 01 OPERARIO PINTOR

Técnico en construcciones metálicas, Con una experiencia general de 02 años como pintor  
de estructuras metálicas

Acreditación:

El PROFESIONAL CON TITULO será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/> o en el Registro Nacional de Certificados, los cursos, capacitación, experiencia se acreditará con copia de estos.

Para profesionales técnicos con títulos serán verificados mediante la Consulta de grados y títulos de educación superior en el portal de MINEDU a través del siguiente link: <https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe>

Del personal clave Ingeniero Responsable del trabajo, responsable de estructuras e Ingeniero Responsable de Seguridad, los postores en su oferta deberán presentar una carta de compromiso de


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
LA CONVENCIÓN - CUSCO



Ing. Leon Francisco Loraico Avalos  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP-312211



Abel Wagner P. Juniga Mormontor  
INGENIERO N° 13509



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA



"Año del Bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

disponibilidad y participación en la entrega, instalación y puesta en funcionamiento del bien materia de contratación, suscrito por dichos profesionales con firma legalizada.

**LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL PERSONAL, SON LAS SIGUIENTES:**

**Responsable de la instalación**

El ingeniero responsable de la instalación, debe conocer en su totalidad los alcances del contrato, mantener y custodiar los documentos que sean requeridos durante la ejecución (planos, actas, memorias, especificaciones, comunicaciones, etc.).

Verificar la calidad de los materiales a emplear en la fabricación de la estructura, antes de usar, debe revisar los certificados y sellos de garantía.

Verificar que los trabajos de habilitación, instalación y pintado se ejecutarán de acuerdo al Expediente Técnico basados en sus especificaciones técnicas y planos de detalle, así mismo realizar las pruebas de calidad de cuerdo a los ensayos no destructivos en obra.

**Especialista en Seguridad**

Debe observar y exigir en todo momento las normas de seguridad vigentes en la Obra, debiendo todo el personal de trabajo estar provistos de los implementos de seguridad respectivos

**Maquinaria, Equipos Estratégico y Herramientas:**

El contratista contará con las maquinarias, equipos y herramientas necesarias para el suministro, fabricación, instalación y pintado de lo requerido para la estructura metálica, del cual dicho costo de estas será a cargo del contratista. Las maquinarias y equipos a utilizar deberán estar en perfecto estado operacional, por lo que cualquier desperfecto en estas deberá ser subsanada por el contratista en un plazo no mayor a 2 días, estos equipos y maquinaria podrá estar ubicados en fabrica del contratista o a pie de obra respectivamente, las siguientes Maquinarias, Equipos y herramientas:

El contratista es responsable por cualquier daño a terceros o, a la obra, que pueda ocasionar durante la prestación:

- 02 TALADRO ATORNILLADOR INDUSTRIAL
- 01 COMPRESORA HORIZONTAL 120 LITROS 4 HP
- 01 MAQUINA ROLADORA DE 5.5 KW
- 02 TRONZADORA ELECTRICA DE 14 PULGADAS X 2400W
- 01 GALGA DE SOLDADURA PICO DE LORO DE ACERO INOXIDABLE
- 02 ESMERILES DE MANO
- 15 ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES NORMADOS
- 01 GENERADOR 7.5KW GASOLINA 240V
- 02 AMOLADORAS 2200W 9 PULGADAS
- 02 MAQUINAS DE SOLDAR (450 AMPERIOS) MONOFASICA/TRIFASICA
- 01 GRUA TELESCOPICA Y/O CAMION GRUA MÍNIMO 10 TONELADAS

Todos los equipos serán de una antigüedad máxima de 03 años.

No se considerará el año del camión grúa, sin embargo, para la presentación de la propuesta deberá de presentar certificado de operatividad emitido por un ingeniero mecánico colegiado y habilitado. Para lo cual deberá de acreditar a la presentación de la oferta con copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

**6.3. REQUISITOS DE EJECUCION DEL BIEN**

Segun Planos de detalles y Especificaciones Técnicas adjuntas, el contratista deberá de:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
LA CONVENCIÓN - CUSCO



Ing. Lenin Francisco Loraico Avalos  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP: 312271

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
LA CONVENCIÓN - CUSCO



Aro Wagner P. Zuhiga Montenegro  
CAP N° 1396  
INSPECTOR DE OBRA







MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA



18  
132

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

- Verificar la adecuada elaboración e instalación de la estructura metálica en conformidad las especificaciones dadas.
- Verificar el correcto funcionamiento de la estructura metálica.
- Control de calidad de trabajos de la estructura.
- Finalizado el trabajo de suministro e instalación de la cobertura con estructura metálica el contratista realizará un informe de los trabajos realizados, mantenimiento y recomendaciones de la estructura metálica para su mantenimiento.
- El material debe ser de calidad, seguridad y certificada.
- Los materiales deben ser nuevos, de primer uso.
- El material que se utilizará tendrá que cumplir con la norma ASTM, estos materiales tendrán que ser aprobados por el residente y supervisor de obra.

6.4. PRUEBAS O ENSAYOS PARA LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES

Pruebas de Filtración de Agua, se realizará en forma manual in situ con aspersión de agua en la superficie de la Cobertura.

6.5. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LAS PRESTACION

- El CONTRATISTA, deberá tener responsables profesionales como ingeniero mecánico, ingeniero de seguridad, ingeniero especializado en estructuras, inspector de soldadura para los respectivos trabajos.
- El personal del CONTRATISTA profesional encargado, deberá observar y exigir en todo momento las normas de seguridad vigentes en la Obra, debiendo todo el personal de trabajo estar provistos de los implementos de seguridad respectivos.
- Los trabajos de habilitación, instalación y pintado se ejecutarán de acuerdo al Expediente Técnico basados en sus especificaciones técnicas y planos de detalle, así mismo estos trabajos pasarán una prueba de calidad de cuerdo a los ensayos nos destructivos en obra.
- Los elementos de la estructura metálica de acero deberán ser apropiadamente almacenados y colocados sobre rodamientos en el terreno, que lo liberen de estar en contacto con el suelo y deberán ser colocados en forma recta y derecha con sus debidos soportes. El contratista será responsable por los daños y pérdidas que puedan ocurrir en su material antes de la entrega de las obras.
- El contratista deberá tomar la debida precaución para evitar daño a las instalaciones del Proyecto y ejecutar restauración en caso de que esto suceda, considerar la mayor estética posible, así mismo mantendrán los sitios de trabajo libre de desechos materiales.
- El CONTRATISTA, deberá presentar durante la ejecución, los protocolos de prueba de la calidad del suministro, fabricación e instalación de la estructura metálica.
- La entidad se reserva el derecho de hacer visitas inopinadas para constatar la calidad de fabricación del bien a contratar, esto en la frecuencia y con la metodología establecida para el control de calidad, que son parte de estas bases y que deben ser mejoradas por el contratista.
- Los materiales suministrados para la estructura metálica en general, antes de usar deberán verificarse previa certificación (sellos de garantía) de los talleres de fabricación.
- EL CONTRATISTA, deberá presentar los CERTIFICADOS DE CALIDAD Y GARANTIA (mínimo 1 años) de la adquisición del bien, para que proceda el trámite de conformidad de pago.

7. PRUEBAS DE INSPECCION EN FABRICA (con respecto al material)

Para verificar la veracidad e integridad del suministro y el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, se requiere que los bienes adquiridos, previo a su embarque (del lugar de fabricación a la Obra), sean sometidos a las siguientes pruebas:

- Inspección física.
- Comprobación técnica mediante la elaboración de Protocolos de Pruebas.

El contratista debe entregar al área usuaria un protocolo de pruebas de inspección en fabrica, con una anticipación de dos (02) semanas, indicando el cumplimiento mínimo de las especificaciones técnicas, así como también lo siguiente:

- Descripción general de la estructura a ser inspeccionada.

Luego de recibido el Protocolo de Pruebas, el área usuaria, tendrá hasta diez (5) días calendario para emitir su aprobación y podrá incluir pruebas adicionales para verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas. El Contratista debe acoger las observaciones del área usuaria, desarrollar los procedimientos adicionales en el Protocolo y facilitará el material e instrumental necesario para su ejecución.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
LA COMENDANCIA - CUSCO



Ing. Lenin Francisco Loraico Avalos  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP: 312271



Ing. Nabor Zúñiga Mormontoy  
CIP: 13509  
RESIDENTE DE OBRA





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA



17  
181

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

8. PRUEBAS DE INSPECCION EN SITIO

Las pruebas de inspección en sitio comprenden los siguientes aspectos:

- Inspección física.
- Verificación de las características técnicas.

Las pruebas de inspección en sitio deberán desarrollarse en presencia del personal autorizado del área usuaria y del contratista, de acuerdo a programas y protocolos elaborados por el contratista y aprobados por el área usuaria.

Corresponde al contratista organizar y proporcionar todos los materiales, instrumentos y elementos necesarios para la ejecución de dichas pruebas. La obtención de resultados favorables en las pruebas de inspección de sitio no libera al contratista de responsabilidad por mal funcionamiento de los bienes y suministros, dentro del periodo de GARANTIA COMERCIAL establecida.

En caso de producirse observaciones en las pruebas de inspección en sitio y/o no cumplir con los requisitos de las especificaciones técnicas, el contratista deberá efectuar las subsanaciones requeridas hasta cumplir con los requerimientos establecidos. Cualquier demora al respecto será responsabilidad del contratista.

9. GARANTIA COMERCIAL

Se requiere una garantía comercial otorgada por el contratista por un periodo superior a tres (3) años, con vigencia desde el día siguiente de emitido la conformidad por parte de la entidad, debiendo cubrir todo defecto en el proceso de fabricación, diseño, instalación y mano de obra (de ser el caso).

Durante el periodo de Garantía Comercial establecido, El Contratista garantizará el adecuado comportamiento y eficiencia estructural de todos los elementos de la cobertura, a los niveles y valores alcanzados y aprobados en las pruebas de inspección en fábrica y pruebas de inspección en sitio.

El área usuaria reportará al Contratista, en forma escrita o por cualquier medio de comunicación válido, las fallas o defectos de los bienes adquiridos, de sus componentes y/o accesorios inherentes a la cobertura y al desempeño estructural de los mismos, con la correspondiente descripción técnica.

Las reparaciones, y/o reemplazos de los bienes adquiridos que debe ejecutar El Contratista, durante el periodo de la Garantía Comercial deberá realizarlos en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario, computados a partir de la fecha de generación del reporte de falla hasta la fecha de recepción del bien reparado o reemplazado, comunicando al Contratista que el bien defectuoso se encuentra en obra. Este hecho no será causal de ampliaciones de plazo ni reconocimiento de gastos adicionales. La declaración jurada de vigencia de garantía presentada en la oferta por el postor en la que debe expresar el cumplimiento de las condiciones de Garantía Comercial establecidas en el presente numeral.

En caso que los bienes presenten fallas o defectos mayores y/o recurrentes, que no puedan ser solucionados con el apoyo del personal técnico del área usuaria, un especialista del Contratista debe constituirse en el lugar de instalación de los bienes adquiridos y realizar las intervenciones del caso. Este servicio deberá realizarse dentro del plazo de 05 días de notificada al contratista por medio escrito y/o correo electrónico y será sin costo para el área usuaria.

10. TRANSPORTE Y SEGUROS

10.1 TRANSPORTE

El transporte de los bienes y materiales es de responsabilidad del contratista ya que la entidad no se responsabiliza de los daños causados y demás perjuicios que el transporte pueda causar a los materiales, equipos, personal y demás.

10.2 SEGUROS

El ganador de la Buena pro deberá presentar el seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) vigente para cada uno de los trabajadores que laboraran en el suministro e instalación de la estructura metálica y trabajos en general, además el CONTRATISTA obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, para garantizar que la seguridad del personal que participara en la elaboración del bien el postor deberá de presentar en su oferta declaración jurada de presentación de seguro complementario de trabajo de riesgo para la firma de contrato según la legislación

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
LA CONVENCIÓN - CUSCO  
Ing. Lenin Francisco Loraico Avalos  
RESIDENTE DE OSRA  
CIP: 312271

Arq. Elegerio Cruz Jimenez  
CIP: 13509  
INGENIERO DE OBRAS

RITAL DE QUELLOUNO  
E SELECCION  
DENTE  
24

RITAL DE QUELLOUNO  
E SELECCION  
MBRO  
24

RITAL DE QUELLOUNO  
E SELECCION  
IEMBRO  
24



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA



16  
130

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en capacidad total, hasta que las prestaciones pactadas hayan culminado y cuenten con la aceptación de la ENTIDAD.

11. LUGAR DE ENTREGA

El bien deberá ser entregado, instalado y montado en la obra "CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL (LA) I.E 50303 NIVEL PRIMARIA EN LA LOCALIDAD SANTUSAIRES DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO", ubicado en el Centro poblado de Santusaíses, distrito de Quelouno y Provincia de La Convención.

CENTRO POBLADO : SANTUSAIRES  
DISTRITO : QUELLOUNO  
PROVINCIA : LA CONVENCIÓN  
LUGAR : CC.PP SANTUSAIRES.

12. PLAZO DE ENTREGA

El bien objeto de la presente adquisición será acondicionado, montado, instalado y puesto en marcha en un plazo de sesenta (60) días calendario. Este período comenzará a contarse a partir del día siguiente a la firma del contrato. La entrega incluirá todos los componentes necesarios, debidamente instalados y funcionando según la naturaleza del servicio contratado. Al final de este plazo, se deberá presentar un informe de entregables que confirme la correcta instalación y operación del bien adquirido.

13. CONFORMIDAD

La conformidad del bien estará a cargo del Residente de Obra Y Supervisor de Obra, en un plazo que no excederá los siete (07) días calendarios de haber concluido la entrega del bien de acuerdo con el (Art. 168º del RLCE).

14. CONDICIONES DE ENTREGA DE BIEN

- Si en caso de tener observaciones el contratista tiene un plazo de ocho (08) días calendarios para subsanar, a partir del día siguiente de la notificación de las observaciones.
- Si el bien NO CUMPLE con las especificaciones técnicas referidas, este será observado por los especialistas de residencia de obra y/o supervisor de obra y deberá ser recogido por el proveedor sin que este genere costo alguno a la entidad.
- El bien debe ser nuevo y de primer uso, con materiales nuevos para su elaboración.

➤ MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

- El contratista y/o proveedor adjudicado del proceso de selección, para su entrega debe ceñirse estrictamente a lo dispuesto en la RM N° 0258-2020-MTC/01, Anexo IV, hasta llegar a los almacenes de recepción de la mercadería, para lo cual deberá de presentar declaración jurada en su oferta de cumplimiento de dicha medida.

15. ADELANTOS

La Entidad No otorgara adelanto directo a solicitud del contratista.

16. FORMA DE PAGO

La Entidad efectuara el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pago único a la culminación de la entrega e instalación del bien.

Para efectos del pago se realizará de forma única de la contraprestación ejecutada por el contratista, la entidad debe contar con la siguiente documentación.

- Recepción del Almacén de Obra y Almacén Central.
- Informe del funcionario responsable del Área Usaria: Supervisor de Obra y Residente de Obra RESPONSABLES DE OTORGAR LA CONFORMIDAD.
- Guía de remisión
- Comprobante de pago, facturas

17. PENALIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
LA CONVENCIÓN - CUSCO  
Ing. Lenin Francisco Loraico Avalos  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP: 312271

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
LA CONVENCIÓN - CUSCO  
Ing. Wagner E. Zúñiga Morimoto  
CIP: N° 13368  
SUPERVISOR DE OBRA





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA



15  
129

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de prestaciones objeto del contrato la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad al Reglamento de contrataciones del estado (según el artículo 162 del RLCE).

18. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista será de Un (01) año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

19. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

Se deberá entregar la siguiente documentación a la firma del contrato.

- Cronograma de trabajo general
- Se deberá alcanzar la lista completa del personal encargado de ejecutar la contratación
- El área usuaria realizará la entrega de terreno bajo acta. Se aclara que la residencia de obra es el área usuaria.

20. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B.1	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>El contratista debe de acreditar un monto facturado equivalente a S/540,000.00 (Quinientos Cuarenta mil con 00/100 soles) por servicios prestados iguales o similares al objeto de la convocatoria durante los ocho (08) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 01 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/. 28,500.00 (veintisiete mil quinientos con 00/100 soles), por la venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes: ADQUISICION E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA CON COBERTURA DE POLICARBONATO SOLIDO Y/COBERTURA DE ALUZINC Y/OTR4 Y/OTEJA ANDINA</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago<sup>1</sup>, iii) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en</p>

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

\*... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado".

(...)

"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la que debiera reconocerse la validez de la experiencia".

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
LA CONVENCIÓN - CUSCO  
Ing. Lenin Francisco Loraico Avalos  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP. 312271

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
LA CONVENCIÓN - CUSCO  
Ing. [Nombre] [Apellido]  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP. [Número]

TRITAL DE QUELLOUNO  
DE SELECCION  
SIDENTE  
024

TRITAL DE QUELLOUNO  
DE SELECCION  
MIEMBRO  
024

TRITAL DE QUELLOUNO  
DE SELECCION  
MIEMBRO  
024



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

la Especialidad.

En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

**Importante**

*En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*

**C. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL**

**C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE**

Requisitos:

- **UN (01) RESPONSABLE DEL SERVICIO**  
Con una experiencia de 04 años en inspecciones de trabajos en soldadura y/o inspector en soldadura como calidad END y respectivas capacitaciones
- **UN (01) RESPONSABLE DE ESTRUCTURAS**  
Con una experiencia de 01 año como proyectista estructural de estructuras metálicas y/o calculo estructural de techo metálico.
- **UN (01) PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL**  
Con una experiencia mínima de 02 años en seguridad de estructuras metálicas
- **02 TÉCNICO MECÁNICO DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS**  
Con una experiencia general como soldador mínimo de 02 años, capacitación en soldadura en general mínima de 20 horas.
- **01 MONTAJISTA - TÉCNICO EN CONSTRUCCIONES METÁLICAS**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
LA COMERCIAL - CUSCO




Ing. Lenin Francisco Loraico Avalos  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP: 312271

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
CUSCO



Arq. Walter P. Zuñiga Mermont  
CAP N° 15509  
(Ingeniero de Arquitectura)





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA



13  
127

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Con una experiencia de 02 años como especialista en montaje de estructuras y/o operador armador montajista

• 01 OPERARIO PINTOR

Con una experiencia general de 02 años como pintor de estructuras metálicas

Acreditación:

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Importante

- El tiempo de experiencia mínimo debe ser razonable y congruente con el periodo en el cual el personal ejecutará las actividades para las que se le requiere, de forma tal que no constituya una restricción a la participación de postores.
- Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento y la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.
- En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo.
- Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Importante para la Entidad

En caso que el objeto de la convocatoria sea la adquisición de bienes bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se requiera personal para la instalación y puesta en funcionamiento, y se haya considerado que éste es personal clave, se puede incluir el siguiente requisito de calificación:

21. ANEXOS

23.01 METRADOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES

Contratar a una empresa especializada que brinde la Construcción de la Estructura Metálica, Acondicionamiento, Instalación y Montaje en el Proyecto: CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL (LA) I.E 50303 NIVEL PRIMARIA EN LA LOCALIDAD SANTUSAIRES DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO cumpliendo con lo exigido en las Especificaciones Técnicas, que implica lo siguiente,

23.02 DETALLES DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS

Consta de los siguientes elementos:

- ARCOS Y SEMIARCOS metálicos de sección compaña "I", conformados a base de planchas estructurales A-36. Estas VIGAS sección "I", son de peralte constante, apoyadas sobre columnas de concreto.
- Los apoyos metálicos son de tipo FIJO - ARTICULADO ROTULA, conformada por planchas de apoyo, pernos de anclaje, planchas de encajonamiento, pasadores y otros.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
LA CONVENCION - CUSCO  
Ing. Lepia Francisco Loraico Avalos  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP- 312271





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

c. Las correas metálicas son a base de Perfil metálico Sección TR "O", arriostradas perpendicularmente a los arcos metálicos, por medio de fierro liso de 5/8".

N°	COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL (LA) I.E 50303 NIVEL PRIMARIA EN LA LOCALIDAD SANTUSAIRES DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO	Und	Cant.
1.1.2.4	ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA		
1.1.2.4.1	ESTRUCTURA METALICA		
1.1.2.4.1.1	CERCHA PRINCIPAL		
1.1.2.4.1.1.1	ARMADURA DE CERCHA PRINCIPAL	und	6.00
1.1.2.4.1.1.2	APOYO CERCHA PRINCIPAL	und	12.00
1.1.2.4.1.1.3	TENSOR CON CABLE DE ACERO Ø 1/2" INCL. ACCESORIOS	m	307.70
1.1.2.4.1.1.4	PINTURA CERCHA PRINCIPAL	und	6.00
1.1.2.4.1.1.5	IZADO Y MONTAJE DE CERCHA PRINCIPAL	und	6.00
1.1.2.4.1.2	CERCHAS LATERALES		
1.1.2.4.1.2.1	ARMADURA DE CERCHA LATERALES	und	10.00
1.1.2.4.1.2.2	PINTURA CERCHA LATERALES	und	10.00
1.1.2.4.1.2.3	IZADO Y MONTAJE DE CERCHA LATERALES	und	10.00
1.1.2.4.1.3	CERCHAS DE CONFINAMIENTO		
1.1.2.4.1.3.1	ARMADURA DE CERCHA DE CONFINAMIENTO	und	10.00
1.1.2.4.1.3.2	PINTURA CERCHA DE CONFINAMIENTO	und	10.00
1.1.2.4.1.3.3	IZADO Y MONTAJE DE CERCHA DE CONFINAMIENTO	und	10
1.1.2.4.1.4	CERCHA CUMBRERA		
1.1.2.4.1.4.1	ARMADURA DE CERCHA CUMBRERA	und	5.00
1.1.2.4.1.4.2	PINTURA CERCHA CUMBRERA	und	5.00
1.1.2.4.1.4.3	IZADO Y MONTAJE DE CERCHA CUMBRERA	und	5.00
1.1.2.4.1.5	COLUMNA METALICA		
1.1.2.4.1.5.1	COLUMNA METALICA	und	12.00
1.1.2.4.1.5.2	APOYO COLUMNA METALICA	und	12.00
1.1.2.4.1.5.3	PINTURA COLUMNA METALICA	und	12.00
1.1.2.4.1.5.4	IZADO Y MONTAJE DE COLUMNA METALICA	und	12.00
1.1.2.4.1.6	CORREAS METALICAS		
1.1.2.4.1.6.1	CORREA METALICA RECTANGULAR 50x50x2.50mm	m	599.55
1.1.2.4.1.7	COBERTURA EN TRIBUNAS		
1.1.2.4.1.7.1	COLUMNAS METALICAS DE 75 X75X2.00mm TRIBUNA	und	6.00
1.1.2.4.1.7.2	TIJERALES METALICA EN TRIBUNAS	und	6.00
1.1.2.4.1.7.3	CORREA METALICA RECTANGULAR 50x50x2.00mm	m	33.12
1.1.2.4.1.7.4	APOYO TIPO HI-TRIBUNAS	und	6.00
1.1.2.4.2	COBERTURAS		
1.1.2.4.2.1	COBERTURA DE CALAMINON CU, E=0.35mm, ALUZINC	m²	658.69
1.1.2.4.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA RASHELL	m	85.00
1.1.4.1	SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUA PLUVIAL		
1.1.4.1.1	RED DE RECOLECCION PLUVIAL		
1.2.3.2.1	BARANDA METALICA	ml	9.88
1.1.4.1.1.2	CANAleta DE EVACUACIÓN PLUVIAL GALVANIZADA	m	67.50
1.2.4.1.1	CANALES P/ EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES		
1.2.4.1.1.3	REJILLA TAPA DE CANAL DE EVACUACION DE AGUA PLUVIAL	m	81.39

El plazo para su aprobación es de 05 días calendarios a partir del día siguiente de su recepción.

Las dimensiones, pesos y espesores de los arcos, semiarcos, vigas metálicas, correas metálicas y demás estructuras se fabricarán según la Norma ASTM A36/A36M, ASTM A-1011-LAC, ASTM A500, de acuerdo a las especificaciones técnicas de los planos del expediente técnico.

➤ APOYO FIJO-ARTICULADO TIPO-01 PARA ARCOS METALICOS AMI-01:

- Planchas de acero estructural laminadas en caliente
- Norma Técnica : ASTM A36
- Límite de Fluencia : fy=2530 kg/cm2
- Resistencia a la Tracción : ft=4100-5600 kg/cm2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
Ing. Lenin Francisco Loraico Avalos  
RESIDENTE DE CERA  
CIP: 317271

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
Ing. Wagner P. Zuñiga Masmonio  
CIP: N° 13508




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA



125

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

- Pernos de alta resistencia (ASTM A325, fu=8400 kg/cm2).
- Suministro y Fabricación :
  - Pernos de alta resistencia (ASTM A325, fu=8400 kg/cm2).
  - Electrodo celulósicos E60, según AWS A5.1 Fu=4200kg/cm2.
  - Cantidad de Apoyos: 20 Unds



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
LA COMERCIO - CUSCO  
Ing. Wagner P. Quiroga Morante  
INSC. N° 13409

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
LA COMERCIO - CUSCO  
Ing. Lenin Francisco Loraico Avalos  
RESIDENTE DE OSRA  
DIP. 312271



10  
124

[illegible]


 H. E. A. G. Guillermo Zuñiga Vercor  
 CAP. N° 13563  
 DIRECTOR DE CARRA





09  
123

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

➤ CORREA METALICA SECCION TUBO RECTANGULAR, TIPO CM-01:





- Perfil Estructural : Rectangular
- Material : ACERO ASTM A-1011-LAC
- Norma de Fabricación : ASTM A-6
- Limite de Fluencia :  $f_y=2530 \text{ kg/cm}^2$
- Suministro :
  - Sección y Longitud: 50mm X 50mm X 25mm, Longitud de 1.20 m cada correa
  - El empalme entre correa y viga metálica será con ángulo metálico 1 1/2" x 1/8", en ambos lados de la correa.
  - Electrodo celulósicos E60, según AWS A5.1  $F_u=4200\text{kg/cm}^2$ .
  - Cantidad de Correas: 530 und



DETALLE ISOMETRICO CORREA  
ESC. 1/20

➤ COBERTURA DE CALAMINON TIPO CU

- Espesor: 0.35mm.
- Largo: 5.41ml.
- Ancho: 1170.00mm.
  - Instalación calaminón
  - Anclado con tuerca 1 1/16" x 39/64", perno 5/8"/esparrago galvanizado de 270mm, arandela de aluminio y cinta butil.
  - Protegido con arandela plástica tipo boye 3/16" y capuchón de 3/16" obligatorio.
  - Incluye instalación de calaminón CU



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
LA CONVENCIÓN - CUSCO  
Ing. Lenin Francisco Loraico Avalos  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP: 312271

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
LA CONVENCIÓN - CUSCO  
Ing. Víctor P. Zuraya Marmonte  
CAP N° 132-08  
INSPECTOR DE OBRA

TRITAL DE QUELLOUNO  
DE SELECCION  
ESIDENTE  
2024

TRITAL DE QUELLOUNO  
DE SELECCION  
MIEMBRO  
024

TRITAL DE QUELLOUNO  
DE SELECCION  
MIEMBRO  
2024



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

23.03 DESCRIPCIÓN BIEN (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR PARTIDAS)

Los trabajos de Construcción serán los siguientes:

1.1.2.4 ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA

1.1.2.4.1. ESTRUCTURA METALICA

1.1.2.4.1.1 CERCHA PRINCIPAL

1.1.2.4.1.1.1 ARMADURA DE CERCHA PRINCIPAL (unidad de medida: und)

En este documento se detallan las especificaciones técnicas y normas constructivas que regirán el proceso de fabricación y montaje de las estructuras de acero para el techo.

Acero Estructural:

Los elementos resistentes de la estructura metálica serán tubos (perfiles) de acero al carbono laminado en caliente LAC, designación estructural ASTM A500, cuyas propiedades mecánicas son las siguientes:

Límite mínimo de fluencia	:	fy = 270 Mpa
Resistencia mínima a la tracción	:	R = 310 Mpa
Alargamiento en 50 mm	:	A = 20 %

Pernos:

Los pernos serán de cabeza y tuerca hexagonal y sus propiedades se ajustarán a lo indicado en la norma ASTM A325.

Las características y dimensiones de las tuercas estarán de acuerdo a lo indicado en la Norma

Especificación Técnica de Pernos			
Diámetro nom. del producto	Área de Esfuerzo pulg <sup>2</sup>	Clase de Resistencia	
		Grado 8	
		Carga de Prueba (lb)	Resistencia mínima a la tensión (lb)
3/8"	0.0775	9300	11600
1/2"	0.1419	17000	21300


ASTM A563.

Proceso De Soldadura

Todas las uniones entre los elementos resistentes de acero de la estructura metálica serán soldadas con electrodo recubierto AWS E6011 1/8" o 3/16"; y las placas bases, columnas que tienen espesores considerables se soldaran con electrodo AWS 7018 1/8" o 3/16" las mismas tienen alto contenido de celulosa, brindan una estabilidad de arco

CALIFICACION DE LOS SOLDADORES

Los soldadores deben mostrar su capacidad como tales mediante la presentación de certificados Actualizados otorgados por alguna entidad o escuela de reconocido prestigio. En caso de que no se disponga de dichos certificados, la Supervisión de Obra.



1.1.2.4.1.2 APOYO CERCHA PRINCIPAL (unidad de medida: und)

DESCRIPCIÓN.

Estos trabajos están referidos a la unión de tubos Rectangulares, Cuadrados o Circulares no Convencionales con planchas metálicas y pernos y anclaje siguiendo estrictamente las secciones y espesores especificadas en los planos correspondientes. Los mismos que serán Usados en la fabricación de estructuras de anclaje para conseguir la unión entre la estructura del tjerat con las columnas metálicas.

PROCESO CONSTRUCTIVO.

Se deberá garantizar el cumplimiento de las normas para trabajos de soldadura de los distintos elementos de la estructura metálica del elemento.

Para los trabajos de soldadura se usará soldadura AWS E7018 de 3/16", para un mejor acabado previo al pintado usar masilla plástica para darle mayor homogeneidad a los puntos de soldado.

Se utilizarán Planchas A500 LAC, los cuales serán plegados de acuerdo con las dimensiones necesarias, estipuladas en los planos correspondientes.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
LA CONVENCIÓN, CUSCO



Ing. Lenin Francisco Loraico Avalos  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP-312271



Ing. Wagner P. Zuniga Monreal  
CAP N° 13589  
INSPECTOR DE OBRAS



07  
121

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Así mismo se utilizarán PERNO DE 5/8" CON TUERCA Y ARANDELA X 8 cm de diámetros de acuerdo a los planos estructurales. Las Secciones de la estructura metálica del presente proyecto se fabricarán doblando en frío y/o soldando planchas laminadas en caliente. En caso de adoptarse la segunda alternativa deberá emplearse una secuencia de soldadura adecuada para unir elementos de los perfiles, con el fin de minimizar los esfuerzos residuales y distorsiones.

El material laminado antes de ser empleado debe estar derecho y su alineamiento debe cumplir con la norma ASTM-A36. Si se requiere enderezar el material, esta operación debe hacerse por medios mecánicos o por la aplicación localizada de calor.

El corte con oxígeno deberá hacerse en lo posible con máquina. Los bordes que recibirán soldadura deben quedar libres de imperfecciones. Las imperfecciones mayores de 4mm. Deben eliminarse esmerilando el borde.

Todas las esquinas entrantes deben redondearse con un radio mínimo de 12.5 mm, y deben quedar libres de entalladuras. Los bordes de planchas o de perfiles o cortados con oxígeno no requieren preparación especial, excepto cuando esta sea requerida para soldar.

1.1.2.4.1.1.3 TENSOR CON CABLE DE ACERO, INCL. ACCESORIOS (unidad de medida: m)  
DESCRIPCION

Estos trabajos están referidos a la colocación de Cables de acero  $\phi \frac{1}{2}$ " y sus respectivos accesorios de fijación según plano con el objetivo de evitar el desplazamiento en todo sentido de la estructura que tiene el tijeral (estructura metálica según diseño) planteadas en el proyecto, indicadas en planos de arquitectura y detalles y de acuerdo con el diseño.

PROCESO CONSTRUCTIVO.

Estos cables serán anclados a la cercha en la brida inferior de los tijerales y vigas por medio de una plancha con oreja que ira soldada al perfil de la viga o tijeral sujeto a un tesador que está unido a un cable de acero que pasa por medio de las orejas de las otras planchas ubicadas de acuerdo al plano hasta el otro extremo en donde se sujeta a otra plancha que esta soldada y asegurada con un sujeta cables.

Para el tesado de los cables se usarán tesadores, que permitan disminuir la presión ejercida sobre el cable durante esta operación.

También incluye los accesorios necesarios (templadores, mordazas, sujeta cables, etc.), para ligar esos elementos a las estructuras, para efectos de cargas de uso.

Todos estos trabajos serán ejecutados por personal especializado del CONTRATISTA y aprobados por el INSPECTOR

1.1.2.4.1.1.4 PINTURA CERCHA PRINCIPAL (unidad de medida: und)  
PINTURA DE RESANE

Una vez que el montaje ha sido concluido, se resanará o se repintará las zonas dañadas de la superficie de pintura. Previamente se eliminarán el polvo, la suciedad o cualquier materia extraña que se haya acumulado durante el periodo de montaje como resultado de los trabajos y la exposición a la intemperie. Sobre el área afectada, se aplicarán dos (02) capas de pintura del sistema especificado

1.1.2.4.1.1.5 IZADO Y MONTAJE DE CECHA PRINCIPAL (unidad de medida: und)  
DESCRIPCION:

Estos trabajos están referidos a la instalación y fabricación de estructuras metálicas según diseño, sobre el cual se montarán o no, las correas de perfil de acero y la cobertura correspondiente.

En cuanto al montaje se procederá con la colocación de la estructura ya armada con dimensiones estipuladas en los planos estructurales y que a su vez contiene diferentes elementos que la componen para su estructura definitiva, tubos cuadrados y rectangulares y conexiones de soldadura, etc.

Para lo cual se utilizarán un camión grúa de 6 tn., andamios metálicos, herramientas manuales y equipos mecánicos como poleas, tecles, etc.

METODO DE EJECUCIÓN

Se deberá garantizar el cumplimiento de las normas para trabajos de soldadura de los distintos elementos de la estructura metálica del tijeral.

Para los trabajos de soldadura se usará soldadura AWS E6011 de 1/8" O 3/16" y para un mejor acabado previo al pintado usar masilla plástica para darle mayor homogeneidad a los puntos de soldado.

Se deberá trazar previamente la ubicación de los ejes donde se colocarán los tijerales

Para la colocación definitiva de estos elementos estructurales se debe contar con mano de obra especializada la cual debe contar con todas las herramientas y equipos necesarios para

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
LA CONVINCION, CUSCO  
Ing. Lenin Francisco Loraico Avalos  
RESIDENTE DE CSRA  
CIP- 312271

Arq. [Firma]  
Código Mormento  
N° 13506  
N° 039-2024-CS-MDQ/LC-1







MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA



120

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

el montaje de esta y así colocar el elemento tal o mejor de lo que está estipulado en los planos estructurales.

Así mismo, para su montaje se deben coordinar con todas las condiciones y niveles necesarios para su correcta colocación.

Con respecto a las conexiones de tipo de soldadura se debe realizar con soldadura AWS E6011, la forma y características de anclajes y soldadura se deben realizar de acuerdo a los detalles de los planos estructurales.

1.1.2.4.1.2 CERCHA LATERALES

1.1.2.4.1.2.1 ARMADURA DE CERCHA LATERALES

1.1.2.4.1.2.2 PINTURA CERCHA LATERALES

1.1.2.4.1.2.3 IZADO Y MONTAJE DE CERCHA LATERALES

IDEM A PARTIDA: 1.1.2.4.1.1

1.1.2.4.1.3 CERCHA CONFINAMIENTO

1.1.2.4.1.3.1 ARMADURA DE CERCHA DE CONFINAMIENTO (unidad de medida: und)

1.1.2.4.1.3.2 PINTURA CERCHA DE CONFINAMIENTO (unidad de medida: und)

1.1.2.4.1.3.3 IZADO Y MONTAJE DE CERCHA DE CONFINAMIENTO (unidad de medida: und)

IDEM A PARTIDA: 1.1.2.4.1.1

1.1.2.4.1.4 CERCHA CUMBRERA

1.1.2.4.1.4.1 ARMADURA DE CERCHA CUMBRERA (unidad de medida: und)

1.1.2.4.1.4.2 PINTURA CERCHA CUMBRERA (unidad de medida: und)

1.1.2.4.1.4.3 IZADO Y MONTAJE DE CERCHA CUMBRERA (unidad de medida: und)

IDEM A PARTIDA: 1.1.2.4.1.1

1.1.2.4.1.5 COLUMNA METÁLICA

1.1.2.4.1.5.1 COLUMNA METÁLICA (unidad de medida: und)

DESCRIPCIÓN.

Estos trabajos están referidos a la Fabricación de Tuberías Rectangulares, Cuadrados o Circulares no Convencionales, siguiendo estrictamente las secciones y espesores especificados en los planos correspondientes, Los mismos que serán Usados en la fabricación de columnas metálicas.

En cuanto al izaje de las columnas se hará la colocación de una pieza de estructura metálica con dimensiones estipuladas en los planos estructurales y que a su vez contiene diferentes elementos que la componen para su estructura definitiva, planchas de anclaje, pernos, tubos cuadrados y rectangulares y conexiones de soldadura, etc.

Para lo cual se utilizarán un camión grúa de 2tn, herramientas manuales y equipos mecánicos como poleas, tecles, etc.

PROCESO CONSTRUCTIVO.

Se deberá garantizar el cumplimiento de las normas para trabajos de soldadura de los distintos elementos de la estructura metálica del elemento.

Para los trabajos de soldadura se usará soldadura AWS E7018 3/16" y para espesores mayores se requiere que sea biselado y varios pases de soldadura; para un mejor acabado previo al pintado usar masilla plástica para darle mayor homogeneidad a los puntos de soldado.

Se utilizarán Tubos metálicos cuadrados LAC A36 ASTM A500, los cuales serán plegados de acuerdo a las dimensiones necesarias, estipuladas en los planos correspondientes.

Las Secciones de la estructura metálica del presente proyecto se fabricarán doblando en frío y/o soldando planchas laminadas en caliente. En caso de adoptarse la segunda alternativa deberá emplearse una secuencia de soldadura adecuada para unir elementos de los perfiles, con el fin de minimizar los esfuerzos residuales y distorsiones.

El material laminado antes de ser empleado debe estar derecho y su alineamiento debe cumplir con la norma ASTM-A36. Si se requiere enderezar el material, esta operación debe hacerse por medios mecánicos o por la aplicación localizada de calor.

El corte con oxígeno deberá hacerse en lo posible con máquina. Los bordes que recibirán soldadura deben quedar libres de imperfecciones. Las imperfecciones mayores de 4mm. Deben eliminarse esmerilando el borde.

Todas las esquinas entrantes deben redondearse con un radio mínimo de 12.5 mm., y deben quedar libres de entalladuras. Los bordes de planchas o de perfiles o cortados con oxígeno no requieren preparación especial, excepto cuando esta sea requerida para soldar.

Para la construcción de cada pieza estructura metálica se debe contar con mano de obra especializada la cual deba entregar a obra dicho elemento tal o mejor de lo que está estipulado en los planos estructurales.

Así mismo, para su montaje se deben coordinar con todas las condiciones y niveles necesarios para su correcta colocación.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
LA CONVENCIÓN - CUSCO



Ing. Lenin Francisco Loraico Avalos  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP: 312271



Atq. Víctor Hugo Zúñiga Morimoto  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP: 312271





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Con respecto a las conexiones de tipo de soldadura se debe realizar con soldadura AWS E7018 3/16" o mejor que esta, la forma y características de anclajes y soldadura se deben realizar de acuerdo a los detalles de los planos estructurales.

- 1.1.2.4.1.5.2 APOYO COLUMNA METALICA (unidad de medida: und)
- 1.1.2.4.1.5.3 PINTURA COLUMNA METÁLICA (unidad de medida: und)
- 1.1.2.4.1.5.4 IZADO Y MONTAJE DE COLUMNA METÁLICA (unidad de medida: und)
- IDEM A PARTIDA: 1.1.2.4.1.1

1.1.2.4.1.6 CORREAS METÁLICAS

1.1.2.4.1.6.1 CORREA METÁLICA RECTANGULAR 50x50x2.50mm (unidad de medida: m)

DESCRIPCIÓN.

Estos trabajos están referidos a la Fabricación de Tuberías Rectangulares, Cuadrados o Circulares no Convencionales, siguiendo estrictamente las secciones y espesores especificadas en los planos correspondientes, Los mismos que serán Usados en la fabricación de estructuras metálicas más Complejas

PROCESO CONSTRUCTIVO.

Se deberá garantizar el cumplimiento de las normas para trabajos de soldadura de los distintos elementos de la estructura metálica del elemento.

Para los trabajos de soldadura se usará soldadura AWS E6011 1/8" o 3/16" y para un mejor acabado previo al pintado usar masilla plástica para darle mayor homogeneidad a los puntos de soldado.

Se utilizarán perfiles LAC A500 ASTM, los cuales serán plegados de acuerdo a las dimensiones necesarias, estipuladas en los planos correspondientes.

Las Secciones de la estructura metálica del presente proyecto se fabricarán doblando en frío. El material laminado antes de ser empleado debe estar derecho y su alineamiento debe cumplir con la norma ASTM-A36. Si se requiere enderezar el material, esta operación debe hacerse por medios mecánicos o por la aplicación localizada de calor.

El corte deberá hacerse en lo posible con máquinas adecuadas (trozadoras angulares de tubos de 14"). Los bordes que recibirán soldadura deben quedar libres de imperfecciones. Las imperfecciones mayores de 4mm. Deben eliminarse esmerilando el borde.

Todas las esquinas entrantes deben redondearse con un radio mínimo de 12.5 mm, y deben quedar libres de entalladuras. Los bordes de planchas o de perfiles o cortados con oxígeno no requieren preparación especial, excepto cuando esta sea requerida para soldar.

1.1.2.4.1.7 COBERTURA EN TRIBUNAS

1.1.2.4.1.7.1 COLUMNAS METALICAS DE 75 X75X2.00mm TRIBUNA

IDEM A PARTIDA: 1.1.2.4.1.5

1.1.2.4.1.7.2 TIJERALES METALICA EN TRIBUNAS

IDEM A PARTIDA: 1.1.2.4.1.1

1.1.2.4.1.7.3 CORREA METÁLICA RECTANGULAR 50x50x2.00mm

IDEM A PARTIDA: 1.1.2.4.1.6

1.1.2.4.1.7.4 APOYO TIPO III-TRIBUNAS

IDEM A PARTIDA: 1.1.2.4.1.1.2

1.1.2.4.2 COBERTURAS

1.1.2.4.2.1 COBERTURA DE CALAMINON CU, E=0.35mm, ALUZINC (unidad de medida:m²)

DEFINICION. -

Debido a su perfil estructural, facilidad de instalación y superior acabado, los paneles son similares al Calaminon que constituyen la solución ideal de coberturas y cerramientos en el proyecto.

Fabricados con Aluzinc o Aluminio, los paneles Calaminon GL se complementan con una línea completa de accesorios, sellos y fijaciones que garantizan la total y perfecta terminación del sistema de cubiertas y revestimientos.

Ventajas

Resistencia: Debido a su perfil estructural con 4 nervios que le confieren gran rigidez y resistencia a la flexión, lo que le permite cubrir mayores luces entre apoyos.

Acabado superior: Fabricados con materiales resistentes a la corrosión y suministrados con colores firmes y durables que contribuyen a la estética del proyecto.

Facilidad de instalación: Altos rendimientos en la instalación, debido al empleo de herramientas sencillas, accesorios y detalles estandarizados, así como largos, que minimizan la ocurrencia de traslapes.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
LA CONVENCIÓN DE CUSCO  
Ing. Lenin Francisco Loraico Avalos  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP: 312271

Arq. Wladimir Enrique Marmonta  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP: 312271

TRITRAL DE QUELLOUNO  
DE SELECCION  
IDENTE  
024

TRITRAL DE QUELLOUNO  
DE SELECCION  
EMBRO  
024

TRITRAL DE QUELLOUNO  
DE SELECCION  
MIEMBRO  
024



648

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

El color de las planchas otorga a la obra un valor agregado y un excelente acabado estético de acuerdo a cada necesidad. La pintura proporciona un protector adicional a la que ofrece el Aluzinc, asegurando la performance de las mismas aun en las condiciones ambientales más agresivas.

El proceso de pintado de las bobinas de Aluzinc consiste en un tratamiento superficial, seguido de una primera capa de primer epóxico de 5 micras (por ambas caras) y finalmente la aplicación de una capa uniforme de 20 micras de pintura poliéster estándar (pintura líquida) sobre la capa superior.

Las planchas pre-pintadas están protegidas por una película de polipropileno en la capa superior para evitar posibles daños durante el transporte, manipuleo e instalación. Esta película debe retirarse inmediatamente después de la fijación.

1.1.2.4.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA RASHELL  
DESCRIPCIÓN

La malla Raschell, de acuerdo a las últimas disposiciones educativas, es un material que protege de los rayos solares, así como de los UV, a los educandos, la cual se instalará de acuerdo a las especificaciones técnicas de los planos, de tipo cubierta y será instalada por un equipo de profesionales con experiencia en la misma.

**PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO** El suministro y colocación de la malla Raschell, se realizará primero con el remache de todos los lados para la mejor resistencia, así mismo se remacharán con aros metálicos para la sujeción a la viga metálica, de tal manera que queden bien sujetos para su utilización. Las mallas se encuentran en porcentajes que determinan el grado de sombra que generan o desde otro punto de vista la cantidad de la luz o partículas que dejan pasar. Se produce en diferentes medidas, colores y porcentajes de sombra que van desde 35 % - 95 %.

1.2.4.1.1.3 REJILLA TAPA DE CANAL DE EVACUACION DE AGUA PLUVIAL  
CON PLAT. 1 1/4"X3/16"@1" Y MARCO "L"= 1 1/4"

DEFINICION. -

Esta partida se refiere a la instalación de rejilla para la canaleta, de f°g° ubicada a lo largo del canal de concreto del patio de medidas CON PLAT. 1 1/4"X3/16"@1" Y MARCO "L"= 1 1/4"

Metodología de ejecución:

Previamente se prepararán la rejilla de acuerdo con las medidas del canal y se fijarán a dicho canal conservando la pendiente de la vereda.

23.04 PLANOS DE ESTRUCTURA METALICA

- Se adjunta planos en digital en CD.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
LA COMENDANTE ROSA  
Ing. Lenin Francisco Loraico Avalos  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP: 312271

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
LA COMENDANTE ROSA  
Are. Wladimir Zuñiga Morones  
CIP: 13509  
Ingeniero de Obra













## CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<b>A. PRECIO</b>	
<p><u>Evaluación:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (<b>Anexo N° 6</b>).</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>i = Oferta P<sub>i</sub> = Puntaje de la oferta a evaluar O<sub>i</sub> = Precio i O<sub>m</sub> = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio</p> <p style="text-align: center;"><b>90 puntos</b></p>
<b>OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	
<b>10 puntos</b>	
<b>B. PLAZO DE ENTREGA<sup>12</sup></b>	
<p><u>Evaluación:</u> Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones Técnicas.</p> <p><u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada de plazo de entrega. (<b>Anexo N° 4</b>)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Importante</b></p> <p><i>En el caso de la modalidad de ejecución llave en mano el plazo de entrega incluye además la instalación y puesta en funcionamiento.</i></p> </div>	<p><b>De 50 hasta 55 días calendario: 10 puntos</b></p> <p><b>De 56 hasta 59 días calendario: 05 puntos</b></p>
<b>PUNTAJE TOTAL</b>	
<b>100 PUNTOS</b>	

<sup>12</sup> Este factor podrá ser consignado cuando del expediente de contratación se advierta que el plazo establecido para la entrega de los bienes admite reducción, para lo cual deben establecerse rangos razonables para la asignación de puntaje, esto es que no suponga un riesgo de incumplimiento contractual y que represente una mejora al plazo establecido.



## CAPITULO V PROFORMA DEL CONTRATO

### Importante

*Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.*

Conste por el presente documento, la contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

### **CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha [.....], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]** para la contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

### **CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

### **CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

### **CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>13</sup>**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR EL DETALLE DEL PAGO ÚNICO O PAGOS A CUENTA, SEGÚN CORRESPONDA], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

<sup>13</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.







En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

#### **CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ÚLTIMO CASO. EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

#### **CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

#### **Importante**

*De conformidad con el artículo 152 del Reglamento, no se constituirá garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente.*

#### **CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN**

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA DE ALMACÉN O LA QUE HAGA SUS VECES] y la conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD] en el plazo máximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DÍAS O MÁXIMO QUINCE (15) DÍAS, EN CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN] días de producida la recepción.



De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

#### **CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

#### **CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

**F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;**

**F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.**

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso, y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **Importante**

*De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.*

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.





Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS<sup>14</sup>**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del

<sup>14</sup> De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).





plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

\_\_\_\_\_  
“LA ENTIDAD”

\_\_\_\_\_  
“EL CONTRATISTA”



**Importante**

*Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>15</sup>.*

<sup>15</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>



## ANEXOS





ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN.**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° ..... -2024-OEC-MDQ/LC**

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE <sup>16</sup>	Sí	No	
Correo electrónico :			

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra<sup>17</sup>

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*

<sup>16</sup> Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

<sup>17</sup> Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.





**Importante**

*Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:*

**ANEXO N° 1**

**DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN.**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° ..... -2024-OEC-MDQ/LC**  
Presente.-

El que se suscribe, [.....], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE <sup>18</sup>		Sí	No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado 2				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE <sup>19</sup>		Sí	No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado ...				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE <sup>20</sup>		Sí	No	
Correo electrónico :				

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

<sup>18</sup> Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

<sup>19</sup> Ibidem.

<sup>20</sup> Ibidem.



2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra<sup>21</sup>

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio**

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*



<sup>21</sup> Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.



## ANEXO N° 2

### DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN.**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° ..... -2024-OEC-MDQ/LC**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

#### Importante

*En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.*





### ANEXO N° 3

#### DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN.**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° ..... -2024-OEC-MDQ/LC**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con las Especificaciones Técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.



[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**



#### Importante

*Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.*



ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN.**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° ..... -2024-OEC-MDQ/LC**

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO. EN CASO DE LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**



## ANEXO N° 5

### PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN.**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° ..... -2024-OEC-MDQ/LC**

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [ % ]<sup>22</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [ % ]<sup>23</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

100%<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>23</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>24</sup> Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.





[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Consortiado 1**

Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1  
o de su Representante Legal  
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....  
**Consortiado 2**

Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2  
o de su Representante Legal  
Tipo y N° de Documento de Identidad

**Importante**

*De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.*







**Importante para la Entidad**

*En caso de la contratación de bienes bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:*

*Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases*

**ANEXO N° 6**

**PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN.**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° ..... -2024-OEC-MDQ/LC**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
<b>TOTAL</b>	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

- El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.*
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

*"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]."*

**Importante para la Entidad**

- En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:  
"El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos independientes, en los ítems que se presente".*
- En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:  
"El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".*

*Incluir o eliminar, según corresponda*



**Importante para la Entidad**

*Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo:*

*Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases*

**ANEXO N° 7**

**DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN.**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° ..... -2024-OEC-MDQ/LC**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa<sup>25</sup> se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
- 4.- Que la empresa no tiene producción fuera de la Amazonía.<sup>26</sup>

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]


.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.*

<sup>25</sup> En el artículo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía" se define como "empresa" a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta."

<sup>26</sup> En caso de empresas de comercialización, no consignar esta condición.



ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN.**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° ..... -2024-OEC-MDQ/LC**  
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP <sup>27</sup>	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO <sup>28</sup>	EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>29</sup> DE:	MONEDA	IMPORTE <sup>30</sup>	TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>31</sup>	MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>32</sup>
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
...										
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda**

<sup>27</sup> Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>28</sup> Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

<sup>29</sup> Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

<sup>30</sup> Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

<sup>31</sup> El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>32</sup> Consignar en la moneda establecida en las bases.





ANEXO N° 9

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN.**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° ..... -2024-OEC-MDQ/LC**  
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.*

*También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.*





ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN.

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° ..... -2024-OEC-MDQ/LC

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.



[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda



**Importante**

- Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.





ANEXO N° 11

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA  
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE  
COMUNICACIÓN**

**(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN.**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° ..... -2024-OEC-MDQ/LC**

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según  
corresponda**

**Importante**

*La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.*