

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA		
Nomenclatura :	AS-SM-46-2024-OEC-UNJBG-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS (BALANZAS) PARA LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02: DEL IOARR"REMODELACIÓN DE LABORATORIO; ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TAC		

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	16:03:01

Consulta: Nro. 1
Consulta/Observación:
ITEM 02: BALANZA ANALITICA
Características Técnicas
*Panel de control refinado: las interfaces graficas mejoradas mejoran significativamente la facilidad de uso
Consulta, podría el comite especial indicar a que tipo de graficas se refiere?, teniendo en cuenta que las características señaladas, se refiere a un equipo de la Marca: Accuris, de las Serie DX
Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1 **Página:** 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, el OEC aclara la consulta, respecto al panel de control refinado se refiere a una interfaz de usuario avanzada que proporciona a los usuarios un control preciso y fácil sobre las funciones de la balanza.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
El requerimiento del área usuaria y en las bases integradas quedaría de la siguiente manera:

CARACTERISTICAS TECNICAS
Características
¿
Panel de control refinado.
¿

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-46-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS (BALANZAS) PARA LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02: DEL IOARR"REMODELACIÓN DE LABORATORIO; ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TAC

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	16:03:01

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

ITEM 02: BALANZA ANALITICA

Características Tecnicas

*Ahorro de espacio: diseño de conjunto de celdas de pesaje ha permitido incluir mas tecnologia en una superficie compacta de 8 x 15 pulgadas

Consulta, podria el comite especial indicar si se refiere a las medidas externas? y si permite medidas aproximadas de acuerdo al fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del área usuaria, el OEC aclara la consulta respecto al diseño del conjunto de celdas, refiriéndose a las medidas externas y dimensiones que estarán de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El requerimiento del área usuaria y en las bases integradas quedaría de la siguiente manera:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características:

¿

Ahorro de espacio: diseño de conjuntos de celdas de pesaje de dimensiones de acuerdo al fabricante

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-46-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS (BALANZAS) PARA LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02: DEL IOARR"REMODELACIÓN DE LABORATORIO; ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TAC

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	16:03:01

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

ITEM 03: BALANZA 0 A 220GR (E26)

Datos Tecnicos

*Capacidad: hasta 220 gramos

Consulta, podria el comite especial indicar si aceptaria una balanza semi-micro / analitica de 82gr/0.00001gr - 220gr/0.0001. ?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del área usuaria, el OEC NO ACOGE; se acepta una balanza semi-micro/analítica siempre y cuando su capacidad sea la especificada (de 0 g a 220 g). Sin embargo, en el caso consultado, no se aceptaría una balanza semi-micro/analítica de 82 g a 220 g porque no cumple con la especificación principal de tener un rango de medición de 0 g a 220 g.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-46-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS (BALANZAS) PARA LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02: DEL IOARR"REMODELACIÓN DE LABORATORIO; ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TAC

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:16:53

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 05 DÍAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

OBSERVACIÓN:

Se solicita al honorable Comité, considerar el plazo de entrega a 90 DÍAS CALENDARIOS, ya que los equipos solicitados requieren de un proceso de fabricación, así como los procesos de importación, desaduanaje y otros controles previos; por lo que el plazo de entrega que se visualiza en las bases es corto y no refleja adecuadamente los tiempos reales necesarios; a menos que algún proveedor en específico cuente con los productos en STOCK; por tanto, a fin de no dirigir el proceso y se permita la mayor participación de postores potenciales, se solicita muy amablemente, ampliar el plazo de entrega a 90 días calendario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART. 2 INCISO A, B, C

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del área usuaria, el OEC acoge la observación con el fin de promover la mayor participación de postores potenciales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El requerimiento del área usuaria y en las bases integradas quedaría de la siguiente manera:

12. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega de los bienes armados y listos para encender no debe ser mayor a noventa (90) días calendarios, contabilizados desde el día siguiente de notificada la orden de compra.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-46-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS (BALANZAS) PARA LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02: DEL IOARR"REMODELACIÓN DE LABORATORIO; ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TAC

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:16:53

Observación: Nro. 5
Consulta/Observación:
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran bienes similares a los siguientes: VENTA DE INSTRUMENTOS Y/O EQUIPOS DE LABORATORIO DE MEDICIÓN EN GENERAL.

OBSERVACIÓN:

Al solicitar "VENTA DE INSTRUMENTOS Y/O EQUIPOS DE LABORATORIO DE MEDICIÓN EN GENERAL";, solo se están detallando bienes iguales al objeto de convocatoria, y NO bienes similares, es por ello que, se solicita al honorable comité, muy amablemente detallar y ampliar los bienes similares a ¿EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL¿, ya que son equipos que corresponden a la misma rama de equipos relacionados, y pertenecen al rubro según el objeto de la convocatoria.

Asimismo, se permite una mayor participación de postores potenciales.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 29
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART. 2 INCISO A, B, C

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del área usuaria, el OEC acoge la observación con el fin de promover la mayor participación de postores potenciales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El requerimiento del área usuaria y en las bases quedaría de la siguiente manera:

10.1 EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR

¿

Se consideran bienes similares a los siguientes: Venta de instrumentos y/o equipos de laboratorio de medición en general y/o equipos de laboratorio en general.