

ANEXO 3

ACTA DE CALIFICACION DE OFERTAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - HOMOLOGACIÓN N° 01-2025-HNAL

ADQUISICIÓN DE DOS (02) INCUBADORAS NEONATALES AVANZADAS POR REEMPLAZO PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA

Con fecha 07 de julio de 2025, el Organo Encargado de Contrataciones procedió a efectuar la Calificación del procedimiento de selección, teniendo como resultado lo siguiente:

N° de Ítem	Orden de Prelación	POSTOR	Precio Ofertado (S/)	A. CAPACIDAD LEGAL	B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	C. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	Resultado de la Etapa de Calificación (Califica / No Califica)
				HABILITACION		C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	
1	1	DRAEGER PERU S.A.C.	S/.344,488.12	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CALIFICA
	2	ROCA S.A.C.	S/.359,996.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA

*El Postor DRAGER PERÚ S.A.C., No Cumple con demostrar la experiencia del postor, considerando que en las Bases Integradas se solicita como prestaciones similares las siguientes incubadoras: INCUBADORA NEONATAL PARA UCI, INCUBADORA NEONATAL DUAL, INCUBADORA NEONATAL AVANZADO, INCUBADORA NEONATAL DE TRANSPORTE.

En ese sentido, El Postor DRAGER PERÚ S.A.C. presenta de experiencia "INCUBADORA NEONATAL" en las siguientes facturas: FACTURA N° 003-1241 por el monto de S/ 201,000.00, FACTURA N° 003-1821 por el monto de S/ 1,279,752.43, FACTURA N° 003-1286 por el monto de S/ 160,000.00, FACTURA N° 003-732 por el monto de S/ 258,600.00, FACTURA N° 003-700 por el monto de S/ 180,000.00; teniendo en experiencia valida un monto total de S/ 281,479.50.

Habiéndose realizado la calificación de ofertas, el Organo Encargado de las Contrataciones ha establecido de acuerdo a lo señalado en el artículo 75 del RLCE, la identificación de dos postor que cumple con los requisitos de calificación.

Lic. ARTURO C. ROSAS GONZALES
Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC)

ANEXO 2

ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - HOMOLOGACIÓN N° 01-2025-HNAL

ADQUISICIÓN DE DOS (02) INCUBADORAS NEONATALES AVANZADAS POR REEMPLAZO PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA

Con fecha 07 de julio de 2025, el Órgano Encargado de Contrataciones procedió a efectuar la Evaluación del procedimiento de selección, teniendo como resultado lo siguiente:

EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos)	VALOR ESTIMADO	S/ 300,000.00
--	----------------	---------------

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
----------------------	--

A.- PRECIO

Evaluación:

Se evaluará considerando la oferta económica del postor.

Acreditación:

Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE o documento que contiene la oferta económica (Anexo N° 6), según corresponda.

La evaluación consistirá en asignar un puntaje de cien (100) puntos a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:

$$P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$$

Donde:

O_i = Oferta

P_i = Puntaje de la oferta a evaluar

O_m = Precio i

O_m = Precio de la oferta más baja

PMP = Puntaje máximo del precio

N° de ITEM	POSTOR	Precio Ofertado (S/)	Factores de Evaluación	REMYPE	Orden de Prelación
			Precio (Puntaje máximo 100 puntos)	5%	
1	DRAEGER PERU S.A.C.	S/344,488.12	100.00	0.00	1
2	ROCA S.A.C.	S/359,996.00	95.69	0.00	2

Lic. ARTURO C. ROJAS GONZALES
Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC)

ANEXO 1

ACTA DE ADMISION DE OFERTAS


ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - HOMOLOGACIÓN N° 01-2025-HNAL

ADQUISICIÓN DE DOS (02) INCUBADORAS NEONATALES AVANZADAS POR REEMPLAZO PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA

Con fecha 07 de julio de 2025, el Órgano Encargado de Contrataciones efectuó la Admisibilidad del procedimiento de selección, teniendo como resultado lo siguiente:

N° Postor	DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA												RESULTADO (ADMITIDA / NO ADMITIDA)
	a) Declaración jurada de veracidad de los datos del postor. (Anexo N° 1)	b) Documento que acredite la inscripción en el registro de proveedores que han suscrito la oferta.	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento de Contratación Pública (Anexo N° 2)	d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo II de la presente sección. (Anexo N° 3).	e) FORMATO N° 01 "Hoja de presentación del Equipo / Sistema de monitoreo de Candidatas Técnicas".	f) Certificado de seguridad eléctrica: UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA o NTP IEC 60601-1:2010. Equipo Médico Electrónico.	g) Copia del certificado ISO 13485 Medical devices. Quality management systems - Requirements for regulatory purposes, o NTP-ISO 13485 Disposición médica. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos para productos reguladores. 2. Edición e equivalente.	h) Copia simple de la Resolución de autorización de registro sanitario o certificado de registro sanitario otorgado, según lo establecido en el D.S. 016-2011 y sus modificaciones (Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios).	i) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	j) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso (Anexo N° 5)	k) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.		
1	ALBUJAR MEDICA S.A.C.	CUMPLE	PRESENTA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	NO ADMITIDA	
2	BIOMEDRAB S.A.C	CUMPLE	PRESENTA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	NO ADMITIDA	
3	DRAEGER PERU S.A.C.	CUMPLE	PRESENTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	ADMITIDA	
4	NOVA MEDICAL S.A.C	CUMPLE	PRESENTA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	NO ADMITIDA	
5	ROCA S.A.C	CUMPLE	PRESENTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	ADMITIDA	

Que, de acuerdo al INFORME N° 65-2025-MSCS-UIC-OSGM-OEA/HNAL, se realiza las admisión.


Lic. ARTURO C. ROJAS GONZALES
Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC)




INFORME N°65-2025-MSCS-UIC-OSGM-OEA/HNAL

Para : ING. EDWIN SILVERIO APONTE PENADILLO
Jefe de la Unidad de Ingeniería Clínica

Asunto : SE REMITE SOLICITUD DE APOYO TÉCNICO PARA LA VALIDACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS –
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA DE HOMOLOGACIÓN N°01-2025-HNAL-1

Referencia :

- a) MEMORANDO N°247 – UIC – OSGM – OEA – HNAL/2025
- b) MEMORANDO N°2287 – 2025 – OSGM – OEA – HNAL
- c) INFORME N°002 – 2025 – OEC/AS – HOMOLOGACIÓN N°01 – 2025 – HNAL – 1
- d) MEMORANDO N°2125 – 2025 – OSGM – OEA – HNAL
- e) NOTA INFORMATIVA N°825 – 2025 – UIC – OSGM – OEA – HNAL
- f) INFORME N°081 – 2025 – LRCQ – UIC – OSGM – OEA/HNAL
- g) MEMORANDO N°2069 – 2025 – OSGM – OEA – HNAL
- h) INFORME N°001 – 2025 – OEC/AS – HOMOLOGACIÓN N°01 – 2025 – HNAL – 1
- i) MEMORANDO N°739 – 2025 – OEPE – HNAL
- j) NOTA INFORMATIVA N°628 – OL – J – HNAL – 2025
- k) MEMORANDO N°443 – 2025 – OEPE – HNAL
- l) NOTA INFORMATIVA N°331 – OL – J – HNAL – 2025
- m) INFORME DE INDAGACIÓN DE MERCADO N°001 – WOO – UPROG – OL – HNAL/2025
- n) MEMORANDO N°1384 – 2025 – OSGM – OEA/HNAL
- o) NOTA INFORMATIVA N°488 – 2025 – UIC – OSGM – OEA/HNAL
- p) INFORME N°044 – 2025 – LRCQ – UIC – OSGM – OEA/HNAL
- q) MEMORANDO N°1343 – 2025 – OSGM – OEA – HNAL
- r) MEMORANDO N°1308 – OL – J – HNAL – 2025
- s) MEMORANDO N°332 – 2025 – OEA – HNAL
- t) MEMORANDO N°220 – 2025 – OEPE – HNAL
- u) RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N°13 – 2025 – OEA/HNAL
- v) ACTA DE REUNIÓN N°003 – 2025 – OEA – HNAL
- w) NOTA INFORMATIVA N°022 – 2025 – DP – HNAL
- x) MEMORANDO N°071 – SN – HNAL – 2025
- y) RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N°008 – 2023/HNAL/OEA
- z) NOTA INFORMATIVA N°094 – OSGM – OEA – HNAL/2025
- aa) NOTA INFORMATIVA N°079 – UIC – OSGM – OEA – HNAL/2025
- bb) INFORME N°04 – MPOR – UIC – OSGM – OEA – HNAL/2025
- cc) RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°044 – 2022/MINSA
- dd) MEMORANDO N°178 – OSGM – OEA – HNAL/2025
- ee) MEMORANDO N°089 – OEA – HNAL – 2025
- ff) EXP. 1679



Fecha : Lima, 30 de mayo de 2025.

I. ANTECEDENTES

Según la referencia c), el INFORME N°002-2025-OEC/AS-HOMOLOGACIÓN N° 01-2025-HNAL-1 detalla la Adjudicación Simplificada - Homologación N° 01-2025-HNAL-1 para la **"Adquisición de dos (02) incubadoras neonatales avanzadas por reemplazo para el Servicio de Neonatología"** emitido por el Órgano Encargado de las Contrataciones recibido a través del SEACE.

Las ofertas presentadas son las siguientes:

N°	RAZÓN SOCIAL	RUC
1	ALBUJAR MEDICA S.A.C.	20130329471
2	BIOMEDRAB S.A.C.	20492226883



3	DRAEGER PERU S.A.C.	20538597121
4	NOVA MEDICAL S.A.C.	20511549249
5	ROCA S.A.C.	20101337261

La Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento, a través del **MEMORANDO N°2287-2025-OSGM-OEA-HNAL**, con referencia b), remite a la Unidad de Ingeniería Clínica la solicitud de apoyo técnico, en atención al **INFORME N°002-2025-OEC/AS-HOMOLOGACION N°01-HNAL-1** (referencia c), a fin de que se realice el apoyo con la validación técnica de la oferta en cumplimiento a las especificaciones técnicas de las **BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - HOMOLOGACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES** correspondientes a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - HOMOLOGACIÓN N° 01-2025-HNAL-1** lo que corresponde a la revisión de los documentos de admisión del literal e) al literal h), y los Requisitos de Calificación (Capacidad Legal y la Capacidad Técnica y Profesional).

II. ANÁLISIS

En ese sentido, el área técnica de la Unidad de Ingeniería Clínica procede a brindar el apoyo técnico para la validación técnica de las ofertas de la Adjudicación Simplificada-Homologación N°01-2025-HNAL-1 para la **"Adquisición de dos (02) incubadoras neonatales avanzadas por reemplazo para el Servicio de Neonatología"**, en base a la documentación remitida por cada postor.

De acuerdo con lo establecido en las bases integradas: **CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**, específicamente en el inciso **2.2.1. "Documentación de presentación obligatoria"** y en base a lo solicitado por el Órgano Encargado de las Contrataciones (literal e) al literal h), y los requisitos de calificación) se verifica que las empresas postoras presentan la documentación solicitada.

La evaluación de los documentos para la admisión del literal e) al h) presentada para la admisión de las ofertas se detalla en el **Anexo A** del presente informe, donde se describe la siguiente información:

a. Postor ALBUJAR MEDICA S.A.C.

La observación por la cuál no cumple se encuentra en el Anexo A, ítem 1. Encontrando la información con mayor detalle en el Anexo B.

b. Postor BIOMEDRAB S.A.C.

La observación por la cuál no cumple se encuentra en el Anexo A, ítem 1. Encontrando la información con mayor detalle en el Anexo B.

c. Postor DRAEGER PERU S.A.C.

Cumple sin ninguna observación los requisitos solicitados

d. Postor ROCA S.A.C.

Cumple sin ninguna observación los requisitos solicitados

e. Postor NOVA MEDICAL S.A.C.

La observación por la cuál no cumple se encuentra en el Anexo A, ítem 1 e ítem 2. Encontrando la información con mayor detalle en el Anexo B

Asimismo, se realiza la revisión de los **"Requisitos de Calificación"** donde los cinco (05) postores cumplen con lo solicitado detallando en el **Anexo A** en el **ítem 5**.

III. CONCLUSIONES

Como resultado del apoyo brindado para la validación técnica de las ofertas presentadas realizadas en el marco de la Adjudicación Simplificada-Homologación N°01-2025-HNAL-1 para la **"Adquisición de dos (02) incubadoras neonatales avanzadas por reemplazo para el Servicio de Neonatología"** se evidencia que:

- La empresa **"DRAEGER PERU S.A.C."** cumple con los **"Documentos para la admisión de la oferta"** y las **"especificaciones Técnicas"** solicitadas **sin ninguna observación**



- La empresa **"ROCA S.A.C."** cumple con los "Documentos para la admisión de la oferta" y las "Especificaciones Técnicas" solicitadas **sin ninguna observación**
- La empresa **"ALBUJAR MEDICA S.A.C."** no cumple con las "Especificaciones Técnicas" solicitadas **presentando observaciones** detalladas en el **Anexo A y Anexo B.**
- La empresa **"BIOMEDRAB S.A.C."** no cumple con las "Especificaciones Técnicas" solicitadas **presentando observaciones** detalladas en el **Anexo A y Anexo B.**
- La empresa **"NOVA MEDICAL S.A.C."** no cumple con los "Documentos para la admisión de la oferta" y las "Especificaciones Técnicas" solicitadas **presentando observaciones** detalladas en el **Anexo A y Anexo B.**

IV. RECOMENDACIONES

Se recomienda derivar el presente informe a la Oficina de Logística, para que el Órgano Encargado de las Contrataciones de acuerdo a sus competencias apruebe la validación técnica o mejor parecer y continúe con los fines pertinentes. Asimismo, detallamos tener observación en la información presentada por la Empresa postora "BIOMEDRAB S.A.C." para el ítem 4 del FORMATO N°01 "Hoja de presentación del Equipo/Sustento de Cumplimiento de Características Técnicas".

Se adjunta:

- Anexo A: **DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN SOBRE OFERTA DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - HOMOLOGACIÓN N°01-2025-HNAL-1 PARA LA CONTRATACIÓN "ADQUISICIÓN DE DOS (02) INCUBADORAS NEONATALES AVANZADAS POR REEMPLAZO PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA"**
- Anexo B: **CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOBRE OFERTA DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - HOMOLOGACIÓN N°01-2025-HNAL-1 PARA LA CONTRATACIÓN "ADQUISICIÓN DE DOS (02) INCUBADORAS NEONATALES AVANZADAS POR REEMPLAZO PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA"**

Sin más en particular, me reitero de Ud.
Atentamente,


MIGUEL SMITH
ARRASCO SERNAQUE
INGENIERO ELECTRÓNICO
D.E.C. N° 129583

DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN SOBRE OFERTA DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - HOMOLOGACIÓN N° 01-2025-HNAL-1 PARA LA CONTRATACIÓN "ADQUISICIÓN DE DOS (02) INCUBADORAS NEONATALES AVANZADAS POR REEMPLAZO PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA"																		
ANEXO A																		
CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS																		
ITEM	DOCUMENTACIÓN PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA			ALBUJAR MEDICA S.A.C.			BIOMEDRAB S.A.C.			DRAEGER PERU S.A.C.			ROCA S.A.C.			NOVA MEDICAL S.A.C.		
	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
1		X	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS ÍTEM 2.3 Y 3.3. REVISAR ANEXO B PARA MÁS DETALLES		X	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS ÍTEM 4 Y 4.5. REVISAR ANEXO B PARA MÁS DETALLES		X			X						X	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ÍTEM 37. REVISAR ANEXO B PARA MÁS DETALLES
2	X			X				X			X						X	NO CUMPLE COPIA DEL CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA DEL AÑO 2010
3	X			X				X			X					X		
4	X			X				X			X					X		
5																		
	X			X				X			X					X		
	X			X				X			X					X		



MIGUEL SMITH
ARRASCO SERNAQUE
INGENIERO ELECTRÓNICO
D.C. N° 123503