

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	16:13:33

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En la página 48 de las Bases Administrativas como parte de los REQUISITOS DE CALIFICACION se señala que se considerarán como bienes similares la venta de reactivos en relación al objeto de la convocatoria.

Sin embargo; ello es muy general y vulnera el principio de transparencia, al no dejar en claro que son bienes relacionados al objeto de la convocatoria.

En ese sentido, a fin de evitar ambigüedades para la presentación de ofertas, es importante PRECISAR que lo correcto es que la consideración de bienes similares, los cuales deben estar acorde al bien objeto de la presente convocatoria; por ello, solicitamos que se PRECISE Y ESTABLEZCA como consideración de bienes similares: LA VENTA DE REACTIVOS DE LABORATORIO EN GENERAL.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: IV Literal: - Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que se aceptará y establecerá como bienes similares la venta de reactivos de laboratorio para uso en equipos automatizados en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria señala que se aceptará y establecerá como bienes similares la venta de reactivos de laboratorio para uso en equipos automatizados en general.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	16:13:33

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

2 I 1.2 14 X Solicitan como objeto de la convocatoria la cantidad de 237,600 determinaciones, las cuales están destinadas para el periodo de 1,096 días. Sin embargo, es importante precisar que como proveedor actual del Hospital, tenemos por conocimiento estadístico que la cantidad de pruebas mensuales procesadas en el hospital oscila en 5,500 determinaciones, motivo por el cual el presente requerimiento NO SERÍA PARA 1,060 DÍAS COMO SE DETALLA, sino para el periodo de 1,260 días.

Solicitamos amablemente se corrija y se SINCERE la cantidad de días de ejecución contractual (el periodo de la compra), acorde a la estadística real de la institución para que los proveedores puedan estimar un precio adecuado y correcto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.2 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. El área usuaria reafirma que el período de ejecución contractual para el presente proceso es de 1,096 días, dado el incremento de oferta hospitalaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	16:13:33

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Del cuadro de especificaciones técnicas de reactivos para determinación de gases arteriales, electrolitos y metabolitos, se indica:

TIPO DE MUESTRA:

Sangre total (arterial, venosa, capilar), suero y plasma.

Entendemos que el procesamiento de la muestra debe ser medido directamente desde el contenedor primario, es decir directo de la jeringa, capilar, tubo primario y vial, sin la necesidad del uso de adaptadores.

Solicitamos amablemente al comité precisar si nuestro entender es correcto.

La misma consideración se aplicaría a las especificaciones de los equipos en cesión de uso de la pág. 198

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 199

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria precisa que su entender es correcto. El procesamiento de la muestra deberá ser medido directamente desde el contenedor primario (jeringa, capilar, tubo primario y vial) sin la necesidad del uso de adaptadores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	16:13:33

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

4 III 3.1 199 X Del cuadro de especificaciones técnicas de reactivos para determinación de gases arteriales, electrolitos y metabolitos, se indica:  
PERFORMANCE:  
Igual o mayor a 20 pruebas/hora panel completo

Entendemos que la performance de panel completo es para el modo normal o rutina

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 199

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria precisa que su entender es correcto. El performance solicitado es para el modo normal y/o rutina de los analizadores ofertados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	16:13:33

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Del cuadro de especificaciones técnicas de reactivos para determinación de gases arteriales, electrolitos y metabolitos, se indica:

PERFORMANCE:

Igual o mayor a 20 pruebas/hora panel completo

Solicitamos amablemente al comité considerar una performance de 18 pruebas/hora panel completo en aras de fomentar la pluralidad de postores.

La misma consideración se aplicaría a las especificaciones de los equipos en cesión de uso de la pág. 198

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 199

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria aceptará que la performance sea igual o mayor a 18 pruebas / hora panel completo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria aceptará que la performance sea igual o mayor a 18 pruebas / hora panel completo.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	16:13:33

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Del cuadro de especificaciones técnicas de reactivos para determinación de gases arteriales, electrolitos y metabolitos, se indica:

PERMANENCIA DE LOTE:

Los productos ofertados deben tener una permanencia de lote mayor o igual a tres (03) meses. Entendemos que la permanencia de lote está dirigida a la permanencia del lote de los controles, con la finalidad de mantener la trazabilidad del desempeño analítico del control de calidad. Solicitamos amablemente al comité precisar si nuestro entender es correcto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 199

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que su entender es correcto. La permanencia de lote está dirigida a los lotes del control de calidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	16:13:33

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Del cuadro de especificaciones técnicas de reactivos para determinación de gases arteriales, electrolitos y metabolitos, se indica:

CONTROL DE CALIDAD INTERNO DE PRIMERA OPINION:

Tres (03) o más niveles de control de calidad.  
El procesamiento debe ser diario para todos los niveles.  
Entendemos que el procesamiento diario del control de calidad interno de primera opinión debe ser para todos los parámetros de medición directa ofertados para cada nivel de control solicitado  
Solicitamos amablemente al comité precisar si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 199

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que su entender es correcto. La medición de los parámetros directos del control de calidad deberá ser para todos los parámetros ofertados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	16:13:33

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Del cuadro de especificaciones técnicas de reactivos para determinación de gases arteriales, electrolitos y metabolitos, se indica:

CONTROL DE CALIDAD INTERNO DE TERCERA OPINION:

Tres (03) o más niveles de control de calidad.  
El procesamiento debe ser diario para todos los niveles.  
Entendemos que la presentación del control de calidad interno de tercera opinión será de acuerdo al fabricante y que por lo menos debe medir pH, pO2, pCO2, Na+, K+, Ca++, Cl, Glucosa y Lactato.  
Solicitamos amablemente al comité precisar si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 199

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que su entender es correcto. El control de tercera opinión deberá medir los parámetros de pH, pO2, pCO2, Na+, K+, Ca++, Cal-, Glucosa y Lactato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	16:13:33

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Del cuadro de especificaciones técnicas del equipo en cesión en uso, se indica:

PROCESAMIENTO DE DATOS:

Visualización histórica de resultados de pacientes y curvas QC con gráficas de Levey Jennings o similar.

Entendemos que el equipo debe contar con la configuración de Reglas de Westgard.

Solicitamos amablemente al comité precisar si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 198

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que su entender es correcto. El analizador en cesión de uso ofertado debe contar con configuración de Reglas de Westgard.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	16:13:33

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Del cuadro de especificaciones técnicas del equipo en cesión en uso, se indica:

ASESORIAS Y CAPACITACIONES:

Protocolos y manuales originales y en español

Guía rápida de funcionamiento del equipo (en español)

Entendemos que estos documentos serán presentados en la etapa contractual.

Solicitamos amablemente al comité si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 198

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que su entender es correcto. Todo lo referente a Asesorías y Capacitaciones será presentado en la etapa contractual.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	16:13:33

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se solicita en el cuadro de Especificaciones Técnicas del Equipo que la Performance sea igual o mayor a 20 pruebas / hora panel completo.

Entendemos que el término ¿PANEL COMPLETO¿ hace referencia a todos los parámetros solicitados.

Solicitamos amablemente precisar si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 198

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que su entender es correcto. El término "Panel Completo" hace referencia a todos los parámetros solicitados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	16:13:33

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Solicitan en el cuadro de especificaciones Técnicas del Equipo en cesión de uso, que la Antigüedad de los equipos sea menor de un (01) año de fabricación. En aras de fomentar la pluralidad de postores solicitamos amablemente se acepten equipos con antigüedad no mayor de cuatro (04) años de fabricación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 198

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. El área usuaria reafirma que la antigüedad de los equipos ofertados en cesión en uso debe ser menor de un (01) año de fabricación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	16:13:33

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicitan en el cuadro de especificaciones Técnicas del Equipo en cesión de uso, que la Antigüedad de los equipos sea menor de un (01) año de fabricación. Considerando que la importación de analizadores está supeditada a los canales que puedan presentarse en aduanas para su nacionalización y retiro, solicitamos amablemente se acepte que el plazo de entrega de los analizadores en cesión de uso sea hasta máximo 45 días, para cumplir con la antigüedad ofertada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 198

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente su consulta. El área usuaria señala que el plazo de entrega se mantiene, sin embargo, para levantar observaciones o realizar cambio de equipos para cumplir con el año de fabricación ofertado será de 45 días calendario contabilizados a partir del día siguiente de notificada la primera Orden de compra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria señala que el plazo de entrega se mantiene, sin embargo, para levantar observaciones o realizar cambio de equipos para cumplir con el año de fabricación ofertado será de 45 días calendario contabilizados a partir del día siguiente de notificada la primera Orden de compra.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:09:49

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En los documentos de presentación obligatoria, solicitan en el literal I: Certificado de análisis del o protocolo de análisis. Solicitamos amablemente al comité evaluador puedan considerar aceptar los Certificados de análisis de los fabricantes extranjeros en formato propio de cada fabricante con la información que estos declaren en el mismo, emitidos electrónicamente o con firma electrónica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: I Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que se aceptará que los Certificados de análisis de los fabricantes extranjeros en formato propio de cada fabricante con la información que estos declaren en el mismo, emitidos electrónicamente o con firma electrónica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria señala que se aceptará que los Certificados de análisis de los fabricantes extranjeros en formato propio de cada fabricante con la información que estos declaren en el mismo, emitidos electrónicamente o con firma electrónica.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:09:49

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En los requerimientos de capacidad legal, Experiencia del postor solicitan que el postor acredite un monto facturado acumulado equivalente a S/8,000,000.00. Considerando el pronunciamiento número 290-2023/OSCE- DRG que estableció que: (...) ¿puede deducirse que el Área Usuaría de la Entidad está facultada a disponer el monto facturado acumulado, con la única limitación establecida en las Bases Estándar aplicables?. Con lo cual, se acredita que el monto a facturar puede ser menor a 3 veces al valor estimado. Por tanto, solicitamos a la entidad se sirva reducir el monto de la experiencia en la especialidad para que sea de (S/,3,600,000.00) a fin de que se permita una mayor participación de postores en el presente proceso, en atención de los principios de Libertad de Concurrencia, Igualdad de Trato, Transparencia, Competencia, Eficacia y Eficiencia y Equidad, previstos en el artículo 2° del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y de ese modo evitar exigencias que puedan limitar la libre concurrencia y la participación de pequeñas y medianas empresas en el procedimiento de selección.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. El área usuaria señala, sin embargo, que se aceptará como bienes similares la venta de reactivos de laboratorio para uso en equipos automatizados en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:09:49

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En Perú, las unidades productoras de servicios de salud de patología clínica, tienen tres instituciones que tutelan su normatividad en relación al control de calidad analítico, dos de ellas son reglamentarias, es decir de obligatorio cumplimiento y aplicación: Ministerio de Salud y Superintendencia Nacional de Salud. Y la otra institución, el Instituto Nacional de la Calidad (INACAL) y ninguna de las tres unidades establece el número mínimo de controles de calidad establecido por parámetro analítico y en virtud de que el petitorio del IETSI solo detalla con referente al control de calidad interno que se requieren como mínimo proporcionar material de control interno de tres niveles como mínimo para todo el periodo de compra y no detalla si los tres niveles de control de calidad es para cada parámetro medido por el equipo cesión de uso o en total por todos los parámetros, por lo que es un derecho del comité de selección o área usuaria aclarar estas inconsistencias para evitar confusiones "El requerimiento podrá ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones técnicas" según el numeral 29.11 del artículo 29 del reglamento.

En las especificaciones técnicas del reactivo de gases arteriales, electrolitos y metabolitos y equipo cesión de uso, solicitan: control de calidad interno de primera opinión ¿proporcionar material de control en tres niveles de control de calidad? Por lo que deseamos amablemente hacer la aclaratoria al área usuaria, que un control de calidad automatizado del equipo cesión de uso que cuente con 8 niveles de control de calidad de los cuales 1,2,3 son para gases arteriales, 4 y 5 para química (Electrolitos y metabolitos) 7,8,9 son para Cooximetría, cumple con lo requerido por la entidad, cumpliendo con el principios que rigen las contrataciones del artículo N°2 de la Ley N° 30225 de Contrataciones con el Estado, principio de concurrencia que prohíbe la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. ¿Es correcto nuestro entender, al tener 8 niveles de control de calidad cumplimos lo requerido por la entidad?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. El área usuaria señala que su entender no es correcto. Se precisa que se requiere tres o más niveles de control de calidad que permitan el procesamiento de todos los parámetros solicitados

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:09:49

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En los Requerimientos Técnicos del reactivo de gases arteriales, electrolitos y metabolitos, solicitan: entregar control de calidad interno de primera opinión, control de calidad interno de tercera opinión y control de calidad externo. En virtud de los altos costos de los controles de calidad de tercera opinión que deben adquirirse a otros proveedores, solicitamos tengan a bien considerar el control de calidad interno de primera opinión o control de calidad interno de tercera opinión y control de calidad externo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. El área usuaria señala que se requieren ambos tipos de controles de calidad, de primera opinión y tercera opinión, así como también el programa de control externo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:09:49

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En virtud de que los principales fabricantes de equipos de gases arteriales, han hecho un gran esfuerzo e inversión en pro de la seguridad y del medio ambiente, y en especial en la seguridad los usuarios, Ofreciendo Cartuchos sellados Bioseguros, por lo cual sugerimos amablemente contar con ¿Cartuchos de reactivos sellados Bioseguros que garanticen la no manipulación de desecho¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. El área usuaria, sin embargo, señala que, todo postor es libre de brindar características adicionales a las establecidas desde el estudio de mercado y convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:09:49

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En las Especificaciones técnicas de Equipo analizador de Gases, electrolitos y metabolitos, aún cuando no se detalla, debido a la importancia del control de calidad, el mismo es vital para evaluar el desempeño del equipo y garantizar la confiabilidad de los resultados emitidos, amablemente sugerimos considerar: Control de calidad automatizado, con material líquido (no ampollas externas)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. El área usuaria señala que el control de calidad si debe ser automatizado, sin embargo la presentación será de acuerdo a cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:09:49

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En virtud de que los gases se disuelven en los líquidos y la sangre, por tanto, contiene gases disueltos, tales como el monóxido de carbono y el oxígeno que se unen a los glóbulos rojos. Las concentraciones de gases en la sangre proporcionan los parámetros plasmáticos para evaluar la función respiratoria del cuerpo y su equilibrio ácido-base. Por este motivo el método ideal para la calibración de los equipos que miden los gases arteriales en la sangre es la calibración líquida empleando como procedimiento la tonometría. Por este motivo consideramos que el comité evaluador requiere que el equipo de gases arteriales en cesión de uso posea reactivos y calibradores líquidos. ¿Es correcta nuestra apreciación?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. El área usuaria señala que las presentaciones de reactivos, insumos, consumibles y controles serán de acuerdo a cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:09:49

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas del Equipo en el Performance solicitan 20 o más pruebas/hora panel completo; considerando que estas pruebas permiten la evaluación de pacientes en estado crítico, requieren un resultado en el menor tiempo posible; solicitamos tengan a bien considerar un performance de 30 pruebas a más por hora, por el volumen de procesamiento que requiere la entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. El área usuaria, sin embargo, señala que todo postor es libre de brindar características adicionales a las establecidas desde el estudio de mercado y convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:09:49

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas del equipo solicitan como volumen para el modo micromuestras sea de 150 microlitos y que determine todos los parámetros. Para dar paso a la pluralidad de postores muy amablemente solicitamos considerar: volumen de muestra requerida para el modo micromuestra: menor o igual a 150 microlitos para los parámetros pH, O2, CO2, Na, K, Cl, hematocrito y/o hemoglobina, glucosa y lactato para dar paso a mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. El área usuaria señala que en el estudio de mercado se establecieron los volúmenes de muestra y parámetros que se requieren para satisfacer la necesidad de nuestros pacientes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:09:49

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En las Especificaciones de las características técnicas y procesos asociados al equipo en cesión en uso, solicitamos amablemente al área usuaria permita los siguientes volúmenes de muestra, modo rutina requerirían un volumen no mayor de 220 ul para un panel completo, esto debido a que tiene la capacidad de analizar 20 analitos de forma directa. Analitos medidos directamente: Gases Arteriales: pH, pCO2, pO2, Hematocrito, Hemoglobina, SO2% Electrolitos: Na, K, Ca++, Cl, Metabolitos: Glucosa, Lactato, Cooximetría: O2Hb, HHb, COHb, MetHb. Para el modo de micromuestra un volumen con 150ul, para los principales parámetros Analitos medidos directamente: Gases Arteriales: pH, pCO2, pO2, Hematocrito, Hemoglobina, SO2% Electrolitos: Na, K, Ca++, Cl, Metabolitos: Glucosa, Lactato. Solicitamos muy amablemente precisar si es correcto nuestro entender.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. El área usuaria señala que en el estudio de mercado se establecieron los volúmenes de muestra y parámetros que se requieren para satisfacer la necesidad de nuestros pacientes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:09:49

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas del equipo en cesión de uso solicitan: Se podrá aceptar equipos que utilicen en un solo modo, volumen de muestra menor o igual a 100 ul y que determinen todos los parámetros solicitados: gasometría, electrolitos, metabolitos y cooximetría cumpliendo con el procedimiento de modo micromuestra.

Al respecto esta característica limita nuestra participación en el proceso, por lo cual solicitamos amablemente puedan considerar: Volumen de muestra menor o igual a 135 uL para todos los parámetros.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: -    Literal: -    Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. El área usuaria señala que en el estudio de mercado se establecieron las especificaciones mínimas indispensables que a su vez fomentaban la pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:09:49

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

La medición directa del Magnesio iónico interviene en más de 300 reacciones metabólicas en el organismo, el resultado de este parámetro ayuda en un pronto diagnóstico, pronóstico y tratamiento de los pacientes en estado críticos en las UCI quirúrgicas, médicas, cardíacas, pediátricas y Neonatales.

Representaría de gran ayuda para la institución contar con un analizador que procese de manera directa Mg iónico en el perfil completo de las pruebas, debido a las ventajas que ofrece, Solicitamos respetuosamente se pueda considerar como mejora tecnológica la medición directa del magnesio iónico en el equipos ofertado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. El área usuaria, sin embargo, señala que todo postor es libre de brindar características adicionales a las establecidas desde el estudio de mercado y convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:09:49

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

En las condiciones generales de los equipos comodato se señala que el proveedor deberá de presentar documentos otorgado por la casa matriz que indiquen la fecha de fabricación, marca, modelo, y número de serie del equipo ofertado, así como copia de la declaración única de aduanas (DUA), donde acredite la fecha de ingreso al país.

Al respecto, debemos señalar que el OSCE ha indicado en diversos Pronunciamientos que el solicitar para la admisión de ofertas, la consignación de número de serie, año y mes de fabricación supondría que los postores ya cuenten con el equipo pese a no tener certeza de obtener la Buena Pro, lo que resultaría excesivo y oneroso para la etapa de presentación de ofertas, conforme lo señala el Pronunciamiento N° 263-2015/DSU.

En tal sentido, para la etapa de presentación de ofertas, solicitamos amablemente al Comité se retire el requerimiento de presentación del documento otorgado por la casa matriz que indique la fecha de fabricación, marca, modelo, y número de serie del equipo ofertado, así como la copia de la declaración única de aduanas (DUA), donde acredite la fecha de ingreso al país.

En consecuencia, entendiendo que con la DUA también se acredita la fecha de fabricación, marca, modelo, y número de serie del equipo ofertado, solicitamos al Comité aclarar y precise que el referido documento debe ser presentado juntamente con la entrega del equipo, conforme se desprende de lo señalado en la página 33 de las bases donde se indica lo siguiente: Plazo de instalación de los Equipos en Cesión de Uso, presentar documentación otorgado por la casa matriz que indique la fecha de fabricación, marca, modelo y número de serie del equipo ofertado.

Amparamos lo antes solicitado en base al Pronunciamiento N° 263-2015/DSU y Principio de Eficacia y Eficiencia establecido en el literal f) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, el mismo que establece que el proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales. Por las razones antes señaladas consultamos al área usuaria si la documentación donde acredite la fecha de ingreso al país sea entregada al momento del ingreso de los bienes. ¿Es correcta nuestra apreciación?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que la documentación referente a la fecha de fabricación de los equipos en cesión de uso se deberá presentar al momento del internamiento de los bienes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria señala que la documentación referente a la fecha de fabricación de los equipos en cesión de uso se deberá presentar al momento del internamiento de los bienes.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:09:49

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

En virtud de que más del 50% de los pacientes ingresados en la UCI desarrollarán una lesión renal aguda, entendemos la importancia de determinar los analitos urea/ BUM en los equipos de gases arteriales, poder dar un diagnóstico rápido y oportuno. Solicitamos respetuosamente se pueda considerar como mejora tecnológica la medición directa de la urea/ BUM en los equipos ofertados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. El área usuaria, sin embargo, señala que todo postor es libre de brindar características adicionales a las establecidas desde el estudio de mercado y convocatoria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:09:49

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

En las Especificaciones de las características técnicas y procesos asociados al equipo en cesión en uso, solicitamos amablemente al área usuaria permita los siguientes volúmenes de muestra, modo rutina requerirían un volumen menor o igual a 220 ul para un panel completo, esto debido a que tiene la capacidad de analizar 20 analitos de forma directa. Analitos medidos directamente: Gases Arteriales: pH, pCO2, pO2, Hematocrito, Hemoglobina, SO2% Electrolitos: Na, K, Ca++, Cl, Magnesio iónico Metabolitos: Glucosa, Lactato, Cooximetría: O2Hb, HHb, COHb, MetHb. Para el modo de micromuestra un volumen menor o igual a 120ul, para los principales parámetros Analitos medidos directamente: Gases Arteriales: pH, pCO2, pO2, Hematocrito, Hemoglobina, SO2% Electrolitos: Na, K, Ca++, Cl, Magnesio iónico Metabolitos: Glucosa, Lactato. Solicitamos muy amablemente precisar si es correcto nuestro entender.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. El área usuaria señala que en el estudio de mercado se establecieron los volúmenes de muestra y parámetros que se requieren para satisfacer la necesidad de nuestros pacientes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:09:49

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas del equipo, solicitan control de calidad interno. Entendemos que todos los parámetros medidos por el equipo cesión de uso deben ser controlados por el control de calidad interno, incluyendo todos los parámetros medidos de la co-oximetría. ¿Es correcto nuestro entender?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que su entender es correcto. El control de calidad debe permitir medir todos los parámetros solicitados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura :LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:09:49

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas de las características del reactivo para gases electrolitos y metabolitos sanguineos arteriales solicitan Parámetros mínimos: pH, O2, CO2, Na, K, Cl, Ca iónico, hemoglobina, SO2, glucosa y lactato. Cooximetría O2Hb, COHb, metHb, HHB. Con referente a la cooximetría, la hemoglobina total está constituida por la hemoglobina funcional, constituida a su vez por oxihemoglobina y deoxihemoglobina o hemoglobina reducida, ambas capaces de unirse al oxígeno, por lo cual están son son de vital importancia y vemos que la deoxihemoglobina (HHB) no es solicitado como uno de los parámetros medidos en el equipo cesión de uso. Por las razones comentadas anteriormente solicitamos amablemente al comité evaluador considere dentro de los parámetros medidos por el equipo cesión de uso en la cooximetría: O2Hb, COHb, metHb, HHB garantizando la medición de todos los derivados de la hemoglobina para un mejor diagnóstico clínico.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. El área usuaria señala que en el estudio de mercado se establecieron los volúmenes de muestra y parámetros que se requieren para a su vez fomentar la pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:09:49

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas del equipo cesión de uso solicitan ¿calibración con gas para los parámetros de pCO2 y Po2 trazable a estándares NIST¿ opcional

Existe una sola marca de analizador en el mercado que cuenta con dicha especificación técnica y la comercializa un único postor, lo cual estaría direccionando la compra.

Con la finalidad de no direccionar la compra se sugiere eliminar esta característica

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. . El área usuaria señala que la característica en mención se encuentra como opcional por lo que no direcciona el presente proceso de adquisición.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:09:49

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas referente al equipo en cesión de uso accesorios del equipo solicitan: ¿Equipo de Aire Acondicionado?. La mayoría de fabricantes no indican en el manual que se requiera o no aire acondicionado, en virtud de que eso va a depender de las condiciones ambientales del lugar donde se vaya a instalar dicho equipo, en nuestro caso en el manual mencionan que la temperatura ambiental de operación es de 15 a 30°C , por lo cual le solicitamos muy amablemente nos aclaren si ¿Se va a requerir o no el equipo de aire acondicionado?.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente su consulta. El área usuaria precisa que todo postor es responsable de que las condiciones del ambiente donde se instalen sus equipos cumplan con lo indicado por el manual del equipo, lo que debe estar sustentado en el informe de preinstalación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:09:49

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

En la especificaciones técnicas del equipo en cesión en uso analizador de gases arteriales, electrolitos, en características solicitan: LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS para las muestras, reactivos, controles, y calibradores. Nuestro analizador posee un Lector de código de barras para las muestras y este es conectado por un puerto USB del equipo, este se puede considerado como un Lector de código de barras externo, cumpliendo con la misma finalidad.

Solicitamos que se consulte al área usuaria pueda considerar lo siguiente: ¿Lector de código de barras para las muestras integrado o externo conectado por un puerto USB al equipo y reconocimiento automático para los reactivos, controles y calibradores¿ para así dar paso a pluralidad de postores, en virtud de que ambas opciones cumplen exactamente igual con la misma función.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. . El área usuaria señala que se requiere que el lector de código de barras sea integrado para poder hacer eficiente el área de trabajo de muestras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	17:58:12

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

En el presente literal solicitan para acreditación de los Reactivos, se deberá acreditar las especificaciones técnicas, con documentos que incluye del fabricante a través de manual del equipo y/o inserto y/o catalogo y/o folletos y/o carta del fabricante y/o certificaciones del fabricante.

Considerando que muchas veces EL FABRICANTE, al ser parte de un conglomerado de empresa o Holding empresarial, están regidas bajo un solo nombre comercial por lo cual no esta autorizado a emitir cartas o documentos fuera de su país de origen, sino que dicha carta o documento tiene que ser emitido por la DUEÑO DE LA MARCA y/o REPRESENTANTE LEGAL DE LA MARCA

Por lo cual solicitamos amablemente al comité para que en coordinación con el área usuaria, permitan la presentación de la documentación solicitados que incluyan Cartas emitidas por el fabricante y/o DUEÑO DE LA MARCA Y/O REPRESENTANTE LEGAL DE LA MARCA. tal cual esta considerado en el literal n) para acreditación del equipo. Permitiendo así una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: m Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente su consulta. El área usuaria precisa que se aceptará documentación emitida por el Fabricante la cual debe guardar congruencia con toda la documentación presentada en la oferta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	17:58:12

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Para el Literal indicado B: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, donde se indica que se debe acreditar bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria. Donde:  
Se considera bienes similares a los siguientes: Venta de reactivos en relación al objeto de la convocatoria.

Solicitamos amablemente al comité para que en coordinación con el área usuaria, nos aclare que los bienes similares, reactivos en relación al objeto de convocatoria, son reactivos de laboratorio clínico en general. Consultamos si nuestro entender es correcto, además de ello permitiendo así una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que se aceptará y establecerá como bienes similares la venta de reactivos de laboratorio para uso en equipos automatizados en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria señala que se aceptará y establecerá como bienes similares la venta de reactivos de laboratorio para uso en equipos automatizados en general.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	17:58:12

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

En el Cuadro de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS, indican Control de calidad interno de primera opinión / Controles de calidad interno de tercera opinión.

Entendemos que en el requerimiento se aceptara se presente uno de los dos tipos de controles de calidad interno, es decir puede presentarse controles de Primera Opinión o de Tercera Opinión. Ya que como parte de las especificaciones a acreditar se solicita "Para el reactivo: metodología, tipo de muestra y control de calidad interno de primera o tercera opinión."

Solicitamos amablemente al comité para que en coordinación con el área usuaria sirvan indicar si nuestra apreciación es correcta

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. El área usuaria señala que se requieren ambos tipos de controles de calidad, de primera opinión y tercera opinión, así como también el programa de control externo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	17:58:12

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

En el Cuadro de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS, indican como CONTROL DE CALIDAD EXTERNO, programa de control de calidad externo con 12 ampollas (la entrega sera de acuerdo a cada fabricante).

Considerando que actualmente existen diversos programas de control de calidad externo, los cuales difieren en periodicidad, solicitamos amablemente al comité para que en coordinación con el área usuaria, sirvan aclarar si las 12 ampollas se entregaran en un periodo de un (01) año o se entregaran en todo el periodo de la presente Licitación Publica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que se deben entregar la cantidad de programas necesarios para todo el periodo de ejecución contractual, donde un programa debe contener por lo menos 12 ampollas para el procesamiento de un control mensual para el periodo de un año.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria señala que se deben entregar la cantidad de programas necesarios para todo el periodo de ejecución contractual, donde un programa debe contener por lo menos 12 ampollas para el procesamiento de un control mensual para el periodo de un año.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	17:58:12

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

En el Cuadro de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS EN CESIÓN DE USO PARA DETERMINACIÓN DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS, indican como PERFORMANCE; igual o mayor a 20 pruebas/hora panel completo.

Entendemos que dicho performance es vital en el desarrollo del área de urgencias y emergencias donde se procesa las pruebas objeto del presente requerimiento, por lo cual esta PERFORMANCE deberá mantenerse en todos los modos de proceso de la plataforma o equipos en cesión de uso.

Solicitamos amablemente al comité para que en coordinación con el área usuaria sirvan indicar si nuestra apreciación es correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. El área usuaria precisa que la performance solicitada es para el modo normal y/o rutina del analizador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	17:58:12

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

En el Cuadro de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS EN CESIÓN DE USO PARA DETERMINACIÓN DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS, indican como CARACTERÍSTICAS, proporcionar material de control de calidad de tres y/o cuatro niveles de acuerdo con la metodología de trabajo de cada fabricante.

Solicitamos amablemente al comité para que en coordinación con el área usuaria, sirva ampliar su requerimiento y permitan la presentación de tres (3) y/o cuatro(4) y/o cinco(5) niveles de control, permitiendo así una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. El área usuaria señala que se requiere tres o más niveles de control de calidad que permitan el procesamiento de todos los parámetros solicitados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	19:02:22

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

En el capítulo III numeral 3.1, página N° 53 EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS EN CESIÓN DE USO PARA DETERMINACIÓN DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS, señalan en "Metodología: Potenciometria, Amperometria, Óptica, Cooximetría, ISE directo"

Con respecto a la metodología por Óptica, sabemos que se refiere a la medición de luz a varias longitudes de onda con respecto a la muestra, donde varios analizadores en el mercado utilizan este tipo de mediciones ópticas mediante un modulo de Cooximetría y/o sensores, por lo cual solicitamos amablemente a la entidad que se considere tambien en la nomenclatura "y/o" entre las metodologías requeridas Sensores y/o Óptica y/o Cooximetría.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1.      Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que se aceptará la metodología óptica y/o Cooximetría

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria señala que se aceptará la metodología óptica y/o Cooximetría.



Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	19:02:22

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

En el capítulo III numeral 3.1, página N° 52 EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS, señalan en Descripción: Reactivos (producto que permita la cuantificación de pruebas entregadas) . En este aspecto, sabemos que en el mercado hay diversidad de fabricantes que manejan analizadores con diversas presentaciones / descripciones las cuales sirven para medir gases, electrolitos y metabolitos sanguineos; las cuales no suelen ser necesariamente una presentación de reactivos liquida, sino de reactivos en cartuchos que contienen todos los implementos y calibradores necesarios para su utilización y a la par con su cartucho de desecho que se considera mas bioseguro por la poca manipulación. En este sentido amablemente al comite que considere la presentación segun cada fabricante o la denominación se considere Kit de reactivos y/o cartuchos; de acorde a la descripción y no tener ninguna ambigüedad en la acreditación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que se aceptará que la presentación de reactivos sea de acuerdo a cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria señala que se aceptará que la presentación de reactivos sea de acuerdo a cada fabricante.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	19:02:22

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

En el capítulo III numeral 3.1, página N° 52 EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS, señalan en "Metodología: Potenciometria, Amperometria, Óptica, Cooximetría, ISE directo" Con respecto a la metodología por Óptica, sabemos que se refiere a la medición de luz a varias longitudes de onda con respecto a la muestra, donde varios analizadores en el mercado utilizan este tipo de mediciones ópticas mediante un modulo de Cooximetría y/o sensores, por lo cual solicitamos amablemente a la entidad que se considere tambien en la nomenclatura "y/o" entre las metodologías requeridas Sensores y/o Óptica y/o Cooximetría.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente su consulta. El área usuaria señala que se aceptará la metodología óptica y/o Cooximetría.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria señala que se aceptará la metodología óptica y/o Cooximetría.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	19:02:22

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

En el capítulo III numeral 3.1, página N° 21 EN CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CARTUCHO PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES LACTATO, solicitan en Accesorios: Controles, calibradores, complementos y equipo que permitan la realización completa de la prueba. En este aspecto, existen en el mercado diversos fabricantes y metodologías las cuales sirven para medir gases, electrolitos y metabolitos sanguineos; lo cual los calibradores ya están inmersos en el kit de reactivos (cartuchos) sin hacer consumo de pruebas efectivas. En este sentido entendemos que serán aceptados las propuestas de reactivos que segun su metodología no cuenten como accesorios los calibradores siempre y cuando se garantice su correcto funcionamiento y realización completa de la prueba considerando la entrega de todos los demas accesorios necesarios segun el diseño de cada fabricante, agradecemos amablemente al comite aclare si nuestro entender es correcto para evitar ambigüedades en la acreditación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. El área usuaria precisa que se debe hacer la entrega de calibradores, y en caso estos según su presentación se encuentren dentro de algún contenedor entregado, debe ser sustentado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	19:02:22

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

En el capítulo III numeral 3.1, página N° 53 EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS EN CESIÓN DE USO PARA DETERMINACIÓN DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS, solicitan en Características ""Volumen de muestra: Menor o igual a 220 ul, para todos los parametros en simultaneo. Volumen no mayor de 100 ul para micromuestra de sangre completa para panel completo, se aceptara tambien que el volumen de 150 ul para el proceso de muestra con el panel completo, independiente de si es un tipo de muestra normal o modo micromuestra"" Considerando que el modo de procesamiento va de acuerdo al volumen de muestra que se requiere para analizar una muestra y segun el volumen aceptado es de 150 ul indiferente al modo, entendemos que si el equipo en Cesion en Uso, posee un volumen de muestra requerido para el analisis menor o igual a 100 o 150 microlitros para la medición de todos los parametros, este volumen puede considerarse tanto como modo normal y para modo micromuestra, un solo volumen estandar para la medición de todos los parametros; sin afectar la medicion de todo el panel en simultaneo. Ante lo expuesto, solicitamos amablemente al comite para que en coordinacion con el area usuaria sirvan indicar si nuestra apreciacion es correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que su entender es correcto. El modo de 150 uL es independiente del modo normal y micromuestra, permitiendo a su vez medir todos los parámetros ofertados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	19:02:22

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

En el capítulo III numeral 3.1, página N° 53 EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS EN CESIÓN DE USO PARA DETERMINACIÓN DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS, señalan en: "Accesorios: Electrodos y/o sensores y/o membranas y/o calibradores" es este aspecto, existen en el mercado diversos fabricantes y metodologías las cuales sirven para medir gases, electrolitos y metabolitos sanguineos; las cuales no poseen Electrodos y/o sensores y/o membranas y/o calibradores como accesorios puesto a que están inmersos en el reactivo (cartuchos) pudiendo considerarse incluso como una mejora tecnológica. Por lo que solicitamos al Comité de Selección que estas características sean opcionales y/o sea permitido la presentacion y accesorios propias de cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. El área usuaria señala que en caso estos componentes se encuentren inmersos en el reactivo, esto debe ser sustentado con documentación emitida por el fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	19:02:22

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

En el capítulo III numeral 3.1, página N° 54 EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS EN CESIÓN DE USO PARA DETERMINACIÓN DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS, Solicitan en Procesamiento de Datos "Lector de codigo de barras para muestras, reactivos, controles y calibraciones". Con respecto a los reactivos, controles y calibradores sabemos que en el mercado existen otras tecnologías como la identifiacion de reactivo por Chip o Codigo QR o lector de codigo de barras interno, esto es porque al ser cartuchos vienen inmersos en ellos con una identificacion avanzada con codigos una vez instalados inmersos en el sistema. Por los que solicitamos amablemente a la entidad acepten la identificación automatica de reactivo, controles y calibradores inmersos en el cartucho según la metodología de cada fabricante.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta en referencia al lector de código de barras, sin embargo, el área usuaria precisa que se aceptará que algunos reactivos y/o controles y/o calibradores se detecten de acuerdo a cada fabricante, siempre y cuando estén sustentados por el fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	19:02:22

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

En el numeral 3.1, página 56 de las bases, En el Detalle en cronograma de entregas de gases arteriales, electrolitos y metabolitos por los 3 años: 4 entregas anuales de 19800 cada entrega; En este aspecto, sabemos que diversos analizadores manejan su propia presentación de kit variando la cantidad de determinaciones por kit y/o cartucho, Teniendo en cuenta que pueden variar estas presentaciones de acuerdo a la necesidad del area usuaria. Solicitamos que consideren la presentacion propia de cada fabricante siempre y cuando se cumpla con la totalidad solicitada sin afectar la distribución y cantidad de entregas por todo el periodo del contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que se entregarán los productos en la presentación de acuerdo a cada fabricante sin afectar la distribución y cantidad de entregas por todo el periodo del contrato

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria señala que se entregarán los productos en la presentación de acuerdo a cada fabricante sin afectar la distribución y cantidad de entregas por todo el periodo del contrato.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	19:02:22

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

En la página 15 de las bases señalan:

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se realizará de acuerdo al cronograma de entregas adjunto. La Primera Entrega se efectuará en el plazo máximo de treinta (30) días CALENDARIO para el ingreso de reactivos, consumibles, equipos instalados y en funcionamiento, computados desde el día siguiente de la notificación de la orden de compra, a partir de la segunda entrega, dentro de los primeros cinco (05) días CALENDARIO de notificada la orden de compra del mes correspondiente, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

En ese sentido, solicitamos al Comité de Selección que cuando el último día del plazo de entrega sea inhábil o por cualquier otra circunstancia la atención al público ese día no funcione durante el horario normal se considere como el último día del plazo de entrega al primer día hábil siguiente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9. Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que se considerará que en caso el último día de plazo sea inhábil, se considerará la fecha límite de entrega el primer día hábil siguiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	19:02:22

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

En las bases indican: (pag. 18)

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta.

h) Copia Simple del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID [...]

Entendemos que la presentacion del Registro Sanitario solicitado corresponde SOLO al reactivo y NO es necesaria la presenteación del mismo para otros consumibles (Calibradores y/o soluciones de limpieza y/o controles, etc).

Solicitamos al COMITE DE SELECCIÓN indique si nuestra apreciación es correcta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: h. Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. El área usuaria reafirma que el Registro Sanitario se debe presentar para reactivos, calibradores, soluciones de limpieza y controles de calidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	19:02:22

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

En las bases indican: (pag. 19)

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta.

I) Copia simple del Certificado de Análisis o Protocolo de Análisis, del producto ofertado de acuerdo a la farmacopea vigente o metodología declarada en el Registro del bien ofertado, según legislación y normativa vigente.  
[...]

Entendemos que el certificado de análisis solicitado corresponde SOLO al reactivo y NO es necesaria la presentación de los certificados de analisis de otros consumibles (Calibradores y/o soluciones de limpieza y/o controles, etc).

Solicitamos al Comité de Selección indique si nuestra apreciación es correcta.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: I) Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. El área usuaria reafirma que el Certificado de Análisis o Protocolo de Análisis se debe presentar para reactivos, calibradores, soluciones de limpieza y controles de calidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	19:02:22

**Consulta:** Nro. 51

**Consulta/Observación:**

En la página 19 de las bases solicitan:

2.2.1.1. Documentación para la admisión de la oferta

I) Copia simple del Certificado de Análisis o Protocolo de Análisis, del producto ofertado de acuerdo a la farmacopea vigente o metodología declarada en el Registro del bien ofertado, según legislación y normativa vigente.  
[...]

Al respecto, los fabricantes internacionales en sus certificados de análisis DECLARAN DIVERSOS DATOS Y/O INFORMACIÓN LOS MISMOS Y/O DENOMINACIÓN Y/O NOMBRE DEL DOCUMENTO y son firmados por diferentes responsables del fabricante, bajo sus normas locales y según su regulación nacional, por tal motivo la solicitud de información y el nombre del documento puede variar en cada fabricante ,ya que, no es requisito obligatorio en otros países.

Por lo que, solicitamos al Comité de Selección que se acepte el Certificado de Análisis o CERTIFICADO DE CONFORMIDAD según lo autorizado en el Registro Sanitario y/o formato de cada fabricante.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: I) Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente su consulta. El área usuaria señala que se aceptará que los Certificados de análisis de los fabricantes extranjeros en formato propio de cada fabricante con la información que estos declaren en el mismo, emitidos electrónicamente o con firma electrónica.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El área usuaria señala que se aceptará que los Certificados de análisis de los fabricantes extranjeros en formato propio de cada fabricante con la información que estos declaren en el mismo, emitidos electrónicamente o con firma electrónica.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	19:02:22

**Consulta:** Nro. 52

**Consulta/Observación:**

En la página 19 de las bases solicitan:

I) Copia simple del Certificado de Análisis o Protocolo de Análisis, del producto ofertado de acuerdo a la farmacopea vigente o metodología declarada en el Registro del bien ofertado, según legislación y normativa vigente.  
[...]

Entendemos que el Certificado de Análisis del Producto Terminado (Protocolo de Análisis) del producto ofertado que se presentará en el oferta es referencial y NO acredita la vigencia solicitada en las especificaciones técnicas de los reactivos NI corresponde al LOTE que se ingresará al almacén en caso seamos adjudicados.

Solicitamos al Comité de Selección indique si nuestra apreciación es correcta.

**Acápites de las bases :** Sección: Específico      Numeral: II      Literal: I)      **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que se aceptará que el Certificado de Análisis sea del Producto Terminado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El área usuaria señala que se aceptará que el Certificado de Análisis sea del Producto Terminado.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	19:02:22

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

En la página 19 de las bases precisan:  
2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO  
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:  
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Al respecto, el artículo 148 del reglamento de la ley de contrataciones del estado indica ""Los documentos del procedimiento de selección establecen el tipo de garantía que corresponde sea otorgada por el postor y/o contratista, pudiendo ser carta fianza y/o póliza de caución emitidas por entidades bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que cuenten con clasificación de riesgo B o superior.

Por lo que, entendemos que para acreditar la ""Garantía de fiel cumplimiento del contrato"" se podrá presentar carta fianza o póliza de caución emitidas por entidades bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que cuenten con clasificación de riesgo B o superior.

Solicitamos al Comité de Selección indique si nuestra entender el correcto.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: a) Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente su consulta. El área usuaria aclara a los participantes que el Comité de Selección cuando hace referencia a GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO solo permitirá para el presente procedimiento de selección, la presentación de CARTA FIANZA, para dar cumplimiento a dicho requisito en el perfeccionamiento de contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	19:02:22

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

En las bases administrativas (Pag 22) con respecto al perfeccionamiento del contrato se indica:

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en la Oficina de Logística del Hospital Nacional Arzobispo Loayza sito en Av. Alfonso Ugarte N° 848 ¿ Lima, en el horario de 8:30 am ¿ 04:00 pm.

Para evitar confusiones que impidan la entrega de los documentos solicitados para el perfeccionamiento de Contrato, solicitamos al Comité de Selección nos pueda indicar lo siguiente:

- ¿A qué persona o área debe ir dirigida la carta con los requisitos para la suscripción del contrato?

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: II Literal: 2.4. Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que los documentos para el perfeccionamiento del contrato deberán estar dirigidos a la OFICINA DE LOGISTICA de la Institución, en el horario de 8:30 am a 04:00 pm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	19:02:22

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

En la página 24 de las bases indican:  
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN  
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 8`000,000.00 (Ocho Millones y 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
[...]

Se consideran bienes similares a los siguientes: Venta de reactivos en relación al objeto de la convocatoria

Solicitamos al Comite de Selección considere como bienes similares tambien a los REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO EN GENERAL, esto con el fin de promover una mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: B. Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente su consulta. El área usuaria señala que se aceptará y establecerá como bienes similares la venta de reactivos de laboratorio para uso en equipos automatizados en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN (PRUEBAS EFECTIVAS) DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS (AGA) CON CINCO (05) EQUIPOS ASOCIADOS EN CESIÓN DE USO PARA 1096 DÍAS

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	19:02:22

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

En la Pagina 50 del documento Bases Administrativas indican con respecto al cuadro ""ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS.

Lo siguiente:

Fila: ""PERMANENCIA DE LOTE"":

Los productos ofertados deben tener una permanencia de lote mayor o igual a tres (03) meses.

Se entiende que la PERMANENCIA DE LOTE, hace referencia a la vigencia del reactivo una vez ingresado al almacen de la entidad.

Solicitamos al comite de seleccion que precise si nuestro entender es correcto, de lo contrario especificar a detalle a que se refiere.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: . Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. El área usuaria señala que su entender es correcto. La permanencia de lote está dirigida a los lotes del control de calidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null