

ACTA DE APERTURA, ADMISION, EVALUACION, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - HOMOLOGACIÓN N°05-2024-HMA-1
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE OCHO (08) MONITORES
DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARÁMETROS PARA EL DEPARTAMENTO DE
ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO**

En San Juan de Miraflores, a los 22 días del mes de noviembre de 2024, en las instalaciones de la Oficina de Logística, a las 14:33 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Resolución Administrativa N°157-2024-HMA-OEA de fecha 18 de octubre de 2024, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - HOMOLOGACIÓN N°05-2024-HMA-1**, cuyo objeto de convocatoria es la contratación para la **ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE OCHO (08) MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARÁMETROS PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO**, a fin de realizar la apertura, admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro.

I. INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN:

JUAN FRANCISCO AGURTO FU	Presidente Titular
ALEX DANIEL PIZARRO CHOZO	Primer Miembro Titular
FISHER LELIS PALHUA HUAMAN	Segundo Miembro Titular

II. Registro de participantes: para el presente procedimiento de selección, se han identificado a los siguientes participantes registrados en el SEACE:

N°	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	20101337261	ROCA S.A.C.	2024-10-22 11:13:54.0	Válido
2	20208310730	MEDELCO SRL	2024-10-22 12:57:41.0	Válido
3	20340116055	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	2024-10-24 14:42:57.0	Válido
4	20454256141	MEGATECH PERU S.A.C.	2024-10-22 09:12:31.0	Válido
5	20501645517	VITALTEC S.A.C.	2024-10-22 17:01:51.0	Válido
6	20505423942	HC MEDICAL SAC	2024-10-22 10:55:46.0	Válido
7	20511549249	NOVA MEDICAL S.A.C.	2024-10-22 19:48:34.0	Válido
8	20512709088	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-11-18 20:02:28.0	Válido
9	20521180260	OLIMPEX PERU S.A.C.	2024-10-22 17:31:46.0	Válido
10	20524594944	TECNOLOGIA BIOMEDICA INTEGRAL S.A.C.	2024-10-23 14:25:41.0	Válido
11	20529457554	CORPORACION DACMAR S.A.C.	2024-10-22 10:23:50.0	Válido
12	20538597121	DRAEGER PERU S.A.C.	2024-10-23 22:24:18.0	Válido
13	20557041631	INTECWELD IMPORT S.A.C.	2024-10-24 09:42:00.0	Válido
14	20563794101	ENDOMED TECHNOLOGHIES S.A.C.	2024-10-22 19:17:38.0	Válido
15	20565935861	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	2024-10-22 12:33:59.0	Válido
16	20601105994	MEDICALAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-10-25 10:24:48.0	Válido
17	20602609104	INDUSTRIA TECNOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDUSTRIA TECNOMEDIC S.A.C.	2024-10-25 10:28:57.0	Válido
18	20602703003	ADVANCED MEDICAL INC E.I.R.L.	2024-10-24 13:03:53.0	Válido
19	20603355289	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	2024-10-23 11:45:15.0	Válido
20	20606423374	ELVIMEDIC GROUP SAC	2024-11-18 12:48:14.0	Válido

III. Presentación de ofertas. – Se verificó que, del total de participantes registrados, se presentó dos (2) postores, conforme al siguiente detalle:

N°	RUC/CÓDIGO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FECHA DE PRESENTACIÓN	HORA DE PRESENTACIÓN	ESTADO DE LA PROPUESTA	ESTADO	MOTIVO
1	20501645517	VITALTEC S.A.C.	20/11/2024	20:27:25	Enviado	Valido	

2	20563794101	ENDOMED TECHNOLOGHIES S.A.C.	20/11/2024	19:55:19	Enviado	Valido	
---	-------------	------------------------------	------------	----------	---------	--------	--

- IV. Acto seguido, el comité de selección procede con la apertura electrónica de la oferta, realizando la descarga de la oferta del postor según su presentación, a fin de verificar los documentos de presentación obligatoria establecidos en las Bases Integradas; de no cumplir con lo requerido, la oferta será considerado como no admitida.

Por lo tanto, el resultado de la revisión de la oferta es el siguiente:

2.2.1. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	POSTOR 1	POSTOR 2
2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA	VITALTEC S.A.C.	ENDOMED TECHNOLOGHIES S.A.C.
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1).	Si cumple	Si cumple
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	Si cumple	Si cumple
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2).	Si cumple	Si cumple
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3).	Si cumple	Si cumple
e) FORMATO N° 01 "Hoja de Presentación del Equipo/Sustento de Cumplimiento de Características Técnicas".	No cumple ⁽¹⁾	Si cumple
f) Copia Simple de la Resolución de registro sanitario del bien ofertado, según lo establecido en el D.S. 016-2011 y sus modificatorias (Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios).	Si cumple	Si cumple
g) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	Si cumple	Si cumple
h) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	No aplica	No aplica
i) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6 El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	Si cumple	Si cumple
ESTADO	NO ADMITIDA	ADMITIDA

- (1) El postor no acredita de manera fehaciente el cumplimiento del numeral 4.4.1 – cable troncal para 3 derivadas de 1,50m o mayor, 4.5.1 – cable troncal de ECG para 5 o 6 derivadas de 1,50 m o mayor y 4.6.1 – cable troncal de ECG para 12 derivadas de 1,50 m o mayor, pues no demuestra cumplir con las medidas solicitadas en las especificaciones técnicas.

- V. Acto seguido, los miembros del Comité de Selección aplican el Factor de Evaluación a las propuestas presentadas de acuerdo a lo establecido en las Bases Integradas:

VALOR ESTIMADO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: S/ 1,150,056.48						
N°	NOMBRE DEL POSTOR	PRECIO DE LA OFERTA S/	PUNTAJE - PRECIO	PUNTAJE - PLAZO DE ENTREGA	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACIÓN
01	ENDOMED TECHNOLOGHIES S.A.C.	S/ 1,150,028.00	50.00 pto	00.00 pto	50.00 pto	1°

VI. Verificación de cumplimiento de los requisitos de calificación:


REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		ENDOMED TECNOLOGHIES S.A.C.	
A	CAPACIDAD LEGAL		
	HABILITACIÓN		
	Requisitos: Autorización Sanitaria de Funcionamiento, de acuerdo a la Ley N°29459 y el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos D.S. N°014-2011-SA.	Si cumple	
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
	Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1,000,000.00 (Un millón con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Se consideran bienes similares a los siguientes: <table><tr><td>Definición de prestación similar</td><td>monitor telemétrico adulto con 6 parámetros de transporte uso extrahospitalario monitor telemétrico pediátrico con 6 parámetros de transporte uso extrahospitalario monitor de funciones vitales adulto con 5 parámetros fijo para uso intrahospitalario monitor multiparámetro de funciones vitales de 8 parámetros monitor de funciones vitales neonatal con 3 parámetros fijo para uso intrahospitalario monitor de funciones vitales neonatal con 5 parámetros de transporte para uso extrahospitalario monitor de funciones vitales adulto con 5 parámetros de transporte para uso extrahospitalario monitor multiparámetro de funciones vitales de 11 parámetros monitor de funciones vitales neonatal con 8 parámetros fijo para uso intrahospitalario monitor de funciones vitales neonatal con 6 parámetros fijo para uso intrahospitalario monitor de funciones vitales pediátrico con 6 parámetros fijo para uso intrahospitalario monitor de funciones vitales neonatal con 5 parámetros fijo para uso intrahospitalario monitor de funciones vitales adulto con 9 parámetros fijo para uso intrahospitalario monitor de funciones vitales adulto con 12 parámetros fijo para uso intrahospitalario Equipos biomédicos para UCI</td></tr></table>	Definición de prestación similar	monitor telemétrico adulto con 6 parámetros de transporte uso extrahospitalario monitor telemétrico pediátrico con 6 parámetros de transporte uso extrahospitalario monitor de funciones vitales adulto con 5 parámetros fijo para uso intrahospitalario monitor multiparámetro de funciones vitales de 8 parámetros monitor de funciones vitales neonatal con 3 parámetros fijo para uso intrahospitalario monitor de funciones vitales neonatal con 5 parámetros de transporte para uso extrahospitalario monitor de funciones vitales adulto con 5 parámetros de transporte para uso extrahospitalario monitor multiparámetro de funciones vitales de 11 parámetros monitor de funciones vitales neonatal con 8 parámetros fijo para uso intrahospitalario monitor de funciones vitales neonatal con 6 parámetros fijo para uso intrahospitalario monitor de funciones vitales pediátrico con 6 parámetros fijo para uso intrahospitalario monitor de funciones vitales neonatal con 5 parámetros fijo para uso intrahospitalario monitor de funciones vitales adulto con 9 parámetros fijo para uso intrahospitalario monitor de funciones vitales adulto con 12 parámetros fijo para uso intrahospitalario Equipos biomédicos para UCI
Definición de prestación similar	monitor telemétrico adulto con 6 parámetros de transporte uso extrahospitalario monitor telemétrico pediátrico con 6 parámetros de transporte uso extrahospitalario monitor de funciones vitales adulto con 5 parámetros fijo para uso intrahospitalario monitor multiparámetro de funciones vitales de 8 parámetros monitor de funciones vitales neonatal con 3 parámetros fijo para uso intrahospitalario monitor de funciones vitales neonatal con 5 parámetros de transporte para uso extrahospitalario monitor de funciones vitales adulto con 5 parámetros de transporte para uso extrahospitalario monitor multiparámetro de funciones vitales de 11 parámetros monitor de funciones vitales neonatal con 8 parámetros fijo para uso intrahospitalario monitor de funciones vitales neonatal con 6 parámetros fijo para uso intrahospitalario monitor de funciones vitales pediátrico con 6 parámetros fijo para uso intrahospitalario monitor de funciones vitales neonatal con 5 parámetros fijo para uso intrahospitalario monitor de funciones vitales adulto con 9 parámetros fijo para uso intrahospitalario monitor de funciones vitales adulto con 12 parámetros fijo para uso intrahospitalario Equipos biomédicos para UCI		
C	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE		
	Requisitos: <u>Profesional</u> Cantidad: 01 Responsable de la instalación y capacitación del equipo Cuatro (04) años de experiencia en instalación y/o implementación y/o capacitación y/o mantenimiento de equipos médicos ofertados. La experiencia se contabilizará de la fecha de colegiatura en adelante. <u>Personal Técnico</u> Cantidad: 01 Responsable del mantenimiento del equipo Cuatro (04) años o más de experiencia en el mantenimiento y/o reparación de los equipamientos médicos. La experiencia se contabilizará, para el caso del personal técnico, de la fecha de obtención del título en adelante y, para el caso del bachiller en ingeniería, fecha de grado de bachiller en adelante. También, el personal profesional colegiado de ingeniería podrá participar como encargado del mantenimiento, siempre que cumpla con el número de años de experiencia solicitados en el mantenimiento y/o reparación de equipos médicos.	Si cumple	
ESTADO		CALIFICADA	


VII. Otorgamiento de buena pro:

Finalmente, el Comité de Selección, de conformidad al Artículo 76° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, por unanimidad procede a otorgar la Buena Pro del procedimiento de selección **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - HOMOLOGACIÓN N°05-2024-HMA-1**, al postor **ENDOMED TECHNOLOGHIES S.A.C.**, cuyo objeto de convocatoria es la contratación para la **ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE OCHO (08) MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARÁMETROS PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO**, se adjudica por el monto de **S/ 1,150,028.00 (Un millón ciento cincuenta mil veintiocho con 00/100 soles)**.

Siendo las 11:45 horas del día 28 de noviembre del 2024, el Comité de Selección da por finalizada la sesión, firmando en señal de conformidad.



JUAN FRANCISCO AGURTO FU
Presidente del Comité de Selección
AS-HOMOLOGACION N°05-2024-HMA-1

ALEX DANIEL PIZARRO CHOZO
Primer Miembro del Comité de Selección
AS-HOMOLOGACION H N°05-2024-HMA-1

FISHER TELIS PALHUA HUAMAN
Segundo Miembro del Comité de Selección
AS-HOMOLOGACION N°05-2024-HMA-1