

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-51-2023-CS-GORE.ICA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	Adquisición de Megómetro Digital, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller, en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	03/10/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:11:06

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

ITEM N°02: MEGÓMETRO DIGITAL

5.4 Lugar y Plazo de Ejecución de la prestación

Plazo de entrega:

El plazo de entrega del bien será de 20 días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato u orden de compra. Para la Instalación y puesta en marcha será de 15 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la entrega del bien. Plazo total de la prestación 30 días calendarios.

OBSERVACIÓN

Solicitamos al Comité especial, considerar ampliar el plazo de entrega a 120 DÍAS CALENDARIOS, ya que los equipos solicitados requieren de un proceso de fabricación considerable, así como los procesos de importación, desaduanaje y otros controles previos; además de la difícil situación que venimos atravesando con la escasez de diversos componentes eléctricos y electrónicos a nivel mundial; por lo que el plazo de entrega que se visualiza en las bases es muy corto y no está acorde con la realidad; por tanto, se solicita ampliar el plazo de entrega a 120 días calendario, permitiendo la mayor participación de postores potenciales.

Asimismo, solicitamos que modifiquen el factor de plazo de entrega a:

De 1 hasta 75 días calendario: 50 puntos
De 76 hasta 90 días calendario: 10 puntos
De 91 hasta 100 días calendario: 05 puntos

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** 5.1.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART 2 INCISO A, B, C

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, es de necesidad el requerimiento del equipo en el plazo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Megómetro Digital, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller, en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	03/10/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:11:06

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

ITEM PAQUETE: ADQUISICIÓN DE MEGÓMETRO DIGITAL

ITEM 01: MEGOMETRO DIGITAL

Consulta General:

Para garantizar que lo módulos que componen el kit educativo cuenten con las protecciones mínimas para los estudiantes, se solicita considerar que los módulos cuenten con conectores tipo banana hembra de 4mm2 de doble aislamiento (1000V, CAT III).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara , que se puede considerar opcionalmente los conectores tipo banana hembra de 4mm2 de doble aislamiento y/o superior y/o definido por el postor, con la finalidad de no limitar la pluralidad de postores y la vez podra entregar El Megometro Dligital con la caracteristica que señala ya que esto no limita su participacion, por lo cual el postor puede presentar caracteristicas que le aporten mayor valor al equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se puede considerar opcionalmente los conectores tipo banana hembra de 4mm2 de doble aislamiento y/o superior y/o definido por el postor

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Megómetro Digital, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller, en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	03/10/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:11:06

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

ITEM PAQUETE: ADQUISICIÓN DE MEGÓMETRO DIGITAL

ITEM 01: MEGOMETRO DIGITAL

Incluye: cables de conexión.

Consulta:

Para garantizar la protección por daños a los alumnos debido choques eléctricos, se solicita considerar que los cables de conexión cuenten con terminales banana tipo macho de 4mm2 y 2mm2 de doble aislamiento (1000V, CAT III). Además, el conductor debe contar con certificación UL 758.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara , que se puede considerar opcionalmente los terminales tipo banana macho de 4mm2 y 2mm2 de doble aislamiento y/o superior y/o definido por el postor, con la finalidad de no limitar la pluralidad de postores y la vez podra entregar El Megometro Dligital con la característica que señala ya que esto no limita su participacion, por lo cual el postor puede presentar caracteristicias que le aporten mayor valor al equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se puede considerar opcionalmente los terminales tipo banana macho de 4mm2 y 2mm2 de doble aislamiento y/o superior y/o definido por el postor

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Megómetro Digital, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller, en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	03/10/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:11:06

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

ITEM PAQUETE: ADQUISICIÓN DE MEGÓMETRO DIGITAL

ITEM 01: MEGOMETRO DIGITAL

Software, interfaz.

Consulta:

Para mejorar la experiencia en el desarrollo de las practicas, se solicita considerar que el software cuente con la opción de realizar adquisición de datos. Además, que el puerto de configuración sea estándar USB tipo ¿C¿.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara , que se puede considerar opcionalmente los puertos de configuración USB y/o serial y/o VGA , con la finalidad de no limitar la pluralidad de postores y a la vez podra entregar el Megometro Digital con la caracterica que señala ya que esto no limita su participacion, por lo cual el postor puede presentar caracteristicias que le aporten mayor valor al equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se puede considerar opcionalmente los puertos de configuración USB y/o serial y/o VGA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Megómetro Digital, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller, en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	03/10/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:11:06

Consulta: Nro. 5
Consulta/Observación:
ITEM PAQUETE: ADQUISICIÓN DE MEGÓMETRO DIGITAL

ITEM 01: MEGOMETRO DIGITAL

Entrada USB.

Consulta:

Para mejorar la experiencia en el desarrollo de las prácticas y garantizar que el equipo cumpla con los estándares actuales de tecnología. Se solicita considerar un puerto universal USB tipo ¿C¿.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara , que se puede considerar opcionalmente los puertos de configuración USB tipo C , con la finalidad de no limitar la pluralidad de postores y a la vez podra entregar el Megometro Digital con la caracterica que señala ya que esto no limita su participacion, por lo cual el postor puede presentar caracteristicias que le aporten mayor valor al equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se puede considerar opcionalmente los puertos de configuración USB tipo C

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Megómetro Digital, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller, en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	03/10/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:11:06

Consulta: Nro. 6
Consulta/Observación:
ITEM PAQUETE: ADQUISICIÓN DE MEGÓMETRO DIGITAL

ITEM 01: MEGOMETRO DIGITAL

Incluye: cables de poder.

Consulta:

Para garantizar la protección por daños en los alumnos debido choques eléctricos, se solicita considerar que el cable de poder debe ser de tipo industrial (2P+T).

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara , que se puede considerar opcionalmente un cable de poder tipo Industrial (2P + T), con la finalidad de no limitar la pluralidad de postores y a la vez podra entregar el Megometro Digital con la caracterica que señala ya que esto no limita su participacion .
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se puede considerar opcionalmente un cable de poder tipo Industrial (2P + T)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Megómetro Digital, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller, en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	03/10/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:11:06

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

ITEM PAQUETE: ADQUISICIÓN DE MEGÓMETRO DIGITAL

ITEM 01: MEGOMETRO DIGITAL

Funda y/o maletín:

Para mejorar traslado y almacenaje del kit educativo, extendiendo su vida útil; se solicita considerar que el estuche o maletín cuenten con espuma de poliuretano precortados según el módulo que almacena.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara , que se puede considerar opcionalmente para un mejor traslado y almacenaje de protección del equipo con estuche o maletin que cuenten con espuma de poliuretano precortado, con la finalidad de no limitar la pluralidad de postores y a la vez podra entregar el Megometro Digital con la caracterica que señala ya que esto no limita su participacion, por lo cual el postor puede presentar caracteristicias que le aporten mayor valor al equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se puede considerar opcionalmente para un mejor traslado y almacenaje de protección del equipo con estuche o maletin que cuenten con espuma de poliuretano precortado

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Megómetro Digital, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller, en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	03/10/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:11:06

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

ITEM PAQUETE: ADQUISICIÓN DE MEGÓMETRO DIGITAL

ITEM 01: MEGOMETRO DIGITAL

5.1.2 Condiciones de Operación

Voltaje de 220/380VCA, 60 Hz.

CONSULTA

Confirmar si se considera una fuente dual monofásica de 220Vac y 380Vac, con tomas industriales 2P+T. Con protecciones de corto circuito, sobrecarga y corriente residual.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, con respecto al voltaje se confirma una fuente dual Monofasica de 220VAC y 380 VAC y se puede considerar opcionalmente las tomas industrial 2P + T, con protecciones de corto circuito, sobrecargas y corriente residual, con la finalidad de no limitar la pluralidad de postores y a la vez podra entregar el Megometro Digital con la caracterica que señala ya que esto no limita su participacion, Por lo cual el postor puede presentar caracteristicias que le aporten mayor valor al equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con respecto al voltaje se confirma una fuente dual Monofasica de 220VAC y 380 VAC y se puede considerar opcionalmente las tomas industrial 2P + T, con protecciones de corto circuito, sobrecargas y corriente residual

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Megómetro Digital, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller, en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	03/10/2023
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	18:27:10

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Debido a que son equipos de importación, se solicita se pueda ampliar el plazo de entrega a 90 días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato u orden de compra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.4 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, es de necesidad el requerimiento del equipo en el plazo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Megómetro Digital, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller, en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	03/10/2023
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	18:27:10

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se solicita experiencia en venta de transformadores de distribución eléctrica

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.2 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta respetar lo indicado en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Megómetro Digital, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller, en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código :	20101120792	Fecha de envío :	03/10/2023
Nombre o Razón social :	LOGYTEC S.A.	Hora de envío :	19:27:52

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En la tabla técnica se solicita, Medición programada con incrementos de tensión 50V. Solicitamos que la Medición programada con incrementos de tensión sea 50 V o 100V, ya que el incremento de 100 V también permitirá llegar a las tensiones de prueba recomendada por normativas internacionales, además con la ventaja que permitirá una mayor pluralidad de postores y competencia de precios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.22 Literal: 5.1.1 Página: 5

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara , que se puede considerar opcionalmente incrementos de tensión de 50V y/o 100V, con la finalidad de no limitar la pluralidad de postores y la vez podra entregar El Megometro Dlgital con la caracteristica que señala ya que esto no limita su participacion, por lo cual el postor puede presentar caracteristicias que le aporten mayor valor al equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se puede considerar opcionalmente incrementos de tensión de 50V y/o 100V

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Megómetro Digital, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller, en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código : 20101120792

Nombre o Razón social : LOGYTEC S.A.

Fecha de envío : 03/10/2023

Hora de envío : 19:27:52

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En la tabla técnica se solicita Función de rampa 0 ¿ 5000 Vcc. Solicitamos dejar como opcional este requerimiento, ya que la función de rampa es una función opcional en la mayoría de megohmetros, además con la ventaja que permitirá abaratar el costo del equipo promoviendo así una mayor pluralidad de postores y competencia de precios..

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** 5.1.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, respetar la característica indicadas del equipo sobre la rampa de 0- 5000Vcc, para mayor pluralidad de postores las características mencionadas en el requerimiento son mínimas, por lo cual el proveedor puede presentar características que le aporten mayor valor al equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Megómetro Digital, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller, en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código :	20101120792	Fecha de envío :	03/10/2023
Nombre o Razón social :	LOGYTEC S.A.	Hora de envío :	19:27:52

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En la tabla técnica se solicita ¿Accesorio para medición de corriente y voltaje¿, solicitamos aclarar cuál es dicho accesorio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta con respecto a los accesorios de corriente y voltaje, los accesorios requeridos son: Cable de prueba y sondas de baja Fuga, pinzas de cocodrillo y adaptador de interfaz.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con respecto a los accesorios de corriente y voltaje, los accesorios requeridos son: Cable de prueba y sondas de baja Fuga, pinzas de cocodrillo y adaptador de interfaz

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Megómetro Digital, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller, en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código :	20101120792	Fecha de envío :	03/10/2023
Nombre o Razón social :	LOGYTEC S.A.	Hora de envío :	19:27:52

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En la tabla técnica se solicita entrada USB y Software para PC, solicitamos considerar como opcional la entrada USB y el software, ya que, si lo considera ambos como opcional, el megohmetro propuesto tendrá una importante reducción de costo, ampliando el número de postores. De ser necesario USB y Software debería estar considerado también el cable USB debajo de ¿Incluye:¿ con los demás accesorios requeridos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, respetar la característica indicadas sobre la entrada USB y el Software para PC, para mayor pluralidad de postores las características mencionadas en el requerimiento son mínimas, por lo cual el proveedor puede presentar características que le aporten mayor valor al equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Megómetro Digital, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller, en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código :	20101120792	Fecha de envío :	03/10/2023
Nombre o Razón social :	LOGYTEC S.A.	Hora de envío :	19:27:52

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se solicita en la tabla técnica, Accesorio para medición de corriente. Solicitamos que la medición de corriente sea solicitada como opcional, ya que si lo considera como opcional el megohmetro tendrá una importante reducción de costo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** 5.1.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, para mayor pluralidad de postores las características mencionadas en el requerimiento son mínimas, por lo cual el proveedor puede presentar características que le aporten mayor valor al equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Megómetro Digital, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller, en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código :	20101120792	Fecha de envío :	03/10/2023
Nombre o Razón social :	LOGYTEC S.A.	Hora de envío :	19:27:52

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Solicitamos que los postores sean los representantes de la marca a ofertar ya que esto garantiza un sólido y oportuno servicio de post venta. Para esto los postores deberemos presentar la carta vigente de representación del fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, respetar lo indicado en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Megómetro Digital, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller, en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código : 20101120792

Nombre o Razón social : LOGYTEC S.A.

Fecha de envío : 03/10/2023

Hora de envío : 19:27:52

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se solicita corregir el involuntario error al considerar la experiencia en ventas de equipos Mecánica Automotriz En General, y Módulos De Ingeniería En General, ya que son de naturaleza totalmente diferente y no guarda relación con este proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2

Literal: A

Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, respetar lo indicado en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Megómetro Digital, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller, en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código :	20101120792	Fecha de envío :	03/10/2023
Nombre o Razón social :	LOGYTEC S.A.	Hora de envío :	19:27:52

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

En la pag. 29 indica que se evaluará en función del plazo: De 01 hasta 10 días calendario: 50 puntos, De 11 hasta 21 días calendario: 10 puntos, De 22 hasta 29 días calendario: 05 puntos
Solicitamos ampliar el plazo de entrega a 60 días ya que ningún fabricante de megohmetros, puede mantener el stock para un modelo por la cantidad de 18 unidades, ya que es el plazo normal que se necesita para realizar la gestión de importación para la cantidad solicitada. De mantener tiempos tan cortos se entendería que este concurso estaría direccionado a empresas que ya cuenten con stock (2022 o 2021), limitando a los grandes fabricantes postular

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAPITULOIV **Literal:** B **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, es de necesidad el requerimiento del equipo en el plazo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null