

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-DIRSAPOL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FRASCOS VIALES DE VIDRIO BOROSILICATO TRANSPARENTE x 10 ML CON TAPA DE GOMA PARA LAS SEDES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE DOSAJE ETILICO - DIRSAPOL

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	27/10/2023
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	16:50:58

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Características técnicas

Resistente a altas temperaturas + 110°C

Solicitamos se precise si el vial debe ser resistente a la temperatura de + 110°C o debe ser a una temperatura mayor a 110°C, favor aclarar hasta que temperatura debe ser resistente.

Acápites de las bases : Sección: General

Numeral: 3

Literal: 1

Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA, EL AREA USUARIA PRECISA QUE EL MATERIAL DEBE RESISTIR TEMPERATURAS DE 110° C A MÁS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-DIRSAPOL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FRASCOS VIALES DE VIDRIO BOROSILICATO TRANSPARENTE x 10 ML CON TAPA DE GOMA PARA LAS SEDES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE DOSAJE ETILICO - DIRSAPOL

Ruc/código : 20600481593

Fecha de envío : 27/10/2023

Nombre o Razón social : PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.

Hora de envío : 16:50:58

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

dimensiones

diámetro externo de boca 19.8 mm +- 0.5

Solicitamos si la siguiente característica cumple con lo solicitado: diámetro externo de la boca 19.55 mm ¿ 20.20 mm, favor de confirmar si cumple con el rango solicitado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3

Literal: 1

Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA, EL AREA USUARIA PRECISA QUE LOS VALORES 19,55 - 20,20 mm., MATERIA DE CONSULTA SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-DIRSAPOL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FRASCOS VIALES DE VIDRIO BOROSILICATO TRANSPARENTE x 10 ML CON TAPA DE GOMA PARA LAS SEDES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE DOSAJE ETILICO - DIRSAPOL

Ruc/código : 20600481593

Fecha de envío : 27/10/2023

Nombre o Razón social : PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.

Hora de envío : 16:50:58

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

dimensiones

diámetro interno de la boca 12.60 mm +- 0.5 mm

Solicitamos se acepte también para esta característica los siguientes valores: 12.60 mm +- 0.20 mm, esperando que la tolerancia indicada sea considerada como mejora.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3

Literal: 1

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA, EL AREA USUARIA PRECISA QUE LOS VALORES 12,60 mm +- 0,2 mm, MATERIA DE CONSULTA SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-DIRSAPOL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FRASCOS VIALES DE VIDRIO BOROSILICATO TRANSPARENTE x 10 ML CON TAPA DE GOMA PARA LAS SEDES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE DOSAJE ETILICO - DIRSAPOL

Ruc/código : 20600481593

Fecha de envío : 27/10/2023

Nombre o Razón social : PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.

Hora de envío : 16:50:58

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

dimensiones

concavidad 1.00 como maximo

Solicitamos se acepte también para esta característica los siguientes valores: 1.10 como máximo, esperando que el valor indicado sea considerado como mejora

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 1

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA, EL AREA USUARIA PRECISA QUE SE ACEPTA EL VALOR DE 1,10 mm. COMO MAXIMO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

concavidad 1,10 mm como máximo

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD
Nomenclatura : AS-SM-30-2023-DIRSAPOL-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE FRASCOS VIALES DE VIDRIO BOROSILICATO TRANSPARENTE x 10 ML CON TAPA DE GOMA PARA LAS SEDES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE DOSAJE ETILICO - DIRSAPOL

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	27/10/2023
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	16:50:58

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

dimensiones

espesor de pared 1.10 mm +- 0.5

creemos que existe un error consignado en el valor de la tolerancia, debería ser 1.10 mm +- 0.05, solicitamos se corrija en bases integradas

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA, EL AREA USUARIA PRECISA QUE SE CORREGIRA EN BASES LO SIGUIENTE: DICE ESPESOR DE PARED 1,10 mm +- 0,5; DEBE DECIR ESPESOR DE PARED 1,10 mm +- 0,05 mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

espesor de pared 1,10 mm +- 0,05 mm

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD
Nomenclatura : AS-SM-30-2023-DIRSAPOL-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE FRASCOS VIALES DE VIDRIO BOROSILICATO TRANSPARENTE x 10 ML CON TAPA DE GOMA PARA LAS SEDES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE DOSAJE ETILICO - DIRSAPOL

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	27/10/2023
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	16:50:58

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Características técnicas

Envase de vidrio neutro de resistencia hidrolítica tipo I, apropiado para sangre y hemoderivados

Este material de vidrio es de uso universal, para diferentes usos, en ese orden de ideas se solicita aceptar documento técnico que indique los diferentes usos considerando como el uso medico para sangre y hemoderivados

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA, EL AREA USUARIA PRECISA QUE SE ACEPTA DOCUMENTO TECNICO (DE EMPRESA FABRICANTE) QUE INDIQUE QUE EL MATERIAL DE VIDRIO TIENE USO MEDICO PARA SANGRE Y

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Envase de vidrio neutro de resistencia hidrolítica tipo I, apropiado para sangre y hemoderivados

SE ACEPTA TAMBIEN DOCUMENTO TECNICO (DE EMPRESA FABRICANTE) QUE INDIQUE QUE EL MATERIAL DE VIDRIO TIENE USO MEDICO PARA SANGRE Y HEMODERIVADOS