

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : AS-SM-29-2024-DIRIS-LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código : 20516604558

Nombre o Razón social : MEGA ODONTHO E.I.R.L.

Fecha de envío : 01/10/2024

Hora de envío : 23:18:07

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Pág. 21

ESPECIFICACIONES TECNICAS, numeral 3.1 de la pag 21, ADQUISICION DE PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LC se solicita que el equipo deba contar con un ruido aproximado de 59 decibeles, en el mercado las piezas de mano de alta velocidad cuentan con un ruido aproximado de 65 decibeles, POR QUE INFORMAMOS que SOLO una marca en específico es la que cuenta con piezas de mano de alta velocidad con un ruido menor o igual a 59 decibeles, esto afecta en la parcialidad del proceso de selección incumpliendo los principios de libre competencia e igualdad de trato según las leyes de contratación del estado.

Se solicita que se amplíe la característica ¿RUIDO: 59 DB APROX¿ ha ¿RUIDO: DE 59 A 65 DB¿ para una mayor pluralidad de postores y modelos de equipos..

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A10 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

para mayor pluralidad de postores, se modificara en las especificaciones técnicas lo siguiente:

RUIDOS (db): 59 A 65