

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-125-2023-ESSALUD-RPA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REPUESTO FLAT PANEL PARA EL EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DEL POLICLINICO FRANCISCO PIZARRO

Ruc/código : 20333483395

Nombre o Razón social : GAMEL S.R.L.

Fecha de envío : 18/03/2024

Hora de envío : 18:19:02

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

2.2.1.1 Documentos para la Admisión de la Oferta

Observamos a los miembros del comité que; para asegurar la calidad y buen rendimiento del equipo solicitado, recomendamos a la Institución incluir en el numeral 2.2.1.1 DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA; la presentación obligatoria, de los documentos que a continuación detallamos:

- ¿ Registro Sanitario del equipo ofertado vigente; a nombre del postor y emitido por la DIGEMID
- ¿ Certificado FDA del equipo ofertado
- ¿ Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura y/o ISO 13485

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.2.1 **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado precisa que conforme a la revisión de las cotizaciones presentadas en la etapa de indagación de mercado, se puede observar que ninguno de los postores presentó dicha documentación, por lo tanto no resultaría razonable y limitaría en la participación de postores incluirlo en la integración de bases, por lo antes expuesto no se acepta su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
AS-SM-125-2023-ESSALUD-RPA-2
2
Bien
ADQUISICION DE REPUESTO FLAT PANEL PARA EL EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DEL POLICLINICO FRANCISCO PIZARRO

Ruc/código :	20333483395	Fecha de envío :	18/03/2024
Nombre o Razón social :	GAMEL S.R.L.	Hora de envío :	18:19:02

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

e) Catálogos o documentos técnicos emitidos por el fabricante del bien ofertado que sustente la propuesta técnica del postor
Sugerimos a los miembros del comité que para complementar lo solicitado en el literal e) catalogos o documentos técnicos emitidos por el fabricante del bien ofertado que sustente la propuesta del postor se incluya como parte de la documentación la HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (formato Libre) en la cual se sustente el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas solicitadas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1. Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado no acoge la consulta, dado que dentro los documentos de presentación obligatoria, se encuentra el anexo N°3 Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, siendo el documento propuesto por el postor un documento innecesario para la evaluación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura :AS-SM-125-2023-ESSALUD-RPA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REPUESTO FLAT PANEL PARA EL EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DEL POLICLINICO FRANCISCO PIZARRO

Ruc/código :	20333483395	Fecha de envío :	18/03/2024
Nombre o Razón social :	GAMEL S.R.L.	Hora de envío :	18:19:02

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

6.1 Características Tecnicas

9 . Tiempo de recarga de la batería no mayor de 03

El detector que ofrece nuestra empresa tiene un tiempo de recarga de la batería de 03 horas, por lo tanto, estaríamos dentro de lo solicitado por la institución en el numeral ¿9¿ de las características técnicas; al ser el tiempo de recarga no mayor a 3 horas, ¿es correcta nuestra apreciación?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria aclara que el tiempo de recarga es de tres (3) horas en cumplimiento las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
AS-SM-125-2023-ESSALUD-RPA-2
2
Bien
ADQUISICION DE REPUESTO FLAT PANEL PARA EL EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DEL POLICLINICO FRANCISCO PIZARRO

Ruc/código :	20333483395	Fecha de envío :	18/03/2024
Nombre o Razón social :	GAMEL S.R.L.	Hora de envío :	18:19:02

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

11. Incluir UPS con batería con autonomía mínimo 10 minutos

Para sustentar la autonomía mínima del UPS, podría el comité aceptar una declaración jurada del proveedor autorizado de la marca propuesta, indicando el cumplimiento de la presente especificación, tomando en cuenta que los UPS pueden ser configurados con 5, 10, 15, 20 minutos, etc.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado no acoge su consulta ya que una declaracion jurada no es un documento técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
AS-SM-125-2023-ESSALUD-RPA-2
2
Bien
ADQUISICION DE REPUESTO FLAT PANEL PARA EL EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DEL POLICLINICO FRANCISCO PIZARRO

Ruc/código :	20333483395	Fecha de envío :	18/03/2024
Nombre o Razón social :	GAMEL S.R.L.	Hora de envío :	18:19:02

Consulta: Nro. 5
Consulta/Observación:
6.1 características técnicas

El equipo de rayos x estacionario marca Shimadzu cuenta con rejilla antidifusora de fábrica. Con el uso de un flat panel se debe mantener la calidad de imagen. Para tal fin el software del flat panel debe ser configurable para el borrado de líneas que se puedan generar en la imagen producto de la rejilla (grilla) instalada en el equipo. De no contar el software del flat panel del postor con esta capacidad, el postor puede incluir en su oferta una parrilla antidifusora para mesa de paciente y una para Bucky vertical de mínimo 100 líneas.

La tecnología de Flat panel permite realizar exámenes radiográficos sin necesidad de la intervención de una parrilla antidifusora para la obtención de una imagen con calidad diagnostica, por tanto, solicitamos al comité considerar como opcional lo siguiente:

Que el flat panel permita su uso SIN NECESIDAD de la parrilla antidifusora siempre y cuando se demuestre la calidad de la imagen y/o que el software permita la supresión de las rayas producidas por el Bucky y/o si el postor tiene la intención de brindar 2 parrillas tanto para el estativo como para la mesa pudiera entregarlas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado no acoge su consulta, asimismo, se precisa que en la indagación de mercado se verificó la pluralidad de postores que cumplen con las características técnicas solicitadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
AS-SM-125-2023-ESSALUD-RPA-2
2
Bien
ADQUISICION DE REPUESTO FLAT PANEL PARA EL EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DEL POLICLINICO FRANCISCO PIZARRO

Ruc/código :	20333483395	Fecha de envío :	18/03/2024
Nombre o Razón social :	GAMEL S.R.L.	Hora de envío :	18:19:02

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:
B: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

¿Se considerarán Bienes Similares a los siguientes: Repuestos para Equipos de Rayos x en General

Si Bien es cierto los Detectores Flat Panel son componentes de un sistema de Rayos X Digital; lo que sugerimos a los miembros del comité es que la experiencia del postor se pueda sustentar con Equipos similares (Flat Panel o Equipos de Rayos x).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado no acoge su consulta ya que siendo el objeto de la convocatoria un componente o repuesto, un equipo de rayos x no es similar a lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
AS-SM-125-2023-ESSALUD-RPA-2
2
Bien
ADQUISICION DE REPUESTO FLAT PANEL PARA EL EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DEL POLICLINICO FRANCISCO PIZARRO

Ruc/código :	20540726788	Fecha de envío :	18/03/2024
Nombre o Razón social :	STEFANO & MASA S.A.C.	Hora de envío :	18:35:32

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

CONSULTA:
En este apartado se menciona que se realizarán las respectivas pruebas de funcionamiento el cual demostrará el perfecto funcionamiento del repuesto reemplazado.
Para esos efectos, se solicita confirmar que el Equipo en cuestión no se encuentra con limitaciones de cualquier índole, salvo el Flat Panel. Y, si de advertirse alguna falla adicional, este no afectará la emisión de conformidad de funcionamiento del repuesto proveído (Flat Panel).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 10 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado aclara que la instalacion y pruebas operativas está ligada al flat panel. En la eventualidad hipotética que el equipo de rayos x no esté operativo se facilitará realizar las pruebas operativas con un equipo de rayos x operativo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
AS-SM-125-2023-ESSALUD-RPA-2
2
Bien
ADQUISICION DE REPUESTO FLAT PANEL PARA EL EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DEL POLICLINICO FRANCISCO PIZARRO

Ruc/código :	20540726788	Fecha de envío :	18/03/2024
Nombre o Razón social :	STEFANO & MASA S.A.C.	Hora de envío :	18:35:32

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

CONSULTA:

En esta sección se menciona que el personal del contratista deberá contar con capacitación en equipos de rayos x digitales o convencionales.

No obstante, dicha solicitud no está contenida dentro del numeral 20. de las Especificaciones Técnicas (pág24), ni en los Requisitos de calificación numeral 3.2 (pág29). En virtud a lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento por parte del área usuaria sea materializado en la sección correspondiente dentro de los Requisitos de calificación con un mínimo de 40 horas lectivas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 9 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria aclara que los requisitos de calificación están conforme a la base estándar. En la sección indicada se señala que la presentación de la constancia de capacitación será a la instalación del producto, las horas lectivas se mantienen en 20 horas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
AS-SM-125-2023-ESSALUD-RPA-2
2
Bien
ADQUISICION DE REPUESTO FLAT PANEL PARA EL EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DEL POLICLINICO FRANCISCO PIZARRO

Ruc/código :	20540726788	Fecha de envío :	18/03/2024
Nombre o Razón social :	STEFANO & MASA S.A.C.	Hora de envío :	18:35:32

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

CONSULTA:

Este apartado menciona que [la fecha de fabricación] del bien no deberá ser mayor de doce (12) meses a la fecha de entrega

Solicitamos que se amplíe el tiempo de fabricación hasta un máximo de veinticuatro (24) meses a la fecha de entrega.

Lo anterior, con la finalidad de promover la concurrencia de postores e intensificar la competencia entre los mismos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado no acoge su consulta ya que por políticas de la institución es adquirir equipos con la antigüedad máxima de fabricacion indicada en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
AS-SM-125-2023-ESSALUD-RPA-2
2
Bien
ADQUISICION DE REPUESTO FLAT PANEL PARA EL EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DEL POLICLINICO FRANCISCO PIZARRO

Ruc/código :	20540726788	Fecha de envío :	18/03/2024
Nombre o Razón social :	STEFANO & MASA S.A.C.	Hora de envío :	18:35:32

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:
CONSULTA:
Solicitamos ampliar el plazo de entrega e instalación del bien a CUARENTA (40) días calendario desde la fecha indicada en la orden de compra; en atención al aplazamiento generado en Aduanas y otros trámites administrativos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 16 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado no acoge su consulta asimismo, se aclara que en la indagación de mercado se verificó el cumplimiento del plazo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
AS-SM-125-2023-ESSALUD-RPA-2
2
Bien
ADQUISICION DE REPUESTO FLAT PANEL PARA EL EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DEL POLICLINICO FRANCISCO PIZARRO

Ruc/código :	20540726788	Fecha de envío :	18/03/2024
Nombre o Razón social :	STEFANO & MASA S.A.C.	Hora de envío :	18:35:32

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

CONSULTA:

Aquí se postula como servicios similares a: repuestos para equipos Rayos X en general.
Para estos efectos, solicitamos incluir tomógrafos, por cuanto ambos son equipos generadores de radiación ionizante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado no acoge ya que el repuesto flat panel no es igual a un cabezal de rayos x o un generador de rayos x o un estativo, siendo todos losdetallados anteriormente repuestos para equipos de rayos x; por lo que se considera similares "Repuestos para equipos de Rayos X en general"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null