

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

| | |
|--------------------------|--|
| Entidad convocante : | DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO |
| Nomenclatura : | AS-SM-39-2024-DIRIS-LC-1 |
| Nro. de convocatoria : | 1 |
| Objeto de contratación : | Bien |
| Descripción del objeto : | ADQUISICION DE MICROMOTOR DENTAL Y CONTRA ANGULO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DENTAL DE LA DIRIS LIMA CENTRO |

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20101281966 | Fecha de envío : | 28/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | DENT IMPORT S A | Hora de envío : | 23:28:14 |

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Consulta Nro. 1

Consulta/Observación:

En los documentos de especificación técnica, hemos identificado una discrepancia en el número de micromotores dentales requeridos. En el capitulo 3 el numeral 3.1 de especificación técnica, en la sección de las características técnicas del bien, pagina 20; se indica un total de 98 micromotores dentales, mientras que en la página 14, capítulo 1 de Generalidades, objeto de la convocatoria, se menciona que son 44 micromotores.

Se solicita confirmación sobre la cantidad exacta de micromotores dentales requeridos, especificando si la cantidad correcta es de 44 o 98.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA Y CONFIRMA LA CONSULTA, QUE LA CANTIDAD REQUERIDA ES DE 98 MICROMOTORES DENTALES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

98 UNIDADES

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-DIRIS-LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROMOTOR DENTAL Y CONTRA ANGULO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DENTAL DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20101281966 | Fecha de envío : | 28/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | DENT IMPORT S A | Hora de envío : | 23:28:14 |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Consulta Nro. 2

Consulta/Observación:

En el capítulo 3, numeral 3.1, referido a las Características Generales del Motor de Aire, se especifica que la rotación debe estar en un rango de 5,000 a 25,500 RPM. Queremos precisar si, al contar con un rango máximo de 18,000 RPM, estamos dando cumplimiento al rango establecido en las especificaciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA INDICANDO QUE SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ESPECIFICACION A03 - ROTACION (RPM):5,000 - 25,500

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-DIRIS-LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROMOTOR DENTAL Y CONTRA ANGULO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DENTAL DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20101281966 | Fecha de envío : | 28/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | DENT IMPORT S A | Hora de envío : | 23:28:14 |

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Consulta Nro. 4

Consulta/Observación:

Referido al capítulo 3, numeral 3.1, en las características referidas al motor de aire A04, se indica que la presión de aire debe estar en un rango de 0.18-0.30 MPa. Solicitamos confirmar si un rango de 0.18-0.30 MPa cumple con lo solicitado en la especificación.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Agradecemos su confirmación sobre si el rango de 0.18-0.30 MPa es aceptable según las especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA INDICANDO QUE SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ESPECIFICACION A04 - PRESION DE AIRE (MPa): 0.18-0.30

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-DIRIS-LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROMOTOR DENTAL Y CONTRA ANGULO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DENTAL DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20101281966 | Fecha de envío : | 28/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | DENT IMPORT S A | Hora de envío : | 23:28:14 |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Consulta/Observación:

En el capítulo 3, numeral 3.1 de las especificaciones técnicas, en la sección A06 referida al motor de aire, se menciona un consumo de aire en NI/MIN menor a 66 o 0.25 MPa. Solicitamos confirmar si este valor hace referencia a la presión de aire, dado que esta especificación debería estar en MPa, y también si el consumo de aire se refiere a la presión

Agradecemos al comite su aclaración sobre si el valor de 0.25 MPa corresponde a la presión de aire especificada y si el consumo de aire se refiere también a la presión de aire

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE, LA ESPECIFICACION DE 0.25 MPa CORRESPONDIENTE A LA PRESION DE AIRE Y CONSUMO DE AIRE SE REFIERE A PRESION DE AIRE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-DIRIS-LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROMOTOR DENTAL Y CONTRA ANGULO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DENTAL DE LA DIRIS LIMA CENTRO

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20101281966 | Fecha de envío : | 28/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | DENT IMPORT S A | Hora de envío : | 23:28:14 |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Consulta/Observación:

En el capítulo 3, numeral 3.1 de las especificaciones técnicas, en lo referido al motor de aire, inciso A05 sobre torque, se indica un rango de 0.350 a 1.5. Solicitamos precisar si el requisito se refiere a un torque variable dentro de ese rango o a un valor único que esté dentro de dicho intervalo.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Agradecemos su aclaración sobre si el valor de torque solicitado debe ser variable o un valor único dentro del rango

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA, EL TORQUE SOLICITADO DEBE SER VARIABLE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null