

REVISION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS 2DO PROCESO

ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES							
		REQUERIMIENTO RED	BMS TRADE	CELIS HERNANDEZ	CIMMSA	INVERSIONES FRIOLAB	LEMURIAN MEDICAL
			TCW 4000 AC	HBC-260	HBC-260	HBC-260	VLS 504A AC
PRECIO POR UNIDAD		S/ 28,900.00	S/ 28,500.00	S/ 18,000.00	S/ 15,200.00	S/ 15,000.00	S/ 17,900.00
MONTO		S/ 188,300.00	S/ 198,500.00	S/ 126,000.00	S/ 106,400.00	S/ 105,000.00	S/ 125,300.00
CANTIDAD		7					
ESPECIFICACIONES TECNICAS	1	Tipo: refrigeradora	SI	SI	SI	SI	SI
	2	Tipo de uso: Para vacunas	SI	SI	SI	SI	SI
	3	•Tipo de equipo: refrigeradora ice lined	SI	SI	SI	SI	SI
	4	•Zona climática: Cálida	SI	NO MENCIONA	SI	SI	SI
	5	•Refrigerante: R600a	SI	SI	SI	SI	SI
	6	•Aparato aprobado en: +43°C	SI	SI	SI	SI	SI
	7	•Desempeño en: +43°C	SI	SI	SI	SI	SI
	8	•Rango de temperatura a 43°C: +2°C a +8°C	SI	SI	SI	SI	SI
	9	•Tensión y frecuencia: 220-240V 50/60Hz	SI	SI	SI	SI	SI
	10	•Dimensiones exteriores (alto x largo x ancho): 80 x 160 x70 cm aproximadamente	SI	SI	SI	SI	SI
	11	•Combustible y tipo de ciclo: Eléctrico – compresión	SI	NO MENCIONA	SI	SI	SI
	12	•Capacidad de almacenamiento de vacunas (litros): Entre 211 Litros a 242 Litros	SI	SI	SI	SI	SI
	13	•Volumen bruto (litros): Entre 249 Litros a 314 Litros	SI	NO MENCIONA	SI	SI	SI
	14	•Tiempo de autonomía frigorífica (horas): Mínimo 48 horas	SI	SI	SI	SI	SI
	15	• Consumo de energía, estable funcionando (Kwh/24 horas): 0.638 a 1.62 KWh / 24 h o menor	SI	NO MENCIONA	SI	SI	SI
	16	•Consumo de energía, enfriamiento (kwh/24 horas): 1.24 a 1.47 kWh/24h o menor	SI	NO MENCIONA	SI	SI	SI
		Accesorios					
	17	•Manual de instrucciones	SI	SI	SI	SI	SI
	18	•Ficha técnica del equipo	SI	SI	SI	SI	SI
	19	•Cestas de 5 a 10 distribuidas en la parte inferior y superior de la refrigeradora	SI	SI	SI (09 cestas)	SI (09 canastillas)	SI (10 canastillas)
	20	•Claves para puerta	SI	NO MENCIONA	SI	SI	SI
	21	Embalaje de madera contrachapada ó según corresponda al fabricante que garantice la integridad del equipo	SI	NO MENCIONA	SI	SI	SI
	22	Estabilizador de voltaje de no contar el equipo con estabilización automática integrada.	SI (DECLARACION JURADA DE ENTREGA FOLIO 31)	NO MENCIONA	SI	SI	SI
	23	•Lectura de temperatura electrónica externa	SI	SI	SI	SI	SI
24	•Control de temperatura autorregulable	SI	NO MENCIONA	SI	SI	SI	

25	•Dispositivo de monitoreo remoto de temperatura del equipo (opcional)	SI	NO MENCIONA	NO (opcional)	NO (opcional)	NO (opcional)
	Otros implementos					
26	Alarma dual de temperatura y corriente	SI (DECLARACION JURADA DE ENTREGA FOLIO 31)	NO MENCIONA	NO	NO	SI
27	Calidad Estándar (según corresponda) •ISO 13485 - ISO 14001 -ISO 9001:2008	SI	NO MENCIONA	SI	SI	SI
28	Estado actual de PQS •Que cuente con certificación PQS Vigente (copia simple)	PQS E003/066	NO MENCIONA	E003/087	E003/087	E003/113