

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-335-2023-OEC/GR-PUNO-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE ECOGRAFO DOPLEER COLOR TRANSFONTANELAR SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20601982707	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	DELTA SUR PERU VSG E.I.R.L.	Hora de envío :	19:05:10

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el numeral 5.2 normas técnicas, solicitan 1 certificado de seguridad eléctrica Y registro sanitario o certificado de registro de los bienes, componentes, accesorios, periféricos y aplicativos informáticos software ofertados; entonces la solicitud de normas técnicas NO ESTA acorde al objeto de la contratación, hecho que direcciona a determinado proveedor que pueda cumplir con dicho requerimiento, POR LO QUE SE SOLICITA SUPRIMIR DICHO REQUERIMIENTO O JUSTIFICAR en que afecta o beneficia a la compra del bien

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria previa revision y evaluacion determino lo siguiente NO SE ACOGE a su observacion, y presica que se requieren de dichos certificados, el participante que deberá presentar obligatoriamente los siguiente: Los equipos que utilicen energía eléctrica deberán cumplir con lo normado en el Código Nacional de Electricidad vigente en el país y deberán funcionar sin transformador externo (a no ser que trabajen con voltaje DC). Los equipos no se aceptarán con adaptadores de enchufes externos, extensiones o supresores de pico.

¿ REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO DEL EQUIPO Y SUS, COMPONENTES(TRANSDUCTORES) Y APLICATIVOS INFORMÁTICOS (SOFTWARE) OFERTADOS. Vigentes a la firma del contrato, expedido por la DIGEMID a nombre del proveedor, que describa el producto ofertado. En caso que el producto no se encuentre en el listado de Productos de la Clasificación de Insumos, Instrumental y Equipo de uso Médico, Quirúrgico u Odontológico, contenida en el Decreto Supremo 016-2011-SA, el proveedor deberá presentar copia simple de la Certificación de DIGEMID realizada a través de la web, que sustente que no requiere de registro sanitario y donde se describa al producto o dispositivo con una denominación que no debe inducir a error en cuanto a la composición, indicaciones o propiedades que posee el producto o dispositivo, tanto sobre sí mismo como respecto de otros productos o dispositivos.

De no requerir dichos certificados anexar las normas donde mencionen o indiquen que no son necesarios.

Con Respecto a los Informativos de aplicativos, softwares ofertados del equipo, estos deberán de ser demostrados con LEGITIMIDAD en sus data sheet informativa del equipo ofertado propias del fabricante de la marca y no en declaraciones juradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-335-2023-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ECOGRAFO DOPLEER COLOR TRANSFONTANELAR SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código : 20601982707

Nombre o Razón social : DELTA SUR PERU VSG E.I.R.L.

Fecha de envío : 30/11/2023

Hora de envío : 19:05:10

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

El requerimiento de la experiencia del postor vulnera la directiva del OSCE en establecer la experiencia del postor para las pequeñas y micro empresas -MYPE, por lo que se solicita 1 establecer la experiencia del postor para las MYPES vulnera el 25% del valor estimado, según norma y 2 como su nombre lo señala determinar bienes similares, sin embargo la entidad por desconocimiento o ignorancia solicita bienes iguales a la convocatoria, se solicita agregar la experiencia del postor en la especialistas de las MYPES y ampliar la consideración de bienes similares

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria previa revision y evaluacion determino lo siguiente SE ACOGE PARCIALMENTE a su observacion, en los siguientes punto: se corrige el 25 % de las MYPES y la experiencia de los bienes similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica en la ET:

- condicion de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de 112,500.00(CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES).
- Equipos de ecografia de uso en general.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-335-2023-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ECOGRAFO DOPLEER COLOR TRANSFONTANELAR SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20601982707	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	DELTA SUR PERU VSG E.I.R.L.	Hora de envío :	19:05:10

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

La entidad está dirigiendo la contratación a una determina empresa al solicitar la experiencia del personal clave 2 años de experiencia el cual debe de estar acreditado por el fabricante del equipo ofertado, se solicita suprimir el requerimiento acreditado por el fabricante

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria previa revisión y evaluación determino lo siguiente NO SE ACOGE a su observación, indicando que el bien es sofisticado el cual se requiere de un personal profesional y acreditado ya que la adquisicion es para una entidad de SALUD , en el cual se requiere no sufrir ninguna falla o falta en la instalación, por lo que el postor deberá ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-335-2023-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ECOGRAFO DOPLEER COLOR TRANSFONTANELAR SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20601982707	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	DELTA SUR PERU VSG E.I.R.L.	Hora de envío :	19:05:10

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitan que los bienes deben ser desinfectados, se comunica a la entidad que norma a la que hace referencia esta derogado y no se encuentra en vigencia y no se justifica el requerimiento que genera costos al postor que pueda ser beneficiado con la buena pro, por lo que se solicita suprimir dicha solicitud que contraviene al marco normativo legal al no estar vigente dicha norma

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 **Página: 23**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria previa revision y evaluacion determino lo siguiente NO SE ACOGE a su observacion por lo que el postor deberá ceñirse a las bases según la normativa dispuesto por la resolucion ministerial N° 031-2023-MINSA de fechas 12 de enero 2023, debido a que el dicho hospital mantienen medidas de bioseguridad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-335-2023-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ECOGRAFO DOPLEER COLOR TRANSFONTANELAR SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código : 20601982707

Fecha de envío : 30/11/2023

Nombre o Razón social : DELTA SUR PERU VSG E.I.R.L.

Hora de envío : 19:05:10

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

solicitan ISOs cuando en sendos pronunciamientos el OSCE señalo que trangrede los principios de contratacion publica y limita la participacion de un determinado sector de postores que cuenten con dicho requerimiento, mas aun cuando dicho requeriminto no tiene ninguna incidencia en la comercializacion de dichos bienes mas aun se refienen a la directrices de organizacion y seguridad de la empresa y no del productoi final, a fin de limitar la participacion de solicita limitar dicho requerimiento a todos los bienes, caso negativa procederemos a poner en conocimiento al OCI, titular de la entidad y al osce como denuncia de parte por vulnerar la normativa de contrataciones

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: 3.1

Literal: 1

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria previa revision y evaluacion determino lo siguiente NO SE ACOGE a su observacion, los ISOS son para la verificacion de normativas internacionales por lo que el fabricante de ultrasonido si cumple su marca de ecografia a oferta, que dicho ecografo fueron fabricados bajos los estandares internacionales de equipos medicos que son usados en Humanos, ademas que dichos documentos deberan estar vigentes hasta despues de la entrega del bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-335-2023-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ECOGRAFO DOPLEER COLOR TRANSFONTANELAR SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código : 20509997340

Fecha de envío : 01/12/2023

Nombre o Razón social : INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC

Hora de envío : 18:43:15

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

E C O G R A F O D O P P L E R C O L O R T R A N S F O N T A N E L A R A 0 5 . C O N 1 0 2 4 O M Á S C A N A L E S D E P R O C E S A M I E N T O D E S E Ñ A L

En la actualidad los sistemas de ultrasonido de alta resolución varían en la cantidad de canales de procesamiento, esto permite obtener una información adecuada y brindando una mayor resolución de imagen bidimensional y Doppler, favoreciendo además la adquisición de las imágenes tridimensionales.

En algunas marcas reconocidas van desde 290 000 canales de procesamiento de señal a más, brindando adecuada información y resolución a la imagen bidimensional, Doppler y favoreciendo la adquisición de las imágenes tridimensionales.

Por lo antes expuesto para garantizar la adquisicion de un equipo con vigencia tecnologica, precisar lo siguiente:

A05. CON 290 000 O MÁS CANALES DE PROCESAMIENTO DE SEÑAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: A05

Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria previa revision y evaluacion determino lo siguiente, aclara que tomara su consulta como observacion a la cual SE ACOGE, ademas que estaria acorde con la vigencia tecnologia, según el arituclo 2 literal g) de las normas de contrataciones del estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A05. CON 290 000 O MÁS CANALES DE PROCESAMIENTO DE SEÑAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-335-2023-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ECOGRAFO DOPLEER COLOR TRANSFONTANELAR SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código : 20509997340

Fecha de envío : 01/12/2023

Nombre o Razón social : INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC

Hora de envío : 18:43:15

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

E C O G R A F O D O P P L E R C O L O R T R A N S F O N T A N E L A R
A17. REVISION CINEMATOGRAFICA NO MENOR A 400 CUADRO EN BLANCO Y NEGRO

Los principales fabricantes de equipos de ultrasonido cuentan con diversas características en sus componentes como la revisión cinematográfica, el cual permite una captura activa de las imágenes o modo cine de la exploración ecográfica. El almacenamiento cinematográfico puede realizarse de forma retrospectiva y prospectiva, guardando las imágenes en la memoria cine y en el disco duro del sistema, permitiendo recuperar las imágenes guardadas, visualizar el barrido ecográfico y exportarlas en un dispositivo de USB o CD/DVD.

Por ende, para una mejor funcionalidad del equipo de ultrasonido se recomienda contar una amplia revisión cinematográfica para un amplio almacenamiento de las imágenes ecográficas.

Por lo antes expuesto para garantizar la adquisicion de un equipo con vigencia tecnologica, precisar lo siguiente:

A17. REVISION CINEMATOGRAFICA NO MENOR A 12000 CUADROS EN BLANCO Y NEGRO

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: A17

Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara que tomara su consulta como observacion a la cual NO SE ACOGE por lo que esto limitaria el principio de pluralidad de postores, ademas si su equipo a ofertar supera lo minimo, esto no lo impide participar en el proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-335-2023-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ECOGRAFO DOPLEER COLOR TRANSFONTANELAR SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código : 20509997340

Nombre o Razón social : INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC

Fecha de envío : 01/12/2023

Hora de envío : 18:43:15

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

E C O G R A F O D O P P L E R C O L O R T R A N S F O N T A N E L A R
B01. UN (01) TRANSDUCTOR TRANSFONTANELAR DE ARREGLO DE FASE DE 5 MHz A 12 MHz, PARA EXÁMENES NEONATALES.

Los diversos fabricantes ofrecen diversas opciones para poder realizar exámenes eficientemente se observa que en la especificación solicitan un transductor de arreglo de fase pero ese tipo de exámenes también se puede realizar con transductor de arreglo micro convexo

Entendiendo el espíritu del comité especial que busca la mayor participación de postores en este proceso y por lo anteriormente expuesto, se solicita al Comité Especial considerar en los requerimientos técnicos mínimos lo siguiente:
B01. UN (01) TRANSDUCTOR TRANSFONTANELAR DE ARREGLO DE FASE O DE ARREGLO MICROCONVEXO DE 5 MHz A 12 MHz, PARA EXÁMENES NEONATALES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: B01

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria previa revision y evaluacion determino lo siguiente SE ACOGE a su observacion, en cumplimiento con lo normativo, para mayor participacion de postores y pluralidad de marcas, donde quedra definido como.B01. UN (01) TRANSDUCTOR TRANSFONTANELAR DE ARREGLO DE FASE O DE ARREGLO MICROCONVEXO DE 5 MHz A 12 MHz, PARA EXÁMENES NEONATALES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B01. UN (01) TRANSDUCTOR TRANSFONTANELAR DE ARREGLO DE FASE O DE ARREGLO MICROCONVEXO DE 5 MHz A 12 MHz, PARA EXÁMENES NEONATALES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-335-2023-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ECOGRAFO DOPLEER COLOR TRANSFONTANELAR SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20551306128	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	Hora de envío :	18:59:27

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

CONSULTA Nº1 PAG. 17

NUMERAL: 2.2

LITERAL: 2.2.1.1

CARTA DE AUTORIZACION DEL FABRICANTE

Se solicita al comité de selección indicar en Documentación de presentación obligatoria:

i) solicitar Carta de Autorización del Fabricante como Distribuidor o Representante de la Marca del equipo ofertado para este proceso

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: 2.2.1.1 **Página: 17**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria previa revision y evaluacion determino lo siguiente NO ACOGE su consulta, por lo que esto limitaria el principio de pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-335-2023-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ECOGRAFO DOPLEER COLOR TRANSFONTANELAR SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20551306128	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	Hora de envío :	18:59:27

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

CONSULTA Nº2 PAG.17

NUMERAL: 2.2

LITERAL: 2.2.1.1

CARTA DE REPUESTOS DEL FABRICANTE

Se solicita al comité de selección indicar en Documentación de presentación obligatoria,

j) Carta de Repuestos del Fabricante por los próximos 05 años para este proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2 **Literal:** 2.2.1.1 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria previa revision y evaluacion determino lo siguiente NO ACOGE su consulta, por lo que esto limitaria el principio de pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-335-2023-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ECOGRAFO DOPLEER COLOR TRANSFONTANELAR SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20551306128	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	Hora de envío :	18:59:27

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

CONSULTA N°3 PAG.17

NUMERAL: 2.2

LITERAL: 2.2.1.1

CONSIDERAR COMO DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACION OBLIGATORIA

K) Solicitamos al comité considerar Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario del Equipo y sus Componentes (TRANSDUCTORES) estén a nombre del postor o terceros, según la normativa vigente de la DIGEMID no aceptando un sumario de varios para cumplir con las características del bien ofertado; los periféricos y accesorios deberán demostrar que no requieren Registro Sanitario de acuerdo con la lista de productos de clasificación de insumos.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2 **Literal:** 2.2.1.1 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara, Cabe recalcar ó aclarar al participante que deberá presentar obligatoriamente en su expediente tecnico:

a). - El REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO VIGENTE del Equipo y sus Componentes (TRANSDUCTORES) que estén a nombre del postor y no de terceros según la normativa vigente de la DIGEMID. además debiera de anexar las normas si se requiere, donde mencionen o indiquen que no son necesarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-335-2023-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ECOGRAFO DOPLEER COLOR TRANSFONTANELAR SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20551306128	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	Hora de envío :	18:59:27

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

CONSULTA N0 4 PAGINA: 21

NUMERAL: 5.

LITERAL 5.1

CARACTERISTICAS TECNICAS

B01 UN (01) TRANSDUCTOR TRANSFONTANELAR DE ARREGLO DE FASE DE 5 MHZ A 12 MZ, PARA EXAMENES NEONATALES.

SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN PARA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES Y PLURALIDAD EN EL PROCESO. QUEDANDO REFORMULADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

UN (01) TRANSDUCTOR TRANSFONTANELAR DE ARREGLO DE FASE DE 5 MHZ A 12 MZ Y/O TRANSDUCTOR MICROCONVEXO DE 2.6 A 12.8 MHz, PARA EXAMENES NEONATALES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria previa revision y evaluacion determino lo siguiente aclara que tomara su consulta como observacion la cual se ACOGE PARCIALMENTE, fue planteada en una observacion por otro postor en este proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B01. UN (01) TRANSDUCTOR TRANSFONTANELAR DE ARREGLO DE FASE O DE ARREGLO MICROCONVEXO DE 5 MHz A 12 MHz, PARA EXÁMENES NEONATALES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-335-2023-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ECOGRAFO DOPLEER COLOR TRANSFONTANELAR SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20551306128	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	Hora de envío :	18:59:27

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

CONSULTA N0 5 PAGINA: 21

NUMERAL: 5

LITERAL 5.1

CARACTERISTICAS TECNICAS

B05 ALMACENAMIENTO EN DICSO OPTICOS, DRIVE LECTURA/ ESCRITUTA (CD O DVD) INCORPORADO.

SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERAR EL ALMACENAMIENTO EN DICSO OPTICOS, DRIVE LECTURA/ ESCRITUTA (CD O DVD) INCORPORADO Y/O EXTERNO, PARA DAR MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES Y PLURALIDAD EN EL PROCESO, TOMANDO EN CUENTA QUE LOS EQUIPOS DE ULTIMA GENERACION SU ALMACENAMIENTO ES TANTO EN USB COMO EN SISTEMA WIFI. QUEDAR LA ESPECIFICACION DE LA SIGUIENTE MANERA:

B05 ALMACENAMIENTO EN DICSO OPTICOS, DRIVE LECTURA/ ESCRITUTA (CD O DVD INCORPORADO Y/O EXTERNO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria previa revision y evaluacion determino lo siguiente aclara se requiere que se almacene la informacion por medios extraible por grabacion de: (CD-RW O CD-R O DVD-R) INCORPORADO en el equipo, por lo tanto esto no sera modificado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-335-2023-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ECOGRAFO DOPLEER COLOR TRANSFONTANELAR SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20604404291	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	21:37:36

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Solicitan

B02 UN (01) TRANSDUCTOR DE ARREGLO LINEAL CONVEXO DE 2MHZ A 5MHZ, CON RADIO DE CURVATURA ENTRE 38MM Y 62MM

Se solicita al comité de selección aclara si debido a un error tipográfico se consigo ARREGLO LINEAL CONVEXO, teniendo en cuenta que este tipo de transductor no existe.

Por lo antes expuesto, solicitamos precisar si la especificación técnica es la siguiente:

B02 UN (01) TRANSDUCTOR DE ARREGLO CONVEXO DE 2MHZ A 5MHZ, CON RADIO DE CURVATURA ENTRE 38MM Y 62MM

Solicitamos al comité de selección integre nuestra observación a las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B02 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.2, acápite b, e, i

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria SE ACOGE su observacion, se menciona que por un error tipográfico de puso de ese modo, por lo que se acepta su apreciacion y se modificara en las bases integradas, quedando redactadas: B02 UN (01) TRANSDUCTOR DE ARREGLO CONVEXO+J16:J17 DE 2MHZ A 5MHZ, CON RADIO DE CURVATURA ENTRE 38MM Y 62MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B02: UN (01) TRANSDUCTOR DE ARREGLO CONVEXO DE 2MHZ A 5MHZ, CON RADIO DE CURVATURA ENTRE 38MM Y 62MM

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-335-2023-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ECOGRAFO DOPLEER COLOR TRANSFONTANELAR SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código : 20604404291

Nombre o Razón social : LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.

Fecha de envío : 01/12/2023

Hora de envío : 21:37:36

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

Solicitan

B05 ALMACENAMIENTO DE DISCOS OPTICOS, DRIVE LECTURA/ESCRITURA (CD O DVD) INCORPORADO

Los diseños actuales de los equipos tipo Laptop en su mayoría vienen sin puerto de DVD debido a que están eliminado el uso de discos ópticos, en la actualidad se utiliza medio extraíble de USB, sin embargo, se podría instalar un puerto de DVD integrado al Ecógrafo por medio de cable USB.

Por lo antes expuesto, solicitamos que la especificación técnica quede de la siguiente manera:

B05 ALMCENAMIENTO EN USB O ALMACENAMIENTO EN DISCO ÓPTICO, DRIVE LECTURA/ESCRITURA (CD O DVD) INCORPORANDO Y/O POR CABLE USB.

Solicitamos al comité de selección integre nuestra observación a las bases.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: B05

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.2, acápite b, e, i

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria previa revision y evaluacion determino lo siguiente NO SE ACOGE, se requiere que se almacene la informacion por medios extraíble por grabacion de: (CD-RW O CD-R O DVD-R) INCORPORADO en el equipo, por lo tanto esto no sera modificado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-335-2023-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ECOGRAFO DOPLEER COLOR TRANSFONTANELAR SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20604404291	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	21:37:36

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Solicitan
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

EQUIPOS SIMILARES: ECÓGRAFOS DOPPLER COLOR TRANSFONTANELAR

Se solicita al comité de selección que para una mayor pluralidad de postores aceptar como bienes similares a ecógrafos en general, puesto que la denominación ECÓGRAFOS DOPPLER COLOR TRANSFONTANELAR es muy específica y limita la participación

Por lo antes expuesto, solicitamos que la especificación técnica quede de la siguiente manera:

EQUIPOS SIMILARES: ECÓGRAFOS EN GENERAL

Solicitamos al comité de selección integre nuestra observación a las bases.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B **Página: 24**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.2, acápites b, e, i

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria previa revisión y evaluación determinó lo siguiente SE ACOGE PARCIALMENTE a su observación, se considerará como bienes similares a : Equipos de Ecografía de uso general..

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran bienes similares a los siguientes: Equipos de Ecografía de uso general..