

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO) PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO

Ruc/código : 20547629338

Nombre o Razón social : INTELLI-CHECK S.A.C.

Fecha de envío : 25/05/2023

Hora de envío : 15:31:19

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el capítulo III numeral 3.1, página N° 20 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL REACTIVO PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS, señalan ""volumen de muestra: para el modo normal mayor a 100 ul y para micromuestra desde 80 ul"" en este aspecto, En el mercado existen equipos que son capaces de procesar todos los parámetros con un volumen mínimo de muestra sin necesidad de distinguir entre un modo normal y modo micromuestra. Por lo expuesto, consultamos al comité especial previa coordinación con el área usuaria tenga a bien aceptar equipo con volumen de muestra menor o igual a 100 ul para todos los parámetros y para los modos (rutina y micromuestra). Toda vez que el uso de solo 100 ul de muestra para medir todos los parámetros es equivalente al modo micromuestra por ser un volumen mínimo, así mismo, significa una mejora técnica que evita el cambio de modo en el equipo.

Acápate de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1. **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA SE MODIFICARÁ EN LAS BASES INTEGRADAS Y DIRÁ: VOLUMEN PARA MODO NORMAL IGUAL O MENOR A 200 ul, Y/O PARA MICROMUESTRAS IGUAL O MENOR DE 100 ul

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

VOLUMEN PARA MODO NORMAL IGUAL O MENOR A 200 ul, Y/O PARA MICROMUESTRAS IGUAL O MENOR DE 100 ul

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO) PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	15:31:19

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el capítulo III numeral 3.1, página N° 20 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO EN CESION DE USO, señalan " Memoria en pantalla de los ultimos 2000 resultados " Ante lo expuesto, indicamos que existen equipos que pueden aumentar su capacidad de almacenamiento de datos con un disco de almacenamiento externo que se conectan al analizador para permitir extender la memoria de resultados, todo esto respaldado por el mismo fabricante y sin alterar el desempeño y funcionamiento continuo del equipo. Motivo por el cual solicitamos amablemente a la entidad tenga a bien precisar que se aceptará la expansion de la memoria del analizador con dispositivos externos para el equipo, ya que es una característica de ampliación de memoria del mismo equipo, para poder cumplir con la capacidad de archivo requerida, toda vez que significa una mejora en su capacidad de archivo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA QUE SE MANTENDRÁ LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A LAS BASES INTEGRADAS POR CUANTO LO SOLICITADO SE AJUSTA A LAS NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA; LO QUE BUSCAMOS ES TENER A LA MANO MÍNIMO 2000 RESULTADOS EN LA MEMORIA INTERNA DEL EQUIPO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO) PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO

Ruc/código : 20547629338

Nombre o Razón social : INTELLI-CHECK S.A.C.

Fecha de envío : 25/05/2023

Hora de envío : 15:31:19

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el capítulo III numeral 3.1, página N° 20 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL REACTIVO PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS, señalan "Metodologia: potenciometria, amperometria, fotometria" Con respecto a la metodologia por fotometria, sabemos que se refiere a la medicion de luz a varias longitudes de onda con respecto a la muestra, donde varios analizadores en el mercado utilizan este tipo de mediciones mediante un modulo de Co-oximetria, por lo cual solicitamos amablemente a la entidad que se considere tambien en la nomenclatura de metodologias requeridas Fotometria y/o Co-oximetria.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1. **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA QUE SE MODIFICARÁ LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A LAS BASES INTEGRADAS Y DIRÁ: POTENCIOMETRIA, AMPEROMETRIA,FOTOMETRIA, COOXIMETRIA Y/O OXIMETRIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

POTENCIOMETRIA, AMPEROMETRIA,FOTOMETRIA, COOXIMETRIA Y/O OXIMETRIA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO) PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	15:31:19

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En la página 15 de las bases solicitan:

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

d) Declaración jurada de las especificaciones técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)

Asimismo, en dicho anexo se menciona como nota IMPORTANTE ""Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases"".

Por lo que, entendemos que se solicitará catálogos y/o folletos y/o manuales y/o cartas del Fabricante y/u declaración jurada del postor para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en la página 20 y 21 solicitadas en las bases

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2.1.1. **Literal:** d **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA SE MODIFICARÁ EN LAS BASES INTEGRADAS Y DIRÁ: SE DEBERÁ ACREDITAR TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIRÁ FOLLETERIA,MANUALES,BROCHURES Y TENDRÁ QUE IR ACOMPAÑADO CON EL ANEXO N° 03 DE CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

FOLLETERIA,MANUALES,BROCHURES Y TENDRÁ QUE IR ACOMPAÑADO CON EL ANEXO N° 03 DE CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO) PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO

Ruc/código : 20547629338

Nombre o Razón social : INTELLI-CHECK S.A.C.

Fecha de envío : 25/05/2023

Hora de envío : 15:31:19

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las bases indican:

REQUISITOS DE HABILITACIÓN SEGÚN DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- Certificado vigente de Buenas Prácticas de Manufactura - BPM [...]

Sabiendo que los productos objeto de la presente contratación son importados, entendemos que podremos presentar como documento alternativo al Certificado de Buenas Prácticas de Manufacturas (CBPM), el Certificado CE y/o ISO 13485, según los artículos 124, 125, 126, 127 del DS 016-2011-SA y sus modificatorias, en donde señala como documentos equivalentes a los antes mencionados.

Por lo anterior expuesto, solicitamos al Comité de Selección, que se considere como documentos alternativos del CBPM, al Certificado ISO 13485 , de acuerdo a lo establecido en el DS 016-2011-SA y sus modificatorias.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** . **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA , SE MODIFICARÁ EN LAS BASES INTEGRADAS Y DIRÁ: COPIA SIMPLE DEL CERTIFICAD DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA VIGENTES BPM, CERTIFICADO CE DE LA COMUNIDAD EUROPEA NORMA ISO 13485, FDA u otros de acuerdo al nivel de riesgo emitido por la autoridad o entidad competente del pais de origen

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO) PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	15:31:19

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En las bases indican:

REQUISITOS DE HABILITACIÓN SEGÚN DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- Copia simple del certificado de análisis o protocolo de análisis del bien ofertado de acuerdo a la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado.

Al respecto, los fabricantes internacionales en sus certificados de análisis DECLARAN DIVERSOS DATOS Y/O INFORMACIÓN LOS MISMOS Y/O DENOMINACIÓN Y NOMBRE DEL DOCUMENTO, bajo sus normas locales y según su regulación nacional, por tal motivo la solicitud de información y el nombre del documento puede variar en cada fabricante ,ya que, no es requisito obligatorio en otros países.

Por lo que, solicitamos al Comité de Selección que se acepte el Certificado de Análisis o Certificado de Conformidad según lo autorizado en el Registro Sanitario y/o cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: . Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LAS CERTIFICACIONES REQUERIDAS TIENEN QUE SER ACREDITADAS POR LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO) PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	15:31:19

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En las bases no solicitan EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.

Solicitamos se acredite la experiencia al postor en productos similares REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO EN GENERAL e indique el monto facturado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: . Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ENCUENTRA ESPECIFICADO EN LAS BASES

SE ACLARA LA CONSULTA QUE SE MANTENDRÁ LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A LAS BASES INTEGRADAS POR CUANTO LO SOLICITADO SE AJUSTA A LAS NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA SE ENCUENTRA ESPECIFICADO EN LAS BASES"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO) PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:16:15

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas de las Bases estándar pág. 20 Indican en la Característica A. Presentación lo siguiente: ¿Solución de lavado para la detección de gases arteriales y electrolitos¿, creemos que posiblemente es un error de tipeo en virtud de que la solución de lavado no representa el reactivo, por lo cual creemos que debería decir :
Kit de reactivo para la detección de gases arteriales y electrolitos.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA MODIFICARÁ EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A LAS BASES INTEGRADAS Y DIRÁ: REACTIVO Y/O SOLUCIÓN DE LAVADO PARA LA DETECCIÓN DE GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO) PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:16:15

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En virtud de que los principales fabricantes de equipos de gases arteriales (Siemens, IL, Radiometer, Nova Biomedical, Roche) han hecho un gran esfuerzo e inversión en pro de la seguridad y del medio ambiente, y en especial en la seguridad los usuarios, Ofreciendo Cartuchos sellados Bioseguros, por lo cual sugerimos amablemente contar con ¿Cartuchos de reactivos sellados Bioseguros que garanticen la no manipulación de desecho¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA QUE SE MANTENDRÁ LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO ALAS BASES INTEGRADAS POR CUANTO LO SOLICITADO SE AJUSTA A LAS NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO) PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:16:15

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas de las Bases estándar pág. 20 Indican en la Característica B. Metodología lo siguiente: Sangre total heparinizada, volumen de muestra: (para el modo normal mayor a 100 ul y para micromuestra desde 80ul). Expresando los valores de rango ¿mayor a¿, por lo cual sugerimos muy amablemente considerar al área usuaria su corrección en las bases integradas y modificarlo para dar paso así a la pluralidad de postores. Sangre total heparinizada, volumen de muestra: (para el modo normal menor o igual a 210 ul y para micromuestra menor o igual a 120ul).

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA SE MODIFICARÁ EN LAS BASES INTEGRADAS Y DIRÁ: VOLUMEN PARA MODO NORMAL IGUAL O MENOR A 200 ul, Y/O PARA MICROMUESTRAS IGUAL O MENOR DE 100 ul

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

VOLUMEN PARA MODO NORMAL IGUAL O MENOR A 200 ul, Y/O PARA MICROMUESTRAS IGUAL O MENOR DE 100 ul

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO) PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:16:15

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas de las Bases estándar pág. 20 no mencionan dentro de las características del equipo en cesión de uso si van a requerir que mida los parámetros de cooximetría. Por lo tanto sugerimos muy amablemente al área usuaria nos aclare si va a requerir o no que el equipo y reactivo ofertado mida los parámetros de co oximetria (tHb, SO2%, CO2Hb, O2Hb, y MetHb).

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA QUE SE MODIFICARÁ LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A LAS BASES INTEGRADAS Y DIRÁ: POTENCIOMETRIA, AMPEROMETRIA,FOTOMETRIA, COOXIMETRIA Y/O OXIMETRIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

POTENCIOMETRIA, AMPEROMETRIA,FOTOMETRIA, COOXIMETRIA Y/O OXIMETRIA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO) PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:16:15

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas de las Bases estándar pág. 21 dentro de las características del equipo en cesión de uso indica: Lector de código de barras integrado para identificación de pacientes, muestras, controles y calibradores. Sugerimos muy amablemente al área usuaria en coordinación con el comité de selección considerar de la siguiente manera : ¿Lector de código de barras para las muestras integrado o externo conectado por vía USB al equipo y lector de código de barra para controles y calibradores o reconocimiento automático¿ para así dar paso a pluralidad de postores, en virtud de que ambas opciones cumplen exactamente igual con la misma función.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA QUE SE MODIFICARÁ LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS I DIRÁ: LECTOR DE CODIGO DE BARRAS INTEGRADO Y/O CONECTADOS POR VIA USB PARA IDENTIFICACION DE PACIENTES, MUESTRAS, CONTROLES Y CALIBRADORES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LECTOR DE CODIGO DE BARRAS INTEGRADO Y/O CONECTADOS POR VIA USB PARA IDENTIFICACION DE PACIENTES, MUESTRAS, CONTROLES Y CALIBRADORES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO) PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:16:15

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas de las Bases estándar pag. 21 dentro de las características del equipo en cesión de uso indica: Controles de calidad mínimo 03 niveles.

Nuestros Cartuchos de controles de calidad del fabricante permiten procesar 8 niveles de control de los cuales 1,2,3 son para gases arteriales, 4 y 5 para química (Electrolitos y metabolitos) 7,8,9 son para Cooximetría, no todas las pruebas tienen 3 niveles de control, para Química (Electrolito y Metabolito y SO% solo cuenta con dos niveles QC automatico. Sin embargo estos Cartuchos de Control de Calidad del fabricante cumple con las regulaciones de laboratorio proporcionando como mínimo 2 niveles de Control de Calidad para bioquímica para cada analito medido y está aprobado por la FDA, a modo de cumplir con el principios que rigen las contrataciones del artículo N°2 de la Ley N° 30225 de Contrataciones con el Estado, principio de concurrencia que prohíbe la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

Muy amablemente a fin de permitir la pluralidad de postores , solicitamos al comité en coordinación con el área usuaria considere: Controles internos: proporcionar material de control en 3 niveles como mínimo o de acuerdo a la metodología del fabricante, para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente para cumplir con el protocolo de cada metodología (descrita en insertos o folletería presentada).

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA QUE SE MANTENDRÁ LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO ALAS BASES INTEGRADAS POR CUANTO LO SOLICITADO SE AJUSTA A LAS NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA.?

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO) PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:16:15

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

De las Especificaciones técnicas de Equipo analizador de Gases, electrolitos y metabolitos, aún cuando no se detalla, debido a la importancia del control de calidad, el mismo es vital para evaluar el desempeño del equipo y garantizar la confiabilidad de los resultados emitidos, amablemente sugerimos considerar: Control de calidad automatizado, con material líquido (no ampollas externas) y gráficas de Levey Jennings.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA QUE SE MANTENDRÁ LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO ALAS BASES INTEGRADAS POR CUANTO LO SOLICITADO SE AJUSTA A LAS NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO) PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:16:15

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En virtud de que los gases se disuelven en los líquidos y la sangre, por tanto, contiene gases disueltos, tales como el monóxido de carbono y el oxígeno que se unen a los glóbulos rojos. Las concentraciones de gases en la sangre proporcionan los parámetros plasmáticos para evaluar la función respiratoria del cuerpo y su equilibrio ácido-base. Por este motivo el método ideal para la calibración de los equipos que miden los gases arteriales en la sangre es la calibración líquida empleando como procedimiento la tonometría. Por este motivo consideramos que el comité evaluador requiere que el equipo de gases arteriales en cesión de uso posea reactivos y calibradores líquidos. ¿Es correcta nuestra apreciación?.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA QUE SE MANTENDRÁ LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO ALAS BASES INTEGRADAS POR CUANTO LO SOLICITADO SE AJUSTA A LAS NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO) PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:16:15

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Con respecto a las características del equipo en cesión de uso consultamos muy amablemente si pueden considerar dentro del performance 25 a más muestras por hora.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA QUE SE MANTENDRÁ LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO ALAS BASES INTEGRADAS POR CUANTO LO SOLICITADO SE AJUSTA A LAS NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO) PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:16:15

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Es importante para la institución contar con un equipo que además de usar muestras de sangre arterial y venosa pueda realizar electrolitos y metabolitos en suero. Consultamos respetuosamente al área usuaria si puede incluir algún tipo de muestra: Sangre arterial, venosa, capilar, suero plasma.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA QUE SE MODIFICARÁ LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A LAS BASES INTEGRADAS Y DIRÁ:SANGRE ARTERIAL,VENOSA,CAPILAR,SUERO,PLASMA,LIQUIDOS Y/O ORINAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SANGRE ARTERIAL,VENOSA,CAPILAR,SUERO,PLASMA,LIQUIDOS Y/O ORINAS.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO) PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:16:15

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En las bases estándares no se visualiza la experiencia al postor por lo que sugerimos amablemente al comité evaluador puedan agregarlo considerando bienes iguales o similares a reactivos para gases arteriales y electrolitos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE INCORPORARA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMINETO DEL OBJETO DE LA CONTRATACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

" El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 1'000,000.00 (Un Millon con 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/. 125,000.00 (Trescientos Mil con 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.

Se consideran bienes similares a los siguientes: reactivos para gases arteriales

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO) PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	17:00:53

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

"En el cuadro de especificaciones tecnicas del reactivo indican en el numeral A1. PRESENTACION: Indican ""Solucion de lavado para la deteccion de gases arteriales..""

Considerando que en mercado existe diversidad de marcas, cuyas características puntuales no indican como tal ""SOLUCION DE LAVADO"".

Solicitamos amablemente al comite para que en coordinacion con el area usuaria permitan como característica ""Soluciones y componentes necesarios que permitan la deteccion o procesamiento de gases arteriales y electrolitos""

Permitiendo asi una mayor pluralidad de postores."

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA MODIFICARÁ EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A LAS BASES INTEGRADAS Y DIRÁ: REACTIVO Y/O SOLUCIÓN DE LAVADO PARA LA DETECCIÓN DE GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REACTIVO Y/O SOLUCIÓN DE LAVADO PARA LA DETECCIÓN DE GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO) PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	17:00:53

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

"En el cuadro de especificaciones tecnicas del reactivo indican en el numeral C1. MUESTRA Indican ""Sangre total heparinizada, volumen de muestra (para el modo normal mayor a 100 ul y para modo micromuestra desde 80ul""

Considerando los requerimiento de volumen de muestra bajos que muchas veces existen para muestras pediatricas, solicitamos amablemente al comite para que en coordinacion con el area usuaria, indiquen ""como volumen minimo de muestra de 65 ul para modo micromuestra y/o capilar""

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA SE MODIFICARÁ EN LAS BASES INTEGRADAS Y DIRÁ: VOLUMEN PARA MODO NORMAL IGUAL O MENOR A 200 ul, Y/O PARA MICROMUESTRAS IGUAL O MENOR DE 100 ul

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

VOLUMEN PARA MODO NORMAL IGUAL O MENOR A 200 ul, Y/O PARA MICROMUESTRAS IGUAL O MENOR DE 100 ul

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO) PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	17:00:53

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

"En el cuadro de especificaciones tecnicas del equipo en cesion de uso indican en el numeral A5. ""Memoria en pantalla de los ultimos 2000 resultados""

Entendemos que la solicitud indica que el equipo en cesion de uso tenga la capacidad de almacenamiento de 2000 a mas resultados.

Solicitamos amablemente al comite para que en coordinacion del area usuaria, sirvan indicar si nuestra apreciacion es correcta."

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ES CORRECTO LO QUE BUSCAMOS ES TENER A LA MANO MÍNIMO 2000 RESULTADOS EN LA MEMORIA INTERNA DEL EQUIPO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO) PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	17:00:53

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

"En el cuadro de especificaciones tecnicas del equipo en cesion de uso indican en el numeral A6. ""LECTOR DE CODIGO DE BARRAS INTEGRADO PARA IDENTIFICAR PACIENTES, MUESTRAS, CONTROLES Y CALIBRADORES""

Solicitamos amablemente al comite para que en coordinacion con el area usuaria, permitan la participacion con un ""LECTOR DE CODIGO DE BARRA INTEGRADO Y/O CONECTADO VIA USB""

Considerando que la forma de conectividad de este accesorio no afectaria la funcionalidad del instrumento ni su proceso de pruebas.

Permitiendo asi ademas una mayor pluralidad de postores.

"

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA QUE SE MODIFICARÁ LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS I DIRÁ: LECTOR DE CODIGO DE BARRAS INTEGRADO Y/O CONECTADOS POR VIA USB PARA IDENTIFICACION DE PACIENTES, MUESTRAS, CONTROLES Y CALIBRADORES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LECTOR DE CODIGO DE BARRAS INTEGRADO Y/O CONECTADOS POR VIA USB PARA IDENTIFICACION DE PACIENTES, MUESTRAS, CONTROLES Y CALIBRADORES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO) PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	17:00:53

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

"En el cuadro de especificaciones tecnicas del equipo en cesion de uso indican en el numeral A10. ""CONTROL DE CALIDAD EXTERNO""

Solicitamos amablemente al comite para que en coordinacion con el area usuaria, sirvan aclarar su requerimiento de control de calidad externo, si este sera por el periodo de 01 año y si sera de entregas mensuales o bimensulaes, esto para poder llevar a cabo una correcta evaluacion de la oferta a presentar "

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA SE MODIFICARÁ EN LAS BASES INTEGRADAS Y DIRÁ: CONTROL DE CALIDAD EXTERNO MENSUAL DE MANERA PERMANENTE CERTIFICADO Y CON REGISTRO SANITARIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CONTROL DE CALIDAD EXTERNO MENSUAL DE MANERA PERMANENTE CERTIFICADO Y CON REGISTRO SANITARIO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO) PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	17:00:53

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

"En el presente numeral se indica la presentacion de declaracion jurada de cumplimiento de las especificacione tecnicas contenidas en el numera 3.1 del capitulo III (Anexo N° 3)

Solicitamos amablemente al comité para que en coordinacion con el area usuaria, sirvan indicar si bastara con la presentacion de dicho anexo, para la sustentacion de las especificaciones tecnicas, o en su defecto ademas se adicionara la presentacion de brochure, insertos, cartas del fabricante y/o dueño de la marca, para sustentas las especificaciones tecnicas solicitadas, teniendo en consideración que según diversos pronunciamientos del OSCE no es factible acreditar todos las especificaciones"

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.2.1.1 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA SE MODIFICARÁ EN LAS BASES INTEGRADAS Y DIRÁ: SE DEBERÁ ACREDITAR TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIRÁ FOLLETERIA,MANUALES,BROCHURES Y TENDRÁ QUE IR ACOMPAÑADO CON EL ANEXO N° 03 DE CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE DEBERÁ ACREDITAR TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIRÁ FOLLETERIA,MANUALES,BROCHURES Y TENDRÁ QUE IR ACOMPAÑADO CON EL ANEXO N° 03 DE CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO) PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:24:15

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

En el numeral 1.9 en relación con el plazo de entrega se indica lo siguiente en relación con la primera entrega:

Primera entrega: 15 días

No obstante, a efectos de evitar confusiones; solicitamos al comité de selección PRECISE que el inicio del computo del plazo de entrega, será A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, conforme se desprende de la página 21 de las bases administrativas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.9 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA QUE SE MODIFICARÁ LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO ALAS BASES INTEGRADAS Y DIRÁ. LA PRIMERA ENTREGA SE REALIZARÁ A LOS 15 DIAS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LA PRIMERA ENTREGA SE REALIZARÁ A LOS 15 DIAS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO) PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:24:15

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

En el numeral 1.9 en relación con el plazo de entrega para las siguientes entregas se indica lo siguiente:

Siguientes entregas: 7 días

No obstante, a efectos de evitar confusiones; solicitamos al comité de selección PRECISE que el inicio del cómputo del plazo de entrega será A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, que permita una correcta ejecución contractual

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.9 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA QUE SE MODIFICARÁ LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO ALAS BASES INTEGRADAS Y DIRÁ. DESDE LA SEGUNDA ENTREGA SE REALIZARÁ A LOS 7 DIAS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DESDE LA SEGUNDA ENTREGA SE REALIZARÁ A LOS 7 DIAS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO) PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:24:15

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

En la página 23 de las Bases se indica que se debe adjuntar la siguiente documentación:

-Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura ¿ BPM
Se acepta copia simple del Certificado de BPM o su equivalente (¿)

Al respecto, solicitamos al Comité de Selección que PRECISE que se considerará como documento equivalente el ISO 13485.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** -- **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA , SE MODIFICARÁ EN LAS BASES INTEGRADAS Y DIRÁ: COPIA SIMPLE DEL CERTIFICAD DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA VIGENTES BPM, CERTIFICADO CE DE LA COMUNIDAD EUROPEA NORMA ISO 13485, FDA u otros de acuerdo al nivel de riesgo emitido por la autoridad o entidad competente del pais de origen

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

COPIA SIMPLE DEL CERTIFICAD DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA VIGENTES BPM, CERTIFICADO CE DE LA COMUNIDAD EUROPEA NORMA ISO 13485, FDA u otros de acuerdo al nivel de riesgo emitido por la autoridad o entidad competente del pais de origen

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO) PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:24:15

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

En la página 23 de las Bases se indica que se debe adjuntar el siguiente documento:

-Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento vigente.

Al respecto, solicitamos al Comité de Selección que PRECISE que el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento deberá estar a nombre del postor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: -- **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LAS CERTIFICACIONES REQUERIDAS TIENEN QUE SER ACREDITADAS POR LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO) PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:24:15

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

En la página 24 de las Bases se indica que se debe adjuntar el siguiente documento:

-Copia simple del Certificado de Análisis o Protocolo de Análisis del bien ofertado.

Entendemos que el certificado de análisis y/o protocolo de análisis deberá contener el refrendo (nombre, firma y sello) del DIRECTOR TÉCNICO DEL POSTOR.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva indicar si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** -- **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LAS CERTIFICACIONES REQUERIDAS TIENEN QUE SER ACREDITADAS POR LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO) PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:24:15

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

En la página 24 de las Bases se indica que se debe adjuntar el siguiente documento:

-Copia simple del Certificado de Análisis o Protocolo de Análisis del bien ofertado.

Considerando que los Certificados de Análisis (Protocolos de análisis) son documentos que se rigen según la normativa de los países y/o región donde se fabrican; precisándose que estos son realizados obteniendo los límites y los resultados con arreglo a las exigencias contempladas en la farmacopea o metodología cumpliendo normas específicas de calidad de reconocimiento internacional; es oportuno indicar que la finalidad del protocolo o certificado de análisis o documento equivalente es garantizar la calidad del producto, para lo cual se dejará constancia de los análisis a los que, por disposición del fabricante, han sido sometidos todos los componentes del respectivo producto sin la exigencia de un determinado formato o información obligatoria que deban cumplir; ello es así avalado por la DIGEMID al momento de otorgar el registro sanitario para su comercialización en nuestro país, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE ACEPTEN: CERTIFICADOS DE ANÁLISIS DEL PRODUCTO TERMINADO (PROTOSCOLOS DE ANÁLISIS) Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE EN EL FORMATO PROPIO DE CADA FABRICANTE, con la información que estos declaren, siendo emitidos por el fabricante de manera electrónica y/o con firmas electrónicas, en aras de fomentar la pluralidad de postores y así permitir nuestra participación.

Reforzamos nuestro pedido, con lo dispuesto en la Resolución N° 0006-2023-TCE-S3 del Tribunal de Contrataciones del Estado que en el fundamento 13, precisa:

¿(¿) de la revisión del Anexo N° 01 ¿Glosario de términos y definiciones¿ Del Decreto Supremo N° 16-2011-SA - para el caso de dispositivos médicos normas específicas de calidad de reconocimiento internacional. Asimismo, precisa que, mediante el certificado de análisis, se garantiza la calidad del producto o dispositivo cuyo registro se solicita¿, no se menciona todos los ítems detallados en la descripción del Certificado de Análisis del producto terminado solicitado en el presente requerimiento¿

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** -- **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LAS CERTIFICACIONES REQUERIDAS TIENEN QUE SER ACREDITADAS POR LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO) PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:24:15

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección SUPRIMA el ANEXO N°8 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, toda vez, que para la presente contratación no se ha contemplado este requisito.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: ANEXO Literal: 7 **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ESTA CONSIDERANDO EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE LA CONTRATACION, POR LO CUAL NO SE MANTENDRA EL FORMATO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO) PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:24:15

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

En el numeral 2.5 Forma de Pago, no se visualiza el horario de atención del Almacén, en ese sentido, solicitamos al Comité de Selección establecer el horario de atención a fin de que el postor ganador de la buena pro tenga conocimiento del horario establecido con la finalidad de presentar la documentación requerida.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.5 **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SI SE ENCUENTRA ESPECIFICADO EN EL CAPITULO 3 CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO) PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:24:15

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

De la revisión de los documentos para la admisión, la entidad ha previsto que solo con el anexo d) Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1. del Capítulo III se acrediten las especificaciones técnicas; no obstante, siendo que, se podría afianzar la acreditación de algunas especificaciones técnicas del requerimiento a través de la presentación adicional de folletos, catálogos o cartas de fabricante, para lo cual la Entidad DEBE ESPECIFICAR CON CLARIDAD QUÉ ASPECTOS DE LAS CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES SERÁN ACREDITADOS CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección que adicionalmente a la presentación del ANEXO N° 3, se acrediten documentalmente las siguientes especificaciones técnicas:

REACTIVOS: A1, B1, C,1 (Descritas en la página 20 de las Bases)

PARA EL EQUIPO: A4, A5, A6, A7, A8, A9 Y A10 (Descritas en la página 20-21 de las Bases)

(Entendiendo que las demás especificaciones técnicas se darán por acreditadas mediante la presentación del ANEXO N° 3).

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** d) **Página:** 15
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA SE MODIFICARÁ EN LAS BASES INTEGRADAS Y DIRÁ: SE DEBERÁ ACREDITAR TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIRÁ FOLLETERIA,MANUALES,BROCHURES Y TENDRÁ QUE IR ACOMPAÑADO CON EL ANEXO N° 03 DE CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO) PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:24:15

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Sobre la base de la consulta formulada relacionada a las especificaciones técnicas que se encontrarán sujetas a su acreditación en la oferta; solicitamos al comité de selección INCORPORÉ dentro de los documentos para la admisión de la oferta, que estas serán acreditadas con los siguientes documentos:

¿Con folletos o insertos o instructivos o catálogos, o manuales o insertos o brochure o cartas emitidas por el fabricante¿

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** d) **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA SE MODIFICARÁ EN LAS BASES INTEGRADAS Y DIRÁ: SE DEBERÁ ACREDITAR TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIRÁ FOLLETERIA,MANUALES,BROCHURES Y TENDRÁ QUE IR ACOMPAÑADO CON EL ANEXO N° 03 DE CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE DEBERÁ ACREDITAR TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIRÁ FOLLETERIA,MANUALES,BROCHURES Y TENDRÁ QUE IR ACOMPAÑADO CON EL ANEXO N° 03 DE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO) PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:24:15

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Se detalla en la PRESENTACIÓN del reactivo para gases, electrolitos y metabolitos sanguíneos:

¿Vencimiento no menor a 06 meses (Se aceptará presentar la carta de compromiso de canje en caso el producto al momento del ingreso no cuenta con la vigencia mínima solicitada)¿

Entendemos que los productos deben tener una vigencia mínima de seis meses y solo en el caso de que al momento de la entrega, estos no cuenten con la vigencia ofertada, se aceptarán los productos si están acompañados con una carta de canje por vencimiento.

Solicitamos amablemente precisar si nuestro entender es correcto.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** A1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SI ESTÁ EN LO CORRECTO deben tener una vigencia mínima de seis meses y solo en el caso de que al momento de la entrega, estos no cuenten con la vigencia ofertada, se aceptarán los productos si están acompañados con una carta de canje por vencimiento.

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO) PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:24:15

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Se detalla en las características de la MUESTRA:

Sangre total heparinizada, volumen de muestra: (Para el modo normal MAYOR a 100uL y para micromuestra DESDE 80uL)

Al parecer existe un error de tipeo, lo cual podría generar confusiones al momento de la presentación de propuestas. Cuando se detalla volúmenes al colocar los términos MAYOR A y DESDE, estos limitan volúmenes inferiores que sería mas beneficiosos para el paciente como para el personal que procesa la muestra, es por ello que entendemos que la entidad requiere de los siguientes volúmenes:

Volumen para modo normal igual o menor a 200uL y para modo micromuestra igual o menor a 100uL, en aras de evitar confusiones para la presentación de propuestas.

Solicitamos amablemente precisar si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** C1 **Página:** 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA SE MODIFICARÁ EN LAS BASES INTEGRADAS Y DIRÁ: VOLUMEN PARA MODO NORMAL IGUAL O MENOR A 200 ul, Y PARA MICROMUESTRAS IGUAL O MENOR DE 100 ul

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

VOLUMEN PARA MODO NORMAL IGUAL O MENOR A 200 ul, Y PARA MICROMUESTRAS IGUAL O MENOR DE 100 ul

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO) PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:24:15

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Se detalla en las características de la muestra que el equipo debe contar con dos modos de procesamiento: ¿NORMAL¿ y ¿MICROMUESTRA¿

Entendemos que ambos modos deben permitir el procesamiento de todos los parámetros solicitados.

Solicitamos amablemente precisar si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** C1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

está en lo correcto los dos modos de procesamiento deben de procesar todos los parámetros necesarios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO) PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:24:15

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Se solicitan ¿ memoria en pantalla de los últimos 2000 resultados¿

Entendemos que los resultados anteriores a los últimos 2000 resultados deben archivar en la memoria interna del analizador.

Solicitamos amablemente precisar si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** A5 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ES CORRECTO LO QUE BUSCAMOS ES TENER A LA MANO MÍNIMO 2000 RESULTADOS EN LA MEMORIA INTERNA DEL EQUIPO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO) PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:24:15

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Solicitan ¿Lector de código de barras integrado para identificación de pacientes, muestras, controles, y calibradores¿

Entendemos que el lector que se solicita debe ser integrado para hacer un mejor uso al espacio del lugar donde se encontrará instalado el analizador.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** A6 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA QUE SE MODIFICARÁ LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS I DIRÁ: LECTOR DE CODIGO DE BARRAS INTEGRADO Y/O CONECTADOS POR VIA USB PARA IDENTIFICACION DE PACIENTES, MUESTRAS, CONTROLES Y CALIBRADORES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LECTOR DE CODIGO DE BARRAS INTEGRADO Y/O CONECTADOS POR VIA USB PARA IDENTIFICACION DE PACIENTES, MUESTRAS, CONTROLES Y CALIBRADORES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO) PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:24:15

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Solicitan controles de calidad mínimo en tres (03) niveles.

Entendemos que se requiere que el analizador cuente con gráfica de Levey Jenings para poder evaluar el desempeño y errores sistemáticos o aleatorios en el equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** A9 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTA EN LO CORRECTO SE SOLICITA QUE EL CONTROL DE CALIDAD CUENTE CON GRAFICAS DE LEVEY JENINGS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO) PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:24:15

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Solicitan Control de Calidad Externo.

Entendemos que se debe acreditar con el Certificado ISO 17043 que es el certificado para ensayos de aptitud, inserto, Certificado de Análisis y Registro sanitario (en caso corresponda).

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** A10 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA SE MODIFICARÁ EN LAS BASES INTEGRADAS Y DIRÁ: CONTROL DE CALIDAD EXTERNO MENSUAL DE MANERA PERMANENTE CERTIFICADO Y CON REGISTRO SANITARIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO) PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:24:15

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

En la presentación se detalla que el bien a adquirir es para la detección de gases arteriales, electrolitos, sin embargo, en la descripción del bien se detalla, Reactivos para gases, electrolitos y metabolitos sanguíneos.

Por lo descrito anteriormente entendemos que los parámetros medidos requeridos en el presente requerimiento son: pH, pO2, pCO2, Hb, MetHb, O2Hb, COHb, sO2%, Na, K, Ca, Cl, Glu, Lac,

Solicitamos amablemente precisar si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ACLARA LA CONSULTA SE MODIFICARÁ EN LAS BASES INTEGRADAS Y DIRÁ: parámetros medidos requeridos en el presente requerimiento son: pH, pO2, pCO2, Hb, MetHb, O2Hb, COHb, sO2%, Na, K, Ca, Cl, Glu, Lac, OTROS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA LA CONSULTA SE MODIFICARÁ EN LAS BASES INTEGRADAS Y DIRÁ: parámetros medidos requeridos en el presente requerimiento son: pH, pO2, pCO2, Hb, MetHb, O2Hb, COHb, sO2%, Na, K, Ca, Cl, Glu, Lac, OTROS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO) PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:24:15

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

Entendemos que el procesamiento de la muestra se debe realizar de manera directa, sin el uso de adaptadores.

Solicitamos amablemente precisar si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** C1 **Página:** --

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ENTIENDE A QUE ADAPTADORES SE REFIEREN SE ACLARA LA CONSULTA QUE SE MANTENDRÁ LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO ALAS BASES INTEGRADAS POR CUANTO LO SOLICITADO SE AJUSTA A LAS NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA Y SE ENCUENTRA DETALLADO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO) PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	18:26:53

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Se solicita al comité aceptar folletería, manuales, insertos, brochures y cartas o documentos del fabricante para acreditar las especificaciones técnicas.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1. **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA SE MODIFICARÁ EN LAS BASES INTEGRADAS Y DIRÁ: SE DEBERÁ ACREDITAR TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FOLLETERIA,MANUALES,BROCHURES Y TENDRÁ QUE IR ACOMPAÑADO CON EL ANEXO N° 03 DE CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE DEBERÁ ACREDITAR TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FOLLETERIA,MANUALES,BROCHURES Y TENDRÁ QUE IR ACOMPAÑADO CON EL ANEXO N° 03 DE CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO) PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	18:29:25

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Se solicita al comité aclarar si se requerirá acreditar la Experiencia del Postor, de ser así, se solicita considere como bienes similares a: REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO EN GENERAL.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: v Literal: 5 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA QUE SE MANTENDRÁ LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO ALAS BASES INTEGRADAS POR CUANTO LO SOLICITADO SE AJUSTA A LAS NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA Y SE ENCUENTRA DETALLADO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null