



**ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 08-2024-MP-FN-JNIMLCF-1**

**ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN SEMIAUTOMATIZADO PARA PROCEDIMIENTO FTA PARA MUESTRAS DE REFERENCIA PARA LA UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y GENÉTICA DE AYACUCHO DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DEL MINISTERIO PÚBLICO".**

En las instalaciones del área de Abastecimiento del IML, siendo el día 02 de diciembre del 2024, a las 16:00 horas; la Dra. **KARLA ELENA DEL MILAGRO SEMINARIO MELENDEZ**, Jefe de Área de Abastecimiento del IML, como representante del Órgano Encargado de las Contrataciones, quien tiene a su cargo la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección por **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 08-2024-MP-FN-JNIMLCF-1**, cuyo objeto de convocatoria es la **ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN SEMIAUTOMATIZADO PARA PROCEDIMIENTO FTA PARA MUESTRAS DE REFERENCIA PARA LA UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y GENÉTICA DE AYACUCHO DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DEL MINISTERIO PÚBLICO**, procedió a dar inicio con la apertura de ofertas y proseguir según la agenda siguiente:

**Agenda a tratar:**

- Admisión de ofertas
- Evaluación de Ofertas
- Calificación de Ofertas
- Otorgamiento de Buena Pro

**1. DETALLE DE LOS PARTICIPANTES**

De acuerdo con el cronograma del procedimiento de selección, se verifica que se registraron como participantes al procedimiento de selección a través del SEACE, las siguientes empresas:

NRO.	TIPO PROVEEDOR	RUC/CÓDIGO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FECHA REGISTRO EN EL PROCEDIMIENTO	ESTADO	FECHA REGISTRO DE
1	Proveedor con RUC	20160056062	BELOMED S.R.L.	19/11/2024	Válido	07/11/2024
2	Proveedor con RUC	20612573621.	CONSTRUCAPRIGLE E.I.R.L.	19/11/2024	Válido	12/11/2024

2 registros encontrados, mostrando 2 registro(s), de 1 a 2. Página 1 / 1.



## 2. DETALLE DE POSTORES QUE PRESENTARON OFERTAS

De acuerdo a lo previsto en el Art.90 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el 27 de noviembre de 2024, se desarrolla la etapa de presentación de ofertas a través del SEACE, verificando al día siguiente la presentación de ofertas de los siguientes postores.

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta
1	20160056062	BELOMED S.R.L.	27/11/2024	17:18:13	20160056062	27/11/2024	17:20:29	Enviado

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.

### Presentación de ofertas/expresión de interés

Entidad convocante :	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Nomenclatura :	AS-SM-8-2024-MP-FN-JN-IMLCF-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN SEMIAUTOMATIZADO PARA PROCEDIMIENTO FTA PARA MUESTRAS DE REFERENCIA PARA LA UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y GENÉTICA DE AYACUCHO DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Nro. ítem	Descripción del ítem			
RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN SEMIAUTOMATIZADO PARA PROCEDIMIENTO FTA PARA MUESTRAS DE REFERENCIA PARA LA UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y GENÉTICA DE AYACUCHO DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DEL MINISTERIO PÚBLICO			
20160056062	BELOMED S.R.L.	27/11/2024	17:20:29	Electronico

## 3. APERTURA Y ADMISIÓN DE OFERTAS

El Órgano Encargado de Contrataciones procede con la apertura de ofertas, a fin de dar inicio con la revisión de las mismas, comenzando con la verificación del cumplimiento de la documentación obligatoria, de acuerdo al Art. 52 del RLCE y lo dispuesto en las bases integradas, para la admisión de las ofertas.



**CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
ESTACIÓN SEMI AUTOMATIZADO PARA PROCEDIMIENTO FTA**

AS-SM-8-2024-MP-FN-JN-IMLCF-1

BELOMED

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
DENOMINACIÓN DEL EQUIPO	ESTACION SEMIAUTOMATIZADA PARA PROCEDIMIENTO FTA PARA MUESTRAS DE REFERENCIA			
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES	A1	EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO, ESTE SISTEMA INTEGRA UNA UNIDAD DE PUNCHING DE TARJETAS FTA	SI CUMPLE	
	A2	TODOS LOS FORMATOS DE TARJETAS FTA SON COMPATIBLES, CON POSIBILIDAD DE REPROCESAR TARJETAS YA PERFORADAS.	SI CUMPLE	
	A3	ALTA PRECISIÓN DE PERFORACIÓN PARA AYUDAR A GARANTIZAR QUE EL DISCO SE ENTREGUE EN EL POZO CORRECTO Y PARA MINIMIZAR LOS PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN CRUZADA.	SI CUMPLE	
	A4	TRAZABILIDAD DE MUESTRAS MEDIANTE LECTURA DE CÓDIGO DE BARRAS Y CONTROL DE CÁMARAS	SI CUMPLE	
	A5	SISTEMA DE PUNCIÓN ESTÁNDAR DE 1.2MM; OPCIONAL DE 2,0 MM; 3,0 MM; 4,0 MM	SI CUMPLE	
	A6	SOPORTA TODO TIPO DE PLACAS CON CAPACIDAD MÁXIMA DE 2 PLACAS (96-100 A 192 - 200 TARJETAS FTA) O SIMILARES	SI CUMPLE	
	A7	CON OPCIÓN A SELECCIÓN DE PUNZONADO MEDIANTE EL PUNTERO LASER O HAZ DE LUZ APUNTANDO EL LUGAR DE PERFORACIÓN	SI CUMPLE	
	A8	CÁMARA INCORPORADA CON RESOLUCIÓN MAYOR A 2,500 (H) X 1900 (V) O SUPERIOR	SI CUMPLE	
	A9	PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA AUTOMATIZADO	SI CUMPLE	
	A10	CON POSIBILIDAD DE ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES	SI CUMPLE	
	A11	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 15-30 °C	SI CUMPLE	
B. ACCESORIOS	B01	SOPORTE INFORMÁTICO PARA EL PROCEDIMIENTO CORE I7 COMO MÍNIMO. O1 SISTEMA DE HARDWARE INCORPORADO PARA EL PROCEDIMIENTO Y/O O1 COMPUTADORA INTEGRADA AL SISTEMA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: A) WINDOWS 10 (64-BIT) VERSIÓN MINIMA 1607 O SUPERIOR B) COMO MÍNIMO 1.86 GHZ CPU C) COMO MÍNIMO 8 GB RAM D) DVD/CD-ROM CON OPCIÓN DE DESCARGA DE INFORMACIÓN POR PUERTO USB E) COMO MÍNIMO HARD DRIVE DE 1TERA DE ESTADO SÓLIDO F) COMO MÍNIMO 1360 X 768 DE RESOLUCIÓN DE PANTALLA. INCLUIR MONITOR MÍNIMO DE 23" FULL HD DE LA MISMA MARCA QUE LA CPU G) INCLUIR TECLADO Y MOUSE DE LA MARCA K) EL PROVEEDOR DEBERÁ ASEGURAR, BAJO UN MECANISMO, LA CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE FALLA DE DISCO DURO DEL EQUIPO L) EL EQUIPO DEBE ESTAR INTERCONECTADO LA ESTACIÓN AUTOMATIZADA, CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIR Y/O COPIAR INFORMACIÓN. M) CONTAR CON SOFTWARE ANTIVIRUS DE PROTECCIÓN Y ACTUALIZACIONES DEL MISMO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y LA GARANTÍA. N) EL EQUIPO DEBE CONTAR CON GARANTÍA VIGENTE DURANTE EL TIEMPO DEL CONTRATO O) EL EQUIPO DEBE CONTAR CON UNA ANTIGÜEDAD MÁXIMA DE 12 MESES DE FABRICACIÓN P) EL EQUIPO DEBE TENER INSTALADO UN SOFTWARE QUE PERMITE CONTROL DE PRESENCIA DE MUESTRA: COMPARACIÓN AUTOMÁTICA ENTRE LA IMAGEN DEL POZO ANTES DE LA PERFORACIÓN (POZO NORMALMENTE VACÍO) Y LA IMAGEN DEL POZO DESPUÉS DE LA PERFORACIÓN (POZO NORMALMENTE LLENO) PARA CONFIRMAR LA PRESENCIA DE DISCOS PERFORADOS. CON ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES. IMPORTANTE: LAS CARACTERÍSTICAS ANTES MENCIONADAS PUEDEN VARIAR SOLO EN CASO DE QUE LA ESTACIÓN AUTOMATIZADA REQUIERA UNA COMPUTADORA CON CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS EN FUNCIÓN AL DISEÑO Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE,	SI CUMPLE	
	B02	EL EQUIPO DEBE CONTAR CON UNA ANTIGÜEDAD MÁXIMA DE 12 MESES DE FABRICACIÓN	SI CUMPLE	
	B03	LICENCIA DE SOFTWARE INSTALADO EN EL EQUIPO CON ACTUALIZACIÓN EN EL TIEMPO DE GARANTÍAS, INCLUYE ANTIVIRUS Y OTROS QUE REQUIERA.	SI CUMPLE	
	B04	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) PARA EL EQUIPO	SI CUMPLE	
	C. REQUERIMIENTO DE ENERGIA	C01	FUENTE ELÉCTRICA 220V + -10% / 50/60HZ +5%, CABLE DE PODER Y ENCHUFE DEBE CUMPLIR CON LA R. M. N° 175-2008-MEM.	SI CUMPLE

Firmado electrónicamente por: Bermejo Valladolid Maria Estilita Sub Gerente de Biología Molecular y de Genética  
Motivo: Day V° B\*  
Fecha: 02/12/2024 13:31:45

Firmado digitalmente por GARCIA TRUYEQUJE Manuel FAU 20131370301 soft. Jefe De La Unidad Médico Legal II Ayacucho  
Motivo: Day V° B\*

Firmado digitalmente por TELLO AYLLON Carlos Alberto FAU 20131370301 soft.  
Motivo: Day V° B\*  
Fecha: 02.12.2024 13:22:22

Firmado digitalmente por ROJAS TANTA Roger Admonbondo FAU 20131370301 soft.  
Motivo: Day V° B\*  
Fecha: 02.12.2024 10:53:57 -05:00

**(511) 625-5555**  
**Jirón Puno N°279 – Cercado de Lima – Lima**  
**www.fiscalia.gob.pe**

**EXPEDIENTE : UPI - JN-IML2024000915**  
**CODUN : NDKT4**  
**R. 288**  
**HDP**

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio Público Fiscalía de la Nación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas.  
7E90F6B3FDE0602E0048B417838AE337D88B84CCF00412D119F831698B1FE806FC3F28189863D68F194C3919838A079CA34877D8982010360A98607F726

CESAR BASILIO GUISPE RAMOS  
INGENIERO EN ELECTRONICAS  
Y DE TELECOMUNICACIONES  
R.M. C.P. N° 109970



CUADRO DE ADMISIÓN DE OFERTAS		
DOCUMENTOS		MERCK PERUANA S.A.
A	Declaración jurada de datos del postor. <b>(Anexo N° 1)</b>	CUMPLE
B	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	CUMPLE
C	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. <b>(Anexo N° 2)</b>	CUMPLE
D	Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones Técnicas. <b>(Anexo N° 3)</b>	CUMPLE
E	Cumplimiento de presentación de otros documentos solicitados	CUMPLE
F	Declaración jurada de plazo de entrega del Bien. <b>(Anexo N° 4)</b>	CUMPLE
G	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso. <b>(Anexo N° 5)</b>	NO CORRESPONDE
H	El precio de la oferta en soles <b>Anexo 6</b>	CUMPLE
<b>RESULTADO</b>		<b>ADMITIDO</b>

En ese sentido, ADMITIDA, 1 de 1 de la oferta presentada y aptas para pasar a la etapa de evaluación de ofertas, como se detalla a continuación:

#### 4. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La propuesta ADMITIDA pasa a ser evaluada para determinar el puntaje y orden de prelación, según los factores de evaluación enunciados en las Bases Integradas de este procedimiento de selección, de acuerdo con el artículo 74° del RLCE según el detalle siguiente:

CUADRO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS							
POSTOR	FACTOR DE EVALUACIÓN				MYPE	PUNTAJE TOTAL	Orden de PRELACIÓN
	PRECIO				PLAZO DE ENTREGA		Orden de PRELACIÓN
NOMBRE	OM	OI	PMP	PI			
GEODESIA Y TOPOGRAFIA S.A.C..	S/. 333,000.00	S/. S/. 333,000.00	80	80		10	1°

Metodología para la asignación de puntaje:

i = Oferta  
 Pi = Puntaje de la Oferta a evaluar  
 Oi = Precio i  
 Om = Precio de la Oferta más baja  
 PMP = Puntaje máximo del precio

$$Pi = \frac{Om \times PMP}{Oi}$$



**5. CALIFICACION DE OFERTAS**

El Órgano encargado de Contrataciones - OEC califica al proveedor evaluado, verificando que cumpla con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3. 2 del Capítulo III de la sección específica de las bases integradas. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

<b>CUADRO DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS</b>	
<b>REQUISITOS DE CALIFICACIÓN</b>	<b>POSTOR</b>
	<b>BELOMED S.R.L</b>
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	SI CUMPLE Acredita como experiencia la
CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	SI CUMPLE
<b>ESTADO</b>	<b>CALIFICADA</b>

**6. OTORGAMIENTO DE BUENA PRO**

El Órgano encargado de Contrataciones - OEC da por aprobado el resultado de la admisión, evaluación y calificación de ofertas, de acuerdo con el análisis efectuado.

En vista del resultado obtenido decide **OTORGAR LA BUENA PRO** del procedimiento de selección de **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 08-2024-MP-FN-JNIMLCF-1**“, que tiene como objeto la **ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN SEMIAUTOMATIZADO PARA PROCEDIMIENTO FTA PARA MUESTRAS DE REFERENCIA PARA LA UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y GENÉTICA DE AYACUCHO DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DEL MINISTERIO PÚBLICO** al postor **BELOMED S.R.L** por un monto de **S/. 333,000.00** (trescientos treinta y tres mil con 00/100 Soles).

En ese contexto, se ordena publicar los resultados en el SEACE, conforme lo señalado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Sin otro asunto que tratar, siendo las 17:45 horas del día 02 de diciembre del 2024, se suscribe la presente acta en señal de conformidad.

**KARLA ELENA DEL MILAGRO SEMINARIO MELENDEZ**  
Jefa de Área de Abastecimiento del IML(e)  
OEC-IML