

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura :	AS-SM-39-2024-RPSA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20482114882	Fecha de envío :	30/07/2024
Nombre o Razón social :	NEOBIO S.A.C.	Hora de envío :	12:35:00

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las bases, se solicita un plazo de entrega de 10 Diez días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Considerando que las pequeñas empresas, no manejamos stocks muy grandes, y los tiempos de importación son mayores a 10 días. Solicitamos al comité de selección ampliar el plazo de entrega a 30 días calendarios.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.9 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, se realizara una ampliacion a 20 dias calendarios, contabilizados a partir del dia siguiente de suscrito el contrato

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

20 días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20482114882	Fecha de envío :	30/07/2024
Nombre o Razón social :	NEOBIO S.A.C.	Hora de envío :	12:35:00

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las bases, solicitan una fecha de vencimiento no menor de 18 meses para los reactivos de bioquímica. Considerando que los reactivos de bioquímica, están compuestos por componentes enzimáticos los cuales reducen el tiempo de vigencia de los mismos; solicitamos al comité de selección, modificar la vigencia de los reactivos a MAYOR A 12 MESES.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA. DADA LA NATURALEZA Y MOVIMIENTO DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, ES NECESARIO CONTAR CON PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA MÍNIMO DE 18 MESES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20482114882	Fecha de envío :	30/07/2024
Nombre o Razón social :	NEOBIO S.A.C.	Hora de envío :	12:35:00

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las bases, solicitan, certificados de análisis de los productos ofertados, considerando que los certificados varían con cada lote y que los documentos con los que contamos son de lotes que no cuentan con una vigencia mayor a 18 meses; solicitamos al Comité de selección acepte la presentación de los protocolos de análisis de los lotes que se tienen en stock pero al momento del ingreso de los reactivos, se cambiarán por los lotes con la vigencia solicitada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 15 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta no es aceptada, ya que los protocolos de analisis, determinan que el insumo requerido cumple

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura :AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20482114882	Fecha de envío :	30/07/2024
Nombre o Razón social :	NEOBIO S.A.C.	Hora de envío :	12:35:00

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las bases, solicitan registro sanitario vigente para los productos ofertados; sin embargo el proceso de re inscripción es un proceso que requiere plazos largos. Es por esta razón, que solicitamos al comité de selección, acepte la presentación de la hoja de trámite en la página VUCE como acreditación del trámite de re inscripción en caso el Resgitro sanitario se encuentre vencido.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada, en caso que los insumos se encuentren en estado de reinscripcion deberan acreditar con el tramite efectuado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20498674098	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	MEDICORP PERU S.A.C.	Hora de envío :	12:50:46

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

La entidad esta solicitando 22,500 determinaciones de antígeno RPR, debemos de considerar que el mercado peruano existe una gran variedad de marcas y presentación de antígeno RPR, las cuales varían de 100 a 500 determinaciones. Teniendo en cuenta que la entidad ha indicado la adquisición de 22,500 det, solicitamos al comité que permita la participación de presentaciones de 100, 250 o 500 determinaciones, esto sin alterar la cantidad de determinaciones solicitadas

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: a Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA PRESENTACIÓN REQUERIDA EN LA ESPECIFICACIÓN ES KIT DE RPR X 500 DETERMINACIONES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20498674098	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	MEDICORP PERU S.A.C.	Hora de envío :	12:50:46

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

La entidad está solicitando diferentes tipos de reactivos de laboratorio, en donde ha establecido los vencimientos que van desde los 18 meses a 24 meses.

Es preciso indicar que no todos los reactivos de laboratorio, cuentan con este vencimiento en especial los reactivos clínicos, ya que, por su propia naturaleza metabólica, solo pueden alcanzar un vencimiento de 12 a 15 meses. Lo que garantiza su buena linealidad y estabilidad de los reactivos

Solicitamos a la entidad que permita la participación de reactivos con vencimientos de 12 a 15 meses, con su respectiva carta de compromiso de canje.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: a Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA. DADA LA NATURALEZA Y MOVIMIENTO DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, ES NECESARIO CONTAR CON PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA MÍNIMO DE 18 MESES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20498674098	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	MEDICORP PERU S.A.C.	Hora de envío :	12:50:46

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

La entidad está solicitando la presentación del certificado de buenas practicas de almacenamiento vigente, emitido por DIGEMID.

Sin embargo no ha indicado que este certificado, debe de estar a nombre del postor o un tercero acompañado del contrato vigente entre ambas partes. Asi como del cumplimiento de que ambas partes cuenten con el certificado BPA a su nombre.

Solicitamos al comité, que indique que el certificado BPA, debe de estar a su nombre.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: a Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta se aclara que el Certificado de BPA debe estar a nombre del postor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20498674098	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	MEDICORP PERU S.A.C.	Hora de envío :	12:50:46

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

La entidad está solicitando la presentación del certificado BPM (buenas practicas de manufactura), para el caso de algunos países donde no se otorga este certificado se emite su equivalente, el cual es el ISO 13485. Solicitamos al comité que indique, que se podrá presentar el certificado ISO 13485, el cual deberá de estar a nombre del fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: a Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada, quedando con BPM, ISO 13485, FDA, CE, CLV.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

BPM, ISO 13485, FDA, CE, CLV.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20498674098	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	MEDICORP PERU S.A.C.	Hora de envío :	12:50:46

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

La entidad esta solicitando copia simple de la ficha técnica del producto que indique las características del bien solicitado, emitido por el fabricante o postor.

Debemos de indicar que la ficha técnica del producto, es un documento que no avala técnicamente el cumplimiento de las características técnicas de los reactivos de laboratorio a diferencia del inserto de procedimiento del reactivo de laboratorio, donde se puede apreciar los componentes y concentraciones de los reactivos provistos, así como el procedimiento de uso y manejo de los reactivos siendo así validado con el protocolo de análisis emitido por el fabricante y visado por el Director técnico de la Droguería postora.

Solicitamos al comité, que elimine de las bases la presentación de la ficha técnica del producto y lo reemplace, por la presentación del inserto de uso y el certificado y/o protocolo de análisis del reactivo a presentar en la presente adjudicación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: d Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRESENTARÁ EL INSERTO DE PROCEDIMIENTO DEL REACTIVO DE LABORATORIO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20498674098	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	MEDICORP PERU S.A.C.	Hora de envío :	12:50:46

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

La entidad a establecido una serie de características técnicas de los reactivos de laboratorio, sin embargo, no a establecido la forma de cumplimiento de las mismas. En tal sentido, el solo hecho de presentar una ficha técnica emitida por el postor no es un documento técnico validado por el fabricante

Debemos de indicar que los documentos para demostrar estas características son el inserto de uso y/o protocolo de análisis. Debiendo de tener en cuenta que no todas las características técnicas están ahí contenidas, para lo cual es necesario que el fabricante pueda emitir una carta aclaratoria, para dar cumplimiento de las características técnicas solicitadas

Solicitamos al comité, que permita la presentación de una carta aclaratoria emitida por el fabricante, para dar cumplimiento a las características técnicas solicitadas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: d Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PERMITIRÁ LA PRESENTACIÓN DE UNA CARTA ACLARATORIA EMITIDA POR EL FABRICANTE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20498674098	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	MEDICORP PERU S.A.C.	Hora de envío :	12:50:46

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

La entidad ha establecido que el plazo de entrega de la presente convocatoria será de 10 días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Solicitamos al comité, que nos indique que este plazo será contabilizado desde la fecha de la suscripción del contrato y/o firma de ambas partes (entidad y proveedor) debiendo de figurar la fecha de la firma proveedor o se considerara la fecha que indica el borrador de contrato y firmado solamente por proveedor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: a Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, se realizara una ampliacion a 20 días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

20 días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20498674098	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	MEDICORP PERU S.A.C.	Hora de envío :	12:50:46

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

La entidad está solicitando 86 kit de factor rematoideo latex x 100 det.
Desearíamos saber si podemos atender 02 kit de 50 det; en vez de 01 kit x 100 det, esto sin alterar los 86 kit a entregar a la entidad

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: a Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA SOLO SI NO SE ALTERA LA SOLICITUD TOTAL DE 86 KITS DE 100 DETERMINACIONES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20498674098	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	MEDICORP PERU S.A.C.	Hora de envío :	12:50:46

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

La entidad está solicitando 102 kit de proteína c reactiva latex directo x 100 det.
Desearíamos saber si podemos atender 02 kit de 50 det; en vez de 01 kit x 100 det, esto sin alterar los 102 kit a entregar a la entidad

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: a Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA SOLO SI NO SE ALTERA LA SOLICITUD TOTAL DE 102 KITS DE 100 DETERMINACIONES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20498674098	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	MEDICORP PERU S.A.C.	Hora de envío :	12:50:46

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

La entidad esta solicitando 35 kit de proteínas totales x 100 det y 25 kit de albumina, debemos de indicar que estos dos reactivos trabajan juntos , del análisis respectivo al parecer estaría faltando 10 kit de albumina, si nuestra apreciación es correcta y para evitar cambios en las bases y el presupuesto asignado, quisiéramos saber si podemos ofertar un kit donde estén las proteínas totales y albumina, juntas y son para 140 determinaciones.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: a Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20498674098	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	MEDICORP PERU S.A.C.	Hora de envío :	12:50:46

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

La entidad esta solicitando 35 kit de proteínas totales x 100 det.
la marca que comercializamos Wiener, cuenta con una presentación de 6 x 120 ml, con lo cual se obtiene 280 determinaciones, quisiéramos saber si podemos ofertar este producto en las determinaciones de 280. Det. esto sin variar el precio obtenido en el estudio de mercado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: a Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA, SIN VARIAR EL PRECIO OBTENIDO EN ESTUDIO DE MERCADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20498674098	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	MEDICORP PERU S.A.C.	Hora de envío :	12:50:46

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

La entidad esta solicitando 25 kit de ALBUMINA x 100 det la marca que comercializamos Wiener, cuenta con una presentación de 6 x 120 ml, con lo cual se obtiene 280 determinaciones, quisiéramos saber si podemos ofertar este producto en las determinaciones de 280. Det. esto sin variar el precio obtenido en el estudio de mercado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: a Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA, SIN VARIAR EL PRECIO OBTENIDO EN ESTUDIO DE MERCADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20498674098	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	MEDICORP PERU S.A.C.	Hora de envío :	12:50:46

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

La entidad esta solicitando 33 kit de amilasa x 100 det. desearíamos saber si podemos ofertar 03 kit de amilasa para 30 det. lo que daría el resultado de 90 determinaciones, esto sin variar el precio obtenido en el estudio de mercado

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: a Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura :AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20498674098	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	MEDICORP PERU S.A.C.	Hora de envío :	12:50:46

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

La entidad está solicitando 07 kit de lipasa cinética x 100 det
desearíamos saber si podemos ofertar 01 kit de lipasa cinética AA liquida 1 x20ml + 1 x 12 ml, con lo cual se obtiene 200 determinaciones, esto sin variando el precio obtenido en el estudio de mercado

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: a

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 15

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA SOLO SI NO SE ALTERA LA SOLICITUD TOTAL DE 07 KITS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:53:29

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Plazo de entrega

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de diez (10) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato

El estudio de mercado realizado por la entidad, con 3 proveedores, asegura que estos postores podrán cumplir con el plazo de entrega propuesto en las especificaciones técnicas (ventaja que tienen estas empresas al haber participado en el estudio de mercado, porque este se realiza con bastante antelación dándole la oportunidad de importar las productos y tenerlas en su almacén para que puedan cumplir con un plazo de entrega tan corto de 5 días calendarios como mejora al plazo de entrega con 20 puntos e inclusive de suscrito el contrato), pero en este estudio de mercado no se han invitado al universo de empresas que comercializan este tipo de dispositivos, pues esto permitiría tener una idea más real si es posible cumplir en 10 o 5 días calendarios con todo el requerimiento, en este orden de ideas, solicitamos se amplie el plazo de entrega a 45 días calendarios de notificada la orden de compra, porque creemos es un plazo más real para poder cumplir con la entrega de la cantidad solicitada de dispositivos médicos reactivos de bioquímica y de inmunología.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: s/l Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, se realizara una ampliacion a 20 dias calendarios, contabilizados a partir del dia siguiente de suscrito el contrato

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

20 dias calendarios, contabilizados a partir del dia siguiente de suscrito el contrato

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura :AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:53:29

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:
solicitamos se nos PRECISE que la conformacion de los items paquetes no se variara bajo ningun aspecto ni aun asi lo soliciten en la formulacion de consultas u observaciones

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: s/l Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, se indica que los paquetes quedan como tal sin modificacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:53:29

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

declaracion jurada de cumplimiento de las especificaciones tecnicas contenidas en el numeral 3.1 del capitulo III de la presente seccion

copia simple del registro sanitario

copia simple de la autorizacion sanitaria de funcionamiento como drogueria

copia simple del certificado de buenas practicas de almacenamiento vigente

copia simple de la ficha tecnica del producto que indique las características del bien solicitado emitido por el fabricante o postor

certificado de buenas practicas de distribucion y transporte

estos mismos documentos salvo la ficha tecnica estan siendo solicitados en los requisitos de calificacion Capacidad legal solicitamos sean retirados de esta seccion especifica quedando solo la ficha tecnica a presentar en este literal de cada producto, ficha que debe ser emitida solo por el fabricante no por el postor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: d Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada queda como documentos de admisibilidad la Autorizacion Sanitaria de funcionamiento y la Ficha Tecnica del producto o Inserto del producto

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Requisitos de admisibilidad:

Autorizacion sanitaria de funcionamiento

ficha tecnica del producto o Inserto del producto"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:53:29

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Advertencia: el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápite ¿documentos para la admisión de la oferta¿, ¿requisitos de calificación¿ y ¿factores de evaluación¿

Según esta ADVERTENCIA el órgano encargado de las contrataciones no DEBERÍA exigir documentación que no han sido solicitados expresamente en los acápite DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA, REQUISITOS DE CALIFICACIÓN y FACTORES DE EVALUACIÓN, en este orden de ideas, se solicita al OEC que se PRECISE que no se exigirá documentos (que pueden ser declaraciones juradas) que no hayan sido indicados a presentar en la oferta tecnica de los acápite Indicados líneas arriba, pues se estaría vulnerando su principio de libre participación e igualdad de trato y de esta forma evitar a los postores su no admisión y su no calificación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.2 Literal: s/l Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA CONSULTA REALIZADA ESTA SE DA POR ACEPTADA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura :AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:53:29

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:
acido urico enzimatico x 100 determinaciones

solicitamos se acepte ofertar la presentacion comercial de acido urico 4 x50 ml con el compromiso de entregar la misma cantidad de kits solicitados 75

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACEPTA SOLO SI NO SE ALTERA LA SOLICITUD TOTAL DE 75 KITS Y PRECIOS DEL ESTUDIOS DE MERCADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura :AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:53:29

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

acido urico
Estabilidad de reactivos, hasta su fecha de vencimiento, aun después de abiertos de 2 a 8°C, de 15 a 25°C, estable por 2 semanas
Sensibilidad el minimo limite de detección es 0.040 mg/dl y la sensibilidad analitica es de 0.473 mg/dl
Fecha de vencimiento no menor de 18 meses

las características indicadas corresponden a una determinada marca comercial, no todos los fabricantes de estos reactivos detallan esta informacion en su ficha de trabajo, solicitamos en aras de la pluralidad de marcas de reactivos que existen en el mercado aceptar la informacion tecnica solicitada tal como la expresa el fabricante respecto de estas características que no sera igual de forma literal pero que expresa la informacion solicitada.
ademas se solicita que la fecha de vencimiento sea de 12 meses, es poco probable que se pueda entregar con el vencimiento indicado ya que es justamente 18 meses la vida util de estos reactivos.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 3.1Literal: s/lPágina: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA. DE ACUERDO A LA NECESIDAD Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS LABORATORIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (ÁREA USUARIA) DE LA ENTIDAD, SE REQUIERE LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ASEGURAR LA ADQUISISCIÓN DE REACTIVOS QUE ASEGUREN LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:53:29

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

albumina
presentacion kit x 100

solicitamos se acepte ofertar la presentacion comercial de albumina 4 x50 ml con el compromiso de entregar la misma cantidad de kits solicitados 25

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA SOLO SI NO SE ALTERA LA SOLICITUD TOTAL DE 25 KITS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura :AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:53:29

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

albumina

Estabilidad hasta la fecha de caducidad de 2 a 25°C

Sensibilidad de acuerdo con la sensibilidad requerida para un AA mínimo de 0.001, el menor cambio de concentración detectable será de 0.01 g/dl

Fecha de vencimiento no menor de 18 meses

las características indicadas corresponden a una determinada marca comercial, no todos los fabricantes de estos reactivos detallan esta informacion en su ficha de trabajo, solicitamos en aras de la pluralidad de marcas de reactivos que existen en el mercado aceptar la informacion tecnica solicitada tal como la expresa el fabricante respecto de estas características que no sera igual de forma literal pero que expresa la informacion solicitada.

ademas se solicita que la fecha de vencimiento sea de 12 meses, es poco probable que se pueda entregar con el vencimiento indicado ya que es justamente 18 meses la vida util de estos reactivos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA. PUEDE PRESENTAR UNA CARTA ACLARATORIA DEL FABRICANTE PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS. DADA LA NATURALEZA Y MOVIMIENTO DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, ES NECESARIO CONTAR CON PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA MÍNIMO DE 18 MESES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:53:29

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

amilasa x 100 determinaciones

la presentacion comercial no deberia considerarse como caracteristica tecnica, esta obedece a criterios netamente del fabricante, solicitamos se acepte ofertar la presentacion comercial de amilasa 4 x 10 ml con el compromiso de entregar la misma cantidad de determinaciones solicitadas en funcion de los kits solicitados 33 (se entregarian 42 kits que equivale al numero de determinaciones solicitadas).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LA PRESENTACIÓN SE TOMA EN CUENTA PARA REALIZAR UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS A CADA LABORATORIO. SI EVIDENCIA QUE LOS KITS ENTREGADOS EQUIVALEN A LOS 33 SOLICITADOS SE ACEPTARÁ SU PROPUESTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:53:29

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

amilasa

Método cinetico a 405 nm: método CNPG2 (cinetico) a 405 nm

Sensibilidad en espectrofotómetro a 405 nm con cubetas de caras paralelas de 1 cm espesor, para un AA/min de 0.01 el mínimo cambio detectable será de 4 U/L (a 37°C)

Estabilidad 12 semanas mínimo después de abierto de 2 a 8°C por 4 semanas de 15 a 25°C

Fecha de vencimiento no menor de 18 meses

las características indicadas corresponden a una determinada marca comercial, no todos los fabricantes de estos reactivos detallan esta informacion en su ficha de trabajo, solicitamos en aras de la pluralidad de marcas de reactivos que existen en el mercado aceptar la informacion tecnica solicitada tal como la expresa el fabricante respecto de estas características que no sera igual de forma literal pero que expresa la informacion solicitada.

ademas se solicita que la fecha de vencimiento sea de 12 meses, es poco probable que se pueda entregar con el vencimiento indicado ya que es justamente 18 meses la vida util de estos reactivos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA. PUEDE PRESENTAR UNA CARTA ACLARATORIA DEL FABRICANTE PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS. DADA LA NATURALEZA Y MOVIMIENTO DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, ES NECESARIO CONTAR CON PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA MÍNIMO DE 18 MESES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:53:29

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

ASO LATEX

Frasco con control positivo suero humano conteniendo antiestreptolisina O en concentración superior a 250 UI/ml

Fecha de vencimiento: no menor de 24 meses

esta característica corresponde a una determinada marca comercial, el universo de fabricantes de este reactivo consideran para el control positivo una concentración de 200 UI/ml, siendo este valor el que debe solicitarse siendo lo ideal para la detección de los casos positivos; además se solicita que la fecha de vencimiento sea de 12 meses, es poco probable que se pueda entregar con el vencimiento indicado de 24 meses ya que es justamente 18 meses la vida útil de estos reactivos.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA NECESIDAD Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS LABORATORIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (ÁREA USUARIA) DE LA ENTIDAD, SE REQUIERE LAS CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ASEGURAR LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUE ASEGUREN LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS. DADA LA NATURALEZA Y MOVIMIENTO DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, ES NECESARIO CONTAR CON PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA MÍNIMO DE 18 MESES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACEPTARA LA ENTREGA DE PRODUCTOS MINIMO CON UN PLAZO DE 18 MESES DE VIGENCIA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:53:29

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

RPR

Frasco con suspensión de antígeno RPR, suspensión de cardiolipina, con micropartículas de carbono 0,3% contiene azida de sodio 0.095%

Frasco con suero control positivo RPR, control líquido estabilizado, reactivo con antígeno RPR (humano). Contiene 0.095% de azida sódica y 0.2% de proclin 950

Tarjetas desechables con áreas 10 50 10

Control de calidad INS

Fecha de vencimiento: no menor de 24 meses

Las características técnicas indicadas corresponden a una determinada marca comercial, no todos los fabricantes de estos reactivos detallan esta información en su ficha de trabajo, solicitamos en aras de la pluralidad de marcas de reactivos que existen en el mercado aceptar la información técnica solicitada tal como la expresa el fabricante respecto de estas características que no será igual de forma literal pero que expresa la información solicitada.

Además se solicita que la fecha de vencimiento sea de 12 meses, es poco probable que se pueda entregar con el vencimiento de 24 meses indicado ya que es justamente 18 meses la vida útil de estos reactivos.

Se solicita se retire la presentación del certificado del INS ya que no es documento necesario para la comercialización del reactivo RPR, el certificado de análisis avala la calidad del producto, siendo suficiente con este documento

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA. PUEDE PRESENTAR UNA CARTA ACLARATORIA DEL FABRICANTE PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS. DADA LA NATURALEZA Y MOVIMIENTO DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, ES NECESARIO CONTAR CON PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA MÍNIMO DE 18 MESES. EL CONTROL DE CALIDAD DEL INS ES NECESARIO PARA ASEGURAR QUE LA RED DE LABORATORIOS TRABAJE CON INSUMOS AVALADOS POR NUESTRO ENTE RECTOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACEPTA LA ENTREGA DE PRODUCTOS MÍNIMO CON UN PLAZO DE 18 MESES DE VIGENCIA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:53:29

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

ANTIGENO RPR x 100 determinaciones
Frasco con suspensión de antígeno RPR, suspensión de cardiolipina, con micropartículas de carbono 0,3% contiene azida de sodio 0.095%
Frasco con suero control positivo RPR, control líquido estabilizado, reactivo con antígeno RPR (humano). Contiene 0.095% de azida sódica y 0.2% de proclín 950
Tarjetas desechables con áreas 10 50 10
Control de calidad INS
Fecha de vencimiento: no menor de 24 meses

Las características técnicas indicadas corresponden a una determinada marca comercial, no todos los fabricantes de estos reactivos detallan esta información en su ficha de trabajo, solicitamos en aras de la pluralidad de marcas de reactivos que existen en el mercado aceptar la información técnica solicitada tal como la expresa el fabricante respecto de estas características que no será igual de forma literal pero que expresa la información solicitada.
Además se solicita que la fecha de vencimiento sea de 12 meses, es poco probable que se pueda entregar con el vencimiento de 24 meses indicado ya que es justamente 18 meses la vida útil de estos reactivos.
Se solicita se retire la presentación del certificado del INS ya que no es documento necesario para la comercialización del reactivo RPR, el certificado de análisis avala la calidad del producto, siendo suficiente con este documento

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA. PUEDE PRESENTAR UNA CARTA ACLARATORIA DEL FABRICANTE PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS. DADA LA NATURALEZA Y MOVIMIENTO DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, ES NECESARIO CONTAR CON PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA MÍNIMO DE 18 MESES. EL CONTROL DE CALIDAD DEL INS ES NECESARIO PARA ASEGURAR QUE LA RED DE LABORATORIOS TRABAJE CON INSUMOS AVALADOS POR NUESTRO ENTE RECTOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACEPTARA LA ENTREGA DE PRODUCTOS MINIMO CON UN PLAZO DE 18 MESES DE VIGENCIA

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura :AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:53:29

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

antigenos febriles paratifico, tifico y brucellas 5 frascos x 10 ml

fecha de vencimiento no menor de 24 meses

solicitar se corrija que por error han considerado el volumen del frasco x 10 ml, siendo lo correcto x 5 ml.

ademas se solicita que la fecha de vencimiento sea de 12 meses, es poco probable que se pueda entregar con el vencimiento de 24 meses indicado ya que es justamente 18 meses la vida util de estos reactivos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/ Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACEPTARA LA ENTREGA DE ANTIGENOS FEBRILES PARATIFICO (A,B) TIFICO (H,O) Y BRUCELLAS 5 FRASCO X 5 ML. PRODUCTOS MINIMO CON UN PLAZO DE 18 MESES DE VIGENCIA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:53:29

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

bilirrubina directa x 100 determinaciones

Sensibilidad en espectrofotómetro con cubetas de caras paralelas de 1 cm de espesor, para un AA de 0.01 el mínimo cambio de concentración detectable será de 0.012 mg/dl

Linealidad minimo 9 mg/dl

Fecha de vencimiento no menor de 18 meses

las características técnicas indicadas corresponden a una determinada marca comercial, no todos los fabricantes de estos reactivos detallan esta informacion en su ficha de trabajo, solicitamos en aras de la pluralidad de marcas de reactivos que existen en el mercado aceptar la informacion tecnica solicitada tal como la expresa el fabricante respecto de estas características que no sera igual de forma literal pero que expresa la informacion solicitada.

ademas se solicita que la fecha de vencimiento sea de 12 meses, es poco probable que se pueda entregar con el vencimiento indicado ya que es justamente 18 meses la vida util de estos reactivos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA. PUEDE PRESENTAR UNA CARTA ACLARATORIA DEL FABRICANTE PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS. DADA LA NATURALEZA Y MOVIMIENTO DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, ES NECESARIO CONTAR CON PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA MÍNIMO DE 18 MESES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura :AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:53:29

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

bilirrubina total x 100 determinaciones

fecha de vencimiento no menor de 18 meses

Estabilidad de 2-8°C hasta su fecha de caducidad una vez abiertos 30 días mínimo

Sensibilidad en espectrofotómetro con cubetas de caras paralelas de 1 cm de espesor, para un AA de 0.01 el mínimo cambio de concentración detectable será de 0.031 mg/dl

Linealidad minimo 30 mg/dl

las características técnicas indicadas corresponden a una determinada marca comercial, no todos los fabricantes de estos reactivos detallan esta informacion en su ficha de trabajo, solicitamos en aras de la pluralidad de marcas de reactivos que existen en el mercado aceptar la informacion tecnica solicitada tal como la expresa el fabricante respecto de estas características que no sera igual de forma literal pero que expresa la informacion solicitada.

ademas se solicita que la fecha de vencimiento sea de 12 meses, es poco probable que se pueda entregar con el vencimiento indicado ya que es justamente 18 meses la vida util de estos reactivos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA. PUEDE PRESENTAR UNA CARTA ACLARATORIA DEL FABRICANTE PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS. DADA LA NATURALEZA Y MOVIMIENTO DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, ES NECESARIO CONTAR CON PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA MÍNIMO DE 18 MESES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:53:29

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

calibrador de quimica clinica 5 ml
calibrador de quimica clinica 5 ml x 4 unidades
fecha de vencimiento no menor de 18 meses

no todos los fabricantes de reactivos de bioquimica diseñan el volumen de su calibrador o multicalibrador en el volumen de 5 ml, existen otros volúmenes de 3 ml por ejemplo, en ese orden de ideas se solicita aceptar se entregue el mismo volumen total de calibrador solicitado 29 frascos x 5 ml son 145 ml en caso se entregue frasco de 3 ml se entregaria 49 frascos de 3 ml.

ademas se solicita que la fecha de vencimiento sea de 12 meses, es poco probable que se pueda entregar con el vencimiento indicado ya que es justamente menos de 3 meses la vida util de estos calibradores una vez reconstituidos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA. EL REQUERIMIENTO SE REALIZÓ DE ACUERDO A LA NECESIDAD Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS LABORATORIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (ÁREA USUARIA) DE LA ENTIDAD, SE REQUIERE LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura :AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:53:29

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

colesterol HDL directo automatizado x 200 determinaciones

Estabilidad mínimo dos meses de 2 a 8°C después de abiertos

Calibrador o standard, liofilizado dentro del kit, estabilidad 8 horas a 25°C, 7 dias de 2 a 8°C y hasta 20 dias a ¿ 20°C.

Linealidad hasta 150 mg/dl

Sensibilidad el mínimo concentración cuantificable de HDL colesterol es de 3 mg/dl

Fecha de vencimiento no menor de 18 meses

las características técnicas indicadas corresponden a una determinada marca comercial, no todos los fabricantes de estos reactivos detallan esta informacion en su ficha de trabajo, solicitamos en aras de la pluralidad de marcas de reactivos que existen en el mercado aceptar la informacion tecnica solicitada tal como la expresa el fabricante respecto de estas características que no sera igual de forma literal pero que expresa la informacion solicitada.

ademas se solicita que la fecha de vencimiento sea de 12 meses, es poco probable que se pueda entregar con el vencimiento indicado ya que es justamente 18 meses la vida util de estos reactivos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA. PUEDE PRESENTAR UNA CARTA ACLARATORIA DEL FABRICANTE PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS. DADA LA NATURALEZA Y MOVIMIENTO DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, ES NECESARIO CONTAR CON PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA MÍNIMO DE 18 MESES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:53:29

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

colesterol HDL x 200 determinaciones
Presentación para ensayos macro y semimicro: precisar a que se refiere/ consultar si se refiere al ensayo final con el reactivo de colesterol total
Almacenamiento de 2 a 25°C
Sensibilidad en espectrofotómetro, para una variación de absorbancia de 0.001 D.O. en cambio mínimo de concentración detectable será de 0.0063 g/L de colesterol:/ el inserto de Meril no indica la mínima cantidad detectable
Fecha de vencimiento no menor de 18 meses

entendemos que este reactivo es de metodología PRECIPITANTE.
las características técnicas indicadas corresponden a una determinada marca comercial, no todos los fabricantes de estos reactivos detallan esta informacion en su ficha de trabajo, solicitamos en aras de la pluralidad de marcas de reactivos que existen en el mercado aceptar la informacion tecnica solicitada tal como la expresa el fabricante respecto de estas características que no sera igual de forma literal pero que expresa la informacion solicitada.
ademas se solicita que la fecha de vencimiento sea de 12 meses, es poco probable que se pueda entregar con el vencimiento indicado ya que es justamente 18 meses la vida util de estos reactivos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA. PUEDE PRESENTAR UNA CARTA ACLARATORIA DEL FABRICANTE PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS. DADA LA NATURALEZA Y MOVIMIENTO DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, ES NECESARIO CONTAR CON PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA MÍNIMO DE 18 MESES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:53:29

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

colesterol LDL x 200 determinaciones
Estabilidad una vez abiertos mínimo 2 meses
Frasco con calibrador, liofilizado conteniendo lipoproteínas de diversos tipos, incluyendo LDL, estabilidad 8 horas a 25°C, 7 días de 2 a 8°C y hasta 20 días congelado a ¿ 20°C.
Linealidad mínimo 1000 mg/dl
Sensibilidad 0.278 mg/dl
Fecha de vencimiento no menor de 18 meses

entendemos que la metodología de este reactivo es DIRECTO.
las características técnicas indicadas corresponden a una determinada marca comercial, no todos los fabricantes de estos reactivos detallan esta informacion en su ficha de trabajo, solicitamos en aras de la pluralidad de marcas de reactivos que existen en el mercado aceptar la informacion tecnica solicitada tal como la expresa el fabricante respecto de estas características que no sera igual de forma literal pero que expresa la informacion solicitada.
ademas se solicita que la fecha de vencimiento sea de 12 meses, es poco probable que se pueda entregar con el vencimiento indicado ya que es justamente 18 meses la vida util de estos reactivos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA. PUEDE PRESENTAR UNA CARTA ACLARATORIA DEL FABRICANTE PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS. DADA LA NATURALEZA Y MOVIMIENTO DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, ES NECESARIO CONTAR CON PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA MÍNIMO DE 18 MESES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:53:29

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 400 DETERMINACIONES

Método CHOD-PAP

Estabilidad hasta su fecha de caducidad aun después de abiertos, almacenados de 2-8°C y 2 semanas de 15 ¿ 25°C

Linealidad mínimo 750 mg/dl

Sensibilidad para la lectura de 0.001 D.O. el cambio mínimo de concentración detectable será aproximadamente de 0.0063 g/L

Temperatura 2 ¿ 10°C

Fecha de vencimiento no menor de 18 meses

las características técnicas indicadas corresponden a una determinada marca comercial, no todos los fabricantes de estos reactivos detallan esta informacion en su ficha de trabajo, solicitamos en aras de la pluralidad de marcas de reactivos que existen en el mercado aceptar la informacion tecnica solicitada tal como la expresa el fabricante respecto de estas características que no sera igual de forma literal pero que expresa la informacion solicitada.

ademas se solicita que la fecha de vencimiento sea de 12 meses, es poco probable que se pueda entregar con el vencimiento indicado ya que es justamente 18 meses la vida util de estos reactivos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA. PUEDE PRESENTAR UNA CARTA ACLARATORIA DEL FABRICANTE PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS. DADA LA NATURALEZA Y MOVIMIENTO DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, ES NECESARIO CONTAR CON PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA MÍNIMO DE 18 MESES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:53:29

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

controles niveles 1 y 2 ml para bioquímica
fecha de vencimiento no menor de 18 meses

creemos que por error se ha agregado el término ML después del número 2, el volumen de los controles nivel 1 y 2 de bioquímica es por 5 ml.
además se solicita que la fecha de vencimiento sea de 06 meses (no reconstituido), es poco probable que se pueda entregar con el vencimiento indicado ya que es justamente menos de 12 meses la vida útil de estos reactivos.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/ Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA DENOMINACIÓN ES: CONTROLES NIVELES 1 Y 2 POR 10 ML PARA BIOQUÍMICA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACEPTARÁ LA ENTREGA DE PRODUCTOS MÍNIMO CON UN PLAZO DE 12 MESES DE VIGENCIA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:53:29

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

creatinina cinetica x 200 determinaciones
Estabilidad si se almacena de 15 a 25°C aun después de abrir hasta su fecha de caducidad
Sensibilidad el mínimo cambio de concentración detectable es 4.5 mg/L
Linealidad en suero mínimo 13 mg/dl y 500 mg/dl en orina
Fecha de vencimiento no menor de 18 meses

las características técnicas indicadas corresponden a una determinada marca comercial, no todos los fabricantes de estos reactivos detallan esta informacion en su ficha de trabajo, solicitamos en aras de la pluralidad de marcas de reactivos que existen en el mercado aceptar la informacion tecnica solicitada tal como la expresa el fabricante respecto de estas características que no sera igual de forma literal pero que expresa la informacion solicitada.
ademas se solicita que la fecha de vencimiento sea de 12 meses, es poco probable que se pueda entregar con el vencimiento indicado ya que es justamente 18 meses la vida util de estos reactivos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA. PUEDE PRESENTAR UNA CARTA ACLARATORIA DEL FABRICANTE PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS. DADA LA NATURALEZA Y MOVIMIENTO DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, ES NECESARIO CONTAR CON PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA MÍNIMO DE 18 MESES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura :AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:53:29

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:
factor reumatoide latex x 100 determinaciones
Fecha de vencimiento no menor de 18 meses

se solicita que la fecha de vencimiento sea de 12 meses, es poco probable que se pueda entregar con el vencimiento indicado ya que es justamente 18 meses la vida util de estos reactivos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 63
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
NO SE ACEPTA DADA LA NATURALEZA Y MOVIMIENTO DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, ES NECESARIO CONTAR CON PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA MÍNIMO DE 18 MESES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:53:29

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

fosfatasa alcalina cinetica x 100 determinaciones

Método cinetico optimizado (DGKC y SSCC)

Linealidad mínima 2000 U/L

Sensibilidad el mínimo cambio de actividades detectable de ALP que puede distinguirse de cero es de 18 U/L

Fecha de vencimiento no menor de 18 meses

las características técnicas indicadas corresponden a una determinada marca comercial, no todos los fabricantes de estos reactivos detallan esta informacion en su ficha de trabajo, solicitamos en aras de la pluralidad de marcas de reactivos que existen en el mercado aceptar la informacion tecnica solicitada tal como la expresa el fabricante respecto de estas características que no sera igual de forma literal pero que expresa la informacion solicitada.

ademas se solicita que la fecha de vencimiento sea de 12 meses, es poco probable que se pueda entregar con el vencimiento indicado ya que es justamente 18 meses la vida util de estos reactivos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l **Página:** 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA. PUEDE PRESENTAR UNA CARTA ACLARATORIA DEL FABRICANTE PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS. DADA LA NATURALEZA Y MOVIMIENTO DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, ES NECESARIO CONTAR CON PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA MÍNIMO DE 18 MESES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:53:29

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

glucosa enzimatica x 1000 determinaciones

Temperatura 2 ¿ 8°C hasta la fecha de caducidad, por 2 semanas de 15 a 25°C

Linealidad minimo 400 mg/dl

Sensibilidad el minimo limite de deteccion es 0.54 mg/dl y la sensibilidad analítica es de 4.2 mg/dl

Fecha de vencimiento no menor de 18 meses

las características técnicas indicadas corresponden a una determinada marca comercial, no todos los fabricantes de estos reactivos detallan esta informacion en su ficha de trabajo, solicitamos en aras de la pluralidad de marcas de reactivos que existen en el mercado aceptar la informacion tecnica solicitada tal como la expresa el fabricante respecto de estas características que no sera igual de forma literal pero que expresa la informacion solicitada.

ademas se solicita que la fecha de vencimiento sea de 12 meses, es poco probable que se pueda entregar con el vencimiento indicado ya que es justamente 18 meses la vida util de estos reactivos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l **Página:** 70

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA. PUEDE PRESENTAR UNA CARTA ACLARATORIA DEL FABRICANTE PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS. DADA LA NATURALEZA Y MOVIMIENTO DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, ES NECESARIO CONTAR CON PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA MÍNIMO DE 18 MESES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:53:29

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Grupo sanguíneo (anti A-B-D Factor Rh) X 10 ml (kit)

Fecha de vencimiento no menor de 18 meses

se solicita que la fecha de vencimiento sea de 12 meses, es poco probable que se pueda entregar con el vencimiento indicado ya que es justamente 18 meses la vida util de estos reactivos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 74

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA. DADA LA NATURALEZA Y MOVIMIENTO DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, ES NECESARIO CONTAR CON PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA MÍNIMO DE 18 MESES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:53:29

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:
hemoglobina glicosilada x 100 determinaciones

no figuran características técnicas, sería un acto de nulidad agregar características técnicas con motivo de consultas u observaciones porque no han sido indicadas en estas bases primegenias, porque colocaría en situación de indefensión a otros postores que no cuentan con un reactivo que cumpla con las características técnicas que puedan acoger.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/ Página: 77

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Con respecto a la consulta efectuada no se adicionara ninguna especificacion tecnica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:53:29

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Hemoglobina x 200 determinaciones

Incluye calibrador para equipos semiautomatizados y controles

Muestra sangre capilar, sangre venosa

Frasco con estándar solución lista para usar

Frasco con soluciones lista para usar

Estabilidad hasta la fecha de caducidad de 15 a 25°C

Fecha de vencimiento no menor de 24 meses

las características técnicas indicadas corresponden a una determinada marca comercial, no todos los fabricantes de estos reactivos detallan esta informacion en su ficha de trabajo, solicitamos en aras de la pluralidad de marcas de reactivos que existen en el mercado aceptar la informacion tecnica solicitada tal como la expresa el fabricante respecto de estas características que no sera igual de forma literal pero que expresa la informacion solicitada.

ademas se solicita que la fecha de vencimiento sea de 12 meses, es poco probable que se pueda entregar con el vencimiento indicado ya que es justamente 18 meses la vida util de estos reactivos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** s/l **Página:** 78

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA. PUEDE PRESENTAR UNA CARTA ACLARATORIA DEL FABRICANTE PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS. DADA LA NATURALEZA Y MOVIMIENTO DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, ES NECESARIO CONTAR CON PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA MÍNIMO DE 18 MESES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:53:29

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

kit de controles hematologicos (bajo, normal y alto) x 3 ml
fecha de vencimiento 18 meses

este es un producto estandarizado, solo lo distribuye un proveedor local, razon por la cual creemos no debio ser incluido en ningun item paquete.
el vencimiento de los controles es menos de 3 meses desde su producccion
no son Frasco con control nivel 1, suero homogenizado y liofilizado en viales con concentraciones normales, esto no aplica.
no son Frasco con control nivel 2, suero homogenizado y liofilizado en viales con concentraciones normales, esto no aplica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 81

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA CONSULTA REALIZADA ESTA ES ACEPTADA COMO MINIMO 3 MESES DESDE SU FABRICACION DE ACUERDO A LO SEÑALADO POR EL PARTICIPANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura :AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:53:29

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

lipasa cinetica x 100 det
Prueba colorimétrica enzimática
Linealidad 10 ¿ 300 U/L
Fecha de vencimiento no menor de 18 meses

piden 7 kits x 100 det, solicitamos acepten se oferte kit x 50 determinaciones y entregariamos 14 kits en metodologia cinetica, debiendo retirar de las características prueba colorimetrica enzimatica
se solicita que la fecha de vencimiento sea de 12 meses, es poco probable que se pueda entregar con el vencimiento indicado ya que es justamente 18 meses la vida util de estos reactivos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 85

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTARÁ KITS POR 50 DETERMINACIONES, SÓLO SI CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. DADA LA NATURALEZA Y MOVIMIENTO DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, ES NECESARIO CONTAR CON PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA MÍNIMO DE 18 MESES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura :AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:53:29

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

proteina c reactiva latex directo x 100 determinaciones

Sensibilidad 6 mg/L

Fecha de vencimiento no menor de 18 meses

se solicita se acepte sensibilidad de 0.8 mg/dl

ademas se solicita que la fecha de vencimiento sea de 12 meses, es poco probable que se pueda entregar con el vencimiento indicado ya que es justamente 18 meses la vida util de estos reactivos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 88

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA. EL REQUERIMIENTO SE REALIZÓ DE ACUERDO A LA NECESIDAD Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS LABORATORIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (ÁREA USUARIA) DE LA ENTIDAD, SE REQUIERE LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:53:29

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

proteína c reactiva x 100 determinaciones

Linealidad mínimo 150 mg/L

Estabilidad mínima 60 días después de abierto si se almacena de 2 a 8°C

Sensibilidad mínima cantidad de analito capaz de ser detectado 0.1 mg/L de CRP

No se evidencia efecto prozona hasta 2000 mg/L CRP

Fecha de vencimiento no menor de 18 meses

las características técnicas indicadas corresponden a una determinada marca comercial, no todos los fabricantes de estos reactivos detallan esta información en su ficha de trabajo, solicitamos en aras de la pluralidad de marcas de reactivos que existen en el mercado aceptar la información técnica solicitada tal como la expresa el fabricante respecto de estas características que no será igual de forma literal pero que expresa la información solicitada.

además se solicita que la fecha de vencimiento sea de 12 meses, es poco probable que se pueda entregar con el vencimiento indicado ya que es justamente 18 meses la vida útil de estos reactivos.

Acápito de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: s/l **Página:** 89

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA. PUEDE PRESENTAR UNA CARTA ACLARATORIA DEL FABRICANTE PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS. DADA LA NATURALEZA Y MOVIMIENTO DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, ES NECESARIO CONTAR CON PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA MÍNIMO DE 18 MESES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:53:29

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

proteína en orina y LCR x 100 det

Sensibilidad el mínimo cambio de actividad detectable será de 0.5 mg/dl

Linealidad mínimo 2000 mg/L

Estabilidad mínimo 50 días después de abierto si se almacena de 2 ¿ 8 °C

Fecha de vencimiento no menor de 18 meses

las características técnicas indicadas corresponden a una determinada marca comercial, no todos los fabricantes de estos reactivos detallan esta información en su ficha de trabajo, solicitamos en aras de la pluralidad de marcas de reactivos que existen en el mercado aceptar la información técnica solicitada tal como la expresa el fabricante respecto de estas características que no será igual de forma literal pero que expresa la información solicitada.

además se solicita que la fecha de vencimiento sea de 12 meses, es poco probable que se pueda entregar con el vencimiento indicado ya que es justamente 18 meses la vida útil de estos reactivos.

Acápita de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 89

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA. PUEDE PRESENTAR UNA CARTA ACLARATORIA DEL FABRICANTE PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS. DADA LA NATURALEZA Y MOVIMIENTO DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, ES NECESARIO CONTAR CON PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA MÍNIMO DE 18 MESES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:53:29

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

proteinas totales x 100 det
Estabilidad de 2 a 25°C hasta su fecha de caducidad aun después de abierto
Linealidad mínimo 12 g/dl
Sensibilidad de acuerdo con la sensibilidad requerida para una AA mínimo de 0.001 el menor cambio de concentración detectable será de 0.01 g/dl
Standard para calibración y control de la determinación de proteínas totales y albumina, solución de albumina y globulinas en estado nativo
Fecha de vencimiento no menor de 24 meses

las características técnicas indicadas corresponden a una determinada marca comercial, no todos los fabricantes de estos reactivos detallan esta informacion en su ficha de trabajo, solicitamos en aras de la pluralidad de marcas de reactivos que existen en el mercado aceptar la informacion tecnica solicitada tal como la expresa el fabricante respecto de estas características que no sera igual de forma literal pero que expresa la informacion solicitada.
ademas se solicita que la fecha de vencimiento sea de 12 meses, es poco probable que se pueda entregar con el vencimiento indicado ya que es justamente 18 meses la vida util de estos reactivos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 90

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA. PUEDE PRESENTAR UNA CARTA ACLARATORIA DEL FABRICANTE PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS. DADA LA NATURALEZA Y MOVIMIENTO DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, ES NECESARIO CONTAR CON PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA MÍNIMO DE 18 MESES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:53:29

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

Solución de limpieza para analizador hematológico x 100 ml
Fecha de vencimiento no menor de 24 meses

se solicita que la fecha de vencimiento sea de 12 meses, es poco probable que se pueda entregar con el vencimiento indicado ya que es justamente 18 meses la vida util de estos reactivos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 93

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA. DADA LA NATURALEZA Y MOVIMIENTO DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, ES NECESARIO CONTAR CON PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA MÍNIMO DE 18 MESES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACEPTARA LA ENTREGA DE PRODUCTOS MINIMO CON UN PLAZO DE 18 MESES DE VIGENCIA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:53:29

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

Solución diluyente para analizador hematológico x 20L
Fecha de vencimiento no menor de 24 meses

se solicita que la fecha de vencimiento sea de 12 meses, es poco probable que se pueda entregar con el vencimiento indicado de 24 meses ya que es justamente 18 meses la vida util de estos reactivos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 94

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA. DADA LA NATURALEZA Y MOVIMIENTO DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, ES NECESARIO CONTAR CON PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA MÍNIMO DE 18 MESES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACEPTARA LA ENTREGA DE PRODUCTOS MINIMO CON UN PLAZO DE 18 MESES DE VIGENCIA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:53:29

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

Solución lisante para analizador hematológico x 1 L
Fecha de vencimiento no menor de 24 meses

se solicita que la fecha de vencimiento sea de 12 meses, es poco probable que se pueda entregar con el vencimiento indicado de 24 meses ya que es justamente 18 meses la vida util de estos reactivos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/ Página: 95

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA. DADA LA NATURALEZA Y MOVIMIENTO DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, ES NECESARIO CONTAR CON PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA MÍNIMO DE 18 MESES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACEPTARA LA ENTREGA DE PRODUCTOS MINIMO CON UN PLAZO DE 18 MESES DE VIGENCIA

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura :AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:53:29

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

Solucion lisante para analizador hematológico x 200 ml
Fecha de vencimiento no menor de 24 meses

se solicita que la fecha de vencimiento sea de 12 meses, es poco probable que se pueda entregar con el vencimiento indicado de 24 meses ya que es justamente 18 meses la vida util de estos reactivos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 95
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA. DADA LA NATURALEZA Y MOVIMIENTO DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, ES NECESARIO CONTAR CON PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA MÍNIMO DE 18 MESES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACEPTARA LA ENTREGA DE PRODUCTOS MINIMO CON UN PLAZO DE 18 MESES DE VIGENCIA

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura :AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:53:29

Consulta: Nro. 58

Consulta/Observación:

TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALOACETICA (TGO) CINETICO x 100 det

Sensibilidad el mínimo cambio de actividad detectable de GOT que pueda distinguirse de cero es de 6 U/L

Fecha de vencimiento no menor de 18 meses

las características técnicas indicadas corresponden a una determinada marca comercial, no todos los fabricantes de estos reactivos detallan esta informacion en su ficha de trabajo, solicitamos en aras de la pluralidad de marcas de reactivos que existen en el mercado aceptar la informacion tecnica solicitada tal como la expresa el fabricante respecto de estas características que no sera igual de forma literal pero que expresa la informacion solicitada.

ademas se solicita que la fecha de vencimiento sea de 12 meses, es poco probable que se pueda entregar con el vencimiento indicado ya que es justamente 18 meses la vida util de estos reactivos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 99

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA. PUEDE PRESENTAR UNA CARTA ACLARATORIA DEL FABRICANTE PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS. DADA LA NATURALEZA Y MOVIMIENTO DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, ES NECESARIO CONTAR CON PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA MÍNIMO DE 18 MESES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:53:29

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA (TGP) CINETICO x 100 det
Sensibilidad el mínimo cambio de actividad detectable de GOT que pueda distinguirse de cero es de 2 U/L
Fecha de vencimiento no menor de 24 meses

las características técnicas indicadas corresponden a una determinada marca comercial, no todos los fabricantes de estos reactivos detallan esta informacion en su ficha de trabajo, solicitamos en aras de la pluralidad de marcas de reactivos que existen en el mercado aceptar la informacion tecnica solicitada tal como la expresa el fabricante respecto de estas características que no sera igual de forma literal pero que expresa la informacion solicitada.
ademas se solicita que la fecha de vencimiento sea de 12 meses, es poco probable que se pueda entregar con el vencimiento indicado de 24 meses ya que es justamente 18 meses la vida util de estos reactivos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 99

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA. PUEDE PRESENTAR UNA CARTA ACLARATORIA DEL FABRICANTE PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS. DADA LA NATURALEZA Y MOVIMIENTO DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, ES NECESARIO CONTAR CON PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA MÍNIMO DE 18 MESES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:53:29

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

TRIGLICERIDOS ENZIMATICO x 400 determinaciones

Sensibiidad en espectrofotómetros el cambio mínimo de concentración detectable en las condiciones de reacción descriptas, para una variación de absorbancia de 0.001 D.O. será aproximadamente de 0.009 g/L

Linealidad hasta concentración de triglicéridos de 1000 mg/dl o 11.4 mmol/l

Fecha de vencimiento no menor de 18 meses

las características técnicas indicadas corresponden a una determinada marca comercial, no todos los fabricantes de estos reactivos detallan esta informacion en su ficha de trabajo, solicitamos en aras de la pluralidad de marcas de reactivos que existen en el mercado aceptar la informacion tecnica solicitada tal como la expresa el fabricante respecto de estas características que no sera igual de forma literal pero que expresa la informacion solicitada.

ademas se solicita que la fecha de vencimiento sea de 12 meses, es poco probable que se pueda entregar con el vencimiento indicado ya que es justamente 18 meses la vida util de estos reactivos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 103

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA. PUEDE PRESENTAR UNA CARTA ACLARATORIA DEL FABRICANTE PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS. DADA LA NATURALEZA Y MOVIMIENTO DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, ES NECESARIO CONTAR CON PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA MÍNIMO DE 18 MESES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:53:29

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:

Urea cinetica x 100 determinaciones

El reactivo de trabajo 5 días de 15 a 25°C y por 4 semanas de 2 ¿ 8°C

Sensibilidad 0.071 g/l (7.1 mg/dl) o 3.32 mg/dl de BUN y el limite de detección es 0.0383 g/l (3.83 mg/dl) de urea o 1.79 mg/dl de BUN

Fecha de vencimiento no menor de 18 meses

las características técnicas indicadas corresponden a una determinada marca comercial, no todos los fabricantes de estos reactivos detallan esta informacion en su ficha de trabajo, solicitamos en aras de la pluralidad de marcas de reactivos que existen en el mercado aceptar la informacion tecnica solicitada tal como la expresa el fabricante respecto de estas características que no sera igual de forma literal pero que expresa la informacion solicitada.

ademas se solicita que la fecha de vencimiento sea de 12 meses, es poco probable que se pueda entregar con el vencimiento indicado ya que es justamente 18 meses la vida util de estos reactivos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l **Página:** 107

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA. PUEDE PRESENTAR UNA CARTA ACLARATORIA DEL FABRICANTE PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS. DADA LA NATURALEZA Y MOVIMIENTO DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, ES NECESARIO CONTAR CON PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA MÍNIMO DE 18 MESES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:53:29

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

Experiencia del postor en la especialidad
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente S/ 962,488.80 por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria.
En el caso de postores que declaren en el anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia S/ 120,450.60 por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria

Según la ficha de selección del proceso, este consta de 4 ítems, sin embargo el monto por acreditar para la experiencia solo indica un solo monto (entendemos para los cuatro ítems) ya sea para no mypes y para mypes, por lo que se solicita se PRECISE el monto por acreditar por cada ítem, ya sea para las empresas no mype y para las empresas mype, porque no todos los postores participaran en los 4 ítems, algunos solo podran participar en 1, 2 o 3 ítems

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.3 Literal: B Página: 113

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CON RESPECTO A LA CONSULTA REALIZADA, ESTA SE ABSUELVE QUE AL SER 4 ITEM LA EXPERIENCIA SOLICITADA SERA POR EL VALOR DE CADA ITEM CONVOCADO A FIN DE NO HACER CAER EN ERROR A LOS PARTICIPANTES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE CORRIGENE EN BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:36:03

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:

Solicitan REACTIVO DE ACIDO URICO en el apartado CARACTERISTICAS TECNICAS

Sensibilidad el mínimo límite de detección es 0.040 mg/dl y la sensibilidad analítica es de 0.473 mg/dl.

Solicitamos amablemente puedan ACLARAR, si SENSIBILIDAD hace referencia a la LINEALIDAD. (PAG 21)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LINEALIDAD SE REFIERE A LA RELACIÓN ENTRE CONCENTRACIÓN DEL ANALITO Y LA RESPUESTA DEL SISTEMA APLICADO (PRECISIÓN Y CONSISTENCIA EN EL RANGO DE CONCENTRACIONES). SENSIBILIDAD SE REFIERE A LA CAPACIDAD DE DETECTAR CAMBIOS PEQUEÑOS EN LA CONCENTRACIÓN DE ANALITOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:36:03

Consulta: Nro. 64

Consulta/Observación:

Solicitan REACTIVO DE ACIDO URICO en el apartado CARACTERISTICAS TECNICAS

Sensibilidad el mínimo límite de detección es 0.040 mg/dl y la sensibilidad analítica es de 0.473 mg/dl.

Consultamos amablemente que, de ser la SENSIBILIDAD igual a la LINEALIDAD, puedan aceptar una LINEALIDAD de 0 a 20 mg/dL. (PAG 21)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE EVALUARÁ LO SOLICITADO: SENSIBILIDAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:36:03

Consulta: Nro. 65

Consulta/Observación:

Solicitan REACTIVO DE ACIDO URICO en el apartado CARACTERISTICAS TECNICAS

Estabilidad de reactivos, hasta su fecha de vencimiento, aun después de abiertos de 2 a 8 °C, de 15 a 25 °C, estable por 2 semanas.

Solicitamos amablemente puedan aceptar que la estabilidad de 2 semanas del reactivo de 15 a 25°C sea OPCIONAL, pues como es sabido, el mismo debe mantenerse entre 2 ¿ 8°C para evitar su degradación/oxidación. (PAG 21)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:36:03

Consulta: Nro. 66

Consulta/Observación:

Solicitan REACTIVO DE ACIDO URICO en el apartado FECHA DE VENCIMIENTO:

No menor de 18 meses

Solicitamos amablemente, en virtud a la pluralidad de postores, puedan aceptar:

Fecha de Vencimiento: No menor a 6 meses desde la fecha de entrega.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA. DADA LA NATURALEZA Y MOVIMIENTO DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, ES NECESARIO CONTAR CON PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA MÍNIMO DE 18 MESES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:36:03

Consulta: Nro. 67

Consulta/Observación:

Solicitan REACTIVO DE ALBUMINA en el apartado CARACTERISTICAS TECNICAS

Sensibilidad de acuerdo con la sensibilidad requerida para un AA mínimo de 0.001, el menor cambio de concentración detectable será de 0.01 g/dl.

Solicitamos amablemente puedan ACLARAR, si SENSIBILIDAD hace referencia a la LINEALIDAD. (PAG 25)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LINEALIDAD SE REFIERE A LA RELACIÓN ENTRE CONCENTRACIÓN DEL ANALITO Y LA RESPUESTA DEL SISTEMA APLICADO (PRECISIÓN Y CONSISTENCIA EN EL RANGO DE CONCENTRACIONES). SENSIBILIDAD SE REFIERE A LA CAPACIDAD DE DETECTAR CAMBIOS PEQUEÑOS EN LA CONCENTRACIÓN DE ANALITOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE ALR ED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:36:03

Consulta: Nro. 68

Consulta/Observación:

Solicitan REACTIVO DE ALBUMINA en el apartado CARACTERISTICAS TECNICAS

Sensibilidad el mínimo límite de detección es 0.040 mg/dl y la sensibilidad analítica es de 0.473 mg/dl.

Consultamos amablemente que, de ser la SENSIBILIDAD igual a la LINEALIDAD, puedan aceptar una LINEALIDAD 0 ¿ 7 g/dL. (PAG 25)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE EVALUARÁ LO SOLICITADO: SENSIBILIDAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null