

ANEXO 01: ADMISIÓN

ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

N°	POSTORES	ANEXO N° 1	DOCUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA	ANEXO N° 2	ANEXO N° 3	ANEXO N° 4	ANEXO N° 5	ANEXO N° 6	RESULTADO
1	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (*)	CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	NO ADMITIDO

(\*) LA EMPRESA W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (PAG.70 de la oferta), SEGÚN INFORME DEL AREA USUARIA (INFORME N°899-2025-GORE-ICA-DRSI-DPTO/FARM) SUSTENTANDO : "performance de Hemograma + Reticulocitos ofertado por la empresa WP BIOMED S.A. oferta 65 muestras por hora y la Entidad solicito en las especificaciones tecnicas 80 pruebas por horas".

