

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
Nomenclatura :	LP-SM-5-2024-UNCP-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	18:36:24

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

EN EL EXTREMO DEL PLAZO DE ENTREGA, se solicita al comité de selección considerar un plazo único de entrega por 90 días calendarios, considerando para ello que los equipos requeridos son fabricados en el exterior, lo cual conllevaría a un proceso de importación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: 1.9 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
Se aclara al participante que el plazo de entrega será en 60 días calendarios, por lo que se añadirá en las bases integradas  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	18:36:24

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

DE ACUERDO CON EL ANEXO 6 PRECIO DE LA OFERTA, solicitan consignar el precio ofertado a precio CIP o CIF bajo la modalidad de venta sucesiva.

Al respecto, es preciso señalar que el Art. 52 del Reglamento de la Ley de contrataciones con el estado, contempla las consideraciones para la presentación del monto de la oferta, incluyendo entre otros, los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien, servicio en general, consultoría u obra a adquirir o contratar. En ese sentido, y al ser el reglamento claro y preciso en cuanto a la presentación del monto de la oferta, se solicita amablemente al comité suprimir lo expresado en el anexo 6, y considerar lo señalado en el párrafo precedente, a fin de mantener lo regulado por el Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 505-2024-SUAA-UNCP, donde el área de adquisición de bienes y almacenamiento emite su pronunciamiento Como sigue:  
NO SE ACOGE, VISTO EN EL ESTUDIO DE MERCADO SE A OBTENIDO A PRECIOS CIF, CIP  
EL COMITÉ EN PLENO NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	18:36:24

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

EN RELACION AL PLAZO DE ENTREGA, se solicita amablemente al comité considerar lo señalado por el Art. 142 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, que expresa: El plazo de ejecución contractual se inicia al día siguiente del perfeccionamiento del contrato, desde la fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, según sea el caso.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: VII Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
Se aclara al participante que el plazo de ejecución contractual inicia al día siguiente de la firma de contrato  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	18:36:24

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

CON RELACION AL LUGAR DE ENTREGA Y RECEPCION, se solicita aclarar al comité de selección, si la entrega se realizara en el ALMACEN DE LA ENTIDAD, conforme lo establece el Art. 168 del Reglamento, toda vez que según lo señalado en las bases los equipos deberán ser recepcionados en la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente, el Laboratorio de Biodiversidad y Manejo Forestal ¿ Huancayo y en sede Laboratorio de la EE El Mantario Jauja ¿ FCFA. Asimismo, indicar cual sería el procedimiento y lugar para la entrega, recepción y puesta en funcionamiento de los equipos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: VIII Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
Se aclara al participante que el lugar de entrega, recepción e instalación se realizara de acuerdo a las bases integradas  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	18:36:24

**Consulta:** Nro. 5

**Consulta/Observación:**

CON RELACION A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR, se solicita amablemente al comité de selección considerar como bienes iguales o similares: Venta de equipos de Laboratorio en general, a fin de obtener mayor pluralidad de postores.

**Acápite de las bases :** Sección: Específico      **Numeral:** 3.2      **Literal:** B      **Página:** 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:

Se aclara al participante que con relación a la experiencia del postor se consideraran bienes similares a los siguientes: equipos de microscopia

EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	18:36:24

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

CON RELACION AL APARTADO FACTORES DE EVALUACION, se solicita amablemente al comité de selección, la modificación de los criterios de evaluación de plazo de entrega, considerando para ello un plazo único de entrega de 90 días calendarios, o en su defecto, realizar el criterio de puntaje de acuerdo al plazo general de 90 días calendarios.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:

Se aclara al participante que el plazo de entrega será en 60 días calendarios, por lo que se añadirá en las bases integradas

EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	18:36:24

Consulta: Nro. 7

**Consulta/Observación:**  
EN RELACION AL EQUIPO MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR, solicitan ¿ puerto USB 5V/1.5A integrado en estativo para alimentación eléctrica a Cámara Digital o periféricos-. Al respecto, el modelo propuesto por mi representada, no cuenta con puerto integrado USB 5V/1.5A, toda vez que la Cámara Digital que nosotros proponemos ya cuenta con sistema de integración de 12V mediante sistema WIFI con sensor CMOS de imágenes en vivo con montura C que se relaciona directamente con el microscopio. En ese sentido, solicitamos amablemente al comité de selección, suprimir dicha característica o que sea de acuerdo al fabricante, a fin que poder obtener mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
Se aclara al participante que se respetaran las especificaciones técnicas  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	18:36:24

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

EN RELACION AL EQUIPO MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO, solicitan ¿ tres (03) métodos de iluminación para episcopia con 05 puntos LEDs: intensidad max, luz oblicua y luz rasante-. Al respecto, solicitamos amablemente al comité de selección, considerar solo las intensidades max y oblicuas, como métodos de iluminación, a fin de poder obtener mayor pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
Se aclara al participante que se respetaran las especificaciones técnicas  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	18:36:24

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

EN RELACION AL EQUIPO MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO, solicitan ¿ Autoapagado luego de transcurrido 2 hrs para maximizar el tiempo de vida útil (puede desactivarse)-. Al respecto, solicitamos amablemente al comité de selección suprimir dicha característica, a fin de poder obtener mayor pluralidad de postores.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Específico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 1    **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
Se aclara al participante que se respetaran las especificaciones técnicas  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	18:36:24

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:  
EN RELACION AL EQUIPO MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO, solicitan ¿ Autoapagado luego de transcurrido 2 hrs para maximizar el tiempo de vida útil (puede desactivarse)-. Al respecto, solicitamos amablemente al comité de selección suprimir dicha característica, a fin de poder obtener mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
Se aclara al participante que se respetaran las especificaciones técnicas  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	18:36:24

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

EN RELACION AL EQUIPO SISTEMA MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL, solicitan CAMARA DIGITAL HD, que cumpla entre otros, con las características ¿ Resolución (12 Mpixeles) como mínimo-. Al respecto, señalamos que la resolución de la cámara propuesta por mi representada cuenta con 8 Mpixeles; en ese sentido, solicitamos amablemente al comité de selección, considerar como mínimo de resolución 8 Mpixeles, a fin de obtener mayor pluralidad de postores.

**Acápite de las bases :** Sección: Específico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
Se aclara al participante que se respetaran las especificaciones técnicas  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	18:36:24

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

EN RELACION AL EQUIPO SISTEMA MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL, solicitan CAMARA DIGITAL HD, que cumpla entre otros, con las características ¿ (01) cable USB-C -. Al respecto, solicitamos amablemente al comité de selección ACLARAR en cuanto a la medida que deberá tener el cable, o en su defecto la medida será de acuerdo a lo propuesto por el fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
Se aclara al participante que se respetaran las especificaciones técnicas  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	18:36:24

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

EN RELACION AL EQUIPO SISTEMA MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL, solicitan CAMARA DIGITAL HD, que cumpla entre otros, con las características ¿ (01) memoria USB -. Al respecto, solicitamos amablemente al comité de selección ACLARAR en cuanto a la capacidad de almacenamiento que deberá tener el USB, o en su defecto la capacidad será de acuerdo con lo propuesto por el fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
Se aclara al participante que la capacidad de almacenamiento del UBS es de 64 GB  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20482547134	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y MATERIALES PARA LABORATORIOS S.A.C.	Hora de envío :	09:26:30

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

Equipo sistema de microscopía interactiva digital (microscopio-otros).  
Sistema optico corregido al infinitode alta calidad con campo visual indexado posible de hasta 25mm.  
Oculares de campo ancho 20mm a más.  
Sistema de discusión: 09 par de oculares 10x/20mm

CONSULTA

Los campos visuales arriba enunciados llevan a confusión, para que haya coherencia en la optica requerida se solicita uniformizar con criterio como sigue, para mayor claridad evitando tambien direccionamientos:  
Sistema óptico corregido alinfinito con campo visual de 20, 22 ó 25mm.  
Oculares de campo ancho 20, 22 ó 25mm.  
Sistema de discusión: 09 par de oculares 10x/20mm ó 10x/22mm ó 10x/25mm.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
Se aclara al participante que se respetaran las especificaciones técnicas  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20482547134	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y MATERIALES PARA LABORATORIOS S.A.C.	Hora de envío :	09:26:30

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Equipo sistema de microscopía interactiva digital (microscopio-otros).  
Ergonómico por mando de platina XY telescopico intercambiable diestros,zurdos y mandos macro/micro controles regulables en altura (no fijos)

CONSULTA:

Existe una contradicción y un direccionamiento que no otorga beneficio alguno,  
Ergonómico, controles regulables en altura (no fijos), se sabe comprobado fisicamente que el unico modo que los controles de enfoque coaxiales se dispongan ergonomicamente es que adopten la posición más baja en el estativo, por lo tanto requerir "controles regulables en altura (no fijos) es crear un direccionamiento hacia una determinada marca y que no otorga ningun beneficio.  
Se solicita abrir la característica para que la mayoría de marcas puedan intevenir con mejores opciones dejando como sigue :  
"Ergonómico por mando de platina XY telescopico intercambiable diestros, zurdos y mandos macro/micro".

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
Se aclara al participante que se respetaran las especificaciones técnicas  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20482547134	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y MATERIALES PARA LABORATORIOS S.A.C.	Hora de envío :	09:26:30

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Protección frente a la tensión muscular y malas posturas evitando efectos nocivos para la salud a largo plazo.

CONSULTA

Aparentemente es un enunciado subjetivo que puede tener un sólo significado tema, ergonomía, esta denominación ya fue mencionada anteriormente, de modo que se solicita se añada a ese enunciado subjetivo, la denominación "o".

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
Se aclara al participante que se respetaran las especificaciones técnicas  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20482547134	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y MATERIALES PARA LABORATORIOS S.A.C.	Hora de envío :	09:26:30

**Consulta:** Nro. 17

**Consulta/Observación:**

Cabecal de observación binocular inclinado a 15° (no mayor).

09 cabezales binoculares inclinado a 30°.

CONSULTA

Aquí hay que definir el tubo binocular o trinocular (debería ser éste porque luego solicitan que se coloque una cámara), por otro lado los angulos de inclinación ergonomicos y usuales son de 30°, y en un par de marcas a 25° cuando se trata de microscopios de rutina, aquí solicitan la inclinación no mayor a 15° , pero por otro lado hay una inclinación de 30° para los cabezales binoculares.

Entendiendo que se busque una inclinación más ergonómica a la convencional se sostiene que existen en el mercado tubos de observación de inclinacion regulable que cumplen incluso con holgura lo solicitado y dejar la especificación como sigue:

Cabecal de observación binocular o trinocular inclinado a 15° , 30° ó regulable entre 0° a 35°.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:

Se aclara al participante que se respetaran las especificaciones técnicas

EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20482547134	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y MATERIALES PARA LABORATORIOS S.A.C.	Hora de envío :	09:26:30

**Consulta: Nro. 18**

**Consulta/Observación:**

Condensador,enfocable y centrable, de altura ajustable con mando izquierdo y derecho.

CONSULTA:

Es preciso evitar confusiones con denominaciones claras que son convencionales en el diseño de la microscopía, más aun cuando su uso va a ser a nivel educativo.

El uso común de ajuste en altura de un condensador centrable y enfocable es con un solo comando lateral para control con una mano porque se supone con la otra se está controlando el vástago de la platina ó el comando de enfoque. Por lo tanto para evitar direccionamientos totalmente innecesarios se solicita ampliar como sigue:

"Condensador, enfocable y centrable, de altura ajustable con mando izquierdo y derecho, ó con un sólo mando".

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:

Se aclara al participante que se respetaran las especificaciones técnicas

EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20482547134	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y MATERIALES PARA LABORATORIOS S.A.C.	Hora de envío :	09:26:30

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Iluminación con tiempo de vida promedio del iluminador LED: 50,000 horas.  
Considerando que el tiempo de vida promedio de la lámpara LED depende del fabricante de la misma no del fabricante del microscopio, y que hay varias versiones con respecto al tiempo de duración de la misma.

CONSULTA

Se solicita que se permita como sigue para evitar direccionamientos :  
"Tiempo de vida promedio del iluminador LED según lo especifique el fabricante ó que incluya lámparas suficientes para cubrir un mínimo de 50,000 horas de uso".

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
Se aclara al participante que se respetaran las especificaciones técnicas  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20482547134	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y MATERIALES PARA LABORATORIOS S.A.C.	Hora de envío :	09:26:30

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Cámara digital , resolución 12 MP como mínimo, señal inalámbrica WiFi, tamaño de pixel 1.54x1.54um como máximo, velocidad de transmisión de imágenes: 60fps con 3840x 2160 pixels, salida digital a través de USB 3.0 (para PC), salida digital a través de HDMI (para proyector, TV ó monitor).

En resumen requieren de una cámara que tenga mpinimo tres interfaces (USB, HDMI, WiFi) con velocidades ya dirigidas,aligualque los tamaños de pixel, y las minimas resoluciones.

CONSULTA

Considerando que debe permitirse la intervención de cámaras de calidad que sean Ultra HD pero que obviamente no van a tener características idénticas a las solicitadas pero que pueden ser mejores de acuerdo a ampliación en las mismas, considerando siempre que "más" no significa "mejor".

Cámara digital, resolución de 8MP a más, señal inalámbrica WiFi, tamaño de pixel 1.45 x1.45 ó 1.54x1.54um como máximo, velocidad de transmisión de imágenes:30 ó 60fps con 3840x 2160 pixels, salida digital 4K en HDMI, salida digital 4K en USB .

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:

Se aclara al participante que se respetaran las especificaciones técnicas

EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	13:09:37

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Las bases establecen un plazo de entrega de 60 a 90 días calendario para todo el ítem paquete, entendiendo que el plazo de entrega debe establecerse en plazos máxima, formulo consulta a fin que el Comité de Selección establezca el plazo máximo de entrega para el ítem paquete o el plazo de entrega para cada sub ítem.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 1.9 Literal: -- Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
Se aclara al participante que el plazo de entrega será en 60 días calendarios, por lo que se añadirá en las bases integradas  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	13:09:37

**Observación: Nro. 22**

**Consulta/Observación:**

En las bases se requiere la presentación de folletos, instructivos o catálogos para acreditar el modelo a ofertar. Al respecto, las Bases Estándar objeto de la presente convocatoria disponen que, en caso se determine que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, el postor deba presentar algún otro documento, debe consignar un literal, donde detalle la documentación adicional que el postor debe presentar tales como autorizaciones del producto, folletos, instructivos, catálogos o similares; detallando con claridad las características y/o requisitos funcionales específicos del bien previstos en las especificaciones técnicas que deben ser acreditadas por el postor con la documentación requerida. Aunado a ello, cabe señalar que, en la Resolución No 2034-2018-TCE-S1, el Tribunal de Contrataciones del Estado ha establecido lo siguiente: ¿(...) no es posible acreditar la totalidad de especificaciones técnicas del bien ofertado con hojas técnicas, catálogos, brochures y manuales de fabricante, ello atendiendo a que la información requerida por las entidades no es homogénea y obedece a las particularidades de su necesidad¿. Por lo que se formula OBSERVACIÓN a fin que la entidad cumpla con indicar las características técnicas que serán materia de acreditación con folletos, instructivos o catálogos.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.2.1.1    **Literal:** e)    **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
SE ACOGE PARCIALMENTE  
EL COMITÉ EN PLENO SE ACOGE PARCIALMENTE A LA OBSERVACIÓN

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se añadirá adicionalmente en el 2.2.1.1 DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA inciso e) de las bases integradas de la siguiente manera: Adicionalmente, presentar la siguiente documentación para acreditar las características técnicas mínimas del bien a adquirir: folletos o instructivos o catálogos, o manuales o brochures o ficha técnica

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	13:09:37

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En las bases se requiere experiencia en bienes similares, estableciendo estos como "Equipos de Microcospia". Asimismo, se aprecia que el objeto de la contratación son justamente equipos de microcopia.

Al respecto, la Dirección Técnica Normativa mediante la Opinión N° 001-2017/DTN, establece que ¿(...) se entenderá como bienes ¿similares¿ a aquellos que guarden semejanza o parecido, es decir, que compartan ciertas características esenciales, referidas a su naturaleza, uso, función, entre otras; siendo susceptibles de contratarse en forma conjunta (...)¿.

Por lo que, se formula consulta a fin que se incluya en las bases un concepto de bienes similares, tales como equipos de laboratorio, que amplíe la pluralidad de postores y garantice la competencia, mejorando la oferta en calidad y precio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:

Se aclara al participante que se respetaran las especificaciones técnicas

EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	13:09:37

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

En las bases se incluye el factor de evaluación Plazo de entrega otorgando puntaje a plazos ofertados por de bajo y por encima de los 60 días calendario y por debajo de los 90 días calendario, cuando el rango del plazo de entrega es de 60 a 90 días.

Al respecto, las bases estandarizadas para este tipo de procedimiento establece que, "Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones Técnicas.", situación que no se presenta en este caso, en el cual se otorgara punta a plazos mayores a 60 días días calendario. Incongruencia que se origina en haber establecido un rango de plazo de entrega y no un plazo máximo de entrega.

Por lo expuesto, se formula OBSERVACIÓN a fin que el Comité de Selección adecué los rangos del requisito de evaluación plazo de entrega a lo establecido en las bases estandarizadas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:

Se aclara al participante que el plazo de entrega será en 60 días calendarios, por lo que se añadirá en las bases integradas

EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	13:20:09

**Consulta:** Nro. 25

**Consulta/Observación:**

En las bases requieren la presentación de folletos, instructivos o catalogo para acreditar el modelo a ofertar.  
Formulo CONSULTA a fin que permitan la acreditación mediante ficha técnica y/o carta del fabricante y/o data sheet.

**Acápíte de las bases :** Sección: Específico      **Numeral:** 2.2.1.1      **Literal:** e)      **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
Se aclara al participante que se añadirá ficha técnica  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:47:50

**Consulta: Nro. 26**

**Consulta/Observación:**

"ITEM 1.1 SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL SE SOLICITA

Platina con sistema ergonomico por mando de platina XY telescopico, intercambiable y mandos macro/micro coaxiales regulables en altura

Cada marca y modelo de microscopio son diseñado con patrones especificos que son propios y patentes de mada fabricante, motivo por el cual resultaria imposible que se cumplan con ciertas especificaciones tecnicas especificas.

En ese sentido con la finalidad de fomentar una participacion libre de postores, tendria a bien el area encargada aceptar:

Platina de recubrimiento cerámico con extensión ergonómica y con mandos macro y micrométrico de precisión de 1 um"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:

Se aclara al participante que se respetaran las especificaciones técnicas

EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:47:50

**Consulta: Nro. 27**

**Consulta/Observación:**

"ITEM 1.1 SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL SE SOLICITA

Cabezal de observacion binocular inclinado a 15°

Cada marca y modelo de microscopio son diseñado con patrones específicos que son propios y patentes de cada fabricante, motivo por el cual resultaría imposible que se cumplan con ciertas especificaciones técnicas específicas.

En ese sentido el ángulo de inclinación estandarizado para los cabezales es de 30° motivo por el cual solicitamos se amplíe el requerimiento a:

Cabezal de observación binocular inclinado a 15° o 30°"

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 20**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:

Se aclara al participante que se respetaran las especificaciones técnicas

EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:47:50

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:  
"ITEM 1.1 SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL  
SE SOLICITA  
Condensador con corredera para campo oscuro y contraste de fase

Considerando que se solicita un microscopio para observación netamente en campo claro, tendrá bien el área encargada las correderas de campos oscuro y contraste de fase como opcionales"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
Se aclara al participante que se respetaran las especificaciones técnicas  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:47:50

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

"ITEM 1.1 SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL SE SOLICITA

Cámara digital de 12 megapixles

A razón de mejora tecnológica, tendrá a bien el area encargada aceptar:

Cámara de la misma marca del microscopios  
Resolución de 18 megapíxeles  
Tamaño de pixel de 1.25 um x 1.25 um  
Conexión de alta velocidad por USB 3.0  
Software dedicado para captura y análisis de imagen  
Salidas digitales a través de laptop dedicada  
monitor adicional de 50 pulgadas de resolucion 4K"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:

Se aclara al participante que se respetaran las especificaciones técnicas

EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:47:50

**Consulta:** Nro. 30

**Consulta/Observación:**

"ITEM 1.2 MICROSCOPIO BINOCULAR  
SE SOLICITA  
AMPLIA PLATINA DE 150 X 120 MM A MAS

Cada marca y modelo de microscopio son diseñado con patrones específicos que son propios y patentes de cada fabricante, motivo por el cual resultaría imposible que se cumplan con ciertas especificaciones técnicas específicas.

En ese sentido con la finalidad de fomentar una participación libre de postores, tendría a bien el área encargada aceptar:

AMPLIA PLATINA DE 150 X 120 MM O 120 x 132 MM A MAS"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
Se aclara al participante que se respetaran las especificaciones técnicas  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:47:50

**Consulta:** Nro. 31

**Consulta/Observación:**

"ITEM 1.2 MICROSCOPIO BINOCULAR  
SE SOLICITA  
Asas de transporte 01 frontal y 01 posterior

Para asegurar un transporte seguro del microscopio, se recomienda que se traslade sosteniendo el equipo por el marco del microscopio, con ello se asegura totalmente el transporte del equipo sin que corra riesgo en golpear y/o descalibrar el equipo

En ese sentido, tendrá a bien el área usuaria aceptar asas de transporte integradas al marco del microscopio"

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 2      **Literal:** A      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
Se aclara al participante que se respetaran las especificaciones técnicas  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:47:50

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

"ITEM 1.2 MICROSCOPIO BINOCULAR  
SE SOLICITA  
Platina con superficie de tratamiento antimicrobiano a traves de iones de plata

La parte mas sensible del microscopio es la parte optica, por tanto los fabricantes reconocidos ofrecen un sistema com tratamiento antifungico para extender el tiempo de vida util de las lentes toda vez que es la parte mas sensible del sistema

Por tanto, tendra a bien el area usuaria aceptar:

Platina con superficie de tratamiento antimicrobiano a traves de iones de plata o tratatamiento antifungico para el sistema optico del microscopio"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
Se aclara al participante que se respetaran las especificaciones técnicas  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:47:50

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

"ITEM 1.2 MICROSCOPIO BINOCULAR  
SE SOLICITA  
Puerto USB 5V / 1.5 A integrado en el estativo

No todos los fabricantes y modelos de microscopios diseñan los sistemas con puertos USB, toda vez que estos diseños corresponde a una patente especifica lo cual impediría la presentación de propuestas alternativas al proceso de licitación.

Por tanto en función de libre participación de postores, tendrá a bien el área encargada considerar el Puerto USB integrado al estativo como opcional

"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:

Se aclara al participante que se respetaran las especificaciones técnicas

EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:47:50

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

"ITEM 1.2 MICROSCOPIO BINOCULAR  
SE SOLICITA  
Configurado para campo claro con posibilidad de trabajo en luz polarizada y contraste de fases

Considerando que tanto el sistema a si como los objetivos solicitados son para observación en campo claro, tendrá a bien considerar el área usuaria la posibilidad de trabajo en luz polarizada y contraste de fase como opcionales"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
Se aclara al participante que se respetaran las especificaciones técnicas  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:47:50

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

"ITEM 1.2 MICROSCOPIO BINOCULAR  
SE SOLICITA  
Objetivos con distancia de trabajo definidas

El valor mas importante en el objetivo luego del aumento es la apertura numerica, toda vez que este valor nos indica el poder de resolucion de cada objetivo, sin bien el sigueinte valor es la distancia de trabajo, este valor es poco relevante para el trabajo en laboratorio.

En ese sentido con la finalidad de ampliar la base de postres, tendrá a bien el area usuaria aceptar:

- objetivo plan acromático 4X A.N. 0.10
- objetivo plan acromático 10X A.N. 0.25
- objetivo plan acromático 40X A.N. 0.65
- objetivo plan acromático 100X A.N. 1.25"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
Se aclara al participante que se respetaran las especificaciones técnicas  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:47:50

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

"ITEM 1.2 MICROSCOPIO BINOCULAR  
SE SOLICITA  
Oculares 10x/ 20 mm integradas al cabezal

Con la finalidad de poder instalar retículos de medición y/o reemplazar oculares por oculares de mayor aumento a futuro, es recomendable que los mismos se encuentre libres y no fijos al estativo, esta opción habilita a los usuarios en observar muestras con mucho mayor aumento a futuro.

Por tanto, tendrá a bien el área usuaria actualizar el requerimiento a:

Oculares 10x/ 20 mm libres para instalación de punteros, retículos y/o accesorios adicionales  
"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
Se aclara al participante que se respetaran las especificaciones técnicas  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:47:50

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

"ITEM 1.2 MICROSCOPIO BINOCULAR  
SE SOLICITA  
Condensador pre centrado y pre enfocado con ranura para contraste de fases y campo oscuro  
Considerando que la configuración del microscopio binocular esta enfocado para la observación en campo claro, tendrá a bien el área usuaria considerar la ranura para contraste de fase y campo oscuro como opcional"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
Se aclara al participante que se respetaran las especificaciones técnicas  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:47:50

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

"ITEM 1.2 MICROSCOPIO BINOCULAR SE SOLICITA

iluminacion de Luz Led de 25,000 horas

Con la finalidad de extender el tiempo de vida de la iluminacion LED del microscopio, tendrá a bien el area usuaria aceptar un sistema de iluminacion LED de 20 mil horas con tarjeta LED de repuesto "

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:

Se aclara al participante que se respetaran las especificaciones técnicas

EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:47:50

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

"ITEM 1.2 MICROSCOPIO BINOCULAR

SE SOLICITA

Calidad de luz de 6000 °K y luz LED clase 1 y cumplir norma IEC 60825

Las características y certificaciones de los microscopios corresponden exclusivamente a cada fabricante, por tanto tendrá a bien el área usuaria considerar la calidad de luz y certificaciones solicitadas de acuerdo a cada fabricante "

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:

Se aclara al participante que se respetaran las especificaciones técnicas

EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:47:50

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

"ITEM 1.3 ESTEREOMICROSCOPIO  
SE SOLICITA  
Rango total de aumento configurado de 13 a 56 X

Como mejora tecnológica, Tendrá a bien el are usuaria aceptar un rango de aumento de 12 a 60X con oculares de 15X /FN 16"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
Se aclara al participante que se tomaran en consideración las mejoras tecnológicas  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:47:50

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

"ITEM 1.3 ESTEREOMICROSCOPIO  
SE SOLICITA  
Tubo de observación binocular inclinado ergonómicamente a 60° con oculares 16X / 15 mm

Como mejora tecnológica, Tendrá a bien el are usuaria aceptar un rango de aumento de 12 a 60X con oculares de 15X /FN 16"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
Se aclara al participante que se tomaran en consideración las mejoras tecnológicas  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:47:50

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

"ITEM 1.3 ESTEREOMICROSCOPIO  
SE SOLICITA  
03 métodos de iluminacion LED para episcopia

Como mejora tecnológica, tendrá a bien el area usuaria aceptar un estereoscopio con doble sistema de iluminacion reflejada y transmitida con control independiente de iluminacion y ángulo abatible para iluminacion reflejada lo cual facilita la iluminacion de muestras altas"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
Se aclara al participante que se tomaran en consideración las mejoras tecnológicas  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:47:50

**Consulta: Nro. 43**

**Consulta/Observación:**

"ITEM 1.3 ESTEREOMICROSCOPIO  
SE SOLICITA  
Calidad de iluminacion Led de 6500 °K para iluminacion reflejada y 4500 °K para iluminacion transmitida

Considerando que cada fabricante diseña sus sistemas de iluminación de acuerdo a patrones especificos, resultaria complicado que todos los postores cumplan con el 100% de los requerimeintos tecnicos puntuales.

En ese sentido los sistemas de iluminacion LED tienen temperaturas de color que van acorde de cada fabricante motivo por el cual solicitamos al area usuaria acepte alternativas de iluminacion dependiendo de cada fabricante de estereoscopio.

Por tanto, tendrá a bien el area usuaria aceptar Sistema de iluminacion transmitida y reflejada con temperatura de color de acuerdo a cada fabricante "

**Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 28**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
Se aclara al participante que se respetaran las especificaciones técnicas  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:47:50

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

"ITEM 1.3 ESTEREOMICROSCOPIO  
SE SOLICITA  
auto apagado luego de transcurrido 2 horas

No todas las marcas de microscopio cuentan con sistema de auto apagado, motivo por el cual solicitamos al área usuaria considerar este requerimiento cómo opcional"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
Se aclara al participante que se respetaran las especificaciones técnicas  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:47:50

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

"DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA SE SOLICITA

2.2.1.1 documentos para admisión de ofertas

H) EL PRECIO DE OFERTA EN SOLES A PRECIO CIF Y/O CIP

Considerando que no todos los proveedores cuenta con exclusividad de representación, lo cual limitaría la presentación de propuestas, tendrá a bien el área encargada aceptar que la propuesta sea con precio IGV incluido"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 505-2024-SUAA-UNCP, donde el área de adquisición de bienes y almacenamiento emite su pronunciamiento Como sigue:

SE ACLARA AL PARTICIPANTE QUE, VISTO EN EL ESTUDIO DE MERCADO SE A OBTENIDO A PRECIOS CIF, CIP .

EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:47:50

**Consulta:** Nro. 46

**Consulta/Observación:**

"En las bases solicitan: En los Factores de Evaluación

PLAZO DE ENTREGA. De 45 hasta 60 Días calendarios 15 puntos

Solicitamos al Comité de Selección Para permitir la mayor participación de postores potenciales, podrían considerar ampliar el plazo de entrega a 90 días calendario y siendo varios equipos que requieren una importación previa, desaduanaje y otros controles previos, es así que el plazo de entrega que se visualiza en las bases es muy corto y no esta acorde a la realidad; por tanto, a fin de permitir y promover la mayor participación de postores potenciales, no limitando su participación. Solicitamos se amplié el plazo de entrega a 90 días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del contrato

De 60 hasta 90 días calendario 15 puntos

De 91 hasta 94 días calendario 10 puntos

De 95 hasta 99 días calendario 05 puntos

Y así fomentar que el proceso se desarrolle bajo las condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad.

Y así que todos los proveedores puedan disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:

Se aclara al participante que el plazo de entrega será en 60 días calendarios, por lo que se añadirá en las bases integradas

EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:47:50

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Solicitamos al Comité de Selección informe cuantas horas de Capacitación se realizaran a los equipos de la presente convocatoria

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 2 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
Se aclara al participante que la capacitación será de cuatro horas como mínimo por cada equipo  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:47:50

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

Solicitamos al Comité de Selección informe cuales son los Laboratorios y/o Unidad y/o Servicio a donde va dirigido los equipos y si el postor adjudicado con la Buena Pro debe llevar hasta el destino final los equipos adjudicados o se encargara la entidad de su traslado

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
Se aclara al participante que el lugar de entrega, recepción e instalación se realizara de acuerdo a las bases integradas  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:47:50

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

Solicitamos al Comité de Selección A fin de que el postor adjudicado con la Buena Pro pueda realizar la entrega formal comunique si la entrega de los bienes del presente proceso se realizara en Almacén Central de vuestra entidad.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
Se aclara al participante que el lugar de entrega, recepción e instalación se realizara de acuerdo a las bases integradas  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:47:50

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

"Garantía:  
Se observa que el Microscopio Interactiva digital tiene una garantía de 02 años y los Microscopio Binocular y Estereoscopio tienen una garantía de 12 Meses. Por ello entendemos que la garantía para el presente proceso es de 12 Meses es correcta nuestra apreciación? Se solicita su aclaración"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
Se aclara al participante que se modificara la garantía del Microscopio Interactiva digital, microscopio binocular y estereoscopio a 12 meses.  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:47:50

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

"Solicitan En Experiencia del Postor: Se consideran bienes similares a los siguientes: Equipos de Microscopia

Solicitamos al Comité de Selección si podrán considerar en La experiencia del Postor como Bienes similares a Microscopios en general y de esta manera promover la mayor participación de postores potenciales, no limitando su participación, ya que está prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. Ya que Todos los Proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, debiendo evitarse exigencias y formalidades innecesarias. Y así fomentar que el proceso se desarrolle bajo las condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. "

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
Se aclara al participante que con relación a la experiencia del postor se consideraran bienes similares a los siguientes:  
equipos de microscopia  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:47:50

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

Anexo 6 Precio de la oferta- El precio de la oferta a precio CIP O CIF BAJO LA MODALIDAD DE VENTA SUCCESIVA. Es por ello que consultamos solicitan que el precio de la oferta sea precio CIP Y/O CIF al ser un plazo de entrega tan corto solicitamos que se modifique y que sea a precio incluido IGV. Y así que todos los proveedores puedan disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 505-2024-SUAA-UNCP, donde el área de adquisición de bienes y almacenamiento emite su pronunciamiento Como sigue:  
SE ACLARA AL PARTICIPANTE QUE, VISTO EN EL ESTUDIO DE MERCADO SE A OBTENIDO A PRECIOS CIF, CIP.  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	17:41:31

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:  
CON RELACION AL SISTEMA DE DISCUSION: 09 OBSERVADORES (01 PRINCIPAL Y 08 OBSERVADORES), Se solicita amablemente al comité de evaluación, connsiderar como minimo 05 observadores, a fin que se obtenga mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
Se aclara al participante que se respetaran las especificaciones técnicas  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20503497728	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION DAMAR S.A.C.	Hora de envío :	18:14:37

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

Dice:

Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones Técnicas.

- De 45 hasta 60 días calendario: 15 puntos
- De 61 hasta 75 días calendario: 10 puntos
- De 76 hasta 89 días calendario: 5 puntos

Solicitamos al digno comité que se considere:

Estos equipos se fabrican a pedido y requiere de importación, la cual presenta un plazo de tiempo en transporte, desaduanaje, internamiento, control de calidad y envío al lugar solicitado.

El envío de los equipos implica una logística considerable, especialmente teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos y la programación de envíos. Un plazo extendido permitirá una planificación más efectiva y evitará posibles retrasos logísticos.

Por ello, se solicita al comité ampliar el plazo de entrega de 90 a 120 días calendarios, para una mayor pluralidad de postores y que el área usuaria cuente con un equipo de reciente fabricación.

Considerando la evaluación de la siguiente manera:

- De 75 hasta 90 días calendario: 20 puntos
- De 91 hasta 105 días calendario: 10 puntos
- De 106 hasta 119 días calendario: 5 puntos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
Se aclara al participante que el plazo de entrega será en 60 días calendarios, por lo que se añadirá en las bases integradas  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20503497728	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION DAMAR S.A.C.	Hora de envío :	18:14:37

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Indica:

Se consideran bienes similares a los siguientes: EQUIPOS DE MICROSCOPIA

SOLICITAMOS:

Sres. del comité de selección, se indica que se consideran BIENES SIMILARES a los "EQUIPOS DE MICROSCOPIA", lo cual es exactamente el mismo bien del presente requerimiento. Conforme a lo indicado en múltiples pronunciamientos del OSCE, no debe permitirse que un bien similar sea el mismo bien que se está requiriendo, esto desnaturaliza el concepto de BIEN SIMILAR.

Solicitamos, se consideren bienes similares a los siguientes: EQUIPOS DE MICROSCOPIA O EQUIPOS DE LABORATORIO PARA BIOLOGÍA O AMBIENTAL.

Para una mayor pluralidad de postores, no limitando su participación, además que está prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. Ya que todos los Proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, evitando la existencia de privilegios o ventajas. Y así fomentar que el proceso se desarrolle bajo las condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: IV    Literal: 3.2    Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:

Se aclara al participante que se respetaran las especificaciones técnicas

EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	22:25:41

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

Solicitan ¿Ergonómico por mando de platina XY telescópico intercambiable diestros, zurdos y mandos Macro/Micro coaxiales regulables en altura (No fijos) y Protección frente a la tensión muscular y malas posturas evitando efectos nocivos para la salud a largo plazo.¿

La platina ergonómica y la protección frente a la tensión muscular son características de la marca Leica, lo cual vulnera los principios que rigen las contrataciones como principio de libertad de concurrencia e igualdad de trato dado que restringen la presentación de propuestas que beneficiarían al usuario. Asimismo, es importante aclarar que estas características no afectan la funcionalidad principal del equipo. Las especificaciones técnicas deben formularse y referirse a la tecnología del equipo, sin obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia, debiendo evitarse exigencias innecesarias y/o prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. Por lo tanto, para fomentar la pluralidad de postores y una competencia efectiva CONSULTAMOS al comité si aceptaría alternativas con ¿Ergonómico por mando de platina XY telescópico intercambiable diestros, zurdos (OPCIONAL) y mandos Macro/Micro coaxiales regulables en altura (No fijos) y Protección frente a la tensión muscular y malas posturas evitando efectos nocivos para la salud a largo plazo (OPCIONAL)¿

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
Se aclara al participante que se respetaran las especificaciones técnicas  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	22:25:41

Observación: Nro. 57

Consulta/Observación:

Solicitan ¿Platina con revestimiento cerámico y movimiento X-Y¿

Las platinas de los microscopios pueden ser de revestimiento cerámico, con superficie sólida mineral resistente a rayaduras o resistente a la abrasión. En ese sentido, con la finalidad de fomentar una participación de postores tendría a bien el área usuaria considera alternativas con

¿Platina con revestimiento cerámico o con superficie sólida mineral resistente y movimiento X-Y "

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:

No se acoge, puede ser igual o mejor a las especificaciones técnicas solicitadas

EL COMITÉ EN PLENO NO SE ACOGE A LA OBSERVACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	22:25:41

Consulta: Nro. 58

Consulta/Observación:

Solicitan ¿Cabezal de observación binocular inclinado a 15° (no mayor)¿  
El ángulo de observación hace referencia a la inclinación del cabezal del microscopio y no afecta la funcionalidad del equipo, tan solo representa una característica del diseño propio del fabricante, por lo tanto, fijar un solo ángulo limitaría la evaluación de propuestas con características mejores y realmente importantes para las aplicaciones del usuario como: ¿Vida útil de la lámpara LED de 65,000 horas¿ ¿Objetivo 100x de inmersión en agua y aceite¿ ¿LED con temp. de color 6300 k¿, entre otros. Por lo tanto, CONSULTAMOS al comité de selección si en pro de ampliar el universo de postores aceptaría propuestas con ¿Cabezal de observación binocular inclinado a 15° o 30°¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
Se aclara al participante que se respetaran las especificaciones técnicas  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	22:25:41

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

Solicitan ¿Enfocable y Centrabale, de altura ajustable con mando izquierdo y derecho¿ La ergonomía es un aspecto fundamental el diseño del microscopio, existen equipos con condensadores pre fijados de fabrica con lo cual el usuario ya no necesita subir o bajar la altura. Por lo tanto se limitaría la evaluación de propuestas con características mejores y realmente importantes para las aplicaciones del usuario como: ¿Vida útil de la lámpara LED de 65,000 horas¿ ¿Objetivo 100x de inmersión en agua y aceite¿ ¿LED con temp. de color 6300 k¿, entre otros. Por lo tanto, CONSULTAMOS al comité de selección si en pro de ampliar el universo de postores aceptaría propuestas con ¿Enfocable y Centrabale, de altura ajustable con mando izquierdo y derecho o condensador pre-enfocado de fábrica¿

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
Se aclara al participante que se respetaran las especificaciones técnicas  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	22:25:41

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

Solicitan ¿Con diafragma iris y guías marcadas codificadas por color para cada objetivo para maximizar la resolución y la reproducibilidad del seteo de apertura (importante para la documentación)¿

Todos los condensadores cuentan con guías marcadas para cada objetivo, sin embargo no todas las marcas tienen estas guías diferenciadas por colores cuando lo normal es establecer guías numérica en blanco y negro. Las especificaciones técnicas deben formularse y referirse a la tecnología del equipo, sin obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia, debiendo evitarse exigencias innecesarias y/o prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. Por lo tanto, para fomentar la pluralidad de postores y una competencia efectiva CONSULTAMOS al comité si aceptaría alternativas con ¿Con diafragma iris y guías marcadas codificadas en banco y negro o con color para cada objetivo para maximizar la resolución y la reproducibilidad del seteo de apertura (importante para la documentación)¿

Acápíte de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 3.1      Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:

Se aclara al participante que se respetaran las especificaciones técnicas

EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	22:25:41

**Observación: Nro. 61**

**Consulta/Observación:**

Solicitan ¿Tiempo de vida promedio de Iluminador LED: 50,000 horas¿  
Existen distintos tipos de la iluminación LED en el mercado que mejoran la intensidad de la luz, como el sistema X-LED que asegura una temperatura de color blanco puro constante en la muestra y por lo tanto mejoran la calidad de la observación, protegiendo al usuario. Por lo expuesto, recomendamos al comité de selección si en pro de recibir mejoras tecnológicas modifique esta característica: ¿Tiempo de vida promedio de Iluminador LED: 65,000 horas¿

**Acápite de las bases :    Sección:** Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 20  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
Se acoge parcialmente  
EL COMITÉ EN PLENO SE ACOGE PARCIALMENTE A LA OBSERVACIÓN

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se añadirá a las especificaciones técnicas del sistema de microscopia interactiva lo siguiente:  
Tiempo de vida promedio de Iluminador LED: 50,000 horas o mejor

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	22:39:55

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

Para la CÁMARA DIGITAL solicitan ¿Tamaño de sensor: 1./2.3". Al respecto informamos que los sensores más grandes capturan imágenes con menos ruido y mayor rango dinámico que los sensores más pequeños. En pro de ofrecer mejores propuestas, CONSULTAMOS al comité aceptar un tamaño de sensor: 1/1.8¿ o 1./2.3".

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:

Se aclara al participante que se respetaran las especificaciones técnicas

EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	22:39:55

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:

Para la CÁMARA DIGITAL solicitan ¿Resolución (12 Mpixeles) como mínimo Tamaño de pixel: 1.54 um x 1.54 um como máximo para asegurar óptima resolución. Velocidad de actualización: 60 fps con 3840x2160 al menos¿

Las características de la cámara dependen de la tecnología del fabricante y no determinan una mejora técnica a la solicitud. Incluir esta característica restringiría la participación de marcas con mejoras técnicas más importantes para el equipo como ¿Vida útil de la lámpara LED de 65,000 horas¿ ¿Objetivo 100x de inmersión en agua y aceite¿ ¿LED con temp. de color 6300 k¿, entre otros. Por lo expuesto, CONSULTAMOS al comité de selección si en pro de propiciar la pluralidad de postores aceptará ofertas con ¿Resolución (8 Mpixeles) como mínimo Tamaño de pixel: 2.0 x 2.0 mm para asegurar óptima resolución. Velocidad de actualización: 30 fps con 3840x2160 al menos¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:

Se aclara al participante que se respetaran las especificaciones técnicas

EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	22:43:11

Consulta: Nro. 64

Consulta/Observación:

Solicitan: Cumple Estándares CE 61010-1. Mencionar normas de cumplimiento específico para un equipo puede direccionar involuntariamente la oferta hacia algún postor en específico. Existen fabricantes de equipos que cumplen con normas y regulaciones, en algunos casos equivalentes a los estándares requeridos. Para no restringir la participación de los postores, CONSULTAMOS al comité aceptar como opción equipos que cumplan con: UNI EN ISO 9001 y la certificación ISO 13485.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:

Se aclara al participante que se respetaran las especificaciones técnicas

EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	22:56:38

Consulta: Nro. 65

Consulta/Observación:

Solicitan ¿Con guardacable en la parte posterior. Con ranura de seguridad¿  
A propósito, comentamos que la presencia y posición del guardacable varía de acuerdo al diseño propio del fabricante y no son determinantes en la funcionalidad principal del equipo. Conforme diversos pronunciamientos del OSCE las especificaciones técnicas deben estar referidas a la tecnología del equipo solicitado y no a características complementarias que limitan la libre competencia mediante la restricción del universo de postores. En el mercado existen microscopios que permiten el retiro completo de cable de poder lo cual evita accidentes durante el transporte por tropiezos o problemas con el enchufe por caídas o manipulación. Asimismo, separar el cable de poder permite solucionar problemas eléctricos sin necesidad de desensamblar el equipo, garantizando un mantenimiento más sencillo. Por lo expuesto, CONSULTAMOS al comité de selección si recibirá propuestas con: ¿Guardacable en la parte posterior del microscopio (opcional) y ranura de seguridad (opcional)¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 3.1      Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
Se aclara al participante que se respetaran las especificaciones técnicas  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	23:03:47

Consulta: Nro. 66

Consulta/Observación:

Solicitan ¿Luz LED debe ser clase I y cumplir con norma IEC 60325 para evitar daños a los ojos¿  
Al respecto OBSERVAMOS que existen distintos tipos de la iluminación LED en el mercado que mejoran la intensidad de la luz, como el sistema X-LED3 que asegura una temperatura de color blanco puro constante en la muestra y por lo tanto mejoran la calidad de la observación, protegiendo al usuario. Sin embargo pocas marcas cumplen con la norma IEC 60325, y agregar esta solicitud constituye un direccionamiento INVOLUNTARIO hacia una marca específica, vulnerando los principios que rigen las contrataciones como principio de libertad de concurrencia, igualdad de trato y de competencia dado que restringen la presentación de propuestas de otras marcas con tecnologías de iluminación de alta calidad. Por lo expuesto, solicitamos al comité de selección que en pro de propiciar la pluralidad de postores modifique el requerimiento en cuestión y quede como sigue: ¿Luz LED debe ser de clase I (opcional) y cumplir con la norma IEC 60825 para evitar daños a los ojos (opcional)¿

Acápíte de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 3.1      Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
Se aclara al participante que se respetaran las especificaciones técnicas  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	23:09:06

Observación: Nro. 67

Consulta/Observación:

Solicitan ¿Solicitan ¿Calidad de luz: 6000K..que proporciona luz blanca para máximo contraste¿  
Al respecto OBSERVAMOS que la temperatura del color del microscopio permite al usuario ver estructuras con sus colores reales sin matices amarillentos, por lo tanto una temperatura más elevada representa una mejora técnica. Por tal motivo solicitamos al comité de selección que en pro de recibir mejoras en la solicitud lo modifique de la siguiente manera: ¿Calidad de luz: 6 300K..que proporciona luz blanca para máximo contraste¿

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
Se aclara al participante que se consideraran las mejoras tecnológicas  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE MICROSCOPIA INTERACTIVA DIGITAL (MICROSCOPIO-OTROS), MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR (MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR) Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	23:10:13

Consulta: Nro. 68

Consulta/Observación:

Solicitan: Cumple Estándares CE 61010-1. Mencionar normas de cumplimiento específico para un equipo puede direccionar involuntariamente la oferta hacia algún postor en específico. Existen fabricantes de equipos que cumplen con normas y regulaciones, en algunos casos equivalentes a los estándares requeridos. Para no restringir la participación de los postores, CONSULTAMOS al comité aceptar como opción equipos que cumplan con: UNI EN ISO 9001 y la certificación ISO 13485.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 56-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:

Se aclara al participante que se respetaran las especificaciones técnicas

EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null