

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : CP-SM-1-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ALTA TEMPERATURA (VAPOR)

Ruc/código : 20506666032

Nombre o Razón social : T & CH ASOCIADOS S.A.C.

Fecha de envío : 21/06/2023

Hora de envío : 17:46:28

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

DEL TRANSPORTE LOCAL E INSTALACIONES

Entrega de 15 contenedores de plástico de 40 cm x 35 cm. Para almacenamiento de material estéril

Se consulta a la Entidad si la cantidad puede ser reducida a 10 contenedores de la siguiente medida: 40(alto)*51(ancho)*86(largo).

La consulta se realiza en virtud del principio de Transparencia tipificado en el artículo 2 de la Ley N° 30225 y sus modificatorias, que señala: ¿Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad¿.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** V **Literal:** V **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta en referencia al MEMORANDUN N° 2213-2023-JEF-DEP-ENF-HSJL

Se requiere de los 15 contenedores con las sgt. Medidas Alto 16 cm, Ancho 54 cm, Largo 36 cm, debido a que nuestros anaqueles son pequeños y las medidas que nos quieren otorgar no encajarían.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : CP-SM-1-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ALTA TEMPERATURA (VAPOR)

Ruc/código : 20506666032

Nombre o Razón social : T & CH ASOCIADOS S.A.C.

Fecha de envío : 21/06/2023

Hora de envío : 17:46:28

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Garantía o Vigencia comercial / (según corresponda)

No menor a 12 meses de garantía y se computara a partir de la fecha consignada en el acta de recepción. De no precisar la Ficha-producto el Tipo de Garantía, se considerará para el presente Acuerdo Marco garantía ON SITE: En atención este de caso la el garantía, PROVEEDOR en el lugar estará donde obligado fue a entregado realizar el la producto asistencia dentro de necesaria la y provincia el recojo del mismo, producto de acuerdo a lo que determine la ENTIDAD. El PROVEEDOR y/o la Ficha Técnica podrán indicar lugares adicionales de atención (fuera de la provincia donde fue entregado el producto), en el tipo de garantía On-site, a fin de brindar la asistencia necesaria para la aplicación de Garantía.

El procedimiento de selección es de servicio, no aplica lo solicitado.

La consulta se realiza en virtud del principio de Transparencia tipificado en el artículo 2 de la Ley N° 30225 y sus modificatorias, que señala: ¿Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad¿.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico

Numeral: V

Literal: V

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a su consulta , no se solicita garantía por lo que se suprimira de las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprmira de las bases lo siguiente: CAPITULO 3, pagina 23 , anexo 01: especificaciones tecnicas:

- GARANTIA O VIGENCIA COMERCIAL

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : CP-SM-1-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ALTA TEMPERATURA (VAPOR)

Ruc/código : 20506666032

Fecha de envío : 21/06/2023

Nombre o Razón social : T & CH ASOCIADOS S.A.C.

Hora de envío : 17:46:28

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CONFORMIDAD:

LA CONFORMIDAD SERA OTORGADA Y SUSCRITA POR EL AREA USUARIA DESPUES DE REALIZAR LA EVALUACION DEL BIEN.

El procedimiento de selección corresponde a un servicio y no a bienes, solicitamos la rectificación correspondiente.

La consulta se realiza en virtud del principio de Transparencia tipificado en el artículo 2 de la Ley N° 30225 y sus modificatorias, que señala: ¿Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: X

Literal: X

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La conformidad del servicio será otorgada por la unidad de central de esterilizacion de manera mensual , luego de adjuntado por parte de la empresa el certificado de esterilizacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se añadira de las bases lo siguiente: CAPITULO 3, pagina 24 , anexo 01: especificaciones tecnicas:

- La conformidad del servicio será otorgada por la unidad de central de esterilizacion de manera mensual , luego de adjuntado por parte de la empresa el certificado de esterilizacion

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : CP-SM-1-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ALTA TEMPERATURA (VAPOR)

Ruc/código : 20506666032

Fecha de envío : 21/06/2023

Nombre o Razón social : T & CH ASOCIADOS S.A.C.

Hora de envío : 17:46:28

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS DE ESTERILIZACION A ALTA TEMPERATURA (VAPOR HUMEDO)

Ambientes amplios de acuerdo a la norma

Se consulta si se refieren a que se debe contar en las instalaciones con las áreas reglamentarias para el proceso de esterilización como área roja, área azul y Area verde con paredes revestidas de material aséptica, fácil de lavar y desinfectar, para lo cual se debe presentar en INFRAESTRUCTURA ESTRATEGIA Copia de la distribución de las Áreas de trabajo con ventilación adecuada zonas: Roja, Azul y Verde con paredes revestidas de material aséptica, fácil de lavar y desinfectar.

La consulta se realiza en virtud del principio de Transparencia tipificado en el artículo 2 de la Ley N° 30225 y sus modificatorias, que señala: ¿Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: V

Literal: 4

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se clara la consulta, Nuestra entidad actualmente está solicitando el requerimiento de ¿SERVICIO DE ESTERILIZACION ALTA TEMPERATURA (VAPOR)¿ , ante ello deberá realizar los procesos según la norma vigente(RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nª 1472-2022-SA-DM) cumpliendo con la infraestructura UNIDIRECCIONAL(AREA ROJA , AREA AZUL Y AREA VERDE).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : CP-SM-1-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ALTA TEMPERATURA (VAPOR)

Ruc/código : 20506666032

Fecha de envío : 21/06/2023

Nombre o Razón social : T & CH ASOCIADOS S.A.C.

Hora de envío : 17:46:28

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Respecto a las CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE, en el literal B.3.1 Formación Académica, la Entidad no ha considerado al Profesional Licenciado en Enfermería quien participa directamente en el servicio de esterilización.

Se CONSULTA si la Entidad considera como personal clave al Profesional Licenciado en Enfermería, de ser afirmativa la respuesta se sugiere, que sea considerada en los requisitos de calificación del literal B.3.1.

La consulta se realiza en virtud del principio de Transparencia tipificado en el artículo 2 de la Ley N° 30225 y sus modificatorias, que señala: ¿Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B.3

Literal: B.3.1

Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, en el literal B.3.1. si se esta solicitando como personal clave lo siguiente:

*Licenciada en enfermeria especialista en Gestion de Central de Esterilizacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null