

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	SEGURO SOCIAL DE SALUD
Nomenclatura :	AS-SM-118-2024-ESSALUD-RPR-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL BANCO DE ORGANOS Y LABORATORIO DE HISTOCOMPATIBILIDAD DOSAJE DE INMUNOSUPRESORES PARA EL HNERM

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	20:46:14

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las bases solicitan:

6.5 ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN

El postor deberá ofrecer en su propuesta técnica, la cantidad de cuatro (04) PC para el ítem, compatibles con el software ofertado para el equipo de cesión en uso y según lo precisado en el apartado: 6. Procesamiento de Datos, de las Especificaciones Técnicas del equipo en cesión en uso.

El solicitar que el postor ofrezca en su propuesta técnica la cantidad de 4 PC se contradice con lo señalado en el numeral 2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta literal i).

Por lo antes expuesto entendemos que para acreditar en la propuesta técnica la cantidad de cuatro (04) PC para el ítem, compatibles con el software ofertado para el equipo de cesión en uso y según lo precisado en el apartado: 6. Procesamiento de Datos, de las Especificaciones Técnicas del equipo en cesión en uso será acreditado con el anexo 3 Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas (modelo de acuerdo a pág. 73) no siendo necesario presentar ninguna declaración jurada adicional.

CONSULTA:

Solicitamos amablemente al comité especial confirmar si nuestra apreciación es correcta.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.5 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité, en coordinación con el área usuaria, Aclara la consulta. Es correcta la apreciación. Se confirma que para esta etapa del proceso, para acreditar en la propuesta técnica la cantidad de cuatro (04) PC para el ítem, compatibles con el software ofertado para el equipo de cesión en uso y según lo precisado en el apartado: 6. Procesamiento de Datos, de las Especificaciones Técnicas del equipo en cesión en uso será acreditado con el anexo 3 Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas (modelo de acuerdo a pág. 73) no siendo necesario presentar ninguna declaración jurada adicional sobre este acapite; siendo posteriormente valorado el cumplimiento en la etapa de entrega del equipamiento e instalación, para otorgar la conformidad correspondiente por el área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-118-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL BANCO DE ORGANOS Y LABORATORIO DE HISTOCOMPATIBILIDAD DOSAJE DE INMUNOSUPRESORES PARA EL HNERM

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	20:46:14

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las bases solicitan:

i) Catálogos o folletería o Manual de Instrucciones de Uso o Inserto (Copia simple)

Elaborada por el fabricante del reactivo y equipo, que permita demostrar lo siguiente:

Reactivos: Cumplen con metodología Quimioluminiscencia convencional o variante, precisándose que como variante deberá entenderse a las metodologías basadas en electroquimioluminiscencia.

Equipo: cumplen con las Especificaciones Técnicas respecto a la metodología y performance.

Se aceptará, asimismo, la documentación que sea emitida por el fabricante de los reactivos y/o equipo. Las características que no se encuentren ajustadas a las especificaciones técnicas de los reactivos o equipo de cesión en uso ofertados, podrán ser sustentados mediante carta o documento emitido por el fabricante de los mismos.

A nuestro entender estas serían las únicas especificaciones técnicas
Reactivos: Cumplen con metodología Quimioluminiscencia convencional o variante, precisándose que como variante deberá entenderse a las metodologías basadas en electroquimioluminiscencia.

Equipo: cumplen con las Especificaciones Técnicas respecto a la metodología y performance.

que deben ser acreditadas entendiéndose que las demás especificaciones técnicas serán acreditadas con el anexo 3 Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas (modelo de acuerdo a pág. 73) no siendo necesario presentar ninguna declaración jurada adicional.

CONSULTA:
Solicitamos amablemente al comité especial confirmar si nuestra apreciación es correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: i) Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité, en coordinación con el área usuaria, Aclara la consulta. Es correcta la apreciación. Se confirma que para esta etapa del proceso, para acreditar cumplimiento se solicita demostrar objetivamente mediante insertos, y folletería lo siguiente: Reactivos: Cumplen con metodología Quimioluminiscencia convencional o variante, precisándose que como variante deberá entenderse a las metodologías basadas en electroquimioluminiscencia.

Equipo: cumplen con las Especificaciones Técnicas respecto a la metodología y performance.

Las demás especificaciones técnicas serán acreditadas con el anexo 3 Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas (modelo de acuerdo a pág. 73) no siendo necesario presentar ninguna declaración jurada adicional.sobre este acapite; siendo posteriormente valorado el cumplimiento en la etapa de entrega del equipamiento e instalación, para otorgar la conformidad correspondiente por el área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	SEGURO SOCIAL DE SALUD
Nomenclatura :	AS-SM-118-2024-ESSALUD-RPR-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL BANCO DE ORGANOS Y LABORATORIO DE HISTOCOMPATIBILIDAD DOSAJE DE INMUNOSUPRESORES PARA EL HNERM

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-118-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL BANCO DE ORGANOS Y LABORATORIO DE HISTOCOMPATIBILIDAD DOSAJE DE INMUNOSUPRESORES PARA EL HNERM

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	20:46:14

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las bases solicitan:

3.1

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Respecto a la acreditación y cumplimiento de la Directiva N°004-GG-ESSALUD-2009, así como en lo referente al Programa de mantenimiento preventivo y su respectivo cronograma de ejecución, para la presentación de propuestas se considerará solo al equipo principal: ANALIZADOR DE INMUNOENSAYOS RANDOM MEDIANO. Para los demás equipos accesorios y componentes del hardware, se sustentarán en bases a una Declaración Jurada de cumplimiento de los equipos accesorios y componentes del hardware, de acuerdo a la metodología ofertada, y en la que se señale como compromiso la reparación o reposición en caso de falla, así como proporcionar durante la etapa de instalación el cronograma de mantenimiento preventivo de los demás equipos accesorios y componentes del hardware.

CONSULTA:

Dentro de las bases estándar AS se detalla:

La Entidad debe especificar con claridad qué aspecto de las características y/o requisitos funcionales serán acreditados con la documentación requerida. En este literal no debe exigirse ningún documento vinculado a los requisitos de calificación del postor, tales como: i) capacidad legal, ii) capacidad técnica y profesional: experiencia del personal clave y iii) experiencia del postor. Tampoco se puede incluir documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, calificaciones y experiencia del personal en general.

Además, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se encuentre comprendido en la Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas y que, por ende, no aporten información adicional a dicho documento.

Entendemos que para demostrar y acreditar el cumplimiento de lo antes mencionado será con la presentación del Anexo 3 Declaración Jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas (modelo de acuerdo a pág. 73) no siendo necesario presentar ninguna declaración jurada adicional.

Consulta:

Solicitamos amablemente al comité especial confirmar si nuestra apreciación es correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 3.1 Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité, en coordinación con el área usuaria, Aclara la consulta. Es correcta la apreciación. Se confirma que para esta etapa del proceso, para acreditar cumplimiento se solicita demostrar objetivamente mediante insertos, y folletería lo señalado en el numeral 2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta literal i). Las demás especificaciones técnicas serán acreditadas con el anexo 3 Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas (modelo de acuerdo a pág. 73), no siendo necesario presentar ninguna declaración jurada adicional sobre este acapite; siendo posteriormente valorado el cumplimiento en la etapa de entrega del equipamiento e instalación, para otorgar la conformidad correspondiente por el área usuaria. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-118-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL BANCO DE ORGANOS Y LABORATORIO DE HISTOCOMPATIBILIDAD DOSAJE DE INMUNOSUPRESORES PARA EL HNERM

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	20:46:14

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

CAPITULO III - REQUERIMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL REACTIVO

ITEM 1 - 30106129 - DOSAJE DE FÁRMACO INHIBIDOR DE LA VÍA MTOR

Al respecto el requerimiento solicita PRESENTACIÓN: Reactivos para el dosaje de fármaco inhibidor de la vía mTOR (Sirolimus o Everolimus), según requerimiento del área usuaria final).

CONSULTA:

Solicitamos amablemente al Comité Especial precisar cuál de los reactivos disponibles para acreditar el dosaje de fármaco inhibidor de la vía mTOR es el requerido por el área usuaria: Sirolimus o Everolimus.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 3.1 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité, en coordinación con el área usuaria, Aclara la consulta. Se precisa para acreditar el dosaje de fármaco inhibidor de la vía mTOR que es el requerido por el área usuaria: Sirolimus o Everolimus, el postor acreditará según lo siguiente:

- Si el postor dispone de ambos reactivos de dosaje (Sirolimus y Everolimus), acreditará Everolimus.
- Si el postor dispone de solo uno de los reactivos de dosaje (Sirolimus o Everolimus), acreditará el reactivo de dosaje que disponga.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null