

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD
Nomenclatura :	AS-SM-33-2024-DIRSAPOL-UE 020-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DEL INSUMO AUTOMATIZADO DE LABORATORIO PARA PRUEBAS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPO CESIÓN DE USO, PARA EL DPTO. DE PATOLOGÍA CLÍNICA DE LOS HOSPITALES DE MEDIANA PRODUCCIÓN: HOSPITAL POLICIAL GERIÁTRICO SAN JOSE, HOSPITAL POLICIAL AUGUSTO B. LEGUÍA, HOSPITAL REGIONAL POLICIAL AREQUIPA Y HOSPITAL REGIONAL POLICIAL CHICLAYO

Ruc/código :	20601065691	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	RAPIDIAGNOSTICS S.A.C.	Hora de envío :	15:40:57

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En cuanto a las características tecnicas del reactivo de hemoglobina glicosildada dice:  
Metodologia: Enzimatico o similar, cromatografo.  
Existen diversas metodologias para la determinacion de este analito, la que mas se adapta a este es la fluorescencia, considerar solo estas metodologías resulta discriminatorio, y viola el principio de libertad de concurrencia.  
Solicitamos al comité de selección en coordinación con el usuario AMPLIE el requerimiento y acepte la participacion de analizadores de fluorescencia, para no impedir la participacion de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 ley de contrataciones con el estado inciso a principio de libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: debido a que las metodologías descritas (Enzimática, similar o cromatógrafo) son las que se adaptan al laboratorio por su baja demanda y la practicidad del método.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-DIRSAPOL-UE 020-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL INSUMO AUTOMATIZADO DE LABORATORIO PARA PRUEBAS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPO CESIÓN DE USO, PARA EL DPTO. DE PATOLOGÍA CLÍNICA DE LOS HOSPITALES DE MEDIANA PRODUCCIÓN: HOSPITAL POLICIAL GERIÁTRICO SAN JOSE, HOSPITAL POLICIAL AUGUSTO B. LEGUÍA, HOSPITAL REGIONAL POLICIAL AREQUIPA Y HOSPITAL REGIONAL POLICIAL CHICLAYO

Ruc/código :	20601065691	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	RAPIDIAGNOSTICS S.A.C.	Hora de envío :	15:40:57

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

En cuanto a los reactivos y equipos en cesion en uso dice:  
Solucion y complementos de limpieza  
Se entiende que este requerimiento es en caso de que el analizador requiera alguna solucion de limpieza solamente, y que en caso no lo requiera sera obviado  
Consultamos al comite de seleccion si es correcta nuestra apreciacion

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 1    **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA, INDICANDO QUE: El área usuaria hace de conocimiento que su apreciación es correcta, sin embargo, la empresa debería indicar como se deberá realizar la limpieza del equipo si en caso no requiera solución y complementos de limpieza.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACLARA, INDICANDO QUE: El área usuaria hace de conocimiento que su apreciación es correcta, sin embargo, la empresa debería indicar como se deberá realizar la limpieza del equipo si en caso no requiera solución y complementos de limpieza.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-DIRSAPOL-UE 020-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL INSUMO AUTOMATIZADO DE LABORATORIO PARA PRUEBAS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPO CESIÓN DE USO, PARA EL DPTO. DE PATOLOGÍA CLÍNICA DE LOS HOSPITALES DE MEDIANA PRODUCCIÓN: HOSPITAL POLICIAL GERIÁTRICO SAN JOSE, HOSPITAL POLICIAL AUGUSTO B. LEGUÍA, HOSPITAL REGIONAL POLICIAL AREQUIPA Y HOSPITAL REGIONAL POLICIAL CHICLAYO

Ruc/código :	20601065691	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	RAPIDIAGNOSTICS S.A.C.	Hora de envío :	15:40:57

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

En cuanto a la presentacion del reactivo dice:  
Empaque de kit de 10 a 20 test por kit  
Esta unica presentacion resulta discriminatoria e impide la participacion de la mayoria de postores.  
Solicitamos amablemente al comite en coordinacion con el usuario AMPLIAR el requerimiento al aceptar presentaciones de 25 test por kit, siempre y cuando se cumpla el total de pruebas a entregar por establecimiento

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 1    **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art 2 ley de contrataciones con el estado inciso a principio de libertad de concurrencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA, INDICANDO QUE: También se aceptará la presentación de 25 Test por kit, siempre y cuando cada Test se encuentre en presentación de empaque individual, esto con la finalidad de no desperdiciar ninguna prueba.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACLARA, INDICANDO QUE: También se aceptará la presentación de 25 Test por kit, siempre y cuando cada Test se encuentre en presentación de empaque individual, esto con la finalidad de no desperdiciar ninguna prueba.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-DIRSAPOL-UE 020-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL INSUMO AUTOMATIZADO DE LABORATORIO PARA PRUEBAS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPO CESIÓN DE USO, PARA EL DPTO. DE PATOLOGÍA CLÍNICA DE LOS HOSPITALES DE MEDIANA PRODUCCIÓN: HOSPITAL POLICIAL GERIÁTRICO SAN JOSE, HOSPITAL POLICIAL AUGUSTO B. LEGUÍA, HOSPITAL REGIONAL POLICIAL AREQUIPA Y HOSPITAL REGIONAL POLICIAL CHICLAYO

Ruc/código :	20601065691	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	RAPIDIAGNOSTICS S.A.C.	Hora de envío :	15:40:57

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

En cuanto a las características tecnicas del equipo en cesion en uso dice:

Rendimiento: Cada test en 4 min con 30 seg o menos

Considerando que existen analizadores con mas de un canal de medicion

Solicitamos al comite de seleccion en coordinacion con el usuario ampliar el requerimiento al aceptar analizadores con un perfoirmane de 30 a mas pruebas de hemoglobina glisocliada por hora para no impedir la participacion de postores

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 1    **Página:** 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art 2 ley de contrataciones con el estado inciso a principio de libertad de concurrencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE: Porque requiere usar pruebas de manera individual por el volumen diario de muestras que se tiene (poca demanda), motivo por el cual se solicitó un equipo con una Performance: Cada Test en 4 min con 30 seg o menos, el cual es el rendimiento adecuado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-DIRSAPOL-UE 020-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL INSUMO AUTOMATIZADO DE LABORATORIO PARA PRUEBAS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPO CESIÓN DE USO, PARA EL DPTO. DE PATOLOGÍA CLÍNICA DE LOS HOSPITALES DE MEDIANA PRODUCCIÓN: HOSPITAL POLICIAL GERIÁTRICO SAN JOSE, HOSPITAL POLICIAL AUGUSTO B. LEGUÍA, HOSPITAL REGIONAL POLICIAL AREQUIPA Y HOSPITAL REGIONAL POLICIAL CHICLAYO

Ruc/código :	20601065691	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	RAPIDIAGNOSTICS S.A.C.	Hora de envío :	15:40:57

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

En cuanto a las características del equipo en cesion en uso dice:

Que no requiera uso de pipeta

Las pipetas son implementos basicos de uso en un laboratorio, las cuales siempre estan disponibles, por lo tanto este requerimiento podria corresponder a un direccionamiento a una marca en particular, pues no implica un impedimento real, y viola los principios de equidad y libertad de concurrencia que rigen las contrataciones

Solicitamos amablemente al comite de seleccion en coordinacion co el usuario AMPLIE el requerimiento y colocar el no uso de pipeta como opcional para NO IMPEDIR la participacion de postores

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 1    **Página:** 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art 2 ley de contrataciones con el estado inciso a principio de libertad de concurrencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE: Se requiere que no utilice pipeta, debido a que las pipetas si fuese el caso no siempre guardan calibración correcta, además puede inducir a errores preanalíticos por el mínimo volumen de muestra que utiliza para el procesamiento, errores que influyen en la precisión y calidad del resultado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-DIRSAPOL-UE 020-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL INSUMO AUTOMATIZADO DE LABORATORIO PARA PRUEBAS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPO CESIÓN DE USO, PARA EL DPTO. DE PATOLOGÍA CLÍNICA DE LOS HOSPITALES DE MEDIANA PRODUCCIÓN: HOSPITAL POLICIAL GERIÁTRICO SAN JOSE, HOSPITAL POLICIAL AUGUSTO B. LEGUÍA, HOSPITAL REGIONAL POLICIAL AREQUIPA Y HOSPITAL REGIONAL POLICIAL CHICLAYO

Ruc/código :	20601065691	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	RAPIDIAGNOSTICS S.A.C.	Hora de envío :	15:40:57

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

En cuantas las características tecnicas del equipo en cesion en uso dice:  
Capacidad de almacenamiento de 5000 a mas resultados  
En aras de ampliar la participacion de postores aceptara el comite de seleccion en coordinacion con el usuario analizadores con capacidad de almacenamiento de 1000 a mas resultados, que puedan ser extraidos a un USB.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 ley de contrataciones con el estado inciso a principio de libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, INDICANDO QUE: también se aceptará la capacidad de 1000 a más resultados, siempre y cuando la empresa haga llegar al usuario el USB necesario para descargar la información.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA, INDICANDO QUE: también se aceptará la capacidad de 1000 a más resultados, siempre y cuando la empresa haga llegar al usuario el USB necesario para descargar la información.