

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL

Ruc/código :	20122143750	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	PENTA GAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:30:03

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Suministro de Un (02) analizador de oxigeno digital portatil con sus respectivos accesorios de conexiones para probacion de pureza

Consulta la cantidad a entregar son dos (02)Analizadores portatiles

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 0 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA, ACLARA QUE, DEBE DECIR: SUMINISTRO DE DOS (02) ANALIZADOR DE OXÍGENO DIGITAL PORTÁTIL CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS DE CONEXIONES PARA PROBABACIÓN DE PUREZA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISA QUE: DEBE DECIR: SUMINISTRO DE DOS (02) ANALIZADOR DE OXÍGENO DIGITAL PORTÁTIL CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS DE CONEXIONES PARA PROBABACIÓN DE PUREZA.