

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-DIRSAPOL-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Cuatro Equipos de Rayos X Dental para las Diferentes IPRESS PNP-CUI N° 2448694, N° 2448948, N° 2448964, N° 2448979

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:48:42

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Dentro del Capítulo III, punto 6 ALCANCE Y DESCRIPCION DE BIEN A ADQUIRIR, indica: el equipo deberá ser mínimo del año 2023.

Pero en la página 19, letra P dice: Declaración jurada firmado por el representante legal del postor, que acredite que el equipo es nuevo, sin uso y no mayor de 12 meses de fabricación. Contados desde la fecha de presentación de ofertas. (ANEXO N° 12)

Por favor solicitamos al digno comité que aclare cuál apreciación es correcta, para poder guiarnos sobre el año y antigüedad de fabricación de los equipos.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el equipo deberá ser de año de fabricación 2023

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-DIRSAPOL-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Cuatro Equipos de Rayos X Dental para las Diferentes IPRESS PNP-CUI N° 2448694, N° 2448948, N° 2448964, N° 2448979

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:48:42

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitamos al digno comité agregar el siguiente documento para la admisión de la oferta:

q) Autorización de Servicios emitidos por el INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR - IPEN (En idioma Castellano y en copia simple) donde indique que el postor puede importar, comercializar, instalar, realizar mantenimientos y/o reparación de fuentes de radiación ionizante: equipos de rayos x de uso médico.

Este requerimiento será muy beneficioso y seguro para la entidad ya que según la letra e) Competencia, del Artículo 2 de la ley de contrataciones: Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.21 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 (incisos e) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el área usuaria, retiró dicho documento durante la Tercera Convocatoria a fin de obtener pluralidad de postores, a solicitud de la empresa SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA. Por tal motivo, se deberá presentar Registro Sanitario vigente, emitido por DIGEMID. En tal sentido, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO EN LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null