

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código : 20100042500

Nombre o Razón social : CIMATEC SAC

Fecha de envío : 29/12/2023

Hora de envío : 10:28:36

**Consulta: Nro. 1**

### **Consulta/Observación:**

SOLICITAN: ITEM 1 CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA - CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO A2 Material del cuerpo principal: Acero laminado en frío con recubrimiento de polvo antibacteriano.

Al respecto, los fabricantes de cabinas de bioseguridad utilizan diversos materiales que otorgan durabilidad, resistencia y esterilidad a sus equipos. Por ello, muchos fabricantes usan acero lamina o cold rolled o bien, Acero galvanizado con un recubrimiento que puede ser polvo antibacteriano, o epóxico electrostático. Así y para no restringir la participación de postores que cumplimos con normas US STANDARD ANSI NSF 49, EN 12469, ISO 14644, ETL, ETLC, ULC, etc. MEJORA TECNOLÓGICA, CONSULTAMOS al comité si aceptará el equivalente: Material de fabricación: construcción en lámina de acero galvanizado con recubrimiento epóxico electrostático.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 3.1    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### **Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara, este extremo de las bases se modificaran en las bases integradas, quedando de la siguiente manera:  
Material del cuerpo principal: Acero laminado en frío con recubrimiento de polvo antibacteriano y/o construcción en lámina de acero galvanizado con recubrimiento epóxico electrostático.

### **Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Material del cuerpo principal: Acero laminado en frío con recubrimiento de polvo antibacteriano y/o construcción en lámina de acero galvanizado con recubrimiento epóxico electrostático.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	10:28:36

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

SOLICITAN: ITEM 1 CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA - CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO A2 Ruido: <50 dB

Al respecto, según el ANEXO F de la NSF49-2019, F.1. Condiciones previas e intervalos de certificación en campo F.11 Test de nivel de ruido, la aceptación es que no exceda los 70 dB, Asimismo, la exposición al personal de trabajo debe ser menor a 80 dB de ruido laboral y se encuentra sustentada en la NTP 270 (Evaluación al personal de trabajo de la exposición al ruido) y acorde al DECRETO SUPREMO N° 085-2003-PCM (Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido). Por ello y para no restringir la participación de postores que cumplimos con normativas tanto nacionales como internacionales nombradas, OBSERVAMOS esta especificación y solicitamos se modifique quedando de la siguiente manera: Ruido: <65 dB

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 3.1    Literal: 3.1    Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara, este extremo de las bases se modificaran en las bases integradas, quedando de la siguiente manera: Ruido: <65 dB

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ruido: <65 dB

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	10:28:36

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

SOLICITAN: ITEM 1 CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA - CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO A2 El bien debe estar calibrado al momento de su entrega

Al respecto, las cabinas de bioseguridad, no se calibran sino que se califican, y esto significa que cuentan con un sello de fabricante que indica que el equipo ha sido testado AS MANUFACTURED y cumple con todos los parámetros de acuerdo a las normativas a las que se acoge, por ello y en beneficio del área usuaria de contar con una cabina de bioseguridad con calificación vigente, OSERVAMOS esta especificación y solicitamos se modifique quedando de la siguiente manera: El bien debe contar con calificación vigente al momento de su entrega.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 3.1      Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara, este extremo de las bases se modificaran en las bases integradas, quedando de la siguiente manera: El bien debe contar con calificación vigente al momento de su entrega.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El bien debe contar con calificación vigente al momento de su entrega.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	10:28:36

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

SOLICITAN: ITEM 2 INCUBADORA PARA ANALISIS MICROBIOLOGICO Dimensiones externas (ancho\*profundidad\*alto) 560\*560\*630 mm +/- 5 mm

Al respecto, las dimensiones de las incubadoras de 55 litros aprox, dependen del fabricante, solicitar dimensiones con valores fijos con tolerancias de apenas medio centímetro, dirige involuntariamente el proceso hacia el postor que distribuye la marca que cumple con estas especificaciones, por ello, y para no restringir la participación de postores que contamos con MEJORAS TECNOLÓGICAS tales como cumplimiento de DIN EN 61326:2004-05, EN 61326:1997, EN 61326/A1:1998, EN 61326/A2:2001, EN 61326/A2:2003, etc. OBSERVAMOS esta características, y solicitamos amablemente al comité modifique las bases quedando de la siguiente manera: Medidas de carcasa: An(D) x Al(E) x F(F): 585 x 784 x 514 mm

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 22**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara, este extremo de las bases se modificaran en las bases integradas, quedando de la siguiente manera:  
Dimensiones externas (ancho\*profundidad\*alto) 560\*560\*630 mm +/- 5 mm y/o 585 x 784 x 514 mm y/o 620\*680\*680 mm

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Dimensiones externas (ancho\*profundidad\*alto) 560\*560\*630 mm +/- 5 mm y/o 585 x 784 x 514 mm y/o 620\*680\*680 mm

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	10:28:36

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

SOLICITAN: ITEM 2 INCUBADORA PARA ANALISIS MICROBIOLOGICO Con cámara de esquinas redondas  
Al respecto, aun más importante que las esquinas redondas es que el equipo cuente con los elementos calefactores embutidos, esto es que no se encuentren expuestos dentro de la cámara sino debajo de las paredes de la incubadora, de este modo protegemos a las resistencias de contaminación con los microorganismos de trabajo, por ello, y para no dirigir involuntariamente el proceso de selección hacia un postor específico, CONSULTAMOS al comité si aceptará como alternativa: con cámara de aletas de embutición profunda, calefacción periférica de los 4 lados integrada MEJORA TECNOLÓGICA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, este extremo de las bases se modificaran en las bases integradas, quedando de la siguiente manera:  
Con cámara de esquinas redondas y/o con cámara de aletas de embutición profunda, calefacción periférica de los 4 lados integrada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con cámara de esquinas redondas y/o con cámara de aletas de embutición profunda, calefacción periférica de los 4 lados integrada.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	10:28:36

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

SOLICITAN: ITEM 2 INCUBADORA PARA ANALISIS MICROBIOLOGICO Rejillas cromadas  
Al respecto, el cromo es un material que tiene propiedades antibacterianas, pero más aun el acero inoxidable, mismo material que tiene la incubadora tanto interna como externa, por ello, rejillas de acero inoxidable resultan una MEJORA TECNOLÓGICA, siendo así, CONSULTAMOS al comité si aceptará: rejillas de acero inoxidable.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, este extremo de las bases se modificaran en las bases integradas, quedando de la siguiente manera:  
Rejillas cromadas y/o rejillas de acero inoxidable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
Rejillas cromadas y/o rejillas de acero inoxidable.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	10:28:36

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

SOLICITAN: ITEM 2 INCUBADORA PARA ANALISIS MICROBIOLOGICO Rango de temperatura: +5°C a 100°C

Al respecto, las incubadoras que existen en el mercado tienen una temperatura de trabajo máximas de 70 a 80°C, la mayoría de ellas no necesita una tmepratura de trabajo de 100°C porque en la incubadora no se van a llevar a cabo procesos de esterilización con calor húmedo, sino procesos de crecimiento de células, o microorganismos, los mismos que no requieren una temperatura mayor a los 45°C, por lo que equipos que alcanzan los 80°C ya cuentan con una MEJORA TECNOLÓGICA, por ello, y para no restringir la participación de postores, OBSERVAMOS este requerimiento, y solicitamos amablemente al comité modifique las bases quedando de la siguiente manera: Rango de temperatura de trabajo: mín. 5 sobre la temperatura ambiente hasta +80 °C

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara, este extremo de las bases se modificaran en las bases integradas, quedando de la siguiente manera:  
Rango de temperatura: mínimo + 5 °C c a 90°C +/- 10 °C.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Rango de temperatura: mínimo + 5 °C c a 90°C +/- 10 °C.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	10:28:36

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

SOLICITAN: ITEM 2 INCUBADORA PARA ANALISIS MICROBIOLOGICO Estable a Temperatura ambiente entre 5 a 40 °C

Al respecto, esta es una solicitud ambigua, porque algunos fabricantes pueden considerar que una variación de 0.5°C a 40°C es estable, mientras que otros pueden considerar que 0.1°C a 40°C recién es considerado estable. Por ello, y en beneficio del área usuaria de contar con equipos que detallen la estabilidad de su cámara, OBSERVAMOS esta especificación, y solicitamos amablemente al comité modifique las bases quedando de la siguiente manera: uniformidad de la temperatura en la cámara a 37°C de 0.6K de acuerdo a DIN 12880:2007-05.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 3.1      Página: 23**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara, no se acepta lo solicitado, debido a que esta característica se refiere a que la incubadora trabaje de forma estable (sin alteraciones en su funcionalidad) cuando se encuentre a temperaturas ambientales de +5 a +40°C, debido a que la incubadora estará en un laboratorio donde la temperatura ambiental puede ser extremas hasta llegar a 5°C.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

No se modifica el requerimiento ni las bases.



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	10:28:36

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

SOLICITAN: ITEM 2 INCUBADORA PARA ANALISIS MICROBIOLOGICO Tiempo de calentamiento 40 min +/- 5 min

Al respecto, esta es una solicitud ambigua ya que no indican a qué temperatura se realiza el conteo del tiempo de calentamiento. Por ello, y en beneficio del área usuaria de contar con marca serias que detallan a cabalidad los parámetros medidos de acuerdo a normas internacionales, CONSULTAMOS al comité si aceptará la siguiente MEJORA TECNOLÓGICA: Tiempo de calentamiento a 37°C de 25 minutos de acuerdo a DIN 12880:2007-05.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 3.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara, este extremo de las bases se modificaran en las bases integradas, quedando de la siguiente manera:  
Tiempo de calentamiento de 25 a 40 minutos para alcanzar 37 °C.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Tiempo de calentamiento de 25 a 40 minutos para alcanzar 37 °C.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	10:28:36

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

SOLICITAN: ITEM 3 BALANZA ANALITICA DE PRECISION

Máxima capacidad: 500 g

Mínima capacidad: 0.1 mg

Legibilidad [d]: 0,1 mg

Rango de tara: -500 g

Repetibilidad estándar (max): 0,25 mg

Repetibilidad emitida: 0,1 mg

Tiempo de estabilización: 2 s

Alimentación: 12 ÷ 16 V DC

Pantalla LCD (con retroiluminación)

Platillo mínimo de 10 cm de diámetro o 10 cm de ancho

Temperatura de ambiente: +5° hasta +40°C

Cabina de vidrio

Consumo de energía 220 W

Estas no son especificaciones propias de una balanza analítica, debido a que las balanzas analíticas que tienen una resolución de 0.1 mg tienen una capacidad máxima de 320 g, por ello, y en beneficio del área usuaria de contar con equipos que sí cumplen con normas de calidad internacionales, OBSERVAMOS este requerimiento y solicitamos amablemente modifiquen las bases quedando de la siguiente manera:

Capacidad máxima 320 g

Lectura mínima 0,1 mg

Tamaño del plato 90 mm

Calibración interna Automática MEJORA TECNOLÓGICA

Protección contra corrientes de aire Incluido MEJORA TECNOLÓGICA

Comunicación USB; RS232 (incluido); Host USB MEJORA TECNOLÓGICA

Dimensiones 354 mm x 340 mm x 230 mm (LxAxA)

Pantalla táctil a color WQVGA de 4.3" MEJORA TECNOLÓGICA

Linealidad ± 0,2 mg

Peso mínimo (USP, 0.1%, típico) 0,2 g

Material del plato Acero inoxidable

Alimentación Adaptador de CA (incluido)

Repetibilidad, típica 0,1 mg

Tiempo de estabilización 3 s

Rango de tara Capacidad total por sustracción

Unidades de medida Tael de Singapur; Onza Troy; Pennyweight; Grano; Tical; Personalizado; Miligramo; Newton; Momme; Tael de Taiwán; Baht; Gramo; Tael de Hong Kong; Libra; Tola; Mesghal; Quilates; Onza MEJORA TECNOLÓGICA

Entorno de trabajo 10 °C ÷ 30 °C, 80 % HR, sin condensación

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 3.1    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara, este extremo de las bases se modificaran en las bases integradas, quedando de la siguiente manera:

Máxima capacidad: de 320 a 500 g

(¿)

Calibración interna Automática

Protección contra corrientes de aire incluido

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC		
Nomenclatura :	AS-SM-60-2023-UNSAAC-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De		

	Específico	3.1	3.1	23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Pero no se modifica la capacidad mínima, tampoco las dimensiones del plato, debido a que el bien es de uso académico y los estudiantes requieren de mayor superficie, para evitar el derrame de muestras a medir.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
Máxima capacidad: de 320 a 500 g  
(i)  
Calibración interna Automática  
Protección contra corrientes de aire incluido

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	10:28:36

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

SOLICITAN: ITEM 4 AGITADOR MAGNÉTICO CON PLANCHA DE CALENTAMIENTO Temperatura de calentamiento hasta 280 °C

Por ser una MEJORA TECNOLÓGICA, para el desarrollo de aplicaciones más amplias, CONSULTAMOS al comité si aceptará una plancha calefactora con temperatura de calentamiento de hasta 500°C

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, no se acepta lo solicitado de incrementar la temperatura máxima de calentamiento a 500 °C, ya que en laboratorio de microbiología no se requerirá de esa temperatura para disoluciones o mezclas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se modifica el requerimiento ni las bases.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	10:28:36

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

SOLICITAN: ITEM 4 AGITADOR MAGNÉTICO CON PLANCHA DE CALENTAMIENTO Capacidad máxima: 20 Lt  
Por tener una capacidad similar a la solicitada y contar con MEJORAS TECNOLÓGICAS tal como una temperatura de trabajo máxima de hasta 500°C, CONSULTAMOS al comité si aceptará: capacidad 18 litros

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, no se acepta lo solicitado debido a que la característica indica capacidad máxima: 20 lt, este comprende todas las capacidades inferiores a la característica establecido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se modifica el requerimiento ni las bases.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	10:28:36

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

SOLICITAN: ITEM 4 AGITADOR MAGNÉTICO CON PLANCHA DE CALENTAMIENTO Placa de acero inoxidable  
Las placas de acero inoxidable son resistentes a la corrosión provocada por la humedad del ambiente o de las muestras de trabajo, sin embargo, no son resistentes a los ácidos o soluciones orgánicas calientes, en cambio sí es resistente a estas sustancias una placa de cerámica, por ello, y por ser una MEJORA TECNOLÓGICA, CONSULTAMOS al comité si aceptará: placa de cerámica

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, no se acepta lo solicitado debido a que el agitador será usado para enseñanza y se corre el riesgo de accidentes y la placa cerámica se puede quebrar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se modifica el requerimiento ni las bases.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	10:28:36

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

SOLICITAN: ITEM 4 AGITADOR MAGNÉTICO CON PLANCHA DE CALENTAMIENTO Dimensión de la placa 15 cm  
Una placa de una mayor dimensión permitirá el trabajo con diversos tipos de contenedores de muestras como matraces o vasos de precipitado de más capacidad, por ello, y por ser una MEJORA TECNOLÓGICA, CONSULTAMOS al comité si aceptará: Tamaño de la placa 10 in x 254 mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, este extremo de las bases se modificaran en las bases integradas, quedando de la siguiente manera:  
Dimensión de la placa mínimo 10 cm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
Dimensión de la placa mínimo 10 cm

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	10:28:36

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:  
SOLICITAN: ITEM 4 AGITADOR MAGNÉTICO CON PLANCHA DE CALENTAMIENTO Rango de velocidad [rpm]: 0-1500  
Más adelante solicitan un rango de velocidad de 100 a 1500 RPM contradiciéndose con esta especificación, por ello, y para homogenizar las ofertas , en beneficio del área usuaria de contar con un rango mayor de velocidad, CONSULTAMOS al comité si aceptará: rango de velocidad: 60-1600 RPM

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Se aclara, este extremo de las bases se modificaran en las bases integradas, quedando de la siguiente manera:  
Rango de velocidad [rpm]: 100 a 1500 +/- 50RPM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
Rango de velocidad [rpm]: 100 a 1500 +/- 50RPM



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	10:28:36

**Consulta:** Nro. 16

**Consulta/Observación:**

SOLICITAN: ITEM 4 AGITADOR MAGNÉTICO CON PLANCHA DE CALENTAMIENTO Rango de velocidad de 100 a 1500 RPM

En beneficio del área usuaria de contar con un rango mayor de velocidad, CONSULTAMOS al comité si aceptará: rango de velocidad: 60-1600 RPM

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara, este extremo de las bases se modificaran en las bases integradas, quedando de la siguiente manera:

Rango de velocidad [rpm]: 100 a 1500 +/- 50RPM

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Rango de velocidad [rpm]: 100 a 1500 +/- 50RPM

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	10:28:36

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

SOLICITAN: ITEM 4 AGITADOR MAGNÉTICO CON PLANCHA DE CALENTAMIENTO Consumo: 220W  
Al tener un mayor rango de temperatura y de velocidad que permitirán al usuario una mayor cantidad de aplicaciones MEJORA TECNOLÓGICA, nuestra oferta incluye un equipo que tiene un mayor consumo energético en pro del beneficio de las aplicaciones del usuario, además esta especificación depende del criterio de diseño de cada fabricante, por ello, CONSULTAMOS al comité si aceptará: Consumo de energía 1449 W

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, no se acepta lo solicitado debido a que la utilidad del agitador magnético, no requerirá mayor energía por la utilidad limitada que se le dará en laboratorio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se modifica el requerimiento ni las bases.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20608985094	Fecha de envío :	02/01/2024
Nombre o Razón social :	SOL GENETICA E.I.R.L.	Hora de envío :	15:41:21

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Se consulta amablemente al comité de selección en coordinación con el área usuaria indicar si pueden aceptar como ALTERNATIVA a lo solicitado las siguientes características que cumplen con la aplicación requerida y brindan mayor flexibilidad al usuario:  
Velocidad de flujo de entrada de aire: 0,53±0,025m/s  
Velocidad de flujo descendente de aire: 0,33±0,025m/s  
Filtro ULPA: 99,9995 % de eficiencia a 0,12 µm  
Lámpara Led  
estas características además de cumplir con las características solicitadas brindan mayor eficiencia de trabajo sin perjudicar el uso determinado de los equipos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, este extremo de las bases se modificaran en las bases integradas, quedando de la siguiente manera:  
(.)  
Velocidad de flujo de entrada de aire: 0,5 m/s y velocidad de flujo descendente: 0,3 m/s ambos +/- 0,03  
(...)  
Filtro HEPA : 99,999% y/o Filtro ULPA: 99,9995% de eficiencia a 0,12 um  
(...)  
Lámpara Led

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

(.)  
Velocidad de flujo de entrada de aire: 0,5 m/s y velocidad de flujo descendente: 0,3 m/s ambos +/- 0,03  
(...)  
Filtro HEPA : 99,999% y/o Filtro ULPA: 99,9995% de eficiencia a 0,12 um  
(...)  
Lámpara Led

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20608985094	Fecha de envío :	02/01/2024
Nombre o Razón social :	SOL GENETICA E.I.R.L.	Hora de envío :	15:41:21

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Se consulta amablemente al comité de selección en coordinación con el área usuaria indicar si pueden aceptar como EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD en pro de mayor concurrencia de postores: VENTA DE EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL Y/O VENTA DE EQUIPOS DE USO VETERINARIO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, se acepta parcialmente lo solicitado debido a la especialidad de los bienes a contratar, se requiere que el postor debe tener la experiencia en los bienes similares considerados, por tanto este extremo de las bases se modificaran en las bases integradas, quedando de la siguiente manera:

Se consideran bienes similares a los siguientes: Microscopios y/o Estereoscopios y/o Equipos de visualización como cámaras fotográficas para microscopios de diferentes características y/o balanzas en general y/o hornos esterilizadores y/o equipos de laboratorio en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran bienes similares a los siguientes: Microscopios y/o Estereoscopios y/o Equipos de visualización como cámaras fotográficas para microscopios de diferentes características y/o balanzas en general y/o hornos esterilizadores y/o equipos de laboratorio en general.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20608985094	Fecha de envío :	02/01/2024
Nombre o Razón social :	SOL GENETICA E.I.R.L.	Hora de envío :	22:49:32

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Se consulta amablemente al comité de selección en coordinación con el área usuaria indicar si pueden aceptar como ALTERNATIVA a lo solicitado las siguientes características que de acuerdo a nuestros ingenieros I+D cumplen con la aplicación requerida y brindan mayor flexibilidad al usuario:  
Dimensiones externas (ancho\*profundidad\*alto) 536\*588\*681 mm  
Rango de temperatura: +5°C a 85°C  
Temperatura ambiente entre 5 a 30 °C

pedimos amablemente evaluar nuestra consulta en pro de la mayor amplitud de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: 2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, no se acepta lo solicitado debido a que necesitamos de un equipo de mayor tamaño, para uso académico y destinado para enseñanza.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se modifica el requerimiento ni las bases.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20608985094	Fecha de envío :	02/01/2024
Nombre o Razón social :	SOL GENETICA E.I.R.L.	Hora de envío :	22:49:32

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Se consulta amablemente al comité de selección en coordinación con el área usuaria indicar si pueden aceptar como ALTERNATIVA a lo solicitado las siguientes características que cumplen con la aplicación requerida y brindan mayor flexibilidad al usuario:

Máxima capacidad: 500 g

Mínima capacidad: 0.1 mg ¿ 1 mg

Legibilidad [d]: 0.1 mg ¿ 1 mg

Rango de tara: -500 g

Repetibilidad estándar (max): 0,25 mg ¿ 2mg

Repetibilidad emitida: 0.1 mg ¿ 1 mg

pedimos amablemente evaluar nuestra consulta. gracias

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: 3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección no puede absolver la consulta debido a que los signos de interrogación no permiten comprender el sentido y alcance de la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se modifica el requerimiento ni las bases.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20608985094	Fecha de envío :	02/01/2024
Nombre o Razón social :	SOL GENETICA E.I.R.L.	Hora de envío :	22:49:32

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Se consulta amablemente al comité de selección en coordinación con el área usuaria indicar si pueden aceptar como ALTERNATIVA a lo solicitado las siguientes características que cumplen con la aplicación requerida y brindan mayor flexibilidad al usuario respecto a:

AGITADOR MAGNÉTICO CON PLANCHA DE CALENTAMIENTO

Temperatura de calentamiento hasta 550 °C

Temperatura de control precisión de +/- 1 °C (<100°C) y ±1%(>100°C)

Marcador de temperatura de la pantalla LCD O LED

Dimensión de la placa 13.5 cm (5 pulgadas) o 18.4\*18.4cm (7pulgadas)

Rango de velocidad [rpm]: 100-1500

Indicador de velocidad: LCD O LED

Temperatura ambiente de trabajo: 5 a 40 °C

Rango de velocidad de 100 a 1500 RPM

Consumo: 650W a 1050

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: 4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, no se acepta lo solicitado debido a que el uso que se le dará no amerita mayor temperatura y la utilidad del agitador magnético no requerirá mayor energía por la utilidad limitada que se le dará en laboratorio,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se modifica el requerimiento ni las bases.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20608985094	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	SOL GENETICA E.I.R.L.	Hora de envío :	08:29:25

**Consulta:** Nro. 23

**Consulta/Observación:**

en CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA - CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO A2, indica que el ruido debe ser < de 50dB

Se consulta amablemente al comité de selección en coordinación con el área usuaria indicar si pueden aceptar como ALTERNATIVA a lo solicitado las siguientes características que cumplen con la aplicación requerida

Ruido: ¿ 67dB

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 5.2      Literal: 1      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección no puede absolver la consulta debido al signo de interrogación, no permite comprender el sentido y alcance de la consulta, pero este extremo de las bases se modificaran en las bases integradas, quedando de la siguiente manera:

Ruido: <65 dB

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ruido: <65 dB



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	12:37:18

**Observación: Nro. 24**

**Consulta/Observación:**

**B. EXPERIENCIA DEL POSTOR**

Se consideran bienes similares: Microscopios y/o estereoscopios y/o equipos de visualización como cámaras fotográficas para microscopios de diferentes características y/o balanzas en general y/o hornos esterilizadores.

**OBSERVACIÓN:**

Se solicita al honorable Comité, tenga a bien considerar como bienes similares EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL, ya que los bienes requeridos pertenecen a este campo.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.2      Literal: B      Página: 26**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE ART. 2 INCISO A, B, C

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara, este extremo de las bases se modificaran en las bases integradas, quedando de la siguiente manera:

Se consideran bienes similares a los siguientes: Microscopios y/o Estereoscopios y/o Equipos de visualización como cámaras fotográficas para microscopios de diferentes características y/o balanzas en general y/o hornos esterilizadores y/o equipos de laboratorio en general.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se consideran bienes similares a los siguientes: Microscopios y/o Estereoscopios y/o Equipos de visualización como cámaras fotográficas para microscopios de diferentes características y/o balanzas en general y/o hornos esterilizadores y/o equipos de laboratorio en general.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	12:37:18

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

5.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA - CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO A2

Tamaño externo 1300\*800\*2250 mm

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, tenga a bien considerar, Tamaño externo 1300\*750\*2250 mm, ya que depende del fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, este extremo de las bases se modificaran en las bases integradas, quedando de la siguiente manera:  
Tamaño externo: (ancho\*profundidad\*altura) 1300\*800\*2250 mm +/- 50 mm como máximo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
Tamaño externo: (ancho\*profundidad\*altura) 1300\*800\*2250 mm +/- 50 mm como máximo

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	12:37:18

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

5.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA - CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO A2

Velocidad de flujo de aire: Promedio de 0.3-0.5 / s

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, tenga a bien considerar, velocidad de entrada 0,53+/- 0,025m/s - velocidad de flujo descente 0,33 +/- 0,025m/s, ya que depende del fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, este extremo de las bases se modificaran en las bases integradas, quedando de la siguiente manera:

(i)

Velocidad de flujo de entrada de aire: 0,5 m/s y velocidad de flujo descendente: 0,3 m/s ambos +/- 0,03

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

(i)

Velocidad de flujo de entrada de aire: 0,5 m/s y velocidad de flujo descendente: 0,3 m/s ambos +/- 0,03

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	12:37:18

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

5.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA - CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO A2

Filtro HEPA: 99,999%

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité tenga a bien considerar, Filtro ULP: 99,999% de eficiencia a 0,12um. Indicador de vida del filtro, ya que el equipo está bien diseñado para cumplir con la parte aséptica.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 5.2 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, se acepta lo solicitado parcialmente por tanto este extremo de las bases se modificaran en las bases integradas, quedando de la siguiente manera:

(i)

Filtro HEPA : 99,999% y/o Filtro ULPA: 99,9995% de eficiencia a 0,12 um

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

(i)

Filtro HEPA : 99,999% y/o Filtro ULPA: 99,9995% de eficiencia a 0,12 um

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	12:37:18

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

5.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA - CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO A2

Ruido: <50dB

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, Ruido: <67 dB, ya que depende del fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, no se acepta lo solicitado debido a que el nivel de ruido modificado esta amparado en NTP 270 (Evaluación al personal de trabajo de la exposición al ruido) y acorde al DECRETO SUPREMO Nº 085-2003-PCM (Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido), por tanto este extremo de las bases se modificaran en las bases integradas, quedando de la siguiente manera:

Ruido: <65 dB

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ruido: <65 dB

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	12:37:18

**Consulta:** Nro. 29

**Consulta/Observación:**

5.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA - CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO A2

Lámpara fluorescente

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, tenga a bien considerar, Lámpara fluorescente (opcional), ya que depende nuestro equipo tiene varios tipos de lámpara que suplen esta función y además integrar esta lámpara depende del fabricante.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 1    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara, este extremo de las bases se modificaran en las bases integradas, quedando de la siguiente manera:

(.)

Lámpara Fluorescente (opcional)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

(.)

Lámpara Fluorescente (opcional)

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	14:13:03

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

5.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA - CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO A2

Lámpara fluorescente

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, tenga a bien considerar, Lámpara fluorescente (opcional), ya que nuestro equipo tiene varios tipos de lámpara como la LED que suplen esta función y son mucho mejor tecnológicamente.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, este extremo de las bases se modificaran en las bases integradas, quedando de la siguiente manera:

(i)

Lámpara Fluorescente (opcional)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

(i)

Lámpara Fluorescente (opcional)

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:58:16

**Consulta:** Nro. 31

**Consulta/Observación:**

CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA

Tamaño externo: (ancho\*profundidad\*altura) 1300\*800\*2250 mm como máximo

Se SOLICITA al Comité de Selección se sirva ACEPTAR un equipo con tamaño externo : (ancho\*profundidad\*altura) 1300\*800\*2250 mm ± (mas menos) 10, o según las dimensiones de cada fabricante, con la finalidad de que exista mayor concurrencia de postores; debido a que cada fabricante tienen sus propias tecnologías y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado, sin tener especificaciones técnicas exactamente iguales.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 5.2      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara, este extremo de las bases se modificaran en las bases integradas, quedando de la siguiente manera:

Tamaño externo: (ancho\*profundidad\*altura) 1300\*800\*2250 mm +/- 50 mm como máximo

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Tamaño externo: (ancho\*profundidad\*altura) 1300\*800\*2250 mm +/- 50 mm como máximo



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:58:16

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA

Material del cuerpo principal: Acero laminado en frío con recubrimiento de polvo antibacteriano.

Se SOLICITA al Comité de Selección se sirva ACEPTAR un equipo con Material del cuerpo principal según lo propuesto por cada fabricante, o se sirvan considerar como OPCIONAL que el equipo cuente con Acero laminado en frío con recubrimiento de polvo antibacteriano; con la finalidad de que exista mayor concurrencia de postores; debido a que cada fabricante tienen sus propias tecnologías y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado, sin tener especificaciones técnicas exactamente iguales.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, este extremo de las bases se modificaran en las bases integradas, quedando de la siguiente manera:  
Material del cuerpo principal: Acero laminado en frío con recubrimiento de polvo antibacteriano y/o construcción en lámina de acero galvanizado con recubrimiento epóxico electrostático.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Material del cuerpo principal: Acero laminado en frío con recubrimiento de polvo antibacteriano y/o construcción en lámina de acero galvanizado con recubrimiento epóxico electrostático.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:58:16

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA

Ventanas laterales: vidrio templado de 5 mm, anti-UV

Se SOLICITA al Comité de Selección se sirva ACEPTAR un equipo con ventana de vidrio templado de 5 mm, anti-UV; debido a que existen equipos que tienen únicamente la ventana delantera, más no laterales es decir según el modelo, no afectando la funcionalidad del equipo y según la manufactura de cada fabricante, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado, sin tener especificaciones técnicas exactamente iguales; Con el fin de promover y fomentar la mayor participación de postores potenciales, no limitando su participación.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, este extremo de las bases se modificaran en las bases integradas, quedando de la siguiente manera:

Ventanas laterales y/o frontal: vidrio templado de 5 mm y anti-UV

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ventanas laterales y/o frontal: vidrio templado de 5 mm y anti-UV

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:58:16

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA

Lámpara de UV

Se SOLICITA al Comité de Selección se sirva ACEPTAR también un equipo con Lámpara LED, o según las especificaciones de cada fabricante, debido a que tienen sus propias tecnologías y modos de manufactura; Con el fin de promover y fomentar la mayor participación de postores potenciales, no limitando su participación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, este extremo de las bases se modificaran en las bases integradas, quedando de la siguiente manera:

(¿)

Lámpara Led

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

(¿)

Lámpara Led

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:58:16

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA

ACCESORIOS

01 lampara de UV de repuesto

Se SOLICITA al Comité de Selección se sirva ACEPTAR como accesorio Lámpara LED, o según las especificaciones de cada fabricante, debido a que tienen sus propias tecnologías y modos de manufactura; Con el fin de promover y fomentar la mayor participación de postores potenciales, no limitando su participación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, no se acepta lo solicitado debido a que trabajamos con biológicos de riesgo, por lo cual necesitamos la esterilización constante con lámparas UV.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se modifica el requerimiento ni las bases.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:58:16

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

INCUBADORA PARA ANALISIS MICROBIOLOGICO

Dimensiones externas (ancho\*profundidad\*alto) 560\*560\*630 mm +/- 5 mm

Se SOLICITA al Comité de Selección se sirva ACEPTAR un equipo con dimensiones externas (ancho\*profundidad\*altura) 620\*680\*680 mm, o según las dimensiones de cada fabricante, con la finalidad de que exista mayor concurrencia de postores; debido a que cada fabricante tienen sus propias tecnologías y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado, sin tener especificaciones técnicas exactamente iguales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, este extremo de las bases se modificaran en las bases integradas, quedando de la siguiente manera:

Dimensiones externas (ancho\*profundidad\*alto) 560\*560\*630 mm +/- 5 mm y/o 585 x 784 x 514 mm y/o 620\*680\*680 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dimensiones externas (ancho\*profundidad\*alto) 560\*560\*630 mm +/- 5 mm y/o 585 x 784 x 514 mm y/o 620\*680\*680 mm

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:58:16

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

INCUBADORA PARA ANALISIS MICROBIOLOGICO

Estable a Temperatura ambiente entre 5 a 40 °C

Solicitamos al Comité de Selección se sirvan ACLARAR , a que se refieren con Estable a Temperatura ambiente entre 5 a 40 °C; con la finalidad de ofertar el equipo más adecuado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, esta característica se refiere a que la incubadora trabaje de forma estable (sin alteraciones en su funcionalidad) cuando se encuentre a temperaturas ambientales de +5 a +40°C, debido a que la incubadora estará en un laboratorio en condiciones de temperatura ambiental de hasta 5°C.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se modifica el requerimiento ni las bases.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:58:16

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

BALANZA ANALITICA DE PRECISION

Máxima capacidad: 500 g

Se SOLICITA al Comité de Selección se sirva ACEPTAR un equipo con Máxima capacidad: 510 g, con la finalidad de que exista mayor concurrencia de postores; debido a que cada fabricante tienen sus propias tecnologías y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado, sin tener especificaciones técnicas exactamente iguales.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, este extremo de las bases se modificaran en las bases integradas, quedando de la siguiente manera:

Máxima capacidad: de 320 a 500 g

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Máxima capacidad: de 320 a 500 g

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:58:16

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

BALANZA ANALITICA DE PRECISION

Mínima capacidad: 0.1 mg

Se SOLICITA al Comité de Selección se sirva ACEPTAR un equipo con Mínima capacidad: 10mg, con la finalidad de que exista mayor concurrencia de postores; debido a que cada fabricante tienen sus propias tecnologías y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado, sin tener especificaciones técnicas exactamente iguales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, no se acepta lo solicitado ya que en laboratorio se requiere realizar el peso de sustancias menores a 1 mg.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se modifica el requerimiento ni las bases.



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:58:16

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

BALANZA ANALITICA DE PRECISION

Repetibilidad emitida: 0,1 mg

Se SOLICITA al Comité de Selección se sirva ACEPTAR un equipo con Repetibilidad emitida: 0,2 mg, con la finalidad de que exista mayor concurrencia de postores; debido a que cada fabricante tienen sus propias tecnologías y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado, sin tener especificaciones técnicas exactamente iguales.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, no se acepta lo solicitado debido a que si se requiere de pesados sucesivos necesitaremos alta precisión, para los pesos mínimos que requerimos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se modifica el requerimiento ni las bases.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:58:16

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

BALANZA ANALITICA DE PRECISION

Tiempo de estabilización: 2 s

Se SOLICITA al Comité de Selección se sirva ACEPTAR un equipo con Tiempo de estabilización: 4 s, con la finalidad de que exista mayor concurrencia de postores; debido a que cada fabricante tienen sus propias tecnologías y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado, sin tener especificaciones técnicas exactamente iguales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, este extremo de las bases se modificaran en las bases integradas, quedando de la siguiente manera:

Tiempo de estabilización: 2 a 4 s

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Tiempo de estabilización: 2 a 4 s

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:58:16

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

BALANZA ANALITICA DE PRECISION

Alimentación: 12 ÷ 16 V DC

Se SOLICITA al Comité de Selección se sirva ACEPTAR un equipo con Alimentación: 12 ÷ 16 V DC según las especificaciones técnicas de cada fabricante referente a la alimentación, debido a que no se estaría afectando a la funcionalidad del equipo, además se fomentaría la concurrencia de postores; debido a que cada fabricante tienen sus propias tecnologías y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado, sin tener especificaciones técnicas exactamente iguales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, se ratifica lo solicitado en las características técnicas porque aparentemente se esta solicitando la misma característica en la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se modifica el requerimiento ni las bases.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:58:16

**Consulta:** Nro. 43

**Consulta/Observación:**

BALANZA ANALITICA DE PRECISION

Platillo mínimo de 10 cm de diámetro o 10 cm de ancho

Se SOLICITA al Comité de Selección se sirva ACEPTAR un equipo con Platillo mínimo de 10 cm de diámetro o 10 cm de ancho o 80 mm de diámetro o 80 mm de ancho, con la finalidad de que exista mayor concurrencia de postores; debido a que cada fabricante tienen sus propias tecnologías y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado, sin tener especificaciones técnicas exactamente iguales.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 5.2      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara, lo referido a la dimensión del platillo es mínimo, se pueden presentar de mayores dimensiones.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

No se modifica el requerimiento ni las bases.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:58:16

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

AGITADOR MAGNÉTICO CON PLANCHA DE CALENTAMIENTO

Sensor de temperatura externa disponible y control precisión de +/- 0,5 °C

Se SOLICITA al Comité de Selección se sirva ACEPTAR un equipo con Sensor de temperatura externa disponible y control precisión de +/- 1 °C, o según las especificaciones técnicas de cada fabricante, con la finalidad de que exista mayor concurrencia de postores; debido a que cada fabricante tienen sus propias tecnologías y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado, sin tener especificaciones técnicas exactamente iguales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, no se acepta lo solicitado debido a que se necesita alta precisión de temperatura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se modifica el requerimiento ni las bases.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:58:16

**Consulta:** Nro. 45

**Consulta/Observación:**

AGITADOR MAGNÉTICO CON PLANCHA DE CALENTAMIENTO

Capacidad máxima: 20 Lt

Se SOLICITA al Comité de Selección se sirva ACEPTAR un equipo con Capacidad máxima entre 15Lt hasta 20 Lt , con la finalidad de que exista mayor concurrencia de postores; debido a que cada fabricante tienen sus propias tecnologías y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado, sin tener especificaciones técnicas exactamente iguales.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 5.2      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara, no se acepta lo solicitado porque se requerirá realizar disoluciones o mezclas en cantidades altas por tal motivo rechazamos la solicitud.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

No se modifica el requerimiento ni las bases.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:58:16

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS

El contratista debe garantizar la disponibilidad de servicios y repuestos del equipo dentro del país, por un periodo mínimo de DOS (2) años.

Se SOLICITA al Comité de Selección se sirva considerar como OPCIONAL que el contratista debe garantizar la disponibilidad de servicios y repuestos del equipo DENTRO DEL PAÍS, por un periodo mínimo de DOS (2) años.; ya que se estaría restringiendo/limitando la participación de postores cuyos equipos no son fabricados dentro del país, por lo tanto los repuestos son importados, por lo que solicitamos dicho requerimiento sea opcional ; y , de esta manera se fomentaría la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.6 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, no se acepta lo solicitado debido a que si el proveedor no podrá garantizar la disponibilidad de servicio y repuesto del equipo, como podría el área usuaria disponer de ellos ante cualquier eventualidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se modifica el requerimiento ni las bases.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA FILIAL SICUANI DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL De

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:58:16

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Plazo  
El plazo para la entrega de los bienes será como máximo 90 días calendario, computados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

SOLICITAMOS al Distinguido Comité de Selección se sirva AMPLIAR el plazo de entrega a 120 días calendarios(comprende la entrega, puesta en funcionamiento y capacitación), con la finalidad de que exista mayor concurrencia de postores; teniendo en cuenta la realidad actual, post pandemia donde muchos de los componentes/partes/piezas son adquiridos de proveedores de otras partes del mundo, siendo actualmente los plazos de envío/logística/producción más largos de lo habitual .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.8 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, no se acepta lo solicitado en vista que el Órgano Encargado de las Contrataciones en la Fase de Actuaciones Preparatorias (Indagación de Mercado) y tal como se consignó en el Resumen Ejecutivo, determinó la existencia de Pluralidad de proveedores que cumplen con el Requerimiento, entendiéndose que cumplen con el plazo de entrega requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se modifica el requerimiento ni las bases.