

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código : 20535773263

Nombre o Razón social : DISTRIBUIDORA MEDICA DIAGNOSTICA S.A.C.

Fecha de envío : 28/08/2024

Hora de envío : 16:10:46

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

EN EL PLAZO DE ENTREGA DICE: 45 DÍAS CALENDARIO, DETALLANDO LAS ACTIVIDADES COMO SIGUE:

- PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN: 32 DÍAS CALENDARIOS
- PLAZO DE INSTALACIÓN: 05 DÍAS CALENDARIO
- CAPACITACIÓN: 05 DÍAS CALENDARIO.
- PERÍODO DE PRUEBAS: 03 DÍAS CALENDARIO.

SUGERIMOS CAMBIAR POR:

- PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN: 65 DÍAS CALENDARIOS
- PLAZO DE INSTALACIÓN: 07 DÍAS CALENDARIO
- CAPACITACIÓN: 05 DÍAS CALENDARIO.
- PERÍODO DE PRUEBAS: 03 DÍAS CALENDARIO.

POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS CAMBIAR EL PLAZO DE ENTREGA A: 80 DÍAS CALENDARIO

ELLO DEBIDO A QUE EL TIEMPO DE IMPORTACIÓN PUEDE VARIAR TAL COMO SE ESTIPULA EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS.

EN CASO TENGAMOS EL EQUIPO ANTES DE NUESTRA SUGERENCIA, LO ENTREGAREMOS SIN NINGÚN IMPREVISTO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 9

Página: 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE PRECISA QUE ESE SENTIDO SE CONSIDERARA UN PLAZO

TOTAL DE 60 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE FIRMADO EL CONTRATO, EL MISMO QUE SERÁ

DETALLADO POR SER TRATARSE DE UN PROCESO LLAVE EN MANO Y DE IGUAL MANERA DEBERÁ CONSIDERARSE DE IGUAL MANERA DEBERÁ SER PRESENTADO POR LOS POSTORES EN EL FORMATO N° 04

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

LOS PLAZOS DE ENTREGA SERÁN DE SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS (DENTRO DE DICHO PLAZO ESTA CONSIDERADO ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO). CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA O FIRMADO EL CONTRATO (EL QUE OCURRA PRIMERO). EL CONTRATISTA DEBERÁ HACER LLEGAR POR ESCRITO O CORREO ELECTRÓNICO A LOS ENCARGADOS DE LA OBRA (RESIDENTE Y SUPERVISOR), UN CRONOGRAMA FECHADO DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES

- PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN (INGRESO DEL EQUIPO A ALMACÉN DEL HOSPITAL): 55 DÍAS CALENDARIOS

CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA O FIRMADO EL CONTRATO (EL QUE OCURRA PRIMERO).

- PLAZO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA: 05 DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL BIEN OPERATIVAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:26:24

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

La especificación A01 no es una especificación técnica por lo cual difícilmente podrá ser sustentado mediante documentación técnica. A fin de evitar confusiones durante la presentación de ofertas, recomendamos a la Entidad considerar esta especificación de caracter opcional.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP3 Literal: A01 Página: 21**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERÁN SUSTENTARSE MEDIANTE FOLLETOS Y/O CATÁLOGOS Y/O MANUALES Y/O HOJAS TÉCNICAS Y/O BROCHURE Y/O CARTAS DE FABRICANTE.. TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (INC. ACCESORIOS) (DEL PUNTO B01 AL PUNTO E03) A EXCEPCIÓN DEL PUNTO A01

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:26:24

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

"Especificación C01

La potencia del generador es un característica importante en todo equipo de rayos x ya que mientras mayor sea la potencia del generador, tendrá mayor capacidad para realizar exámenes sin recalentar. Así también, existen exámenes que requieren de mayor potencia del generador tales cómo exámenes de columna lateral, columna dorsal, etc.

Por tanto, para que la Entidad cuente con un equipo de rayos x que pueda realizar varios exámenes de manera consecutiva sin recalentar, se recomienda mejorar el punto C01 del siguiente modo:

""Potencia: 42 kW o mayor""

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: CAP3      Literal: C01      Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, YA QUE EL VALOR SOLICITADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, POR LO QUE LA PRETENSIÓN DEL PARTICIPANTE SOLO CONDUCE A EXIGENCIA QUE VULNERA EL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA, AL LIMITAR INJUSTIFICADAMENTE LA PARTICIPACIÓN DE POTENCIALES POSTORES QUE SÍ PODRÍAN CUMPLIR CON EL REQUERIMIENTO MÍNIMO EXIGIDO POR LA ENTIDAD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:26:24

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

"Especificación C02

El rango de corriente es una especificación importante ya que al tener un rango de corriente amplio permite una mayor adaptibilidad para diferentes procesos. Un rango amplio de mA permite ajustar la dosis de radiación en función del tamaño y la densidad del paciente. Para pacientes más grandes o partes del cuerpo más densas (como el abdomen), se pueden utilizar mA más altos para obtener imágenes de buena calidad. Para partes del cuerpo menos densas (como los huesos pequeños o niños), se pueden usar mA más bajos, reduciendo la exposición innecesaria a la radiación.

Solicitamos a la Entidad considerar mejorar la especificación C02 del siguiente modo:

""CORRIENTE: DE 10 mA HASTA 500 mA O RANGO MAYOR""

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP3 Literal: C02 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, DE CORRESPONDER CON LA OPINIÓN Nº 002-2020/DTN, EN DONDE LA DIRECCIÓN TÉCNICA NORMATIVA CONCLUYE DE LA SIGUIENTE FORMA, ¿EL ÁREA USUARIA ES LA DEPENDENCIA QUE CUENTA CON LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA DEFINIR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS QUE SE HABRÁN DE CONTRATAR. POR TAL RAZÓN, DE ACUERDO CON EL NUMERAL 8.6. DEL ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO, EL ÁREA USUARIA ES LA RESPONSABLE DE LA ADECUADA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO¿. EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE DICHA DISPOSICIÓN, LA UNIDAD USUARIA HA EVALUADO TÉCNICAMENTE LA SOLICITUD Y HA DETERMINADO QUE, CONSIDERANDO EL TIPO DE PACIENTES QUE SERÁN ATENDIDOS (PACIENTES PEDIÁTRICOS Y NEONATALES), NO RESULTA NECESARIO AMPLIAR EL RANGO DE CORRIENTE SOLICITADO EN LA ESPECIFICACIÓN C02, DADO QUE LOS VALORES REQUERIDOS YA GARANTIZAN UN FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL EQUIPO PARA EL USO PREVISTO.

POR LO TANTO, SE MANTIENE LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA ESTABLECIDA EN LAS BASES, EN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:26:24

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

"Especificación C04  
Se pide a la Entidad indicar el rango de ms que se aceptará. Según nuestra experiencia, se debe requerir que el equipo de rayos x rodable cuente con un tiempo de exposición lo menor posible a fin de no perjudicar al paciente."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP3 Literal: C04 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
SE PRECISA QUE DEBIDO A QUE POR LA NATURALEZA DE LOS PACIENTES (NEONATALES/PEDIATRICOS) MIENTRAS EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN SEA MENOR ES MAS BENEFICIOSO PARA LA SALUD DEL PACIENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
TIEMPO DE EXPOSICIÓN MÁS CORTO: 1 MS O MENOR

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:26:24

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

"Especificación C06  
Se pide a la Entidad indicar la frecuencia del generador ya que frecuencia del generador influye en la estabilidad del voltaje aplicado al tubo de rayos X. Generadores con frecuencias más altas (como los de alta frecuencia) ofrecen una salida de voltaje más estable y constante, lo que resulta en una radiación más homogénea y, por ende, en una mejor calidad de imagen."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP3 Literal: C06 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, CON LA FINALIDAD DE EVITAR LIMITACIONES AL RESPECTO DE ESTA CARACTERÍSTICA Y LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE POSTORES. ADEMÁS, SE SOLICITA UN GENERADOR DIGITAL DE ALTA FRECUENCIA LA CUAL ES PROPIA DEL DISEÑO DE CADA FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:26:24

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

"Especificación C07  
El rango de kV es una parámetro importante ya que esto permite ajustar la energía del haz de rayos X según el tipo de estudio que se realice. Para estudios que requieren penetrar áreas más densas del cuerpo, como el abdomen o la columna, se utilizan kV altos, mientras que para estructuras más superficiales o con menos densidad, como las extremidades, se usan kV más bajos.  
Solicitamos a la Entidad considerar mejorar la especificación C07 del siguiente modo:

""DE 40 KV CÓMO MÍNIMO EN EL RANGO MENOR A 150 KV O MÁS""

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** CAP3      **Literal:** C07      **Página:** 21  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN. TRAS SU EVALUACIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD USUARIA, SE DETERMINA QUE EXISTE UN ERROR MATERIAL DE DIGITACIÓN, AL HABERSE CONSIGNADO INCORRECTAMENTE EL VALOR DE LA CARACTERÍSTICA DEL EQUIPO, CONSIDERANDO "KVP" EN LUGAR DE "KV". DICHO ERROR, CON MOTIVOS DE INTEGRACIÓN DE BASES, SERÁ CORREGIDO EN RELACIÓN CON LA ESPECIFICACIÓN C07: 40 KV COMO MÍNIMO EN EL RANGO MENOR Y 125 KV O MÁS EN EL RANGO MAYOR. RESPECTO A LA MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, NO SE MODIFICARÁ NINGÚN EXTREMO, TODA VEZ QUE LA ENTIDAD SOLO CONSIDERÓ VALORES MÍNIMOS, SIN ESTABLECER RESTRICCIONES QUE LIMITEN LA PARTICIPACIÓN DE BIENES CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS REQUERIDAS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
C07: 40 KV CÓMO MÍNIMO EN EL RANGO MENOR A 125 KV O MÁS EN EL RANGO MAYOR

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:26:24

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

"Especificación C11  
La capacidad calorífica del tubo es un parámetro importante ya que sirve para determinar cuánto calor puede disipar el ánodo durante el funcionamiento, sin sobrecalentarse y afectar su rendimiento o vida útil. Una mayor capacidad calorífica permite realizar un mayor número de exposiciones en un periodo corto sin que el equipo deba detenerse para enfriarse. Esto es especialmente útil en entornos de alta demanda, como centros de salud con un gran flujo de pacientes. Solicitamos a la Entidad considerar mejorar la especificación C11 del siguiente modo:

""CAPACIDAD CALORÍFICA DEL ÁNODO: 150 KHU O MAYOR""

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** CAP3      **Literal:** C11      **Página:** 21  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, LUEGO DE EVALUAR LA OBSERVACIÓN Y LA SOLICITUD DE MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN C11, ES PERTINENTE PRECISAR QUE LA UNIDAD USUARIA, EN SU CALIDAD DE CONOCEDORA TÉCNICA DE SU NECESIDAD, Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, PARTICULARMENTE EL DE EVITAR EXIGENCIAS DESPROPORCIONADAS QUE RESTRINJAN LA LIBRE CONCURRENCIA, HA DETERMINADO QUE EN ESTE EXTREMO NO CORRESPONDE ACOGER LA OBSERVACIÓN. ELLO DEBIDO A QUE LA ENTIDAD, AL ESTABLECER UN VALOR MÍNIMO, PERMITE LA PARTICIPACIÓN DE OFERTAS CON BIENES QUE CUENTEN CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:26:24

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

"Especificación C14  
La matriz del detector es un parámetro importante es importante pues la matriz del detector ayuda a determinar el tamaño de la imagen capturada en una sola exposición. Esto permite a los operadores ajustar el área de examen, evitando la necesidad de múltiples exposiciones y mejorando la eficiencia del proceso.  
Solicitamos a la Entidad considerar mejorar la especificación C14 del siguiente modo:

""MATRIZ 2600 x 3000 PÍXELES O MAYOR""

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP3 Literal: C14 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN, TODA VEZ QUE EL EQUIPO SERÁ DESTINADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE NEONATOLOGÍA Y PEDIATRÍA. EN ATENCIÓN A LA EVALUACIÓN TÉCNICA REALIZADA POR LA UNIDAD USUARIA, CORRESPONDE AMPLIAR LA ESPECIFICACIÓN C14, QUEDANDO REDACTADA DE LA SIGUIENTE MANERA: MATRIZ DE 2300 X 2800 PÍXELES O MAYOR. DE ESTA FORMA, LA PROPUESTA DEL PARTICIPANTE SE ENCUENTRA COMPRENDIDA DENTRO DE LOS PARÁMETROS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
C14: MATRIZ 2300 X 2800 PÍXELES O MAYOR

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:26:24

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

"Especificación C15  
El área eféctiva es una característica importante para la adquisición de una buena imagen ya que un rea activa más amplia permite capturar imágenes de una mayor porción del cuerpo en una sola exposición, lo que reduce la necesidad de hacer varias tomas y mejora la eficiencia en los procedimientos.  
Solicitamos a la Entidad considerar mejorar la especificación C15 del siguiente modo:

""CAPTURA DE IMÁGENES DE 43 x 35 cm CÓMO MÍNIMO""

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP3    **Literal:** C15    **Página:** 21  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION CONSIDERANDO QUE SE TRATA DE UN EQUIPO CUYA ÁREA DE INTERVENCIÓN SERÁ EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA CUYO TIPO DE PACIENTE ES SUCEPTIBLE A MOVERSE Y POR ENDE EL RIESGO A REPOSICONAR LA PACIENTE ES ALTO, POR LO QUE LA NECESIDAD DEL SERVICIO USUARIO ES CONTAR CON UN FLAT PANEL QUE SE AJUSTE A TAL SITUACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
C15 FOLIO PEDIÁTRICO (FLAT PANEL) DE 14"X17" O MAYOR (DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO DE RX)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:26:24

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

"Especificación C16  
La resolución solicitada en la especificación C16 corresponden a un detector de tamaño menor (usualmente detectores de 12" x 10"). En caso un postor pueda ofrecer un detector de mayor área, lo cual es más recomendable, la resolución del pixel tiende a aumentar. Por este motivo, solicitamos a la Entidad considerar ampliar la especificación C16 del siguiente modo:

""RESOLUCIÓN DEL PIXEL: 140 MICRONES (um) O MENOS""

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP3    **Literal:** C16    **Página:** 21  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN, CON LA FINALIDAD DE CONSEGUIR MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES, ASÍ MISMO SE INDICA QUE AL SER LA APLICACIÓN PARA USO NEONATAL / PEDIÁTRICO, LA VARIACIÓN DEL TAMAÑO DEL PIXEL EN MICRONES ES MINIMA NO AFECTANDO LA RESOLUCIÓN PARA LAS APLICACIONES DEL EQUIPO EN LOS PACIENTES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
C16 RESOLUCIÓN DE PIXEL 150 MICRONES O MENOR

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:26:24

**Observación: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

"Especificación C17  
La resolución espacial es un parámetro muy importante ya que al tener una mayor resolución, se puede obtener una imagen con mayor nivel de detalle, lo que facilita la identificación de estructuras anatómicas finas, anomalías o lesiones pequeñas, que podrían pasar desapercibidas con una resolución menor. Por este motivo, solicitamos a la Entidad considerar mejorar la especificación C16 del siguiente modo:

""RESOLUCIÓN ESPACIAL MÁXIMA: 3.8 lp/mm CÓMO MÍNIMO""

**Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: CAP3    Literal: C17    Página: 21**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
NO SE ACOGE, YA QUE EL VALOR SOLICITADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:26:24

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

"Especificación C21  
La especificación C21 solicita que el panel de control realice autodiagnóstico. Nuestro equipo de procedencia europea al encender ejecuta el software de reconocimiento para corroborar el buen estado de todos sus componentes. Se pregunta a la Entidad si esta característica será aceptada como autodiagnóstico."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP3 Literal: C21 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
SE ACLARA QUE EL AUTODIAGNÓSTICO SE HACE AL INICIO Y/O ENCENDIDO O SEGÚN LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE PARA CORROBORAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, ASÍ MISMO, DEBERÁ VISUALIZARSE EN LA PANTALLA CUANDO EL EQUIPO PRESENTE ALGÚN ERROR O FALLA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:26:24

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

"Especificación C22  
La especificación C22 solicita una pantalla de 19"" cómo mínimo. Entendemos que el acceso a esa pantalla se realiza de manera directa debido a que la pantalla era táctil. A fin de evitar confusión durante la presentación de ofertas, pedimos a la Entidad confirmar y añadir en la especificación observada si la pantalla es táctil."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP3 Literal: C22 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
SE ACOGE LA OBSERVACIÓN CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES Y MEJORANDO LA INTERFACE MAS AMIGABLE Y VIGENTE TECNOLOGICAMENTE PARA EL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
C22: MONITOR A COLOR 19" O MAYOR TÁCTIL EN LCD O TFT

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:26:24

**Observación: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

"Especificación C24

La especificación C24 requiere un disco duro con una capacidad de almacenamiento de hasta 10000 imágenes. Consideramos que lo normal es que la capacidad de un disco duro se mide en gigabytes o terabytes ya que son términos técnicos más estandarizados.

Con la finalidad de permitir una mayor participación de postores, solicitamos a la Entidad considerar la capacidad de memoria en gigabytes o terabytes."

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP3 Literal: C24 Página: 21**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, CON LA FINALIDAD DE IMPULSAR LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE FUTUROS POSTORES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

C24 DISCO DURO CON CAPACIDAD DE ALMACENAR 10000 IMÁGENES O UN 1 TB COMO MÍNIMO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:26:24

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

"Especificación C25

La especificación C25 requiere de un software para pediatría. Solicitamos a la Entidad aclarar a que se refiere exactamente al solicitar un software para pediatría."

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: CAP3 Literal: C25 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EXISTIÓ UN ERROR INVOLUNTARIO DE TIPEO, SIENDO LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA SIGUIENTE MANERA: "C25: SOFTWARE QUE REALICE: REALICE DE CONTORNOS, ROTACIÓN DE LA IMAGEN, LIBRE ROTACIÓN DE LA IMAGEN, ANOTACIONES EN LA IMAGEN, MARCAS DE POSICIONAMIENTO, MARCAS DE MEDIDA, INVERSIÓN DE LA IMAGEN, POSITIVO - NEGATIVO, INVERSIÓN DEL LADO DERECHO/IZQUIERDO Y SUPERIOR/INFERIOR, REFLEJO, ZOOM. ASÍ MISMO VISUALIZACIÓN CLARA DE TUBOS Y CATÉTER" NO AFECTA LA FINALIDAD NI LOS ACTOS PREPARATORIOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C25: SOFTWARE (CON LICENCIA PERPETUA) QUE REALICE: REALCE DE CONTORNOS, ROTACIÓN DE LA IMAGEN, LIBRE ROTACIÓN DE LA IMAGEN, ANOTACIONES EN LA IMAGEN, MARCAS DE POSICIONAMIENTO, MARCAS DE MEDIDA, INVERSIÓN DE LA IMAGEN, POSITIVO - NEGATIVO, INVERSIÓN DEL LADO DERECHO/IZQUIERDO Y SUPERIOR/INFERIOR, REFLEJO, ZOOM. ASÍ MISMO VISUALIZACIÓN CLARA DE TUBOS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:26:24

**Observación: Nro. 17**

**Consulta/Observación:**

"Especificación C29  
La especificación C29 requiere de un rango de movimiento vertical el cual restringe la participación de varias marcas. A fin de promover una mayor participación de postores, solicitamos a la Entidad considerar la ampliación de la especificación C29 del siguiente modo:

""MOVIMIENTO DEL CONJUNTO BRAZO-CABEZAL EN EL PLANO VERTICAL, DESPLAZANDO EL PUNTO FOCAL DESDE 80 cm O MENOS HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 170 cm O MÁS. MEDIDOS DESDE EL NIVEL DEL PISO"

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP3 Literal: C29 Página: 22**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN CON LA FINALIDAD DE TENER LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES Y TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE DISTORSIONA LA NECESIDAD DEL AREA USUARIA Y TAMPOCO EL FUNCIONAMIENTO REQUERIDO PARA EL USO DEL EQUIPO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

C29: MOVIMIENTO DEL CONJUNTO BRAZO-CABEZAL EN EL PLANO VERTICAL, DESPLAZANDO EL PUNTO FOCAL DESDE 100 CM O MENOS HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 170 CM O MÁS. MEDIDOS DESDE EL NIVEL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:26:24

**Observación: Nro. 18**

**Consulta/Observación:**

Solicitamos a la Entidad confirmar si el equipo de rayos x requerirá de equipos periféricos tales como impresora de placas, UPS, transformadores de aislamiento. En caso se requiera. Recomendamos al Comité Evaluador considerar las principales características para esos equips periféricos.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP3 Literal: . Página: 22**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN YA QUE NO ES UNA NECESIDAD DEL SERVICIO, CEÑIRSE A LAS BASES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:26:24

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

De la revision de las bases, se identifica que no están solicitando equipos del 2024, sabiendo que en el mercado nacional y local por el prolongado plazo de entrega el cual sera suficiente para culminar la importación de un equipo nuevo 2024, al respecto solicitamos al comité incluir que el año de fabricación mínimo sea 2024 para el equipo ofertado, a fin de no tener equipos antiguos o guardados por mucho tiempo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP3 Literal: . Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, DE LA EVALUACIÓN REALIZADA A LA OBSERVACIÓN, SE CONCLUYE QUE EL CRITERIO PROPUESTO POR EL PARTICIPANTE RESULTA CONTRAPRODUCTENTE Y CONFUSO PARA LA ENTIDAD CONTRATANTE, AL NO ESTABLECER UN LÍMITE CLARO RESPECTO A LA ANTIGÜEDAD DE FABRICACIÓN DEL BIEN, LO CUAL DIFICULTA UNA VERIFICACIÓN OBJETIVA EN LA ETAPA DE CALIFICACIÓN. EN ESE SENTIDO, NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN EN NINGÚN EXTREMO, MANTENIÉNDOSE LA EXIGENCIA REFERIDA A LA ANTIGÜEDAD DEL EQUIPO: ¿EL AÑO DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO DEBERÁ SER DOCE (12) MESES O MENOR A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS¿.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:26:24

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

Observamos que el personal clave solicitado no piden que personal para capacitación usuaria el cual, dada la complejidad del equipo debe ser una tecnologo médico con especialidad en radiología. Este personal también deberá estar capacitado en el equipo ofertado, por tanto solicitamos al comité especial considerar incluir el personal para capacitación usuario.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP3 Literal: C Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN,  
CONSIDERANDO QUE ES UN EQUIPO DE TECNOLOGÍA ESPECIALIZADA QUE TRABAJA CON RADIACIÓN IONIZANTE(RAYOS X), CUYO USO ES CONTROLADO Y SUPERVISADO POR EL IPEN (INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR), DEBIDO A QUE ES NOSIVO EN EXPOSICIÓN DIRECTA PARA EL SER HUMANO, ES IMPRESCINDIBLE QUE EL PERSONAL CLAVE SEA PROFESIONAL ACREDITADO MUY APARTE DE LA EXPERIENCIA DEBE SER CAPACITADO Y CON UN PERFIL DE PROFESIONAL COLEGIADO HABILITADO Y CON LICENCIA DEL IPEN PARA TRABAJOS EN EQUIPOS DE RADIACIÓN IONIZANTE. POR ELLO ES NECESARIO CONTAR CON EL PERSONAL CLAVE CON EL PERFIL DETALLADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:26:24

**Observación: Nro. 21**

**Consulta/Observación:**

Observamos que no se ha indicado la documentación que se puede utilizar como sustentos tales como manuales, brochures, datasheet emitidos por el fabricante o similares. Consideramos que este punto es importante para poder realizar el sustento sin problema.

**Acápite de las bases : Sección: Específico      Numeral: CAP2      Literal: II      Página: 16**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE PRECISA QUE SI SE HA SOLICITADO EN EL FOLIO 24 LA PRESENTACIÓN FOLLETOS, CATÁLOGOS, MANUALES, HOJAS TÉCNICAS, BROCHURE, PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES O ESPECÍFICAS, COMPONENTES Y ACCESORIOS DEL EQUIPO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
FOLLETOS Y/O CATÁLOGOS Y/O MANUALES Y/O HOJAS TÉCNICAS Y/O BROCHURE Y/O CARTAS DE FABRICANTE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:26:24

**Observación: Nro. 22**

**Consulta/Observación:**

Observamos que no se ha indicado si todos los puntos deben ser sustentados o solo unos cuantos. Pedimos a la Entidad se sirva a indicar que puntos se deben sustentar y cuales no.

**Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: CAP3 Literal: . Página: 21**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE PRECISA QUE SE DEBERÁN SUSTENTAR MEDIANTE FOLLETOS Y/O CATÁLOGOS Y/O MANUALES Y/O HOJAS TÉCNICAS Y/O BROCHURE Y/O CARTAS DE FABRICANTE. TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (INC. ACCESORIOS) (DEL PUNTO B01 AL PUNTO E03) A EXCEPCIÓN DEL PUNTO A01

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

FOLLETOS Y/O CATÁLOGOS Y/O MANUALES Y/O HOJAS TÉCNICAS Y/O BROCHURE Y/O CARTAS DE FABRICANTE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20606042044	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	23:33:39

**Observación: Nro. 23**

**Consulta/Observación:**

"En las presentes bases se solicita:  
C01: POTENCIA: 30 KW O MAYOR.  
Sobre este punto, es oportuno señalar que, en el mercado existen diferentes equipos de RAYOS X con potencia de generador mayor a los 30 kW lo cuales significa una gran ventaja funcional ya que les permitirá realizar mas exámenes que requieren alto kV y alto mA sin necesidad de forzar a la máquina. Así tambien, podrán realizar un trabajo continuo sin riesgo de recalentar el equipo de Rayos X.  
Con la finalidad de lograr que el centro de salud cuente con equipo de rayos x robusto, solicitamos al Comité de Selección permita mejorar la especificación C01 según el siguiente enunciado:

C01: Potencia: 40 kW o mayor  
"

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** capIII      **Literal:** C01      **Página:** 21  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, YA QUE EL VALOR SOLICITADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ADEMÁS EL VALOR REQUERIDO SE AJUSTA A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO USUARIO DE ACUERDO AL TIPO DE PACIENTES QUE SE ATENDERÁ(PEDIATRICO/NEONATALES)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20606042044	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	23:33:39

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

"Se observa que la especificación C02 solicita un rango de corriente que va hasta los 360 mA. Sin embargo, es importante considerar que un rango de corriente más amplio del generador ofrecerá ventajas al operador tales como que un mayor rango de ma permitirá mayor capacidad de exámenes que requieran una mejor resolución tales como los exámenes de columnna lateral.

Por tanto, se recomienda al comité de selección considerar ampliar la especificación C02 de la siguiente manera:

C02: Rango corriente: de 10 a 550 mA o rango de mayor amplitud."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: capIII Literal: C02 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, YA QUE POR EL TIPO DE PACIENTES QUE SERÁN ATENDIDOS CON EL EQUIPO (PEDIÁTRICO NEONATAL) NO ES NECESARIO CONSIDERAR MAYORES RANGOS, CEÑIRSE A LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20606042044	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	23:33:39

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

"Se observa que la especificación C03 solicita un rango de mAs bajo. Un rango amplio permite ajustar la cantidad de radiación que se envía al paciente, minimizando la dosis necesaria para obtener una imagen de buena calidad, lo que es esencial para la seguridad del paciente. Un rango más amplio de mAs permite optimizar la exposición para obtener imágenes más nítidas y detalladas. En estudios donde se necesita más detalle (por ejemplo, imágenes de partes gruesas del cuerpo o exámenes que requieren alta resolución), se puede aumentar el mAs para mejorar la calidad de la imagen. Por tanto, se recomienda al comité de selección considerar ampliar la especificación C03 de la siguiente manera:

C03: RANGO DE mAs: 0.1 mAs O MENOR HASTA 550 mAs"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: capIII Literal: C03 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, YA QUE EL VALOR SOLICITADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20606042044	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	23:33:39

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

"Se observa que la especificación C04 solicita un tiempo de exposición demasiado alto. Es importante indicar que lo más importante de esta especificación es que el equipo de rayos x por adquirir cuente con el menor tiempo de adquisición posible ya que mientras menor sera el tiempo de adquisición, menos radiación recibira el paciente. Esto es muy importante sobre todo cuando se trabaja con pacientes pediátricos y neonatales.

Con la finalidad de que el centro de salud cuente con equipo de rayos x óptimo, recomendamos al Comité de Selección, mejorar especificación C04 según el siguiente enunciado:

C04: TIEMPO DE EXPOSICIÓN: Desde 1 ms hasta 5 segundos o rango mayor

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: capIII Literal: C04 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION DEBIDO A QUE POR LA NATURALEZA DE LOS PACIENTES (NEONATALES/PEDIATRICOS) MIENTRAS EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN SEA MENOR ES MAS BENEFICIOSO PARA LA SALUD DEL PACIENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20606042044	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	23:33:39

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

"Se observa que la especificación C06 solicita que el generador sea de alta frecuencia. Una frecuencia alta influye en la capacidad de generar rayos X de alta calidad. Un generador con una frecuencia más alta produce pulsos de rayos X más uniformes, lo que reduce la borrosidad de la imagen y mejora la resolución. Por ende, recomendamos al Comité Evaluador considerar mejorar la especificación de la siguiente manera:

C06: CONVERTIDOR DE ALTA FRECUENCIA: 280 KHZ O MAYOR  
"

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: capIII      Literal: C06      Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE CON LA FINALIDAD DE EVITAR LIMITACIONES AL RESPECTO DE ESTA CARACTERÍSTICA Y LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE POSTORES. ADEMÁS, SE SOLICITA UN GENERADOR DIGITAL DE ALTA FRECUENCIA LA CUAL ES PROPIA DEL DISEÑO DE CADA FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20606042044	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	23:33:39

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

"Se observa que la especificación C07 solicita un rango de kV demasiado simple. A fin de mejorar la calidad de imagen, recomendamos al Comité Evaluador considerar mejorar la especificación C07 ya que un kV más alto puede disminuir el contraste, pero mejora la penetración en tejidos densos.  
Por ende, recomendamos al Comité Evaluador considerar mejorar la especificación de la siguiente manera:

C07: 40 KV CÓMO MÍNIMO EN EL RANGO MENOR A 150 KV O MÁS"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: capIII Literal: C07 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN. TRAS SU EVALUACIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD USUARIA, SE DETERMINA QUE EXISTE UN ERROR MATERIAL DE DIGITACIÓN, AL HABERSE CONSIGNADO INCORRECTAMENTE EL VALOR DE LA CARACTERÍSTICA DEL EQUIPO, CONSIDERANDO "KVP" EN LUGAR DE "KV". DICHO ERROR, CON MOTIVOS DE INTEGRACIÓN DE BASES, SERÁ CORREGIDO EN RELACIÓN CON LA ESPECIFICACIÓN C07: 40 KV COMO MÍNIMO EN EL RANGO MENOR Y 125 KV O MÁS EN EL RANGO MAYOR. RESPECTO A LA MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, NO SE MODIFICARÁ NINGÚN EXTREMO, TODA VEZ QUE LA ENTIDAD SOLO CONSIDERÓ VALORES MÍNIMOS, SIN ESTABLECER RESTRICCIONES QUE LIMITEN LA PARTICIPACIÓN DE BIENES CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS REQUERIDAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C07: 40 KV CÓMO MÍNIMO EN EL RANGO MENOR A 125 KV O MÁS EN EL RANGO MAYOR

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20606042044	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	23:33:39

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

"Se observa que la especificación C11 solicita una capacidad calorífica menor a lo recomendado. A fin de que el centro de salud cuente con un equipo de rayos x rodable con una mejor capacidad calorífica, lo cual ayudará a soportar más exposición a rayos X sin riesgo de sobrecalentamiento, lo que alarga su vida útil, recomendamos mejorar la especificación de la siguiente manera:

C11: CAPACIDAD CALORÍFICA DEL ÁNODO: 200 KHU O MAYOR"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: capIII Literal: C11 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, LUEGO DE EVALUAR LA OBSERVACIÓN Y LA SOLICITUD DE MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN C11, ES PERTINENTE PRECISAR QUE LA UNIDAD USUARIA, EN SU CALIDAD DE CONOCEDORA TÉCNICA DE SU NECESIDAD, Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, PARTICULARMENTE EL DE EVITAR EXIGENCIAS DESPROPORCIONADAS QUE RESTRINJAN LA LIBRE CONCURRENCIA, HA DETERMINADO QUE EN ESTE EXTREMO NO CORRESPONDE ACOGER LA OBSERVACIÓN. ELLO DEBIDO A QUE LA ENTIDAD, AL ESTABLECER UN VALOR MÍNIMO, PERMITE LA PARTICIPACIÓN DE OFERTAS CON BIENES QUE CUENTEN CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20606042044	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	23:33:39

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

"Se observa que la especificación C14 solicita una matriz menor a lo recomendado. Considerar una matriz más amplia mejora la resolución de la imagen adquirida ya que esto se refiere a la disposición de los píxeles que capturan la radiación y la convierten en una imagen digital. Cuanto mayor sea la cantidad de píxeles, mayor será la resolución de la imagen, lo que mejora la capacidad para detectar detalles finos en el diagnóstico.  
Por ende, recomendamos al Comité Evaluador considerar mejorar la especificación de la siguiente manera:

C14: MATRIZ 2500 x 3000 PÍXELES O MAYOR  
"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: capIII Literal: C14 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, YA QUE EL EQUIPO SERÁ UTILIZADO PARA PACIENTES DE NEONATOLOGÍA Y PEDIATRÍA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C14: MATRIZ 2300 X 2800 PÍXELES O MAYOR

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20606042044	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	23:33:39

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

"Se observa que la especificación C15 solicita un área efectiva menor a lo recomendado. Consideramos que se debería mejorar la especificación C15 ya que un detector de mayor área activa, es menos probable que se tenga que reposicionar al paciente o el detector durante el examen, lo que es especialmente beneficioso en pacientes con movilidad reducida o en situaciones donde el tiempo es crítico.  
Por ende, recomendamos al Comité Evaluador considerar mejorar la especificación de la siguiente manera:

C15: CAPTURA DE IMÁGENES DE 14"" x 17"" CÓMO MÍNIMO"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: capIII Literal: C15 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION CONSIDERANDO QUE SE TRATA DE UN EQUIPO CUYA ÁREA DE INTERVENCIÓN SERÁ EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA CUYO TIPO DE PACIENTE ES SUCEPTIBLE A MOVERSE Y POR ENDE EL RIESGO A REPOSICONAR LA PACIENTE ES ALTO, POR LO QUE LA NECESIDAD DEL SERVICIO USUARIO ES CONTAR CON UN FLAT PANEL QUE SE AJUSTE A TAL SITUACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C15 FOLIO PEDIÁTRICO (FLAT PANEL) DE 14"X17" O MAYOR (DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO DE RX)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20606042044	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	23:33:39

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

"Se observa que la especificación C16 requiere una resolución del pixel el cual corresponde a un detector pequeño. A fin de promover una mayor pluralidad de postores, solicitamos al Comité Evaluador considerar ampliar la especificación C16 de la siguiente manera:

C16: RESOLUCIÓN DEL PIXEL 140 MICRONES COMO MÁXIMO"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: capIII Literal: C16 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN, CON LA FINALIDAD DE CONSEGUIR MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES, ASÍ MISMO SE INDICA QUE LA APLICACIÓN SERÁ DE USO NEONATAL / PEDIÁTRICO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C16 RESOLUCIÓN DE PIXEL 150 MICRONES O MENOR

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20606042044	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	23:33:39

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

"Se observa que la especificación C17 requiere una resolución menor a lo recomendado. Consideramos que se debería mejorar la especificación C17 ya que una mayor resolución mejora la capacidad del médico o radiólogo para detectar y evaluar patologías con mayor precisión, lo que puede conducir a diagnósticos más acertados. Por ende, recomendamos al Comité Evaluador considerar mejorar la especificación de la siguiente manera:

C17: RESOLUCIÓN ESPACIAL MÁXIMA: 3.7 lp/mm CÓMO MÍNIMO"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: capIII Literal: C17 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, YA QUE EL VALOR SOLICITADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20606042044	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	23:33:39

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Observamos que la especificación C25 requiere de un software para pediatría. Solicitamos al Comité Evaluador confirmar si el software para pediatría se puede sustentar demostrando que el equipo tiene la opción de paciente pediátrico, el cual cuenta con parametros establecidos para pacientes pediátricos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: capIII Literal: C25 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EXISTIÓ UN ERROR INVOLUNTARIO DE TIPEO, SIENDO LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA SIGUIENTE MANERA: "C25: SOFTWARE QUE REALICE: REALCE DE CONTORNOS, ROTACIÓN DE LA IMAGEN, LIBRE ROTACIÓN DE LA IMAGEN, ANOTACIONES EN LA IMAGEN, MARCAS DE POSICIONAMIENTO, MARCAS DE MEDIDA, INVERSIÓN DE LA IMAGEN, POSITIVO - NEGATIVO, INVERSIÓN DEL LADO DERECHO/IZQUIERDO Y SUPERIOR/INFERIOR, REFLEJO, ZOOM. ASÍ MISMO VISUALIZACIÓN CLARA DE TUBOS Y CATÉTER" NO AFECTA LA FINALIDAD NI LOS ACTOS PREPARATORIOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C25: SOFTWARE (CON LICENCIA PERPETUA) QUE REALICE: REALCE DE CONTORNOS, ROTACIÓN DE LA IMAGEN, LIBRE ROTACIÓN DE LA IMAGEN, ANOTACIONES EN LA IMAGEN, MARCAS DE POSICIONAMIENTO, MARCAS DE MEDIDA, INVERSIÓN DE LA IMAGEN, POSITIVO - NEGATIVO, INVERSIÓN DEL LADO DERECHO/IZQUIERDO Y SUPERIOR/INFERIOR, REFLEJO, ZOOM. ASÍ MISMO VISUALIZACIÓN CLARA DE TUBOS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20606042044	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	23:33:39

Observación: Nro. 35

Consulta/Observación:

Observamos que la especificación C29 requiere de un movimiento conjunto brazo cabezal en el plano vertical. Es importante considerar que los exámenes de rayos x se realizan a solo dos distancias, a 1 metro y a 1.8 metros. Por tanto, cada fabricante diseña sus equipos para poder alcanzarlas dos dos distancias requeridas. Por consiguiente, consideramos que el desplazamiento vertical del brazo-cabezal debe depender de cada fabricante

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: capIII Literal: C29 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN CON LA FINALIDAD DE TENER LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES Y TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE DISTORSIONA LA NECESIDAD DEL AREA USUARIA Y TAMPOCO EL FUNCIOAMIENTO REQUERIDO PARA EL USO DEL EQUIPO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C29: MOVIMIENTO DEL CONJUNTO BRAZO-CABEZAL EN EL PLANO VERTICAL, DESPLAZANDO EL PUNTO FOCAL DESDE 100 CM O MENOS HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 170 CM O MÁS. MEDIDOS DESDE EL NIVEL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20606042044	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	23:33:39

Observación: Nro. 36

Consulta/Observación:

Debido a la gran importancia del equipo de rayos x, se recomienda al Comité Evaluador considerar un personal clave a un tecnólogo médico en radiología, con colegiatura, con licencia IPEN activa con al menos 10 años de experiencia en manejo de equipo de rayos x y con capacitación en fábrica para realizar la capacitación a nivel usuario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: capIII Literal: C Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, CONSIDERANDO QUE ES UN EQUIPO DE TECNOLOGÍA ESPECIALIZADA QUE TRABAJA CON RADIACIÓN IONIZANTE(RAYOS X), CUYO USO ES CONTROLADO Y SUPERVISADO POR EL IPEN (INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR), DEBIDO A QUE ES NOSIVO EN EXPOSICIÓN DIRECTA PARA EL SER HUMANO, ES IMPRESCINDIBLE QUE EL PERSONAL CLAVE SEA PROFESIONAL ACREDITADO MUY APARTE DE LA EXPERIENCIA DEBE SER CAPACITADO Y CON UN PERFIL DE PROFESIONAL COLEGIADO HABILITADO Y CON LICENCIA DEL IPEN PARA TRABAJOS EN EQUIPOS DE RADIACIÓN IONIZANTE. POR ELLO ES NECESARIO CONTAR CON EL PERSONAL CLAVE CON EL PERFIL DETALLADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:42:50

**Consulta:** Nro. 37

**Consulta/Observación:**

En las bases administrativas del Capítulo II: Del procedimiento de selección, solicitan:

Página 16

h) Copia de Registro sanitario o certificado con sus anexos, según el numeral 5.3 del capítulo III de las EETTs.

Página 23

- \* Copia de Registro Sanitario o certificado (copia simple) con sus anexos, cuando corresponda.
- Vigente a la fecha de presentación de ofertas, expedida por DIGEMID
- No se aceptará expedientes en trámite para la obtención de registro
- Los datos expresados en la oferta presentada, deben coincidir con los datos indicados en el Registro sanitario del producto ofertado.
- Deberá acreditar que el (los) bien(es) ofertado(s) cuente con Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, independiente de quien sea el titular. Conforme lo señalado por la DIGEMID a través del Oficio N°1494-2011-DIGEMID-DG/DAS-/ATYAG/MINSA de fecha 24/05/2011

Consultamos al comité: si el registro sanitario solicitado ¿sólo aplica para el bien principal?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1. Literal: h) Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA QUE EL REGISTRO SANITARIO SOLICITADO HACE REFERENCIA AL BIEN PRINCIPAL Y A TODOS LOS ACCESORIOS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL "LISTADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA COMERCIALIZAR".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:42:50

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

En las bases administrativas del Capítulo II: Del procedimiento de selección, solicitan:

Página 16

i) Certificado de buenas prácticas de manufactura (CBPM) del fabricante o similares según el numeral 5.3 del Capítulo III de las EETTs.

Página 23

\* Certificado de buenas prácticas de manufactura (CBPM) del fabricante o similares (DE PROCEDENCIA O PAÍS DE ORIGEN) ¿ (En idioma castellano y en copia simple).

Deberá estar a nombre del fabricante, vigente a la fecha de presentación de propuestas de presente proceso de selección, extendido por autoridad pública competente del país de origen. Debe indicar la fecha de vigencia.

Dicha documentación de no presentarse en idioma castellano, deberá adjuntar copia simple de la correspondiente traducción oficial y certificada al castellano realizado por un traductor público juramentado o traductor colegiado certificado.

Consultamos al comité: si el certificado de buenas prácticas de manufactura (CBPM) solicitado ¿sólo aplica para el bien principal?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1. Literal: i) Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (CBPM) SOLICITADO HACE REFERENCIA AL BIEN PRINCIPAL Y A TODOS LOS ACCESORIOS QUE SE ENCUENTREN CON DICHO EQUIPO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:42:50

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

En las bases administrativas del Capítulo II: Del requerimiento, solicitan:

Página 24

- Contar con resolución para comercializar, importación, exportación y/o distribución de equipos médicos según normativa de la DIGEMID.

Consultamos al comité: si esta resolución que señala ¿se refiere a la Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Funcionamiento?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6. Literal: Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE SE REFIERA A LA AUTORIZACION POR PARTE DE DIGEMID PARA LA COMERCIALIZACION DE EQUIPOS MEDICOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:42:50

**Observación: Nro. 40**

**Consulta/Observación:**

En el presente requerimiento no se establece la subcontratación.

Formulamos la presente observación a fin que en el proceso de selección convocado vuestro comité de selección incluya la posibilidad de subcontratación en las bases administrativas. Consideramos que esta incorporación es fundamental para garantizar una mayor eficiencia y cumplimiento en la ejecución del contrato.

De acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N°30225) y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF, se reconoce la figura de la subcontratación como un mecanismo válido y eficiente dentro de los procesos de contratación pública. A continuación, se detallan las consideraciones pertinentes:

Artículo 35 de la Ley N°30225 (Subcontratación): La norma permite que los contratistas puedan subcontratar parte de las prestaciones a su cargo, siempre que ello sea autorizado por la entidad contratante y se cumpla con lo establecido en el contrato. Esta figura es especialmente relevante en proyectos que requieren la intervención de especialistas o de recursos técnicos específicos que el contratista principal puede no poseer, pero que pueden ser subcontratados a terceros con experiencia y capacidad en la materia.

Artículo 147 del Reglamento (Decreto Supremo N°344-2018-EF): El reglamento establece que la subcontratación debe ser autorizada por la entidad y que las condiciones para ello deben estar claramente establecidas en las bases del proceso de selección.

Especialización: Permitir la subcontratación facilita que tareas o componentes específicos del contrato sean ejecutados por empresas o profesionales especializados, lo que puede mejorar la calidad del servicio o bien entregado.

Flexibilidad y Cumplimiento: La subcontratación otorga flexibilidad al contratista principal para garantizar el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas en el contrato, al poder delegar determinadas tareas a terceros que puedan ejecutarlas con mayor eficiencia.

Optimización de Recursos: Facilita el uso óptimo de los recursos disponibles, permitiendo que el contratista principal se concentre en las tareas más críticas o complejas, mientras delega otras que requieren conocimientos o habilidades especializadas.

En virtud de lo expuesto, solicitamos al comité de selección que se modifiquen las bases del proceso de selección para incluir la posibilidad de subcontratación, de conformidad con lo establecido en la Ley N°30225 y el Decreto Supremo N°344-2018-EF. La inclusión de esta disposición permitirá que el proceso de contratación sea más flexible, eficiente y orientado al cumplimiento efectivo de los fines y objetivos de la entidad, garantizando al mismo tiempo la calidad y la optimización de los recursos públicos.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:**      **Literal:**      **Página:**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 35 de la Ley N°30225 y Artículo 147 del Reglamento (Decreto Supremo N°344-2018-EF)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE, YA QUE LA MISMA EMPRESA OFERTANTE DEBE HACERSE CARGO DESDE LA ENTREGA HASTA EL TIEMPO QUE DURE LA GARANTÍA COMERCIAL. POR LA NATURALEZA DEL EQUIPO, NO CORRESPONDE LA INTERVENCION DE OTRAS ESPECIALIDADES, SOLO LA QUE CORRESPONDE A LA PARTE TECNICA PROPIA DEL EQUIPO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:42:50

**Observación: Nro. 41**

**Consulta/Observación:**

En el presente requerimiento no se establece el otorgamiento de adelantos.

Solicitamos al comité de selección que de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N°168-2020-EF, las entidades y contratistas se encuentran facultados para la entrega de adelantos hasta por el treinta por ciento (30%) del monto del contrato original.

Así mismo en la LCE, artículo nº38.1 indica que la entidad puede entregar adelantos al contratista con la finalidad de otorgarle liquidez para la ejecución del contrato, teniendo en cuenta la logística, la inversión destinada para traer los equipos, los trabajos de preinstalación previos que se deben realizar a la llegada del equipamiento, a su vez con el fin de lograr que el contratista pueda obtener el capital de trabajo necesario para iniciar la ejecución de sus obligaciones.

Solicitamos al comité de selección ACOGER la observación formulada por lo cual a propósito de la integración de bases se otorgue el adelanto del 30% del monto del contrato original, para el presente proceso de selección.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Literal: Página:**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE ART 38

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, YA QUE NO SE HA CONSIDERADO EN LAS BASES EL TEMA DE ADELANTOS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código : 20263368992

Fecha de envío : 05/09/2024

Nombre o Razón social : CYMED MEDICAL SAC

Hora de envío : 19:42:50

**Observación: Nro. 42**

**Consulta/Observación:**

En relación con las bases administrativas del presente procedimiento de selección, específicamente en el Capítulo III: Del Requerimiento, se establece:

### 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B. Experiencia del Postor en la especialidad:

Se consideran bienes similares a los siguientes: VENTA DE EQUIPOS DE RAYOS X EN GENERAL, ANGIOGRAFOS Y TOMOGRAFOS.

De acuerdo con la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, el Artículo 2, establece principios fundamentales que deben guiar los procesos de contratación pública. Estos principios son clave para asegurar que el proceso sea justo, transparente y eficiente.

a) Principio de Libertad de Concurrencia: establece que las entidades deben promover la libre participación de proveedores, evitando exigencias que limiten esta participación. Según el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el principio de libertad de concurrencia implica que los requisitos de calificación no deben ser tan restrictivos que excluyan a proveedores cualificados. Es decir, las entidades deben evitar exigir características que no estén estrictamente relacionadas con la capacidad técnica y operativa del proveedor para cumplir con el contrato.

f) Principio de Eficiencia y Eficacia: Este principio requiere que las decisiones en el proceso de contratación se orienten al cumplimiento de los fines y objetivos de la entidad, priorizando el cumplimiento de los requisitos del contrato sobre formalidades no esenciales. Según el Reglamento, la eficacia y eficiencia del proceso de contratación no solo buscan asegurar el cumplimiento del contrato de manera adecuada y oportuna, sino también fomentar la competencia para obtener las mejores condiciones posibles en términos de calidad y costo.

La Opinión N°071-2019/DTN del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) destaca que la documentación e información a las condiciones del requisito de calificación deben ser claras pero no deben restringir innecesariamente la participación de proveedores. En este contexto, la exigencia de experiencia en determinados equipos abarcan sólo ciertas categoría específica puede excluir a proveedores que podrían ofrecer soluciones adecuadas y competitivas en base a su experiencia con equipos similares.

Asimismo, lo expresado en las bases administrativas vulnera los siguientes principios del literal a) y f) del artículo 2 de la Ley 30225.

En virtud de lo expuesto, solicitamos respetuosamente al Comité de Selección que en los bienes similares se modifique de esta forma:

Se consideran bienes similares a los siguientes: VENTA DE EQUIPOS DE RAYOS X EN GENERAL Y/O ANGIOGRAFOS Y/O TOMOGRAFOS. Esta modificación promoverá una mayor participación de proveedores, garantizará la libertad de concurrencia y mejorará la eficacia y eficiencia del proceso de contratación, en concordancia con los principios establecidos en la Ley N°30225 y su reglamento.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

---

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 3.2    Literal: B.    Página: 51

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2, literal a) y f) Ley 30225

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE FUTUROS POSTORES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

VENTA DE EQUIPOS DE RAYOS X EN GENERAL, Y/O ANGIOGRAFOS Y/O TOMOGRAFOS.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:42:50

**Observación: Nro. 43**

**Consulta/Observación:**

En las bases administrativas del Capítulo I: Generalidades, solicitan:

- 1.9 Plazo de entrega
- Los plazos de entrega serán de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS (dentro de dicho plazo está considerado entrega, instalación y capacitación), contabilizados a partir del día siguiente de firmado el contrato. El contratista deberá hacer llegar por escrito o correo electrónico a los encargados de la obra (residente y supervisor), un cronograma fechado detallado de las actividades.
- Plazo de entrega del bien (Ingreso del equipo a almacén del Hospital): 32 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de notificada la Orden de Compra o firmado el contrato.
  - Plazo de instalación: 05 días calendarios a partir de la entrega del bien
  - CAPACITACIÓN: 05 días calendario a partir de la instalación
  - PERÍODO DE PRUEBAS: 03 días calendario a partir de culminada la capacitación

OBSERVAMOS lo establecido en las bases administrativas, debido a que los procesos de importación en este tipo de equipos al ser fabricados con la más alta tecnología existentes en el mercado, tal como su componente, son configurados y fabricados de acuerdo a la necesidad del cliente (Según especificación técnica)

Se debe considerar que los tiempos deben ser razonables y proporcionales a la naturaleza y complejidad al momento de entregar el equipo a importarse para el presente proceso de 01 equipo médico Rayos X Digital más el incluir la instalación y operatividad del bien antes señalado, es fabricado una vez suscrito el contrato, por lo que considerar 45 días como máximo en el plazo de entrega del bien, limitaría la participación de postores en el proceso de selección, afectando la pluralidad.

Ello representa una DESPROPORCIONALIDAD, afectando la igualdad de trato de los proveedores pues es una exigencia ventajosa para algún proveedor en específico.

En ese contexto, de conformidad con el literal a) b), c) f) del artículo 2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, la indicación del plazo de entrega debe guardar vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación, sino se estaría trasgrediendo el principio de libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad.

Por lo antes expuesto y con la finalidad de permitir la pluralidad de marcas y postores, solicitamos al comité de selección la modificación de las bases ampliando el plazo de entrega, modificando de esta forma que se detalla:

- 1.9 Plazo de entrega
- Los plazos de entrega serán de NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIOS (dentro de dicho plazo está considerado entrega, instalación y capacitación), contabilizados a partir del día siguiente de firmado el contrato. El contratista deberá hacer llegar por escrito o correo electrónico a los encargados de la obra (residente y supervisor), un cronograma fechado detallado de las actividades.
- Plazo de entrega del bien (Ingreso del equipo a almacén del Hospital): 77 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de notificada la Orden de Compra o firmado el contrato.
  - Plazo de instalación: 05 días calendarios a partir de la entrega del bien
  - CAPACITACIÓN: 05 días calendario a partir de la instalación
  - PERÍODO DE PRUEBAS: 03 días calendario a partir de culminada la capacitación

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central
Nomenclatura :	LP-SM-37-2024-GRA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Acápite de las bases :	Sección: Especifico	Numeral: 1.9	Literal:	Página: 14
<b>Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):</b>				
Literal a) b), c) f) del artículo 2 - Ley 30225				
<b>Análisis respecto de la consulta u observación:</b>				
SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN PRESENTADA, EN ESE SENTIDO SE CONSIDERARA: LOS PLAZOS DE ENTREGA SERÁN DE SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS (DENTRO DE DICHO PLAZO ESTA CONSIDERADO ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO). CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA O FIRMADO EL CONTRATO (EL QUE OCURRA PRIMERO). EL CONTRATISTA DEBERÁ HACER LLEGAR POR ESCRITO O CORREO ELECTRÓNICO A LOS ENCARGADOS DE LA OBRA (RESIDENTE Y SUPERVISOR), UN CRONOGRAMA FECHADO DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES- PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN (INGRESO DEL EQUIPO A ALMACÉN DEL HOSPITAL): 55 DÍAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA O FIRMADO EL CONTRATO (EL QUE OCURRA PRIMERO).- PLAZO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA: 05 DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL BIEN OPERATIVAS				
<b>Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:</b>				
LOS PLAZOS DE ENTREGA SERÁN DE SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS (DENTRO DE DICHO PLAZO ESTA CONSIDERADO ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO). CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA O FIRMADO EL CONTRATO (EL QUE OCURRA PRIMERO). EL CONTRATISTA DEBERÁ HACER LLEGAR POR ESCRITO O CORREO ELECTRÓNICO A LOS ENCARGADOS DE LA OBRA (RESIDENTE Y SUPERVISOR), UN CRONOGRAMA FECHADO DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES- PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN (INGRESO DEL EQUIPO A ALMACÉN DEL HOSPITAL): 55 DÍAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA O FIRMADO EL CONTRATO (EL QUE OCURRA PRIMERO).- PLAZO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA: 05 DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL BIEN OPERATIVAS				

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:42:50

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

En las bases administrativas del Capítulo II: Del procedimiento de selección, solicitan:

e) Formato N°01 Hoja de Presentación del producto / sustento de cumplimiento de las características técnicas, el mismo que se encuentra anexado a las EETTs Especificaciones técnicas del bien a adquirir.

Consultamos al Comité de Selección: ¿Cuáles son los literales de las especificaciones técnicas indicadas en el numeral 5.1 se va a sustentar?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1. Literal: e) Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERÁN SUSTENTARSE MEDIANTE FOLLETOS Y/O CATÁLOGOS Y/O MANUALES Y/O HOJAS TÉCNICAS Y/O BROCHURE Y/O CARTAS DE FABRICANTE. TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (INC. ACCESORIOS) (DEL PUNTO B01 AL PUNTO E03) A EXCEPCIÓN DEL PUNTO A01

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

FOLLETOS Y/O CATÁLOGOS Y/O MANUALES Y/O HOJAS TÉCNICAS Y/O BROCHURE Y/O CARTAS DE FABRICANTE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:42:50

Observación: Nro. 45

Consulta/Observación:

En las bases administrativas del capítulo III Requerimiento solicitan:  
5.2 Características técnicas  
C08 PUNTO FOCAL DOBLE O ÚNICO: CON FOCO 1 IGUAL O MENOR A 0.6mm. FOCO 2 MENOR O IGUAL A 1.2mm.  
Si bien, un foco más fino esta relacionado con una mayor resolución de la imagen radiográfica también reduce el flujo de rayos X lo que suscita mayores tiempo exposición de radiación al paciente y un mayor desgaste del ánodo del tubo de rayos X. Nuestro tubo de rayos X tiene un foco fino 0.7mm y un foco grueso de 1.3mm que, generan imágenes de alta resolución debido a las características de nuestro FPD y un software de mejoramiento de visualización. Por lo descrito anteriormente y promoviendo la mayor pluralidad de postores pido cortésmente se cambie:  
C08 PUNTO FOCAL DOBLE O ÚNICO: CON FOCO 1 IGUAL O MENOR A 0.7mm FOCO 2 MENOR O IGUAL A 1.3mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: C08 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2°, literal a) y f) de la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN, CON LA FINALIDAD DE IMPULSAR LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE FUTUROS POSTORES Y CONSIDERANDO QUE TÉCNICAMENTE ES EN BENEFICIO DE LA VIDA UTIL DEL TUBO DE RAYOS X Y QUE SE AFECTA MINIMAMENTE LA FUNCIONABILIDAD DEL EQUIPO, AJUSTANDOSE A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO USUARIO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C08 PUNTO FOCAL DOBLE O ÚNICO: CON FOCO 1 IGUAL O MENOR A 0.7MM FOCO 2 MENOR O IGUAL A 1.5MM

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:42:50

**Observación: Nro. 46**

**Consulta/Observación:**

En las bases administrativas del capítulo III Requerimiento solicitan:  
5.2 Características técnicas  
C16 RESOLUCIÓN DE PIXEL 124 MICRONES O MENOR  
El FPD que ofrece nuestra representada cuenta con un tamaño de 125 micrones. Una diferencia mínima que se ve compensada por las características superiores de nuestro FPD que, cuenta con una alta profundidad de digitalización de 16 bits, una matriz de 2800x2192 pixeles y una resolución de 4.0 lp/mm. Actualmente, las diversas marcas de rayos x rodables fabrican sus FPD de 124 a 140 micrones, por lo que, se solicita aceptar el siguiente cambio a fin de promover mayor pluralidad de postores y evitar futuros cuestionamiento de direccionamiento en el proceso:  
C16 RESOLUCIÓN DE PIXEL 125 MICRONES O MENOR

**Acápíte de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 5.2      **Literal:** C16      **Página:** 21  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2°, literal a) y f) de la Ley 30225  
**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN, CON LA FINALIDAD DE CONSEGUIR MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES, ASÍ MISMO SE INDICA QUE AL SER LA APLICACIÓN PARA USO NEONATAL / PEDIÁTRICO, LA VARIACIÓN DEL TAMAÑO DEL PIXEL EN MICRONES ES MINIMA NO AFECTANDO LA RESOLUCIÓN PARA LAS APLICACIONES DEL EQUIPO EN LOS PACIENTES  
**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
C16 RESOLUCIÓN DE PIXEL 150 MICRONES O MENOR

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:42:50

**Observación: Nro. 47**

**Consulta/Observación:**

En las bases administrativas del capítulo III Requerimiento solicitan:

5.2 Características técnicas

C24 DISCO DURO CON CAPACIDAD DE ALMACENAR 10000 IMÁGENES COMO MÍNIMO

Las imágenes radiográficas en formato Dicom tienen diferentes pesos en bytes que van de 2 a 10 kb según el tipo de estudio, la resolución y el contraste, por lo que resulta impreciso indicar la cantidad total de imágenes que puede almacenar el disco duro del sistema de rayos X. Nuestro equipo cuenta con una memoria interna de 1TB en donde se almacenan todas las imágenes radiográficas y puede añadirse memorias externas para incrementar la capacidad de almacenamiento.

Por lo descrito anteriormente solicitamos el comité considere esta modificación en este numeral.

C24 DISCO DURO CON CAPACIDAD DE ALMACENAR 10000 IMÁGENES O UN 1 TB COMO MÍNIMO

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** C24    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2°, literal a) y f) de la Ley 30225

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, CON LA FINALIDAD DE IMPULSAR LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE FUTUROS POSTORES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

C24 DISCO DURO CON CAPACIDAD DE ALMACENAR 10000 IMÁGENES O UN 1 TB COMO MÍNIMO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:42:50

**Observación: Nro. 48**

**Consulta/Observación:**

En las bases administrativas del capítulo III Requerimiento solicitan:  
5.2 Características técnicas  
E03 AUTONOMÍA DE BATERÍA 4 HORAS COMO MÍNIMO.  
Los equipos de rayos x con batería interna tienen diversos modos de medición de su autonomía. Cada casa comercial desarrolla sus propios parámetros de ergonomía. Nuestro equipo de rayos x rodable, Mobirex i9, cuenta con un sistema de baterías que brinda una autonomía de 50 exposiciones de 100KVA a 4mAs, esto incluye el uso de lampara colimadora y un movimiento de 100 m entre cada exposición. Considerando el uso clínico diario, se estima que Mobirex i9 no tendría problemas de uso de 8 horas. Por lo descrito anteriormente solicitamos al comité considere esta modificación en este numeral.  
E03: AUTONOMÍA DE BATERÍA DE 4 HORAS O 50 EXPOSICIONES COMO MÍNIMO.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** E03    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2°, literal a) y f) de la Ley 30225  
**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, CON LA FINALIDAD DE IMPULSAR LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE FUTUROS POSTORES, YA QUE EN ALGUNOS MANUALES SE CONSIDERAN CANTIDAD DE EXPOSICIONES COMO REFERENCIA EN LA AUTONOMÍA DE LA BATERÍA DEL EQUIPO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

E03: AUTONOMÍA DE BATERÍA DE 4 HORAS O 50 EXPOSICIONES COMO MÍNIMO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20545272688	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	INTEGRACION Y SOLUCIONES MEDICAS DE DIAGNOSTICO S.A.C. - ISOLMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	14:36:10

**Consulta:** Nro. 49

**Consulta/Observación:**

C15 CAPTURA DE IMÁGENES DE 25X32 CMS O MAYOR

EL DETECTOR QUE COMERCIALIZAMOS TIENE UN ÁREA DE 25,0 X 31.5 CM (2502 X 3152mm); EN UNO DE LOS LADOS HAY UNA DIFERENCIA DE 0.5 mm (31.5 CM) EN RELACION A LO SOLICITADO (32 CM); SIENDO UNA DIFERENCIA MINIMA LA CUAL NO GENERA LIMITACION ALGUNA EN LAS TOMAS RADIOGRAFICAS. POR LO TANTO, CON EL FIN DE PERMITIR MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES Y NUESTRA PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS QUE SE REALICE EL SIGUIENTE AJUSTE:

C15 CAPTURA DE IMÁGENES DE 25X30 CMS O MAYOR

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 5.2      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION CONSIDERANDO QUE SE TRATA DE UN EQUIPO CUYA ÁREA DE INTERVENCIÓN SERÁ EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA CUYO TIPO DE PACIENTE ES SUCEPTIBLE A MOVERSE Y POR ENDE EL RIESGO A REPOSICONAR LA PACIENTE ES ALTO, POR LO QUE LA NECESIDAD DEL SERVICIO USUARIO ES CONTAR CON UN FLAT PANEL QUE SE AJUSTE A TAL SITUACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

C15 FOLIO PEDIÁTRICO (FLAT PANEL) DE 14"X17" O MAYOR (DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO DE RX)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20545272688	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	INTEGRACION Y SOLUCIONES MEDICAS DE DIAGNOSTICO S.A.C. - ISOLMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	14:36:10

**Observación: Nro. 50**

**Consulta/Observación:**

A CAPACIDAD LEGAL  
Solicitamos retirar de la Acreditacion los siguientes documentos:  
Copia Simple del certificado CE de la Comunidad Europea y Copia simple del certificado FDA de la ACREDITACION en la capacidad legal, ya que estos no son de presentación obligatoria para la aceptación de la propuesta, toda vez que en las paginas 24 y 25 mencionan que se pueden presentar cualquiera.

**Acápíte de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.2      **Página:** 50  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION POR TRATARSE DE UNA CARACTERISTICA DE CALIDAD DEL BIEN Y NO UNA CARACTERISTICA DE LA CAPACIDAD LEGAL DEL POSTOR. POR LO QUE SE SUPRIME DE LAS BASES: COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO CE DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO FDA DE LA ACREDITACION EN LA CAPACIDAD LEGAL

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20545272688	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	INTEGRACION Y SOLUCIONES MEDICAS DE DIAGNOSTICO S.A.C. - ISOLMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	14:36:10

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección pudiera ampliar el plazo de entrega a 90 días calendario, teniendo en cuenta los tiempos para la fabricación, importación y desaduanaje del equipo, considerando que solicitan que la fecha de fabricación no sea mayor a 12 meses.

Proponemos:

- ¿ PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN (INGRESO DEL EQUIPO A ALMACEN DEL HOSPITAL): 80 días calendario contabilizados a partir del día siguiente de notificada la Orden de compra o firmado el contrato.
- ¿ PLAZO DE INSTALACION: 04 días calendario a partir de la entrega del bien
- ¿ CAPACITACION: 04 días calendario a partir de la instalación
- ¿ PERIODO DE PRUEBAS: 02 días calendario a partir de culminada la capacitación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN PRESENTADA, EN ESE SENTIDO SE CONSIDERARA:  
LOS PLAZOS DE ENTREGA SERÁN DE SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS (DENTRO DE DICHO PLAZO ESTA CONSIDERADO ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO).  
CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA O FIRMADO EL CONTRATO (EL QUE OCURRA PRIMERO). EL CONTRATISTA DEBERÁ HACER LLEGAR POR ESCRITO O CORREO ELECTRÓNICO A LOS ENCARGADOS DE LA OBRA (RESIDENTE Y SUPERVISOR), UN CRONOGRAMA FECHADO DETALLADO DE  
LAS ACTIVIDADES- PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN (INGRESO DEL EQUIPO A ALMACÉN DEL HOSPITAL): 55 DÍAS CALENDARIOS  
CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA O FIRMADO EL CONTRATO (EL QUE OCURRA PRIMERO).- PLAZO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA: 05 DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL BIEN OPERATIVAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LOS PLAZOS DE ENTREGA SERÁN DE SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS (DENTRO DE DICHO PLAZO ESTA CONSIDERADO ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO).  
CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA O FIRMADO EL CONTRATO (EL QUE OCURRA PRIMERO). EL CONTRATISTA DEBERÁ HACER LLEGAR POR ESCRITO O CORREO ELECTRÓNICO A LOS ENCARGADOS DE LA OBRA (RESIDENTE Y SUPERVISOR), UN CRONOGRAMA FECHADO DETALLADO DE  
LAS ACTIVIDADES- PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN (INGRESO DEL EQUIPO A ALMACÉN DEL HOSPITAL): 55 DÍAS CALENDARIOS  
CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA O FIRMADO EL CONTRATO (EL QUE OCURRA PRIMERO).- PLAZO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA: 05 DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL BIEN OPERATIVAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20604198659	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	SIEVERT PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	14:51:49

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5.2 CARACTERISTICAS TÉCNICAS

En relación con la sustentación de los requerimientos técnicos del equipo, existen particularidades que son implícitas en los equipos pero que no se indican textualmente en sus catálogos.

En base lo comentado: ¿Se aceptará cartas emitidas por el Fabricante del equipo para sustentar y/o aclarar alguna de las características técnicas?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE DEBIDO A QUE SE TRATA DE UN EQUIPO DE ALTA TECNOLOGÍA, EL POSTOR PODRÁ SUSTENTAR MEDIANTE CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE HASTA UN MÁXIMO DE 3 CARACTERÍSTICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20604198659	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	SIEVERT PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	14:51:49

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5.2 CARACTERISTICAS TÉCNICAS

ITEM C08: Punto focal doble o único con foco 1 igual o menor a 0.6 mm. Foco 2 emnor o igual a 1.2mm. Cada fabricante utiliza los tubos de rayos x en función al mejor balance de performance, calidad y durabilidad. En este caso nuestro equipo presenta puntos focales de 0,6mm y 1,5mm. En el caso del foco de 1,5mm este brindará varias mejoras técnicas tales como:

- Mayor capacidad de corriente (hasta 630mA), generando una mayor intensidad de rayos x.
- Menor riesgo de daño, mejorando la durabilidad del tubo y reduciendo la necesidad de reemplazos.
- Mejor estabilidad térmica, contribuyendo a una emisión de rayos x más contante y predecible.

Esto solo en contramedida de una menor resolución espacial al usar un filamento grueso, para fácilmente sustituido por el filamento fino para estudios en pacientes o estudios de menor tamaño.

Teniendo en cuenta lo mencionado, ¿Se aceptará también tubos de rayos x con focos de 0,6mm y de 1,5mm? Considerando que este tubo tiene características superiores a las requeridas, tales como una resistencia de corriente de hasta 800mA y capacidad calorífica del ánodo de 200KHU.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN, CON LA FINALIDAD DE IMPULSAR LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE FUTUROS POSTORES Y CONSIDERANDO QUE TÉCNICAMENTE ES EN BENEFICIO DE LA VIDA UTIL DEL TUBO DE RAYOS X Y QUE SE AFECTA MINIMAMENTE LA FUNCIONABILIDAD DEL EQUIPO, AJUSTANDOSE A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO USUARIO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C08 PUNTO FOCAL DOBLE O ÚNICO: CON FOCO 1 IGUAL O MENOR A 0.7MM FOCO 2 MENOR O IGUAL A 1.5MM

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20604198659	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	SIEVERT PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	14:51:49

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5.2 CARACTERISTICAS TÉCNICAS

ITEM C15: Captura de imágenes de 25x32 cm o mayor

Los detectores usados para pediatría son más pequeños por el tamaño de los pacientes y donde están ubicados estos mismos, como por ejemplo las incubadoras. Además, que los detectores de menor tamaño proporcionan imágenes más detalladas y precisas por la resolución del pixel que es más pequeña.

Teniendo en cuanto lo mencionado, ¿Se aceptarán también detectores de captura de imágenes de 25x30 cm? Considerando que este detector tiene una resolución mejor a la que se solicitó (98 µm) y por ende la calidad de la imagen sería superior.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE TENDRA EN CUENTA ESTA CONSULTA CONSIDERANDO QUE SE TRATA DE UN EQUIPO CUYA ÁREA DE INTERVENCIÓN SERÁ EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA CUYO TIPO DE PACIENTE ES SUCEPTIBLE A MOVERSE Y POR ENDE EL RIESGO A REPOSICONAR LA PACIENTE ES ALTO, POR LO QUE LA NECESIDAD DEL SERVICIO USUARIO ES CONTAR CON UN FLAT PANEL QUE SE AJUSTE A TAL SITUACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C15 FOLIO PEDIÁTRICO (FLAT PANEL) DE 14"X17" O MAYOR (DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO DE RX)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20604198659	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	SIEVERT PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	14:51:49

**Consulta:** Nro. 55

**Consulta/Observación:**

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5.3. REQUISITOS MÍNIMOS DEL EQUIPO

Certificado de buenas prácticas de manufactura (CBPM) de fabrica o similares (DE PROCEDENCIA O PAIS DE ORIGEN)-(En idioma castellano y copia simple)

¿Se aceptarán como similares el certificado ISO 13485?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE PRECISA QUE TENIENDO EN CUENTA QUE ES NECESARIO CONTAR CON CERTIFICACIONES DE CALIDAD QUE GARANTICEN LA CORRECTA FABRICACIÓN O MANUFACTURA DE LOS EQUIPOS, LO CUAL GARANTIZA UN CONTINUO, EFICIENTE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN BENEFICIO DE SU VIDA UTIL EN EL SERVICIO USUARIO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (CBPM) Y/O CERTIFICADO CE DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y/O NORMA ISO 13485 VIGENTE Y/O FDA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20511122458	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	DIGITAL 'X' RAY S.A.C.	Hora de envío :	16:07:00

**Observación: Nro. 56**

**Consulta/Observación:**

Dentro de las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS requieren lo siguiente:

B01.- RODABLE, MOTORIZADO, CON FRENOS DE DESPLAZAMIENTO.

En dicho requerimiento, están omitiendo un punto muy importante como es EL SENSOR ANTICOLISION, que esto le permitirá al equipo protegerse ante cualquier choque fortuito contra cualquier objeto ó persona que se pueda cruzar inconscientemente o al momento de maniobrar el equipo radiológico rodable, evitando rupturas de carcasa delantera, ralladura o golpe que se pueda ocasionar a alguien. Este SENSOR ANTICOLISION le permite detenerse al equipo automáticamente cuando detecta un riesgo inminente de colisión (choque) a una distancia menor de 1 mt ó 50 cm y no avanzar por más que se le maniobre, una vez que pase el frenado el equipo libera su movimiento y continua con el recorrido dirigido por el usuario.

Observamos las bases y amparados en el Art. 2 literal g) VIGENCIA TECNOLÓGICA: LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DEBEN REUNIR CONDICIONES DE CALIDAD Y MODERNIDAD TECNOLÓGICAS NECESARIAS PARA CUMPLIR CON EFECTIVIDAD LA FINALIDAD PÚBLICA solicitamos al Comité de Selección modificar de la siguiente forma:

B01.- EQUIPO DE RAYOS X RODABLE DIGITAL, MOTORIZADO, CON FRENOS DE DESPLAZAMIENTO Y QUE CUENTE CON SENSORES ANTICOLISION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 5.2      Literal: B01      Página: 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, EN ARAS DE UNA MEJORA TÉCNICA Y POR SEGURIDAD DEL EQUIPO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

B01.- EQUIPO DE RAYOS X RODABLE DIGITAL, MOTORIZADO, CON FRENOS DE DESPLAZAMIENTO Y QUE CUENTE CON SENSORES ANTICOLISIÓ.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20511122458	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	DIGITAL 'X' RAY S.A.C.	Hora de envío :	16:07:00

**Observación: Nro. 57**

**Consulta/Observación:**

Dentro de las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS requieren lo siguiente:

C27 BRAZO TELESCÓPICO O ARTICULADO QUE SE DESPLACE A LO LARGO DE LA COLUMNA CON UN MÁXIMO ALCANCE HORIZONTAL LIBRE (del punto focal hacia su base) IGUAL O MAYOR A 100 cm.

Teniendo en cuenta la importancia de posicionar correctamente el equipo frente al paciente observamos las bases y solicitamos al Comité de selección añadir lo siguiente:

C27 BRAZO TELESCÓPICO O ARTICULADO QUE SE DESPLACE A LO LARGO DE LA COLUMNA CON UN MÁXIMO ALCANCE HORIZONTAL LIBRE DEL BRAZO (del punto focal hacia su base) IGUAL O MAYOR A 100 cm. QUE INCLUYA BOTÓN PARA ACTIVAR LA ASISTENCIA DEL MOTOR PARA EL MOVIMIENTO VERTICAL.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 5.2      **Literal:** C27      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN, CON LA FINALIDAD DE IMPULSAR LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE FUTUROS POSTORES.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

C27 BRAZO TELESCÓPICO O ARTICULADO QUE SE DESPLACE A LO LARGO DE LA COLUMNA CON UN MÁXIMO ALCANCE HORIZONTAL LIBRE DEL BRAZO (DEL PUNTO FOCAL HACIA SU BASE) IGUAL O MAYOR A 100 CM.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20511122458	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	DIGITAL 'X' RAY S.A.C.	Hora de envío :	16:07:00

**Observación: Nro. 58**

**Consulta/Observación:**

Observamos que dentro del punto B CARACTERÍSTICAS GENERAL no han considerado una característica importante como es el DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO EN UNA PENDIENTE (SUBIDA Ó BAJADA).

Cabe mencionar que se tiene que tener en cuenta de que los niveles del piso del Hospital, no todos están alineados y saneados de obstáculos, además al momento de que ingrese el equipo radiológico a un ascensor u ambiente desnivelado, el equipo radiológico por ser de conducción u MOVIMIENTO MOTORIZADO, no se pueda descalibrar por el movimiento de subida ó bajada abrupta de un piso desnivelado, por ello el equipo radiológico debe de contar con UNA PENDIENTE MÁXIMA DE SUBIDA DE 10°.

Observamos las bases y amparados en el Art. 2 literal g) VIGENCIA TECNOLÓGICA (Los bienes, servicios y obras deben reunir condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad la finalidad pública) solicitamos que se adiciones esta característica técnica dentro del punto B:

B05. EQUIPO RADIOLÓGICO QUE CUENTE CON UN DESPLAZAMIENTO DE PENDIENTE MÁXIMA DE SUBIDA DE 10°.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: B Página: 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN DEBIDO A QUE EL EQUIPO SE ENCONTRARA EN UNA ZONA PLANA (ÁREA DE NEONATOLOGÍA), POR OTRO LADO NO ES NECESARIO CONSIDERAR DICHA ESPECIFICACIÓN POR NECESIDAD DEL SERVICIO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20511122458	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	DIGITAL 'X' RAY S.A.C.	Hora de envío :	16:07:00

**Observación: Nro. 59**

**Consulta/Observación:**

Teniendo en cuenta la importancia que representa el servicio post venta, dentro y fuera del periodo de garantía, se observa las bases y solicitamos al comité de selección incluir dentro de los REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

¿ Carta de representación de la marca ofertada indicando más de 5 años consecutivos generando negocios en el Perú.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** A    **Página:** 51

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE, CEÑIRSE A LAS BASES PUES SE DEBE ASEGURAR PLURALIDAD DE POSTORES POR LO QUE LO SOLICITADO ES LIMITANTE PARA LA PARTICIPACION DE OTROS POSTORES.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20511122458	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	DIGITAL 'X' RAY S.A.C.	Hora de envío :	16:07:00

**Observación: Nro. 60**

**Consulta/Observación:**

Teniendo en cuenta la importancia que representa el servicio post venta, dentro y fuera del periodo de garantía, se observa las bases y solicitamos al comité de selección incluir dentro de los REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

¿ Que la marca ofertada cuente con oficinas en el Perú.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** A    **Página:** 51

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA OBSERVACION POR QUE AL SER UN PROCESO LOCAL DONDE SE EXIGE EXPERIENCIA ECONOMICA QUE INVOLUCRA TRIBUTACION LOCAL, SE ENTIENDE QUE LOS POSTORES TIENEN PRESENCIA NACIONAL.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20511122458	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	DIGITAL 'X' RAY S.A.C.	Hora de envío :	16:07:00

Observación: Nro. 61

Consulta/Observación:

Teniendo en cuenta la importancia que representa el servicio post venta, dentro y fuera del periodo de garantía, se observa las bases y solicitamos al comité de selección incluir dentro de la EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE:

La empresa debe de contar con ingenieros con certificado de capacitación en la marca y modelo del equipo ofertado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C.1 Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, YA QUE SERIA UN LIMITANNTTE EN LA PARTICIPACION DE POSTORES Y ALTERARIA EL ESTUDIO DE MERCADO, ADEMAS EN EL NUMERAL 23.5 DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE SOLICITA QUE EL POSTOR CUENTE CON STAFF DE INGENIEROS Y TECNICOS CAPACITADOS EN EL BIEN OFERTADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20511122458	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	DIGITAL 'X' RAY S.A.C.	Hora de envío :	16:07:00

**Observación: Nro. 62**

**Consulta/Observación:**

En las bases solicitan Certificado de buenas prácticas de manufactura (CBPM) del fabricante o similares.

Cabe mencionar que para los dispositivos médicos importados también aceptan otros documentos como Certificado CE de la Comunidad Europea, Norma ISO 13485 vigente, FDA.

Por tal motivo, solicitamos acepten como documentos alternativos: Certificado CE de la Comunidad Europea, Norma ISO 13485 vigente, FDA.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.3    **Literal:** .    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION TENIENDO EN CUENTA QUE ES NECESARIO CONTAR CON CERTIFICACIONES DE CALIDAD QUE GARANTICEN LA CORRECTA FABRICACIÓN O MANUFACTURA DE LOS EQUIPOS, LO CUAL GARANTIZA UN CONTINUO, EFICIENTE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN BENEFICIO DE SU VIDA UTIL EN EL SERVICIO USUARIO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (CBPM) Y/O CERTIFICADO CE DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y/O NORMA ISO 13485 VIGENTE Y/O FDA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20333483395	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	GAMEL S.R.L.	Hora de envío :	19:06:20

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:

1.9 PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y según el siguiente cuadro:

Los plazos de entrega serán de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS (dentro de dicho plazo está considerado entrega, instalación y capacitación), contabilizados a partir del día siguiente de firmado el contrato. El contratista deberá hacer llegar por escrito o correo electrónico a los encargados (residente y supervisor), un cronograma fechado detallado de las actividades.

¿ PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN (INGRESO DEL EQUIPO A ALMACEN DEL HOSPITAL): 32 días calendario contabilizados a partir del día siguiente de notificada la Orden de compra o firmado el contrato.

¿ PLAZO DE INSTALACION: 05 días calendario a partir de la entrega del bien

¿ CAPACITACION: 05 días calendario a partir de la instalación

¿ PERIODO DE PRUEBAS: 03 días calendario a partir de culminada la capacitación.

Observamos el plazo de entrega señalado en el presente numeral, en el cual mencionan que los bienes objeto del presente proceso se entregarán en el plazo de cuarenta y cinco (45) días calendarios contados desde el día siguiente de la suscripción del contrato

Al respecto debemos informar que los equipos solicitados en esta Licitación deberán ser nuevos; de alta tecnología y de año de fabricación no mayor a 12 meses desde la fecha de presentación de propuesta; los equipos como los solicitados pasan por estrictos controles de calidad; así como gestiones en aduanas mucho más complejas en relación a otro tipo de equipamiento; considerando el país de procedencia. Asimismo, en la actualidad los tiempos para la importación de este tipo de equipamiento demandan plazos más prolongados a los solicitado en las presentes bases

Por lo expuesto; solicitamos a los miembros del comité ampliar el plazo de entrega a 70 días calendarios; considerando lo siguiente:

¿ PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN (INGRESO DEL EQUIPO A ALMACEN DEL HOSPITAL): 60 días calendario contabilizados a partir del día siguiente de notificada la Orden de compra o firmado el contrato.

¿ PLAZO DE INSTALACION: 03 días calendario a partir de la entrega del bien

¿ CAPACITACION: 05 días calendario a partir de la instalación

¿ PERIODO DE PRUEBAS: 02 días calendario a partir de culminada la capacitación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN PRESENTADA, EN ESE SENTIDO SE CONSIDERARA: LOS PLAZOS DE ENTREGA SERÁN DE SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS (DENTRO DE DICHO PLAZO ESTA CONSIDERADO ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO). CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA O FIRMADO EL CONTRATO (EL QUE OCURRA PRIMERO). EL CONTRATISTA DEBERÁ HACER LLEGAR POR ESCRITO O CORREO ELECTRÓNICO A LOS ENCARGADOS DE LA OBRA (RESIDENTE Y SUPERVISOR), UN CRONOGRAMA FECHADO DETALLADO DE

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

	Especifico	I	1.9	14
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				

Análisis respecto de la consulta u observación:

LAS ACTIVIDADES- PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN (INGRESO DEL EQUIPO A ALMACÉN DEL HOSPITAL): 55 DÍAS CALENDARIOS  
CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA O FIRMADO EL CONTRATO (EL QUE OCURRA PRIMERO).- PLAZO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA: 05 DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL BIEN OPERATIVAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LOS PLAZOS DE ENTREGA SERÁN DE SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS (DENTRO DE DICHO PLAZO ESTA CONSIDERADO ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO).  
CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA O FIRMADO EL CONTRATO (EL QUE OCURRA PRIMERO). EL CONTRATISTA DEBERÁ HACER LLEGAR POR ESCRITO O CORREO ELECTRÓNICO A LOS ENCARGADOS DE LA OBRA (RESIDENTE Y SUPERVISOR), UN CRONOGRAMA FECHADO DETALLADO DE  
LAS ACTIVIDADES- PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN (INGRESO DEL EQUIPO A ALMACÉN DEL HOSPITAL): 55 DÍAS CALENDARIOS  
CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA O FIRMADO EL CONTRATO (EL QUE OCURRA PRIMERO).- PLAZO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA: 05 DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL BIEN OPERATIVAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20333483395	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	GAMEL S.R.L.	Hora de envío :	19:06:20

Consulta: Nro. 64

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA, INSTALACION Y CAPACITACION

Los plazos de entrega serán de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS (dentro de dicho plazo está considerado entrega, instalación y capacitación), contabilizados a partir del día siguiente de firmado el contrato. El contratista deberá hacer llegar por escrito o correo electrónico a los encargados (residente y supervisor), un cronograma fechado detallado de las actividades.

- ¿ PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN (INGRESO DEL EQUIPO A ALMACEN DEL HOSPIAL): 32 días calendario contabilizados a partir del día siguiente de notificada la Orden de compra o firmado el contrato.
- ¿ PLAZO DE INSTALACION: 05 días calendario a partir de la entrega del bien
- ¿ CAPACITACION: 05 días calendario a partir de la instalación
- ¿ PERIODO DE PRUEBAS: 03 días calendario a partir de culminada la capacitación.

Observamos el plazo de entrega señalado en el presente numeral, en el cual mencionan que los bienes objeto del presente proceso se entregarán en el plazo de cuarenta y cinco (45) días calendarios contados desde el día siguiente de la suscripción del contrato

Al respecto debemos informar que los equipos solicitados en esta Licitación deberán ser nuevos; de alta tecnología y de año de fabricación no mayor a 12 meses desde la fecha de presentación de propuesta; los equipos como los solicitados pasan por estrictos controles de calidad; así como gestiones en aduanas mucho más complejas en relación a otro tipo de equipamiento; considerando el país de procedencia. Asimismo, en la actualidad los tiempos para la importación de este tipo de equipamiento demandan plazos más prolongados a los solicitado en las presentes bases

Por lo expuesto; solicitamos a los miembros del comité ampliar el plazo de entrega a 70 días calendarios; considerando lo siguiente:

- ¿ PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN (INGRESO DEL EQUIPO A ALMACEN DEL HOSPITAL): 60 días calendario contabilizados a partir del día siguiente de notificada la Orden de compra o firmado el contrato.
- ¿ PLAZO DE INSTALACION: 03 días calendario a partir de la entrega del bien
- ¿ CAPACITACION: 05 días calendario a partir de la instalación
- ¿ PERIODO DE PRUEBAS: 02 días calendario a partir de culminada la capacitación.

De ser aceptada nuestra consulta solicitamos también se sirvan precisar que en el Anexo 04 (Plazo de Entrega) el postor detalle por separado el plazo de entrega; plazo de instalación, capacitación y periodo de pruebas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 8 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN PRESENTADA, EN ESE SENTIDO SE CONSIDERARA: LOS PLAZOS DE ENTREGA SERÁN DE SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS (DENTRO DE DICHO PLAZO ESTA CONSIDERADO ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO). CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA O FIRMADO EL CONTRATO (EL QUE OCURRA PRIMERO). EL CONTRATISTA DEBERÁ HACER LLEGAR POR ESCRITO O CORREO ELECTRÓNICO A LOS ENCARGADOS DE LA OBRA (RESIDENTE Y SUPERVISOR), UN CRONOGRAMA FECHADO DETALLADO DE

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Especifico

III

8

26

Análisis respecto de la consulta u observación:

LAS ACTIVIDADES- PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN (INGRESO DEL EQUIPO A ALMACÉN DEL HOSPITAL): 55 DÍAS CALENDARIOS  
CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA O FIRMADO EL CONTRATO (EL QUE OCURRA PRIMERO).- PLAZO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA: 05 DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL BIEN OPERATIVAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LOS PLAZOS DE ENTREGA SERÁN DE SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS (DENTRO DE DICHO PLAZO ESTA CONSIDERADO ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO).  
CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA O FIRMADO EL CONTRATO (EL QUE OCURRA PRIMERO). EL CONTRATISTA DEBERÁ HACER LLEGAR POR ESCRITO O CORREO ELECTRÓNICO A LOS ENCARGADOS DE LA OBRA (RESIDENTE Y SUPERVISOR), UN CRONOGRAMA FECHADO DETALLADO DE  
LAS ACTIVIDADES- PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN (INGRESO DEL EQUIPO A ALMACÉN DEL HOSPITAL): 55 DÍAS CALENDARIOS  
CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA O FIRMADO EL CONTRATO (EL QUE OCURRA PRIMERO).- PLAZO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA: 05 DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL BIEN OPERATIVAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20333483395	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	GAMEL S.R.L.	Hora de envío :	19:06:20

**Consulta: Nro. 65**

**Consulta/Observación:**

C08 PUNTO FOCAL DOBLE O UNICO CON FOCO 1 IGUAL O MENOR A 0.6 mm O MENOR; FOCO 2 MENOR O IGUAL A 1.2 mm

Con la finalidad de fomentar una mayor participación de postores y marcas solicitamos considerar foco grueso de 1.3 mm o menor; la diferencia es mínima y no afecta el buen funcionamiento del equipo ni la calidad de imagen que podría obtenerse con ambas configuraciones.

Solicitamos a los miembros del comité ampliar el rango de la siguiente manera:

C08 PUNTO FOCAL DOBLE O UNICO CON FOCO 1 IGUAL O MENOR A 0.6 mm O MENOR; FOCO 2 MENOR O IGUAL A 1.3 mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN, CON LA FINALIDAD DE IMPULSAR LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE FUTUROS POSTORES Y CONSIDERANDO QUE TÉCNICAMENTE ES EN BENEFICIO DE LA VIDA UTIL DEL TUBO DE RAYOS X Y QUE SE AFECTA MINIMAMENTE LA FUNCIONABILIDAD DEL EQUIPO, AJUSTANDOSE A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO USUARIO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

C08 PUNTO FOCAL DOBLE O ÚNICO: CON FOCO 1 IGUAL O MENOR A 0.7MM FOCO 2 MENOR O IGUAL A 1.5MM

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20333483395	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	GAMEL S.R.L.	Hora de envío :	19:06:20

Consulta: Nro. 66

Consulta/Observación:

C22 MONITOR A COLOR 19¿ O MAYOR EN LCD O TFT

Con la finalidad de fomentar una mayor participación de postores y marcas solicitamos considerar monitor a color de 15¿ o mayor en LCD O TFT

Solicitamos a los miembros del comité ampliar de la siguiente manera:

C22 MONITOR A COLOR 15¿ O MAYOR EN LCD O TFT

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE LA NECESIDAD DEL AREA USUARIA REQUIERE EL TAMAÑO DEL MONITOR YA ESTABLECIDO, POR LO QUE NO SE CONSIDERAR ESTA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20333483395	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	GAMEL S.R.L.	Hora de envío :	19:06:20

Consulta: Nro. 67

Consulta/Observación:

A CAPACIDAD LEGAL  
REQUISITOS

Dentro de los Requisitos de Habilitación solicitan como requisito la Autorización del Ministerio de Salud MINSA ¿ DIGEMID para importar y/o comercializar medicamentos, insumos, instrumental y equipo de uso médico y la Licencia o autorización emitida por el IPEN para realizar servicios de instalación, mantenimiento y/o reparación de fuentes de radiación ionizante.

Sin embargo, en el detalle de la acreditación de estos requisitos, se han agregado Copia Simple del certificado CE de la Comunidad Europea y Copia simple del certificado FDA.

En las paginas 24 y 25 de las bases, mencionan que estos documentos son alternativos, pudiéndose presentar uno u otro, notándose una incongruencia en lo solicitado por la institución, por lo que no se entiende que los hayan incluido en la acreditación de la capacidad legal

Por tal motivo, solicitamos al comité de selección eliminar la Copia Simple del certificado CE de la Comunidad Europea y Copia simple del certificado FDA de la ACREDITACION en la capacidad legal.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION POR TRATARSE DE UNA CARACTERISTICA DE CALIDAD DEL BIEN Y NO UNA CARACTERISTICA DE LA CAPACIDAD LEGAL DEL POSTOR. POR LO QUE SE SUPRIME DE LAS BASES: COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO CE DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO FDA DE LA ACREDITACION EN LA CAPACIDAD LEGAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20600756011	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	Hora de envío :	21:12:25

Consulta: Nro. 68

Consulta/Observación:

En la sección 3.1 de las "Especificaciones Técnicas", en el literal C16, se detalla lo siguiente:

C16: RESOLUCION DEL PIXEL, 124 MICRONES O MENOR.

Estimada entidad, favor confirmar que se permite la participación de un detector con resolución de píxel de 148 micrones o menor. Teniendo en cuenta que en equipos de rayos X se buscan hallazgos mayores a 200 micrones como: fracturas, atelectasia, neumotórax o cualquier otro hallazgo pulmonar; nuestro detector cuenta con el tamaño promedio suficiente para el diagnóstico. Un píxel más pequeño puede generar mayor ruido en el sistema y generar imágenes muy grandes que disminuyen la capacidad de la memoria sin traer beneficio clínico adicional.  
En aras de permitir mayor pluralidad de postores, se solicita considerar lo siguiente:

C16: RESOLUCION DEL PIXEL, 148 MICRONES O MENOR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: C16      Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN, CON LA FINALIDAD DE CONSEGUIR MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES, ASÍ MISMO SE INDICA QUE AL SER LA APLICACIÓN PARA USO NEONATAL / PEDIÁTRICO, LA VARIACIÓN DEL TAMAÑO DEL PIXEL EN MICRONES ES MINIMA NO AFECTANDO LA RESOLUCIÓN PARA LAS APLICACIONES DEL EQUIPO EN LOS PACIENTES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C16 RESOLUCIÓN DE PIXEL 150 MICRONES O MENOR

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20600756011	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	Hora de envío :	21:12:25

Consulta: Nro. 69

Consulta/Observación:

En la sección 3.1 de las "Especificaciones Técnicas", en el literal C22, se detalla lo siguiente:

C22: MONITOR A COLOR 19" O MAYOR EN LCD O TFT

Estimada entidad, favor confirmar que se permite la participación con un monitor touch de 17¿ o mayor. Teniendo en cuenta que al ser integrado, cuenta con el tamaño ideal donde se pueden observar las imágenes en buen tamaño, pero a su vez es cómodo para que no salga del gabinete del equipo y este se mantenga compacto. Para permitir mayor pluralidad de postores, se solicita considerar lo siguiente:

C22: C22: MONITOR A COLOR 17" O MAYOR EN LCD O TFT

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C22 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE LA NECESIDAD DEL AREA USUARIA REQUIERE EL TAMAÑO DEL MONITOR YA ESTABLECIDO, POR LO QUE NO SE CONSIDERAR ESTA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20600756011	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	Hora de envío :	21:12:25

Consulta: Nro. 70

Consulta/Observación:

En la sección 3.1 de las "Especificaciones Técnicas", en el literal B04, se detalla lo siguiente:

B04: COMPARTIMENTO PROTEGIDO PARA EL DETECTOR DIGITAL

Estimada entidad, por favor confirmar que el detector plano solicitado debe contar con carga automática en el compartimiento del equipo. Teniendo en cuenta que esto permite una mayor disponibilidad del detector sin interrupción en el flujo de trabajo por falta de batería. Además esta tecnología ofrecida por diferentes casas comerciales reduce su manipulación y riesgos de caída al no tener que ser extraídos para la carga del mismo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B04 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE SE REQUIERE QUE EL DETECTOR PLANO CUENTE CON UN COMPARTIMIENTO QUE LO PROTEJA, RESPECTO A LA BATERIA, ESTA PUEDE SER INTEGRADA O NO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20600756011	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	Hora de envío :	21:12:25

**Consulta:** Nro. 71

**Consulta/Observación:**

En el "Anexo 6" - Precio de la Oferta

Sobre el precio de la Oferta señalado en los documentos para la admisión de la oferta, solicitamos al Comité de Selección confirmar que se disgregará el precio de acuerdo a lo siguiente:

- 1. Precio de prestación principal
- 2. Precio de prestación accesoria

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos      **Numeral:** 6      **Literal:** -      **Página:** 70

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE PRECISA QUE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20600756011	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	Hora de envío :	21:12:25

Consulta: Nro. 72

Consulta/Observación:

En la sección 2.2.1.1 "Documentos de presentación obligatoria" y también en la sección 5.3 "Requisitos Mínimos", se establece lo siguiente:

i) Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM) del fabricante o similares según el numeral 5.3 del Capítulo III de las EETTs.

Se solicita amablemente a la entidad, considerar para que para los productos provenientes de países donde no se emiten CBPM, podrán presentar lo siguiente:

i) Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM) del fabricante o similares según el numeral 5.3 del Capítulo III de las EETTs. y/o Certificado de la Comunidad Europea (CE) o Norma ISO 13485 vigente, Certificado FDA u otros documentales de acuerdo con el nivel de riesgo emitido por la Autoridad o Entidad competente del país de origen del bien principal.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: I Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION TENIENDO EN CUENTA QUE ES NECESARIO CONTAR CON CERTIFICACIONES DE CALIDAD QUE GARANTICEN LA CORRECTA FABRICACIÓN O MANUFACTURA DE LOS EQUIPOS, LO CUAL GARANTIZA UN CONTINUO, EFICIENTE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN BENEFICIO DE SU VIDA UTIL EN EL SERVICIO USUARIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (CBPM) Y/O CERTIFICADO CE DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y/O NORMA ISO 13485 VIGENTE Y/O FDA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20600756011	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	Hora de envío :	21:12:25

**Consulta: Nro. 73**

**Consulta/Observación:**

En la sección 8 "PLAZO DE ENTREGA, INSTALACIÓN Y CAPACITACION" se establece lo siguiente:  
Los plazos de entrega serán de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS (dentro de dicho plazo esta considerado entrega, instalación, capacitación y período de pruebas) (...)

PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN (INGRESO DEL EQUIPO A ALMACEN DEL HOSPITAL): 32 dias calendario contabilizados a partir del día siguiente de notificada la Orden de Compra o firmado el contrato.  
PLAZO DE INSTALACION: 05 dias calendario a partir de la entrega del bien.  
CAPACITACION: 05 dias calendario a partir de la instalacibn.  
PERIODO DE PRUEBAS 03 dias calendario a partir de culminada la capacitacion.

En resumen, la Entidad está exigiendo que la capacitación y el período de prueba se incluya dentro del Plazo de Entrega pero esto va en contra de lo establecido en las Bases Estándar del OSCE para la Contratación de Bienes que establece lo siguiente en el numeral 1.9 de la Sección Específica:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES O EN EL CASO DE LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO INDICAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO], en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Por lo tanto, con el fin de no vulnerar una directiva del OSCE, se solicita a la entidad que la capacitación y el periodo de pruebas, no sea considerada dentro del Plazo de Entrega, quedando de la siguiente forma:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán, instalarán y pondrán en funcionamiento en el plazo de 45 DÍAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Acápíte de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 8    Literal: -    Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN PRESENTADA, EN ESE SENTIDO SE CONSIDERARA:  
LOS PLAZOS DE ENTREGA SERÁN DE SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS (DENTRO DE DICHO PLAZO ESTA CONSIDERADO ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO).  
CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA O FIRMADO EL CONTRATO (EL QUE OCURRA PRIMERO). EL CONTRATISTA DEBERÁ HACER LLEGAR POR ESCRITO O CORREO ELECTRÓNICO A LOS ENCARGADOS DE LA OBRA (RESIDENTE Y SUPERVISOR), UN CRONOGRAMA FECHADO DETALLADO DE  
LAS ACTIVIDADES- PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN (INGRESO DEL EQUIPO A ALMACÉN DEL HOSPITAL): 55 DÍAS CALENDARIOS  
CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA O FIRMADO EL CONTRATO (EL QUE OCURRA PRIMERO).- PLAZO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA: 05 DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL BIEN OPERATIVAS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

LOS PLAZOS DE ENTREGA SERÁN DE SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS (DENTRO DE DICHO PLAZO ESTA CONSIDERADO ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO).  
CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA O FIRMADO EL CONTRATO (EL QUE OCURRA PRIMERO). EL CONTRATISTA DEBERÁ HACER LLEGAR POR ESCRITO O CORREO ELECTRÓNICO A LOS ENCARGADOS DE LA OBRA (RESIDENTE Y SUPERVISOR), UN CRONOGRAMA FECHADO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO:  
¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E  
INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO  
DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE  
AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

---

DETALLADO DE  
LAS ACTIVIDADES- PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN (INGRESO DEL EQUIPO A ALMACÉN DEL HOSPITAL): 55 DÍAS  
CALENDARIOS  
CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA O FIRMADO EL  
CONTRATO (EL QUE OCURRA PRIMERO).- PLAZO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA: 05 DÍAS  
CALENDARIOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL BIEN OPERATIVAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20600756011	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	Hora de envío :	21:12:25

Consulta: Nro. 74

Consulta/Observación:

En la sección 8, figura lo siguiente:

El Plazo de entrega e instalacion se encuentra especificado en el FORMATO N° 17: LISTA DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS, INSTALACION, REGISTRO SANITARIO Y PLAZO DE GARANTIAS.

Notamos que el Formato N°17 no figura en las bases, se solicita amablemente, agregar lo mencionado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: - Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EXISTIÓ UN ERROR INVOLUNTARIO, OMITIÉNDOSE DICHO FORMATO, POR LO CUAL SE AGREGARA EL FORMATO N° 17 FALTANTE EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20600756011	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	Hora de envío :	21:12:25

Consulta: Nro. 75

Consulta/Observación:

En la sección 3.2 "Requisitos de Calificación", se indica lo siguiente:

Requisitos:

- Autorizacion del Ministerio de Salud MINSA - DIGEMID para importar y/o comercializar medicamentos, insumos, instrumental y equipo de uso medico.
- Licencia o autorizacion emitida por el Instituto Peruano de Energia Nuclear / Oficina Tecnica de la Autoridad Nacional ( IPEN/OTAN) para realizar servicios de instalacion, mantenimiento y/o reparacion de fuentes de radiacion ionizante.

Solicitan acreditar con:

- Copia de Autorización Sanitaria de Funcionamiento (...)
- Copia de Licencia otorgada por IPEN/OTAN (...)
- Copia Simple del Certificado CE Comunidad Europea
- Copia simple del Certificado FDA

Se solicita amablemente clarificar, ya que en los requisitos no figura el requerimiento del Certificado CE "o" FDA, genera confusión entre los oferentes, porque hace mención a los equipos fabricados en Europa y America, debería corresponder a un solo punto y no ambos.

Por lo antes expuesto, se solicita considerar los siguiente:

Requisitos:

- Autorizacion del Ministerio de Salud MINSA - DIGEMID para importar y/o comercializar medicamentos, insumos, instrumental y equipo de uso medico.
- Licencia o autorizacion emitida por el Instituto Peruano de Energia Nuclear / Oficina Tecnica de la Autoridad Nacional ( IPEN/OTAN) para realizar servicios de instalacion, mantenimiento y/o reparacion de fuentes de radiacion ionizante.
- Certificado CE Comunidad Europea o Certificado FDA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION POR TRATARSE DE UNA CARACTERISTICA DE CALIDAD DEL BIEN Y NO UNA CARACTERISTICA DE LA CAPACIDAD LEGAL DEL POSTOR. POR LO QUE SE SUPRIME DE LAS BASES: COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO CE DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO FDA DE LA ACREDITACION EN LA CAPACIDAD LEGAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20600756011	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	Hora de envío :	21:12:25

Consulta: Nro. 76

Consulta/Observación:

En la Sección 14 en el literal 14.1 "Programa y Procedimiento de Mantenimiento Preventivo" se indica lo siguiente:  
El Mantenimiento Preventivo, será registrado en la OTM, este documento es válido cuando cuenta con la firma del Departamento de Diagnóstico por Imágenes, de la Unidad de Servicios Generales (...)

Solicitamos a la entidad considerar en el momento de realizar el mantenimiento al equipo, en caso se realice el retiro del repuesto o componente a ser reemplazado por garantía, cuyos datos (marca, modelo, número de parte y/o serie) será registrado en un acta y será firmado por ambas partes. El ingreso del repuesto nuevo por parte del contratista se hará mediante guía de remisión debidamente sellado por el almacén del establecimiento de salud, donde se consignará la fecha del Ingreso del bien, componente a ser reemplazado por garantía, cuyos datos (marca, modelo, número de parte y/o serie) será registrado en un acta y será firmado por ambas partes. La modalidad de cambio de repuestos será la de recambio, es decir, la Entidad deberá devolver el repuesto al Contratista, cuando se requiera el cambio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 14      Literal: 14.1      Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EL ÚNICO DOCUMENTO OFICIAL DE MANTENIMIENTO YA SEA PREVENTIVO O CORRECTIVO ES LA OTM, LOS REPUESTOS Y MATERIALES REEMPLAZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO POR EL PROVEEDOR, SERAN DEVUELTOS AL CONTRATISTA SEGUN RECOMENDACION DEL FABRICANTE PARA QUE ESTOS SEAN SOMETIDOS DE PROCESOS DE CONTROL DE CALIDAD, INVESTIGACION O ANALISIS DE FALLAS, AL IGUAL QUE LOS RESIDUOS PELIGROSOS PARA SU ELIMINACION Y DISPOSICION FINAL, DEBIENDO LA OFICINA DE MANTENIMIENTO DEL HRHDE, AUTORIZAR SU TRASLADO CON ARREGLO A LA NORMATIVA INTERNA, PREVIO SUSTENTO DOCUMENTARIO RESPECTIVO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20600756011	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	Hora de envío :	21:12:25

Consulta: Nro. 77

Consulta/Observación:

En el numeral 2.5 Forma de Pago de la Prestacción Accesorias se indica lo siguiente:

El costo de cada mantenimiento preventivo será igual al monto total que corresponda al mantenimiento de los equipos durante el periodo requerido que será igual al periodo total de la garantía dividido entre el número de mantenimientos, de acuerdo al programa de mantenimiento aprobado por la entidad/hospital, siendo los primeros 5 mantenimientos 1 5% por cada mantenimiento y el último mantenimiento 25% del monto ofertado (02 mantenimientos por año como mínimo, haciendo 06 mantenimientos) y tras la emisión de la conformidad por el área usuaria.

El pago por el mantenimiento del equipo(s) se efectuará una vez concluido cada mantenimiento preventivo, para tal efecto el contratista remitirá a la entidad (Gobierno Regional Arequipa), la siguiente documentación para su evaluación y trámite de correspondiente:

Solicitamos a la entidad considerar el pago sea equitativamente porcentual de los mantenimiento debido a que el servicio que se brinda es completo en cada servicio y así no se vulneren los derechos del postor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.5 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EN ARAS DE FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES Y EVITAR CONFUSIONES DURANTE EL PROCESO, SE HA VISTO POR CONVENIENTE CONSIDERAR EL PAGO EQUIVALENTE PORCENTUAL DE LOS MANTENIMIENTOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PAGO Nº 2: PRESTACIÓN ACCESORIA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

EL COSTO DE CADA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERÁ IGUAL AL MONTO TOTAL QUE CORRESPONDA AL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DURANTE EL PERIODO REQUERIDO QUE SERÁ IGUAL AL PERIODO TOTAL DE LA GARANTÍA DIVIDIDO ENTRE EL NÚMERO DE MANTENIMIENTOS, DE ACUERDO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO APROBADO POR LA ENTIDAD/HOSPITAL, SIENDO EL PAGO EQUIVALENTE PORCENTUAL DE LOS MANTENIMIENTOS (02 MANTENIMIENTOS POR AÑO COMO MÍNIMO, DURANTE LOS 3 AÑOS DE GARANTÍA, HACIENDO 06 MANTENIMIENTOS) Y TRAS LA EMISIÓN DE LA CONFORMIDAD POR EL ÁREA USUARIA.

EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO(S) SE EFECTUARÁ UNA VEZ CONCLUIDO CADA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PARA TAL EFECTO EL CONTRATISTA REMITIRÁ A LA ENTIDAD (GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA), LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN PARA SU EVALUACIÓN Y TRAMITE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20600756011	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	Hora de envío :	21:12:25

Consulta: Nro. 78

Consulta/Observación:

En el numeral 13 se indica que la reparación por el caso de la garantía del equipamiento, con sus componentes y accesorios durante el periodo de garantía, correrá por cuenta y riesgo del Contratista. Cabe indicar que ante la falla equipo el contratista debe cumplir con todos sus proceso de clarificación local y adicionalmente con el proceso de clarificación de la fábrica. Solo si, se identifica una falla de origen del equipo y que previamente haya sido validado por fábrica se considera el cambio del equipo de manera integral. Finalmente lo indicado solo aplica para el equipo de rayos x.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 13 Literal: - Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE ESTE PUNTO HA SIDO DETALLADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS BASES, POR LO QUE SE SOLICITA CEÑIRSE A LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20600756011	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	Hora de envío :	21:12:25

Consulta: Nro. 79

Consulta/Observación:

En el numeral 13 se indica Una vez entregado el bien por parte de los ejecutores a los usuarios finales del Hospital Honorio Delgado Espinoza, este bajo su custodia se comunicarán por escrito o correo electrónico al contratista dependiendo a cada caso cualquier reclamo con cargo a esta garantía; al recibir la notificación el contratista reemplazara los bienes y equipos o componentes defectuosos con uno nuevo. Solicitamos a la entidad considerar los plazos plazo inicial de (05) cinco días calendario contados a partir de la recepción de la notificación para atender la solicitud en caso no requiera repuesto. Un plazo adicional de (15) días requerir repuestos nuevos para la reparación de los equipos, el contratista solicitará el retiro del repuesto o componente a ser reemplazado por garantía, cuyos datos (marca, modelo, número de parte y/o serie) será registrado en un acta y será firmado por ambas partes. El ingreso del repuesto nuevo por parte del contratista se hará mediante guía de remisión debidamente sellado por el almacén del establecimiento de salud, donde se consignará la fecha del Ingreso del bien, componente a ser reemplazado por garantía, cuyos datos (marca, modelo, número de parte y/o serie) será registrado en un acta y será firmado por ambas partes. En este sentido se considerar lo anterior antes expuestos,ya que estos vulneran los derechos del contratista por verse en total desventaja ante la solicitud por parte de la entidad, puesto que se señala se debe considerar que las piezas pasan por un proceso de importación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 13 Literal: - Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EN ARAS DE FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES Y EVITAR CONFUSIONES DURANTE EL PROCESO, SE HA VISTO POR CONVENIENTE CONSIDERAR Y DETALLAR LOS PLAZOS PARA LA RESPUESTA ANTE DESPERFECTOS, REPARACION Y/O CAMBIO DE PIEZAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CONDICIONES DE GARANTÍA:  
"UNA VEZ ENTREGADO EL BIEN POR PARTE DE LOS EJECUTORES A LOS USUARIOS FINALES DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, ESTE BAJO SU CUSTODIA SE COMUNICARÁN POR ESCRITO O CORREO ELECTRÓNICO AL CONTRATISTA DEPENDIENDO A CADA CASO CUALQUIER RECLAMO CON CARGO A ESTA GARANTÍA; AL RECIBIR LA NOTIFICACIÓN EL CONTRATISTA TIENE UN PLAZO MÁXIMO DE 48 HORAS PARA LA ATENCIÓN Y EVALUACIÓN, POSTERIOR A ELLO, TIENE UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS POSTERIORES PARA DAR SOLUCIÓN (SI NO REQUIERE REPUESTO) Y UN PLAZO ADICIONAL DE (15) DÍAS DE REQUERIR REPUESTOS NUEVOS PARA LA REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS Y 05 DÍAS ADICIONES PARA LA REPARACIÓN; SI DURANTE ESTE TIEMPO, NO HA SIDO REPARADO O PERSISTE LA INOPERATIVIDAD DEL EQUIPO, EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR EL REEMPLAZO DEL EQUIPO POR OTRO IGUAL O DE CARACTERÍSTICA SUPERIOR AL OFERTADO, SE EFECTUARA EN UN PLAZO NO MAYOR AL PLAZO OFERTADO PARA LA ENTREGA DEL EQUIPO Y POR LA CANTIDAD DE DIAS PARADOS EL POSTOR DEBERA DE INCREMENTAR EL TIEMPO DE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20600756011	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	Hora de envío :	21:12:25

Consulta: Nro. 80

Consulta/Observación:

En el numeral 13 se indica El contratista queda obligado a extender el plazo de vigencia de la garantía de los bienes o equipos y sus componentes, cuantas veces sea necesario, por un plazo similar al que el equipo se encuentre inoperativo por causas atribuibles a él, de ser el caso, el reemplazo del equipo por otro igual o de característica superior al ofertado, se efectuará en un plazo no mayor al plazo ofertado para la entrega del equipo. Cabe indicar que ante la falla equipo el contratista debe cumplir con todos sus proceso de clarificación local y adicionalmente con el proceso de clarificación de la fábrica. Solo si, se identifica una falla de origen del equipo y que previamente haya sido validado por fábrica se considera el cambio del equipo de manera integral. Finalmente lo indicado solo aplica para el equipo de rayos x.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 13 Literal: - Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE ESTE PUNTO HA SIDO DETALLADO CLARAMENTE EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES: CONDICIONES DE LA GARANTIA PARRAFO 3, POR LO QUE SE SOLICITA CEÑIRSE A LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ¿ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ECOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA¿ CON CUI 2534645.

Ruc/código :	20600756011	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	Hora de envío :	21:12:25

Consulta: Nro. 81

Consulta/Observación:

En el numeral 13 se indica El contratista queda obligado a extender el plazo de vigencia de la garantía de los bienes o equipos y sus componentes, cuantas veces sea necesario, por un plazo similar al que el equipo se encuentre inoperativo por causas atribuibles a él, de ser el caso, el reemplazo del equipo por otro igual o de característica superior al ofertado, se efectuará en un plazo no mayor al plazo ofertado para la entrega del equipo. Al respecto, se solicita a la entidad aclarar que se empezara a contabilizar los días de inoperatividad al día siguiente de haber sobrepasado el plazo de reparación adicional de 15 días en caso de repuestos. Solicitamos a la entidad modificar y aclarar, ya que estos vulneran los derechos del contratista por verse en total desventaja dado que las piezas pasan por un proceso de importación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 13 Literal: - Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EN ARAS DE FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES Y EVITAR CONFUSIONES DURANTE EL PROCESO, SE HA VISTO POR CONVENIENTE CONSIDERAR Y DETALLAR LOS PLAZOS PARA LA RESPUESTA ANTE DESPERFECTOS, REPARACION Y/O CAMBIO DE PIEZAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CONDICIONES DE GARANTÍA:  
"UNA VEZ ENTREGADO EL BIEN POR PARTE DE LOS EJECUTORES A LOS USUARIOS FINALES DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, ESTE BAJO SU CUSTODIA SE COMUNICARÁN POR ESCRITO O CORREO ELECTRÓNICO AL CONTRATISTA DEPENDIENDO A CADA CASO CUALQUIER RECLAMO CON CARGO A ESTA GARANTÍA; AL RECIBIR LA NOTIFICACIÓN EL CONTRATISTA TIENE UN PLAZO MÁXIMO DE 48 HORAS PARA LA ATENCIÓN Y EVALUACIÓN, POSTERIOR A ELLO, TIENE UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS POSTERIORES PARA DAR SOLUCIÓN (SI NO REQUIERE REPUESTO) Y UN PLAZO ADICIONAL DE (15) DÍAS DE REQUERIR REPUESTOS NUEVOS PARA LA REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS Y 05 DÍAS ADICIONES PARA LA REPARACIÓN; SI DURANTE ESTE TIEMPO, NO HA SIDO REPARADO O PERSISTE LA INOPERATIVIDAD DEL EQUIPO, EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR EL REEMPLAZO DEL EQUIPO POR OTRO IGUAL O DE CARACTERÍSTICA SUPERIOR AL OFERTADO, SE EFECTUARA EN UN PLAZO NO MAYOR AL PLAZO OFERTADO PARA LA ENTREGA DEL EQUIPO Y POR LA CANTIDAD DE DÍAS PARADOS EL POSTOR DEBERA DE INCREMENTAR EL TIEMPO D