

FORMATO N° 10

ACTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO, DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°08-2023-DIRESA-AP.-1 DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N°03-2023-DIRESA-AP.-1

CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES (TORRE DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA E INSTRUMENTAL QUIRURGICO) PARA EL COMPONENTE EQUIPAMIENTO DE LA IOARR "ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA, LAPAROSCOPICA; CONSTRUCCION DE SALA DE OPERACIONES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) CHALHUANCA EN LA LOCALIDAD DE CHALHUANCA, DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAE, DEPARTAMENTO DE APURIMAC" CON CUI N° 2586285

1 NÚMERO DE ACTA

ACTA C.S.-2023 (AS N°08 DERIVADA DE LA LP N°03-2023-DIRESA-AP.-1)

2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

En la ciudad de Abancay, siendo las 08:00 horas del día 07 del mes de diciembre del año Dos Mil Veinte tres, en el local de la DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, se reunieron los integrantes del comité de selección designados mediante FORMATO N°04: F4-03-2023-DIRESA-AP, de fecha 03 de octubre del 2023, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°08-2023-DIRESA-AP, DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N°03-2023-DIRESA-AP.-1, cuyo objeto de la convocatoria es la: CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES (TORRE DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA E INSTRUMENTAL QUIRURGICO) PARA EL COMPONENTE EQUIPAMIENTO DE LA IOARR "ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA, LAPAROSCOPICA; CONSTRUCCION DE SALA DE OPERACIONES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) CHALHUANCA EN LA LOCALIDAD DE CHALHUANCA, DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAE, DEPARTAMENTO DE APURIMAC" CON CUI N° 2586285, a fin de efectuar la apertura, admisión, evaluación de las ofertas presentadas, calificación de las ofertas correspondientes según orden de prelación y otorgamiento de la Buena Pro.

Nota - En caso las actuaciones se realicen en diversos días, precisar la fecha, hora y local de las sesiones realizadas durante la evaluación y calificación de las ofertas, en el acto que corresponda.

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°08-2023-DIRESA-AP.-1 DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N°03-2023-DIRESA-AP.-1

3 DETALLE DE LAS OFERTAS

3.1 DETALLE DE LOS POSTORES REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA DEL SEACE

Primero: seguidamente en cumplimiento al Numeral 55.1 del Artículo 55 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se procedió a verificar los postores registrados electrónicamente en dicho procedimiento de selección a través de la plataforma del SEACE, encontrándose los siguientes:

N°	RUC	Nombre o razón social del postor	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	20101337261	ROCA S.A.C.	2023-11-16 14:14:40.0	Válido
2	20462004380	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS HAMBERT E.I.R.L.	2023-11-17 12:52:14.0	Válido
3	20485722119	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	2023-11-16 11:31:18.0	Válido
4	20484151503	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	2023-11-17 12:18:08.0	Válido
5	20603650196	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-11-22 18:41:46.0	Válido
6	20520987186	CARDIOMED DEL PERU SAC	2023-11-16 18:18:59.0	Válido
7	20624232104	OPEN MEDIC S.A.C.	2023-11-17 11:21:01.0	Válido
8	20550268090	CORPORACION DOCTOR TEC. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION DOCTOR TEC.	2023-11-20 21:17:43.0	Válido
9	20681230285	G & M TECHNOLOGY S.A.C.	2023-11-29 15:13:03.0	Válido
10	20601571085	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	2023-11-16 18:20:38.0	Válido
11	20601586470	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	2023-11-17 10:37:34.0	Válido

DETALLE DE LOS POSTORES QUE REGISTRARON SU OFERTA EN LA PLATAFORMA SEACE

3.2 Segundo: En cumplimiento al Numeral 73.1 del Artículo 73 del Reglamento de la ley de contrataciones del estado se da la verificación de los postores que registraron sus propuestas electrónicamente a través de la plataforma del SEACE, teniendo a los siguientes:

N°	RUC	Nombre o razón social del postor	Fecha de registro de la oferta	Estado
1	20520987186	CARDIOMED DEL PERU SAC	01/12/2023	Válido
2	20601586470	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	01/12/2023	Válido
3	20462004380	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS HAMBERT E.I.R.L.	01/12/2023	Válido

4 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN

Tercero: Según el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento de la Ley de Contrataciones las bases administrativas se procede a verificar los documentos de presentación obligatoria para la admisión de ofertas, teniendo los siguientes resultados como se indica en el cuadro adjunto:

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA (Documentos para la admisión de la oferta)

N°	Nombre o razón social del postor	ANEXO N° 01 (DATOS DEL POSTOR) (A)	ANEXO N° 02 (ART. 82 REGO) (C)	ANEXO N° 03 (CUMPL. EE.TT.) (D)	ANEXO N° 04 (F)	ANEXO N° 05 (PROMESA DE CONSORCIO) DE SER EL CASO (G)	ANEXO N° 06 (H)	ESTADO
		OBLIG.	OBLIG.	OBLIG.	OBLIG.	OBLIG.	DE CORRESPONDER	
1	CARDIOMED DEL PERU SAC	SI	SI	SI	NO (*)	SI	N/C	S/ 971,000.00 NO ADMITIDO
2	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	SI	SI	SI	SI	SI	N/C	S/ 960,000.00 ADMITIDO
3	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS HAMBERT E.I.R.L.	SI	SI	SI	NO (*)	SI	N/C	S/ 751,770.00 NO ADMITIDO

(*) El postor CARDIOMED DEL PERU S.A.C. Conforme a lo requerido por la entidad en el PAQUETE N°1 de las características técnicas de la TORRE DE VIDEO CIRUGIA LAPAROSCOPICA, respecto del ítem B COMPONENTES, contenidas en la Pág. 33, FICHA TÉCNICA Y SET INSTRUMENTAL DE CESAREA / B COMPONENTES contenidas en la Pág. 46, FICHA TÉCNICA Y SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MAYOR/ B COMPONENTES contenidas en la Pág. 39, FICHA TÉCNICA, sección específica de las bases integradas, se solicita:

B06: SISTEMA DE MEJORAMIENTO DE VISUALIZACIÓN DE IMAGEN CON TECNOLOGIA NBI O VIST O SISTEMA DE FLOURESCENCIA

1. SET INSTRUMENTAL DE CESAREA (SISTEMA DE CIRUGIA HISTEROSCOPIA)

B03 (01) MANGO DE BISTURI N° 4 CORTO

B04 (01) MANGO DE BISTURI N° 3

B15 (01) PORTA AGUA DE MAYO-HEGAR CON INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO 16 CM (6 1/4")

B16 (01) PORTA AGUA DE MAYO-HEGAR CON INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO 20 CM (8 1/4")

2. SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MAYOR (SISTEMA DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA)

B04 1MANGO DE BISTURI N° 3 (12.5 CM)

B05 1MANGO DE BISTURI N° 4 (13.5 CM)

B06 1MANGO DE BISTURI N° 7 (16 CM)

La empresa CARDIOMED DEL PERU S.A.C. No cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, tal como puede verificarse en la revisión de la información detallada a continuación:

a) No presenta el registro sanitario de la video cámara, ofertan el modelo Apollo, código 15-2092, de acuerdo al registro sanitario presentado por el postor en las pag 10-13 este no figura en el listado.

b) No presenta los ISO 13485 del fabricante FSN ofertado para el monitor de grado medico y grabador de video grado medico

c) Folio 430, en su oferta señala: "B06 TECNOLOGIA DE ESPACIO DE COLOR".

NO SUSTENTA, SISTEMA DE MEJORAMIENTO DE VISUALIZACIÓN DE IMAGEN CON TECNOLOGIA NBI O VIST O SISTEMA DE FLOURESCENCIA

d) Folio 430, en su oferta señala: "B03 TECNOLOGIA DE ESPACIO DE COLOR".

e) Folio 437 y 488, en su oferta señala: "FIG 4, FIG 4L, FIG 7"

NO SUSTENTA B03 Y B04. EL N° 3 Y N° 4 DEL MANGO DEL BISTURI

f) Folio 489 y 500, en su oferta señala: "B15 MAYO - HEGAR 16 CM", B16 MAYO - HEGAR 20 CM".

NO SUSTENTA B15 Y B16. CON INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO

g) Folio 551, 552 y 553, en su oferta señala: "SOLO DICE: FIG 4, FIG 4L, FIG 7"

NO SUSTENTA B04, B05 Y B06. EL N° 3, N° 4 Y N° 7 DEL MANGO DEL BISTURI

ACTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO, DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

El comité de selección precisa que nuestra especificaciones técnicas se solicita

B06: SISTEMA DE MEJORAMIENTO DE VISUALIZACIÓN DE IMAGEN CON TECNOLOGIA NBI O VIST O SISTEMA DE FLOURESCENCIA

1. SET INSTRUMENTAL DE CESAREA (SISTEMA DE CIRUGIA HISTEROSCOPICA)

B03 (01) MANGO DE BISTURI N° 4 CORTO

B04 (01) MANGO DE BISTURI N° 3

B15 (01) PORTA AGUJA DE MAYO-HEGAR CON INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO 16 CM (8 1/4")

B16 (01) PORTA AGUJA DE MAYO-HEGAR CON INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO 20 CM (8 1/4")

2. SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MAYOR (SISTEMA DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA)

B04 1MANGO DE BISTURI N° 3 (12.5 CM)

B05 1MANGO DE BISTURI N° 4 13.5 CM

B06 1MANGO DE BISTURI N° 7 16 CM

Esto demuestra que la oferta según las consideraciones establecidas en literal a), b), c), d), e) f), g), la empresa CARDIOMED DEL PERU S.A.C., NO CUMPLE Y NO SUSTENTA 1. SET INSTRUMENTAL DE CESAREA (B03, B04, B15, B16) Y 2. SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MAYOR (B04, B05, B06). Por lo tanto queda no admitida.

(*) El postor C & S HAMBERT E.I.R.L. Conforme a lo requerido por la entidad en el PAQUETE N°1 de las características técnicas del TORRE DE VIDEO CIRUGIA LAPAROSCOPIA E INSTRUMENTAL QUIRURGICO, respecto del literal A CARACTERISTICAS GENERALES , B COMPONENTES, C ACCESORIOS, Contenidas en la Pag. 33,34,35,36,37,38,39,40,41, 42, 43, 44, 45, 46 de las FICHAS TECNICAS sección específica de las bases integradas, se solicita:

1. TORRE DE VIDEO CIRUGIA LAPAROSCOPIA (EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA)

2. SET DE INSTRUMENTAL SEPARADOR AUTOESTATICO PARA CIRUGIA ABDOMINAL (SISTEMA DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA)

3. SET INSTRUMENTAL DE CESAREA (SISTEMA DE CIRUGIA HISTEROSCOPICA)

4. SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA (SISTEMA DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA)

5. SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MAYOR (SISTEMA DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA)

6. SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MENOR (SISTEMA DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA)

7. SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA DE TRAUMATOLOGIA

(SISTEMA DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA)

La empresa C & S HAMBERT E.I.R.L. No cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, tal como puede verificarse en la revisión de la información detallada a continuación:

a) Folio 1 al 113, en su NO OFERTA y NO SUSTENTA, el sustento por los requerimientos ante mencionados 1,2,3,4,5,6,7.

b) Folio 1 al 113, en su NO OFERTA y NO SUSTENTA, los registros sanitarios y el certificado de buenas prácticas de manufactura (BPM) o CE/EU el certificado ISO 13485 o Certificado expedido por la FDA; por los requerimientos ante mencionados 2,3,4,5,6,7.

El comité de selección precisa que nuestra especificaciones técnicas se solicita

2. SET DE INSTRUMENTAL SEPARADOR AUTOESTATICO PARA CIRUGIA ABDOMINAL (SISTEMA DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA)

3. SET INSTRUMENTAL DE CESAREA (SISTEMA DE CIRUGIA HISTEROSCOPICA)

4. SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA (SISTEMA DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA)

5. SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MAYOR (SISTEMA DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA)

6. SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MENOR (SISTEMA DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA)

7. SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA DE TRAUMATOLOGIA

(SISTEMA DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA)

Esto demuestra que la oferta según las consideraciones establecidas en literal a) y b), la empresa C & S HAMBERT E.I.R.L. NO CUMPLE en lo que respecta a los requerimientos ante mencionados NO OFERTA y NO SUSTENTA: 2,3,4,5,6,7. Por lo tanto queda no admitida.

5. Cuarto: Acto seguido y de acuerdo al artículo 51 y 74 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se procede a evaluar la oferta conforme a los factores de evaluación previstos en las bases, de la propuesta debidamente admitida - CAPITULO IV, FACTORES DE EVALUACIÓN: obteniéndose los siguientes resultados según se muestra en el siguiente cuadro:

ANEXO 01 - CANTON DE GUAYAS, FACTORES DE EVALUACION											
N°	Nombre o razón social del postor	Precio ofertado	FACTORES DE EVALUACION							TOTAL PUNTOS	ORDEN DE PRELACION
			A. PRECIO	B. PLAZO DE ENTREGA	D. GARANTIA COMERCIAL DEL POSTOR	H. CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD	I. MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS				
			(Max. 60 puntos)	(Max. 10 puntos)	(Max. 10 puntos)	(Max. 05 puntos)	MEJORA 1 (Max. 02 puntos)	MEJORA 2 (Max. 02 puntos)	MEJORA 3 (Max. 02 puntos)		
1	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	S/ 960,000.00	60.00	5.00	10.00	3.00	2.00	2.00	0.00	91.00	1

6. CALIFICACIÓN (REQUISITOS DE CALIFICACIÓN)

Visto el cuadro de EVALUACIÓN se procede a CALIFICAR, de acuerdo al Artículo 75 numeral 75.1. del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado luego de culminada la evaluación, el comité de elección califica a los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada especificadas en las bases, llegando al siguiente cuadro:

N°	NOMBRE O RAZON SOCIAL	REQUISITOS DE CALIFICACION				ESTADO
		A. CAPACIDAD LEGAL	B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD S/ 2,600,000.00	C. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL		
1	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	SI	SI	SI		CALIFICADO

7. RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN

De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el PRIMER lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases.

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR	
1	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	RUC 20601586470

8. ACUERDO ADOPTADO

Finalmente, y visto el cuadro de EVALUACIÓN y CALIFICACIÓN, en conformidad al artículo 74 y 75 del reglamento, este comité de Selección otorga LA BUENA PRO

J & G INVERSIONES PERU S.A.C.

CON RUC N°

20601586470

por un monto total

S/960,000.00

NOVECIENTOS SESENTA MIL CON 00/100 SOLES

9. Se da por finalizado el presente procedimiento de selección, siendo las horas 16:00 horas del mismo día, firmando al pie los intervinientes en señal de conformidad.

ING. WILMER DE LA CRUZ ALARCON

Presidente

WILFREDO BALLÓN ALVARADO

Primer Miembro

MG. JUAN GREG SAAVEDRA VERGARA

Segundo Miembro

NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES