

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-SEMAN PERÚ SAC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN (NACIONAL)

Ruc/código : 20600651901

Fecha de envío : 31/07/2023

Nombre o Razón social : ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.

Hora de envío : 17:40:14

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Favor de proporcionar el modelo de cada equipo

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.

Literal: 5.1.

Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, según lo informado por el área usuaria (Gerencia de Control de Calidad), precisa el modelo de cada equipo, el cual, se detalla en el Capítulo III (Requerimiento) de las Bases, por lo tanto, esta consulta genera modificaciones en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La absolución de esta consulta si genera modificaciones en las Bases, con motivo de la integración de las bases, en el Capítulo III (Requerimiento), se detallará el modelo de cada equipo.

Entidad convocante : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-SEMAN PERÚ SAC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN (NACIONAL)

Ruc/código :	20600651901	Fecha de envío :	31/07/2023
Nombre o Razón social :	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.	Hora de envío :	17:40:14

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Favor de proporcionar la marca de cada equipo

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1. **Literal:** 5.1. **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, según lo informado por el area usuaria (Gerencia de Control de Calidad), precisa la marca de cada equipo, el cual, se detalla en el Capítulo III (Requerimiento) de las Bases, por lo tanto, esta consulta genera modificaciones en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La absolución de esta consulta si genera modificaciones en las Bases, con motivo de la integración de las bases, en el Capítulo III (Requerimiento), se detallará la marca de cada equipo.

Entidad convocante : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-SEMAN PERÚ SAC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN (NACIONAL)

Ruc/código :	20600651901	Fecha de envío :	31/07/2023
Nombre o Razón social :	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.	Hora de envío :	17:40:14

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Favor de indicar los puntos en los que se desea calibrar y para los manómetros también es importante saber la resolución de cada equipo.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1. **Literal:** 5.1. **Página:** 41.

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, según lo informado por el area usuaria (Gerencia de Control de Calidad), aclara que los puntos a calibrar son el mínimo y el máximo. Asimismo, para los manómetros, la resolución se detalla en el Capítulo III (Requerimiento) de las Bases, por lo tanto, esta consulta genera modificaciones en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La absolución de esta consulta si genera modificaciones en las Bases, con motivo de la integración de las bases, en el Capítulo III (Requeriminto), se detallará la resolución de cada equipo.

Entidad convocante : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-SEMAN PERÚ SAC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN (NACIONAL)

Ruc/código :	20600651901	Fecha de envío :	31/07/2023
Nombre o Razón social :	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.	Hora de envío :	17:45:38

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Favor de indicar en cuantos envíos se entregarán todo los equipos a calibrar?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1.8 **Literal:** 1.8 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, según lo informado por el area usuaria (Gerencia de Control de Calidad), aclara que, en relación a cuantos envíos se entregarán todos los equipos a calibrar, al respecto, dichas entregas se detallan en el cuadro que estará indicado en el Capitulo III (Requerimiento) de las Bases, por lo tanto, esta consulta genera modificaciones en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La absolución de esta consulta si genera modificaciones en las Bases, con motivo de la integración de las bases, en el Capítulo III (Requerimiento), se detallará en un cuadro, los envíos que se entregaran los equipos a calibrar.