

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-SANIPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de termociclador de PCR en tiempo real para el PIP: Mejoramiento del servicio de análisis en los laboratorios de referencia del SANIPES en la Región Lima

Ruc/código : 20160056062

Nombre o Razón social : BELOMED S.R.L.

Fecha de envío : 03/07/2023

Hora de envío : 18:54:51

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

"En el presente proceso requieren que se cumpla con lo siguiente:

2. Características Técnicas

d) Puesta en marcha: Instalación del equipo, calibración del equipo RNaseP, ROI, Background y Dyes (1-2-3), Instalación de software actualizado.

Se debe de tener en consideración que lo solicitado en este apartado no conformaría una especificación técnica del equipo, sino, como el requerimiento mismo menciona ""puesta en marcha"", lo que está relacionado a actividades que se realizan durante la instalación, lo que es una responsabilidad del proveedor realizarla. En base a lo expuesto consultamos amablemente al comité en coordinación con el área usuaria que acepte para la sustentación de este requerimiento, una declaración jurada de que se realizará por parte del proveedor, permitiendo mayor pluralidad de postores."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III

Literal: 3.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta una declaración jurada de puesta en marcha: Instalación del equipo, calibración del equipo RNaseP, ROI, Background y Dyes (1-2-3), Instalación de software actualizado. Dicha declaración debe estar firmada por el representante legal de la empresa proveedora.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-SANIPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de termociclador de PCR en tiempo real para el PIP: Mejoramiento del servicio de análisis en los laboratorios de referencia del SANIPES en la Región Lima

Ruc/código :	20160056062	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	BELOMED S.R.L.	Hora de envío :	18:54:51

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

"En el presente proceso requieren que se cumpla con lo siguiente:

Instalación y Puesta en Funcionamiento

En caso las acometidas eléctricas y/o sanitarias y/o de gases y/o ventilación, entre otros, no se encuentren ubicadas en la distancia requerida por el contratista, este deberá cubrir el tramo restante para poder dar cumplimiento a las condiciones de instalación.

Se debería de considerar que la institución debe de brindar al proveedor las condiciones mínimas para el correcto montaje e instalación de los equipos; ya que, todo equipo debe de reunir requisitos técnicos mínimos (check list de pre-instalación) y los costos adicionales en caso no se cumplan con los requisitos de instalación deberán de ser asumidos por la entidad convocante sin gasto extra para el proveedor. Por lo expuesto, solicitamos al comité en coordinación con el área usuaria indicar las condiciones en que se encuentran las instalaciones y si poseen toma eléctrica disponible."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área designada para la instalación del termociclador PCR en tiempo real cumple con los requerimientos mínimos eléctricos y/o sanitarios y/o de gases y/o ventilación. Por ello se solicita que el Proveedor debiera cubrir los tramos restantes en la distancia requerida por el contratista para poder dar cumplimiento a las condiciones de instalación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-SANIPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de termociclador de PCR en tiempo real para el PIP: Mejoramiento del servicio de análisis en los laboratorios de referencia del SANIPES en la Región Lima

Ruc/código : 20160056062

Nombre o Razón social : BELOMED S.R.L.

Fecha de envío : 03/07/2023

Hora de envío : 18:54:51

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

"En el presente proceso requieren que se cumpla con lo siguiente:

Instalación y Puesta en Marcha

La instalación estará a cargo por el personal de ingeniería local del contratista, debidamente entrenado por el fabricante y/o proveedor, y con experiencia en la instalación y funcionamiento del equipo.

Se debería de considerar que debido a la importancia del equipo del presente proceso, se requiere que el personal que realice dichas labores de instalación haya sido capacitado por el fabricante expresamente no por el proveedor local, esto reflejado en un certificado de capacitación del fabricante. En base a lo expuesto consultamos se acepte ""La instalación estará a cargo por el personal de ingeniería local del contratista, debidamente entrenado por el fabricante sustentado con Certificado de Capacitación emitido por el fabricante, y con experiencia en la instalación y funcionamiento del equipo. "

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la sugerencia, porque la instalación es un proceso de verificación de funcionamiento operativo del equipo o instrumento, como la parte eléctrica, software, comandos y por los resultados obtenidos de la aplicación de un test de PCR de un kit de un gen de copia única la RNasa P, mediante el cual se evalúa la capacidad del equipo de reconocer una cantidad determinada de copias genómicas lo cual indicaría un funcionamiento adecuado de la parte interna del equipo (ROI, Uniformidad, Dye placas 1, 2 y 3 y background), por ello el personal de ingeniera local debidamente entrenado por el fabricante y/o proveedor estará a cargo de la instalación y funcionamiento del equipo,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-SANIPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de termociclador de PCR en tiempo real para el PIP: Mejoramiento del servicio de análisis en los laboratorios de referencia del SANIPES en la Región Lima

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	19:15:59

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita amablemente al comité precisar si la literatura para el sustento de la información técnica que esté en un idioma distinto al Español se deberá presentar en forma de Traducción simple o certificada.

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: II Literal: 2.2.1.1 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara su consulta. De acuerdo con lo señalado en el numeral 59.1 del artículo 59 del Reglamento, los documentos que acompañan a las expresiones de interés, las ofertas y cotizaciones, según corresponda, se presentan en idioma español. Cuando los documentos no figuren en idioma español, se presenta la respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda.

En ese sentido, la información técnica requerida en las bases, al ser solicitados como documentación obligatoria para la admisión (no se trata de información técnica complementaria) deben ser presentados en idioma español o, caso contrario, con su respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-SANIPES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de termociclador de PCR en tiempo real para el PIP: Mejoramiento del servicio de análisis en los laboratorios de referencia del SANIPES en la Región Lima

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	19:15:59

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita en las bases:

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

d) Puesta en Marcha: Instalación del equipo, calibración del equipo RNasa P, ROI, BACKGROUND, DYES (1-2-3), instalación de software actualizado.

Dado que nuestro equipo viene CALIBRADO DE FÁBRICA para los parámetros ROI, BACKGROUND y DYES, y que la placa RNasa P es una placa de verificación del correcto funcionamiento del equipo durante la puesta en marcha, se solicita amablemente al comité aclarar si lo solicitado en las bases para la puesta en marcha respecto a los calibradores (ROI, Background, DYES 1-2-3) hace referencia a la calibración de fábrica o si se solicita que dichas calibraciones (ROI, Background, DYES 1-2-3) se realicen de manera adicional al momento de la instalación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. H. Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta, se aclara lo siguiente, el comité esta solicitando una calibración del instrumento durante la instalación en el laboratorio de sanidad acuícola sed callao, mediante la aplicación de un test de PCR con un kit de un gen de copia única la RNasa P, mediante el cual se evalúa la capacidad del equipo de reconocer una cantidad determinada de copias genómicas lo cual indicaría un funcionamiento adecuado de la parte interna del equipo (ROI, Uniformidad, Dye placas 1, 2 y 3 y background). para verificar la operatividad óptima y cumplir los requerimientos de calidad del laboratorio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null