

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA

Nomenclatura : LP-SM-29-2024-INSNSB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DEL DISPOSITIVO MÉDICO CON EQUIPOS EN CESION DE USO: KIT DE AFÉRESIS CON EQUIPOS EN CESIÓN DE USO

Ruc/código : 20469936164

Nombre o Razón social : TERUMO BCT PERU S.A.C.

Fecha de envío : 09/01/2025

Hora de envío : 15:39:40

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Dice: Especificaciones técnicas de los equipos en cesión en uso.

1. Equipamiento Principal.

ITEM 01: Equipos automatizados para procedimientos de aféresis para colección de plaquetas y componentes sanguíneos

Solicitamos amablemente se ACEPTE UNA ANTIGÜEDAD de hasta SEIS(06) años, siempre y cuando el postor pueda demostrar mediante una carta del fabricante, que el Equipo cuenta con una vida útil mayor a SIETE(07) años

Sabiendo además que éste es el requisito de antigüedad YA ACEPTADO para el Item 02 (equipos automatizados para procedimientos de aféresis para colección de células progenitoras y recambio plasmático), con lo cual se estaría homologando el requisito de antigüedad para ambos Items

Acápíte de las bases : Sección: Anexos

Numeral: 3.1

Literal: 19

Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, PREVIO PRONUNCIAMIENTO DEL ÁREA USUARIA, NO ACOGE LA OBSERVACION Y SE PRECISA QUE NO ACEPTARÁ EQUIPOS QUE TENGAN MAYOR CANTIDAD DE AÑOS QUE LA SOLICITADA EN LAS BASES, SE DEBERÁ RESPETAR LA ANTIGÜEDAD DE 05 AÑOS SOLICITADA EN EL TDR , MÁS SE ACLARA QUE NO SE CONSIDERARA EL MES DE FABRICACIÓN PARA EL TEMA DE LA ANTIGÜEDAD DE LOS MISMOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA

Nomenclatura :LP-SM-29-2024-INSNSB-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE SUMINISTRO DEL DISPOSITIVO MÉDICO CON EQUIPOS EN CESION DE USO: KIT DE AFÉRESIS CON EQUIPOS EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20469936164	Fecha de envío :	09/01/2025
Nombre o Razón social :	TERUMO BCT PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:39:40

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Dice: Equipamiento Principal

Item 02 Equipos Automatizados para procedimientos de Aféresis para colección de Células Progenitoras y Recambio Plasmático

Solicitamos amablemente En las Características A04: Precisar que la unipunción aplica para procedimientos de Recambio Plasmático y Recambio de Hematíes, más no para colecta de células Progenitoras

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 3.1 Literal: 19 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, PREVIO PRONUNCIAMIENTO DEL ÁREA USUARIA, ACLARA LA CONSULTA Y PRECISA QUE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE RECAMBIO PLASMÁTICO Y RECAMBIO DE HEMATÍES SON DE UNA PUNCIÓN AL SER DE SOLO UNA VÍA DE EXTRACCIÓN Y RETORNO A DIFERENCIA DE LOS PROCESOS DE COLECTA DE CÉLULAS PROGENITORAS QUE SE UTILIZA DOS ACCESOS VENOSOS DIFERENTES UNO PARA LA EXTRACCIÓN Y OTRO PARA EL RETORNO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null