

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-RSSCN-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LOS EE.SS. DE LA RSSCN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE.

Ruc/código : 20498674098

Nombre o Razón social : MEDICORP PERU S.A.C.

Fecha de envío : 13/09/2024

Hora de envío : 15:36:39

**Consulta: Nro. 1**

### Consulta/Observación:

La entidad está solicitando ACIDO URICO METODO ENZIMATICO PARA SUERO Y PLASMA X 100 DETERMINACIONES SET COMPLETO, CON VOLUMEN DE MUESTRA DE 20 UL, debemos indicar que la entidad no ha especificado ninguna otra característica técnica en las bases, en tal sentido para garantizar que el reactivo a adquirir sea estable y de alta confianza en los resultados dado los centros de salud a los cuales se va a repartir que están alrededor de los 3,000 m sobre el nivel del mar, solicitamos que se agregue como especificación técnica lo siguiente:

- Solución de diclorohidroxibenceno sulfónico (DHS) en buffer fosfatos pH 7,4.
- 4-AF con concentración de 0,10 mmol/l

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** a    **Página:** 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### Análisis respecto de la consulta u observación:

luego de realizar la consulta al area usuaria, se indica que no acepta la consulta, solo se aclara el producto requerido es ACIDO URICO METODO ENZIMATICO PARA SUERO Y PLASMA X 100 DETERMINACIONES CON ESTANDAR

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-RSSCN-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LOS EE.SS. DE LA RSSCN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE.

Ruc/código :	20498674098	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	MEDICORP PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:36:39

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

La entidad está solicitando ALCOHOL ACIDO P.A, DECOLORANTE DE BATERIA ZIELH NELESEN, sin embargo no indican en qué presentación requiere la entidad.  
Solicitamos que nos indiquen la presentación a ofertar.

Acápíte de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 3.2    Literal: a    Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

luego de realizar la consulta al area usuaria, se aclara que la presentacion a ofertar es de LCOHOL ACIDO P.A , DECOLORANTE DE BATERIA ZIELH NELESEN X LITRO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LCOHOL ACIDO P.A , DECOLORANTE DE BATERIA ZIELH NELESEN X LITRO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-RSSCN-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LOS EE.SS. DE LA RSSCN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE.

Ruc/código :	20498674098	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	MEDICORP PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:36:39

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**  
La entidad está solicitando ANTIESTREPTOLISINA "O" (ASO LATEX) 100 DET KIT, desearíamos saber si podemos ofertar 02 kit x 50 det. cada uno.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: a Página: 22**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
luego de realizar la consulta al area usuaria se acepta la consulta y se podra presentar 02 kit x 50 det, sin alterar lo que requiere la entidad

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-RSSCN-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LOS EE.SS. DE LA RSSCN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE.

Ruc/código :	20498674098	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	MEDICORP PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:36:39

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

La entidad está solicitando LDL DIRECTO X 100 DET, debemos indicar que el COLESTEROL LDL DIRECTO, trabaja conjuntamente con un multicalibrador.

Desearíamos saber si la entidad está solicitando el reactivo DIRECTO o el reactivo presipitante, que trabaja con el estándar del colesterol total.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: a Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

luego de realizar la consulta al area usuaria, se aclara que lo que requiere la entidad es el COLESTEROL LDL DIRECTO 100 DET KIT, se modificara en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-RSSCN-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LOS EE.SS. DE LA RSSCN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE.

Ruc/código :	20498674098	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	MEDICORP PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:36:39

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

La entidad está solicitando CREATININA ENZIMATICA 200- 220 DET KIT, debemos indicar que ésta presentación es la conocida como COLORIMETRICA en la marca WIENER.

Deseamos saber si podemos ofertar una CREATININA CINETICA AA LIQUIDA X 250 DET.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: a Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

uego del analisis por parte del area usuaria, indica que lo que la entidad requiere es CREATININA CINETICA 100ml-200ml DET.,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura :AS-SM-7-2024-RSSCN-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LOS EE.SS. DE LA RSSCN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE.

Ruc/código :	20498674098	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	MEDICORP PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:36:39

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

La entidad está solicitando GLUCOSA ENZIMATICA 1000 DET KIT, la presentación que nosotros comercializamos es en la presentación de REACTIVO A 1 X 50ML, B 1 X 50 ML, C 1 X 3 ML y S 1 X 4 ML y el procedimiento es de 10 ul de muestra y 1ml de reactivo de trabajo, con lo cual obtenemos las 1000 det solicitadas.  
Para sustentar dicha afirmación, la fábrica podrá emitir una carta aclaratoria.  
Deseamos solicitar si dicha carta será aceptada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: a Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

luego del analisis por parte del area usuaria, indica que lo que la entidad requiere es una glucosa enzimatica que rinda 1000 det o 250 x 4, el procedimiento prodra ser validado con el inserto del producto o una carta aclaratoria de la fabrica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura :AS-SM-7-2024-RSSCN-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LOS EE.SS. DE LA RSSCN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE.

Ruc/código :	20498674098	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	MEDICORP PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:36:39

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

La entidad está solicitando GLUCOSA ENZIMATICA 1000 DET KIT, pero no ha indicado ninguna característica ni componente del mismo, para garantizar la estabilidad y la buena reproductividad del mismo y evitar la oxidación en la altura es necesario que dicho kit cuente con el siguiente componente:

- + solución de glucosa oxidasa (1000 U/ml) y peroxidasa (120 U/ml)
- + pH 7,4 ± 0,1.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: a

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 22

Análisis respecto de la consulta u observación:

luego del analisis por parte del area usuaria, no se acepta las consultas hecha por el postor participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-RSSCN-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LOS EE.SS. DE LA RSSCN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE.

Ruc/código :	20498674098	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	MEDICORP PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:36:39

**Consulta:** Nro. 8

**Consulta/Observación:**

La entidad está solicitando PROTEINA C REACTIVA (PCR) X 100 DET KIT, desearíamos saber si podemos ofertar 02 kit x 50 det c/u.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.2      Literal: a      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

luego de realizar la consulta al area usuaria, si acepta la consulta, se podra ofertar 02 kit x 50 det, sin alterar lo requerido por la entidad

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-RSSCN-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LOS EE.SS. DE LA RSSCN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE.

Ruc/código :	20498674098	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	MEDICORP PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:36:39

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

La entidad está solicitando TRANSAMINASAS (TGP) + (TGO) 200 DET KIT, sin embargo no indica que metodología requiere, la colorimétrica (tradicional) o la cinética.  
Solicitamos a la entidad indique que metodología de uso requiere.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: a Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

luego de realizar la consulta al area usuaria, se aclara que la metodologia de uso para las transaminasas TGP y TGO es la colorimetrica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-RSSCN-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LOS EE.SS. DE LA RSSCN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE.

Ruc/código :	20498674098	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	MEDICORP PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:36:39

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

La entidad está solicitando, la presentación de imagen o muestra del producto, donde se aprecie la fecha de expiración y lote del producto.

Debemos indicar que en las bases no se ha establecido la forma de control y/o calificación a las cuales serán sometidas las muestras a presentar, lo cual contraviene lo pronunciado por OSCE.

Solicitamos la eliminación de la presentación de muestras.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: a Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

luego del analisis de la consulta, se acoge la consulta, se retirara de las bases la presentacion de las muestras y se mantendra la presentacion de la imagen del producto

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-RSSCN-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LOS EE.SS. DE LA RSSCN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE.

Ruc/código :	20498674098	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	MEDICORP PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:36:39

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

La entidad está solicitando la presentación de imagen o muestra del producto, deseamos saber si podemos presentar imágenes de productos que tengamos en stock donde la fecha de expiración no llegue a los 15 meses solicitados, ya que para atender el presente proceso de compra muchos de los reactivos recién serán importados para darles el mejor vencimiento del mercado.

Solicitamos que la imagen del producto a presentar sea de productos que tengamos en stock en este momento y que no necesariamente tengan los 15 meses de vigencia solicitados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: a Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

luego de realizar la consulta al area usuaria, se acepta la consulta, se podra presentar una imagen del producto con fecha y lote de los kit en stock

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-RSSCN-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LOS EE.SS. DE LA RSSCN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE.

Ruc/código :	20498674098	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	MEDICORP PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:36:39

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

La entidad está solicitando que los reactivos de laboratorio cuenten con un vencimiento mayor a los 15 meses. Debemos indicar que por la propia naturaleza de los reactivos y estabilidad de los analitos, en la marca que nosotros comercializamos, WIENER, éstos vienen de 10 a 12 meses de vigencia, para lo cual podemos ofertar una carta de compromiso de canje. Solicitamos que los reactivos a adquirir sean aceptados con un vencimiento de 10 a 12 meses.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: a Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

luego de realizar la consulta con el area usuaria, se acepta la consulta, se podra ofertar reactivos con una vigencia de 10 a 12 mes, con su respectiva carta de compromiso de canje

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-RSSCN-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LOS EE.SS. DE LA RSSCN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE.

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:44:37

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Plazo de entrega

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en dos etapas UNA SOLA ENTREGA EN EL PLAZO DE 20 DIAS CALENDARIOS computados desde el día siguiente de la notificación de la orden de compra.

Solicitamos se PRECISE que la entrega será de una sola, y no en dos etapas, modificar este párrafo para evitar confusiones en la elaboración del anexo plazo de entrega

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: s/ Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

luego de realizar la consulta al area usuaria, se aclara que la entrega de los bienes se realizara en una sola entrega, se corregira en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura :AS-SM-7-2024-RSSCN-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LOS EE.SS. DE LA RSSCN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE.

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:44:37

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los requisitos de calificación que se detallan en el numeral 3.2 del capitulo III de la presente sección de las bases

Sin embargo en la sección de requisitos de calificación, Capacidad legal, Habilitacion (pagina 25) solo esta detallado la presentación de la autorización sanitaria de funcionamiento del establecimiento farmaceutico (drogueria) por lo que existe una incongruencia en las bases, o solo se deberá presentar como requisito de calificación lo indicado en la referida selección, que es la autorización sanitaria de funcionamiento del establecimiento farmaceutico (drogueria), PRECISAR por favor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.2 Literal: s/l Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

luego de analizar la consulta el area usuaraia indica, que los documentos a presentar como requisitos de calificacion, capacidad legal habilitacion, es la resolucion sanitaria de funcionamiento del establecimiento farmaceutico como drogueria, los documentos indicados en el numeral 3.2 del capitulo III , se presentaran como documentos de presentacion obligatorios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura :AS-SM-7-2024-RSSCN-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LOS EE.SS. DE LA RSSCN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE.

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:44:37

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Documentación de presentación obligatoria

ADVERTENCIA

Según lo indicado en el cuadro ADVERTENCIA, solicitamos al comité se PRECISE que no se exigirá al postor la presentación de documentos que no hayan sido exigidos en los acápite: DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA, REQUISITOS DE CALIFICACIÓN y FACTORES DE EVALUACIÓN, es decir según lo observado en estos acápite en las bases del procedimiento de selección de la referencia, NO SE ESTA SOLICITANDO ninguna documentación referida a los productos, por lo que se entiende que los postores que presenten la documentación indicada en estos acápite, serán ADMITIDOS y CALIFICADOS, siendo imposible su NO ADMISION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.2 Literal: s/l Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

luego del analisis de la consulta por parte del area usuaria, se indica que los documentos de presentacion obligatoria estan estan establecidas en las bases en las paginas 18 y 23, los cuales deberan ser presentar para las etapas de admision y calificacionde la oferta, no se acepta la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura :AS-SM-7-2024-RSSCN-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LOS EE.SS. DE LA RSSCN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE.

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:44:37

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

ACIDO URICO METODO ENZIMATICO PARA SUERO Y PLASMA x 100 DETERMINACIONES SET COMPLETO, CON VOLUMEN DE MUESTRA DE 20 UL

El contenido del kit de los reactivos de bioquímica se expresa en MILILITROS (ML) y no en determinaciones, por lo que se solicita se acepte la presentación del reactivo acido urico en mililitros.

Las técnicas modernas de bioquímica utilizan volúmenes reducidos tanto del reactivo como de la muestra, en ese orden de ideas se solicita se acepte que el volumen de muestra y el de reactivo sean de acuerdo a lo indicado el fabricante en el inserto del producto (el volumen de la muestra esta en función del volumen del reactivo).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

luego de realizar la consulta al area usuaria, se indica que no acepta la consulta, solo se aclara el producto requerido es ACIDO URICO METODO ENZIMATICO PARA SUERO Y PLASMA X 100 o' 2x50 ml DETERMINACIONES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-RSSCN-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LOS EE.SS. DE LA RSSCN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE.

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:44:37

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

AGUA DESTILADA ESTERIL O NO ESTERIL

Precisar si lo que se requiere es AGUA ESTERIL o AGUA NO ESTERIL, no pueden dejar al libre albedrio que el postor oferte lo que el considera, es el usuario del insumo el que debe indicar el requerimiento de forma clara y precisa

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/ Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

luego del analisis por parte del area usuaria, se aclara que el agua destilada es no esteril x 1 lt en vase de plastico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE		
Nomenclatura :	AS-SM-7-2024-RSSCN-CUSCO.-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LOS EE.SS. DE LA RSSCN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE.		

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:44:37

**Consulta:** Nro. 18  
**Consulta/Observación:**  
COLESTEROL HDL 100 DET KIT

Se solicita se precise que la metodología de este reactivo es PRECIPITANTE y el contenido del kit de colesterol HDL es en MILILITROS, por lo que se solicita se acepte kit de colesterol HDL en mililitros.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** s/l      **Página:** 22  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
luego del analisis por parte del area usuaria, se aclara que la entidad en su estudio de mercado, ha establecido la presentacion en determinaciones no en mililitros, asi mismo cada fabricante cuenta con un procedimiento de uso para sus reactivos y según lo establecido por los propios fabricantes, se puede determinar para cuantas determinaciones son los reactivos que fabrican, en concecuencia, no se acepta la consulta

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-RSSCN-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LOS EE.SS. DE LA RSSCN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE.

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:44:37

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

COLESTEROL LDL DIRECTO 100 DET KIT

Se solicita se precise que la metodología de este reactivo es PRECIPITANTE y el contenido del kit de colesterol LDL es en MILILITROS, por lo que se solicita se acepte kit de colesterol HDL en mililitros.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

luego de hacer la consulta al area usuaria el pleno del comité decide por mayoría no aceptar la consulta hecha por el postor participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura :AS-SM-7-2024-RSSCN-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LOS EE.SS. DE LA RSSCN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE.

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:44:37

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO 200 DET KIT

El contenido del kit de los reactivos de bioquímica se expresa en MILILITROS (ML) y no en determinaciones, por lo que se solicita se acepte la presentación del reactivo para colesterol total enzimatico en mililitros.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/ Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

luego del analisis por parte del area usuaria, se aclara que la entidad en su estudio de mercado, ha establecido la presentacion en determinaciones no en mililitros, asi mismo cada fabricante cuenta con un procedimiento de uso para sus reactivos y según lo establecido por los propios fabricantes, se puede determinar para cuantas determinaciones son los reactivos que fabrican, en concecuencia, no se acepta la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-RSSCN-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LOS EE.SS. DE LA RSSCN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE.

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:44:37

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

CREATININA ENZIMATICA 200- 220 DET KIT  
El contenido del kit de los reactivos de bioquímica se expresa en MILILITROS (ML) y no en determinaciones, por lo que se solicita se acepte la presentación del reactivo para creatinina enzimatica en mililitros.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

luego de realizar la consulta al area usuaria, se indica que se podra ofertar las presentaciones de 25 y 50 determinaciones, no se acepta la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura :AS-SM-7-2024-RSSCN-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LOS EE.SS. DE LA RSSCN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE.

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:44:37

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

FACTOR REMATOIDEO LATEX DIRECTO 50 DET KIT

Solicitamos se acepte la presentación de este kit en la presentación comercial de 100 determinaciones entregando la cantidad de 25 kits que corresponde de forma equivalente a 50 kits de factor reumatoide x 50 det.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

luego del analisis por parte del area usuaria, se aclara que la entidad en su estudio de mercado, ha establecido la presentacion en determinaciones no en mililitros, asi mismo cada fabricante cuenta con un procedimiento de uso para sus reactivos y según lo establecido por los propios fabricantes, se puede determinar para cuantas determinaciones son los reactivos que fabrican, en concecuencia, no se acepta la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura :AS-SM-7-2024-RSSCN-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LOS EE.SS. DE LA RSSCN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE.

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:44:37

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

FOSFATASA ALCALINA X 200 DET. METODO ENZIMATICO

El contenido del kit de los reactivos de bioquímica se expresa en MILILITROS (ML) y no en determinaciones, por lo que se solicita se acepte la presentación del reactivo para fosfatasa alcalina enzimática (método cinetico) en mililitros.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

luego del analisis por parte del area usuaria, se aclara que la entidad en su estudio de mercado, ha establecido la presentacion en determinaciones no en mililitros, asi mismo cada fabricante cuenta con un procedimiento de uso para sus reactivos y según lo establecido por los propios fabricantes, se puede determinar para cuantas determinaciones son los reactivos que fabrican, en concecuencia, no se acepta la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura :AS-SM-7-2024-RSSCN-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LOS EE.SS. DE LA RSSCN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE.

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:44:37

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

FOSFATASA ALCALINA X 200 DET. METODO ENZIMATICO

El contenido del kit de los reactivos de bioquímica se expresa en MILILITROS (ML) y no en determinaciones, por lo que se solicita se acepte la presentación del reactivo para fosfatasa alcalina enzimática (método cinetico) en mililitros.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 22

Análisis respecto de la consulta u observación:

luego del analisis por parte del area usuaria, la presentacion podria ser 1000 ml o 250 ml x4

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-RSSCN-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LOS EE.SS. DE LA RSSCN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE.

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:44:37

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

GLUCOSA ENZIMATICA 1000 DET KIT

El contenido del kit de los reactivos de bioquímica se expresa en MILILITROS (ML) y no en determinaciones, por lo que se solicita se acepte la presentación del reactivo para glucosa enzimática en mililitros.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

luego del analisis por parte del area usuaria,se indica que en el estudio de mercado realizado por la entidad, se ha establecido una pluralidad de postores que ofertan las proteinas totales y albuminas x 140 determinaciones. Como concecuencia de ello no se acepta la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura :AS-SM-7-2024-RSSCN-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LOS EE.SS. DE LA RSSCN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE.

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:44:37

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

PROTEINAS TOTALES Y ALBUMINA 140 DET KIT

Esta presentación corresponde a la marca WIENER, es la única marca que lo comercializa de esa forma, además el kit contiene al reactivo proteínas totales y al reactivo albumina, ambos en un frasco por 500 mililitros (ml), pero el rendimiento del kit es por 140 determinaciones; en este orden de ideas se solicita se acepte se pueda ofertar de manera separada estos dos reactivos y en la presentación comercial de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/ Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

luego del analisis por parte del area usuaria,se indica que en el estudio de mercado realizado por la entidad, se ha establecido una pluralidad de postores que ofertan las proteinas totales y albuminas determinaciones. Como concecuencia de ello no se acepta la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-RSSCN-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LOS EE.SS. DE LA RSSCN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE.

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:44:37

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

TRANSAMINASAS (TGP) + (TGO) 200 DET KIT

Esta presentación corresponde a la marca WIENER, es la única marca que lo comercializa de esa forma, además la metodología no es cinetica, es colorimétrica, una metodología desfasada tecnológicamente, se solicite se acepte la metodología cinetica y se solicita se acepte se pueda ofertar de manera separada estos dos reactivos TGO y TGP y en la presentación comercial de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/ Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

luego del analisis por parte del area usuaria,se indica que en el estudio de mercado realizado por la entidad, se ha establecido una pluralidad de postores que ofertan las proteinas totales y albuminas determinaciones. Como concecuencia de ello no se acepta la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura :AS-SM-7-2024-RSSCN-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LOS EE.SS. DE LA RSSCN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE.

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:44:37

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:  
TRIGLICERIDOS ENZIMATICO 200 DET KIT  
El contenido del kit de los reactivos de bioquímica se expresa en MILILITROS (ML) y no en determinaciones, por lo que se solicita se acepte la presentación del reactivo para triglicéridos enzimático en mililitros.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/ Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
luego del analisis por parte del area usuaria,determinacion 200ml o 2x100ml

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura :AS-SM-7-2024-RSSCN-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LOS EE.SS. DE LA RSSCN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE.

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:44:37

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

UREA + UREASA 100 DET KIT

Esta presentación corresponde a la marca WIENER, es la única marca que lo comercializa de esa forma, además la metodología no es cinetica, es colorimétrica, una metodología desfasada tecnológicamente, se solicite se acepte la metodología cinetica y se solicita se acepte se pueda ofertar de urea cinetica y en la presentación comercial de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/ Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

luego del analisis por parte del area usuaria, se aclara que la entidad en su estudio de mercado, ha establecido la presentacion en determinaciones no en mililitros, asi mismo cada fabricante cuenta con un procedimiento de uso para sus reactivos y según lo establecido por los propios fabricantes, se puede determinar para cuantas determinaciones son los reactivos que fabrican, en concecuencia, no se acepta la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null