

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA DE INFUSION CON BURETA PARA BOMBA DE INFUSION Y LINEA DE INFUSION SIN BURETA PARA BOMBA DE INFUSION

Ruc/código : 20377339461

Fecha de envío : 02/07/2024

Nombre o Razón social : B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.

Hora de envío : 18:48:26

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Anexo 1

Material de la tubuladura

Solicitamos al Comité Especial, aceptar material PVC libre de DEHP, con el fin de permitir la mayor participación de postores

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: Cap. III

**Literal:** 3.1

**Página:** 52

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En consulta con el Área Usuaría se acepta para el material de la Tubuladura, material de PVC, por lo que se realizará la modificación en las Bases

**MATERIAL:**

- ¿ Tubo flexible, transparente y sin perforaciones.
- ¿ Material de la tubuladura de Poliuretano y/o PVC, libre de DEHP, libre de látex.
- ¿ Con segmento para bombeo de silicona.
- ¿ Condición Biológica: Estéril, atóxico y apirógeno.

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA DE INFUSION CON BURETA PARA BOMBA DE INFUSION Y LINEA DE INFUSION SIN BURETA PARA BOMBA DE INFUSION

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	02/07/2024
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	18:48:26

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Plazo de entrega

Solicitamos al Comité Especial, aceptar plazo de entrega de las líneas a 15 días calendarios contados a partir del día siguiente de la notificación de la OC con el fin de permitir la mayor participación de postores

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 3.1 Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge consulta, en coordinación con el área usuaria, se ha constatado que se cuenta con stock para 30 días, motivo por el cual se modificara la especificación técnica quedando el plazo de entrega de la manera siguiente:

LINEA DE INFUSION CON BURETA PARA BOMBA DE INFUSION

15 días calendarios contados a partir del día siguiente de Notificada la orden de compra  
60 días calendarios contados a partir del día siguiente de Notificada la orden de compra  
90 días calendarios contados a partir del día siguiente de Notificada la orden de compra

LINEA DE INFUSION SIN BURETA PARA BOMBA DE INFUSION

15 días calendarios contados a partir del día siguiente de Notificada la orden de compra  
60 días calendarios contados a partir del día siguiente de Notificada la orden de compra

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA DE INFUSION CON BURETA PARA BOMBA DE INFUSION Y LINEA DE INFUSION SIN BURETA PARA BOMBA DE INFUSION

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	02/07/2024
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	18:48:26

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Item 1 y 2

Solicitamos al Comité Especial, indicar la cantidad de equipos a solicitar y el cuadro de distribución para ambos ITEMS, así mismo se indique las EETTs de los equipos en comodato a requerir

Acápíte de las bases : Sección: Especifico      Numeral: Cap. III      Literal: 3.1      Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

en coordinación del área usuario, se ha consultado la cantidad de equipo y la distribución de ambos items y se hará la precisión en las especificaciones técnicas (la cantidad de bombas de Infusion sin bureta y bombas de Infusion con Bureta son 146)

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LINEA DE INFUSION CON BURETA PARA BOMBA DE INFUSION Y LINEA DE INFUSION SIN BURETA PARA BOMBA DE INFUSION

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	02/07/2024
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	18:48:26

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Item 1 y 2

Solicitamos al Comité Especial, indicar que de contar con equipos instalados en la institución estos serán tomados en cuenta como parte de la entrega de los equipos solicitados

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 3.1 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El requerimiento del área se ha plasmado en las especificaciones técnicas, precisando cuales son los equipos solicitados.