

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-SALUD CUTERVO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-DSRS - CUTERVO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE TENSÍMETRO ANEROIDE ADULTO CON ESTETOSCOPIO Y TENSÍMETRO ANEROIDE PEDIÁTRICO CON ESTETOSCOPIO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE SALUD CUTERVO

Ruc/código : 20100262291

Fecha de envío : 14/07/2023

Nombre o Razón social : COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C

Hora de envío : 17:16:11

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

**PLAZO DE ENTREGA**

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregaran en el plazo de 15 DÍAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion

Solicitamos al comite especial confirmarnos si el plazo de entrega sera contabilizado a partir de la notificacion de la orden de compra

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 1

**Literal:** 1.9

**Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se acoge

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

A partir de la notificacion de la orden de compra.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-SALUD CUTERVO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-DSRS - CUTERVO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE TENSÍOMETRO ANEROIDE ADULTO CON ESTETOSCOPIO Y TENSÍOMETRO ANEROIDE PEDIATRÍCO CON ESTETOSCOPIO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE SALUD CUTERVO

Ruc/código :	20100262291	Fecha de envío :	14/07/2023
Nombre o Razón social :	COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C	Hora de envío :	17:16:11

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

3.1.1 TENSÍOMETROS ANEROIDE ADULTOS CON ESTETOSCOPIOS

En la especificación técnica

I CARACTERÍSTICAS GENERALES

VII.4 Dos (02) brazaletes de nylon o de forro de tela no conductiva reusables, fácilmente lavables y resistente al uso frecuente de tamaño adulto

II COMPONENTES

Un (01) brazalete de tamaño adulto

III ESPECIFICACIONES TECNICAS

Un brazalete de nylon o de forro de tela conductiva reusables

verificando las EETT requeridos existe una incongruencia en la cantidad de brazalete

Nos podría confirmar que cantidad de brazalete esta solicitan Dos o uno

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Un (01) brazalete de tamaño adulto

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-SALUD CUTERVO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-DSRS - CUTERVO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE TENSÍOMETRO ANEROIDE ADULTO CON ESTETOSCOPIO Y TENSÍOMETRO ANEROIDE PEDIÁTRICO CON ESTETOSCOPIO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE SALUD CUTERVO

Ruc/código :	20100262291	Fecha de envío :	14/07/2023
Nombre o Razón social :	COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C	Hora de envío :	17:16:11

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

3.1.2 TENSÍOMETROS ANEROIDE PEDIÁTRICO CON ESTETOSCOPIOS

En la especificación técnica

I CARACTERÍSTICAS GENERALES

II COMPONENTES

Un (01) brazalete de tamaño pediátrico: Uno para niño y otro para infante

III ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Un brazalete de nylon o de forro de tela conductiva reusables. Fácilmente lavable y residentes al uso frecuente de tamaño pediátrico

verificando las EETT requeridos existe una incongruencia en la cantidad de brazalete

Nos podría confirmar que cantidad de brazalete esta solicitan Dos o uno

Acápíte de las bases : Sección: General

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Un (1) Brazalete de tamaño pediátrico

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-SALUD CUTERVO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-DSRS - CUTERVO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE TENSÍOMETRO ANEROIDE ADULTO CON ESTETOSCOPIO Y TENSÍOMETRO ANEROIDE PEDIATRÍCO CON ESTETOSCOPIO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE SALUD CUTERVO

Ruc/código :	20100262291	Fecha de envío :	17/07/2023
Nombre o Razón social :	COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C	Hora de envío :	17:17:40

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTOS CON ESTETOSCOPIOS  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Certificado de Calibración de presiones validado por entidad competente basado en ISO/IEC 17025

Podria aceptar un documento equivalente a este ISO donde indique que el producto esta calibrado donde corresponde ISO 81060-1

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Revisar bases integradas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-SALUD CUTERVO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-DSRS - CUTERVO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE TENSÍOMETRO ANEROIDE ADULTO CON ESTETOSCOPIO Y TENSÍOMETRO ANEROIDE PEDIATRÍCO CON ESTETOSCOPIO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE SALUD CUTERVO

Ruc/código :	20100262291	Fecha de envío :	17/07/2023
Nombre o Razón social :	COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C	Hora de envío :	17:17:40

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO CON ESTETOSCOPIOS  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Certificado de Calibración de presiones validado por entidad competente basado en ISO/IEC 17025

Podria aceptar un documento equivalente a este ISO donde indique que el producto esta calibrado donde corresponde ISO 81060-1

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 3

**Literal:** 3.1

**Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Revisar bases integradas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-SALUD CUTERVO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-DSRS - CUTERVO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE TENSÍOMETRO ANEROIDE ADULTO CON ESTETOSCOPIO Y TENSÍOMETRO ANEROIDE PEDIÁTRICO CON ESTETOSCOPIO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE SALUD CUTERVO

Ruc/código :	20545792177	Fecha de envío :	17/07/2023
Nombre o Razón social :	CHAPOLAB SAC	Hora de envío :	18:23:24

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR QUE ESTABLECE EN LAS BASES: Se puede apreciar que en la experiencia del postor, se indica que se podrá acreditar dicha experiencia con la venta de bienes SIMILARES a los siguientes : BIENES IGUALES Y SIMILARES A ESTETOSCOPIO, TENSÍOMETRO DIGITAL.

Por lo expuesto, a fin de permitir una mayor participación de postores que cuenten con experiencia en el mercado, solicitamos al Comité de Selección ampliar el presente requerimiento, aceptar y modificar el objeto de Contrato de la experiencia de postor por la de MATERIAL MEDICO Y/O DISPOSITIVO MEDICO EN GENERAL, ya que los productos solicitamos se encuentran inmersos en este rubro.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** B    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley N°30225 y Reglamento (DS 350-2015-ef)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Revisar base integradas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-SALUD CUTERVO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-DSRS - CUTERVO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE TENSIÓMETRO ANEROIDE ADULTO CON ESTETOSCOPIO Y TENSIÓMETRO ANEROIDE PEDIATRÍCO CON ESTETOSCOPIO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE SALUD CUTERVO

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	17/07/2023
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	18:41:16

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD BIENES IGUALES Y SIMILARES A ESTETOSCOPIO, TENSIÓMETRO DIGITAL  
En la página 24 se consideran bienes similares a los siguientes BIENES IGUALES Y SIMILARES A ESTETOSCOPIO, TENSIÓMETRO DIGITAL, para permitir la pluralidad de postores, se solicita amablemente al comité pueda incluir Monitores de Funciones Vitales, ya que es un bien similar y que tiene la misma función de medición, pudiendo quedar de la siguiente manera:

BIENES IGUALES Y SIMILARES A ESTETOSCOPIO, TENSIÓMETRO DIGITAL Y/O MONITORES

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Revisar bases integradas

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-SALUD CUTERVO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-DSRS - CUTERVO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE TENSÍOMETRO ANEROIDE ADULTO CON ESTETOSCOPIO Y TENSÍOMETRO ANEROIDE PEDIATRÍCO CON ESTETOSCOPIO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE SALUD CUTERVO

Ruc/código : 20501645517

Nombre o Razón social : VITALTEC S.A.C.

Fecha de envío : 17/07/2023

Hora de envío : 18:41:16

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

**B. PLAZO DE ENTREGA**

**15 DIAS CALENDARIO**

En la página 24 se consideran 15 días calendarios para la entrega de los bienes, se solicita cordialmente, que se tenga en cuenta un mayor plazo teniendo en cuenta la magnitud de bienes solicitados, dado a que ello permitirá una mayor pluralidad de postores y ello mejorará el bien adquirido por la institución. Por ello indicar:

**45 DIAS CALENDARIO**

Para ello, también solicitamos que en los factores de evaluación ubicados en Capítulo IV, página 26 se tenga en cuenta el nuevo plazo de entrega o se elimine dicho factor de evaluación.

**Acápite de las bases : Sección: General**

**Numeral: IV**

**Literal: -**

**Página: 26**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ceñirse a las bases.



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-SALUD CUTERVO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-DSRS - CUTERVO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE TENSÍOMETRO ANEROIDE ADULTO CON ESTETOSCOPIO Y TENSÍOMETRO ANEROIDE PEDIATRÍCO CON ESTETOSCOPIO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE SALUD CUTERVO

Ruc/código :	20494151503	Fecha de envío :	17/07/2023
Nombre o Razón social :	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	Hora de envío :	19:09:21

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

ITEM 1: TENSÍOMETROS ANEROIDES ADULTOS CON ESTETOSCOPIOS

Un Brazalete de nylon o de forro de tela no conductiva, reusables. Fácilmente lavable y residentes al uso frecuente, de tamaño adulto. Con conectores de tipo látex a la perilla de insuflado y a la escala de medida de presión. Con sistema de fijación de tipo Velcro. Con bolsa de insuflación de jebe.

SEGÚN EL REQUIRIMIENTO DE LA ESPECIFICACION TECNICA INDICAN QUE EL DISPOSITIVO MEDICO DEBE TENER CONECTORES DE TIPO LATEX A LA PERILLA DE INSUFLADO, HOY EN DIA LOS DISPOSITIVOS MEDICOS NO SE ESTAN DISEÑANDO CON LATEX, YA QUE LES PUEDEN CAUSAR IRRITACIONES Y DAÑOS AL PACIENTE. EN LA ACTUALIDAD MUCHOS PROVEDORES FABRICAN DISPOSITIVOS MEDICOS LIBRE DE LATEX. SE LE SOLICITA QUE SE LE RETIRE DE LA FICHA TECNICA CONECTORES TIPO DE LATEX A CONECTORES LIBRE DE LATEX.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Revisar bases integradas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-SALUD CUTERVO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-DSRS - CUTERVO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE TENSIÓMETRO ANEROIDE ADULTO CON ESTETOSCOPIO Y TENSIÓMETRO ANEROIDE PEDIATRÍCO CON ESTETOSCOPIO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE SALUD CUTERVO

Ruc/código :	20494151503	Fecha de envío :	17/07/2023
Nombre o Razón social :	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	Hora de envío :	19:09:21

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

ITEM 2: TENSIÓMETROS ANEROIDES PEDIATRICO CON ESTETOSCOPIOS

UN BRAZALETE DE NYLON O DE FORRO DE TELA NO CONDUCTIVA, REUSABLES. FÁCILMENTE LAVABLE Y RESISTENTES AL USO FRECUENTE, DE TAMAÑO ADULTO. CON CONECTORES DE TIPO LÁTEX A LA PERRILLA DE INSUFLADO Y A LA ESCALA DE MEDIDA DE PRESIÓN. CON SISTEMA DE FIJACIÓN DE TIPO VELCRO. CON BOLSA DE INSUFLACIÓN DE JEBE.

SEGÚN EL REQUIRIMIENTO DE LA ESPECIFICACION TECNICA INDICAN QUE EL DISPOSITIVO MEDICO DEBEN TENER CONECTORES TIPO LATEX A LA PERRILLA DE INSUFLADO, HOY EN DIA LOS DISPOSITIVOS MEDICOS NO SE ESTAN DISEÑANDO CON LATEX , YA QUE LES PUEDEN CAUSAR IRRITACIONES Y DAÑOS AL PACIENTE. EN LA ACTUALIDAD MUCHOS PROVEDORES FABRICAN DISPOSITIVOS MEDICOS LIBRE DE LATEX. SE LE SOLICITA QUE SE LE RETIRE DE LA FICHA TECNICA CONECTORES TIPO LATEX A CONECTORES LIBRE DE LATEX.

**Acápite de las bases :** Sección: Específico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Revisar bases integradas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-SALUD CUTERVO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-DSRS - CUTERVO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE TENSÍOMETRO ANEROIDE ADULTO CON ESTETOSCOPIO Y TENSÍOMETRO ANEROIDE PEDIÁTRICO CON ESTETOSCOPIO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE SALUD CUTERVO

Ruc/código :	20494151503	Fecha de envío :	17/07/2023
Nombre o Razón social :	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	Hora de envío :	19:09:21

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

ITEM1: TENSÍOMETROS ANEROIDES ADULTOS CON ESTETOSCOPIOS

Certificado de calibración de presiones validado por entidad componente basado en ISO/IEC 17025

AL SOLICITAR EL CERTIFICADO de calibración estaría limitando la participación de potenciales postores, para una mayor pluralidad de postores aceptara el comité de selección los siguientes:

Certificado de calibración de presiones validado por entidad componente basado en ISO/IEC 17025 (OPCIONAL)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ceñirse a las bases.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-SALUD CUTERVO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-DSRS - CUTERVO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE TENSÍOMETRO ANEROIDE ADULTO CON ESTETOSCOPIO Y TENSÍOMETRO ANEROIDE PEDIATRÍCO CON ESTETOSCOPIO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE SALUD CUTERVO

Ruc/código :	20494151503	Fecha de envío :	17/07/2023
Nombre o Razón social :	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	Hora de envío :	19:09:21

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

ITEM2: TENSÍOMETROS ANEROIDES PEDIATRICO CON ESTETOSCOPIOS  
Certificado de calibración de presiones validado por entidad componente basado en ISO/IEC 17025  
AL SOLICITAR EL CERTIFICADO de calibración estaría limitando la participación de potenciales postores, para una mayor pluralidad de postores aceptara el comité de selección los siguientes:  
Certificado de calibración de presiones validado por entidad componente basado en ISO/IEC 17025 (OPCIONAL)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
Ceñirse a las bases.