

ACTA

ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACION DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 26-2024-HEVES-MINSA-3.
TERCERA CONVOCATORIA

REQUERIMIENTO ANUAL DE JUEGO DE CIRCUITO CORRUGADO ADULTO DESCARTABLE PARA VENTILADOR MECANICO PARA LA
ATENCION DE LOS PACIENTES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

En el distrito de Villa El Salvador, siendo las 10:33 horas del día 18 de junio del 2025, en la Unidad de Logística, del Hospital de Emergencias Villa El Salvador, el Comité de Selección del proceso en mención da cumplimiento a la evaluación de ofertas.

Que, con fecha 11.06.2025, según cronograma publicado en la Ficha del Procedimiento de Selección en el SEACE, terminó el Registro de Participantes (Electrónica), según el siguiente detalle:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento
1	Proveedor con RUC	20100948282	SIGNOMED S.A.C.	15/05/2025
2	Proveedor con RUC	20471476898	MULTIMEDICAL SUPPLIES SAC	16/05/2025
3	Proveedor con RUC	20502853750	COVIDIEN PERU S.A.	16/05/2025
4	Proveedor con RUC	20521180260	OLIMPEX PERU S.A.C.	16/05/2025
5	Proveedor con RUC	20538597121	DRAEGER PERU S.A.C.	20/05/2025
6	Proveedor con RUC	20601483085	ALTERNATIVA INDUSTRIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.	20/05/2025
7	Proveedor con RUC	20611580429	REDEL SERVICIOS GENERALES S.A.C.	19/05/2025
8	Proveedor con RUC	20613921002	C.L.D. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	20/05/2025

Que, con fecha 12.06.2025, según cronograma publicado en la Ficha del Procedimiento de Selección en el SEACE, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas (vía electrónica), contando con la presentación de la siguiente oferta y su respectivo detalle:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro
1	20502853750	COVIDIEN PERU S.A.	12/06/2025
2	20471476898	MULTIMEDICAL SUPPLIES SAC	12/06/2025

1. DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA:

Documentos para la admisión de la oferta

El Comité de Selección, procedió a determinar, si las ofertas presentadas cumplen con presentar la documentación requerida en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las bases del procedimiento de selección conforme lo señalado en el artículo 52° del Reglamento, así como si esta responde a las características y

condiciones de las Especificaciones Técnicas – EE.TT. establecidos en las bases conforme lo señala en el artículo 73° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la evaluación realizada concluye lo siguiente:

POSTOR	a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N°1)	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	c) Declaración jurada de acuerdo al literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N°2)	d) Declaración jurada de cumplimiento o de las EE.TT. (Anexo N°3)	e) Deberá presentar la siguiente documentación para el ítem ...	f) Copia de la Resolución Directoral del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario (...)	g) Copia del Protocolo o Certificado de Análisis (...)	h) Copia de Certificado vigente de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)	i) Declaración jurada de plazo de entrega (Anexo N° 4)	j) Promesa de consorcio con firmas legalizadas (Anexo N°5)	k) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N°6 ...	SITUACIÓN
	Cumple / No cumple	Cumple / No cumple	Cumple / No cumple	Cumple / No cumple	Cumple / No cumple	Cumple / No cumple	Cumple / No cumple	Cumple / No cumple	Cumple / No cumple	Cumple / No cumple	Cumple / No cumple	ADMITIDA / NO ADMITIDA
MULTIMEDI CAL SUPPLIES SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	ADMITIDA
COVIDIEN PERÚ SA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA


Es preciso señalar que, la oferta de la empresa **COVIDIEN PERÚ SA** es **NO ADMITIDA**, dado que según el inciso e) de los documentos para la admisión de la oferta, en donde se solicita "Presentar ficha técnica y/o catálogos y/o folletos y/o brochures y/o insertos y/o manual de instrucciones del usuario y/o carta del fabricante, cabe precisar que los documentos mencionados deberán ser emitidos por el fabricante o en su defecto por el titular del registro sanitario con firma y sello de representante legal y director técnico del establecimiento farmacéutico, y dentro de las características de las bases integradas se requiere la acreditación de las siguientes características:

- ✓ Dimensiones de 150-180 cm de acuerdo con la necesidad del usuario.
- Del Filtro Intercambiador de calor y humedad:
 - ✓ Menor o igual a 1.6 cmH₂O a 30 litros/minuto
 - ✓ Menor o igual a 3.5 cmH₂O a 60 litros/minuto
 - ✓ Menor o igual a 4.9 cmH₂O a 90 litros/minuto
- Del Filtro viral y bacteriano:
 - ✓ Eficacia o Eficiencia de filtración viral: mayor o igual a 99.998%
 - ✓ Peso: 19 a 31 gr

Respecto al cual existe divergencia con lo resaltado por su representada en el folio 128 de su oferta en el cual indican lo siguiente:

CARACTERÍSTICAS

- ✓ El tubo está reforzado con una espiral externa mientras que la superficie interna es lisa.
- ✓ Transparente o translúcido, según la autorización contemplada en el registro sanitario del producto que se ofrece.
- ✓ Conexión al paciente: 22 ml/15 f - conexión al equipo: 22, flexible.
- ✓ Desechable.
- ✓ Longitud del circuito (conectores incluidos) 185 cm, estéril.
- ✓ No contiene látex.
- ✓ No contiene DEHP [di-(2-etilhexil) ftalato].
- ✓ Se presenta en empaque individual.


COVIDIEN PERÚ S.A.
 Q.F. VANESSA P. GUTIERREZ ALVARADO
 Representante Técnico

Se puede observar que la característica señala no cumple, toda vez que es mayor al rango requerido. (Dimensiones de 150-180 cm)






Respecto al cual existe divergencia con lo resaltado por su representada en el folio 95 de su oferta en el cual indican lo siguiente:

(7) Pressure Drop	(6) Flowrate	(7)
(10) Hygrobac S-A, Angled Port 0.6 cmH ₂ O 1.2 cmH ₂ O 2.9 cmH ₂ O 5.2 cmH ₂ O	15 L/min 30 L/min 60 L/min 90 L/min	1 3

Se puede observar que la característica señala no cumple, toda vez que es mayor al rango requerido. (Menor o igual a 4.9 cmH₂O a 90 litros/minuto)

Siendo preciso mencionar que su representada resalta también otros datos del folio 164 de su oferta en relación al filtro de la siguiente manera lo cual no son congruentes con lo presentado en el folio 95 de su oferta:

pacientes que pasan por intubación de corto plazo.
El filtro Hygrobac ha sido probado contra el Virus de la Hepatitis C.

HYGROBAC	HYGROBAC	HYGROBAC	HYGROBAC	HYGROBAC
				
Tipo de Filtros	Elctrodinámico	Elctrodinámico	Elctrodinámico	Elctrodinámico
Rango vol. flujo máximo	300 - 1500 ml	150 - 1200 ml	75 - 300 ml	30 - 100 ml
Eficiencia de Filtración de H ₂ O	>99.623%	>97.416%	>96.263%	>94.186%
Eficiencia de Filtración de Bacterias	>99.99999%	>99.99999%	>99.9999%	>99.9999%
Eficiencia de Filtración de Virus	>99.9999%	>99.9999%	>99.999%	>99.999%
Resistencia al Flujo*	1 cm H ₂ O at 30 l/min 2.1 cm H ₂ O at 60 l/min 3.7 cm H ₂ O at 90 l/min	1.2 cm H ₂ O at 30 l/min 2.9 cm H ₂ O at 60 l/min 5.2 cm H ₂ O at 90 l/min	1.4 cm H ₂ O at 10 l/min 3 cm H ₂ O at 15 l/min 4.7 cm H ₂ O at 20 l/min	0.3 cm H ₂ O at 10 l/min 0.6 cm H ₂ O at 15 l/min 1 cm H ₂ O at 20 l/min 1.5 cm H ₂ O at 25 l/min
Pérdida de Humedad	6 mg H ₂ O at 500 ml	6 mg H ₂ O at 500 ml	6 mg H ₂ O at 500 ml	Not applicable
Pérdida de Humedad	33 mg H ₂ O at 500 ml	33 mg H ₂ O at 500 ml	33 mg H ₂ O at 500 ml	Not applicable
Peso*	51 g	61 g	29 g	10 g
Peso*	28 g	21 g	21 g	9 g

COVIDIEN P. S.A.
COVIDIEN P. S.A.
Q.E. VANESSA P. GUTIERREZ ALVARADO
Director Técnico
C.O.F.P. 20359

Respecto al cual existe divergencia con lo resaltado por su representada en el folio 138 de su oferta en el cual indican lo siguiente:

Filtro de virus y bacterias

- ✓ Para uso con un volumen corriente de 150-1200 ml -
- ✓ Eficacia de filtración de virus: mayor o igual a 99.99 % - Eficacia de filtración de bacterias: mayor o igual a 99.999 %
- ✓ Resistencia al flujo (ISO 9360):
 - 0.4 cm H₂O a 15 litros/minuto.
 - 0.8 cm H₂O a 30 litros/minuto.
 - 2.1 cm H₂O a 60 litros/minuto.
 - 3.7 cm H₂O a 90 litros/minuto.
- ✓ Espacio muerto: 39 ml.
- ✓ Peso: 16 g.

Se puede observar que la característica señala no cumple, toda vez que el rango requerido empieza en Eficacia o Eficiencia de filtración viral: mayor o igual a 99.998%
 Se puede observar que la característica señala no cumple, toda vez que es menor al rango requerido. (Peso: 19 a 31 gr)

Siendo preciso mencionar que su representada resalta también otros datos del folio 154 de su oferta en relación al filtro de la siguiente manera lo cual no son congruentes con lo presentado en el folio 138 de su oferta:
 tienen bajo riesgo de oclusiones del tubo endotraqueal, aun durante uso prolongado.

	BARPHILUS	BARPHILUS	BARPHILUS	BARPHILUS
Rango volumen flujo periódico	300 - 1500 ml	150 - 1200 ml	150 - 1200 ml	30 - 100 ml
Eficiencia de Filtración de NaCl	>99.999%	>97.100%	>97.100%	>94.400%
Eficiencia de Filtración Bacteriana	>99.9999%	>99.9999%	>99.9999%	>99.9999%
Eficiencia de Filtración Viral	>99.999%	>99.999%	>99.999%	>99.999%
Resistencia al Flujo*				
	0.6 cm H ₂ O at 30 l/min	0.8 cm H ₂ O at 30 l/min	0.9 cm H ₂ O at 30 l/min	0.6 cm H ₂ O at 2.5 l/min
	1.5 cm H ₂ O at 60 l/min	2.1 cm H ₂ O at 60 l/min	2.3 cm H ₂ O at 60 l/min	0.9 cm H ₂ O at 7.5 l/min
	2.6 cm H ₂ O at 90 l/min	3.7 cm H ₂ O at 90 l/min	4.3 cm H ₂ O at 90 l/min	1.3 cm H ₂ O at 10 l/min
Pérdida de Humedad	17 mg H ₂ O at Vt 500 ml	18 mg H ₂ O at Vt 500 ml	19 mg H ₂ O at Vt 500 ml	2.2 cm H ₂ O at 15 l/min
Producción de Humedad	16 mg H ₂ O at Vt 500 ml	9 mg H ₂ O at Vt 500 ml	9 mg H ₂ O at Vt 500 ml	
Volumen Inactivo	39 ml	36 ml	44 ml	11 ml
Peso*	35 g	19 g	27 g	9 g

COVIDIEN PERÚ S.A.
 Q.F. VANESSA R. GUTIERREZ ALVARADO
 Director Técnico
 C.O.P. 20659

Como se visualiza, se observa que en el folio 95, 164, 138 y 154 de su oferta cuentan con información incongruente entre sí, lo cual se considera como divergencia referida a las características o especificaciones técnicas solicitadas en las bases integradas, en la que no procede aplicar la figura de la subsanación, dado que una modificación en ese supuesto sí impacta en el contenido esencial de la oferta, siendo responsabilidad del postor presentar una oferta clara, que no sea susceptible de interpretaciones, por tanto la oferta de la empresa COVIDIEN PERÚ SA. es NO ADMITIDA.

2. FACTORES DE EVALUACION:

A continuación, se indica que el postor ADMITIDO pasa a la etapa de evaluación, al haber cumplido con acreditar fehaciente y objetivamente el cumplimiento de los documentos solicitados en el numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la Sección Específica de las bases del procedimiento de selección, procediendo a determinar el puntaje de las ofertas presentadas, según los factores de evaluación enunciados en el capítulo IV de las bases, conforme el siguiente detalle:

N°	POSTOR	FACTORES DE EVALUACION		PUNTAJE (100 PUNTOS)	ORDEN DE PRELACION
		OFERTA ECONOMICA			
1	MULTIMEDICAL SUPPLIES SAC	S/ 76,000.00		100	1°

En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 75° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, numeral 75.1 Luego de culminada la evaluación, el Comité de Selección, califica a los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

3. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

Conforme con lo indicado anteriormente, se procedió a revisar al postor que obtuvo el primer lugar, que éste cumpla con los requisitos de calificación.

PRIMER LUGAR:

Postor: MULTIMEDICAL SUPPLIES SAC		DETALLE	
REQUISITOS DE CALIFICACION		CUMPLE	NO CUMPLE
A. CAPACIDAD LEGAL - HABILITACION		X	
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		X	
SITUACION		CALIFICADO	


En ese sentido, habiéndose verificado al postor que obtuvo el primer lugar, y éste se encuentra CALIFICADO, corresponde otorgar la buena pro, al postor según orden de prelación.

4. ACUERDO POR UNANIMIDAD

Por lo que, los Acuerdos que se toman son los siguientes:

- **Otorgar la Buena Pro** del procedimiento de selección **Adjudicación Simplificada N°26-2024-HEVES-MINSA-3**, para el **REQUERIMIENTO ANUAL DE JUEGO DE CIRCUITO CORRUGADO ADULTO DESCARTABLE PARA VENTILADOR MECANICO PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR**, al postor **MULTIMEDICAL SUPPLIES SAC** por el monto de **S/ 76,000.00 soles**, el cual que ocupa el 1° lugar y resultó calificado.
- Publicar este resultado en el sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, conforme a lo señalado en el reglamento de la ley de Contrataciones del Estado.

Siendo las 16:00 horas del mismo día y en señal de conformidad se suscribe la presente acta:



RAUL MEDINA RICARTE
PRIMER MIEMBRO.



MARIA CHARLOT ORTIZ CHUQUILIN
SUPLENTE PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN.



ELIZABETH LOURDES LAURA RAMOS
SEGUNDO MIEMBRO.