

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-UNJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN.

Ruc/código : 20515650297

Nombre o Razón social : PICA PERU S.A.C.

Fecha de envío : 06/09/2023

Hora de envío : 15:56:41

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Revisando las EETT vemos que no se especifica la capacidad de la balanza digital. Favor dar más detalle de la capacidad de la misma.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** III **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada por el participante es preciso aclarar que la capacidad de la balanza deberá ser de 5000 g x 0.01 g por lo tanto se agregará dicha especificación técnica con ocasión de la integración de las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

BALANZA DIGITAL: Capacidad: 5000 g x 0.01 g.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-UNJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN.

Ruc/código : 20515650297

Fecha de envío : 06/09/2023

Nombre o Razón social : PICA PERU S.A.C.

Hora de envío : 15:56:41

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En la página 20 se lista todos los equipos y cantidades que se requieren, pero más adelante encontramos que no hay detalle de los equipos: Soxhelt batería de extracción (Tipo Sebelin); y Barómetro Digital con sensores externos. Solicitamos puedan detallar las características de ambos equipos, así como si requieren reactivos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: II

Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada por el participante y de la revisión de las especificaciones técnicas que forman parte del requerimiento se advierte la ausencia de dichas especificaciones por lo tanto con motivo de la integración de las bases se agregará las especificaciones técnicas del SOXHELT BATERÍA DE EXTRACCIÓN y el BARÓMETRO DIGITAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SOXHELT BATERÍA DE EXTRACCIÓN: ESPECIFICACIONES TECNICAS Y/O CARACTERISTICAS:

¿ RESISTENCIA: BLINDADA INOXIDABLE.

¿ SOPORTE DEL CONDENSADOR: EN ALUMINIO CON GARRAS EN ACERO INOXIDABLE.

¿ GABINETE: EN ACERO CARBONO CON TRATAMIENTO ANTI-CORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTÁTICA

¿ SOPORTE Y PROTECCIÓN DE LA RESISTENCIA: INOXIDABLE 304

¿ DIMENSIONES: ANCHO = 800 X PROFUNDO = 270 X ALTO = 740 MM

¿ POTENCIA: 2400W

¿ TENSIÓN: 220V 50/60 HZ

¿ PESO: 12 KG

¿ NOTA: NO VIENE CON VIDRIERÍA; BARÓMETRO DIGITAL: ESPECIFICACIONES TECNICAS Y/O CARACTERISTICAS - Humedad: 10 A 90% Hr.

-Temperatura: 0 A 50 °C

-Barómetro; 10 A 1100 Hpa, MmHg, En Hg.

- Muestra Presión Barométrica, Humedad Y Temperatura En La Misma Pantalla Lcd.

- Pantalla Lcd Grande De Lectura Fácil.

- Bajo Consumo De Energía Y Larga Duración De La Batería

- Batería Dc 1.5v (Um-4, Aaa) X 6 Pc O Adaptador Dc 9v

- Interfaz De Ordenador Rs232 / Usb.

- Tamaño: 132 X 80 X 32 M.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-UNJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN.

Ruc/código : 20515650297

Fecha de envío : 06/09/2023

Nombre o Razón social : PICA PERU S.A.C.

Hora de envío : 15:56:41

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Con el fin de garantizar la pluralidad de postores, es posible ampliar el plazo hasta 60 días

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: XII

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada por el participante es preciso aclarar que de la revisión de las indagaciones de mercado que ha realizado el Órgano Encargado de las Contrataciones en la fase de actuaciones preparatorias para el procedimiento de selección ha determinado la pluralidad de postores que cumplen con los requisitos establecidos en el requerimiento dentro de los cuales se encuentra el plazo de entrega, con lo que se demuestra que existen potenciales postores que pueden cumplir con el plazo de entrega de 30 días calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-UNJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN.

Ruc/código : 20556662887

Nombre o Razón social : ALYTECH MEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 07/09/2023

Hora de envío : 12:53:24

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Especificaciones Tecnicas

Agitador Magnetico

Peso del instrumento 2.2 kg

Colocar un peso ya es dirigir una característica propia de una marca lo cual sesga a los demás postores y dirige el proceso a una marca, el peso del equipo es propio de cada marca, el comité especial podría aceptar q el peso sea independiente a cualquier marca

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada por el participante y con el objetivo de ampliar la posibilidad de una mayor participación y mayor presentación de ofertas al procedimiento de selección el comité de selección acuerda que el peso del equipo AGITADOR MAGNETICO podrá estar en el rango de 2.2 kg al 2.8 kg, motivo por el cual se agregará dicha especificación técnica con ocasión de la integración de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

AGITADOR MAGNETICO: Peso del instrumento: de 2.2 kg a 2.8 kg.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-UNJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN.

Ruc/código : 20556662887

Fecha de envío : 07/09/2023

Nombre o Razón social : ALYTECH MEDIC S.A.C.

Hora de envío : 12:53:24

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Especificaciones Técnicas

Agitador Magnetico

Dimensiones del equipo 156x248x140 mm

Colocar dimensiones ya es dirigir una característica propia de una marca lo cual sesga a los demás postores y dirige el proceso a una marca, las dimensiones del equipo es propio de cada marca, el comité especial podría aceptar q el peso sea independiente a cualquier marca.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada por el participante y con el objetivo de ampliar la posibilidad de una mayor participación y mayor presentación de ofertas al procedimiento de selección el comité de selección acuerda que las dimensiones del equipo AGITADOR MAGNETICO podrá ser 156x248x140mm y/o propia de la marca ofertada, motivo por el cual se agregará dicha especificación técnica con ocasión de la integración de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

AGITADOR MAGNETICO: Dimensión (W x L x H): 156x248x140mm y/o propia de la marca ofertada .

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-UNJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN.

Ruc/código : 20556662887

Fecha de envío : 07/09/2023

Nombre o Razón social : ALYTECH MEDIC S.A.C.

Hora de envío : 12:53:24

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Especificaciones Técnicas

Campana extractora de gases

Tamaño Externo (W*D*H) 1040*750*2450mm

Colocar Tamaño Externo ya es dirigir una característica propia de una marca lo cual sesga a los demás postores y dirige el proceso a una marca, Los tamaños externos del equipo es propio de cada marca, el comité especial podría aceptar que el peso sea independiente a cualquier marca. Además el comité podría indicar de cuantos pies cúbicos de volumen es el equipo solicitado.

Acápito de las bases : Sección: General

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada por el participante es preciso aclarar que de la revisión de las indagaciones de mercado que ha realizado el Órgano Encargado de las Contrataciones en la fase de actuaciones preparatorias para el procedimiento de selección ha determinado la pluralidad de postores que cumplen con los requisitos establecidos en el requerimiento dentro de los cuales se encuentra las especificaciones técnicas de la CAMPANA EXTRACTORA DE GASES con lo que se demuestra que existen potenciales postores que cumplen con el requerimiento, por lo tanto se deberá regir a lo establecido en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-UNJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN.

Ruc/código : 20556662887

Fecha de envío : 07/09/2023

Nombre o Razón social : ALYTECH MEDIC S.A.C.

Hora de envío : 12:53:24

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Especificaciones Técnicas

Horno de esterilizcion de temperatura

Las especificaciones técnicas solicitadas en las bases dirigen el proceso a la marca ECOCELL cuyo modelo es distgribuido exclusivamente en el Peru por una casa comercial, en conclusión el comité especial debe permitir equipos que cumplan las características señaladas con tecnologías similares o mejores y con características propias. El comité aceptara hornos con características similares pero q cumplan o mejoren las especificaciones técnicas.

Acápíte de las bases : Sección: General

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada por el participante y con el objetivo de ampliar la posibilidad de una mayor participación y mayor presentación de ofertas al procedimiento de selección el comité de selección acuerda colocar rangos u otras medidas en las especificaciones técnicas referidas a las Dimensiones Internas, Dimensiones Externas, Peso Neto, Fuente de Energía del equipo HORNO DE ESTERILIZACIÓN DE TEMPERATURA, motivo por el cual se agregará dichas especificaciones técnicas con ocasión de la integración de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

HORNO DE ESTERILIZACIÓN DE TEMPERATURA: Dimensiones Internas:40 X 37 X 35 Cm (Ancho X Fondo X Alto) y/o 40x34.5x44 (Ancho X Fondo X Alto); Dimensiones Externas:62 X 64 X 68 Cm (Ancho X Fondo X Alto) y/o 56x56.5x62.5 (Ancho X Fondo X Alto) ;Peso Neto: de 39kg a 55 Kg; Fuente de Energia: 230v/60hz y/o 120v/60hz.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-UNJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN.

Ruc/código : 20556662887

Nombre o Razón social : ALYTECH MEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 07/09/2023

Hora de envío : 12:53:24

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Especificaciones Tecnicas

Horno de esterilizcion de temperatura

Dimensiones Internas

Dimensiones Externas

Colocar Dimensiones Internas y externas ya es dirigir una característica propia de una marca lo cual sesga a los demás postores y dirige el proceso a una marca, Los tamaños internos y externos del equipo es propio de cada marca, el comité especial podría aceptar q el peso sea independiente a cualquier marca. Ademas el comité ya menciona el volumen del equipo que es 55 litros con lo cual las dimensiones no son tan importantes

Acápíte de las bases : Sección: General

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada por el participante y con el objetivo de ampliar la posibilidad de una mayor participación y mayor presentación de ofertas al procedimiento de selección el comité de selección acuerda colocar rangos u otras medidas en las especificaciones técnicas referidas a las Dimensiones Internas, Dimensiones Externas, Peso Neto, Fuente de Energía del equipo HORNO DE ESTERILIZACIÓN DE TEMPERATURA, motivo por el cual se agregará dichas especificaciones técnicas con ocasión de la integración de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

HORNO DE ESTERILIZACIÓN DE TEMPERATURA: Dimensiones Internas:40 X 37 X 35 Cm (Ancho X Fondo X Alto) y/o 40x34.5x44 (Ancho X Fondo X Alto); Dimensiones Externas:62 X 64 X 68 Cm (Ancho X Fondo X Alto) y/o 56x56.5x62.5 (Ancho X Fondo X Alto) ;Peso Neto: de 39kg a 55 Kg; Fuente de Energia: 230v/60hz y/o 120v/60hz.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-UNJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN.

Ruc/código : 20556662887

Fecha de envío : 07/09/2023

Nombre o Razón social : ALYTECH MEDIC S.A.C.

Hora de envío : 12:53:24

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Balanza Analítica

Dimensiones

Dimensiones de la balanza

Colocar Dimensiones ya es dirigir una característica propia de una marca lo cual sesga a los demás postores y dirige el proceso a una marca, las dimensiones del equipo es propio de cada marca, el comité especial podría aceptar q el peso sea independiente a cualquier marca. Ademas el comité ya menciona el volumen del equipo que es 55 litros con lo cual las dimensiones no son tan importantes.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada por el participante es preciso aclarar que de la revisión de las indagaciones de mercado que ha realizado el Órgano Encargado de las Contrataciones en la fase de actuaciones preparatorias para el procedimiento de selección ha determinado la pluralidad de postores que cumplen con los requisitos establecidos en el requerimiento dentro de los cuales se encuentra las especificaciones técnicas de la BALANZA ANALITICA con lo que se demuestra que existen potenciales postores que cumplen con el requerimiento y respecto al volumen de 55 litros mencionado por el participante se aclara que dicha característica y/o especificación técnica no corresponde a la balanza analítica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-UNJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN.

Ruc/código : 20556662887

Fecha de envío : 07/09/2023

Nombre o Razón social : ALYTECH MEDIC S.A.C.

Hora de envío : 12:53:24

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD

Acreditacion

Adicional a la declaración jurada, se debe de adjuntar la documentación que acredite al personal a capacitar

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: IV

Literal: 4.1

Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada por el participante es preciso aclarar el ESPECIALISTA EL CAPACITACION está considerado como personal clave y forma parte de los requisitos de calificación establecidos para el procedimiento de selección por lo tanto se aclara que la FORMACION ACADEMICA y la EXPERIENCIA deberá acreditarse en la oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-UNJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	07/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:28:41

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran bienes similares a los siguientes: VENTA DE MICROSCOPIOS TRINOCULARES Y/O AUTOCLAVES, REFRIGERADORA DE LABORATORIO Y/O EQUIPOS DE BAÑO MARÍA Y/O CONTADOR DE COLONIAS Y/O CABINAS DE SEGURIDAD BIOLÓGICA.

OBSERVACIÓN :

Los bienes descritos resultan ser equipos básicos de un laboratorio, por ello se solicita al honorable comité, muy amablemente que se considere como bienes similares: "EQUIPOS DE LABORATORIO", ya que todos los productos a adquirir OBJETO DE LA CONVOCATORIA, son por su naturaleza EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL. Así se garantiza la libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia leal en las contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 inciso a, b, c

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la OBSERVACION formulada por el participante y con el objetivo de ampliar la posibilidad de una mayor participación y mayor presentacion de ofertas al procedimiento de selección el comité de selección acuerda ACOGER LA OBSERVACION, motivo por el cual se agregará dicha como definición de bienes similares a los EQUIPOS DE LABORATORIO con ocasión de la integración de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran bienes similares a los siguientes: VENTA DE MICROSCOPIOS TRINOCULARES Y/O AUTOCLAVES Y/O REFRIGERADORA DE LABORATORIO Y/O EQUIPOS DE BAÑO MARÍA Y/O CONTADOR DE COLONIAS Y/O CABINAS DE SEGURIDAD BIOLÓGICA Y/O EQUIPOS DE LABORATORIO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-UNJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN.

Ruc/código : 20602216609

Nombre o Razón social : TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.

Fecha de envío : 07/09/2023

Hora de envío : 18:28:41

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

1.9 PLAZO DE ENTREGA:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 30 días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Observación:

Se solicita al honorable Comité, que para permitir la mayor participación de postores potenciales, podría considerar ampliar el plazo de entrega a 90 DÍAS CALENDARIOS, ya que los productos solicitados requieren procesos de importación, desaduanaje y otros controles previos; es así que el plazo de entrega que se visualiza en las bases es corto, a menos que algún proveedor ya lo tenga en stock; por tanto, a fin de permitir la mayor pluralidad de postores, se solicita ampliar el plazo de entrega a 90 días calendarios, a partir de la notificación de la orden de compra o suscrito

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: I

Literal: 1.9

Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 inciso a, b, c

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la OBSERVACION formulada por el participante es preciso señalar que de la revisión de las indagaciones de mercado que ha realizado el Órgano Encargado de las Contrataciones en la fase de actuaciones preparatorias para el procedimiento de selección ha determinado la pluralidad de postores que cumplen con los requisitos establecidos en el requerimiento dentro de los cuales se encuentra el plazo de entrega, con lo que se demuestra que existen potenciales postores que pueden cumplir con el plazo de entrega de 30 días calendario, por lo tanto NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-UNJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN.

Ruc/código : 20550161606

Nombre o Razón social : TECNOLOGIA PARA LA INDUSTRIA PERUANA S.A.C.

Fecha de envío : 07/09/2023

Hora de envío : 23:21:30

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Campana extractora de gases:

Según las bases se solicita una campana extractora de gases con las siguientes dimensiones.

-Tamaño interno (W*D*H): 820*520*700 mm

-Tamaño externo (W*D*H): 1040*750*2450 mm

Con la finalidad de brindar pluralidad de participantes y equipos, solicitamos amablemente al comité aceptar también las siguientes dimensiones:

-Tamaño interno (W*D*H): 1080*730*745mm

-Tamaño externo (W*D*H): 1200*840*2150mm

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: III

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada por el participante es preciso aclarar que de la revisión de las indagaciones de mercado que ha realizado el Órgano Encargado de las Contrataciones en la fase de actuaciones preparatorias para el procedimiento de selección ha determinado la pluralidad de postores que cumplen con los requisitos establecidos en el requerimiento dentro de los cuales se encuentra las especificaciones técnicas de la CAMPANA EXTRACTORA DE GASES con lo que se demuestra que existen potenciales postores que cumplen con el requerimiento, por lo tanto se deberá regir a lo establecido en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-UNJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN.

Ruc/código : 20550161606

Fecha de envío : 07/09/2023

Nombre o Razón social : TECNOLOGIA PARA LA INDUSTRIA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 23:21:30

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

CAMPANA EXTRACTORA DE GASES:

Según las bases, se solicita que la campana extractora de gases tenga una superficie de trabajo de 820 mm. Con la finalidad de brindar pluralidad al presente proceso de selección solicitamos amablemente al comité de selección aceptar también una superficie de trabajo de 750 mm considerando que es una diferencia mínima de 5 cm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** III **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada por el participante es preciso aclarar que de la revisión de las indagaciones de mercado que ha realizado el Órgano Encargado de las Contrataciones en la fase de actuaciones preparatorias para el procedimiento de selección ha determinado la pluralidad de postores que cumplen con los requisitos establecidos en el requerimiento dentro de los cuales se encuentra la superficie de trabajo de la CAMPANA DE EXTRACCION DE GASES, con lo que se demuestra que existen potenciales postores que pueden cumplir con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-UNJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN.

Ruc/código : 20550161606

Fecha de envío : 07/09/2023

Nombre o Razón social : TECNOLOGIA PARA LA INDUSTRIA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 23:21:30

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

CAMPANA EXTRACTORA DE GASES:

Según las bases, se solicita una apertura máxima de 740 mm. Teniendo en cuenta que las campanas extractoras de gases tienen como finalidad principal proteger el usuario de corrientes de aire no deseadas dentro de la campana, solicitamos amablemente al comité de selección aceptar también una apertura máxima de 520mm lo que mejoraría la eficiencia de la extracción.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** III **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada por el participante es preciso aclarar que de la revisión de las indagaciones de mercado que ha realizado el Órgano Encargado de las Contrataciones en la fase de actuaciones preparatorias para el procedimiento de selección ha determinado la pluralidad de postores que cumplen con los requisitos establecidos en el requerimiento dentro de los cuales se encuentra la apertura máxima de la CAMPANA DE EXTRACCION DE GASES, con lo que se demuestra que existen potenciales postores que pueden cumplir con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-UNJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN.

Ruc/código : 20550161606

Fecha de envío : 07/09/2023

Nombre o Razón social : TECNOLOGIA PARA LA INDUSTRIA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 23:21:30

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

CAMPANA EXTRACTORA DE GASES:

Según las bases, se solicita lo siguiente en cuanto al material:

-Cuerpo principal: Hecho de Pp de porcelana blanca, Espesor de 8 mm, resistente a ácidos fuertes, álcalis y anticorrosión

Con la finalidad de aumentar la pluralidad de postores solicitamos amablemente al comité de selección aceptar también las siguientes características:

-Cuerpo principal: Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano resistente a ácidos y álcalis.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: III

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada por el participante es preciso aclarar que de la revisión de las indagaciones de mercado que ha realizado el Órgano Encargado de las Contrataciones en la fase de actuaciones preparatorias para el procedimiento de selección ha determinado la pluralidad de postores que cumplen con los requisitos establecidos en el requerimiento dentro de los cuales se encuentran las características mencionadas por el participante de la CAMPANA DE EXTRACCION DE GASES, con lo que se demuestra que existen potenciales postores que pueden cumplir con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-UNJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN.

Ruc/código : 20550161606

Fecha de envío : 07/09/2023

Nombre o Razón social : TECNOLOGIA PARA LA INDUSTRIA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 23:21:30

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Según las Bases, se solicita que los bienes sean entregados en un lapso de 30 días calendarios. Tenemos que tener en consideración que los equipos en el presente proceso de selección son para importación y algunos incluso se tienen que importar vía marítima debido a su gran tamaño por lo cual solicitamos amablemente al comité de selección ampliar el tiempo de entrega a 60 días calendarios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: XII

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada por el participante es preciso aclarar que de la revisión de las indagaciones de mercado que ha realizado el Órgano Encargado de las Contrataciones en la fase de actuaciones preparatorias para el procedimiento de selección ha determinado la pluralidad de postores que cumplen con los requisitos establecidos en el requerimiento dentro de los cuales se encuentra el plazo de entrega, con lo que se demuestra que existen potenciales postores que pueden cumplir con el plazo de entrega de 30 días calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-UNJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN.

Ruc/código : 20550161606

Nombre o Razón social : TECNOLOGIA PARA LA INDUSTRIA PERUANA S.A.C.

Fecha de envío : 07/09/2023

Hora de envío : 23:21:30

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Según las bases, se solicita una experiencia de 800,000.00 soles lo cual deberá acreditarse con la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, siendo considerados como bienes similares a los siguientes: Venta de microscopios trinoculares y/o autoclaves y/o refrigeradoras de laboratorio y/o equipos de baño maría y/o contador de colonias y/o cabinas de seguridad biológica.

Con la finalidad de brindar mayor participación al presente proceso de selección solicitamos amablemente al comité de selección aceptar también "equipos de laboratorio en general" como bienes iguales o similares.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: XIV (B)

Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada por el participante y con el objetivo de ampliar la posibilidad de una mayor participación y mayor presentación de ofertas al procedimiento de selección el comité de selección acuerda ampliar la definición de bienes similares, motivo por el cual se agregará dicha como definición de bienes similares a los EQUIPOS DE LABORATORIO con ocasión de la integración de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran bienes similares a los siguientes: VENTA DE MICROSCOPIOS TRINOCULARES Y/O AUTOCLAVES Y/O REFRIGERADORA DE LABORATORIO Y/O EQUIPOS DE BAÑO MARÍA Y/O CONTADOR DE COLONIAS Y/O CABINAS DE SEGURIDAD BIOLÓGICA Y/O EQUIPOS DE LABORATORIO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-UNJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN.

Ruc/código : 20602864244

Nombre o Razón social : M & E INGENIEROS SERVICIOS GENERALES S.A.C

Fecha de envío : 07/09/2023

Hora de envío : 23:48:29

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Dice Plazo de entrega 30 días calendarios. Se solicita al comité aceptar un plazo de entrega de 50 a 60 días y así poder dar mayor pluralidad en la participación, ya que son equipos para importación.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: I **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada por el participante es preciso aclarar que de la revisión de las indagaciones de mercado que ha realizado el Órgano Encargado de las Contrataciones en la fase de actuaciones preparatorias para el procedimiento de selección ha determinado la pluralidad de postores que cumplen con los requisitos establecidos en el requerimiento dentro de los cuales se encuentra el plazo de entrega, con lo que se demuestra que existen potenciales postores que pueden cumplir con el plazo de entrega de 30 días calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-UNJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN.

Ruc/código : 20602864244

Fecha de envío : 07/09/2023

Nombre o Razón social : M & E INGENIEROS SERVICIOS GENERALES S.A.C

Hora de envío : 23:48:29

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

HORNO DE ESTERILIZACIÓN DE TEMPERATURA, dice dimensiones Internas: 40x37x35 cm (ancho x fondo x alto), dimensiones externas: 62x64x68 cm (ancho x fondo x alto)

Se solicita al comité que acepte que todas las medidas del equipo sean de acuerdo al fabricante sin que esto afecte la funcionalidad del equipo, para así dar mayor pluralidad de participación, ya que solo cierta marca cuenta con cierta medida medida.

Con respecto al sensor de control de temperatura pt100 de 3 conductos, se solicita al comité aceptar el sensor pt100 de 2 conductos sin que este afecte la precisión y exactitud del equipo

Acápito de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: III

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada por el participante y con el objetivo de ampliar la posibilidad de una mayor participación y mayor presentación de ofertas al procedimiento de selección el comité de selección acuerda colocar rangos u otras medidas en las especificaciones técnicas referidas las dimensiones y al sensor de control de temperatura del equipo HORNO DE ESTERILIZACIÓN DE TEMPERATURA, motivo por el cual se agregará dichas especificaciones técnicas con ocasión de la integración de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

HORNO DE ESTERILIZACIÓN DE TEMPERATURA: Dimensiones Internas: 40x37x35 cm (ancho x fondo x alto) y/o propias de la marca ofertada, Dimensiones Externas: 62x64x68 cm (ancho x fondo x alto) y/o propias de la marca ofertada; Sensor de Control de Temperatura:Pt100 De 3 Conductos y/o Pt100 de 2 conductos.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-UNJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN.

Ruc/código :	20602864244	Fecha de envío :	07/09/2023
Nombre o Razón social :	M & E INGENIEROS SERVICIOS GENERALES S.A.C	Hora de envío :	23:48:29

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

BALANZA ANALITICA

Se dice, dimensiones: 8.8"x14.7"x13.3"

Se solicita al comité que acepte que todas las medidas del equipo sean de acuerdo al fabricante sin que esto afecte la funcionalidad del equipo, para así dar mayor pluralidad de participación, ya que solo cierta marca cuenta con cierta medida medida.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada por el participante es preciso aclarar que de la revisión de las indagaciones de mercado que ha realizado el Órgano Encargado de las Contrataciones en la fase de actuaciones preparatorias para el procedimiento de selección ha determinado la pluralidad de postores que cumplen con los requisitos establecidos en el requerimiento dentro de los cuales se encuentra las especificaciones técnicas de la BALANZA ANALITICA con lo que se demuestra que existen potenciales postores que cumplen con el requerimiento, por lo tanto se deberá regir a lo establecido en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-UNJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN.

Ruc/código :	20602864244	Fecha de envío :	07/09/2023
Nombre o Razón social :	M & E INGENIEROS SERVICIOS GENERALES S.A.C	Hora de envío :	23:48:29

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

PH METRO DIGITAL DE MEA

Se dice, Dimensiones y peso: (9.5x9.3x4) pulgadas/2.2 libras.

Se solicita al comité que acepte que todas las medidas del equipo sean de acuerdo al fabricante sin que esto afecte la funcionalidad del equipo, para así dar mayor pluralidad de participación, ya que solo cierta marca cuenta con cierta medida medida.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada por el participante es preciso aclarar que de la revisión de las indagaciones de mercado que ha realizado el Órgano Encargado de las Contrataciones en la fase de actuaciones preparatorias para el procedimiento de selección ha determinado la pluralidad de postores que cumplen con los requisitos establecidos en el requerimiento dentro de los cuales se encuentra las especificaciones técnicas de la del PH METRO DIGITAL DE MESA con lo que se demuestra que existen potenciales postores que cumplen con el requerimiento, por lo tanto se deberá regir a lo establecido en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-UNJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN.

Ruc/código : 20602864244

Fecha de envío : 07/09/2023

Nombre o Razón social : M & E INGENIEROS SERVICIOS GENERALES S.A.C

Hora de envío : 23:48:29

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

HORNO ESTERILIZACIÓN,

Se dice, Rango de temperatura: desde 5°C sobre la temperatura ambiente hasta 250°C.

Se solicita al comité acepte una temperatura con un rango desde 10° C hasta 250°C

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada por el participante y con el objetivo de ampliar la posibilidad de una mayor participación y mayor presentación de ofertas al procedimiento de selección el comité de selección acuerda colocar rangos u otras medidas en las especificaciones técnicas referidas al Rango de Temperatura del equipo HORNO DE ESTERILIZACIÓN DE TEMPERATURA, motivo por el cual se agregará dichas especificaciones técnicas con ocasión de la integración de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

HORNO DE ESTERILIZACIÓN DE TEMPERATURA: desde 5°C sobre la temperatura ambiente hasta 250°C.

y/o desde 10° C hasta 250°C