

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-ESSALUD/RAUC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DEL HOSPITAL II-PUCALLPA DE LA RED ASISTENCIAL UCAYALI

Ruc/código :	20605400524	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS EN EQUIPOS MEDICOS S.A.C.	Hora de envío :	21:57:14

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Indica:

"REQUERIMIENTO Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN

Todos los repuestos ofertados deben cumplir como mínimo con las Especificaciones Técnicas, adjuntas a las presentes condiciones. Los proveedores deberán ofertar el bien nuevo (sin uso), original, en caso de bienes que cuenten con fecha de vencimiento deberán estar vigentes y tener un lapso de doce (12) meses para su uso.

\*la adquisición del producto incluye instalación, calibración y pruebas de operatividad."

Solicitamos al comité de selección, considerar también como valido tubos originales y/o compatibles, toda vez que de ser solo originales estaría dirigiendo la convocatoria exclusivamente al distribuidor de la marca Shimadzu. Aquí debemos señalar incluso que actualmente el equipo de la ciudad de Pucallpa tiene instalado un tubo de rayos X marca Varian carcasa RX85, tubo RAD60, el cual ha trabajado por muchos años sin ningún problema, por tanto solicitamos al comité considerar también tubos originales y/o compatibles tales como carcasa RX85, tubo RAD60, entre otros.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** -    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge, que el bien ofertado sea original y/o también compatible, tales como el tubo actualmente instalado en nuestro equipo, tubo con carcasa RX85, inserto RAD60

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-ESSALUD/RAUC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DEL HOSPITAL II-PUCALLPA DE LA RED ASISTENCIAL UCAYALI

Ruc/código :	20605400524	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS EN EQUIPOS MEDICOS S.A.C.	Hora de envío :	21:57:14

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Indica:

"CAPACIDAD DE DISIPACION DE LA CARCAZA: 660HU/S"

Son para los tubos Shimadzu 0.6/1.2P324DK-85, pero considerando el ventilador instalado encima del tubo, por lo que se estaría dirigiendo la convocatoria exclusivamente al distribuidor de la marca Shimadzu. Solicitamos al comité considerar también 330HU/S sin ventilador.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** -    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge, que la capacidad de disipación de la carcasa sin ventilador sea de 330HU/s y/o con ventilador 660HU/s para garantizar una amplia pluralidad de postores

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-ESSALUD/RAUC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DEL HOSPITAL II-PUCALLPA DE LA RED ASISTENCIAL UCAYALI

Ruc/código :	20605400524	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS EN EQUIPOS MEDICOS S.A.C.	Hora de envío :	21:57:14

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Indica:

"CAPACIDAD DE DISIPACION DEL ANODO: 2200HU/S"

Esta características solo figuran en las fichas técnicas del tubo Shimadzu 0.6/1.2P324DK-85, por lo que se estaría dirigiendo la convocatoria exclusivamente al distribuidor de la marca Shimadzu. Solicitamos al comité retirar este requerimiento.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** -    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge, , se excluye esta característica para garantizar una amplia pluralidad de postores

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-ESSALUD/RAUC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DEL HOSPITAL II-PUCALLPA DE LA RED ASISTENCIAL UCAYALI

Ruc/código :	20605400524	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS EN EQUIPOS MEDICOS S.A.C.	Hora de envío :	21:57:14

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Indica:

"MAXIMO VOLTAJE DE FILAMENTO

Foco 0.6mm: 12.5V (foco fino)

Foco 1.2mm: 18.4V (foco grueso)

MAXIMA CORRIENTE DE FILAMENTOS: 5.6A"

Los voltajes y corrientes de filamento es característico de cada tubo y no necesariamente sus valores máximos son los indicados, cada tubo tiene sus propias características y dependiendo de la calibración se ajusta su valor por software y el tubo trabaja normalmente y calibrado de acuerdo a su curva característica.

Solicitamos al comité retirar los requerimientos de voltaje y corriente del tubo, con tal que el tubo de rayos X quede calibrado y se verifique sus pruebas de operatividad.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1

**Literal:** -

**Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge, el voltaje de filamento debe ser máximo de 12.5 v para foco fino y 18.4 v para foco grueso. La corriente de filamento máxima debe ser de 5.6A

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-ESSALUD/RAUC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DEL HOSPITAL II-PUCALLPA DE LA RED ASISTENCIAL UCAYALI

Ruc/código :	20605400524	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS EN EQUIPOS MEDICOS S.A.C.	Hora de envío :	21:57:14

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Indica:

"RADIACION DE FUGA: MENOR A 0.87mGy a 1 M DEL TUBO"

Esta características solo figuran en las fichas técnicas del tubo Shimadzu 0.6/1.2P324DK-85, por lo que se estaría dirigiendo la convocatoria exclusivamente al distribuidor de la marca Shimadzu. Solicitamos al comité retirar este requerimiento.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** -    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge, se excluye esta característica para garantizar un amplia pluralidad de postores

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-ESSALUD/RAUC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DEL HOSPITAL II-PUCALLPA DE LA RED ASISTENCIAL UCAYALI

Ruc/código :	20605400524	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS EN EQUIPOS MEDICOS S.A.C.	Hora de envío :	21:57:14

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Indica:  
"CAMPO DE RADIACION 35x35 CM A 1 MT DEL PUNTO FOCAL"

Esta características solo figuran en las fichas técnicas del tubo Shimadzu 0.6/1.2P324DK-85, por lo que se estaría dirigiendo la convocatoria exclusivamente al distribuidor de la marca Shimadzu. Solicitamos al comité retirar este requerimiento.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** -    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente, el proveedor debe garantizar que cumple esta característica con carta de compromiso

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null