

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE PEFIL DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código : 20549445439

Nombre o Razón social : VIKMAR S.A.C.

Fecha de envío : 14/03/2025

Hora de envío : 18:17:56

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Según Bases administrativas se indica:

En las Especificaciones Técnicas de los reactivos en cuanto a la estabilidad una vez abierto deberán ser estables por 29 días o más a 2-8°C.

Consultamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria, ampliar la estabilidad y se considere desde 7 días a mas, ya que la estabilidad depende mucho de las condiciones ambientales, recomendaciones a seguir y la frecuencia de uso de los reactivos.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** EE.TT **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA NO ACOGEN SU CONSULTA, ES NECESARIO TENER UNA ADECUADA ESTABILIDAD PARA SEGURAR EL CORRECTO USO DE LOS RECATIVOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO ACOGE SU CONSULTA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE PEFIL DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código : 20549445439

Nombre o Razón social : VIKMAR S.A.C.

Fecha de envío : 14/03/2025

Hora de envío : 18:17:56

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

De las especificaciones técnicas de los analizadores solicitados, se indica en el literal 4. Características: 80 tubos primarios o más con acceso aleatorio mediante racks.

Consultamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria, considerar de 60 a más tubos primarios con carga continua mediante rack. Con la finalidad de fomentar mayor pluralidad de postores y libre concurrencia.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** EE.TT **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA, NO ACEPTA SU CONSULTA, CEÑIRSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE PEFIL DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20549445439	Fecha de envío :	14/03/2025
Nombre o Razón social :	VIKMAR S.A.C.	Hora de envío :	18:17:56

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

De las especificaciones técnicas del equipo semi automatizado se indica en el literal 3. Características: pantalla táctil de 7" y almacenamiento de datos de 4 mil a más.

Consultamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria considerar dicha la característica como opcional, con la finalidad de promover mayor participación de postores en el presente procedimiento de selección.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: EE.TT Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA NO ACEPTA SU CONSULTA, ES NECESARIO TENER ESTAS ESPECIFICACIONES PARA EL ADECUADO USO Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS DATOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO ACEPTA SU CONSULTA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE PEFIL DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	14/03/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:30:58

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En caso de solicitar acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del reactivo y equipo cesión de uso con catálogo, manuales, folletos, inserto.

Al respecto, cabe señalar que la resolución N°2034-2018 TCE S1, el tribunal de contrataciones del estado ha establecido lo siguiente¿¿ no es acreditar la totalidad de las especificaciones técnicas del bien ofertado con hojas técnicas, catálogos, brochures y manuales del fabricante, ello atendiendo que la información requerida por las entidades es no es homogénea y obedece a las particularidades de su necesidad¿.Por lo que, solicitamos amablemente al comité evaluador acepte carta del fabricante para acreditar algunas características técnicas del reactivo y del equipo cesión de uso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA OEC Y EL AREA USUARIA ACOGEN SU CONSULTA SE ACEPTARA ADICIONALMENTE A LOS INSERTOS, BROCHURE, CTALOGOS, CARTA DE FABRICANTE PARA EL SUSTENTO DE LAS ESPECIFICACIONES QUE NO FIGURAN EN ELLOS O PARA ACLARAR ALGUNA DE ELLAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE, LO SOLICITADO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE PEFIL DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	14/03/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:30:58

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Consultamos amablemente al comité evaluador nos indique cuales son las características técnicas del reactivo y equipo cesión de uso que se deben acreditar con folletería, manual, carta del fabricante y otros documentos del fabricante. Entendiendo que el restante de las características técnicas del reactivo y equipo cesión de uso se acreditan con el anexo 3.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC JUNTO CON EL AREA USUARIA, SE PRECISA QUE SSE DEBE ACREDITAR PARA RECATIVOS PRESENTACION Y ESTABILIDAD, PARA EQUIPO AUTOMATIZADO; METODOLOGIA, PERFORMANCE, CARACTERISTICAS Y MUESTRAS; Y PARA EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO: METODOLOGIA, CARACTERISTICAS Y MUESTRA, LAS DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CON ANEXO 3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE ACOGE A LO SOLICITADO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE PEFIL DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	14/03/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:30:58

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En las bases estándar no hacen referencia al tiempo de contratación por lo cual muy amablemente consultamos al área usuaria aclarar: ¿ Por cuánto tiempo será el periodo de contratación?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: - Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LA CONTRATACION SERA HASTA AGOTAR STOCK DEL REACTIVO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE PEFIL DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	14/03/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:30:58

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En el numeral 1.9 Plazo de entrega mencionan plazo de entrega hasta 05 días calendario contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra, en virtud de que no mencionan cronograma de entrega, solicitamos al comité que aclare si se deberá entregar el total de reactivos en una sola entrega.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: - **Página:** 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EL PLAZO DE ENTREGA SERA HASTA LOS 05 DIAS CALENDARIOS DESDE EL DIA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE PEFIL DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	14/03/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:30:58

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas del equipo analizador automatizado de coagulación, solicitan metodología: Método Mecánico (coagulación) y Método óptico (cromogénico, inmunturbidimetría), solicitamos al comité se considere método óptico (coagulación, cromogénico, inmunturbidimetria) para dar pase a la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: - Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA SE PRECISA QUE DEBE TENER AMBAS METODOLOGIAS, CEÑIRSE A LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE PEFIL DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	14/03/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:30:58

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas del equipo semiautomatizado de coagulación solicitan metodología: método mecánico de doble circuito magnético. Solicitamos al comité aceptar Método óptico (coagulometria e inmunotubidimetría)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA NO ACOGEN SU CONSULTA, ES NECESARIO TENER UNA METODOLOGIA QUE NO SE VEA AFECTADA POR LA APARIENCIA DE LA MUESTRA, CONSIDERANDO LOS DIFERENTES TIPOS DE PACIENTES QUE RECIBE EL AREA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO ACOGEN LA CONSULTA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE PEFIL DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	14/03/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:30:58

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Consultamos amablemente al área usuaria que considere que el equipo cesión de uso cuente con un módulo preanalítico HIL, que establezca la calidad de las muestras detectando las interferencias por muestras ictericas, lipémicas o hemolizadas, con la finalidad de generar índices de alerta y zonas grises para informar en el resultado o rechazar una muestras, debido a estas interferencia de HIL, siendo este apartado importante para el control de calidad de la pre-analitica para la adecuada performance en el laboratorio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA NO ACOGEN LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE PEFIL DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	14/03/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:30:58

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En el mercado existen muchos equipos que no requieren de agua destilada para procesar las muestras de coagulación, por lo cual sugerimos amablemente al área usuaria puedan considerar esta característica técnica como una mejora tecnológica para el analizador, apoyando la responsabilidad hídrica y sostenibilidad ambiental del postor y no requerir un consumo de agua de 0,5L/h.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA NO ACOGEN SU CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE PEFIL DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	14/03/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:30:58

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Existen analizadores en el mercado cuya forma de operación protege al operador de la exposición a las muestras biológicas, otorgando al usuario directo bioseguridad correspondiente en su labor, tal es el caso de los equipos que manejan un sistema cap piercing, los cuales perforan el tubo para aspirar la muestra desde el tubo primario.

Muy amablemente solicitamos considerar esta característica como una mejora técnica, la cual es en beneficio del usuario operador de los analizadores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA NO ACOGE SU CONSULTA, CONSIDERANDO QUE ESTE SISTEMA REQUIERE MAYOR VOLUMEN DE MUESTRA PARA SU ADECUADO PROCESAMIENTO Y AFECTARIA A LAS MUESTRAS CON POCO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO ACOGE SU CONSULTA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE PEFIL DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	14/03/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:30:58

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas del reactivo solicitan una vigencia no menor de 18 meses a partir de la fecha de ingreso al almacén. teniendo presente que estos productos la mayoría tienen una vigencia de 6 meses. Solicitamos amablemente al comité evaluador puedan considerar una fecha de vencimiento no menor de 06 meses a partir del ingreso al almacén con carta de canje.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: - Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACLARA QUE LA FECHA DE VENCIMIENTO ES IGUAL O MAYOR A 18 MESES Y SI ES MENOR PRESENTAR SU CARTA DE CANJE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE PEFIL DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	14/03/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:30:58

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En el numeral 6 Garantía comercial mencionan que el postor deberá adjuntar carta de canje del producto, cuando la fecha de vencimiento sea menor o igual a 18 meses, Solicitamos al comité evaluador puedan considerar una fecha de vencimiento no menor de 06 meses a partir del ingreso al almacén con carta de canje.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACLARA QUE LA FECHA DE VENCIMIENTO ES IGUAL O MAYOR A 18 MESES Y SI ES MENOR PRESENTAR SU CARTA DE CANJE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE PEFIL DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20612262587	Fecha de envío :	14/03/2025
Nombre o Razón social :	DELTALABO S.A.C.	Hora de envío :	20:24:54

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Considerando Que las bases señalan que 80 tubos primarios o más con acceso aleatorio mediante racks.Que existe en el mercado analizadores con muy buen performance que trabajan con 60 tubos primarios
Que de persistir no se estaría permitiendo la libre competencia entre postores tal como está establecido en la Ley y reglamento de contrataciones con el Estado, consultamos al Comité Especial, Considerará que para el analizador en cesión en uso 60 tubos primarios o más acceso aleatorio o más. ¿Es correcta nuestra apreciación?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.3 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA NO ACEPTA SU CONSULTA, CEÑIRSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE PEFIL DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20612262587	Fecha de envío :	14/03/2025
Nombre o Razón social :	DELTALABO S.A.C.	Hora de envío :	20:24:54

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Considerando Que las bases señalan 5 posiciones con agitación como mínimo.
Que nuestra representada necesita tener una mayor claridad en lo que se refiere esta especificación, Solicitamos al Comité Especial, se sirva explicar lo referente a las 5 posiciones con agitación como mínimo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.3 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL AREA USUARIA PRECISA QUE DEBE CEÑIRSE A LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE PEFIL DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20612262587	Fecha de envío :	14/03/2025
Nombre o Razón social :	DELTALABO S.A.C.	Hora de envío :	20:24:54

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Respecto a los reactivos solicitados en el presente proceso, indican que se solicita tiempo de expiración bastante amplio, respecto a este punto, solicitamos amablemente al comité evaluador, tome en consideración que el plazo mínimo de vigencia sea de 12 meses con carta de canje, en lugar de 18 meses a partir de la fecha de entrega, para permitir la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.3 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACLARA QUE LA FECHA DE VENCIMIENTO ES IGUAL O MAYOR A 18 MESES Y SI ES MENOR PRESENTAR LA CARTA DE CANJE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE PEFIL DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	14/03/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	21:21:55

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

SOBRE LA GARANTÍA COMERCIAL

Considerando su producción el requerimiento es para menor o igual a un año, por lo que solicitamos que la vigencia de producto sea no menor de 12 meses, desde el ingreso a almacén, si este es menor el producto debe contar con carta de canje. Solicitamos acepte la consulta para nuestra participación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACLARA QUE LA FECHA DE VENCIMIENTO ES IGUAL O MAYOR A 18 MESES Y SI ES MENOR PRESENTAR CARTA DE CANJE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null