

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-RED SALUD HUANUCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE OXIGENO DE APARICIO POMARES

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	11:40:11

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el literal G se detalla la cantidad de filtros en la planta, sin mencionar la marca. En visita realizada el año pasado eran filtros de marca china. Agradeceré se detalle si se mantienen los filtros originales de la planta o se cambiaron, ya que en el numeral 6.1 se hace referencia a modelo "F83KE" y al equipo "Aquammat" que son de marca Kaeser (no china). De ser el caso, se permitirá el cambio completo de filtros con la carcasa por otros de mismas características, como se re realizó previamente? esto influye en el precio, por lo que debe ser aclarado

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.1.1 **Literal:** g **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se cambiaron los filtros de la planta de oxigeno en el ultimo mantenimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-RED SALUD HUANUCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE OXIGENO DE APARICIO POMARES

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	11:40:11

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el título de la tabla del numeral 6.1.1 se menciona que el mantenimiento periódico se realizará cada 500 horas o cada 6 meses. Agradeceré se aclare si esto se deberá realizar en una sola intervención por única vez a los 6 meses de terminado el correctivo. O, si se deberán hacer dos intervenciones una a los 6 meses y otra a los 12 meses.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6.1.1 Literal: 0 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se modificara los TDR del mantenimiento de la planta de oxigeno, el cual se realizara en una sola armada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-RED SALUD HUANUCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE OXIGENO DE APARICIO POMARES

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	11:40:11

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se menciona al Hospital de Ayacucho, agradeceré se corrija esto y se consulte al área usuaria el horario de trabajo permitido, ya que en caso el equipo esté inoperativo, se debería permitir el trabajo incluyendo fines de semana, puesto que no afectaría actividades del Hospital.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 19 **Literal:** 1 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-RED SALUD HUANUCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE OXIGENO DE APARICIO POMARES

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	11:40:11

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se menciona en el capítulo iii que la forma de pago será al 100% al terminar el mantenimiento correctivo, pero en página 21 se detalla el pago en dos armadas, agradeceré se detalle cuál tendrá validez.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 11 Literal: 1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se modificara los TDR del mantenimiento de la planta de oxigeno, el cual se realizara en una sola armada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-RED SALUD HUANUCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE OXIGENO DE APARICIO POMARES

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	11:40:11

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se menciona el pago en dos armadas. Agradeceré se aclare si será un pago luego de culminado el mantenimiento correctivo inmediato, y otro pago culminado el mant. periódico programado. Y, que se detalle el porcentaje del monto en el que se dividirán estos pagos

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.6 **Literal:** 1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se modificara los TDR del mantenimiento de la planta de oxigeno, el cual se realizara en una sola armada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-RED SALUD HUANUCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE OXIGENO DE APARICIO POMARES

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	11:40:11

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Agradeceré se detalle si la planta se encuentra actualmente en óptimas condiciones y operativa, ya que se conoce que se realizó un preventivo el año 2022. O, si se encuentra en mal estado o con problemas de pureza. De ser posible detallar la pureza alcanzada por la planta de oxígeno

Acápites de las bases : Sección: General **Numeral:** 4.1 **Literal:** 1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En la actualidad la planta de oxígeno no está funcionando.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-RED SALUD HUANUCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE OXIGENO DE APARICIO POMARES

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	11:40:11

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Agradeceré se detalle lo que se considerará como "obras similares al objeto de la contratación" para la experiencia del personal clave

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: b.4 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se modificara en las bases integradas, se acoge su consulta, seran servicios similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-RED SALUD HUANUCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE OXIGENO DE APARICIO POMARES

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	11:40:11

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Considerando que el traslado de personal, herramientas y repuestos se puede realizar por diversos medios de transporte, y que es responsabilidad del contratista cumplir con esto, solicitamos que se retire el requisito de una camioneta 4x4, o que se permita otros vehículos similares

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: b.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se solicita un vehiculo camioneta 4x4 picuk el cual sera para garantizar cualquier movimiento humano y de bienes en el procedimiento de selección, No se acoge su conculta por ser necesario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-RED SALUD HUANUCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE OXIGENO DE APARICIO POMARES

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	11:40:11

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Para garantizar la medición de pureza de oxígeno, recomendamos que se agregue a equipamiento estratégico demostrar la posesión o alquiler de un equipo analizador de pureza de oxígeno y de impurezas de co/co2, ya que estas mediciones se deben realizar al finalizar el mantenimiento. Y, de esta manera, la Entidad se asegura que el contratista asegure la calidad de oxígeno. Esto se solicita en diversos procesos de selección del rubro

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: b.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta, el mencionado equipo no se requiere en los terminos de referencia ni en los requisitos de calificación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-RED SALUD HUANUCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE OXIGENO DE APARICIO POMARES

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	11:40:11

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En el capítulo 3, se menciona que se requiere de un profesional con 4 años de experiencia, con experiencia en mantenimiento de plantas de oxígeno, y en el capítulo 4, se menciona un profesional con 5 años y con experiencia en servicios similares. Agradeceré se detalle cuál de estos requisitos se deberá cumplir.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.3 Literal: 1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara su consulta en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-RED SALUD HUANUCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE OXIGENO DE APARICIO POMARES

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	11:40:11

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Sobre el plazo de entrega, considerando que los repuestos del compresor de aire de marca china deben ser importados, solicitamos se brinde un mayor plazo de entrega: 35 días. Caso contrario, recomendamos solicitar al postor que demuestre el stock de estos repuestos (filtro de aire, filtro de aceite, separador y aceite) compatibles para evitar dañar el equipo, ya que el 2022 en la planta del C. Showing la empresa ganadora colocó repuestos no compatibles en el compresor de aire, dañando el equipo como lo sabe su representada.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se mantendra los plazos establecidos en los terminos de referencia, la reparacion de la planta de oxigeno es del CS APARICIO POMATES y no del HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-RED SALUD HUANUCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE OXIGENO DE APARICIO POMARES

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	11:40:11

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se menciona que se deberá demostrar experiencia facturada en como máximo 3 facturas. Esto se contradice con lo indicado en el literal c del ítem 3.1 (pag. 33) donde se permiten hasta 20 contrataciones. Agradeceré se detalle qué indicación prevalecerá para la oferta.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 12.1 Literal: 1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 300,000.00 (Trescientos mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 36,600.00 (Treinta y Seis Mil, Seis Cientos con 00/100 soles) por la venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.

Se consideran servicios similares a los siguientes: servicios de mantenimiento, reparación, de plantas de oxígeno.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-RED SALUD HUANUCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE OXIGENO DE APARICIO POMARES

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	11:40:11

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se menciona que la planta deberá contar con pureza de oxígeno igual o mayor a 93%. Agradeceré se detalle que según diversos pronunciamientos del DIGEMID, el oxígeno llamado "pureza mayor a 93%" se refiere a un oxígeno del 93 +/-3% de pureza, es decir se permiten valores entre 90% y 96%. Esto es acorde a lo publicado por DIGEMID y por norma Farmacopea internacional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 14 Literal: 1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se considera la pureza según lo establecido por la DIGEMIND

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-RED SALUD HUANUCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE OXIGENO DE APARICIO POMARES

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	11:40:11

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Agradeceré se detalle que la visita técnica será facultativa y no un motivo de descalificación del postor, tal como lo detalla la OSCE en diversas opiniones y en su instructivo de formulación de expedientes: "En todos los casos, la realización de la visita será facultativa para el proveedor", puesto que la Entidad debe garantizar el detalle de las actividades a realizar en sus términos de referencia.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 18 Literal: 1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Resolución N°423-2013-OSCE/PRE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las bases detallan que cualquier documento para ser solicitado debe estar en los documentos para la admision de la oferta o en los requisitos de calificacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-RED SALUD HUANUCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE OXIGENO DE APARICIO POMARES

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	11:40:11

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Agradeceré se detalle si para la oferta será suficiente con la presentación del anexo de cumplimiento de TDR para acreditar el ítem de "Recursos humanos y materiales", o si solicitarán alguna documentación extra para demostrar el cumplimiento y posesión de esto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.3 Literal: 1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo solicitado sera según lo estipulado en las bases integradas, se aclara su consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-RED SALUD HUANUCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE OXIGENO DE APARICIO POMARES

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	11:40:11

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Agradeceré se detalle si se presentará el anexo 6 como suma alzada o precios unitarios. Además, si se presentará el precio en ítems por el mantenimiento correctivo y el preventivo, o será un solo bloque

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: 6 **Página: 52**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El tipo de procedimiento de selección es de SUMA ALZADA, en cuanto a los ítems se modificara los TDR y es un solo ítem.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-RED SALUD HUANUCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE OXIGENO DE APARICIO POMARES

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	11:40:11

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Agradeceré se detalle si se deberá presentar la garantía de fiel cumplimiento del contrato, ya que no se hace mención a ello en la sección específica: capítulo 3 del TDR.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.4 Literal: 1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

sobre la garantía de fiel cumplimiento, se tomara según lo establecido en la ley y reglamento de contrataciones del estado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-RED SALUD HUANUCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE OXIGENO DE APARICIO POMARES

Ruc/código :	10435032805	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	BERNARDO CAJALEON PEDRO ARBUES	Hora de envío :	18:39:49

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

Sobre mantenimiento preventivo y correctivo, en este ítem la observación es que el servicio debería ser en general y en conjunto ambos tipos de mantenimiento y también el costo del servicio debería ser único y no por separado como indica en el TDR.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 6.1. **Literal:** 6.1.1 **Página:** 5

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se modificara los TDR y se establecera según lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-RED SALUD HUANUCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE OXIGENO DE APARICIO POMARES

Ruc/código :	10435032805	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	BERNARDO CAJALEON PEDRO ARBUES	Hora de envío :	18:44:56

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

La observación específica es sobre el tiempo del servicio que debería indicar 30 días hábiles ya que el compresor es chino y los repuestos no se encuentran en el mercado nacional, por ende se tiene q realizar importación y esto demora

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 8 **Literal:** b **Página:** 8

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se consideran según lo estipulado en los terminos de referencia del area usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-RED SALUD HUANUCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE OXIGENO DE APARICIO POMARES

Ruc/código :	20600236980	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	F Y J CONSULTORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:35:29

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

Se solicita un ing. Mecánico, electricista o electrónico con experiencia de 04 años en el objeto de la contratación, requisito que restringe la libre participación, por tanto se solicita que se reduzca la experiencia a 02 años con la finalidad de promover mayor participación de participantes y postores. Art. 2 LCE

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 5 **Literal:** 5.3 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se consideran según lo estipulado en los terminos de referencia del area usuaria. El cual solicita con exsactitud para el cumplimiento de de sus fines y objetivos y garantizando una ejecucion optima.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-RED SALUD HUANUCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE OXIGENO DE APARICIO POMARES

Ruc/código :	20600236980	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	F Y J CONSULTORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:35:29

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

En el valor referencial se consigna el valor de 135,098.62, lo cual esta prohibido, ya que para el caso de bienes y servicios se utiliza el valor estimado el cual no debe ser revelado ya que podría generar ventajas anticompetitivas; por tanto se solicita suprimir el valor referencial de la contratación.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 9 **Literal:** 9 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta, el cual sera suprimido en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-RED SALUD HUANUCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE OXIGENO DE APARICIO POMARES

Ruc/código :	20600236980	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	F Y J CONSULTORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:35:29

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

Se solicita al órgano encargado de las contrataciones, confirmar si el presente procedimiento de selección cuenta con previsión presupuestal; ya que la fecha tentativa de suscripción de contrato es el 18 de diciembre y el plazo de la contratación es de 15 días calendarios, mas el plazo que se otorgará para la conformidad que es de 2 a 4 días; tendría como fecha de finalización el 7 de enero de 2024; por lo que se solicita confirmar si se cuenta con la previsión presupuestal para asegurar el pago correspondiente.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 1 **Literal:** 1.1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los presupuestos son anuales, pero se garantizara el presupuesto para la ejecucion del procedimiento de selección

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-RED SALUD HUANUCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE OXIGENO DE APARICIO POMARES

Ruc/código :	20600236980	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	F Y J CONSULTORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:35:29

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

La experiencia del postor debe ser acreditado tal como lo establece la pag 33 de las bases; y no como se menciona en el numeral 12.1 de los términos de referencia, por tanto se solicita suprimir dicho numeral

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 12 **Literal:** 12.1 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se COGE SU OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-RED SALUD HUANUCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE OXIGENO DE APARICIO POMARES

Ruc/código :	20600236980	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	F Y J CONSULTORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:35:29

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

Corregir el numeral 17 ya que el sistema de contratación es A SUMA ALZADA

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 17 **Literal:** 17 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El sera a suma alzada (a todo costo), se acoge su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-RED SALUD HUANUCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE OXIGENO DE APARICIO POMARES

Ruc/código :	20600236980	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	F Y J CONSULTORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:35:29

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

SE SOLICITA SUPRIMIR EL REQUISITO DE CALIFICACION EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO YA QUE EL EQUIPAMIENTO SE REFIERE AL EQUIPO O INSTRUMENTO QUE ESTA VINCULADO DIRECTAMENTE CON LA REALIZACION DEL SERVICIO, Y UNA CAMIONETA 4X4 NO TIENE SENTIDO QUE SEA CONSIDERADO COMO EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO; POR TANTO SE SOLICITA SUPRIMIR PARA EVITAR DIRECCIONAMIENTOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 19 **Literal:** 19 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se solicita un vehiculo camioneta 4x4 picuk el cual sera para garantizar cualquier movimiento humano y de bienes en el procedimiento de selección, No se acoge su conculta por ser necesario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-RED SALUD HUANUCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE OXIGENO DE APARICIO POMARES

Ruc/código :	20600236980	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	F Y J CONSULTORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:35:29

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

ASI MISMO SE SOLICITA ELIMINAR LOS FACTORES DE EVALUACION MEJORAS A LOS TERMINOS DE REFERENCIA PORQUE SOLICITA AÑOS DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE; INCUMPLIENDO LO QUE SE ESTIPULA EN LAS BASES INTEGRADAS EN LA CUAL MENCIONAL QUE: ¿En este factor se pueden incluir aspectos referidos a la sostenibilidad ambiental o social, tales como el compromiso de que durante la ejecución del contrato se verifiquen condiciones de igualdad de género o de inclusión laboral de personas con discapacidad; el uso de equipos energéticamente eficientes o con bajo nivel de ruido, radiaciones, vibraciones, emisiones, etcétera; la implementación de medidas de ecoeficiencia; el uso de insumos que tengan sustancias con menor impacto ambiental; la utilización de productos forestales de fuentes certificadas, orgánicos o reciclados, el manejo adecuado de residuos sólidos, entre otros¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.3 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta, dicho factor de evaluacion es para mejorar la exigencia de las bases estandares: ¿ De conformidad con la Opinión N° 144-2016-OSCE/DTN, constituye una mejora, todo aquello que agregue un valor adicional al parámetro mínimo establecido en las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda, mejorando su calidad o las condiciones de su entrega o prestación, sin generar un costo adicional a la Entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-RED SALUD HUANUCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE OXIGENO DE APARICIO POMARES

Ruc/código :	20600236980	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	F Y J CONSULTORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:35:29

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

ASI MISMO SE SOLICITA ELIMINAR EL FACTOR DE EVALUACION CAPACITACION YA QUE NO CONSIGNA LA CANTIDAD DE PERSONAL DE LA ENTIDAD, LA MATERIA O ÁREA DE CAPACITACIÓN RELACIONADA CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A SER CONTRATADOS, ASÍ COMO EL LUGAR DE LA CAPACITACIÓN, LAS CALIFICACIONES Y EXPERIENCIA DEL CAPACITADOR, LAS CUALES DEBEN ESTAR VINCULADAS A LA MATERIA DE LA CAPACITACIÓN; POR LO QUE SE ASUME SU MALA UTILIZACIÓN CON LA FINALIDAD DE RESTRINGIR PARTICIPANTES Y POSTORES

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.3 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

HACER DE CONOCIMIENTO QUE LA CAPACITACION ES PARA EL PERSONAL QUE VA OPERAR LA PLANTA DE OXIGENO, EN LA MANIPULACION OPTIMA DE LA PLANTA, EL CUAL SI ES NECESARIO PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO. NO SE ACOGE SU CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null