

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - HOSPITAL REGIONAL CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HRC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO MICRO GOTERO CON CAMARA GRADUADA

Ruc/código :	20513553693	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	JJ BOGGIO ING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JJ BOGGIO S.A.C.	Hora de envío :	14:42:14

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCESO NO SE SEÑALA QUE SE DEBEN PRESENTAR MUESTRAS, POR FAVOR CONFIRMAR QUE NO APLICA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS Y EN CASO QUE SI SE REQUIERAN DE ESTAS INDICAR LA CANTIDAD DE UNIDADES Y LUGAR Y HORARIO DE LA ENTREGA DE LAS MUESTRAS.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: MUESTRAS Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE SOLICITARA MUESTRA 01 UNIDAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Presentación de muestra: el postor deberá presentar una (01) unidad de muestra del bien objeto de la convocatoria, siendo la recepción de muestras hasta la fecha de presentación de ofertas establecido en el cronograma del SEACE, en secretaría de la oficina de la Unidad de Logística del Hospital Regional Cusco Av. la cultura s/n - cusco; en el horario de 07:30 am hasta las 3:00 pm (presentar con la guía de remisión), la evaluación física de la muestra se realizara con la presencia del área usuaria en forma visual en base a especificaciones técnicas (si cumple / no cumple)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - HOSPITAL REGIONAL CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HRC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO MICRO GOTERO CON CAMARA GRADUADA

Ruc/código :	20513553693	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	JJ BOGGIO ING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JJ BOGGIO S.A.C.	Hora de envío :	14:42:14

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE REQUIERE QUE EL PRODUCTO CUENTE CON VÁLVULA DE SEGURIDAD,EL CUAL ES UN DISPOSITIVO IMPRESCINDIBLE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO Y SEGURIDAD DE LA VIDA DEL PÁCIENTE PUES ESTA VÁLVULA ASEGURA QUE AL TERMINAR DE ADMINISTRARSE LA SOLUCION INTRAVENOSA AUTOMATICAMENTE ESTA VALVULA BLOQUEA EL SISTEMA Y LA CIERRA TOTALMENTE IMPIDIENDO EL INGRESO DE AIRE AL PACIENTE ,POR LO EXPUESTO CONSULTAMOS ¿SERAN DESCALIFICADAS LAS OFERTAS QUE NO ACREDITEN QUE SU PRODUCTO CUENTA CON VALVULA DE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: ESP. TEC. Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO ES NECESARIA LA ACLARACION YA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ASI LO INDICAN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - HOSPITAL REGIONAL CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HRC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO MICRO GOTERO CON CAMARA GRADUADA

Ruc/código :	20513553693	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	JJ BOGGIO ING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JJ BOGGIO S.A.C.	Hora de envío :	14:42:14

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LA BURETA FLEXIBLE DEBE CONTAR CON VÁLVULA DE SEGURIDAD,LO CUAL SE PUEDE ACREDITAR CON EL PROTOCOLO DE ANALISIS,COPIA DEL ROTULADO PRIMARIO Y SECUNDARIO,COPIA DEL REGISTRO SANITARIO,CONSULTAMOS SI EN LA INTEGRACIÓN DEL PRESENTE PROCESO SE PUEDE SEÑALAR QUE LOS POSTORES DEBEN ACREDITAR QUE SU PRODUCTO CUENTA CON VALVULA DE SEGURIDAD PRESENTANDO COPIA DE LOS TRES DOCUMENTOS SEÑALADOS LINEAS ARRIBA EN EL CUAL SE DETALLE TEXTUALMENTE QUE EL PRODUCTO CUENTA CON VALVULA DE SEGURIDAD PUES LA MAYORIA DE MICROGOTEROS QUE SE COMERCIALIZAN EN NUESTRO PAIS NO CUENTAN CON VALVULA DE SEGURIDAD PUES ES UN NUEVO MODELO Y REQUIERE AUTORIZACIÓN DE LA DIGEMID VIA REGISTRO SANITARIO PARA SER COMERCIALIZADO.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: ESP. TEC. Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO ES NECESARIA LA ACLARACION YA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ASI LO INDICAN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - HOSPITAL REGIONAL CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HRC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO MICRO GOTERO CON CAMARA GRADUADA

Ruc/código :	20513553693	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	JJ BOGGIO ING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JJ BOGGIO S.A.C.	Hora de envío :	14:42:14

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE SEÑALAN EN DETALLE TODAS LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO SOLICITADO PERO SE A OMITIDO SEÑALAR QUE TIPO DE EMPAQUE PRIMARIO SE REQUIERE COMO SABEMOS ESTE PUEDE SER EMPAQUE EN BOLSA DE POLIETILENO FACIL DE ABRIL MANUALMENTE Ó EMPAQUE DE PAPEL GRADO MEDICO CON APERTURA PEEL OPEN;OBSERVAMOS ESTE EXTREMO DE LAS BASES PARA QUE SE PRECISE CUAL ES EL TIPO DE EMPAQUE PRIMARIO SE REQUIERE PARA EL EQUIPO DE

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** ESP. TEC. **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

- " Empaque Inmediato:
- Tipo sobre o empaque compuesto por una lámina transparente que permite visualizar el dispositivo (polímero) y una lámina opaca (papel grado médico) o empaque transparente en ambas caras.
 - Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto, con diseño ajustado al tamaño del producto terminado.
 - De fácil apertura (PEEL OPEN con pestaña de apertura no menor de 1 cm (+/- 0.2 cm) o TEAR OPEN con señal de apertura) que garantice las propiedades físicas, condiciones biológicas (esterilidad e integridad del producto).
 - Exento de partículas extrañas, libre de rebabas y aristas cortantes.
 - Sellado hermético, resistente a la tensión, explosión, rasgado.
 - Rotulados de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario.
- "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- " Empaque Inmediato:
- Tipo sobre o empaque compuesto por una lámina transparente que permite visualizar el dispositivo (polímero) y una lámina opaca (papel grado médico) o empaque transparente en ambas caras.
 - Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto, con diseño ajustado al tamaño del producto terminado.
 - De fácil apertura (PEEL OPEN con pestaña de apertura no menor de 1 cm (+/- 0.2 cm) o TEAR OPEN con señal de apertura) que garantice las propiedades físicas, condiciones biológicas (esterilidad e integridad del producto).
 - Exento de partículas extrañas, libre de rebabas y aristas cortantes.
 - Sellado hermético, resistente a la tensión, explosión, rasgado.
 - Rotulados de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario.
- "

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - HOSPITAL REGIONAL CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HRC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO MICRO GOTERO CON CAMARA GRADUADA

Ruc/código :	20513553693	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	JJ BOGGIO ING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JJ BOGGIO S.A.C.	Hora de envío :	14:42:14

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

SEGÚN EL NUMERAL 8.1.-LUGAR DE ENTREGA Y OPORTUNIDAD,LAS 60,000 UNIDADES DEL EQUIPO DE MICROGOTERO SE ENTREGARAN EN 4 PARTES(MES1,MES2,MES3,MES4) DE 15,000 UNIDADES CADA UNA,LA PRIMERA ES A LOS 5 DÍAS CALENDARIOS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA,PERO NO SE INDICA LA FECHA DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES MESES MES 2,MES 3 y MES 4.SOLO SE SEÑALA A LOS 5 DIAS CALENDARIOS DE GIRADA LA ORDEN DE COMPRA,NOSOTROS PARA PODER PROGRAMAR NUESTRO ABASTECIMIENTO PARA UNA ENTREGA OPORTUNA NECESITAMOS SABER SI LAS ENTREGAS SERAN MENSUALES,BIMENSUALES Ó TRIMESTRALES, PARA ASI PODER PROGRAMAR NUESTRO ABASTECIMIENTO OPORTUNAMENTE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 8.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LAS ENTREGAS SERAN DE MANERA BIMENSUAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

.. BIMENSUAL