

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCION DE ANALISIS DE LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO CON UNA FRECUENCIA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE AGUA SUPERFICIAL, AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DOMESTICA E INDUSTRIAL PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 25/01/2023

Hora de envío : 17:58:31

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Confirmar si el perfeccionamiento del contrato se realizará de forma presencial en EPS Moquegua S.A., calle Ilo 653 del Cercado de Moquegua

Acápites de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Informar que el contrato se perfeccionara con la notificación de la orden de servicio correspondiente dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, para lo cual el postor ganador debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la EPS Moquegua S.A., sito en calle Ilo 653 del Cercado de Moquegua, de 07:30 a 16:00 horas o a través de Mesa de Partes Virtual de la EPS Moquegua S.A. a través del link <https://mesadepartes.epsmoquegua.com.pe/>, conforme a lo indicado en el numeral 2.4. y 2.5. según paginas 17 y 18 de las bases del procedimiento de selección descrito.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCION DE ANALISIS DE LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO CON UNA FRECUENCIA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE AGUA SUPERFICIAL, AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DOMESTICA E INDUSTRIAL PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20512225986 | Fecha de envío : | 25/01/2023 |
| Nombre o Razón social : | AGQ PERU S.A.C. | Hora de envío : | 17:58:31 |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Los documentos que forman parte del perfeccionamiento del contrato (incluye Garantía de fiel cumplimiento del contrato), se debe presentar todos los documentos en físico en EPS Moquegua S.A., calle Ilo 653 del Cercado de Moquegua, confirmar

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.4 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que todos los requisitos para el perfeccionamiento del contrato deberán ser presentados en físico en Mesa de Partes de la EPS Moquegua S.A., sito en calle Ilo 653 del Cercado de Moquegua, de 07:30 a 16:00 horas, opcionalmente podrá hacerlo a través de Mesa de Partes Virtual de la EPS Moquegua S.A. en el siguiente link <https://mesadepartes.epsmoquegua.com.pe/>.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCION DE ANALISIS DE LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO CON UNA FRECUENCIA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE AGUA SUPERFICIAL, AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DOMESTICA E INDUSTRIAL PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 25/01/2023

Hora de envío : 17:58:31

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Teniendo en cuenta la situación actual de nuestro país (bloqueos de carreteras, entre otros), EPS Moquegua tiene considerado ampliar los plazos para entrega de documentos para perfeccionar el contrato y para firma del contrato? (se entiende que estos plazos serían fuera de los establecidos por ley)

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.4 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los plazos y procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, en este caso la orden de servicio están establecidos en el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCION DE ANALISIS DE LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO CON UNA FRECUENCIA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE AGUA SUPERFICIAL, AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DOMESTICA E INDUSTRIAL PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 25/01/2023

Hora de envío : 17:58:31

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

La firma del contrato debe ser necesariamente presencial en EPS Moquegua?

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.5 **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Tal como se absolvió en la consulta N° 1, el contrato se perfeccionara con la notificación de la orden de servicio al correo designado por el postor ganador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCION DE ANALISIS DE LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO CON UNA FRECUENCIA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE AGUA SUPERFICIAL, AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DOMESTICA E INDUSTRIAL PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20512225986 | Fecha de envío : | 25/01/2023 |
| Nombre o Razón social : | AGQ PERU S.A.C. | Hora de envío : | 17:58:31 |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Según el anexo N°01, Análisis agua superficial y agua potable laboratorio externo año 2023, cuadro análisis de agua superficial y agua potable para el I trimestre 2023.

Los parámetros Olor y Sabor no se pueden analizar para la matriz agua superficial, debido a que no se trata de la matriz agua de consumo, por favor confirmar que estos parámetros (Olor y Sabor) no se analizará para agua superficial.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según Anexo N° 01 no se requiere el analisis de olor y sabor en agua superficial para el I trimestre referente a olor y sabor para la fuente presa Pasto Grande y Río Tumilaca.

Si se considera olor y sabor para los ingresos a las PTAPs de nuestros sistemas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCION DE ANALISIS DE LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO CON UNA FRECUENCIA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE AGUA SUPERFICIAL, AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DOMESTICA E INDUSTRIAL PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20512225986 | Fecha de envío : | 25/01/2023 |
| Nombre o Razón social : | AGQ PERU S.A.C. | Hora de envío : | 17:58:31 |

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Según el anexo N°01, Análisis agua superficial y agua potable laboratorio externo año 2023, cuadro análisis de agua superficial y agua potable para el I trimestre 2023.

Los parámetros de campo (pH, Conductividad, Oxígeno disuelto) no tendrán acreditación, debido a que las muestras serán tomadas por EPS MOQUEGUA, confirmar que estos parámetros se reportarán sin acreditación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si es necesario su análisis y reporte para el I trimestre; la EPS Moquegua S.A. realizara la medición según cronograma de cumplimiento del Plan de Control de Calidad elaborado por la EPS Moquegua SA. Y aprobado por la DIGESA según Resolución Directoral N° 5472-2020/DCEA/DIGESA/SA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCION DE ANALISIS DE LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO CON UNA FRECUENCIA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE AGUA SUPERFICIAL, AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DOMESTICA E INDUSTRIAL PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 25/01/2023

Hora de envío : 17:58:31

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Según el anexo N°01, Análisis agua superficial y agua potable laboratorio externo año 2023, cuadro análisis de agua superficial y agua potable para el I trimestre 2023.

En la columna Orgánicos indicados en el cuadro, todos deben contar con acreditación de forma obligatoria?

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que todos deben de contar con acreditación obligatoria para el I trimestre del cuadro análisis de agua superficial y agua potable .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCION DE ANALISIS DE LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO CON UNA FRECUENCIA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE AGUA SUPERFICIAL, AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DOMESTICA E INDUSTRIAL PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20512225986 | Fecha de envío : | 25/01/2023 |
| Nombre o Razón social : | AGQ PERU S.A.C. | Hora de envío : | 17:58:31 |

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Según el anexo N°01, Análisis agua superficial y agua potable laboratorio externo año 2023, cuadro análisis de agua superficial y agua potable para el I trimestre 2023.
Los cuatro parámetros orgánicos indicados en el cuadro, se puede reportar por lo menos un analito sin acreditar?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No es posible, el Ente fiscalizador como DIGESA, SUNASS, Ministerio Publico, etc. solicita que todos parámetros orgánicos sean acreditados obligatoriamente para el I trimestre.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCION DE ANALISIS DE LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO CON UNA FRECUENCIA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE AGUA SUPERFICIAL, AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DOMESTICA E INDUSTRIAL PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 25/01/2023

Hora de envío : 17:58:31

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Según el anexo N°01, Análisis agua superficial y agua potable laboratorio externo año 2023, cuadro análisis de agua superficial y agua potable para el I trimestre 2023.

Se aceptará subcontratación?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Como área usuaria, no se aceptara la subcontratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCION DE ANALISIS DE LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO CON UNA FRECUENCIA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE AGUA SUPERFICIAL, AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DOMESTICA E INDUSTRIAL PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20512225986 | Fecha de envío : | 25/01/2023 |
| Nombre o Razón social : | AGQ PERU S.A.C. | Hora de envío : | 17:58:31 |

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Según el anexo N°01, Análisis agua superficial y agua potable laboratorio externo año 2023, cuadro análisis de agua superficial y agua potable para el II trimestre 2023.

Los parámetros Olor y Sabor no se pueden analizar para la matriz agua superficial, debido a que no se trata de la matriz agua de consumo, por favor confirmar que estos parámetros (Olor y Sabor) no se analizará para agua superficial.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según Anexo N° 01 no se requiere el analisis de olor y sabor en agua superficial para el II trimestre referente a olor y sabor para la fuente presa Pasto Grande y Rio Tumulaca.

Si se considera olor y sabor para los ingresos a las PTAPs de nuestros sistemas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCION DE ANALISIS DE LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO CON UNA FRECUENCIA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE AGUA SUPERFICIAL, AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DOMESTICA E INDUSTRIAL PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20512225986 | Fecha de envío : | 25/01/2023 |
| Nombre o Razón social : | AGQ PERU S.A.C. | Hora de envío : | 17:58:31 |

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Según el anexo N°01, Análisis agua superficial y agua potable laboratorio externo año 2023, cuadro análisis de agua superficial y agua potable para el II trimestre 2023.

Los parámetros de campo (pH, Conductividad, Oxígeno disuelto) no tendrán acreditación, debido a que las muestras serán tomadas por EPS MOQUEGUA, confirmar que estos parámetros se reportarán sin acreditación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si es necesario su análisis y reporte para el II trimestre; la EPS Moquegua S.A. realizara la medición según cronograma de cumplimiento del Plan de Control de Calidad elaborado por la EPS Moquegua SA. y aprobado por la DIGESA según Resolución Directoral N° 5472-2020/DCEA/DIGESA/SA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCION DE ANALISIS DE LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO CON UNA FRECUENCIA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE AGUA SUPERFICIAL, AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DOMESTICA E INDUSTRIAL PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20512225986 | Fecha de envío : | 25/01/2023 |
| Nombre o Razón social : | AGQ PERU S.A.C. | Hora de envío : | 17:58:31 |

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Según el anexo N°01, Análisis agua superficial y agua potable laboratorio externo año 2023, cuadro análisis de agua superficial y agua potable para el II trimestre 2023.

En la columna Orgánicos indicados en el cuadro, todos deben contar con acreditación de forma obligatoria?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que todos deben de contar con acreditación obligatoria para el II trimestre.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCION DE ANALISIS DE LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO CON UNA FRECUENCIA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE AGUA SUPERFICIAL, AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DOMESTICA E INDUSTRIAL PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 25/01/2023

Hora de envío : 17:58:31

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Según el anexo N°01, Análisis agua superficial y agua potable laboratorio externo año 2023, cuadro análisis de agua superficial y agua potable para el II trimestre 2023.

Los cuatro parámetros orgánicos indicados en el cuadro, se puede reportar por lo menos un analito sin acreditar?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No es posible, el ente fiscalizador como DIGESA, SUNASS, Ministerio Publico, etc. solicita que todos parámetros orgánicos sean acreditados obligatoriamente para el II trimestre.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCION DE ANALISIS DE LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO CON UNA FRECUENCIA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE AGUA SUPERFICIAL, AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DOMESTICA E INDUSTRIAL PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 25/01/2023

Hora de envío : 17:58:31

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Según el anexo N°01, Análisis agua superficial y agua potable laboratorio externo año 2023, cuadro análisis de agua superficial y agua potable para el II trimestre 2023.

Se aceptará subcontratación?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Como área usuaria, no se aceptara la subcontratación, a excepción del parámetro orgánico Hidrato de Cloral, de conformidad con el artículo 147 del RLCE, dicho laboratorio deberá contar con acreditación por Inacal para ese parámetro.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para la integración de bases se adiciona lo siguiente:

d) Subcontratación: No se aceptará la subcontratación, a excepción del parámetro orgánico Hidrato de Cloral del II y IV Trimestre del cuadro análisis de agua superficial y agua potable, de conformidad con el artículo 147 del RLCE, dicho laboratorio deberá contar con acreditación por Inacal para ese parámetro .

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCION DE ANALISIS DE LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO CON UNA FRECUENCIA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE AGUA SUPERFICIAL, AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DOMESTICA E INDUSTRIAL PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20512225986 | Fecha de envío : | 25/01/2023 |
| Nombre o Razón social : | AGQ PERU S.A.C. | Hora de envío : | 17:58:31 |

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Según el anexo N°01, Análisis agua superficial y agua potable laboratorio externo año 2023, cuadro análisis de agua superficial y agua potable para el III trimestre 2023.

Los parámetros Olor y Sabor no se pueden analizar para la matriz agua superficial, debido a que no se trata de la matriz agua de consumo, por favor confirmar que estos parámetros (Olor y Sabor) no se analizará para agua superficial.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según Anexo N° 01 no se requiere el analisis de olor y sabor en agua superficial para el III trimestre referente a olor y sabor para la fuente presa Pasto Grande y Rio Tumilaca.

Si se considera olor y sabor para los ingresos a las PTAPs de nuestros sistemas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCION DE ANALISIS DE LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO CON UNA FRECUENCIA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE AGUA SUPERFICIAL, AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DOMESTICA E INDUSTRIAL PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 25/01/2023

Hora de envío : 17:58:31

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Según el anexo N°01, Análisis agua superficial y agua potable laboratorio externo año 2023, cuadro análisis de agua superficial y agua potable para el III trimestre 2023.

Los parámetros de campo (pH, Conductividad, Oxígeno disuelto) no tendrán acreditación, debido a que las muestras serán tomadas por EPS MOQUEGUA, confirmar que estos parámetros se reportarán sin acreditación.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literales:** 5 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si es necesario su análisis y reporte para el III trimestre; la EPS Moquegua S.A. realizara la medición según cronograma de cumplimiento del Plan de Control de Calidad elaborado por la EPS Moquegua SA. y aprobado por la DIGESA según Resolución Directoral N° 5472-2020/DCEA/DIGESA/SA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCION DE ANALISIS DE LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO CON UNA FRECUENCIA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE AGUA SUPERFICIAL, AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DOMESTICA E INDUSTRIAL PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20512225986 | Fecha de envío : | 25/01/2023 |
| Nombre o Razón social : | AGQ PERU S.A.C. | Hora de envío : | 17:58:31 |

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Según el anexo N°01, Análisis agua superficial y agua potable laboratorio externo año 2023, cuadro análisis de agua superficial y agua potable para el III trimestre 2023.

En la columna Orgánicos indicados en el cuadro, todos deben contar con acreditación de forma obligatoria?

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que todos deben de contar con acreditación obligatoria para el III trimestre.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCION DE ANALISIS DE LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO CON UNA FRECUENCIA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE AGUA SUPERFICIAL, AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DOMESTICA E INDUSTRIAL PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20512225986 | Fecha de envío : | 25/01/2023 |
| Nombre o Razón social : | AGQ PERU S.A.C. | Hora de envío : | 17:58:31 |

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Según el anexo N°01, Análisis agua superficial y agua potable laboratorio externo año 2023, cuadro análisis de agua superficial y agua potable para el III trimestre 2023.

Los cuatro parámetros orgánicos indicados en el cuadro, se puede reportar por lo menos un analito sin acreditar?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No es posible, el ente fiscalizador como DIGESA, SUNASS, Ministerio Publico, etc. solicita que todos parámetros orgánicos sean acreditados obligatoriamente para el III trimestre.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCION DE ANALISIS DE LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO CON UNA FRECUENCIA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE AGUA SUPERFICIAL, AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DOMESTICA E INDUSTRIAL PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 25/01/2023

Hora de envío : 17:58:31

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Según el anexo N°01, Análisis agua superficial y agua potable laboratorio externo año 2023, cuadro análisis de agua superficial y agua potable para el III trimestre 2023.

Se aceptará subcontratación?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Como área usuaria, no se aceptara la subcontratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCION DE ANALISIS DE LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO CON UNA FRECUENCIA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE AGUA SUPERFICIAL, AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DOMESTICA E INDUSTRIAL PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20512225986 | Fecha de envío : | 25/01/2023 |
| Nombre o Razón social : | AGQ PERU S.A.C. | Hora de envío : | 17:58:31 |

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Según el anexo N°01, Análisis agua superficial y agua potable laboratorio externo año 2023, cuadro análisis de agua superficial y agua potable para el IV trimestre 2023.

Los parámetros Olor y Sabor no se pueden analizar para la matriz agua superficial, debido a que no se trata de la matriz agua de consumo, por favor confirmar que estos parámetros (Olor y Sabor) no se analizará para agua superficial.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según Anexo N° 01 no se requiere el analisis de olor y sabor en agua superficial para el IV trimestre referente a olor y sabor para la fuente presa Pasto Grande y Rio Tumilaca.

Si se considera olor y sabor para los ingresos a las PTAPs de nuestros sistemas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCION DE ANALISIS DE LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO CON UNA FRECUENCIA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE AGUA SUPERFICIAL, AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DOMESTICA E INDUSTRIAL PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20512225986 | Fecha de envío : | 25/01/2023 |
| Nombre o Razón social : | AGQ PERU S.A.C. | Hora de envío : | 17:58:31 |

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Según el anexo N°01, Análisis agua superficial y agua potable laboratorio externo año 2023, cuadro análisis de agua superficial y agua potable para el IV trimestre 2023.

Los parámetros de campo (pH, Conductividad, Oxígeno disuelto) no tendrán acreditación, debido a que las muestras serán tomadas por EPS MOQUEGUA, confirmar que estos parámetros se reportarán sin acreditación.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si es necesario su análisis y reporte para el IV trimestre; la EPS Moquegua S.A. realizara la medición según cronograma de cumplimiento del Plan de Control de Calidad elaborado por la EPS Moquegua SA. y aprobado por la DIGESA según Resolución Directoral N° 5472-2020/DCEA/DIGESA/SA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCION DE ANALISIS DE LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO CON UNA FRECUENCIA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE AGUA SUPERFICIAL, AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DOMESTICA E INDUSTRIAL PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20512225986 | Fecha de envío : | 25/01/2023 |
| Nombre o Razón social : | AGQ PERU S.A.C. | Hora de envío : | 17:58:31 |

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Según el anexo N°01, Análisis agua superficial y agua potable laboratorio externo año 2023, cuadro análisis de agua superficial y agua potable para el IV trimestre 2023.

En la columna Orgánicos indicados en el cuadro, todos deben contar con acreditación de forma obligatoria?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que todos deben de contar con acreditación obligatoria para el IV trimestre.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCION DE ANALISIS DE LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO CON UNA FRECUENCIA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE AGUA SUPERFICIAL, AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DOMESTICA E INDUSTRIAL PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20512225986 | Fecha de envío : | 25/01/2023 |
| Nombre o Razón social : | AGQ PERU S.A.C. | Hora de envío : | 17:58:31 |

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Según el anexo N°01, Análisis agua superficial y agua potable laboratorio externo año 2023, cuadro análisis de agua superficial y agua potable para el IV trimestre 2023.
Los cuatro parámetros orgánicos indicados en el cuadro, se puede reportar por lo menos un analito sin acreditar?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No es posible, el Ente fiscalizador como DIGESA, SUNASS, Ministerio Publico, etc. solicita que todos parámetros orgánicos sean acreditados obligatoriamente para el IV trimestre.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCION DE ANALISIS DE LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO CON UNA FRECUENCIA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE AGUA SUPERFICIAL, AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DOMESTICA E INDUSTRIAL PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20512225986 | Fecha de envío : | 25/01/2023 |
| Nombre o Razón social : | AGQ PERU S.A.C. | Hora de envío : | 17:58:31 |

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Según el anexo N°01, Análisis agua superficial y agua potable laboratorio externo año 2023, cuadro análisis de agua superficial y agua potable para el IV trimestre 2023.

Se aceptará subcontratación?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Como área usuaria, no se aceptara la subcontratación, a excepción del parámetro orgánico Hidrato de Cloral, de conformidad con el artículo 147 del RLCE, dicho laboratorio deberá contar con acreditación por Inacal para ese parámetro.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para la integración de bases se adiciona lo siguiente:

d) Subcontratación: No se aceptará la subcontratación, a excepción del parámetro orgánico Hidrato de Cloral del II y IV Trimestre del cuadro análisis de agua superficial y agua potable, de conformidad con el artículo 147 del RLCE, dicho laboratorio deberá contar con acreditación por Inacal para ese parámetro

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCION DE ANALISIS DE LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO CON UNA FRECUENCIA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE AGUA SUPERFICIAL, AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DOMESTICA E INDUSTRIAL PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 25/01/2023

Hora de envío : 17:58:31

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Según el anexo N°02, Análisis agua residual domestica y de procesos laboratorio externo 2023, cuadro análisis de agua superficial y agua residual doméstica I trimestre 2023.

El parámetro de campo Oxígeno disuelto no tendrán acreditación, debido a que las muestras serán tomadas por EPS MOQUEGUA, confirmar que estos parámetros se reportarán sin acreditación.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si es necesario su análisis y reporte de análisis de agua superficial y agua residual doméstica para el I trimestre del parámetro de campo Oxígeno disuelto; la EPS Moquegua S.A. realizara la medición según Resolución Ministerial N° 036-2010-MINAM y Directivas de Sunass.

Por los plazo de envío al laboratorio propuesto, este parámetro se reportara sin acreditación, sin embargo los análisis de laboratorio deben ser acreditados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCION DE ANALISIS DE LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO CON UNA FRECUENCIA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE AGUA SUPERFICIAL, AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DOMESTICA E INDUSTRIAL PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 25/01/2023

Hora de envío : 17:58:31

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Según el anexo N°02, Análisis agua residual domestica y de procesos laboratorio externo 2023, cuadro análisis de agua superficial y agua residual doméstica II trimestre 2023.

El parámetro de campo Oxígeno disuelto no tendrán acreditación, debido a que las muestras serán tomadas por EPS MOQUEGUA, confirmar que estos parámetros se reportarán sin acreditación.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si es necesario su analisis y reporte de análisis de agua superficial y agua residual doméstica para el II trimestre del parámetro de campo Oxígeno disuelto; la EPS Moquegua S.A. realizara la medición según Resolución Ministerial N° 036-2010-MINAM y Directivas de Sunass.

Por los plazo de envío al laboratorio propuesto, este parámetro se reportara sin acreditación, sin embargo los análisis de laboratorio deben ser acreditados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCION DE ANALISIS DE LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO CON UNA FRECUENCIA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE AGUA SUPERFICIAL, AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DOMESTICA E INDUSTRIAL PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 25/01/2023

Hora de envío : 17:58:31

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Según el anexo N°02, Análisis agua residual domestica y de procesos laboratorio externo 2023, cuadro análisis de agua superficial y agua residual doméstica III trimestre 2023.

El parámetro de campo Oxígeno disuelto no tendrán acreditación, debido a que las muestras serán tomadas por EPS MOQUEGUA, confirmar que estos parámetros se reportarán sin acreditación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si es necesario su analisis y reporte de análisis de agua superficial y agua residual doméstica para el III trimestre del parámetro de campo Oxígeno disuelto; la EPS Moquegua S.A. realizara la medición según Resolución Ministerial N° 036-2010-MINAM y Directivas de Sunass.

Por los plazo de envío al laboratorio propuesto, este parámetro se reportara sin acreditación, sin embargo los análisis de laboratorio deben ser acreditados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCION DE ANALISIS DE LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO CON UNA FRECUENCIA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE AGUA SUPERFICIAL, AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DOMESTICA E INDUSTRIAL PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 25/01/2023

Hora de envío : 17:58:31

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Según el anexo N°02, Análisis agua residual domestica y de procesos laboratorio externo 2023, cuadro análisis de agua superficial y agua residual doméstica IV trimestre 2023.

El parámetro de campo Oxígeno disuelto no tendrán acreditación, debido a que las muestras serán tomadas por EPS MOQUEGUA, confirmar que estos parámetros se reportarán sin acreditación.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si es necesario su analisis y reporte de análisis de agua superficial y agua residual doméstica para el IV trimestre del parámetro de campo Oxígeno disuelto; la EPS Moquegua S.A. realizara la medición según Resolución Ministerial N° 036-2010-MINAM y Directivas de Sunass.

Por los plazo de envío al laboratorio propuesto, este parámetro se reportara sin acreditación, sin embargo los análisis de laboratorio deben ser acreditados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCION DE ANALISIS DE LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO CON UNA FRECUENCIA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE AGUA SUPERFICIAL, AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DOMESTICA E INDUSTRIAL PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 25/01/2023

Hora de envío : 17:58:31

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Confirmar si los materiales pueden ser enviados a alguna agencia cercana a EPS MOQUEGUA para que personal de EPS MOQUEGUA pueda recoger los materiales para toma de muestra.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 4.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si es posible el envío de los materiales a una de las agencias de transportes cercana a la EPS Moquegua S.A. de la Provincia de Mariscal Nieto de la Ciudad de Moquegua, para que personal de la EPS MOQUEGUA S.A. pueda recoger los materiales para toma de muestra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCION DE ANALISIS DE LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO CON UNA FRECUENCIA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE AGUA SUPERFICIAL, AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DOMESTICA E INDUSTRIAL PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 25/01/2023

Hora de envío : 17:58:31

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Teniendo en cuenta la situación actual del país (bloqueos de carreteras), se considerará extender el plazo para entrega de materiales?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 4.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El contratista podrá solicitar la ampliación del plazo contractual conforme a lo establecido en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCION DE ANALISIS DE LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO CON UNA FRECUENCIA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE AGUA SUPERFICIAL, AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DOMESTICA E INDUSTRIAL PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 25/01/2023

Hora de envío : 17:58:31

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Confirmar EPS MOQUEGUA asumirá el costo de envío de muestras

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III

Literal: 4.1

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que la EPS Moquegua S.A. asumira el costo de envios de muestras de la EPS Moquegua S.A. a través de una agencia de transportes al lugar en donde se encuentra ubicado el laboratorio propuesto por el postor ganador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCION DE ANALISIS DE LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO CON UNA FRECUENCIA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE AGUA SUPERFICIAL, AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DOMESTICA E INDUSTRIAL PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 25/01/2023

Hora de envío : 17:58:31

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

El informe de Ensayo final, deberá ser remitido a las oficinas de EPS MOQUEGUA?

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 4.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Así es, los ensayos finales deberán ser remitidos a Mesa de Partes de la EPS Moquegua S.A., sito en calle Ilo 653 del Cercado de Moquegua, de 07:30 a 16:00 horas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCION DE ANALISIS DE LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO CON UNA FRECUENCIA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE AGUA SUPERFICIAL, AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DOMESTICA E INDUSTRIAL PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20512225986 | Fecha de envío : | 25/01/2023 |
| Nombre o Razón social : | AGQ PERU S.A.C. | Hora de envío : | 17:58:31 |

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Obligaciones del laboratorio de control de calidad externo acreditado.

Se solicita admitir acreditación INACAL y/o de otro organismo internacional, reconocido por INACAL.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El laboratorio de control de calidad externo deberá estar acreditado ante INACAL, de conformidad a las exigencias del MINSA, según Decreto Supremo N° 031-2010-SA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCION DE ANALISIS DE LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO CON UNA FRECUENCIA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE AGUA SUPERFICIAL, AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DOMESTICA E INDUSTRIAL PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 25/01/2023

Hora de envío : 17:58:31

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Detallar en cuanto tiempo, después de que la muestra se encuentre en las instalaciones del laboratorio se debe reportar los Informes de Ensayo

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 4.2 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El informe final de laboratorio debe ser enviado a los 15 días calendarios de iniciado los análisis en laboratorio acreditado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para la integración de bases se adicionara como servicio similar:

- El informe final de laboratorio debe ser enviado a los 15 días calendarios de iniciado los análisis en laboratorio acreditado.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCION DE ANALISIS DE LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO CON UNA FRECUENCIA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE AGUA SUPERFICIAL, AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DOMESTICA E INDUSTRIAL PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 25/01/2023

Hora de envío : 17:58:31

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Es obligatorio presentar en la propuesta el RUC y el RNP vigente?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 5.1

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No es obligatorio presentar en la oferta el Registro Único de Contribuyente-RUC ni el Registro Nacional de Proveedores - RNP vigentes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCION DE ANALISIS DE LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO CON UNA FRECUENCIA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE AGUA SUPERFICIAL, AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DOMESTICA E INDUSTRIAL PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 25/01/2023

Hora de envío : 17:58:31

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Infraestructura estratégica, por favor confirmar que la documentación a la que se refiere es únicamente del local (laboratorio).

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.3 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se requiere la acreditación del local (laboratorio) propuesto por el postor como Infraestructura Estratégica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCION DE ANALISIS DE LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO CON UNA FRECUENCIA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE AGUA SUPERFICIAL, AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DOMESTICA E INDUSTRIAL PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20512225986 | Fecha de envío : | 25/01/2023 |
| Nombre o Razón social : | AGQ PERU S.A.C. | Hora de envío : | 17:58:31 |

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Infraestructura estratégica, confirmar si se debe presentar documentación relacionada a equipos, material de vidrio y procedimientos de toma de muestra, de ser el caso, detallar de forma ordenada lo que se requiere (tipo de quipos, tipo de materiales de vidrio, etc.) y el tipo de documentación que se solicita

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.3 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se requiere la acreditacion como infraestructura estrategica de equipos, materiales de vidrio y procedimientos de toma de muestras y otros.
El contratista será responsable de la ejecución del servicio con los equipos y materiales necesarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCION DE ANALISIS DE LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO CON UNA FRECUENCIA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE AGUA SUPERFICIAL, AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DOMESTICA E INDUSTRIAL PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 25/01/2023

Hora de envío : 17:58:31

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Se solicita considerar monitoreo y/o análisis de muestras de agua en general

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se considerara como servicio similar a monitoreo y/o análisis de muestras de agua en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para la integracion de bases se adicionara como servicio similar:

- Servicio monitoreo y/o análisis de muestras de agua en general.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCION DE ANALISIS DE LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO CON UNA FRECUENCIA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE AGUA SUPERFICIAL, AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DOMESTICA E INDUSTRIAL PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20512976795 | Fecha de envío : | 25/01/2023 |
| Nombre o Razón social : | HIDROLAB PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HIDROLAB PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:53:06 |

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

El laboratorio externos se hará responsable del envío de materiales, preservantes, CDC y otros. Se entiende que la EPS se hará cargo de los costos de envío de provincia hacia Lima?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: III **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que la EPS Moquegua S.A. asumirá el costo de envíos de muestras de la EPS Moquegua S.A. a través de una agencia de transportes al lugar en donde se encuentra ubicado el laboratorio propuesto por el postor ganador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCION DE ANALISIS DE LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO CON UNA FRECUENCIA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE AGUA SUPERFICIAL, AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DOMESTICA E INDUSTRIAL PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20512976795 | Fecha de envío : | 25/01/2023 |
| Nombre o Razón social : | HIDROLAB PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HIDROLAB PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:53:06 |

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Como se medirá el Oxigeno Disuelto, teniendo en cuenta que es un método de campo?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sera mediante el método estandar validado por INACAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null