

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-46-2023-ESSALUD/RAJUNIN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBO CORRUGADO DE VENTILADORES SET, PARA EL SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS DEL HOSPITAL RAMIRO PRIALE PRIALE DE LA RED ASISTENCIAL JUNÍN

Ruc/código : 20101281702

Nombre o Razón social : BASCAT Y CIA S.A.C.

Fecha de envío : 12/12/2023

Hora de envío : 10:01:11

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Tipo de esterilización: Aséptico

Los Circuitos Corrugados y los tubos de oxígeno son partes que transportan gases. Por tal motivo las mangueras de oxígeno y los corrugados SON ASEPTICOS

¿Es correcta nuestra apreciación?

**Acápites de las bases :** Sección: General

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 35

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Visto el pronunciamiento del área usuaria, que expresa que se debe aclarar que las mangueras de oxígeno y los corrugados SON ASEPTICOS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se incluye en las PRESENTACIÓN, de las Especificaciones Técnicas, para que estas se incluyan en las bases integradas lo siguiente:

"ASEPTICO"

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-46-2023-ESSALUD/RAJUNIN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBO CORRUGADO DE VENTILADORES SET, PARA EL SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS DEL HOSPITAL RAMIRO PRIALE PRIALE DE LA RED ASISTENCIAL JUNÍN

Ruc/código : 20101281702

Nombre o Razón social : BASCAT Y CIA S.A.C.

Fecha de envío : 12/12/2023

Hora de envío : 10:01:11

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Presentación

Empaque Individual.

Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje

Estéril

Que garantice la esterilidad e integridad del producto

Los Circuitos Corrugados y los tubos de oxígeno son partes que transportan gases. Por tal motivo las mangueras de oxígeno y los corrugados no llevan la condición de estériles. SON ASEPTICOS

Debe decir aséptico?

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 3

**Literal:** 3.1

**Página:** 35

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Visto el pronunciamiento del área usuaria, se debe aclarar que las mangueras de oxígeno y los corrugados SON ASEPTICOS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se incluye en las PRESENTACIÓN, de las Especificaciones Técnicas, para que estas se incluyan en las bases integradas lo siguiente:

"ASEPTICO"

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-46-2023-ESSALUD/RAJUNIN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBO CORRUGADO DE VENTILADORES SET, PARA EL SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS DEL HOSPITAL RAMIRO PRIALE PRIALE DE LA RED ASISTENCIAL JUNÍN

Ruc/código :	20101281702	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	BASCAT Y CIA S.A.C.	Hora de envío :	10:01:11

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Dentro de las Características solicitan:  
Con material que permita usar humidificación pasiva y adaptarla a humidificación activa (trampas de agua)  
La humidificación pasiva usa corrugados sin trampas y la humidificación activa usa corrugados con trampas.  
Por tal motivo las trampas de agua que se incluyen deben estar separadas del circuito para poder incluirlas en el momento que se necesite pasar a humidificación activa.  
Por tal motivo las trampas de agua están separados de los corrugados?

es correcta nuestra apreciación?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el pronunciamiento del área usuaria, las trampas deben estar separadas del circuito para poder usarlas cuando se requiera la humidificación activa es CORRECTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluye en las PRESENTACIÓN, de las Especificaciones Técnicas, para que estas se incluyan en las bases integradas lo siguiente: " Trampas separadas del circuito para ser usadas con humidificación activa"

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-46-2023-ESSALUD/RAJUNIN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBO CORRUGADO DE VENTILADORES SET, PARA EL SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS DEL HOSPITAL RAMIRO PRIALE PRIALE DE LA RED ASISTENCIAL JUNÍN

Ruc/código :	20568021267	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	SINTEC VIRGEN DE COPACABANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:45:10

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

ANEXO N° 1 ¿ FICHA TECNICA

PAGINA 35

TUBO CORRUGADO VENTILADOR SET

De la revisión de las especificaciones técnicas del referido ítem, vemos que se está exigiendo la siguiente especificación: CARACTERISTICA

-Con material que permita usar humidificación pasiva y adaptarla a humidificación activa (trampas de agua).

Al respecto debemos señalar que los sistemas de humidificación tanto pasiva y activa son diferentes, tanto sea la diferencia de cantidad de líneas corrugadas, cables de cobre para calefacción (humidificación activa) además de los conectores para la cámara de humidificación rellenable, caso contrario para el uso pasivo (usos con filtro HME) son totalmente diferentes en cantidad, tipo de corrugado y sobre todo precio muy elevado; por lo cual no resulta congruente con la especificación solicitada, cabe que se dirigiría a una sola marca y postor en el mercado.

Por ello, Observamos en definir por el uso de filtros HME en toda su institución, solicitar corrugados para humidificación pasiva (dos líneas corrugadas).

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: . Literal: . Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Visto el pronunciamiento del área usuaria, se debe aclarar lo siguiente, respecto al USO, de las especificaciones técnicas: dada las condiciones geograficas a las cuales se encuentra la UCI del HNRPP (altitud=4380 msnm, PB=535 mmHg) y temperaturas bajas, hemos solicitado circuitos que puedan ser usadas tanto para humidificacion Pasiva y Humidificacion Activa. La humidificacion pasiva en los pacientes con estancia prolongada en ventilacion mecanica invasiva de la altitud, en el cual hay cambios de bajas temperaturas no cumplen con su objetivo de humidifcacion efectiva complicando el pronostico y elevando la mortalidad de estos pacientes. Solicitar corrugados solo para humidificacion pasiva nos obligaria a tener que solicitar otros corrugados para humidificación activa elevando los gastos de la institución. Por esto que solicitamos Corrugados que tengan la capacidad de ser usados tanto para humidificación pasiva (para los primeros días de vmi) y humidificación activa ( para la vmi prolongada)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se quitara la descripción inicialmente, descrita en las especificaciones técnicas sobre el USO, para precisar con claridad y de forma amplia la información requerida, para que estas se incluyan en las bases integradas lo siguiente: "Para ser usado en Una Unidad de Cuidados Intensivos de la altitud en condiciones geográficas diferentes al del nivel del mar: Altitud=3250 msnm, Presión Barométrica=535 mmHg y temperaturas ambientales bajas; En paciente critico de la altitud con ventilación mecánica invasiva de estancia prolongada. (características diferentes al paciente quirúrgico de anestesiología) que requiere humidificación pasiva inicialmente y que luego debe progresar a humidificación activa para mantener las vías aéreas óptimamente húmedas y evitar incremento de complicaciones a una humidificación inadecuada."

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-46-2023-ESSALUD/RAJUNIN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBO CORRUGADO DE VENTILADORES SET, PARA EL SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS DEL HOSPITAL RAMIRO PRIALE PRIALE DE LA RED ASISTENCIAL JUNÍN

Ruc/código :	20568021267	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	SINTEC VIRGEN DE COPACABANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:45:10

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

ANEXO N° 1 ¿ FICHA TECNICA

PAGINA 35

TUBO CORRUGADO VENTILADOR SET

De la revisión de las especificaciones técnicas del referido ítem, vemos que se está exigiendo la siguiente especificación: CARACTERISTICA

-01 rama inspiratoria con trampa de agua.

-01 rama exhalatoria con trampa de agua.

Al respecto debemos señalar que se requieren trampas de agua sólo para los sistemas de humidificación activa, por lo cual dichas trampas de agua en cada una de las líneas corrugadas resultan ser innecesario y por consiguiente un excesivo costo para una humificación. Por todo lo contrario si su institución usa filtros HME no siendo necesarias dichas trampas de agua.

Por ello, Observamos en solicitar corrugados para humidificación pasiva (dos líneas corrugadas sin trampas de agua.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: . Literal: . Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Visto el pronunciamiento del área usuaria, se requiere corrugados con capacidad de ser usados tanto para humidificación pasiva como para humidificación activa motivo por el cual requerimos las trampas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se quitara la descripción inicialmente, descrita en las especificaciones técnicas sobre el USO, para precisar con claridad y de forma amplia la información requerida, para que estas se incluyan en las bases integradas lo siguiente: "Para ser usado en Una Unidad de Cuidados Intensivos de la altitud en condiciones geográficas diferentes al del nivel del mar: Altitud=3250 msnm, Presión Barométrica=535 mmHg y temperaturas ambientales bajas; En paciente crítico de la altitud con ventilación mecánica invasiva de estancia prolongada. (características diferentes al paciente quirúrgico de anestesiología) que requiere humidificación pasiva inicialmente y que luego debe progresar a humidificación activa para mantener las vías aéreas óptimamente húmedas y evitar incremento de complicaciones a una humidificación inadecuada."

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-46-2023-ESSALUD/RAJUNIN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBO CORRUGADO DE VENTILADORES SET, PARA EL SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS DEL HOSPITAL RAMIRO PRIALE PRIALE DE LA RED ASISTENCIAL JUNÍN

Ruc/código :	20568021267	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	SINTEC VIRGEN DE COPACABANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:45:10

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

ANEXO N° 1 ¿ FICHA TECNICA  
PAGINA 35  
TUBO CORRUGADO VENTILADOR SET  
De la revisión de las especificaciones técnicas del referido ítem, vemos que se está exigiendo la siguiente especificación:  
CARACTERISTICA  
-Compliance reducida (indispensable para mantener el volumen tidal constante evitando cambios en el espacio muerto)  
- Set de Corrugados de largo de 72 pulgadas.

Al respecto debemos señalar que ambas características se asemejan, ya que solicitan tener una longitud de 72 pulgadas (1.83 m) y el menor compliance para mantener el menor espacio muerto. En la actualidad existen corrugados que extensibles o compresibles, el cual pueden extenderse o compactarse a la longitud deseable del usuario y así poder manejar el espacio muerto.

Por ello, Observamos en ampliar la característica a corrugados extensibles o compresibles para el mejor manejo del espacio muerto.

Acápíte de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: .    Literal: .    Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Visto el pronunciamiento del área usuaria, a fin de garantizar la libertad de concurrencia, pluralidad y participación de postores, se acepta como alternativa se aceptaran corrugados extensibles o compresibles.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
Se incluye en las CARACTERÍSTICAS, de las Especificaciones Técnicas, para que estas se incluyan en las bases integradas lo siguiente:  
"Alternativamente, como segunda opción se aceptarán corrugados extensibles o compresibles"

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-46-2023-ESSALUD/RAJUNIN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBO CORRUGADO DE VENTILADORES SET, PARA EL SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS DEL HOSPITAL RAMIRO PRIALE PRIALE DE LA RED ASISTENCIAL JUNÍN

Ruc/código :	20538597121	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	DRAEGER PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:11:41

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En cuanto a las características:  
Con material que permita ser humidificación pasiva y adaptarlo a humidificación activa (trampas de agua )  
Existen dos tipos de humificación, pasiva que requiere de filtro HME intercambiadores de calor y humedad, y humidificación activa que requiere de cámara humidificadora circuito calefactor y trampa de agua, ambas modalidades de ventilación tienen características y accesorios diferentes y no pueden incluir ambas en un solo circuito ya que son para distintas patologías.  
Por lo tanto, sírvase indicar si el circuito solicitado es para Humidificación activa o humidificación pasiva.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: A Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el pronunciamiento del área usuaria, dada las condiciones geograficas a las cuales se encuentra la UCI del HNRPP (altitud=4380 msnm, PB=535 mmHg) y temperaturas bajas, hemos solicitado circuitos que puedan ser usadas tanto para humidificacion Pasiva y Humidificacion Activa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se quitara la descripción inicialmente, descrita en las especificaciones técnicas sobre el USO, para precisar con claridad y de forma amplia la información requerida, para que estas se incluyan en las bases integradas lo siguiente: "Para ser usado en Una Unidad de Cuidados Intensivos de la altitud en condiciones geográficas diferentes al del nivel del mar: Altitud=3250 msnm, Presión Barométrica=535 mmHg y temperaturas ambientales bajas; En paciente critico de la altitud con ventilación mecánica invasiva de estancia prolongada. (características diferentes al paciente quirúrgico de anestesiología) que requiere humidificación pasiva inicialmente y que luego debe progresar a humidificación activa para mantener las vías aéreas óptimamente húmedas y evitar incremento de complicaciones a una humidificación inadecuada."

Entidad convocante :                   SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura :                         AS-SM-46-2023-ESSALUD/RAJUNIN-1

Nro. de convocatoria :                 1

Objeto de contratación :             Bien

Descripción del objeto :             ADQUISICIÓN DE TUBO CORRUGADO DE VENTILADORES SET, PARA EL SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS DEL HOSPITAL RAMIRO PRIALE PRIALE DE LA RED ASISTENCIAL JUNÍN

Ruc/código :	20538597121	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	DRAEGER PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:11:41

Consulta:                Nro. 8

Consulta/Observación:

En cuanto a la presentación.  
Dentro de las EETT en la página 35 en presentación, solicitan que el material sea estéril, y en el tipo de esterilización indica aséptico; un producto no puede tener ambas características, por lo tanto solicitamos al comité aclarar si el material debe ser aséptico o estéril, o si se permitirá aséptico o estéril.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico            Numeral: 1                                Literal: A                                Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el pronunciamiento del área usuaria, se debe aclarar que las mangueras de oxígeno y los corrugados SON ASEPTICOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluye en las PRESENTACIÓN, de las Especificaciones Técnicas, para que estas se incluyan en las bases integradas lo siguiente:  
"ASEPTICO"



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-46-2023-ESSALUD/RAJUNIN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBO CORRUGADO DE VENTILADORES SET, PARA EL SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS DEL HOSPITAL RAMIRO PRIALE PRIALE DE LA RED ASISTENCIAL JUNÍN

Ruc/código :	20538597121	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	DRAEGER PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:11:41

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En las EETT de la pagina 35, solicitan circuitos con trampa de agua en la rama inspiratoria y exalatoria, estas características del circuito no se pueden adaptar a humidificación activa ya que los circuitos no cuentan con las hilo calefactor y cámara humidificadora para poder ser adaptados, por lo tanto se solicita al comité especificar si serán circuitos para humificación pasiva o activa.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: A Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el pronunciamiento del área usuaria, como han descrito con anterioridad los circuitos que hemos solicitado son aquellos que tengan la capacidad de ser usados tanto para humidificación pasiva como para humidificación activa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se quitara la descripción inicialmente, descrita en las especificaciones técnicas sobre el USO, para precisar con claridad y de forma amplia la información requerida, para que estas se incluyan en las bases integradas lo siguiente: "Para ser usado en Una Unidad de Cuidados Intensivos de la altitud en condiciones geográficas diferentes al del nivel del mar: Altitud=3250 msnm, Presión Barométrica=535 mmHg y temperaturas ambientales bajas; En paciente crítico de la altitud con ventilación mecánica invasiva de estancia prolongada. (características diferentes al paciente quirúrgico de anestesiología) que requiere humidificación pasiva inicialmente y que luego debe progresar a humidificación activa para mantener las vías aéreas óptimamente húmedas y evitar incremento de complicaciones a una humidificación inadecuada."

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-46-2023-ESSALUD/RAJUNIN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBO CORRUGADO DE VENTILADORES SET, PARA EL SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS DEL HOSPITAL RAMIRO PRIALE PRIALE DE LA RED ASISTENCIAL JUNÍN

Ruc/código :	20538597121	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	DRAEGER PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:11:41

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En cuanto a las EETT de la página 35, conector en Y con dos puertos 1 para temperatura y otro para capnografía, esta característica corresponde a 1 marca específica, por lo tanto para una mayor pluralidad de postores solicitamos que pueda ampliar el requerimiento a :

Conector en Y con puerto de capnografía y/o para temperatura.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: A Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el pronunciamiento del área usuaria, dada las condiciones geograficas de ser una ciudad ubicada en la altitud en el cual manejamos cambios de temperatura bruscos durante el mismo día y que los analisis de gasometria arterial muestran diferentes valores en PaCO2, requerimos para un manejo optimo del paciente critico de la altitud monitorizar tanto temperatura como capnografía, asi debe mencionarse que en la indagación de mercado existe pluralidad de marca y proveedores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se quitara la descripción inicialmente, descrita en las especificaciones técnicas sobre el USO, para precisar con claridad y de forma amplia la información requerida, para que estas se incluyan en las bases integradas lo siguiente: "Para ser usado en Una Unidad de Cuidados Intensivos de la altitud en condiciones geográficas diferentes al del nivel del mar: Altitud=3250 msnm, Presión Barométrica=535 mmHg y temperaturas ambientales bajas; En paciente critico de la altitud con ventilación mecánica invasiva de estancia prolongada. (características diferentes al paciente quirúrgico de anestesiología) que requiere humidificación pasiva inicialmente y que luego debe progresar a humidificación activa para mantener las vías aéreas óptimamente húmedas y evitar incremento de complicaciones a una humidificación inadecuada."

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-46-2023-ESSALUD/RAJUNIN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBO CORRUGADO DE VENTILADORES SET, PARA EL SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS DEL HOSPITAL RAMIRO PRIALE PRIALE DE LA RED ASISTENCIAL JUNÍN

Ruc/código :	20538597121	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	DRAEGER PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:11:41

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En cuanto a las EETT de la página 35 indican tubo en T con corrugado de continuidad de flujo y adaptador de oxígeno suplementario, esta característica corresponde a una marca específica, por lo tanto para una mayor pluralidad de postores se solicita al comité considerar esta característica como opcional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: A Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el pronunciamiento del área usuaria, a fin de garantizar la libertad de concurrencia, pluralidad y participación de postores se acepta la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluye en las CARACTERÍSTICAS, de las Especificaciones Técnicas, para que estas se incluyan en las bases integradas lo siguiente:

" Alternativamente como segunda opción se aceptarán Tubo en T con corrugado de continuidad de flujo y adaptador de oxígeno suplementario"

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-46-2023-ESSALUD/RAJUNIN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBO CORRUGADO DE VENTILADORES SET, PARA EL SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS DEL HOSPITAL RAMIRO PRIALE PRIALE DE LA RED ASISTENCIAL JUNÍN

Ruc/código :	20538597121	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	DRAEGER PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:11:41

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En cuanto a las EETT de la pagina 35, solicitan vigencia de 24 meses, desde el proceso de fabricación los circuitos cuentan con una vigencia de 24 meses, por lo cual al momento de la entrega contarán con una vigencia menor a 24 meses, por lo tanto se solicita al comité aclarar si se aceptara una carta de compromiso de canje por los 24 meses en caso la vigencia sea menor.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: A Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el pronunciamiento del área usuaria, se aceptara una carta de compromiso de canje por los 24 meses en caso la vigencia sea menor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluye en las VIGENCIA DEL PRODUCTO, de las Especificaciones Técnicas, para que estas se incluyan en las bases integradas lo siguiente:

" Opcionalmente se aceptará una carta de compromiso de canje por los 24 meses en caso la vigencia sea menor "