

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASES.

Ruc/código :	20451829913	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	DBG SOLUCIONES S.A.C	Hora de envío :	23:12:16

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicitan: Estativo con altura incluyendo cabezal 47cm o mayor.

La altura del estativo es de acuerdo a cada fabricante, por tanto, con la finalidad de promover la pluralidad de postores y permitir que marcas de calidad puedan participar, solicitamos amablemente al comité aceptar: Estativo con altura incluyendo cabezal entre 39 cm o mayor, o de acuerdo al fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, no se acepta equipos pequeños debajo de los 47 cm. se requiere un microscopio robusto y ergonomico para la comodidad de los usuarios, su uso en observaciones de contraste de fase.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASES.

Ruc/código :	20451829913	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	DBG SOLUCIONES S.A.C	Hora de envío :	23:12:16

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitan : Platina sin cremallera de 218mm x 148mm, 148x 156 o mayor, que tenga libertad de movimientos x-y de 76mmx30mm o 75x50 con graduación de alto contraste.

Con la finalidad de promover la pluralidad de marcas y postores solicitamos amablemente al comité aceptar: Platina sin cremallera de 148x 156 o mayor, que tenga libertad de movimientos x-y de 76mmx30mm, 75x50 o mayor con graduación de alto contraste.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se aceptara platina 148 x 145mm como minimo que tenga libertad de movimientos x-y de 76mmx30mm o 75mm x50mm con graduación de alto contraste.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PLATINA SIN CREMALLERA DE 148 MM X 145 MM COMO MÍNIMO QUE TENGA LIBERTAD DE MOVIMIENTOS X-Y DE 76 MM X 30 MM O 75 MM X 50 MM CON GRADUACIÓN DE ALTO CONTRASTE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASES.

Ruc/código :	20100329205	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	H.W.KESSEL S.A.C.	Hora de envío :	10:14:45

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Dentro del estudio de mercado, se presentaron ofertas bajo MODALIDAD VENTA SUCESIVA, por lo que, agradeceríamos confirmar sí el presente proceso se rige bajo esa modalidad.

De ser afirmativa su respuesta, favor de confirmar que se aceptará la siguiente forma de facturación:

Factura en zona primaria por el bien inafecto a IGV  
Factura por concepto de liberación/nacionalización del bien Afecta IGV  
Factura por compras locales de corresponder.

La sumatoria de estas facturas, reflejará el monto total de la oferta.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se informa que la adquisicion se rige mediante venta sucesiva y se aceptara la forma de facturacion siguiente: Factura en zona primaria por el bien inafecto a IGV, Factura por concepto de liberación/nacionalización del bien Afecta IGV y Factura por compras locales de corresponder.

La sumatoria de estas facturas, debe reflejar el monto total de la oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASES.

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	12:57:26

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

MICROSCOPIO BINOCULA DE CONTRASTEB DE FASE  
SE SOLICITA  
FUENTE DE PODER INTEGRADA

Con la finalidad de proteger el sistema electrico interno del microscopio, la mayoría de marcas y modelos utiliza adaptadores externos los cuales ante cualquier eventualidad, servirían como una proteccion adicional a fluctuaciones electricas en el laboratorio.

Asi mismo es necesario que se considerar en caso de una descarga eléctrica inusual que pudiese dañar la electrónica del microscopio, resultaría mas sencillo reemplazar solo el adaptador que toda la tarjeta electrónica del equipo.

Por tanto, con la finalidad de proteger el equipo, tendría a bien el área usuaria aceptar:  
FUENTE DE PODER INTEGRADA O CON ADAPTADOR DE VOLTAJE EXTERNO

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, se requiere un microscopio con fuente de poder integrada, el laboratorio tendra el control sobre las fluctuaciones electricas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASES.

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	12:57:26

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

MICROSCOPIO BINOCULA DE CONTRASTEB DE FASE  
SE SOLICITA  
TRES LAMPARAS HALOGENAS DE REPUESTO

Considerando que se requiere un microscopio con iluminacion LED, tendría a bien el área usuaria descartar la lámparas halógenas de repuesto solicitadas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, se precisa que se requiere un microspio de contraste de fase con illuminacion halogena para la adecuada observación de microartrópodos transparentes y coloreados. Además de la observación y medición de zetas y pelos distribuidos en el cuerpo de microartropodos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASES.

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	12:57:26

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

"En las bases solicitan:  
PLAZO DE ENTREGA. Menor a 60 días calendario: 20 Puntos; Menor a 65 hasta 60 días calendario 10 puntos; Menor a 70 hasta 65 días calendario 05 puntos

Solicitamos al Comité de Selección Para permitir la mayor participación de postores potenciales, podrían considerar ampliar el plazo de entrega a 75 días calendario y siendo un equipo que requieren una importación previa, desaduanaje y otros controles previos, es así que el plazo de entrega que se visualiza en las bases es muy corto y no esta acorde a la realidad post pandemia; por tanto, a fin de permitir y promover la mayor participación de postores potenciales, no limitando su participación. Solicitamos se amplie el plazo de entrega a 75 días calendario de acuerdo al siguiente detalle:  
De 1 hasta 75 días calendario 20 puntos  
De 76 hasta 79 días calendario 10 puntos  
De 80 hasta 85 días calendario 05 puntos  
Y así fomentar que el proceso se desarrolle bajo las condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad.  
Y así que todos los proveedores puedan disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta, toda vez que del estudio de mercado se desprende el cumplimiento de los plazos indicados, permitiendo la pluralidad de postores. Ceñirse a las bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASES.

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	12:57:26

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

"Capacitacion: Sera realizada en el laboratorio que disponga el usuario.

Solicitamos al Comité de Selección informe donde se realizara la Capacitación e instalación de los equipos de la presente convocatoria"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la instalacion y capacitacion del equipo se realizara en los ambientes del Laboratorio de Investigacion, Museo y Apiario del Dpto. de Entomologia de la UNALM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASES.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:30:30

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

1.9 PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 70 (SETENTA) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

OBSERVACIÓN:

Se solicita al honorable Comité, que debido a que los equipos requieren importación, y para permitir la mayor participación de postores potenciales, tome a bien ampliar el plazo de entrega a 120 DÍAS; para poder así cumplir con el tiempo requerido de manera correcta.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** I    **Literal:** 1.9    **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE ART. 2 INCISO A, B, C

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge su consulta, toda vez que del estudio de mercado se desprende el cumplimiento de los plazos indicados, permitiendo la pluralidad de postores. Ceñirse a las bases administrativas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASES.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:30:30

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Sistema de Corrección de Color

Consulta:

Se solicita al honorable Comité aceptar la ausencia del sistema de corrección de color en el modelo ofrecido, ya que dicha característica no compromete la capacidad de observación en campo claro, oscuro y contraste de fases. Esta configuración se debe a variaciones en el diseño del fabricante y mantiene la calidad y precisión en la visualización requerida para las aplicaciones previstas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, se precisa que se requiere con sistema de corrección de color para garantizar el color fidedigno de los especímenes a estudiar e investigar. Ceñirse a las bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASES.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:30:30

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Ajuste de Iluminación Automático al Cambiar de Objetivo

Consulta:

Se solicita al honorable Comité aceptar la ausencia del ajuste automático de iluminación al cambiar de objetivo, dado que este ajuste puede realizarse de forma manual sin afectar la precisión ni la comodidad del usuario. Esta diferencia se debe a las especificaciones técnicas del fabricante y no compromete la funcionalidad del microscopio en sus aplicaciones principales.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, se precisa que se requiere ajuste de iluminacion automatico al cambiar el objetivo para un trabajo dinamico con menos inversion de tiempo en el ajuste de la iluminacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASES.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:30:30

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Objetivos Plan Acromáticos 4X, 10X PH1, 20X PH1/PH2, 40X PH2, 100X PH3

Consulta:

Se solicita al honorable Comité considerar la aceptación del conjunto de objetivos plan acromáticos 4X, 10X, 20X, 40X, y 100X, ya que la diferencia en la clasificación del contraste de fases (PH) no afecta significativamente el rendimiento del equipo. Esta variación se debe a las especificaciones de los fabricantes y sigue cumpliendo con los requerimientos de observación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, se precisa que se requiere un microscopio con objetivos de contraste de fase para la investigación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASES.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:30:30

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Condensador Universal 0.9/1.25 con Torreta de 5 Posiciones o Más

Consulta:

Se solicita al honorable Comité aceptar también el condensador Abbe 1.25 NA con diafragma de iris, ya que la diferencia en el diseño sin torreta de 5 posiciones no compromete la capacidad de ajuste y calidad óptica del microscopio para los procedimientos requeridos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, se precisa que se requiere microscopio con condensador universal con torreta giratorio de 05 posiciones o mas para la tecnica de contraste de fase.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASES.

Ruc/código :	20605876774	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	A.S. ALLENDE S.A.C.	Hora de envío :	16:36:50

**Observación: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

III. PLAZO DE ENTREGA

PLAZO DE 70 DÍAS

SE OBSERVA

Se pide al comité que, para permitir la pluralidad de postores, considere ampliar el plazo de entrega a 100 DÍAS CALENDARIOS, dado que los productos solicitados, requieren procesos de fabricación, importación, desaduanaje y otros controles previos.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** III    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LEY 30225 ART. 2

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge su consulta, toda vez que del estudio de mercado se desprende el cumplimiento de los plazos indicados, permitiendo la pluralidad de postores. Ceñirse a las bases administrativas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASES.

Ruc/código :	20605876774	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	A.S. ALLENDE S.A.C.	Hora de envío :	16:36:50

**Observación: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

e) Catálogo y/o brochure y/o folleto y/o ficha técnica de la Marca del Bien ofertado.

SE OBSERVA

Solicitamos al comité especial, que los documentos puedan ser acreditados no sólo por la Marca, sino emitidos también por el postor, puesto que el postor es quien está participando en la presente licitación.

Tener en cuenta, que no toda la información técnica descrita en las presentes bases, se encuentran en los catálogos ya estandarizados, puesto que los catálogos contienen información general, es decir hay diversas especificaciones que conforme se van coordinando en el proceso de negociación con la Marca es que se confirman si se cumple o no ciertas características particulares, y no necesariamente aparecen en los catálogos, brochures u otros.

Es por ello, que solicitamos respetuosamente al comité especial que el requerimiento pueda quedar de la siguiente manera: Folletos, instructivos, catálogos, fichas técnicas o similares de la marca y/o postor para acreditar las especificaciones técnicas de los bienes solicitados en el Capítulo III ¿ Requerimiento.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 2.2.1.1.    Literal: e    Página: 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LEY 30225 ART. 2

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que se aceptaran Catalogo y/o Brochure y/o folleto y/o declaracion jurada y/u otra documentacion tecnica complementaria del fabricante, representante o distribuidor oficial de la marca del equipo, que sustenten las especificaciones técnicas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

e) Catalogo y/o Brochure y/o folleto y/o declaracion jurada y/u otra documentacion tecnica complementaria del fabricante, representante o distribuidor oficial de la marca del equipo, que sustenten las especificaciones técnicas.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASES.

Ruc/código :	20464408623	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	BAIRES S.A.C.	Hora de envío :	19:55:13

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Para el ITEM : MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASES

REVOLVER QUINTUPLO CON CODIFICACIÓN

SUSTENTO:  
LA FUNCIÓN DE CODIFICACIÓN EN EL REVOLVER ESTA RELACIONADO AL USO DE CÁMARA DIGITAL (EL CUAL NO ES EL CASO PARA LA PRESENTE ADQUISICIÓN) POR ENDE ES UNA CARACTERÍSTICA QUE EN LO PARTICULAR NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PERO QUE RESTRINGE LA PLURALIDAD DE MARCAS Y POSTORES.

CONSULTA  
POR LO EXPUESTO ANTERIORMENTE SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL COMITE LA CONFIRMAR SI ACEPTARÁ:  
REVOLVER QUINTUPLO CON CODIFICACIÓN, EN CASO APLIQUE LA APLICACIÓN?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se aceptaran quintuplo con codificacion en caso exija la aplicación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REVOLVER QUÍNTUPLO CON CODIFICACIÓN ¿ EN CASO EXIJA LA APLACICACIÓN.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASES.

Ruc/código :	20464408623	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	BAIRES S.A.C.	Hora de envío :	19:55:13

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Para el ITEM : MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASES

ESTATIVO CON ALTURA INCLUYENDO CABEZAL 47 CM O MAYOR

SUSTENTO:

UNA ALTURA DE 40 CM OFRECE UN DISEÑO MÁS COMPACTO Y ERGONÓMICO, LO CUAL ES VENTAJOSO EN ENTORNOS DE TRABAJO CON ESPACIO LIMITADO. UN ESTATIVO MÁS BAJO FACILITA EL TRANSPORTE Y EL ALMACENAMIENTO DEL MICROSCOPIO, HACIÉNDOLO MÁS VERSÁTIL Y MANEJABLE. ADEMÁS, LA REDUCCIÓN DE ALTURA NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DEL MICROSCOPIO, YA QUE SE MANTIENE UNA ESTRUCTURA ROBUSTA QUE GARANTIZA ESTABILIDAD DURANTE EL USO. EN EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, LA PRECISIÓN Y ESTABILIDAD SON ESENCIALES, Y ESTA PROPUESTA ASEGURA AMBAS CUALIDADES SIN SACRIFICAR COMODIDAD. TAMBIÉN SE REDUCE EL RIESGO DE FATIGA EN EL USUARIO, AL REQUERIR UNA MENOR ELEVACIÓN DE LOS BRAZOS Y CUELLO DURANTE SU OPERACIÓN. EN RESUMEN, NUESTRA PROPUESTA DE ESTATIVO MÁS BAJO MEJORA LA ERGONOMÍA Y MANEJABILIDAD SIN COMPROMETER LA CALIDAD O LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO.

CONSULTA

POR LO EXPUESTO ANTERIORMENTE SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL COMITE LA MODIFICACION DE LA ESPECIFICACION A: ESTATIVO CON ALTURA INCLUYENDO CABEZAL 40 CM O MAYOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 3.1      Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, no se acepta equipos pequeños debajo de los 47 cm. se requiere un microscopio robusto y ergonomico para la comodidad de los usuarios, su uso en observaciones de contraste de fase.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASES.

Ruc/código :	20464408623	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	BAIRES S.A.C.	Hora de envío :	19:55:13

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Para el ITEM : MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASES

CABEZAL BINOCULAR CON GIRO DE 360° CON AJUSTE DE LA ELEVACIÓN DE LOS OCULARES PARA USUARIOS ALTOS Y BAJOS

SUSTENTO:

EL CABEZAL BINOCULAR CON AJUSTE TIPO SIEDENTOPF BRINDA UNA VENTAJA CONSIDERABLE RESPECTO A LA OPCIÓN SOLICITADA. ESTE TIPO DE CABEZAL PERMITE UN AJUSTE SUAVE Y PRECISO DE LA DISTANCIA INTERPUPILAR, LO QUE MEJORA SIGNIFICATIVAMENTE LA EXPERIENCIA DEL USUARIO, ESPECIALMENTE EN SESIONES LARGAS DE OBSERVACIÓN. EL SISTEMA SIEDENTOPF NO SOLO ES MÁS FÁCIL DE USAR, SINO QUE ES MÁS DURADERO, MANTENIENDO UNA ALINEACIÓN CONSTANTE ENTRE LOS OCULARES, LO CUAL ES CRUCIAL PARA REDUCIR LA FATIGA OCULAR. ADEMÁS, ESTE DISEÑO PERMITE ACOMODAR DE MANERA EFICIENTE A UNA MAYOR VARIEDAD DE USUARIOS CON DIFERENTES ALTURAS, HACIENDO QUE EL MICROSCOPIO SEA MÁS INCLUSIVO Y ADAPTABLE A DISTINTOS LABORATORIOS Y PERSONAL. LA FACILIDAD DE AJUSTE SE TRADUCE EN MAYOR PRODUCTIVIDAD Y CONFORT, OPTIMIZANDO EL TIEMPO DE OBSERVACIÓN.

CONSULTA

POR LO EXPUESTO ANTERIORMENTE SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL COMITE LA ACLARACION DE LA ESPECIFICACION A: CABEZAL BINOCULAR CON GIRO DE 360° CON AJUSTE DE LA ELEVACIÓN DE LOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el cabezal (tipo siedentopf) con giro de 360°; se requiere este tipo de cabezal para un trabajo en equipo con usuarios que estan distribuidos al alrededor del equipo sin tener que girar todo el equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CABEZAL BINOCULAR CON GIRO DE 360° CON AJUSTE DE LA ELEVACIÓN DE LOS OCULARES PARA USUARIOS ALTOS Y BAJOS. (TIPO SIEDENTOPF)

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASES.

Ruc/código :	20464408623	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	BAIRES S.A.C.	Hora de envío :	19:55:13

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Para el ITEM : MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASES

E01 OBJETIVO PLAN ACROMÁTICOS: 40X PH2, DT 0.4 MM O MAYOR

SUSTENTO:

UN OBJETIVO PLAN ACROMÁTICO DE 40X PH2 CON UN DIÁMETRO DE CAMPO (DT) DE 0.36 MM OFRECE UNA MAYOR RESOLUCIÓN QUE LA OPCIÓN SOLICITADA DE 0.4 MM. ESTE OBJETIVO PERMITE OBSERVAR CON MAYOR CLARIDAD Y DETALLE, LO QUE ES ESENCIAL EN APLICACIONES DONDE LA PRECISIÓN ES CRÍTICA, COMO EN LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN. LA DIFERENCIA EN EL DT OFRECE UNA CAPACIDAD SUPERIOR PARA DISTINGUIR ESTRUCTURAS MÁS FINAS EN LAS MUESTRAS. AUNQUE LA DIFERENCIA PUEDA PARECER MÍNIMA, EN LA PRÁCTICA PERMITE UNA MEJOR DISCRIMINACIÓN DE DETALLES, OPTIMIZANDO LOS RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA.

CONSULTA

POR LO EXPUESTO ANTERIORMENTE SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL COMITE LA MODIFICACION DE LA ESPECIFICACION A: 01 OBJETIVO PLAN ACROMÁTICOS: 40X PH2, DT 0.36 MM O MAYOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con el objetivo de garantizar la pluralidad se postores, se modifica las especificaciones tecnicas, se acepta E01 objetivo plan acromaticos: 40 X PH2, DT 0.36 mm como minimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

01 OBJETIVO PLAN ACROMÁTICOS: 40X PH2, DT 0.36 MM COMO MÍNIMO

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASES.

Ruc/código :	20464408623	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	BAIRES S.A.C.	Hora de envío :	19:55:13

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Para el ITEM : MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASES

01 OBJETIVO PLAN ACROMÁTICOS: 100X PH3, DT 0.2 MM O MAYOR

SUSTENTO:

EL OBJETIVO DE 100X PH3 CON UN DIÁMETRO DE CAMPO DE 0.1 MM PROPUESTO OFRECE UNA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN SIGNIFICATIVAMENTE MAYOR QUE LA OPCIÓN SOLICITADA DE 0.2 MM. UN DIÁMETRO DE CAMPO MÁS PEQUEÑO IMPLICA UNA MAYOR CONCENTRACIÓN DE LUZ Y UNA MEJOR RESOLUCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS OBSERVADAS, LO QUE ES CRUCIAL EN TRABAJOS QUE REQUIEREN UNA PRECISIÓN EXTREMA, COMO LA IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS O ANÁLISIS CELULARES. ESTE NIVEL DE DETALLE PUEDE MARCAR LA DIFERENCIA EN LA PRECISIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y EN LA CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. AL OFRECER UNA RESOLUCIÓN MÁS ALTA, ESTAMOS PROPORCIONANDO UNA HERRAMIENTA MÁS AVANZADA Y ADAPTADA A LAS NECESIDADES MODERNAS DE LOS LABORATORIOS.

CONSULTA

POR LO EXPUESTO ANTERIORMENTE SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL COMITE LA MODIFICACION DE LA ESPECIFICACION A: 01 OBJETIVO PLAN ACROMÁTICOS: 100X PH3, DT 0.1 MM O MAYOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, con el objetivo de garantizar la pluralidad se postores, se modifica las especificaciones tecnicas, se acepta: 01 objetivo plan acromaticos: 100 X PH3, DT 0.1 mm como minimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

01 OBJETIVO PLAN ACROMÁTICOS: 100X PH3, DT 0.1 MM COMO MÍNIMO

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASES.

Ruc/código :	20602002315	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	NEOCIENTIFICA S.A.C.	Hora de envío :	22:46:00

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Para permitir la mayor participación y pluralidad de postores, solicitamos respetuosamente al comité que pueda aceptar también un estativo con altura incluyendo cabezal de 39 cm considerando que esta referencia no impacta en la calidad óptica del microscopio y que cada fabricante tiene diversos modelos con diferente altura de estativo. De esta manera la especificación podría cambiar a "estativo con altura incluyendo cabezal de 39 cm o mas dependiendo de cada fabricante"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, no se acepta equipos pequeños debajo de los 47 cm. se requiere un microscopio robusto y ergonomico para la comodidad de los usuarios, su uso en observaciones de contraste de fase.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASES.

Ruc/código :	20602002315	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	NEOCIENTIFICA S.A.C.	Hora de envío :	22:46:00

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En las especificaciones se solicita que el cabezal binocular con giro de 360°con ajuste de la elevación de los oculares para usuarios altos y bajos. Para una mayor pluralidad de postores solicitamos amablemente que esta característica sea opcional pero siempre que el cabezal sea tipo Siedentopf que brindan una mayor comodidad al usuario

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el cabezal (tipo siedentopf) con giro de 360°; se requiere este tipo de cabezal para un trabajo en equipo con usuarios que estan distribuidos al alrededor del equipo sin tener que girar todo el equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CABEZAL BINOCULAR CON GIRO DE 360° CON AJUSTE DE LA ELEVACIÓN DE LOS OCULARES PARA USUARIOS ALTOS Y BAJOS. (TIPO SIEDENTOPF)

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASES.

Ruc/código :	20602002315	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	NEOCIENTIFICA S.A.C.	Hora de envío :	22:46:00

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Solicitan que las dimensiones de la platina sin cremallera tenga unas dimensiones fijas de 218 x 148 mm o 148 x 156 mm o mayor y que tenga libertad de movimiento XY de 76 x 30 mm o 75 x 50 mm. Sin embargo estas dimensiones restringen la participacion de mas postores. Solicitamos que esta característica sea opcional y en todo caso la platina pueda ser de 185 x 145 mm o mayor con un movimiento XY de 75 x 50 mm.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se requiere platina 148 x 145mm como minimo que tenga libertad de movimientos x-y de 76mmx30mm o 75mm x50mm con graduación de alto contraste.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PLATINA SIN CREMALLERA DE 148 MM X 145 MM COMO MÍNIMO QUE TENGA LIBERTAD DE MOVIMIENTOS X-Y DE 76 MM X 30 MM O 75 MM X 50 MM CON GRADUACIÓN DE ALTO CONTRASTE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASES.

Ruc/código :	20602002315	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	NEOCIENTIFICA S.A.C.	Hora de envío :	22:46:00

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Se consulta al comite si es posible presentar carta del fabricante para confirmar el cumplimiento de alguna especificacion que no se encuentre descrita en el catalogo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se aceptaran Catalogo y/o Brochure y/o folleto y/o declaracion jurada y/u otra documentacion tecnica complementaria del fabricante, representante o distribuidor oficial de la marca del equipo, que sustenten las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

e) Catalogo y/o Brochure y/o folleto y/o declaracion jurada y/u otra documentacion tecnica complementaria del fabricante, representante o distribuidor oficial de la marca del equipo, que sustenten las especificaciones técnicas.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASES.

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	23:34:35

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

Solicitan: Sistema de corrección de color

Al respecto OBSERVAMOS que la corrección de color es una característica que pertenece a marcas específicas, agregar esta solicitud en el requerimiento vulnera los principios que rigen las contrataciones como principio de libertad de concurrencia, igualdad de trato y de competencia. Además, la corrección al infinito es la característica estándar suficiente para aplicaciones generales. Por lo tanto, solicitamos al comité de selección que en pro de propiciar la pluralidad de postores modifique el requerimiento en cuestión y quede como sigue: ¿Sistema de corrección al infinito y/o de color¿

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, se precisa que se requiere con sistema de correccion de color para garantizar el color fidedigno de los especímenes a estudiar e investigar. Ceñirse a las bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASES.

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	23:34:35

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Solicitan: Estativo con altura incluyendo cabezal 47 cm o mayor

Establecer valores fijos para las dimensiones del estativo restringe la participación de postores que podrían ofrecer mejoras técnicas en el sistema óptico del equipo. Asimismo, la altura no afecta la funcionalidad principal del microscopio y no puede considerarse una característica determinante en la selección del modelo (por encima de la tecnología óptica). Por tal motivo CONSULTAMOS al comité de evaluación que en pro de propiciar la pluralidad de postores si aceptará propuestas con ¿Estativo con altura incluyendo cabezal 42 cm o mayor¿

Acápíte de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 3.1      Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, no se acepta equipos pequeños debajo de los 47 cm. se requiere un microscopio robusto y ergonómico para la comodidad de los usuarios, su uso en observaciones de contraste de fase.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASES.

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	23:34:35

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Solicitan ¿cabezal binocular con giro de 360° con ajuste de la elevación de los oculares para usuarios altos y bajos¿ Los sistemas modernos incluyen cabezales trinoculares que no necesariamente presentan elevación de oculares. Incluir esta característica restringiría la participación de marcas con mejoras técnicas más importantes para el equipo como ¿Vida útil de la lámpara LED de 65,000 horas¿ ¿Objetivo 100x de inmersión en agua y aceite¿ ¿LED con temp. de color 6300 k¿, entre otros. Por lo tanto, CONSULTAMOS al comité de selección que en pro de propiciar la pluralidad de postores, aceptará propuestas con ¿cabezal trinocular con giro de 360° con ajuste de la elevación de los oculares para usuarios altos y bajos OPCIONAL¿

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, se precisa que no se aceptaran cabezal trinocular, asimismo no se acepta iluminacion LED, se requiere iluminacion halogena para la adecuada observación de microartrópodos transparentes y coloreados. Además de la observación y medición de zetas y pelos distribuidos en el cuerpo de microartropodos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASES.

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	23:42:05

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Solicitan: Platina sin cremallera de 218 mm x148 mm, 148 mm x 156 mm o mayor que tenga libertad de movimientos x-y de 76 mm x 30 mm o 75 mm x 50 mm con graduación de alto contraste

La dimensión no afecta la funcionalidad del equipo. Asimismo, conforme diversos pronunciamientos del OSCE las especificaciones técnicas deben estar referidas a la tecnología del equipo solicitado, dado que las dimensiones no tienen ninguna ventaja con respecto al funcionalidad del bien y solo limitan la libre competencia mediante la restricción del universo de postores. Por lo expuesto, CONSULTAMOS al comité de selección si aceptará propuestas con ¿Platina sin cremallera de 233 mm x147 mm o mayor que tenga libertad de movimientos x-y de 78 mm x 54 mm o más con graduación de alto contraste¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 3.1      Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se requiere platina 148 x 145mm como minimo que tenga libertad de movimientos x-y de 76mmx30mm o 75mm x50mm con graduación de alto contraste.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PLATINA SIN CREMALLERA DE 148 MM X 145 MM COMO MÍNIMO QUE TENGA LIBERTAD DE MOVIMIENTOS X-Y DE 76 MM X 30 MM O 75 MM X 50 MM CON GRADUACIÓN DE ALTO CONTRASTE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASES.

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	23:48:00

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Solicitan: Uno de los oculares con reticulo de medición

Existen modelos que no requieren retículos por tener accesorios similares para la misma función. Definir este accesorio restringiría la participación de marcas con mejoras técnicas más importantes para el equipo como ¿Vida útil de la lámpara LED de 65,000 horas¿ ¿Objetivo 100x de inmersión en agua y aceite¿ ¿Iluminación LED con temp. de color 6300 k¿, entre otros. Por lo tanto, CONSULTAMOS al comité de selección que en pro de ampliar el universo de postores, acepte propuestas con: ¿Uno de los oculares con reticulo de medición (OPCIONAL)¿

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, se precisa que se requiere reticulo de medicion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASES.

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	23:58:01

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

- Solicitan
- 01 objetivo plan acromaticos: 4x 0 5x, dt 10 mm o mayor
  - 01 objetivo plan acromaticos: 10x ph1, dt 4 mm o mayor
  - 01 objetivo plan acromaticos: 20x ph1 o ph2 dt 0.4 mm o mayor
  - 01 objetivo plan acromaticos: 40x ph2, dt 0.4 mm o mayor
  - 01 objetivo plan acromaticos: 100x ph3, dt 0.15 mm o mayor

tecnología y la distancia de trabajo (D.T.) es la distancia entre el lente frontal del objetivo y la muestra, lo cual depende del diseño de la estructura del microscopio, de manera que si el objetivo está más cerca de la muestra el enfoque es más fácil y toma menos tiempo en comparación con una distancia de trabajo mayor. Incluir esta característica restringiría la participación de marcas con mejoras técnicas más importantes para el equipo como ¿Vida útil de la lámpara LED de 65,000 horas¿ ¿Objetivo 100x de inmersión en agua y aceite¿ ¿LED con temp. de color 6300 k¿, entre otros. Por lo tanto, CONSULTAMOS al comité de selección que en pro de propiciar la pluralidad de postores, aceptará propuestas con:

- 01 objetivo plan acromaticos: 4x, dt 10 mm
- 01 objetivo plan acromaticos: 10x ph1, dt 10 mm
- 01 objetivo plan acromaticos: 20x ph1 o ph2 dt 5.1 mm
- 01 objetivo plan acromaticos: 40x ph2, dt 0.54 mm
- 01 objetivo plan acromaticos: 100x ph3, dt 0.13 mm

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consultas, se precisa que no se aceptan las distancias de trabajo de los objetivos 10X y 20X para contraste de fase. asimismo se precisa que no se acepta iluminacion LED, se requiere iluminacion halogena para la adecuada observación de microartrópodos transparentes y coloreados. Además de la observación y medición de zetas y pelos distribuidos en el cuerpo de microartropodos..

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null