

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA
Nomenclatura :	AS-SM-47-2024-HRA/OEC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	Adquisición de guantes para examen descartable talla M para el Departamento de Farmacia del Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	02/08/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	15:30:27

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección ampliar el plazo de entrega a 60 días, ya que por la cantidad solicitada debes realizar una importación, y eso conlleva al menos 30 días de fabricación y 30 días de tránsito. Para una mayor pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA, NO ACOGE LA CONSULTA YA QUE SE REQUIERE GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO OPORTUNO A NUESTROS COLABORADORES, USUARIOS Y PACIENTES, CEÑIRSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :AS-SM-47-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de guantes para examen descartable talla M para el Departamento de Farmacia del Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	02/08/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	15:30:27

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
Observamos que están solicitando con superficie lisa en todo el guante, ¿consultamos al comité de selección si pueden aceptar con superficie lisa y dedos texturizados? ¿para una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 8 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL AREA USUARIA, ACOGE LA CONSULTA A FIN DE PROMOVER MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES POR LO QUE SE INCORPORARA: Y/O DEDOS TEXTURIZADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Y/O DEDOS TEXTURIZADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de guantes para examen descartable talla M para el Departamento de Farmacia del Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena

Ruc/código :	20603011792	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	ATENEA BELLE IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	18:48:52

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

ESTIMADO COMITÉ DE SELECCIÓN SOLICITO QUE SE EVALUE INCLUSIÓN DE GUANTES DE EXAMEN CON POLVO EN EL PROCESO, DEBIDO A QUE, LOS GUANTES PARA EXAMEN DE LÁTEX SE USAN EN LA MANO DEL PERSONAL DE ATENCIÓN MÉDICA Y SIMILAR PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN ENTRE EL PERSONAL Y EL PACIENTE. POR ELLO CUMPLIENDO LA FUNCIÓN PRINCIPAL DE PROTECCIÓN, DEBERÍA CONSIDERARSE TAMBIÉN LOS GUANTES DE EXAMEN DE LÁTEX CON POLVO YA QUE, AL TENER UN AGENTE LUBRICANTE NATURAL COMO ALMIDÓN DE MAÍZ, MEJORA LA VERTIBILIDAD Y FACILITA ASÍ LA ADAPTABILIDAD DEL GUANTE AL PERSONAL QUE LO USARÁ. LA NORMATIVA ASTM D3578-19 ESTABLECE UN RANGO DE POLVO ACEPTABLE, CUMPLIENDO ASÍ LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL PRODUCTO. ESTO BENEFICIARIA AL PROCESO YA QUE HABRÍA MÁS CONCURRENCIA DE POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA, ACOGE LA CONSULTA A FIN DE PROMOVER MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES POR LO QUE SE INCORPORARA: LIGERAMENTE EMPOLVADOS CON POLVO DE MAÍZ ¿ 10 MG/DM², SEGUN ASTM D3578 - 19 O NORMA DE REFERENCIA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LIGERAMENTE EMPOLVADOS CON POLVO DE MAÍZ ¿ 10 MG/DM², SEGUN ASTM D3578 - 19 O NORMA DE REFERENCIA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de guantes para examen descartable talla M para el Departamento de Farmacia del Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena

Ruc/código :	20607779695	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	CHAPOMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:50:28

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:
SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN RESPECTO A LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL GUANTE DE LATEX USAR LA FICHA HOMOLOGADA, A FIN DE PERMITIR UNA MAYOR PLURALIDAD DE MARCA Y POSTORES .

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA, NO ACOGE LA OBSERVACION YA QUE CONSIDERANDO QUE LA PRIMERA CONVOCATORIA SE REALIZO CON FICHA HOMOLOGADA QUEDANDO DESIERTO, SE REQUIERE GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO OPORTUNO A NUESTROS COLABORADORES, USUARIOS Y PACIENTES, CEÑIRSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA		
Nomenclatura :	AS-SM-47-2024-HRA/OEC-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	Adquisición de guantes para examen descartable talla M para el Departamento de Farmacia del Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena		

Ruc/código :	20607779695	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	CHAPOMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:50:28

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:
SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN RESPECTO AL PLAZO DE ENTREGA ESTA PUEDA SER POR 3 ARMADAS:
A LOS 5 DIAS DIAS CALENDARIOS LA PIMERA ENTREGA LA CANTIDAD DE 700,000 UN
A LOS 35 DIAS CALENDARIOS LA SEGUNDA ENTREGA LA CANTIDAD DE 700,000 UN
A LOS 60 DIAS CALENDARIOSLA TERCERA ENTREGA LA CANTIDAD DE 700,000 UN

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.9 **Literal:** - **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL AREA USUARIA, NO ACOGE LA OBSERVACION YA QUE SE REQUIERE GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO OPORTUNO A NUESTROS COLABORADORES, USUARIOS Y PACIENTES, CEÑIRSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de guantes para examen descartable talla M para el Departamento de Farmacia del Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena

Ruc/código :	20607779695	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	CHAPOMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:50:28

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:
SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN SUPRIMIR EL Certificado ISO 37001 YA QUE ESTARIA LIMITANDO LA PARTICIPACION DE POSTORES.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** I **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:
El factor de evaluacion se encuentra dentro del tablero de calificacion Aprobado con Resolución N°D000225-2022-OSCE PRE, Certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 37001:2017), motivo por el cual no se estaría vulnerando o limitando la participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de guantes para examen descartable talla M para el Departamento de Farmacia del Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena

Ruc/código :	20510075570	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES VITTAPHARMA S.A.C.	Hora de envío :	19:44:44

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas de Guantes en la pagina 22 solicitan lo siguiente:
Acabado: Libre de polvo (fabricado sin la adición deliberada de materiales pulverizantes)

Al respecto,debemos mencionar que los guantes al ser libre de polvo son biodegradables por tanto la vida útil del producto es hasta 6 meses, con el fin de lograr mayor competencia de postores que permitan establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés publico solicitamos al comité que la especificación sea ampliada a Guantes pre empolvados que cumple la misma funcion para el usuario y paciente

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: c Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

YA SE ABSOLVIO EN EL ITEM 03

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de guantes para examen descartable talla M para el Departamento de Farmacia del Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena

Ruc/código :	20510075570	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES VITTAPHARMA S.A.C.	Hora de envío :	19:44:44

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Certificado de buenas practicas de distribucion y transporte (BPDyT) Vigente, a nombre del postor, en caso de un tercero que preste servicio, este tambien debe cumplir con presentar dicha certificacion a su nombre, expedida por la autoridad correspondiente expedida por la DIGEMID y/o Por la Autoridad Regional de Salud, Autoridad Regional de Medicamentos (FACULTATIVO)

Al respecto, debemos mencionar que al solicitar dicho documento estaría vulnerando la participación de potenciales postores y se estaría direccionando a un proveedor que cumple con dicho requisito. Por lo cual, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permita establecer condiciones de competencia efectiva. Solicitamos al comité suprimir el requerimiento, esto se debe a que es un requisito Facultativo no tendría sentido colocarlo como parte de requisitos de calificación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: a Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA, ACOGE LA CONSULTA A FIN DE PROMOVER MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES Y CONSIDERANDO QUE LA CONDICION BIOLOGICA DEL PRODUCTO SOLICITADO ES ASEPTICO POR LO QUE SE SUPRIMIRA : CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE (BPDYT) VIGENTE, A NOMBRE DEL POSTOR, EN CASO DE UN TERCERO QUE PRESTE SERVICIO, ESTE TAMBIEN DEBE CUMPLIR CON PRESENTAR DICHA CERTIFICACION A SU NOMBRE, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE EXPEDIDA POR LA DIGEMID Y/O POR LA AUTORIDAD REGIONAL DE SALUD, AUTORIDAD REGIONAL DE MEDICAMENTOS (FACULTATIVO). EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null