

**FORMATO N° 11**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

<b>1</b>	<b>NÚMERO DE ACTA</b>	001-CS- LP N°07-GERESA/LL
----------	-----------------------	---------------------------

<b>2</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b>
En, Ciudad de Trujillo, a los 02 días del mes de setiembre del año 2024, en la oficina de Planificación, a las 7:30 a.m. horas, se reunieron los integrantes del Comité de designados mediante FORMATO N°04, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de LP-SM-7-2024-GERESA/LL-1, cuyo objeto de convocatoria es IOARR 2612202-HOSPITAL PROVINCIAL TAYABAMBA "REMODELACION DE RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; ADQUISICION DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) PROVINCIA DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", a fin de efectuar la APERTURA DE SOBRES, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.	

3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)					
El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:						
Presidente	ING.LENIN TARRILLO MENDOZA	Titular	X	Dependencia:	OF. PLANIFICACION	
		Suplente				
Primer Miembro	ING.ALEX FABIO KEVIN VACA TELLEZ	Titular	X	Dependencia:	OF. PLANIFICACION	
		Suplente				
Segundo Miembro	BR. KATHERIN YAMALY FERNANDEZ BAZALAR	Titular	X	Dependencia:	OF.ABASTECIMIENTO	
		Suplente				

4

DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

Nº	Nombre o razón social del participante	RUC
1	SILUPU NAVARRETE JOSE ESGARDO	10104942330
2	TORREBLANCA VARGAS JOHNNY ENRIQUE	10296125691
3	ROCA S.A.C.	20101337261
4	SISTEMAS ANALITICOS SRL	20155695901
5	MEDELCO SRL	20208310730
6	GAMEL S.R.L.	20333483395
7	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	20340116055
8	CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.	20438551825
9	PERUANA DE INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20454836066
10	RICAF MEDICAL E.I.R.L	20477671561
11	BIOTECNOLOGIC IMPORT S.A.C.	20493132416
12	VITALTEC S.A.C.	20501645517
13	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20503650186
14	ADVANTAGE MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20506475954
15	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20512709088
16	OXYMAN COMERCIAL SAC	20516367670
17	TECNOLOGIA BIOMEDICA INTEGRAL S.A.C.	20524594944
18	NUCLEO DE INGENIERIA TOTAL Y CONSTRUCCION S.A.C. - NITCON S.A.C.	20524816947



FORMATO N° 11

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

19	DRAEGER PERU S.A.C.	20538597121
20	INTEGRACION Y SOLUCIONES MEDICAS DE DIAGNOSTICO S.A.C. - ISOLMEDIC S.A.C.	20545272688
21	DIEGO MEDICAL S.A.C.	20547899475
22	GRUPO TOVAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO TOVAL S.A.C.	20553377308
23	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	20556514004
24	DDM MEDICAL S.A.C	20600096622
25	CIA MEGA MEDIC S.A.C.	20600340779
26	STBIOMEDICAL S.A.C.	20601785324
27	INDUSTRIA TECNOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDUSTRIA TECNOMEDIC S.A.C.	20602609104
28	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	20603346344
29	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	20603355289
30	CF DISMED S.A.C.	20603460554
31	TECNO IMAGEN PERU S.A.C.	20604458944
32	CORPORACION MEDICA DANNYMED E.I.R.L.	20605204644
33	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	20606008024
34	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	20606042044
35	ELVIMEDIC GROUP SAC	20606423374
36	PHARMA INTERNATIONAL S.A.C.	20609870355
37	DYR MEDICAL S.A.C.	20610572333
38	MADISUM HEALTHCARE S.A.C.	20611358343

5 DETALLE DE LOS POSTORES

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron en la plataforma del SEACE sus ofertas en sobre cerrado:

ITEM 1: CUNA DE CALOR RADIANTE

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	DRAEGER PERU S.A.C.	26/08/2024	23:17:22
2	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	26/08/2024	23:45:49
3	CONSORCIO CPB MEDICAL S.A.C. Y GBIOMEDICA IMPORTACIONES S.A.C	26/08/2024	19:19:47
4	CF DISMED S.A.C.	26/08/2024	23:50:04

ITEM 2: EQUIPO DE FOTOTERAPIA

1	DRAEGER PERU S.A.C.	26/08/2024	23:17:22
2	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	26/08/2024	23:45:49
3	CONSORCIO CPB MEDICAL S.A.C. Y GBIOMEDICA IMPORTACIONES S.A.C	26/08/2024	19:19:47
4	CF DISMED S.A.C.	26/08/2024	23:50:04

**FORMATO N° 11**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES**

**(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

- 6** Acto seguido, se procede con la apertura de los sobres que contienen las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.

**7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS**

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

**ITEM 1: CUNA DE CALOR RADIANTE**

N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	DRAEGER PERU S.A.C.	1.02 NO CUMPLE, PRESENTA DECLARACION JURADA DEL MISMO POSTOR Y DEBE SER DEL FABRICANTE 1.08 NO CUMPLE, NO ACREDITA QUE EL MICROPROCESADOR SEA PARA CONTROLAR EL SISTEMA DE CALENTAMIENTO 1.22 NO CUMPLE, NO ACREDITA QUE TENGA DEPOSITO PARA SECRECIONES (SE DETALLA EN EL CUADRO N°1)
2	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	FORMATO 01:NO PRESENTA COMPLETO EL FORMATO NO PRESENTA AUTORIZACION POR EL FABRICANTE NO PRESENTA CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELECTRICA (SE DETALLA EN EL CUADRO N°1)
3	CONSORCIO CPB MEDICAL S.A.C. Y GBIOMEDICA IMPORTACIONES S.A.C.	ANEXO 3:NO ESPECIFICA A QUE ITEM SE ESTA PRESENTADO  NO PRESENTA AUTORIZACION POR EL FABRICANTE DE ACUERDO A LO SOLICITADO  NO PRESENTA DECLARACION DE ACUERDO A LO SOLICITADO, LA DECLARACION JURADA PRESENTADA NO ESPECIFICA A QUE ITEMS PERTENECE TAMPOCO ES CONGRUENTE CON LA CARTA DE FABRICANTE EN AÑOS  LA MODALIDAD DE CONTRATACION ES DE SUMA ALZADA, LO CUAL NO CORRESPONDE PRESTACION ACCESORIA, EL ANEXO N°6 NO ACORDE A LO SOLICITADO ( SE DETALLA EN EL CUADRO N°1)

**ITEM2: EQUIPO DE FOTOTERAPIA**

	DRAEGER PERU S.A.C.	2.05 NO CUMPLE, LA IRRADIACION ESPECTRAL MEDIA NO ALCANZA 25 µW/cm2/nm
	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	FORMATO 01:NO PRESENTA COMPLETO EL FORMATO NO PRESENTA AUTORIZACION POR EL FABRICANTE NO PRESENTA CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELECTRICA (SE DETALLA EN EL CUADRO N°2)



FORMATO N° 11

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

	CONSORCIO CPB MEDICAL S.A.C. Y GBIOMEDICA IMPORTACIONES S.A.C	<p>ANEXO 3:NO ESPECIFICA A QUE ITEM SE ESTA PRESENTADO</p> <p>NO PRESENTA AUTORIZACION POR EL FABRICANTE DE ACUERDO A LO SOLICITADO</p> <p>NO PRESENTA DECLARACION DE ACUERDO A LO SOLICITADO, LA DECLARACION JURADA PRESENTADA NO ESPECIFICA A QUE ITEMS PERTENECE TAMPOCO ES CONGRUENTE CON LA CARTA DE FABRICANTE EN AÑOS</p> <p>LA MODALIDAD DE CONTRATACION ES DE SUMA ALZADA, LO CUAL NO CORRESPONDE PRESTACION ACCESORIA, EL ANEXO N°6 NO ACORDE A LO SOLICITADO ( SE DETALLA EN EL CUADRO N°2)</p>
--	---	--

8 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:

ITEM 1: CUNA DE CALOR RADIANTE

Nº	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
1	CF DISMED S.A.C.	IOARR 2612202-HOSPITAL PROVINCIAL TAYABAMBA "REMODELACION DE RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; ADQUISICION DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) PROVINCIA DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA , PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" ITEM 1: CUNA DE CALOR RADIANTE

ITEM 2: EQUIPO DE FOTOTERAPIA

1	CF DISMED S.A.C.	IOARR 2612202-HOSPITAL PROVINCIAL TAYABAMBA "REMODELACION DE RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; ADQUISICION DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) PROVINCIA DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA , PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" ITEM 2: EQUIPO DE FOTOTERAPIA
---	------------------	---

9 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

9.1 DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA

ITEM 1: CUNA DE CALOR RADIANTE

Nº	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor estimado
1	CF DISMED S.A.C.	S/ 200,000.00	99.67



**FORMATO N° 11**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES**

**(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

ITEM2: EQUIPO DE FOTOTERAPIA			
N°	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor estimado
1	CF DISMED S.A.C.	S/ 25,000.00	49.67
9.2	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		
	La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según cuadro N°01 y cuadro N°02 que forma parte de la presente Acta.		

10	<b>PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES</b>		
	COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR		
	<u>ITEM 1: CUNA DE CALOR RADIANTE</u>		
	10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	CF DISMED S.A.C.
		FACTORES	PUNTAJES
		PRECIO	100 PUNTOS
		ANEXO N°10 - BONIFICACION DEL 5% (TENER CONDICION DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA)	5 PUNTOS
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	105.00 PUNTOS
	<u>ITEM 2: EQUIPO DE FOTOTERAPIA</u>		
	10.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	CF DISMED S.A.C.
		FACTORES	PUNTAJES
		PRECIO	100 PUNTOS
		ANEXO N°10 - BONIFICACION DEL 5% (TENER CONDICION DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA)	5 PUNTOS
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	105.00 PUNTOS

11	<b>RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN</b>		
	De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:		
	<u>ITEM 1: CUNA DE CALOR RADIANTE</u>		
	N° DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
	1	CF DISMED S.A.C.	105.00 PUNTOS
	<u>ITEM 2: EQUIPO DE FOTOTERAPIA</u>		
	N° DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
	1	CF DISMED S.A.C.	105.00 PUNTOS
	Nota.- En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación.		

12	<b>CALIFICACIÓN</b>		
	Luego de culminada la evaluación, el COMITÉ DE SELECCIÓN, determinó si el postor que obtuvo el primer, según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:		
	<u>ITEM1: CUNA DE CALOR RADIANTE</u>		
	12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	CF DISMED S.A.C.
		REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CUMPLE NO CUMPLE



FORMATO N° 11

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES

(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

A	CAPACIDAD LEGAL		
A.1	HABILITACIÓN	X	
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR		
B.1	FACTURACIÓN	X	
C	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (SOLO PARA MODALIDAD DE EJECUCIÓN LLAVE EN MANO)	X	
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICA	

**ITEM 2: EQUIPO DE FOTOTERAPIA**

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		CF DISMED S.A.C.	
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
A	CAPACIDAD LEGAL		
A.1	HABILITACIÓN	X	
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR		
B.1	FACTURACIÓN	X	
C	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (SOLO PARA MODALIDAD DE EJECUCIÓN LLAVE EN MANO)	X	
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICA	

**12.3 DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS**

La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación, según cuadro N°01 y cuadro N°02 que forma parte de la presente Acta.

**13 RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN**

De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el PRIMER lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:

**ITEM 1: CUNA DE CALOR RADIANTE**

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR
1	CF DISMED S.A.C.

**ITEM 2: EQUIPO DE FOTOTERAPIA**

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR
1	CF DISMED S.A.C.

**14 ACUERDO ADOPTADO**

Los integrantes del comite de seleccion, por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Evaluación de Ofertas adjuntos que forman parte del Acta. del ITEM 1 Y ITEM 2.

Siendo las 17:35 pm se procede a culminar la admision y evaluacion y calificacion de propuestas, reprogramando la siguiente sesion para el día 03 de setiembre del 2024.



FORMATO N° 11

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

15



PRESIDENTE



PRIMER MIEMBRO



SEGUNDO MIEMBRO

NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN



CUADRO N°1 : EVALUACIÓN DE OFERTAS LP 07-2024-GERESA/CS-1- ITEM 1

A.	ADMISIÓN DE OFERTA	DRAEGER PERU S.A.C.	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	CONSORCIO CPB MEDICAL S.A.C-GBIOMEDICA IMPORTACIONES S.A.C	CF DISMED S.A.C.
	Documentación de presentación obligatoria				
	Documentos para la admisión de la oferta				
a)	Declaración Jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Presento ANEXO N° 1	Presento ANEXO N° 1	Presento ANEXO N° 1	Presento ANEXO N° 1
b)	<p>Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.</p> <p>En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.</p> <p>En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.</p> <p>En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.</p>	Presento Sustento	NO PRESENTA	Presento Sustento	Presento Sustento
c)	Declaración Jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Presento ANEXO N° 2	Presento ANEXO N° 2	Presento ANEXO N° 2	Presento ANEXO N° 2
d)	Declaración Jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Presento ANEXO N° 3	Presento ANEXO N° 3	NO ESPECIFICA A QUE ITEM SE ESTA PRESENTANDO	Presento ANEXO N° 3
e)	<p>Para acreditar características técnicas relacionadas al diseño del fabricante de equipos o bienes de convocatoria en procedimientos de selección será a través de la HOJA DE PRESENTACION DEL PRODUCTO Y SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (FORMATO N°01) y se empleará para ello: Folletos, instructivos, manuales, catálogos, data sheet de fabricante, en original o copias; también se empleará otro documento emitido por el fabricante para sustentar las características del mismo, dicha carta con fecha máximo de antigüedad 12 meses a la presentación de las ofertas, para sustentar una características técnica del mismo(debidamente acreditada por el fabricante y la información sea verdadera y verificable bajo responsabilidad del postor). Las características técnicas que tienen que ser sustentadas obligatoriamente, con la documentación anteriormente mencionada, por ítem son las siguientes:</p> <p>Respecto al sustento gráfico (planos, figuras, o imágenes), que sustentan el (los) bien(es) ofertado(s), objeto de la convocatoria, tendrá que estar compatibilizado con el sustento literal correspondiente. Si en las propuestas, existiera contradicciones entre el sustento gráfico y literal, estas serán descalificadas. Las otras características técnicas que no están relacionadas al diseño de fabricante serán acreditadas mediante el ANEXO N°03: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS de las bases</p>	PRESENTO	NO PRESENTA COMPLETO EL FORMATO	PRESENTO	PRESENTO
	Se presentará carta emitido por el fabricante autorizando a su representante o distribuidor a emitir la declaración jurada de disponibilidad de repuestos, accesorios, componentes y servicio técnico por tiempo no menor a cinco años.	PRESENTA AUTORIZACION POR EL FABRICANTE	NO PRESENTA AUTORIZACION POR EL FABRICANTE	NO PRESENTA AUTORIZACION POR EL FABRICANTE DE ACUERDO A LO SOLICITADO	PRESENTA AUTORIZACION POR EL FABRICANTE
ITEM 1					



1.- CUNA DE CALOR RADIANTE	MARCA: DRAGER, MODELO: BABYROO TN300	MARCA: OLIDEF, MODELO: MATRIX SC	MARCA: COMEN, MODELO: BQ80	MARCA: DAVID MEDICAL, MODELO: HKN-2200B
1 GENERALES:				
1.01 EQUIPO RODABLE DE FÁCIL TRANSPORTE, COMO MÍNIMO DOS DE SUS RUEDAS CON FRENO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.02 AÑO DE FABRICACIÓN NO MAYOR A UN AÑO (CONTABILIZADO A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DEL PROCESO).	NO CUMPLE, PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DEL MISMO POSTOR Y DEBE SER DEL FABRICANTE	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.03 PANTALLA LCD. TÁCTIL A COLOR PARA VISUALIZACIÓN DE LA POTENCIA CALORÍFICA UTILIZADA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.04 FUENTE DE ILUMINACIÓN PARA PROCEDIMIENTOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.05 UN (01) CAJÓN DE FÁCIL ACCESO COMO MÍNIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.06 CON CAPACIDAD DE INCLINACIÓN DE LA CUNA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.07 CON SISTEMA DE LA ALTURA VARIABLE Y BANDEJA DE RAYOS X DE FÁCIL ACCESO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.08 CON SISTEMA DE CALENTAMIENTO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.	NO CUMPLE, NO ACREDITA QUE EL MICROPROCESADOR SEA PARA CONTROLAR EL SISTEMA DE CALENTAMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.09 CALEFACTOR CON CAPACIDAD PARA FACILITAR EL ACCESO DE EQUIPOS DE RAYOS X.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.1 CON DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL CALOR POR TODO EL COLCHÓN	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.11 CON MÓDULO DE EXPULSIÓN DE FLUIDOS PULMONARES PARA RESTABLECER LA CAPACIDAD RESIDUAL FUNCIONAL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.12 LÁMPARA DE FOTOTERAPIA INTEGRADA 6 EXTERNA AUTOSOPORTADA. CON EMISIÓN DE LUZ AZUL DE TECNOLOGÍA LED, SELECCIONABLE ENTRE: 25 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ Y 40 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ O RANGO MÁS AMPLIO, COMO MÍNIMO DOS POSICIONES COMPRENDIDAS EN ESE RANGO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.13 SUMINISTRO DE GASES AL PACIENTE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.14 SUMINISTRO DE OXÍGENO Y AIRE MEDICINAL, A UNA PRESIÓN DE 50 PSI O RANGO QUE CONTENGA ESTE VALOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO



1.15	MESCLADOR DE OXIGENO/AIRE (BLENDER) INCORPORADO O EXTERNO, QUE PERMITA REGULAR LA CONCENTRACION DE OXIGENO DEL 21 AL 100%.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.16	MODULO DE REANIMACION.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.17	SOPORTE RESPIRATORIO INTEGRADO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.18	RANGO DE CONTROL DE FLUJO 0-15 LPM & RANGO DE MAYOR AMPLITUD.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.19	<i>RANGO AJUSTABLE DE FRECUENCIA RESPIRATORIA (OPCIONAL)</i>	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.2	PRESION (PEEP): 0-18 cm DE H <sub>2</sub> O.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.21	SUMINISTRO AUTOMÁTICO & MANUAL DE FIO <sub>2</sub> , FLUJO, PRESIÓN MÁXIMA EN MÓDULO RESPIRATORIO INTEGRADO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.22	ASPIRADOR CON DEPÓSITO PARA SECRECIONES Y VACUÓMETRO.	NO CUMPLE, NO ACREDITA QUE TENGA DEPÓSITO PARA SECRECIONES	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.23	SISTEMA DE CALOR RADIANTE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.24	MODO MANUAL: CONTROL Y VISUALIZACIÓN DE POTENCIA UTILIZADA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.25	MODO SERVO CONTROLADO DE TEMPERATURA DE PIEL: RANGO AJUSTABLE DE 35°C O MENOS A 37°C O MÁS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.26	CALEFACTOR CON POTENCIA DE 500 W O MAYOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.27	AJUSTE DE LA POTENCIA DEL CALEFACTOR CON INCREMENTOS DEL 20% O MENOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2	ALARMAS AUDIOVISUALES				
2.01	ALARMA DE FALLO DE ALIMENTACION ELECTRICA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.02	DE MODO MANUAL (ADVERTENCIA DE TIEMPO TRANSCURRIDO DE FUNCIONAMIENTO Y/O VERIFICACIÓN DE LA TEMPERATURA/CONDICIÓN DEL NEONATO).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3	ACCESORIOS:				



3.01	UN (01) CILINDRO DE OXIGENO (CON CARGA) TIPO E, CON VALVULA TIPO PIN INDEX 6 CGA-540, CON REGULADOR DE OXIGENO Y MANOMETRO, QUE SE FIJARAN AL EQUIPO MEDIANTE UN SOPORTE O SISTEMA DE SUJECION.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.02	UN (01) CILINDRO AIRE MEDICINAL (CON CARGA) TIPO E, CON VALVULA TIPO PIN INDEX 6 CGA-540 CON REGULADOR Y MANOMETRO, COMPATIBLE AL EQUIPO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.03	DOS (02) COLCHONETAS (UNA EN EL EQUIPO Y LA OTRA DE REPUESTO).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.03	UN (01) SOPORTE PARA MONITOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.04	UNA (01) BANDEJA LATERAL, DE FACIL DESINFECCION.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.05	UNA (01) BALANZA ELECTRONICA INCORPORADA O EXTERNA, PARA PESAJE DE NEONATOS, CON RESOLUCION DE PESAJE DE 10 g o MÁS PRECISO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.06	TREINTA (30) CIRCUITOS DE RESPIRACION DESECHABLES COMPATIBLES AL EQUIPO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.07	VEINTE (20) BOTELLAS DE SUCCION DESECHABLES O CUATRO (04) BOTELLAS DE SUCCION REUSABLES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.08	TREINTA (30) THERMOPADS CON CUBIERTA REFLECTANTE U OTRO DISPOSITIVO DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA FIJAR EL SENSOR A LA PIEL DEL NEONATO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.09	DOS (02) MANGUERAS DE OXIGENO, CON CONECTORES EN SUS EXTREMOS (UNA EN EL EQUIPO Y LA OTRA DE REPUESTO).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.1	DOS (02) MANGUERAS DE AIRE MEDICINAL, CON CONECTORES EN SUS EXTREMOS (UNA EN EL EQUIPO Y LA OTRA DE REPUESTO).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.11	DOS (02) SENSORES DE PIEL NEONATALES REUSABLES, UNA EN EL EQUIPO Y EL OTRO DE REPUESTO) O (VEINTE (20) SENSORES DE TEMPERATURA DE PIEL NEONATAL DESCARTABLES).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.12	BARANDAS DE SEGURIDAD EN EL PERIMETRO DE LA CUNA, DE LAS CUALES COMO MÍNIMO DOS ABATIBLES O RETRACTILES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.13	UN (01) PORTA SUERO TELESCÓPICO, EN ACERO INOXIDABLE (VARILLA MACIZA).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
4	REQUERIMIENTO ELÉCTRICO:				




4.01	TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 220/230V/AC Ó RANGO QUE CONTENGA ESTOS VALORES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
4.02	FRECUENCIA 60 HZ, MONOFÁSICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
4.03	<u>EL EQUIPO Y PERIFÉRICOS SE ENERGIZARÁN DESDE UN ESTABILIZADOR DE TENSIÓN. (PROPORCIONADO POR EL CONTRATISTA). QUE GARANTICE UN BUEN CONTACTO ELÉCTRICO EN SUS TOMAS. TENSIÓN DE SALIDA 220 V/AC +/- 2.5% Ó MÁS PRECISO. CON UN MÍNIMO DEL 20% DE POTENCIA ADICIONAL, RESPECTO A LA POTENCIA DEL EQUIPO Y PERIFÉRICOS</u>	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
4.04	ENCHUFE Y CABLE DE PODER VULCANIZADO CON PUESTA A TIERRA, DEBIENDO QUEDAR COMPATIBLE CON EL TOMA CORRIENTE ENCONTRADO Y LA SALIDA DEL ESTABILIZADOR DE TENSIÓN, SIN COSTO ADICIONAL PARA LA ENTIDAD.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
f)	REGISTRO SANITARIO de los bienes objeto de la contratación que por normatividad correspondan, presentar una copia de registro sanitario que lo acredite; QUE PODRÁ SER A NOMBRE DEL POSTOR O TERCERO; los bienes que no lo requieren deberá adjuntar la DECLARACION JURADA DE EQUIPOS QUE NO ESTAN A REGISTRO Y EL LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE NO ESTAN SUJETO A REGISTRO (EMITIDO POR DIGEMID).	PRESENTA REGISTRO SANITARIO	NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO	PRESENTA REGISTRO SANITARIO	PRESENTA REGISTRO SANITARIO
g)	SERVICIO DE VENTA para garantizar un stock de repuestos y/o accesorios, insumos, consumibles y otros materiales, dentro del territorio nacional del Perú; por el período de 05 años; debiendo adjuntar la DECLARACION JURADA DE SERVICIO POST-VENTA, firmada por el representante legal de la empresa. Así mismo, el postor deberá estar autorizado (por el fabricante o por el representante local del fabricante)	PRESENTA DECLARACION JURADA DE SERVICIO POST-VENTA	NO PRESENTA DECLARACION JURADA DE SERVICIO POST-VENTA	NO PRESENTA DECLARACION DE ACUERDO A LO SOLICITADO, LA DECLARACION JURADA PRESENTADA NO ESPECIFICA A QUE ITEMS PERTENECE TAMPOCO ES CONGRUENTE CON LA CARTA DE FABRICANTE EN AÑOS	PRESENTA DECLARACION JURADA DE SERVICIO POST-VENTA
h)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo Nº 4)	PRESENTO ANEXO Nº 4	PRESENTO ANEXO Nº 4	PRESENTO ANEXO Nº 4	PRESENTO ANEXO Nº 4
i)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	PRESENTO ANEXO Nº 5	NO CORRESPONDE
j)	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	PRESENTO ANEXO Nº 6	PRESENTO ANEXO Nº 6	LA MODALIDAD DE CONTRATACION ES DE SUMA ALZADA, LO CUAL NO CORRESPONDE PRESTACION ACCESORIA, EL ANEXO Nº 6 NO ACORDE A LO SOLICITADO	PRESENTO ANEXO Nº 6



	<p>Certificado de seguridad eléctrica: UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA o NTP IEC 606011:2010 Equipos Médicos Eléctricos. Cualquiera de los certificados emitido por institución competente. TAMBIEN PODRA SER ACREDITADO EN CATALOGOS, MANUALES, DATASHEET, DEL FABRICANTE, DECLARACION JUARADA DEL POSTOR. ASI MISMO, DICHO CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOLO ES APLICABLE PARA LOS EQUIPOS: CUNA DE CALOR RADIANTE, EQUIPO DE FOTOTERAPIA, ECOGRAFO DOPPLER CALOR 4D, EQUIPO DE RAYOS X RODABLE DIGITAL, MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOREO BASICO Los equipos que utilicen energía eléctrica deberán cumplir con lo normado en el Código Nacional de Electricidad vigente en el país y deberán funcionar sin transformador externo (a no ser que trabajen con voltaje DC). Los equipos no se aceptarán con adaptadores de enchufes externos, extensiones o supresores de pisco. En la etapa de entrega/recepción de los equipos, el comité de recepción realizará la inspección técnica respectiva.</p>	PRESENTA DOCUMENTACION	NO PRESENTA CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELECTRICA	PRESENTA DOCUMENTACION	PRESENTA DOCUMENTACION
<b>ADMISION DE OFERTAS</b>					
<b>3.2</b>	<b>REQUISITOS DE CALIFICACION</b>	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	ADMITIDO
<b>A</b>	<b>CAPACIDAD LEGAL</b>				
	<b>HABILITACION:</b> - Autorización Sanitaria de Funcionamiento <b>Acreditación:</b> - Copia de la resolución directoral de autorización sanitaria de funcionamiento expedido por la DIGEMID. <b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>				PRESENTA DOCUMENTACION
<b>B</b>					
<b>1</b>	El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/580,000.00 (QUINIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 SOLES), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. PARA MYPE S/26,086.67 (VEINTISEIS MIL OCHENTA Y SEIS CON 67/100 SOLES)				ACREDITA S/. 120,000.00
<b>2</b>	<b>BIENES SIMILARES:</b>				CUMPLE CON LOS BIENES SIMILARES
<b>C</b>	<b>EQUIPOS BIOMEDICOS EN GENERAL</b>				
<b>C.1</b>	<b>CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL</b>				
	<b>EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE</b> Personal Profesional Profesión: Personal de Salud, Ingeniero Electrónico o Ingeniero Mecatrónico o Ingeniero Biomédico. Condición: Colegiado y Habilitado. Cuatro (04) años de experiencia en instalación y/o implementación y/o capacitación y/o mantenimiento de los equipos médicos ofertados. La experiencia se contabilizará de la fecha de colegiatura en adelante. Servicio técnico Especializado en mantenimiento del equipo ofertado, con 20 horas lectivas mínimas.				CUMPLE CON EL PERSONAL CLAVE
	Personal del Mantenimiento Preventivo Personal Técnico Cantidad mínima: 01 Responsable del mantenimiento del equipo Cuatro (04) años o mas de experiencia en el mantenimiento y/o reparación de los equipamientos médicos. La experiencia se contabilizará, para el caso del personal técnico, de la fecha de obtención del título en adelante y, para el caso de bachiller en Ingeniería, fecha de grado de bachiller en adelante.				CUMPLE CON EL PERSONAL CLAVE
	<b>FACTORES DE EVALUACION</b>				




	FACTOR DE EVALUACIÓN: La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas DE LOS ITEMS I				
	A. PRECIO Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. Acreditación: Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).				S/. 200.000.00
	La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntuajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $PI = \frac{Om \times PMP}{Oi} = 100 \text{ PUNTOS}$ Oi i = Oferta PI = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio ANEXO 10: BONIFICACION DEL 5% (TENER CONDICION DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA)				100
	TOTAL				5
					105







**FORMATO N° 11**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

<b>1</b>	<b>NÚMERO DE ACTA</b>	002-CS- LP N°07-GERESA/LL
----------	-----------------------	---------------------------

<b>2</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b>
	<p>En, Ciudad de Trujillo, a los 03 días del mes de setiembre del año 2024, en la oficina de Planificación, a las 7:30 a.m. horas, se reunieron los integrantes del Comité de designados mediante FORMATO N°04, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de LP-SM-7-2024-GERESA/LL-1, cuyo objeto de convocatoria es <b>IOARR 2612202-HOSPITAL PROVINCIAL TAYABAMBA "REMODELACION DE RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; ADQUISICION DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) PROVINCIA DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"</b>, a fin de efectuar la APERTURA DE SOBRES, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.</p>

3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)					
	El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros					
	Presidente	ING.LENIN TARRILLO MENDOZA	Titular	X	Dependencia:	OF. PLANIFICACION
			Suplente			
	Primer Miembro	ING.ALEX FABIO KEVIN VACA TELLEZ	Titular	X	Dependencia:	OF. PLANIFICACION
Suplente						
Segundo Miembro	BR. KATHERIN YAMALY FERNANDEZ BAZALAR	Titular	X	Dependencia:	OF.ABASTECIMIENTO	
		Suplente				

4

DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

Nº	Nombre o razón social del participante	RUC
1	SILUPU NAVARRETE JOSE ESGARDO	10104942330
2	TORREBLANCA VARGAS JOHNNY ENRIQUE	10296125691
3	ROCA S.A.C.	20101337261
4	SISTEMAS ANALITICOS SRL	20155695901
5	MEDELCO SRL	20208310730
6	GAMEL S.R.L.	20333483395
7	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	20340116055
8	CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.	20438551825
9	PERUANA DE INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20454836066
10	RICAF MEDICAL E.I.R.L	20477671561
11	BIOTECNOLOGIC IMPORT S.A.C.	20493132416
12	VITALTEC S.A.C.	20501645517
13	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20503650186
14	ADVANTAGE MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20506475954
15	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20512709088
16	OXYMAN COMERCIAL SAC	20516367670
17	TECNOLOGIA BIOMEDICA INTEGRAL S.A.C.	20524594944



**FORMATO N° 11**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

18	NUCLEO DE INGENIERIA TOTAL Y CONSTRUCCION S.A.C. - NITCON S.A.C.	20524816947
19	DRAEGER PERU S.A.C.	20538597121
20	INTEGRACION Y SOLUCIONES MEDICAS DE DIAGNOSTICO S.A.C. - ISOLMEDIC S.A.C.	20545272688
21	DIEGO MEDICAL S.A.C.	20547899475
22	GRUPO TOVAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO TOVAL S.A.C.	20553377308
23	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	20556514004
24	DDM MEDICAL S.A.C	20600096622
25	CIA MEGA MEDIC S.A.C.	20600340779
26	STBIOMEDICAL S.A.C.	20601785324
27	INDUSTRIA TECNOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDUSTRIA TECNOMEDIC S.A.C.	20602609104
28	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	20603346344
29	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	20603355289
30	CF DISMED S.A.C.	20603460554
31	TECNO IMAGEN PERU S.A.C.	20604458944
32	CORPORACION MEDICA DANNYMED E.I.R.L.	20605204644
33	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	20606008024
34	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	20606042044
35	ELVIMEDIC GROUP SAC	20606423374
36	PHARMA INTERNATIONAL S.A.C.	20609870355
37	DYR MEDICAL S.A.C.	20610572333
38	MADISUM HEALTHCARE S.A.C.	20611358343

**5 DETALLE DE LOS POSTORES**

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron en la plataforma del SEACE sus ofertas en sobre cerrado:

**ITEM 3: ECOGRAFO DOPPLER COLOR 4D**

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	CONSORCIO R & M ELECTROMEDICA S.R.L. - TECNI-MED SYSTEM S.A.	26/08/2024	23:34:13
2	SAINT INDUSTRY EIRL	26/08/2024	23:45:49

**ITEM 4: EQUIPOS DE RAYOS X RODABLE DIGITAL**

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	CONSORCIO R & M ELECTROMEDICA S.R.L. - TECNI-MED SYSTEM S.A.	26/08/2024	23:34:13
2	SAINT INDUSTRY EIRL	26/08/2024	23:45:49



**FORMATO N° 11**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

**6** Acto seguido, se procede con la apertura de los sobres que contienen las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.

**7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS**

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

**ITEM 3: ECOGRAFO DOPPLER COLOR 4D**

N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	<p>NO PRESENTA COMPLETO EL FORMATO</p> <p>NO PRESENTA CARTA DE AUTORIZACION DE FABRICANTE</p> <p>NO PRESENTA DECLARACION JURADA DE SERVICIO POST-VENTA (SE DETALLA EN EL CUADRO N°3)</p>

**ITEM 4: EQUIPO DE RAYOS X RODABLE DIGITAL**

N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	<p>NO PRESENTA COMPLETO EL FORMATO</p> <p>NO PRESENTA CARTA DE AUTORIZACION DE FABRICANTE</p> <p>NO PRESENTA DECLARACION JURADA DE SERVICIO POST-VENTA (SE DETALLA EN EL CUADRO N°4)</p>

**8 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN**

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:

**ITEM 3: ECOGRAFO DOPPLER COLOR 4D**

N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
1	CONSORCIO R & M ELECTROMEDICA S.R.L. - TECNI-MED SYSTEM S.A.	<p>IOARR 2612202-HOSPITAL PROVINCIAL TAYABAMBA "REMODELACION DE RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; ADQUISICION DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) PROVINCIA DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" ITEM 3: ECOGRAFO DOPPLER COLOR 4D</p>

**ITEM 4: EQUIPO DE RAYOS X RODABLE DIGITAL**



**FORMATO N° 11**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES**

**(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
1	CONSORCIO R & M ELECTROMEDICA S.R.L. - TECNI-MED SYSTEM S.A.	IOARR 2612202-HOSPITAL PROVINCIAL TAYABAMBA "REMODELACION DE RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; ADQUISICION DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) PROVINCIA DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA , PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" ITEM 4: EQUIPOS DE RAYOS X RODABLE DIGITAL

<b>9 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS</b>			
<b>9.1 DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA</b>			
<u>ITEM 3: ECOGRAFO DOPPLER COLOR 4D</u>			
N°	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor estimado
1	CONSORCIO R & M ELECTROMEDICA S.R.L. - TECNI-MED SYSTEM S.A.	670,000.00	99.26
<u>ITEM 4: EQUIPO DE RAYOS X RODABLE DIGITAL</u>			
N°	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor estimado
1	CONSORCIO R & M ELECTROMEDICA S.R.L. - TECNI-MED SYSTEM S.A.	885,000.00	99.81
<b>9.2 DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b>			
La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según cuadro N°03 y cuadro N°04 que forma parte de la presente Acta.			

10	PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES		
	COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR		
	ITEM 3:ECOGRAFO DOPPLER COLOR 4D		
	10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	CONSORCIO R & M ELECTROMEDICA S.R.L. - TECNI-MED SYSTEM S.A.
		FACTORES	PUNTAJES
		PRECIO	100 PUNTOS
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 PUNTOS
	ITEM 4:EQUIPO DE RAYOS X RODABLE DIGITAL		
	10.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	CONSORCIO R & M ELECTROMEDICA S.R.L. - TECNI-MED SYSTEM S.A.
		FACTORES	PUNTAJES



**FORMATO N° 11**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

PRECIO	100 PUNTOS
SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 PUNTOS

**11 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN**

De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:

**ITEM 3: ECOGRAFO DOPPLER COLOR 4D**

N° DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
1	CONSORCIO R & M ELECTROMEDICA S.R.L. - TECNI-MED SYSTEM S.A.	100 PUNTOS

**ITEM 4: EQUIPO DE RAYOS X RODABLE DIGITAL**

N° DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
1	CONSORCIO R & M ELECTROMEDICA S.R.L. - TECNI-MED SYSTEM S.A.	100 PUNTOS

**Nota.-** En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación.

**12 CALIFICACIÓN**

Luego de culminada la evaluación, el COMITÉ DE SELECCIÓN, determinó si el postor que obtuvo el primer, según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:

**ITEM 3: ECOGRAFO DOPPLER COLOR 4D**

<b>12.1</b>	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1</b>	<b>CONSORCIO R &amp; M ELECTROMEDICA S.R.L. - TECNI-MED SYSTEM S.A.</b>
<b>REQUISITOS DE CALIFICACIÓN</b>		<b>CUMPLE      NO CUMPLE</b>
<b>A</b>	<b>CAPACIDAD LEGAL</b>	
A.1	HABILITACIÓN	X
<b>B</b>	<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR</b>	
B.1	FACTURACIÓN	X
<b>C</b>	<b>CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b>	
C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (SOLO PARA MODALIDAD DE EJECUCIÓN LLAVE EN MANO)	X
<b>RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN</b>		<b>CALIFICA</b>

**ITEM 4: EQUIPOS DE RAYOS X RODABLE DIGITAL**

	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1</b>	<b>CONSORCIO R &amp; M ELECTROMEDICA S.R.L. - TECNI-MED SYSTEM S.A.</b>
<b>REQUISITOS DE CALIFICACIÓN</b>		<b>CUMPLE      NO CUMPLE</b>
<b>A</b>	<b>CAPACIDAD LEGAL</b>	
A.1	HABILITACIÓN	X
<b>B</b>	<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR</b>	
B.1	FACTURACIÓN	X



FORMATO N° 11

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

	C	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
	C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (SOLO PARA MODALIDAD DE EJECUCIÓN LLAVE EN MANO)	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICA	
12.3	DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS			
	La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación, según CUADRO N°3 Y CUADRO N°4, que forma parte de la presente Acta.			

13	RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN	
	De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el PRIMER lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:	
	ITEM 3:ECOGRAFO DOPPLER COLOR 4D	
	Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR
	1	CONSORCIO R & M ELECTROMEDICA S.R.L. - TECNI-MED SYSTEM S.A.
	ITEM 4:EQUIPOS DE RAYOS X RODABLE DIGITAL	
	Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR
	1	CONSORCIO R & M ELECTROMEDICA S.R.L. - TECNI-MED SYSTEM S.A.

14	ACUERDO ADOPTADO			
	Los integrantes del comite de seleccion, por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Evaluación de Ofertas adjuntos que forman parte del Acta. del ITEM 3. Y ITEM 4.			
	Siendo las 17:35 pm se procede a culminar la admision y evaluacion y calificacion de propuestas, reprogramando la siguiente sesion para el día 04 de setiembre del 2024.			

15	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">               PRESIDENTE         </div> <div style="text-align: center;">               PRIMER MIEMBRO         </div> <div style="text-align: center;">               SEGUNDO MIEMBRO         </div> </div>			
	NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN			



CUADRO N°2: EVALUACIÓN DE OFERTAS LP 07-2024-GERESA/CS-1- ITEM 2

A.	ADMISIÓN DE OFERTA	DRAEGER PERU SAC	SAINT INDUSTRY EIRL	CONSORCIO CPB MEDICAL S.A.C.-GBIOMEDICA IMPORTACIONES S.A.C	CF DISMED S.A.C.
	Documentación de presentación obligatoria				
	Documentos para la admisión de la oferta				
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Presento ANEXO N° 1	Presento ANEXO N° 1	Presento ANEXO N° 1	Presento ANEXO N° 1
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandato designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	Presento Sustento	NO PRESENTA	Presento Sustento	Presento Sustento
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Presento ANEXO N° 2	Presento ANEXO N° 2	Presento ANEXO N° 2	Presento ANEXO N° 2
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Presento ANEXO N° 3	Presento ANEXO N° 3	NO ESPECIFICA A QUE ITEM SE ESTA PRESENTANDO	Presento ANEXO N° 3
e)	Para acreditar características técnicas relacionadas al diseño del fabricante de equipos o bienes de convocatoria en procedimientos de selección será a través de la HOJA DE PRESENTACION DEL PRODUCTO Y SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (FORMATO N°01) y se empleará para ellos: Folletos, instructivos, manuales, catálogos, data sheet de fabricante, en original o copias; también se empleara otro documento emitido por el fabricante para sustentar las características del mismo, dicha carta con fecha maximo de antigüedad 12 meses a la presentación de las ofertas, para sustentar una características técnica del mismo(debidamente acreditada por el fabricante y la información sea verdadera y verificable bajo responsabilidad del postor). Las características técnicas que tienen que ser sustentadas obligatoriamente, con la documentación anteriormente mencionada, por ítem son las siguientes: Respecto al sustento grafico (planos, figuras, o imágenes), que sustentan el (los) bien(es) ofertado(s), objeto de la convocatoria, tendrá que estar compatibilizado con el sustento literal correspondiente. Si en las propuestas, existiera contradicciones entre el sustento grafico y literal, estas serán descalificadas. Las otras características técnicas que no están relacionadas al diseño de fabricante serán acreditadas mediante el ANEXO N°03: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS de las bases	PRESENTO	NO PRESENTA COMPLETO EL FORMATO	PRESENTO	PRESENTO
	Se presentará carta emitido por el fabricante autorizando a su representante o distribuidor a emitir la declaración jurada de disponibilidad de repuestos, accesorios, componentes y servicio técnico por tiempo no menor a cinco años.	PRESENTA AUTORIZACION POR EL FABRICANTE	NO PRESENTA CARTA DE AUTORIZACION DE FABRICANTE	NO PRESENTA AUTORIZACION FABRICANTE DE ACUERDO A LO SOLICITADO	PRESENTA AUTORIZACION POR EL FABRICANTE
ITEM 2					

1.- EQUIPO DE FOTOTERAPIA		MARCA: DRAGER, MODELO: BILLUX PHOTOTHERAPY LIGHT	MARCA: BISTOS, MODELO: BT400	MARCA: COMEN, MODELO: BL70	MARCA: DAVID MEDICAL, MODELO: XHZ-905
1	GENERALES:				
1.01	DE BASE RODABLE, DE FACIL DESPLAZAMIENTO, DOS RUEDAS CON FRENO COMO MINIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.02	FACIL POSICIONAMIENTO DE LA LAMPARA DE FOTOTERAPIA RESPECTO AL PACIENTE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.03	AJUSTABLE EN ALTURA Y DEMAS MOVIMIENTOS DE LA LAMPARA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.04	CON SISTEMA DE FRENO EN LAS RUEDAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.05	<u>NIVEL DE RUIDO MENOR O IGUAL A 50 DB</u>	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.06	EQUIPO DEBE CUMPLIR POR LO MENOS 2 NORMATIVAS INTERNACIONALES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2	FUENTE DE LUZ:				
2.01	TECNOLOGIA DE ILUMINACION LED.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.02	INCLINACION DE LA LAMPARA HASTA 90° SEXAGECIMALES U OTRO ANGULO SEGUN DISEÑO DEL FABRICANTE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.03	LONGITUD DE ONDA DOMINANTE COMPRENDIDO EN EL ESPECTRO ELECTROMAGNETICO AZUL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.04	<u>GRADO DE PROTECCIÓN IP54 O DE ACUERDO AL DISEÑO DEL FABRICANTE.</u>	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.05	RADIACIÓN EMITIDA POR LA FUENTE DE LUZ SELECIONABLE ENTRE: 25 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ y 40 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ O RANGO MAS AMPLIO, COMO MINIMO DOS POSICIONES COMPRENDIDAS EN ESE RANGO.	NO CUMPLE. LA IRRADIACION ESPECTRAL MEDIA NO ALCANZA 25 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3	REQUERIMIENTO ELÉCTRICO:				
3.01	TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 220V/ AC Ó RANGO QUE CONTENGA ESTE VALOR. FRECUENCIA 60 HZ.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO



3.02	EL EQUIPO Y PERIFÉRICOS SE ENERGIZARÁN DESDE UN UPS ON LINE DE DOBLE CONVERSIÓN CON FUNCIÓN DE ESTABILIZADOR DE TENSIÓN (PROPORCIONADO POR EL CONTRATISTA), DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO, QUE GARANTICE UN BUEN CONTACTO ELÉCTRICO EN SUS TOMAS, TENSIÓN DE SALIDA 220 V/AC +/- 2.5% O MÁS PRECISO, CON UN MÍNIMO DEL 20% DE POTENCIA ADICIONAL, RESPECTO A LA POTENCIA DEL EQUIPO Y PERIFÉRICOS, AUTONOMÍA DEL UPS DE 10 MINUTOS COMO MÍNIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y AGREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	NO CUMPLE, NO SE AGREDITA CON EL 20% DE POTENCIA ADICIONAL, RESPECTO A LA POTENCIA DEL EQUIPO Y PERIFÉRICOS, AUTONOMÍA DEL UPS DE 10 MINUTOS COMO MÍNIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y AGREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.03	ENCHUFE Y CABLE DE PODER VULCANIZADO CON PUESTA A TIERRA, DEBIENDO QUEDAR COMPATIBLE CON EL TOMA CORRIENTE ENCONTRADO SIN COSTO ADICIONAL PARA LA ENTIDAD.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y AGREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y AGREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y AGREDITA SU CUMPLIMIENTO
f)	REGISTRO SANITARIO de los bienes objeto de la contratación que por normatividad correspondan, presentar una copia de registro sanitario que lo acredite, QUE PODRÁ SER A NOMBRE DEL POSTOR O TERCERO; los bienes que no lo requieren deberá adjuntar la DECLARACION JURADA DE EQUIPOS QUE NO ESTAN A REGISTRO Y EL LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE NO ESTAN SUJETO A REGISTRO (EMITIDO POR DIGEMID).	PRESENTA REGISTRO SANITARIO	NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO	PRESENTA REGISTRO SANITARIO	PRESENTA REGISTRO SANITARIO
g)	SERVICIO DE VENTA, para garantizar un stock de repuestos y/o accesorios, insumos, consumibles y otros materiales, dentro del territorio nacional del Perú; por el periodo de 05 años; debiendo adjuntar la DECLARACION JURADA DE SERVICIO POST-VENTA, firmada por el representante legal de la empresa. Así mismo, el postor deberá estar autorizado (por el fabricante o por el representante local del fabricante)	PRESENTA DECLARACION JURADA DE SERVICIO POST-VENTA	NO PRESENTA DECLARACION JURADA DE SERVICIO POST-VENTA	NO PRESENTA DECLARACION JURADA DE SERVICIO POST-VENTA	NO PRESENTA DECLARACION JURADA DE SERVICIO POST-VENTA
h)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	PRESENTO ANEXO N° 4	PRESENTO ANEXO N° 4	PRESENTO ANEXO N° 4	PRESENTO ANEXO N° 4
i)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	PRESENTO ANEXO N° 5	NO CORRESPONDE
j)	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	PRESENTO ANEXO N° 6	PRESENTO ANEXO N° 6	LA MODALIDAD DE CONTRATACION ES DE SUMA ALZADA, LO CUAL NO CORRESPONDE PRESTACION ACCESORIA, EL ANEXO N° 6 NO ACORDE A LO SOLICITADO	PRESENTO ANEXO N° 6
	Certificado de seguridad eléctrica: UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA o NTP IEC 606011:2010 Equipos Médicos Eléctricos. Cualquiera de los certificados emitido por institución competente. TAMBIEN PODRÁ SER AGREDITADO EN CATALOGOS, MANUALES, DATASHEET, DEL FABRICANTE, DECLARACION JURADA DEL POSTOR. ASI MISMO, DICHO CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOLO ES APLICABLE PARA LOS EQUIPOS: CUNA DE CALOR RADIANTE, EQUIPO DE FOTOTERAPIA, ECOGRAFO DOPPLER CALOR 4D, EQUIPO DE RAYOS X RODABLE DIGITAL, MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOREO BASICO Los equipos que utilicen energía eléctrica deberán cumplir con lo normado en el Código Nacional de Electricidad vigente en el país y deberán funcionar sin transformador externo (a no ser que trabajen con voltaje DC). Los equipos no se aceptarán con adaptadores de enchufes externos, extensiones o supresores de pisco. En la etapa de entrega/recepción de los equipos, el comité de recepción realizará la inspección técnica respectiva.	PRESENTA DOCUMENTACION	NO PRESENTA CERTIFICADO	PRESENTA DOCUMENTACION	PRESENTA DOCUMENTACION
3.2	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	ADMITIDO
A	CAPACIDAD LEGAL				

	<b>HABILITACION:</b> - Autorización Sanitaria de Funcionamiento Acreditación: - Copia de la resolución directoral de autorización sanitaria de funcionamiento expedido por la DIGEMID.				<b>PRESENTA DOCUMENTACION</b>
<b>B</b>	<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>				
<b>1</b>	El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/140,000.00 (CIENTO CUARENTA MIL CON 00/100 SOLES), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. PARA MYPE: S/6,543.33 (SEIS MIL CUARENTAY TRES CON 33/100 SOLES)				<b>ACREDITA S/. 120,000.00</b>
<b>2</b>	<b>BIENES SIMILARES:</b> EQUIPOS BIOMEDICOS EN GENERAL				<b>CUMPLE CON LOS BIENE SIMILARES</b>
<b>C</b>	<b>CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL</b>				
<b>C.1</b>	<b>EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE</b>				
	Personal Profesional Profesión: Personal de Salud, Ingeniero Electrónico o Ingeniero Mecatrónico o Ingeniero Biomédico. Condición: Colegiado y Habilitado. Cuatro (04) años de experiencia en instalación y/o implementación y/o capacitación y/o mantenimiento de los equipos médicos ofertados. La experiencia se contabilizará de la fecha de colegiatura en adelante. Servicio técnico Especializado en mantenimiento del equipo ofertado, con 20 horas lectivas mínimas.				<b>CUMPLE CON EL PERSONAL CLAVE</b>
	Personal del Mantenimiento Preventivo Personal Técnico Cantidad mínima: 01 Responsable del mantenimiento del equipo Cuatro (04) años o mas de experiencia en el mantenimiento y/o reparación de los equipamientos médicos. La experiencia se contabilizará, para el caso del personal técnico, de la fecha de obtención del título en adelante y, para el caso de bachiller en Ingeniería, fecha de grado de bachiller en adelante.				<b>CUMPLE CON EL PERSONAL CLAVE</b>
	<b>FACTORES DE EVALUACION</b>				
	<b>FACTOR DE EVALUACIÓN:</b> La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas DEL ITEM 2				
	<b>A. PRECIO</b> Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. Acreditación: Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).				<b>S/. 25,000.00</b>
	La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntuajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $PI = \frac{Om \times PMP}{OI} = 100 \text{ PUNTOS}$ $OI$ $i = \text{Oferta}$ $PI = \text{Puntaje de la oferta a evaluar}$ $OI = \text{Precio } i$ $Om = \text{Precio de la oferta más baja}$ $PMP = \text{Puntaje máximo del precio}$				<b>100</b>



ANEXO 10: BONIFICACION DEL 5% (TENER CONDICION DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA)						5
TOTAL						105




**FORMATO N° 11**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

<b>1</b>	<b>NÚMERO DE ACTA</b>	003-CS- LP N°07-GERESA/LL
----------	-----------------------	---------------------------

<b>2</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b>
<p>En, Ciudad de Trujillo, a los 04 días del mes de setiembre del año 2024, en la oficina de Planificación, a las 14.35 pm horas, se reunieron los integrantes del Comité de designados mediante FORMATO N°04, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de LP-SM-7-2024-GERESA/LL-1, cuyo objeto de convocatoria es IOARR 2612202-HOSPITAL PROVINCIAL TAYABAMBA "REMODELACION DE RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; ADQUISICION DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARIA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) PROVINCIA DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", a fin de efectuar la APERTURA DE SOBRES, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.</p>	

3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)					
	El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
	Presidente	ING.LENIN TARRILLO MENDOZA	Titular	X	Dependencia:	OF. PLANIFICACION
			Suplente			
	Primer Miembro	ING.ALEX FABIO KEVIN VACA TELLEZ	Titular	X	Dependencia:	OF. PLANIFICACION
			Suplente			
	Segundo Miembro	BR. KATHERIN YAMALY FERNANDEZ BAZALAR	Titular	X	Dependencia:	OF.ABASTECIMIENTO
			Suplente			

4

DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

Nº	Nombre o razón social del participante	RUC
1	SILUPU NAVARRETE JOSE ESGARDO	10104942330
2	TORREBLANCA VARGAS JOHNNY ENRIQUE	10296125691
3	ROCA S.A.C.	20101337261
4	SISTEMAS ANALITICOS SRL	20155695901
5	MEDELCO SRL	20208310730
6	GAMEL S.R.L.	20333483395
7	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	20340116055
8	CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.	20438551825
9	PERUANA DE INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20454836066
10	RICAF MEDICAL E.I.R.L	20477671561
11	BIOTECNOLOGIC IMPORT S.A.C.	20493132416
12	VITALTEC S.A.C.	20501645517
13	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20503650186
14	ADVANTAGE MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20506475954
15	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20512709088
16	OXYMAN COMERCIAL SAC	20516367670
17	TECNOLOGIA BIOMEDICA INTEGRAL S.A.C.	20524594944
18	NUCLEO DE INGENIERIA TOTAL Y CONSTRUCCION S.A.C. - NITCON S.A.C.	20524816947



**FORMATO N° 11**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

19	DRAEGER PERU S.A.C.	20538597121
20	INTEGRACION Y SOLUCIONES MEDICAS DE DIAGNOSTICO S.A.C. - ISOLMEDIC S.A.C.	20545272688
21	DIEGO MEDICAL S.A.C.	20547899475
22	GRUPO TOVAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO TOVAL S.A.C.	20553377308
23	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	20556514004
24	DDM MEDICAL S.A.C	20600096622
25	CIA MEGA MEDIC S.A.C.	20600340779
26	STBIOMEDICAL S.A.C.	20601785324
27	INDUSTRIA TECNOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDUSTRIA TECNOMEDIC S.A.C.	20602609104
28	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	20603346344
29	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	20603355289
30	CF DISMED S.A.C.	20603460554
31	TECNO IMAGEN PERU S.A.C.	20604458944
32	CORPORACION MEDICA DANNYMED E.I.R.L.	20605204644
33	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	20606008024
34	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	20606042044
35	ELVIMEDIC GROUP SAC	20606423374
36	PHARMA INTERNATIONAL S.A.C.	20609870355
37	DYR MEDICAL S.A.C.	20610572333
38	MADISUM HEALTHCARE S.A.C.	20611358343

**5 DETALLE DE LOS POSTORES**

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron en la plataforma del SEACE sus ofertas en sobre cerrado:

**ITEM 6: ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR DE 100 LITROS**

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	HTM SOLUCIONES S.A.C.	26/08/2024	23:03:15
2	SAINT INDUSTRY EIRL	26/08/2024	23:45:49

**ITEM 8: GRUPGRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO E INSONORIZADO**

XXXX

XXXX

**6** Acto seguido, se procede con la apertura de los sobres que contienen las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.

**7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS**

**FORMATO N° 11**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

**ITEM 6: ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR DE 100 LITROS**

N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	HTM SOLUCIONES S.A.C.	CARRO AUTOSOPORTADO CON CAPACIDAD DE DESPLAZAMIENTO O EQUIPO SOPORTADO POR UNA MESA DE ACERO INOXIDABLE REFORZADA RODABLE. POR LO MENOS DOS RUEDAS CON FRENO, RUEDAS DE ALTO TRÁNSITO DE 3" O MAYOR TAMAÑO:NO ACREDITA EL TAMAÑO DE LAS RUEDAS (DETALLADO EN EL CUADRO N°6)
2	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	NO PRESENTA COMPLETO EL FORMATO  NO PRESENTA CARTA DE AUTORIZACION DE FABRICANTE  NO PRESENTA DECLARACION JURADA DE SERVICIO POST-VENTA (DETALLADO EN EL CUADRO N°6)

**ITEM 8: GRUPGRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO E INSONORIZADO**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**8 ACUERDO ADOPTADO**


Los integrantes del comite de seleccion, por UNANIMIDAD, dan por aprobados DECLARAR DESIERTO, del ITEM 6. Y ITEM 8.

Siendo las 18:40 pm se procede a culminar la admision y evaluacion y calificacion de propuestas, reprogramando la siguiente sesion para el dia 05 de setiembre del 2024.

**8**

  
PRESIDENTE

  
PRIMER MIEMBRO

  
SEGUNDO MIEMBRO

**NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN**



CUADRO N° 6 : EVALUACIÓN DE OFERTAS LP 07-2024-GERESA/CS-1- ITEM 6

A. ADMISIÓN DE OFERTA		HTM SOLUCIONES S.A.C.	SAINT INDUSTRY EIRL
Documentación de presentación obligatoria			
Documentos para la admisión de la oferta			
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Presento ANEXO N° 1	Presento ANEXO N° 1
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	Presento Sustento	NO PRESENTA
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Presento ANEXO N° 2	Presento ANEXO N° 2
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Presento ANEXO N° 3	Presento ANEXO N° 3
e)	Para acreditar características técnicas relacionadas al diseño del fabricante de equipos o bienes de convocatoria en procedimientos de selección será a través de la HOJA DE PRESENTACION DEL PRODUCTO Y SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (FORMATO N°01) y se empleará para ello: Folletos, instructivos, manuales, catálogos, data sheet de fabricante, en original o copias; también se empleará otro documento emitido por el fabricante para sustentar las características del mismo, dicha carta con fecha máximo de antigüedad 12 meses a la presentación de las ofertas, para sustentar una característica técnica del mismo(debidamente acreditada por el fabricante y la información sea verdadera y verificable bajo responsabilidad del postor). Las características técnicas que tienen que ser sustentadas obligatoriamente, con la documentación anteriormente mencionada, por ítem son las siguientes: Respecto al sustento gráfico (planos, figuras, o imágenes), que sustentan el (los) bien(es) ofertado(s), objeto de la convocatoria, tendrá que estar compatibilizado con el sustento literal correspondiente. Si en las propuestas, existiera contradicciones entre el sustento gráfico y literal, estas serán descalificadas. Las otras características técnicas que no están relacionadas al diseño de fabricante serán acreditadas mediante el ANEXO N°03: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de las bases	PRESENTO	NO PRESENTA COMPLETO EL FORMATO
	Se presentará carta emitida por el fabricante autorizando a su representante o distribuidor a emitir la declaración jurada de disponibilidad de repuestos, accesorios, componentes y servicio técnico por tiempo no menor a cinco años.	PRESENTA CARTA DE AUTORIZACION DE FABRICANTE	NO PRESENTA CARTA DE AUTORIZACION DE FABRICANTE
ITEM 6			
ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICICO DE VAPOR DE 100 LITROS		MARCA: NUVE, MODELO: NC 150	MARCA: STEELCO, MODELO: VS 2/2
1 GENERALES:			

1.01	CAPACIDAD DE LA CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN DE 100 LT A MÁS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
1.02	PANTALLA DE VISUALIZACIÓN LCD A COLOR, DE 4.2 PULGADAS COMO MÍNIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
1.03	IMPRESORA INCORPORADA PARA REGISTRO Y SEGUIMIENTO COMPLETO DE LOS CICLOS DE ESTERILIZACIÓN.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
1.04	PUERTO DE COMUNICACIÓN A COMPUTADORA PARA DESCARGA DE RESULTADOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
1.05	FILTRO DE ADMISIÓN DE AIRE DE 0.3 MICRAS O MENOR, PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DURANTE LOS PROCESOS DE SECADO Y VACÍO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
1.06	EQUIPO DE GENERACIÓN DE VAPOR AUTÓNOMA (NO REQUIERE DE CALDERO EXTERNO).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
1.07	CARRO AUTOSOPORTADO CON CAPACIDAD DE DESPLAZAMIENTO O EQUIPO SOPORTADO POR UNA MESA DE ACERO INOXIDABLE REFORZADA RODABLE, POR LO MENOS DOS RUEDAS CON FRENO, RUEDAS DE ALTO TRÁNSITO DE 3" O MAYOR TAMAÑO.	NO ACREDITA EL TAMAÑO DE LAS RUEDAS	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
1.08	CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN CIRCULAR HORIZONTAL DE ACERO INOXIDABLE CALIDAD AISI 316L O AISI 316 O SUPERIOR, CON MANÓMETRO ANALÓGICO, INDICADOR DE PRESIÓN INTERIOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
1.09	ASLAMIENTO TÉRMICO EXTERNO A LA CÁMARA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
1.1	CALDERO INCORPORADO Y CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN CON CERTIFICACIÓN DE RECIPIENTES A PRESIÓN: ASME U OTRA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EQUIVALENTE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
1.11	CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE A PRUEBA DE ÁCIDOS, CONFORMADA MEDIANTE SOLDADURA IDEBIDAMENTE SUSTENTADA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
1.12	PUERTA HERMÉTICA Y AISLADA TÉRMICAMENTE DE APERTURA MANUAL Y/O ELÉCTRICA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
1.13	CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CALIDAD AISI 304, EQUIVALENTE O SUPERIOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
1.14	SISTEMA DE VACÍO INTEGRADO AL EQUIPO, MEDIANTE BOMBA DE VACÍO TIPO ANILLO U OTRA ALTERNATIVA TECNOLÓGICA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
1.15	SISTEMA DE CONTROL GOBERNADO POR MICROPROCESADOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
1.16	AUTODIAGNÓSTICO DE FUNCIONAMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
2	PANEL DE CONTROL Y CICLOS DE ESTERILIZACIÓN:		





2.01	SISTEMA DE ENCENDIDO / APAGADO MANUAL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
2.02	TEMPERATURA DE TRABAJO DE 121°C A 134 °C	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
2.03	PROGRAMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTERILIZACIÓN: TEMPERATURA, TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN Y SECADO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
2.04	CÓDIGO DE ACCESO A LA REPROGRAMACIÓN.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
2.05	PROGRAMA PARA JEBES O LÁTEX 121°C	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
2.06	PROGRAMA PARA INSTRUMENTAL 134°C	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
2.07	PROGRAMA PARA MATERIAL TEXTIL 134°C	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
2.08	PROGRAMA DE PRUEBA DE BOWIE & DICK.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
2.09	PROGRAMA DE PRUEBA DE VACÍO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
3	ALARMAS Y SISTEMA DE SEGURIDAD:		
3.01	ALARMA VISUAL DE BAJA TEMPERATURA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
3.02	ALARMA VISUAL DE ALTA TEMPERATURA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
3.03	ALARMA VISUAL DE BAJO VACÍO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
3.04	ALARMA VISUAL DE FALLA POR DETENCIÓN MANUAL O ABORTO DEL CICLO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
3.05	VÁLVULA DE SEGURIDAD DE SOBRE-PRESIÓN PARA EL CALDERO Y CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
3.06	<u>SISTEMA DETECTOR DE NIVEL DE AGUA CON ALARMA AUDIO VISUAL, CON SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EVITAR EL SOBRECALENTAMIENTO.</u>	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
3.07	SISTEMA DE SEGURIDAD PARA NO APERTURA DE PUERTA DURANTE EL PROCESO DEL CICLO, O CUANDO LA CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN SE ENCUENTRA PRESURIZADA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
4	GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR (CALDERO):		





4.01	CALDERO INTEGRADO O INCORPORADO AL EQUIPO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
4.02	CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE CALIDAD AISI 316 L O DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
4.03	DEBE CONTAR CON CERTIFICACIÓN ASME "S" O NORMATIVA EQUIVALENTE APLICABLE A RECIPIENTES A PREIÓN.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
4.04	SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA FALTA DE AGUA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
4.05	BOMBA DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA DE AGUA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
4.06	MANÓMETRO INDICADOR DE PRESIÓN EN LA CÁMARA DEL GENERADOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
4.07	VÁLVULA DE SEGURIDAD CONTRA SOBRE PRESIÓN.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
4.08	CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE A PRUEBA DE ÁCIDOS, CON SOLDADURA ROBOTIZADA O AUTOMÁTICA O DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, PARA GARANTIZAR UNA PROCESO DE SOLDADURA UNIFORME, EVITANDO FISURAS Y DEFORMACIONES TÉRMICAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
4.09	POTENCIA DE CONSUMO: NO MAYOR A 15 KW.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
5	ACCESORIOS:	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
5.01	DOS BANDEJAS O PÁRRILLAS REMOVIBLES DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 O AISI 316.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
5.02	UN CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO DE UNA SOLA PIEZA SIN COSTURAS SOLDADAS, CON TAPA Y FILTRO E INDICADOR DE ESTERILIDAD EXTERNO REUSABLE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
5.03	DIEZ (10) ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESORA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
5.04	CINCUENTA (50) TEST DE BOWIE & DICK.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
5.05	DOS (02) EMPAQUETADURAS PARA PUERTA, DOS FILTROS DE AIRE DE 0.2 MICRAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
5.06	DOS CANASTILLAS DE ACERO INOXIDABLE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
5.07	UN (01) CONDUCTÍMETRO DIGITAL, PARA CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DESTILADA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
5.08	DIEZ (10) GALONES DE AGUA DESTILADA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
6	REQUERIMIENTO ELÉCTRICO:	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	



6.01	TENSION DE ALIMENTACION 380 V/AC TRIFASICO CON NEUTRO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
6.02	FRECUENCIA 60 Hz.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
6.03	CABLE DE PODER VULCANIZADO DE CONDUCTORES: R, S, T, N Y LT, DE SECCION ACORDE CON EL CONSUMO TOTAL DEL ESTERILIZADOR, PROVISTO DE ENCHUTE Y TOMACORRIENTE INDUSTRIAL COMPATIBLE PARA EL ESTERILIZADOR Y EL DESTILADOR, NUMERO DE CLAVIAS ACORDE CON LOS CABLES DE PODER DE LOS EQUIPOS MENCIONADOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
f)	REGISTRO SANITARIO de los bienes objeto de la contratación que por normatividad correspondan, presentar una copia de registro sanitario que lo acredite; QUE PODRA SER A NOMBRE DEL POSTOR O TERCERO; los bienes que no lo requieren deberá adjuntar la DECLARACION JURADA DE EQUIPOS QUE NO ESTAN A REGISTRO Y EL LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE NO ESTAN SUJETO A REGISTRO (EMITIDO POR DIGEMID).	PRESENTO DECLARACION JURADA DE EQUIPOS QUE NO ESTAN A REGISTRO SANITARIO (ANEXO N°10) Y EL LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE NO ESTAN SUJETO A REGISTRO SANITARIO (EMITIDO POR DIGEMID).	NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
g)	SERVICIO DE VENTA para garantizar un stock de repuestos y/o accesorios, insumos, consumibles y otros materiales, dentro del territorio nacional del Perú; por el periodo de 05 años; debiendo adjuntar la DECLARACION JURADA DE SERVICIO POST-VENTA, firmada por el representante legal de la empresa. Así mismo, el postor deberá estar autorizado (por el fabricante o por el representante local del fabricante)	PRESENTA DECLARACION JURADA DE SERVICIO POST-VENTA	NO PRESENTA DECLARACION JURADA DE SERVICIO POST-VENTA
h)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	PRESENTO ANEXO N° 4	PRESENTO ANEXO N° 4
i)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consignen los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
j)	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	PRESENTO ANEXO N° 6	PRESENTO ANEXO N° 6
	Certificado de seguridad eléctrica: UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA o NTP IEC 606011:2010 Equipos Médicos Eléctricos. Cualquiera de los certificados emitido por Institución competente. TAMBIEN PODRA SER ACREDITADO EN CATALOGOS, MANUALES, DATASHEET, DEL FABRICANTE, DECLARACION JUARADA DEL POSTOR. ASI MISMO, DICHO CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOLO ES APLICABLE PARA LOS EQUIPOS: CUNA DE CALOR RADIANTE, EQUIPO DE FOTOTERAPIA, ECOGRAFO DOPPLER CALOR 4D, EQUIPO DE RAYOS X RODABLE DIGITAL, MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOREO BASICO Los equipos que utilicen energía eléctrica deberán cumplir con lo normado en el Código Nacional de Electricidad vigente en el país y deberán funcionar sin transformador externo (a no ser que trabajen con voltaje DC). Los equipos no se aceptarán con adaptadores de enchufes externos, extensiones o supresores de pisco. En la etapa de entrega/recepción de los equipos, el comité de recepción realizará la inspección técnica respectiva.	OK	OK

ADMISION DE OFERTAS		NO ADMITIDO	NO ADMITIDO
3.2	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		
A	CAPACIDAD LEGAL		

6.01	TENSION DE ALIMENTACION 380 V/AC TRIFASICO CON NEUTRO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
6.02	FRECUENCIA 60 Hz.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
6.03	CABLE DE PODER VULCANIZADO DE CONDUCTORES: R, S, T, N Y LT. DE SECCION ACORDE CON EL CONSUMO TOTAL DEL ESTERILIZADOR, PROVISTO DE ENCHUTE Y TOMACORRIENTE INDUSTRIAL COMPATIBLE PARA EL ESTERILIZADOR Y EL DESTILADOR, NUMERO DE CLAVIAS ACORDE CON LOS CABLES DE PODER DE LOS EQUIPOS MENCIONADOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
f)	REGISTRO SANITARIO de los bienes objeto de la contratación que por normatividad correspondan, presentar una copia de registro sanitario que lo acredite; QUE PODRA SER A NOMBRE DEL POSTOR O TERCERO; los bienes que no lo requieren deberá adjuntar la DECLARACION JURADA DE EQUIPOS QUE NO ESTAN A REGISTRO Y EL LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE NO ESTAN SUJETO A REGISTRO (EMITIDO POR DIGEMID).	PRESENTA DECLARACION JURADA DE EQUIPOS QUE NO ESTAN A REGISTRO SANITARIO (ANEXO N°10) Y EL LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE NO ESTAN SUJETO A REGISTRO SANITARIO (EMITIDO POR DIGEMID).	NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
g)	SERVICIO DE VENTA para garantizar un stock de repuestos y/o accesorios, insumos, consumibles y otros materiales, dentro del territorio nacional del Perú; por el periodo de 05 años; debiendo adjuntar la DECLARACION JURADA DE SERVICIO POST-VENTA, firmada por el representante legal de la empresa. Así mismo, el postor deberá estar autorizado (por el fabricante o por el representante local del fabricante)	PRESENTA DECLARACION JURADA DE SERVICIO POST-VENTA	NO PRESENTA DECLARACION JURADA DE SERVICIO POST-VENTA
h)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo Nº 4)	PRESENTO ANEXO N° 4	PRESENTO ANEXO N° 4
i)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
J)	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6.	PRESENTO ANEXO N° 6	PRESENTO ANEXO N° 6
	Certificado de seguridad eléctrica: UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA o NTP IEC 606011:2010 Equipos Médicos Eléctricos. Cualquiera de los certificados emitido por Institución competente. TAMBIEN PODRA SER ACREDITADO EN CATALOGOS, MANUALES, DATASHEET, DEL FABRICANTE, DECLARACION JUARADA DEL POSTOR. ASI MISMO, DICHO CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOLO ES APLICABLE PARA LOS EQUIPOS: CUNA DE CALOR RADIANTE, EQUIPO DE FOTOTERAPIA, ECOGRAFO DOPPLER CALOR 4D, EQUIPO DE RAYOS X RODABLE DIGITAL, MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOREO BASICO Los equipos que utilicen energía eléctrica deberán cumplir con lo normado en el Código Nacional de Electricidad vigente en el país y deberán funcionar sin transformador externo (a no ser que trabajen con voltaje DC). Los equipos no se aceptarán con adaptadores de enchufes externos, extensiones o supresores de pisco. En la etapa de entrega/recepción de los equipos, el comité de recepción realizará la inspección técnica respectiva.	OK	OK

ADMISION DE OFERTAS		NO ADMITIDO	NO ADMITIDO
3.2	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		
A	CAPACIDAD LEGAL		



	<b>HABILITACION:</b> - Autorización Sanitaria de Funcionamiento - Acreditación: - Copia de la resolución directoral de autorización sanitaria de funcionamiento expedido por la DIGEMID.	
<b>B</b>	<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>	
<b>1</b>	El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 500,000.00 (QUINIENTOS MIL CON 00/100 SOLES), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.	
<b>2</b>	<b>BIENES SIMILARES:</b>	
<b>C</b>	<b>DESTILADORES O BIDESTILADORES O ESTERILIZADORES UTILIZADOS EN EL EESS.</b>	
<b>C.1</b>	<b>CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b>	
	<b>EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE</b>	
	Personal Profesional Profesión: Personal de Salud, Ingeniero Electrónico o Ingeniero Mecatrónico o Ingeniero Biomédico. Condición: Colegiado y Habilitado. Cuatro (04) años de experiencia en instalación y/o implementación y/o capacitación y/o mantenimiento de los equipos médicos ofertados. La experiencia se contabilizará de la fecha de colegiatura en adelante. Servicio técnico Especializado en mantenimiento del equipo ofertado, con 20 horas lectivas mínimas.	
	Personal del Mantenimiento Preventivo Personal Técnico Cantidad mínima: 01 Responsable del mantenimiento del equipo Cuatro (04) años o mas de experiencia en el mantenimiento y/o reparación de los equipamientos médicos.	
	<b>FACTORES DE EVALUACION</b>	
	<b>FACTOR DE EVALUACIÓN:</b> La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas DEL ITEM 6	
	<b>A. PRECIO</b> <b>Evaluación:</b> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. <b>Acreditación:</b> Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).	
	La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $Pi = \frac{Om \times PMP}{Oi} = 100 \text{ PUNTOS}$ i = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio	

**FORMATO N° 11**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES**

**(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

**1 NÚMERO DE ACTA**

004-CS- LP N°07-GERESA/LL

**2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL**

En, Ciudad de Trujillo, a los 05 días del mes de setiembre del año 2024, en la oficina de Planificación, a las 7:30 a.m. horas, se reunieron los integrantes del Comité de designados mediante FORMATO N°04, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de LP-SM-7-2024-GERESA/LL-1, cuyo objeto de convocatoria es IOARR 2612202-HOSPITAL PROVINCIAL TAYABAMBA "REMODELACION DE RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; ADQUISICION DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARIA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) PROVINCIA DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", a fin de efectuar la APERTURA DE SOBRES, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.

**3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)**

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	ING.LENIN TARRILLO MENDOZA	Titular	X	Dependencia:	OF. PLANIFICACION
		Suplente			
Primer Miembro	ING.ALEX FABIO KEVIN VACA TELLEZ	Titular	X	Dependencia:	OF. PLANIFICACION
		Suplente			
Segundo Miembro	BR. KATHERIN YAMALY FERNANDEZ BAZALAR	Titular	X	Dependencia:	OF.ABASTECIMIENTO
		Suplente			

**4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES**

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

N°	Nombre o razón social del participante	RUC
1	SILUPU NAVARRETE JOSE ESGARDO	10104942330
2	TORREBLANCA VARGAS JOHNNY ENRIQUE	10296125691
3	ROCA S.A.C.	20101337261
4	SISTEMAS ANALITICOS SRL	20155695901
5	MEDELCO SRL	20208310730
6	GAMEL S.R.L.	20333483395
7	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	20340116055
8	CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.	20438551825
9	PERUANA DE INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20454836066
10	RICAF MEDICAL E.I.R.L	20477671561
11	BIOTECNOLOGIC IMPORT S.A.C.	20493132416
12	VITALTEC S.A.C.	20501645517
13	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20503650186
14	ADVANTAGE MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20506475954
15	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20512709088
16	OXYMAN COMERCIAL SAC	20516367670
17	TECNOLOGIA BIOMEDICA INTEGRAL S.A.C.	20524594944



**FORMATO N° 11**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

18	NUCLEO DE INGENIERIA TOTAL Y CONSTRUCCION S.A.C. - NITCON S.A.C.	20524816947
19	DRAEGER PERU S.A.C.	20538597121
20	INTEGRACION Y SOLUCIONES MEDICAS DE DIAGNOSTICO S.A.C. - ISOLMEDIC S.A.C.	20545272688
21	DIEGO MEDICAL S.A.C.	20547899475
22	GRUPO TOVAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO TOVAL S.A.C.	20553377308
23	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	20556514004
24	DDM MEDICAL S.A.C	20600096622
25	CIA MEGA MEDIC S.A.C.	20600340779
26	STBIOMEDICAL S.A.C.	20601785324
27	INDUSTRIA TECNOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDUSTRIA TECNOMEDIC S.A.C.	20602609104
28	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	20603346344
29	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	20603355289
30	CF DISMED S.A.C.	20603460554
31	TECNO IMAGEN PERU S.A.C.	20604458944
32	CORPORACION MEDICA DANNYMED E.I.R.L.	20605204644
33	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	20606008024
34	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	20606042044
35	ELVIMEDIC GROUP SAC	20606423374
36	PHARMA INTERNATIONAL S.A.C.	20609870355
37	DYR MEDICAL S.A.C.	20610572333
38	MADISUM HEALTHCARE S.A.C.	20611358343

**5 DETALLE DE LOS POSTORES**

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron en la plataforma del SEACE sus ofertas en sobre cerrado:

**ITEM 5: MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOREO BASICO**

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	CONSORCIO CPB MEDICAL S.A.C-GBIOMEDICA IMPORTACIONES S.A.C	26/08/2024	19:19:47
2	DRAEGER PERU SAC	26/08/2024	23:17:22
3	CARDIOPULMONARY CARE S.A.C.	26/08/2024	21:28:30
4	SPECTRUM INGENIEROS S.A.C	26/08/2024	20:35:23
5	ROCA S.A.C.	26/08/2024	21:12:43

**ITEM 7: ANALIZADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO**

**FORMATO N° 11**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

Nº	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	DIEGO MEDICAL S.A.C.	26/08/2024	21:31:29
2	SAINT INDUSTRY EIRL	26/08/2024	23:45:49
3	R&M ELECTROMEDICA S.R.L.	26/08/2024	23:34:13

6	Acto seguido, se procede con la apertura de los sobres que contienen las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.
---	--

7	<b>DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS</b> De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:
---	--

**ITEM 5: MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOREO BASICO**

Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	CONSORCIO CPB MEDICAL S.A.C-GBIOMEDICA IMPORTACIONES S.A.C	<p>Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3): NO ESPECIFICA A QUE ITEM SE ESTA PRESENTADO</p> <p>NO PRESENTA AUTORIZACION POR EL FABRICANTE DE ACUERDO A LO SOLICITADO</p> <p>NO CUMPLE, EL CABLE DE PODER ESTA SUSTENTADO CON IMÁGENES Y NO CON LO SOLICITADO EN LAS BASES (Folletos, instructivos, manuales, catálogos, data sheet de fabricante, en original o copias; también se empleara otro documento emitido por el fabricante para sustentar las características del mismo, dicha carta con fecha maximo de antigüedad 12 meses a la presentación de las ofertas)</p> <p>NO PRESENTA DECLARACION DE ACUERDO A LO SOLICITADO, LA DECLARACION JURADA PRESENTADA NO ESPECIFICA A QUE ITEMS PERTENECE TAMPOCO ES CONGRUENTE CON LA CARTA DE FABRICANTE EN AÑOS</p> <p>LA MODALIDAD DE CONTRATACION ES DE SUMA ALZADA, LO CUAL NO CORRESPONDE PRESTACION ACCESORIA, EL ANEXO N°6 NO ACORDE A LO SOLICITADO</p>



**FORMATO N° 11**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES**  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

2	DRAEGER PERU SAC	NO CUMPLE, NO ACREDITA QUE TENGA UN SISTEMA MINIMICE LA ACUMULACIÓN Y/O CONDENSACIÓN DE AGUA EN EL SISTEMA RESPIRATORIO  NO CUMPLE, NO ACREDITA EL CABLE DE PODER CON PUESTA A TIERRA LARGO MINIMO 4 M
3	CARDIOPULMONARY CARE S.A.C.	NO ACREDITA QUE SEA PARA SERVICIO TECNICO  NO CUMPLE, SE SOLICITA UN SISTEMA DE CALEFACCION, PRESENTA UN FILTRO CALEFACTOR
4	SPECTRUM INGENIEROS S.A.C	ANEXO N° 3: NO ESPECIFICA A QUE ITEM SE ESTA PRESENTADO  NO ACREDITA QUE SEA PARA SERVICIO TECNICO

**ITEM 7:ANALIZADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO**

N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	DIEGO MEDICAL S.A.C.	ANEXO N° 3:NO ESPECIFICA A QUE ITEM SE ESTA PRESENTADO  PLATAFORMA O BANDEJA DE REACTIVOS DE 25 O MAS POSICIONES:NO ACREDITA LA PLATAFORMA O BANDEJA  NO ACREDITA LA TEMPERATURA DE INCUBADOR 37 °C ± 0.1° C
2	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	NO PRESENTA COMPLETO EL FORMATO  NO PRESENTA CARTA DE AUTORIZACION DE FABRICANTE  NO PRESENTA DECLARACION JURADA DE SERVICIO POST-VENTA (SE DETALLA EN EL CUADRO N°7 ADJUNTO)

**8 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN**

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:

**ITEM 5:MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOREO BASICO**

N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
----	----------------------------------	---------------------------

FORMATO N° 11

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES

(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

1	ROCA S.A.C.	IOARR 2612202-HOSPITAL PROVINCIAL TAYABAMBA "REMODELACION DE RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; ADQUISICION DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) PROVINCIA DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA , PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" ITEM 5:MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOREO BASICO
---	-------------	--

SIENDO LAS 12:31 PM SE SOLICITA MEDIANTE CARTA N°01-2024 LA REDUCCION DE SU OFERTA ECONOMICA A LA EMPRESA ROCA SAC.

ITEM 7:ANALIZADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO

N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
1	R&M ELECTROMEDICA S.R.L.	IOARR 2612202-HOSPITAL PROVINCIAL TAYABAMBA "REMODELACION DE RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; ADQUISICION DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) PROVINCIA DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA , PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" ITEM 7: ANALIZADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO

SIENDO LAS 14:28 PM DE FECHA 05/09/2024, SE SOLICITA MEDIANTE CARTA N°02-2024 LA REDUCCION DE SU OFERTA ECONOMICA A LA EMPRESA R&M ELECTROMEDICA S.R.L.

SIENDO LAS 14:30 PM SE POSTERGA LA SESION PARA LA CALIFICACION, EVALUACION DEL PROCESO.

SIENDO LAS 13:00PM DE FECHA 06/09/2024, SE REANUDA LA EVALUACION Y CALIFICACION DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION.

CON CARTA N°1497/24 - ROCA REDUCE SU PRECIO DE LA OFERTA  
CON CARTA N°0008-2024-R&M ELECTROMEDICA S.R.L.- REDUCE SU PRECIO DE LA OFERTA.

9	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS		
9.1	DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA		
	ITEM 5:MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOREO BASICO		
N°	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor estimado
1	ROCA S.A.C.	313,880.00	99.83
	ITEM 7:ANALIZADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO		
N°	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor estimado



**FORMATO N° 11**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES**

**(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

1	R&M ELECTROMEDICA S.R.L.	67,555.00	100.00
9.2	<b>DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b>		
	La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según cuadro N°5 Y 7 que forma parte de la presente Acta.		

<b>10</b>	<b>PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES</b>		
	COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR		
	<b>ITEM 5:MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOREO BASICO</b>		
10.1	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1</b>	ROCA S.A.C.	
	<b>FACTORES</b>		<b>PUNTAJES</b>
	<b>PRECIO</b>		<b>100 PUNTOS</b>
	<b>SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES</b>		<b>100 PUNTOS</b>
	<b>ITEM 7:ANALIZADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO</b>		
10.2	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1</b>	R&M ELECTROMEDICA S.R.L.	
	<b>FACTORES</b>		<b>PUNTAJES</b>
	<b>PRECIO</b>		<b>100 PUNTOS</b>
	<b>SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES</b>		<b>100 PUNTOS</b>

<b>11</b>	<b>RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN</b>		
	De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:		
	<b>ITEM 5:MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOREO BASICO</b>		
	<b>N° DE ORDEN DE PRELACIÓN</b>	<b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR</b>	<b>PUNTAJE TOTAL</b>
	1	ROCA S.A.C.	100 PUNTOS
	<b>ITEM 7:ANALIZADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO</b>		
	<b>N° DE ORDEN DE PRELACIÓN</b>	<b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR</b>	<b>PUNTAJE TOTAL</b>
	1	R&M ELECTROMEDICA S.R.L.	100 PUNTOS
	Nota.- En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación.		


<b>12</b>	<b>CALIFICACIÓN</b>		
	Luego de culminada la evaluación, el COMITÉ DE SELECCIÓN, determinó si el postor que obtuvo el primer, según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:		
	<b>ITEM 5:MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOREO BASICO</b>		
12.1	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1</b>	ROCA S.A.C.	
	<b>REQUISITOS DE CALIFICACIÓN</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>
	<b>A</b> <b>CAPACIDAD LEGAL</b>		



**FORMATO N° 11**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES**

**(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

	A.1	HABILITACIÓN	X	
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR		
	B.1	FACTURACIÓN	X	
	C	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
	C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (SOLO PARA MODALIDAD DE EJECUCIÓN LLAVE EN MANO)	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICA	
<b>ITEM 7:ANALIZADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO</b>				
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		R&M ELECTROMEDICA S.R.L.		
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN			CUMPLE	NO CUMPLE
A	CAPACIDAD LEGAL			
A.1	HABILITACIÓN		X	
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR			
B.1	FACTURACIÓN		X	
C	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL			
C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (SOLO PARA MODALIDAD DE EJECUCIÓN LLAVE EN MANO)		X	
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN			CALIFICA	
12.3	<b>DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS</b>			
La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación, según CUADRO N°5 Y 7 que forma parte de la presente Acta.				

**13 RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN**

De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el PRIMER lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:

**ITEM 5:MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOREO BASICO**

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR
1	ROCA S.A.C.

**ITEM 7:ANALIZADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO**

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR
1	R&M ELECTROMEDICA S.R.L.

**14 ACUERDO ADOPTADO**



**FORMATO N° 11**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES**

**(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

Los integrantes del comite de seleccion, por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Evaluación de Ofertas adjuntos que forman parte del Acta.

15



PRESIDENTE



PRIMER MIEMBRO



SEGUNDO MIEMBRO

**NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN**

CUADRO N°5 : EVALUACIÓN DE OFERTAS LP 07-2024-GERESA/CS-1- ITEM 5

A.	ADMISIÓN DE OFERTA	CONSORCIO CPB MEDICAL S.A.C.- GBIOMEDICA IMPORTACIONES S.A.C	DRAEGER PERU SAC	CARDIOPULMONARY CARE S.A.C.	SPECTRUM INGENIEROS S.A.C	ROCA S.A.C.
	Documentación de presentación obligatoria Documentos para la admisión de la oferta					
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Presento ANEXO N° 1	Presento ANEXO N° 1	Presento ANEXO N° 1	Presento ANEXO N° 1	Presento ANEXO N° 1
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	Presento Sustento	Presento Sustento	Presento Sustento	Presento Sustento	Presento Sustento
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Presento ANEXO N° 2	Presento ANEXO N° 2	Presento ANEXO N° 2	Presento ANEXO N° 2	Presento ANEXO N° 2
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	NO ESPECIFICA A QUE ITEM SE ESTA PRESENTADO	Presento ANEXO N° 3	Presento ANEXO N° 3	NO ESPECIFICA A QUE ITEM SE ESTA PRESENTADO	Presento ANEXO N° 3
e)	Para acreditar características técnicas relacionadas al diseño del fabricante de equipos o bienes de convocatoria en procedimientos de selección será a través de la HOJA DE PRESENTACION DEL PRODUCTO Y SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (FORMATO N°01) y se empleará para ello: Folletos, instructivos, manuales, catálogos, data sheet de fabricante, en original o copias; también se empleará otro documento emitido por el fabricante para sustentar las características del mismo, dicha carta con fecha máximo de antigüedad 12 meses a la presentación de las ofertas; para sustentar una característica técnica del mismo(debidamente acreditada por el fabricante y la información sea verdadera y verificable bajo responsabilidad del postor). Las características técnicas que tienen que ser sustentadas obligatoriamente, con la documentación anteriormente mencionada, por ítem son las siguientes: Respecto al sustento gráfico (planos, figuras, o imágenes), que sustentan el (los) bien(es) ofertado(s), objeto de la convocatoria, tendrá que estar compatibilizado con el sustento literal correspondiente. Si en las propuestas, existiera contradicciones entre el sustento gráfico y literal, estas serán descalificadas. Las otras características técnicas que no están relacionadas al diseño de fabricante serán acreditadas mediante el ANEXO N°03: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de las bases	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO
	Se presentará carta emitido por el fabricante autorizando a su representante o distribuidor a emitir la declaración jurada de disponibilidad de repuestos, accesorios, componentes y servicio técnico por tiempo no menor a cinco años.	NO PRESENTA AUTORIZACION POR EL FABRICANTE DE ACUERDO A LO SOLICITADO	PRESENTA AUTORIZACION POR EL FABRICANTE	NO ACREDITA QUE SEA PARA SERVICIO TECNICO	NO ACREDITA QUE SEA PARA SERVICIO TECNICO	PRESENTA AUTORIZACION POR EL FABRICANTE
	ITEM 5 MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOREO BASICO	MARCA: HERSILL, MODELO: GENESIS	MARCA: DRAGER, MODELO: ATLAN A300 + VISTA 120 V3	MARCA: MAQUET/ BIOLIGHT, MODELO: FLOW-C/ P12	MARCA: MINDRAY, MODELO: AS/EPML5	MARCA: GENERAL ELECTRIC, MODELO: CARESTATION 750 A1/B155M PATIENT MONITOR
1	1.01	BASE RODABLE CON ESTRUCTURA INTEGRADA. CUATRO RUEDAS. MINIMO DOS RUEDAS CON FRENO O CON FRENO CENTRALIZADO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO



1.02	SISTEMA INTEGRADO O INCORPORADO O MÓDULO MAQUINA MONITOR MULTIPARÁMETRO DE LA MISMA MARCA EL ANALISIS DE GASES SE REALIZA DESDE LA MISMA MAQUINA DE ANESTESIA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.03	CAPACIDAD DEL EQUIPO PARA CONECTARSE A UNA RED CENTRAL DE MONITOREO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.04	UNIDAD RODABLE DE FÁCIL DESPLAZAMIENTO, RUEDAS RESISTENTES A PROCESOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.05	TABLERO SUPERIOR DE ABS O MATERIAL RESISTENTE A LOS PROCESOS DE DESINFECCIÓN.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.06	CONSOLA CON GAVETA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2	COMPONENTES:				
2.01	SISTEMA NEUMÁTICO:				
2.02	SUMINISTRO DE GASES; OXIGENO Y AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL, POR RED CENTRAL Y CILINDRO DE EMERGENCIA PARA OXIGENO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.03	SISTEMA DE MEZCLA DE GASES ELECTRÓNICO O MECÁNICO, CON PROGRAMACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE FLUJO TOTAL Y PORCENTAJE DE OXIGENO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.04	DISPOSITIVO AUXILIAR DE SEGURIDAD: VISUAL (FLUJÓMETRO) DE SALIDA DE GAS FRESCO Y/O CONTROL MANUAL DE FLUJO DE GAS QUE GARANTICE UN SUMINISTRO DE OXIGENO EN CASOS DE EMERGENCIA (FALLA ELÉCTRICA Y/O OTROS).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.05	PRESIÓN DE ENTRADA DE OXIGENO Y AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL. A 50 PSI.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.06	MONITOREO DE PRESIÓN DE RED CENTRAL DE OXIGENO Y AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL, POR MEDIO DE MANÓMETRO ANALÓGICO O DISPLAY.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.07	MONITOREO DE PRESIÓN DE CILINDRO DE EMERGENCIA DE OXIGENO AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL, POR MEDIO DE MANÓMETRO O DISPLAY.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.08	SUMINISTRO DE OXIGENO POR FLUJO DIRECTO (FLUSH), NO MENOR A 25 L/MIN.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.09	ALARMA DE FALLO DE SUMINISTRO DE OXIGENO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.1	SISTEMA ABSORVEDOR DE DÍOXIDO DE CARBONO (CO2)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.11	SELECCIÓN DE MODO DE VENTILACIÓN: MANUAL (BOLSA) Y AUTOMÁTICO (VENTILADOR).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO





2.12	SISTEMA DE AJUSTE DE PRESIÓN LIMITE EN MODO DE VENTILACIÓN MANUAL (APL).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.13	SISTEMA QUE ASEGURE EL USO DE UN SOLO VAPORIZADOR A LA VEZ.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.14	SISTEMA QUE MINIMICE LA ACUMULACIÓN Y/O CONDENSACIÓN DE AGUA EN EL SISTEMA RESPIRATORIO MEDIANTE DRENAJE O CALEFACCIÓN INCORPORADA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE, NO ACREDITA QUE TENGA UN SISTEMA QUE MINIMICE LA ACUMULACIÓN Y/O CONDENSACIÓN DE AGUA EN EL SISTEMA RESPIRATORIO	NO CUMPLE, SE SOLICITA UN SISTEMA DE CALEFACCIÓN, PRESENTA UN FILTRO CALEFACTOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3	VAPORIZADOR:				
3.01	VAPORIZADOR PARA SEVOFLURANO COMO MÍNIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.02	FLUJO MÍNIMO DE TRANSPORTE DE AGENTE ANESTÉSICO DE 0.3 L/min O MENOS Y/O PRECISIÓN MENOR O IGUAL A 10% DEL VALOR FIJADO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.03	RANGO DE CONCENTRACIÓN REGULABLE SEGÚN EL AGENTE ANESTÉSICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.04	CON SISTEMA DE LLENADO PARA AGENTE ANESTÉSICO ESPECÍFICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
4	SISTEMA VENTILATORIO:				
4.01	MODALIDADES DE VENTILACIÓN: CONTROL POR VOLUMEN Y CONTROL POR PRESIÓN (PCP). MANDATORIA SINCRONIZADA INTERMITENTE (SIMV) Y PRESIÓN SOPORTE CON BACKUP DE APNEA COMO MÍNIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
4.02	ADMINISTRACIÓN DE VOLUMEN DE 5 ML O MENOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
4.03	CON PROGRAMACIÓN DIRECTA DE VOLUMEN TÍDICO: DE 20 mL O MENOS HASTA 1400mL O MÁS EN MODO CONTROLADO POR VOLUMEN.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
4.04	CON PROGRAMACIÓN DIRECTA O INDIRECTA DE RELACIÓN INSPIRACIÓN: EXHALACIÓN (I:E).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
4.05	CON PROGRAMACIÓN DIRECTA DE LÍMITE DE PRESIÓN DE VÍAS AERIAS: HASTA 60 cm de H <sub>2</sub> O.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
4.06	CON PROGRAMACIÓN DIRECTA DE FRECUENCIA RESPIRATORIA HASTA 100 RESP/MIN O MÁS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
4.07	CON PROGRAMACIÓN DIRECTA DE PEEP HASTA 20 cm H <sub>2</sub> O O MÁS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
5	MONITOREO DE ANESTESIA Y MULTIPARAMETROS:				
5.01	PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 15 PULGADAS O MAYOR. PARA LA MONITORIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS INVOLUCRADOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE ANESTESIA Y VENTILACIÓN.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO







5.02	EL MONITOR DE FUNCIONES VITALES DEBERA SER PANTALLA A COLOR TOUCHSCREEN DE 15 PULGADAS O MAYOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
5.03	ELECTROCARDIOGRAMA (ECG) CON VISUALIZACION DE FRECUENCIA CARDIACA, DETECCION DE DESNIVELES ST Y CAPACIDAD DE SELECCIONAR 07 DERIVACIONES COMO MINIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
5.04	FRECUENCIA RESPIRATORIA A TRAVES DE CABLE ECG (METODO DE IMPEDANCIA) Y A TRAVES DE LAS VIAS AEREAS MEDIANTE LA CAPNOGRAFIA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
5.05	PULSIOXIMETRIA (SpO2), CON VISUALIZACION DE ONDA PLETISMOGRAFICA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
5.06	PRESION SANGUINEA NO INVASIVA (NIBP).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
5.07	TEMPERATURA, CON CAPACIDAD DE MEDIR A TRAVES DE DOS CANALES COMO MINIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
5.08	FUNCION DE CAPNOGRAFIA, CONCENTRACION DE DIOXIDO DE CARBONO ESPIRADO (ETCO2) E INSPIRADO, CON VISUALIZACION DEL CAPNOGRAMA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
5.09	CONCENTRACION DE OXIGENO INSPIRADO Y ESPIRADO, CON CELDA DE OXIGENO PARAMAGNETICA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
5.1	CONCENTRACION DE OXIDO NITROSO INSPIRADO Y ESPIRADO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
5.11	CONCENTRACION DE AGENTE ANESTESICO INSPIRADO Y ESPIRADO, CON CAPACIDAD DE MOSTRAR LA CONCENTRACION DE ISOFLURANO, SEVOFLURANO Y DESFLURANO COMO MINIMO E IDENTIFICACION AUTOMATICA DE AGENTE ANESTESICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
5.12	CONCENTRACION ALVEOLAR MINIMA (CAM).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
5.13	MONITORIZACION DE LA ESPIROMETRIA CON MEDICION DE LA COMPLIANCE (DOS BUCLES COMO MINIMO).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
5.14	PRESION DE VIAS AEREAS: ONDAS GRAFICAS Y VALORES NUMERICOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
5.15	VOLUMEN TIDAL Y VOLUMEN MINUTO ESPIRADO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
5.16	TENDENCIAS (GRAFICAS Y VALORES NUMERICOS).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
5.17	ALARMAS AUDIOVISUALES DE TODOS LOS PARAMETROS MONITORIZADOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
6	ACCESORIOS:				





6.01	CIRCUITOS COMPLETOS PARA ANESTESIA REUSABLES: 02 JUEGO PARA ADULTO, 01 JUEGO PARA PEDIATRICO) CADA CIRCUITO COMPLETO ESTA CONFORMADO COMO MINIMO POR: CORRUGADOS, BOLSA PARA VENTILACION MANUAL, CONECTOR TIPO "Y" Y CODO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
6.02	UN (01) JUEGO COMPLETO DE MASCARAS PARA ANESTESIA, DE JEJE O LÁTEX, DE FORMA ANATOMICA DE TAMAÑOS No. 0, 1, 2, 3, 4, 5.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
6.03	ACCESORIOS PARA LA MEDICION DE VOLUMEN TIDAL: CINCO (05) JUEGOS DE LA PARTE REUSABLE Y CEN (100) DE LA PARTE DESCARTABLE SI EL EQUIPO TIENE EL SENSOR DE FLUJO PROXIMAL AL CONECTOR TIPO "Y" A UN (01) JUEGO DE LA PARTE REUSABLE SI EL SENSOR ESTA UBICADO EN LA RAMA ESPIRATORIA DEL CIRCUITO DE VENTILACION.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO







6.04	DOS (02) ADAPTADORES DE CARGA PARA EL VAPORIZADOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
6.05	UN (01) JUEGOS ADICIONAL DE CANISTER PARA REPUESTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
6.06	ACCESORIOS DEL SISTEMA DE MONITOREO DE GASES (CO2, N2O Y AGENTE ANESTÉSICO); DIEZ (10) JUEGOS DE LA PARTE REUSABLE Y CINCUENTA (50) DE LA PARTE DESCARTABLE. CONSIDERAR COMO MÍNIMO LAS SIGUIENTES PARTES REUSABLES Y/O DESCARTABLES SEGÚN SEA EL CASO: TUBOS DE MUESTRA, TRAMPAS DE AGUA Y FILTROS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
6.07	CUATRO (04) CABLE PACIENTE DE 3 RAMALES Y DOS (02) CABLE PACIENTE DE 5 RAMALES, CADA PAR CON SUS RESPECTIVOS CABLES DE EXTENSIÓN.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
6.08	DIEZ (10) BRAZALETES PARA PRESIÓN NO INVASIVA (02 PARA ADULTOS OBESOS, 04 PARA ADULTOS, 02 PEDIÁTRICOS), CON DOS CABLES DE INTERCONEXIÓN EN TOTAL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
6.09	DOS (02) TRANSDUCTORES DE TEMPERATURA PARA MEDICIÓN ESOFÁGICA/RECTAL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
6.1	CINCO (05) JUEGOS DE SENSORES PARA PULSIOXIMETRÍA (03 PARA ADULTOS, Y 02 PARA PEDIÁTRICO), CON DOS CABLES TRONCALES EN TOTAL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
6.11	MANGUERAS DE OXÍGENO, ÓXIDO NITROSO Y AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL CON CONECTORES SEGÚN NORMA DIS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
6.12	BALÓN DE EMERGENCIA DE OXÍGENO, TIPO E DE ALUMINIO, CUYO CONECTOR DEBE TENER EL SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO PIN INDEX.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
6.13	<b>SISTEMA DE EVACUACIÓN TIPO ACTIVO O PASIVO</b>	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
6.14	<b>REGULADOR DE OXÍGENO CON TOMA TIPO CG-4-540 DE GRADO HOSPITALARIO. CON MANÓMETRO DE ALTA PRESIÓN EN ESCALA DE 0-3000 PSI O RANGO MÁS AMPLIO. SALIDA EN BAJA PRESIÓN DE 50 PSI Y ADAPTADOR PARA TOMA DIS. PARA MÁQUINA DE ANESTESIA.</b>	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
7	REQUERIMIENTO ELÉCTRICO:					
7.01	EL EQUIPO Y PERIFÉRICOS SE ENERGIZARÁN DESDE UN ESTABILIZADOR DE TENSIÓN SERVOMOTORIZADO DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO. QUE GARANTICE UN BUEN CONTACTO ELÉCTRICO EN SUS TOMAS. TENSIÓN DE SALIDA 220 V/AC +/- 2% O MÁS PRECISO. CON UN MÍNIMO DEL 20% DE POTENCIA ADICIONAL, RESPECTO A LA POTENCIA DEL EQUIPO Y PERIFÉRICOS. ENCHUFE CON TOMA A TIERRA Y COMPATIBLE CON EL TOMA CORRIENTE ENCONTRADO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
7.02	TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE 220V/AC O RANGO QUE CONTENGA ESTE VALOR, FRECUENCIA 60HZ, CABLE DE PODER CON PUESTA A TIERRA LARGO MÍNIMO 4m.	NO CUMPLE, EL CABLE DE PODER ESTÁ SUSTENTADO CON IMÁGENES Y NO CON LO SOLICITADO EN LAS BASES (folletos, instructivos, manuales, catálogos, data sheet de fabricante, en original o copia); también se empleará otro documento emitido por el fabricante para sustentar las características del mismo, dicha carta con fecha máximo de antigüedad 12 meses a la presentación de las ofertas)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

7.03	FUENTE DE BATERÍA RECARGABLE CON AUTONOMÍA MÍNIMA DE 30 MINUTOS, PARA LA MÁQUINA DE ANESTESIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
f)	REGISTRO SANITARIO de los bienes objeto de la contratación que por normatividad correspondan, presentar una copia de registro sanitario que lo acredite; QUE PODRÁ SER A NOMBRE DEL POSTOR O TERCERO; los bienes que no lo requieren deberá adjuntar la DECLARACIÓN JURADA DE EQUIPOS QUE NO ESTÁN A REGISTRO Y EL LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE NO ESTÁN SUJETOS A REGISTRO (EMITIDO POR DIGEMID).	PRESENTA DOCUMENTACIÓN	PRESENTA DOCUMENTACIÓN	PRESENTA DOCUMENTACIÓN	PRESENTA DOCUMENTACIÓN	PRESENTA DOCUMENTACIÓN
g)	SERVICIO DE VENTA para garantizar un stock de repuestos y/o accesorios, insumos, consumibles y otros materiales, dentro del territorio nacional del Perú; por el período de 05 años; debiendo adjuntar la DECLARACIÓN JURADA DE SERVICIO POST-VENTA, firmada por el representante legal de la empresa. Así mismo, el postor deberá estar autorizado (por el fabricante o por el representante local del fabricante)	NO PRESENTA DECLARACIÓN DE ACUERDO A LO SOLICITADO, LA DECLARACIÓN JURADA PRESENTADA NO ESPECIFICA A QUE ÍTEM PERTENECE TAMPOCO ES CONGRUENTE CON LA CARTA DE FABRICANTE EN AÑOS	PRESENTA DOCUMENTACIÓN	PRESENTA DOCUMENTACIÓN	PRESENTA DOCUMENTACIÓN	PRESENTA DOCUMENTACIÓN
h)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo Nº 4)	PRESENTA ANEXO Nº 4	PRESENTA ANEXO Nº 4	PRESENTA ANEXO Nº 4	PRESENTA ANEXO Nº 4	PRESENTA ANEXO Nº 4
i)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5)	PRESENTA ANEXO Nº 5	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
j)	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ES DE SUMA ALZADA, LO CUAL NO CORRESPONDE PRESTACIÓN ACCESORIA. EL ANEXO Nº 6 NO ACORDE A LO SOLICITADO	PRESENTA ANEXO Nº 6	PRESENTA ANEXO Nº 6	PRESENTA ANEXO Nº 6	PRESENTA ANEXO Nº 6
	Certificado de seguridad eléctrica: UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA o NTP IEC 60601.1:2010 Equipos Médicos Eléctricos. Cualquiera de los certificados emitido por Institución competente. TAMBIÉN PODRÁ SER ACREDITADO EN CATALOGOS, MANUALES, DATASHEET, DEL FABRICANTE, DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR. ASÍ MISMO, DICHO CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOLO ES APLICABLE PARA LOS EQUIPOS: CUNA DE CALOR RADIANTE, EQUIPO DE FOTOTERAPIA, ECOGRAFO DOPPLER CALOR AD, EQUIPO DE RAYOS X RODABLE DIGITAL, MÁQUINA DE ANESTESIA CON MONITOREO BÁSICO Los equipos que utilicen energía eléctrica deberán cumplir con lo normado en el Código Nacional de Electricidad vigente en el país y deberán funcionar sin transformador externo (a no ser que trabajen con voltaje DC). Los equipos no se aceptarán con adaptadores de enchufes externos, extensiones o supresores de pico. En la etapa de entrega/recepción de los equipos, el comité de recepción realizará la Inspección técnica respectiva.	PRESENTA DOCUMENTACIÓN	PRESENTA DOCUMENTACIÓN	PRESENTA DOCUMENTACIÓN	PRESENTA DOCUMENTACIÓN	PRESENTA DOCUMENTACIÓN
	ADMISSION DE OFERTAS	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	ADMITIDO
3.2	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN					
A	CAPACIDAD LEGAL HABILITACIÓN: - Autorización Sanitaria de Funcionamiento Acreditación: - Copia de la resolución directoral de autorización sanitaria de funcionamiento expedido por la DIGEMID.					PRESENTA DOCUMENTACIÓN
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD					
1	El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 900,000.00 (NOVECIENTOS MIL CON 00/100 SOLES), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. MYPE:					ACREDITA: S/ 2,780,820.00
2	Bienes Similares: EQUIPOS BIOMÉDICOS EN GENERAL					CUMPLE CON LOS BIENES SIMILARES

*[Handwritten signatures and marks]*



C	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL						
C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE						
	Personal Profesional Profesión: Personal de Salud, Ingeniero Electrónico o Ingeniero Mecatrónico o Ingeniero Biomédico, Personal Colegiado y Habilitado. Cuatro (04) años de experiencia en instalación y/o implementación y/o capacitación y/o mantenimiento de los equipos médicos ofertados. La experiencia se acreditará de la fecha de colegiatura en adelante. Servicio Técnico Especializado en mantenimiento del equipo ofertado, con 20 horas lectivas anuales. Personal del Mantenimiento Preventivo Personal Técnico Cantidad mínima: 01 Responsable del mantenimiento del equipo Cuatro (04) años o mas de experiencia en el mantenimiento y/o reparación de los equipamientos médicos.						CUMPLE CON EL PERSONAL CLAVE
	FACTORES DE EVALUACION						
	FACTOR DE EVALUACIÓN: La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas DEL ITEM 5						
	A. PRECIO Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. Acreditación: Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).						S/ 313.880.00
	La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $PI = \frac{Om \times PMP}{100 \text{ PUNTOS}}$ Oí I = Oferta PI = Puntaje de la oferta a evaluar OI = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio						

CUADRO N°7 : EVALUACIÓN DE OFERTAS LP 07-2024-GERESA/CS-1- ITEM 7

A.	ADMISIÓN DE OFERTA	DIEGO MEDICAL S.A.C.	SAINT INDUSTRY EIRL	R&M ELECTROMEDICA S.R.L.
	Documentación de presentación obligatoria			
	Documentos para la admisión de la oferta			
	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Presento ANEXO N° 1	Presento ANEXO N° 1	Presento ANEXO N° 1
a)				
b)	<p>Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.</p> <p>En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.</p> <p>En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.</p> <p>En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.</p>	Presento Sustento	NO PRESENTA	Presento Sustento
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Presento ANEXO N° 2	Presento ANEXO N° 2	Presento ANEXO N° 2
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	NO ESPECIFICA A QUE ITEM SE ESTA PRESENTANDO	Presento ANEXO N° 3	Presento ANEXO N° 3





e)	<p>Para acreditar características técnicas relacionadas al diseño del fabricante de equipos o bienes de convocatoria en procedimientos de selección será a través de la HOJA DE PRESENTACION DEL PRODUCTO Y SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (FORMATO N°01) y se empleará para ello: Folletos, instructivos, manuales, catálogos, data sheet de fabricante, en original o copias; también se empleará otro documento emitido por el fabricante para sustentar las características del mismo, dicha carta con fecha máximo de antigüedad 12 meses a la presentación de las ofertas, para sustentar una característica técnica del mismo(debidamente acreditada por el fabricante y la información sea verdadera y verificable bajo responsabilidad del postor). Las características técnicas que tienen que ser sustentadas obligatoriamente, con la documentación anteriormente mencionada, por ítem son las siguientes:</p> <p>Respecto al sustento gráfico (planos, figuras, o imágenes), que sustentan el (los) bien(es) ofertado(s), objeto de la convocatoria, tendrá que estar compatibilizado con el sustento literal correspondiente. Si en las propuestas, existiera contradicciones entre el sustento gráfico y literal, estas serán descalificadas. Las otras características técnicas que no están relacionadas al diseño de fabricante serán acreditadas mediante el ANEXO N°03: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS de las bases</p>	PRESENTO	NO PRESENTA COMPLETO EL FORMATO	PRESENTO	PRESENTA CARTA DE AUTORIZACION DE FABRICANTE	PRESENTA CARTA DE AUTORIZACION DE FABRICANTE
	ITEM 7					
	ANALIZADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO					MARCA: AGAPPE, MODELO: MISPA CXL PRO PLUS
1	GENERALES:					
1.01	EQUIPO ANALIZADOR DE SOBREMESA, COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
1.02	CON CAPACIDAD PARA REALIZAR PRUEBAS FOTOMÉTRICAS Y/O TURBIDIMÉTRICAS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
1.03	PLATAFORMA O BANDEJA DE REACTIVOS DE 25 O MAS POSICIONES.	NO ACREDITA LA PLATAFORMA O BANDEJA	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
1.04	PLATAFORMA O BANDEJA DE MUESTRA DE 25 O MAS POSICIONES.	NO ACREDITA LA PLATAFORMA O BANDEJA	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
1.05	SISTEMA DE CUBETAS: 32 O MAS CUBETAS CON CAMINO ÓPTICO ENTRE 5 Y 7 mm	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	





1.06	<u>TEMPERATURA DE INCUBADOR: 37 °C ± 0.1° C; TEMPERATURA DE REACCIÓN A 37 °C ± 0.1° C</u>	NO ACREDITA LA TEMPERATURA DE INCUBADOR 37 °C ± 0.1° C	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.07	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PARA LOS REACTIVOS A BORDO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.08	FUENTE DE LUZ HALÓGENA U OTRA ILUMINACIÓN, SEGÚN DISEÑO DEL FABRICANTE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.09	CONSUMO DE AGUA: NO MAYOR A 5 L/h.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.1	PUERTO USB Y/O VGA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.11	UNA (01) PC INCORPORADA 6 EXTERNA CON PERIFÉRICOS (MAUSE Y TECLADO). PROCESADOR CORE I7 O VERSIÓN SUPERIOR, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 DE 64 BITS.	NO ACREDITA EL PROCESADOR, TAMPOCO SI LA PC ES INCORPORADA O EXTERNA	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.12	SENSOR DETECTOR DE NIVEL DE LIQUIDO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.13	<u>SENSOR DE COLISIÓN Y SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA LA COLISIÓN DE LAS SONDAS DE REACTIVOS DE REACTIVO Y/O MUESTRAS</u>	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
1.14	CUMPLIMIENTO DE AL MENOS DOS (02) NORMATIVAS INTERNACIONALES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2	<u>PARAMETROS:</u>			
2.01	SEIS (06) O MAS LONGITUDES DE ONDA, COMPRENDIDO EN UN RANGO DE 340 nm A 700 nm O MAYOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.02	<u>RENDIMIENTO: 200 PRUEBAS POR HORA O MAYOR RENDIMIENTO</u>	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2.03	<u>RANGO FOTOMÉTRICO: DE 0 A 3.2 ABS O RANGO DE MAYOR AMPLITUD.</u>	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3	<u>ACCESORIOS Y CONSUMIBLES:</u>			
3.01	UN (01) MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 CON DIMENSIONES ACORDE PARA ALOJAR AL EQUIPO Y PERIFÉRICOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO



3.02	CUATRO (04) FOCOS DE REPUESTOS, SI LA TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN ES DIFERENTE A LA LED. DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES AL ORIGINAL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.03	CUATRO CIENTOS OCHENTA (480) CUBETAS DE REACCIÓN DE REPUESTO, ADICIONALES A LAS ESTÁNDAR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.04	MIL (1000) UNIDADES DE COPA DE MUESTRA, SEGÚN DISEÑO DEL FABRICANTE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.05	TREINTA Y SEIS (36) UNIDADES DE SOLUCIONES DE LAVADO TIPO 1.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.06	TREINTA Y SEIS (36) UNIDADES DE SOLUCIONES DE LAVADO TIPO 2.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.07	UNA (01) IMPRESORA CON SISTEMA DE INYECCIÓN CONTINUA, ORIGINAL DE FÁBRICA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.08	UN (01) MONITOR LCD A COLOR DE 19" O MAYOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3.09	UN (01) UPS ON LINE DE DOBLE CONVERSIÓN DE 2 kVA, CON FUNCIÓN DE ESTABILIZADOR DE TENSIÓN, TENSIÓN DE SALIDA 220 V/AC +/- 2.5 % O MÁS PRECISO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
4	REQUERIMIENTO ELÉCTRICO:			
4.01	TENSION DE ALIMENTACIÓN 220V/230VAC O RANGO QUE CONTENGA ESTOS VALORES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
4.02	FRECUENCIA 60 Hz.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
4.03	EL EQUIPO Y PERIFÉRICOS SE ENERGIZARÁN DESDE UN UPS SEGÚN LO DESCRITO EN EL NUMERAL 3.09.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
4.04	CABLE DE PODER VULCANIZADO, ENCHUFE CON PUESTA A TIERRA, PARA EL UPS Y EL ANALIZADOR, DEBIENDO QUEDAR TODAS LAS TOMAS ELÉCTRICAS, COMPATIBLES ENTRE SÍ.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO



[illegible]

Handwritten signature: *[Signature]*



1	El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 180,000.00 (CIENTO OCHENTA MIL CON 00/100 SOLES), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. MYPE: S/. 8,782.58 (OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 58/100 SOLES)			ACREDITA S/. 79,250.00
2	BIENES SIMILARES:			CUMPLE CON LOS BIENES SIMILARES
C	EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL			
	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL			
C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE			
	Personal Profesional Profesión: Personal de Salud, Ingeniero Electrónico o Ingeniero Mecatrónico o Ingeniero Biomédico. Condición: Colegiado y Habilitado. Cuatro (04) años de experiencia en instalación y/o implementación y/o capacitación y/o mantenimiento de los equipos médicos ofertados. La experiencia se contabilizará de la fecha de colegiatura en adelante. Servicio técnico Especializado en mantenimiento del equipo ofertado, con 20 horas lectivas mínimas.			CUMPLE CON EL PERSONAL CLAVE
	Personal del Mantenimiento Preventivo Personal Técnico Cantidad mínima: 01 Responsable del mantenimiento del equipo Cuatro (04) años o mas de experiencia en el mantenimiento y/o reparación de los equipamientos médicos.			CUMPLE CON EL PERSONAL CLAVE
	FACTORES DE EVALUACION			
	FACTOR DE EVALUACIÓN: La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas DEL ITEM 7			
	A. PRECIO Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. Acreditación: Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).			67,555.00

	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i} = 100 \text{ PUNTOS}$ <p> <i>i</i> = Oferta  <i>Pi</i> = Puntaje de la oferta a evaluar  <i>Oi</i> = Precio <i>i</i>  <i>O<sub>m</sub></i> = Precio de la oferta más baja  PMP = Puntaje máximo del precio </p>			
--	---	--	--	--

