

HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS, EVALUACION, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 30-2023-HBT-1

"SUMINISTRO DE REACTIVO PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE CINCO ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO"

En la ciudad de Trujillo a los 07 días del mes de mayo del año 2024, se reunió en la Oficina de Logística del Hospital Belén de Trujillo, a las 08:00 horas, el comité de Selección, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 30-2023-HBT-1 "SUMINISTRO DE REACTIVO PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE CINCO ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO" a fin de incluir las propuestas y admitir las ofertas.

El quorum necesario que exige la normativa de contratación pública se contó con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente Titular: Cinthia Mederos Montero
Primer Miembro Titular: Martha Pérez Risco
Segundo Miembro Titular: Silvia Cueva Araujo

Para dar cumplimiento conforme el cronograma del presente procedimiento de selección; se procede a efectuar la revisión de la documentación obligatoria, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si la oferta responde a las características y/o requisitos y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.

1. Revisión de Postores: A través del Sistema SEACE el Órgano Encargado de las Contrataciones verifica y descarga la documentación de los postores que enviaron sus propuestas, siendo los siguientes:

Nro.	RUC/Código	Nombre e Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
1	20602007970	LC BIOCORP S.A.C.	24/04/2024	22:15:34	20602007970	24/04/2024	22:16:28	Enviado	Valido		
2	20505110651	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	24/04/2024	23:45:18	20505110651	24/04/2024	23:46:29	Enviado	Valido		
3	20155695901	SISTEMAS ANALITICOS SRL	24/04/2024	19:06:34	20155695901	24/04/2024	19:15:29	Enviado	Valido		

3 registros encontrados, mostrando 3 registro(s), de 1 a 3. Página 1 / 1.

El Órgano Encargado de las Contrataciones remite los expedientes de los postores mencionados líneas arriba al comité encargado de la conducción del procedimiento de selección ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 30-2023-HBT-1, cuyo objeto de la convocatoria es el "SUMINISTRO DE REACTIVO PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE CINCO ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO".

2. **Evaluación de Ofertas. Documentación Obligatoria:** El comité de Selección junto con el área usuaria verifican el cumplimiento de la documentación obligatoria y el cumplimiento de las especificaciones técnicas en conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determinan si las ofertas corresponden a las características y/o requisitos y condiciones de los detallados en la sección específica de las bases:

N°	DESCRIPCION	Documentación Obligatoria			
		Cumple	No Cumple	Estado	Observación
1	LC BIOCORP S.A.C.		X	NO ADMITIDO	<p>El área usuaria indica que: a) En la evaluación de la oferta presentada por esta empresa se observa que en la página 100 y 101 la folletería del equipo en cesión en uso, no se acredita las características solicitadas para el equipo contador hematológico de cinco estirpes como:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Control Interlaboratorial interno. -Procesamiento en simultáneo desde la primera corrida de glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, hemoglobina, constantes corpusculares. -Pantalla táctil. -Módulo incorporado de control de calidad automático: gráfica de Levey Jennings o gráfica similares con reconocimiento internacional. <p>Es por este motivo que el proveedor presenta una carta aclaratoria de estas especificaciones técnicas, las cuales no figuran en la folletería presentada.</p> <p>Es importante mencionar que, en las BASES INTEGRADAS, en el CAPÍTULO II, Numeral 2.2, dice en el inciso e) <i>Se aceptarán cartas aclaratorias emitidas por el fabricante, siempre y cuando sean una aclaración sobre alguna característica que no quede clara y figure en los manuales, folleterías, catálogos o insertos.</i></p> <p>b) Control de Calidad Interno de Tercera Opinión: el proveedor presenta en la página 50 un inserto del Control de Calidad de Tercera Opinión de Reticulocitos marca R&D, modelo de control XERet; el cual está compuesto por células humanas y porcinas</p>

[Handwritten signature]

					suspendidas en un líquido similar a plasma con conservantes. El requerimiento solicitado del Control de Calidad de Tercera Opinión es de matriz humana, por lo que no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.
2	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA		X	NO ADMITIDO	El área usuaria indica que: Presenta carta aclaratoria de fabricante donde indican que los equipos Analizadores Hematológicos Automatizados modelo BC 6200, BC-6800PLUS y los respectivos reactivos, consumibles y soluciones de limpieza que se detallan a continuación son compatibles con los equipos en mención. DS DILUENT M-6LD LYSE M-6LH LYSE M-6LN LYSE M-6FD DYE M-6FN DYE M-6FR DYE M-6DR DILUENT PROBE CLEANSER (Solución de limpieza). Existe incongruencias entre la Carta Aclaratoria del Fabricante y los Certificados de Análisis presentados de: Control de Hematología BC-6D; Control de Reticulocitos BC-RET; Calibrador para Hematología SC-CAL-PLUS; reactivos: DS DILUENT, M-6LD LYSE, M-6LH LYSE, M-6LN LYSE, M-6FD DYE, M-6FN DYE, M-6FR DYE, M-6DR DILUENT, donde no se evidencia el rendimiento (reactivos; calibrador; controles hematológicos y control de reticulocitos), con los modelos de los equipos analizadores hematológicos automatizados compatibles BC 6200, BC-6800PLUS.
3	SISTEMAS ANALITICOS SRL	X		ADMITIDO	

3. **Requisitos de Calificación:** Después de revisar la documentación obligatoria de los tres postores según detallo líneas arriba, se procede a la evaluación de los requisitos de calificación del postor admitido:

PARTICIPANTE	Requisitos de Calificación			
	Capacidad Legal	Experiencia del postor	Estado	Observación
SISTEMAS ANALITICOS SRL	Si cumple	Si cumple	Admitido	

4. **Evaluación de Ofertas. Factores de Evaluación:** Después de revisar la documentación obligatoria y requisitos de calificación según detallo líneas arriba, se procede a la evaluación de los factores de evaluación del postor admitido:

PARTICIPANTE	VALOR ESTIMADO	VALOR OFERTADO	FACTOR DE EVALUACION	TOTAL	ORDEN DE PRELACION
			Precio		
SISTEMAS ANALITICOS SRL	S/. 442,800.00	S/. 297,000.00	100.000	100.00	1°

5. **OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:** Revisando los documentos obligatorios, las especificaciones técnicas, los requisitos de calificación y los factores de evaluación, el comité procede a otorgar la buena pro a la empresa SISTEMAS ANALITICOS SRL con RUC 20155695901.

Siendo las 10:00 horas el día 07 de mayo del presente se da por concluida las etapas de evaluación; calificación y otorgamiento de la buena pro con la conformidad del comité de selección, los cuales suscriben el acta.



Lic. Cinthia I. Mederos Montero
Presidente



Lic. Martha Pérez Risco
Primer Miembro Titular



Lic. Silvia Cueva Araujo
Segundo Miembro Titular

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°30-Nº-2023-HBT

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE BIENES

“SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE CINCO ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA DEL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO”

ASUNTO: INFORME DE LA EVALUACIÓN DE OFERTAS PROCESO DE AS N°30-2023-HBT

EMPRESAS PARTICIPANTES

- WP. BIOMED S.A
- LC. BIOCORP S.A.C
- SISTEMAS ANALITICOS S.R.L

EVALUACIÓN:

1.EMPRESA WP. BIOMED S.A:

Presenta carta aclaratoria de fabricante donde indican que los equipos Analizadores Hematológicos Automatizados modelo BC 6200, BC-6800PLUS y los respectivos reactivos, consumibles y soluciones de limpieza que se detallan a continuación son compatibles con los equipos en mención.

DS DILUENT

M-6LD LYSE

M-6LH LYSE

M-6LN LYSE

M-6FD DYE

M-6FN DYE

M-6FR DYE

M-6DR DILUENT

PROBE CLEANSER (Solución de limpieza).

Existe incongruencias entre la Carta Aclaratoria del Fabricante y los Certificados de Análisis presentados de: Control de Hematología BC-6D; Control de Reticulocitos BC-RET; Calibrador para Hematología SC-CAL-PLUS; reactivos: DS DILUENT, M-6LD LYSE, M-6LH LYSE, M-6LN LYSE, M-6FD DYE, M-6FN DYE, M-6FR DYE, M-6DR DILUENT, donde no se evidencia el rendimiento (reactivos; calibrador; controles hematológicos y control de reticulocitos), con los modelos de los equipos analizadores hematológicos automatizados compatibles BC 6200, BC-6800PLUS.

2. EMPRESA LC. BIOCORP S.A.C:

a)En la evaluación de la oferta presentada por esta empresa se observa que en la página 100 y 101 la folletería del equipo en cesión en uso, no se acredita las características solicitadas para el equipo contador hematológico de cinco estirpes como:

-Control Interlaboratorial interno.

-Procesamiento en simultáneo desde la primera corrida de glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, hemoglobina, constantes corpusculares.

-Pantalla táctil.

-Módulo incorporado de control de calidad automático: gráfica de Levey Jennings o gráfica similares con reconocimiento internacional.

Es por este motivo que el proveedor presenta una carta aclaratoria de estas especificaciones técnicas, las cuales no figuran en la folletería presentada.

Es importante mencionar que, en las BASES INTEGRADAS, en el CAPÍTULO II, Numeral 2.2, dice en el inciso e) *Se aceptarán cartas aclaratorias emitidas por el fabricante, siempre y cuando sean una aclaración sobre alguna característica que no quede clara y figure en los manuales, folleterías, catálogos o insertos.*

b) Control de Calidad Interno de Tercera Opinión: el proveedor presenta en la página 50 un inserto del Control de Calidad de Tercera Opinión de Reticulocitos marca R&D, modelo de control XERet; el cual está compuesto por células humanas y porcinas suspendidas en un líquido similar a plasma con conservantes.

El requerimiento solicitado del Control de Calidad de Tercera Opinión es de matriz humana, por lo que no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.

3. EMPRESA SISTEMAS ANALITICOS S.R.L:

Esta empresa cumplió en acreditar las especificaciones técnicas requeridas en este proceso, así como la presentación de los documentos obligatorios para su evaluación.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

EMPRESAS PARTICIPANTES

- WP. BIOMED S.A
- LC. BIOCORP S.A.C
- SISTEMAS ANALITICOS S.R.L

RESULTADOS

- NO CUMPLE
- NO CUMPLE
- SÍ CUMPLE

Es todo cuanto tengo que informar para su conocimiento y fines convenientes.

Atentamente:

REGIÓN LA LIBERTAD
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
Hospital Belén de Trujillo
Servicio Patología Clínica
Lic. Silvia Cueva Araujo
TECNÓLOGO MÉDICO
LABORATORIO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA
CTMP 8255 RNE 0144