

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR
Nomenclatura :	AS-Homologacion-SM-18-2024-RSSCS/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS-DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA Y PORTÁILES PARA LAS IPRESS DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR

Ruc/código :	20100262291	Fecha de envío :	07/10/2024
Nombre o Razón social :	COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C	Hora de envío :	14:14:56

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

3.1 Especificaciones Técnicas - Numeral 6: Características Técnicas (página 23)

En el cuadro se indica "Garantía 02 años - cantidad de mantenimientos preventivos - cuatro (04) mantenimientos preventivos (semestralmente)".

Sin embargo, en la Ficha de Homologación, en el literal II.2.7.2 sobre Mantenimiento Preventivo, en la página 66.

Específicamente, el texto señala que " se realizará cada seis (06) meses o según lo indicado en el manual del fabricante, durante el periodo de garantía ofertado y conforme al programa de mantenimiento preventivo Formato N°12.

Consulta: ¿Se estará cumpliendo con lo establecido en la Ficha de Homologación, que indica que el mantenimiento se realizará cada seis (06) meses o según lo indicado en el manual del fabricante? QUIERE DECIR QUE SE PUEDE OFERTAR LO INDICADO EN EL MANUAL DEL FABRICANTE, ya que existen varios equipos biomédicos cuyos fabricantes recomiendan que el mantenimiento se debe realizar cada 12 meses (01 año).

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.1 **Literal:** II.2.7.2 **Página:** 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LUEGO DE EVALUADA LA CONSULTA, EL AREA USUARIA ACLARA QUE TAL COMO INDICA EN LAS FICHAS HOMOLOGADAS EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE REALIZARA CADA SEIS (6) MESES O SEGÚN LO INDICADA EN EL MANUAL DEL FABRICANTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CAPITULO III

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR

Nomenclatura :AS-Homologacion-SM-18-2024-RSSCS/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE EQUIPOS-DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA Y PORTÁTILES PARA LAS IPRESS DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR

Ruc/código :	20600908783	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	RODA MEDICAL E.I.R.L. - RODA MED E.I.R.L.	Hora de envío :	17:44:35

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
A FIN QUE LA ENTIDAD ADQUIERA EQUIPOS DE CALIDAD, DEBERIAN SOLICITAR QUE EL ORIGEN DE ELLOS SEA DE PROCEDENCIA ALEMANA O USA, (NO CHINA) Y OTORGAR UN PUNTAJE ADICIONAL AL POSTOR QUE LO PRESENTE COMO UNA MEJORA

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 3.2 Página: 3.2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
LUEGO DE EVALUADA LA CONSULTA, EL AREA USUARIA ACLARA QUE DE ACUERDO A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, EL REQUERIMIENTO NO HACE REFERENCIA A FABRICACION O PROCEDENCIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR

Nomenclatura :AS-Homologacion-SM-18-2024-RSSCS/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE EQUIPOS-DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA Y PORTÁTILES PARA LAS IPRESS DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR

Ruc/código :	20610815341	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	16:46:22

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se puede visualizar que dentro de la documentación de presentación obligatoria (Pág. 39 y 71) se está solicitando que el Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario este a nombre del postor u otros, debemos precisar que el registro sanitario debería estar a nombre del postor ya que es el documento expedido por la autoridad sanitaria correspondiente, mediante el cual se autoriza a una persona natural o jurídica para importar un equipo, instrumental, insumos médicos para proteger la salud y la seguridad del público garantizando que los productos sean seguros, eficaces y de buena calidad.

Por lo expuesto, solicitamos al comité de selección, pedir como documentación obligatoria que el Registro y/o Certificado Sanitario esté a nombre del postor.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: IIILiteral: 3.1Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LUEGO DE EVALUADA LA CONSULTA, EL AREA USUARIA ACLARA QUE SE MANTIENE LO SOLICITADO EN LAS BASES, DE ACUERDO A LA FICHA HOMOLOGADA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR

Nomenclatura :AS-Homologacion-SM-18-2024-RSSCS/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE EQUIPOS-DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA Y PORTÁTILES PARA LAS IPRESS DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR

Ruc/código :	20602312942	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MD DISPOSITIVOS MEDICOS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:56:04

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas generales no se considera un soporte integrado para la sonda , siendo este de suma importancia para el cuidado y preservación de la misma. Podría el comité considerar esta característica como obligatoria con el fin de alargar la vida útil de la sonda.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 1- GENERAL Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LUEGO DE EVALUADA LA CONSULTA, EL AREA USUARIA ACLARA QUE MANTIENE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACUERDO A LA FICHA DE HOMOLOGACION PUBLICADA POR PERU COMPRAS, EN CUMPLIMIENTO A LA NORMA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-18-2024-RSSCS/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS-DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA Y PORTÁTILES PARA LAS IPRESS DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR

Ruc/código :	20602312942	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MD DISPOSITIVOS MEDICOS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:56:04

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las especificaciones se solicita un rango de medición de frecuencia cardiaca de 60 lpm a 210 lpm o rango mayor. Creemos que es importante que se exija un rango mayor para que la frecuencia cardiaca fetal pueda ser detectado incluso desde los 30 lpm (pacientes de riesgo). Puede el comite considerar obligatorio un rango de 30 lpm a 240 lpm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 2.1.4 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LUEGO DE EVALUADA LA CONSULTA, EL AREA USUARIA ACLARA QUE MANTIENE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACUERDO A LA FICHA DE HOMOLOGACION PUBLICADA POR PERU COMPRAS, EN CUMPLIMIENTO A LA NORMA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR

Nomenclatura :AS-Homologacion-SM-18-2024-RSSCS/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE EQUIPOS-DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA Y PORTÁTILES PARA LAS IPRESS DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR

Ruc/código :	20602312942	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MD DISPOSITIVOS MEDICOS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:56:04

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:
En las especificaciones técnicas no se visualiza la tendencias graficas o numéricas, siendo esto importante para la monitorización de pacientes críticos. Podría el comité considerar como obligatorio el registro de tendencia de hasta 4 horas para monitoreo de pacientes críticos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 2.2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
LUEGO DE EVALUADA LA CONSULTA, EL AREA USUARIA ACLARA QUE MANTIENE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACUERDO A LA FICHA DE HOMOLOGACION PUBLICADA POR PERU COMPRAS, EN CUMPLIMIENTO A LA NORMA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-18-2024-RSSCS/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS-DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA Y PORTÁILES PARA LAS IPRESS DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR

Ruc/código :	20602312942	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MD DISPOSITIVOS MEDICOS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:56:04

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas se solicitan 1 sonda entre 2 mhz a 3 mhz. Creemos que es importante que el equipo venga equipado con una (01) sonda de 2 mhz y adicionalmente una(01) sonda de 3 mhz, esto con el fin, de usar la sonda de 3 mhz en pacientes en etapa gestacional mas temprana. Podría el comite considerar obligatorio la entrega de dos (02) sondas con las características antes mencionadas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LUEGO DE EVALUADA LA CONSULTA, EL AREA USUARIA ACLARA QUE MANTIENE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACUERDO A LA FICHA DE HOMOLOGACION PUBLICADA POR PERU COMPRAS, EN CUMPLIMIENTO A LA NORMA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR

Nomenclatura :AS-Homologacion-SM-18-2024-RSSCS/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE EQUIPOS-DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA Y PORTÁTILES PARA LAS IPRESS DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR

Ruc/código :	20602312942	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MD DISPOSITIVOS MEDICOS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:56:04

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas se solicitan 2 frascos de gel de 250 ml. Podría el comité considerar como mejora adicional u obligatoria la entrega de 10 frascos de gel de 250 ml sin que esto altere el presupuesto destinado a este proceso

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LUEGO DE EVALUADA LA CONSULTA, EL AREA USUARIA ACLARA QUE MANTIENE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACUERDO A LA FICHA DE HOMOLOGACION PUBLICADA POR PERU COMPRAS, EN CUMPLIMIENTO A LA NORMA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-18-2024-RSSCS/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS-DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA Y PORTÁTILES PARA LAS IPRESS DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR

Ruc/código :	20602312942	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MD DISPOSITIVOS MEDICOS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:56:04

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas no se indica el tipo de batería solicitada. Podría el comité solicitar la entrega obligatoria del equipo solicitado con batería de litio, ya que tienen una vida útil mayor a los 5 años y brinda una autonomía de por lo menos de 5 horas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.5.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LUEGO DE EVALUADA LA CONSULTA, EL AREA USUARIA ACLARA QUE MANTIENE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACUERDO A LA FICHA DE HOMOLOGACION PUBLICADA POR PERU COMPRAS, EN CUMPLIMIENTO A LA NORMA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-18-2024-RSSCS/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS-DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA Y PORTÁTILES PARA LAS IPRESS DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR

Ruc/código :	20602312942	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MD DISPOSITIVOS MEDICOS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:56:04

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En las especificaciones se solicita un rango de medición de frecuencia cardiaca de 60 lpm a 210 lpm o rango mayor. Creemos que es importante que se exija un rango mayor para que la frecuencia cardiaca fetal pueda ser detectado incluso desde los 50 lpm (pacientes de riesgo). Puede el comite considerar obligatorio un rango de 50 lpm a 240 lpm.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 2.1.4 Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LUEGO DE EVALUADA LA CONSULTA, EL AREA USUARIA ACLARA QUE MANTIENE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACUERDO A LA FICHA DE HOMOLOGACION PUBLICADA POR PERU COMPRAS, EN CUMPLIMIENTO A LA NORMA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-18-2024-RSSCS/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS-DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA Y PORTÁILES PARA LAS IPRESS DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR

Ruc/código :	20602312942	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MD DISPOSITIVOS MEDICOS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:56:04

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas del monitor de latidos fetales portatil se solicitan 1 sonda entre 2 mhz a 3 mhz. Creemos que es importante que el equipo venga equipado con una (01) sonda de 2 mhz y adicionalmente una(01) sonda de 3 mhz, esto con el fin, de usar la sonda de 3 mhz en pacientes en etapa gestacional mas temprana. Podría el comite considerar obligatorio la entrega de dos (02) sondas con las características antes mencionadas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2.1 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LUEGO DE EVALUADA LA CONSULTA, EL AREA USUARIA ACLARA QUE MANTIENE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACUERDO A LA FICHA DE HOMOLOGACION PUBLICADA POR PERU COMPRAS, EN CUMPLIMIENTO A LA NORMA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-18-2024-RSSCS/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS-DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA Y PORTÁTILES PARA LAS IPRESS DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR

Ruc/código :	20602312942	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MD DISPOSITIVOS MEDICOS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:56:04

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas se solicitan 2 frascos de gel de 250 ml. Podría el comité considerar como mejora adicional u obligatoria la entrega de 10 frascos de gel de 250 ml sin que esto altere el presupuesto destinado a este proceso

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.3.1 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LUEGO DE EVALUADA LA CONSULTA, EL AREA USUARIA ACLARA QUE MANTIENE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACUERDO A LA FICHA DE HOMOLOGACION PUBLICADA POR PERU COMPRAS, EN CUMPLIMIENTO A LA NORMA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR

Nomenclatura :AS-Homologacion-SM-18-2024-RSSCS/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE EQUIPOS-DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA Y PORTÁILES PARA LAS IPRESS DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR

Ruc/código :	20602312942	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MD DISPOSITIVOS MEDICOS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:56:04

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas se solicita una pantalla con indicador de batería baja, frecuencia cardiaca fetal y adecuada señal de latidos , sin embargo creemos que es importante que se muestre un promedio numérico calculado por el equipo en un intervalo de tiempo definido, así como un grafico dinámico de los valor obtenidos. Podría el comité solicitar como obligatorio la visualización de el promedio numérico calculado por el equipo en un intervalo de tiempo definido, así como el gráfico dinámico de los valores obtenidos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 2.2.2 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LUEGO DE EVALUADA LA CONSULTA, EL AREA USUARIA ACLARA QUE MANTIENE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACUERDO A LA FICHA DE HOMOLOGACION PUBLICADA POR PERU COMPRAS, EN CUMPLIMIENTO A LA NORMA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR		
Nomenclatura :	AS-Homologacion-SM-18-2024-RSSCS/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS-DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA Y PORTÁTILES PARA LAS IPRESS DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR		

Ruc/código :	20610815341	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:05:44

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se puede visualizar que, dentro del requerimiento técnico, solicitan como accesorio un estabilizador, ante eso debemos de precisar que solicitarlo solo incrementaría el precio del equipo, asimismo son equipos que estarán en constante traslado y tener que transportarlo con estabilizador sólo dificultaría el accionar del usuario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LUEGO DE EVALUADA LA CONSULTA, EL AREA USUARIA ACLARA QUE EL ESTABILIZADOR SERA OPCIONAL POR .SER EQUIPOS PORTATILES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE DETALLA EN LA FICHA DE HOMOLOGACION

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-18-2024-RSSCS/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS-DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA Y PORTÁTILES PARA LAS IPRESS DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR

Ruc/código :	20462004380	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS HAMBERT E.I.R.L.	Hora de envío :	22:17:03

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

En los requisitos del plazo de entrega, se establece que el plazo de entrega de los bienes es de QUINCE (15) días contados desde el día siguiente de la suscripción del contrato.

Debido a la cantidad de productos entregados: CINCO (05) detectores de latidos fetales de sobremesa y QUINCE (15) detectores de latidos fetales portátiles, se pide que se aumente el plazo de entrega a TREINTA Y CINCO (35) días ya que el tiempo mínimo necesario para importar a nuestro país los equipos designados es de un promedio de TREINTA (30) días; por lo que, junto al tiempo de transporte de los equipos hacia el almacén en Cusco, la respectiva capacitación y prueba de funcionamiento no nos permitirían participar en el presente proceso con el tiempo establecido de QUINCE (15) días.

Observación:

Solicitamos que el plazo de entrega de los equipos sea de TREINTA Y CINCO (35) días contados desde el día siguiente de la suscripción del contrato, en el cual se encuentra referido la entrega de los bienes, prueba de funcionamiento y capacitación (al personal usuario asistencia).

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** CAP I **Literal:** 1.9 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

inc. a) y e) del artículo 2° de la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

LUEGO DE EVALUADA LA OBSERVACION, EL AREA USUARIA NO ACOGE Y MANTIENE EL PLAZO DE ENTREGA, POR SER DE NECESIDAD DEL AREA USUARIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-18-2024-RSSCS/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS-DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA Y PORTÁTILES PARA LAS IPRESS DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR

Ruc/código :	20462004380	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS HAMBERT E.I.R.L.	Hora de envío :	22:17:03

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

En los requisitos de experiencia del postor en la especialidad, se solicita que el monto facturado acumulado acreditado sea equivalente a S/ 200,000.00, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de la oferta.

Observación:

Solicitamos que dentro de los bienes similares se considere EQUIPOS BIOMÉDICOS DE SALA DE OPERACIONES

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.2-B **Página:** 90

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

inc. a) y e) del artículo 2° de la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

LUEGO DE EVALUADA LA OBSERVACION, EL AREA USUARIA NO ACOGE Y MANTIENE LO SOLICITADO DE ACUERDO A LA FICHA DE HOMOLOGACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA