

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES DE VIDRIO PARA LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Ruc/código :	20602565093	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	PQ REAL ASOCIADOS S.A.C.	Hora de envío :	16:51:35

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité aclarar, si los ítems convocados están conformado como un paquete o por ítems individuales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.2 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección ACLARA e indica que la relación de materiales se encuentran en paquete.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES DE VIDRIO PARA LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Ruc/código :	20602565093	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	PQ REAL ASOCIADOS S.A.C.	Hora de envío :	16:51:35

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Requisitos de calificación: EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran bienes iguales o similares a los siguientes: CUALQUIER MATERIAL DE VIDRIO U OTRO QUE ES DE UTILIDAD EN LOS LABORATORIOS DE PRACITCA.

Al respecto, solicitamos al Comité de Selección, a fin de que, en coordinación con el área usuaria, considere, modifique y/o adecúe la experiencia del postor a MATERIALES, DISPOSITIVOS O EQUIPOS PARA USO DE LABORATORIO EN GENERAL en concordancia con el principio de libertad de concurrencia regulado por el artículo 2 de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.2      **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

el comité de selección en virtud al oficio del área usuaria se ACOGE a la observación se agregara a la experiencia : MATERIALES DE LABORATORIO y/o DISPOSITIVOS y/o EQUIPOS PARA USO DE LABORATORIO EN GENERAL

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE INCORPORARA A LAS BASES INTEGRADAS EXPERIENCIA DLE POSTOR MATERIALES DE LABORATORIO y/o DISPOSITIVOS y/o EQUIPOS PARA USO DE LABORATORIO EN GENERAL

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES DE VIDRIO PARA LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Ruc/código :	20607779695	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	CHAPOMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:13:01

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Respecto al plazo de entrega, se indica en las Bases:  
Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 45 días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Al respecto, resulta importante indicar que en la contratación estatal establecer que el plazo de entrega sea contabilizado de suscrito el contrato no es lo más adecuado, porque cuando se realiza el mismo, se hace en el Almacén y el personal de almacén siempre requiere la orden de compra para poder internar los bienes. Por otro lado, como proveedores, para poder hacer seguimiento en el MEF requerimos tener el código SIAF, este se visualiza en la orden de compra. En ese sentido, SOLICITAMOS al Comité PRECISE y se establezca QUE EL PLAZO DE ENTREGA SEA CONTABILIZADO DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 1.9    **Literal:** 1.9    **Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

---

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en virtud al oficio del área usuaria: se ACLARA la observación el plazo de entrega se contabilizará desde el día siguiente de notificada la orden de compra tal como se establece en las EETT.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES DE VIDRIO PARA LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Ruc/código :	20607779695	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	CHAPOMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:14:49

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR QUE ESTABLECE EN LAS BASES: Se puede apreciar que en la experiencia del postor, se indica que se podrá acreditar dicha experiencia con la venta de bienes SIMILARES a los siguientes : CUALQUIER MATERIAL DE VIDRIO U OTRO QUE ES DE UTILIDAD EN LOS LABORATORIOS DE PRACTICA

Por lo expuesto, a fin de permitir una mayor participación de postores que cuenten con experiencia en el mercado, solicitamos al Comité de Selección ampliar el presente requerimiento, aceptar y modificar el objeto de Contrato de la experiencia de postor por la de MATERIAL DE LABORATORIO EN GENERAL, ya que los productos solicitamos se encuentran inmersos en este rubro.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** B    **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley N°30225 y Reglamento (DS 350-2015-ef)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

el comité de selección en virtud al oficio del área usuaria se ACOGE a la observación se agregara a la experiencia : MATERIALES DE LABORATORIO y/o DISPOSITIVOS y/o EQUIPOS PARA USO DE LABORATORIO EN GENERAL

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE INCORPORARA A LAS BASES INTEGRADAS EXPERIENCIA DLE POSTOR MATERIALES DE LABORATORIO y/o DISPOSITIVOS y/o EQUIPOS PARA USO DE LABORATORIO EN GENERAL

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES DE VIDRIO PARA LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Ruc/código :	20605872566	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ESPINAL S.A.C. - CORESPI S.A.C.	Hora de envío :	18:24:22

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En el punto G de los DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA, aclarar si la presentación del precio de la oferta deberá ser total por paquete o se debe presentar precios unitarios por cada ítem.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.2 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comité de selección ACLARA que:  
El postor debe consignar el precio total de la oferta, Adicionalmente podría presentar el detalle de precios unitarios como documento complementario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES DE VIDRIO PARA LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Ruc/código :	20605872566	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ESPINAL S.A.C. - CORESPI S.A.C.	Hora de envío :	18:24:22

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En el punto GARANTÍA se solicita que LOS PRODUCTOS OFERTADOS DEBEN TENER UNA FECHA DE EXPIRACIÓN MÁXIMA, solicitamos al comité de selección aclarar ello, y también hacemos mención que por ser productos de VIDRIO no se suele dar garantía una vez entregado todo conforme, ya que son fáciles de romper.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comité de selección en virtud al oficio del área usuaria aclara ACLARA que los materiales de vidrio NO DEBEN tener fecha de expiración por ser material de vidrio. Así mismo se debe garantizar que la entrega sea en óptimas condiciones y en caso de un defecto o falla de fabrica deberán ser repuestos"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se suprimirá en las bases integradas.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES DE VIDRIO PARA LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Ruc/código :	20605872566	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ESPINAL S.A.C. - CORESPI S.A.C.	Hora de envío :	18:24:22

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

En el ítem N° 07 se solicita PINZA DE ACERO INOXIDABLE DE 25 cm PARA SUJETAR CRISOLES, solicitamos también puedan aceptar PINZA DE ACERO INOXIDABLE DE 26 cm a fin de permitir y promover la mayor participación de postores.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

el comité de selección en virtud al oficio del área usuaria ACLARA la observación se aceptará también pinza de acero inoxidable de 26 cm.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

EL TEXTO SE AGREGARA A LAS BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES DE VIDRIO PARA LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Ruc/código :	20605872566	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ESPINAL S.A.C. - CORESPI S.A.C.	Hora de envío :	18:24:22

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

En los ítems N° 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 se solicita que la rotulación de estos productos sean solo en ESMALTE AZUL DE ALTO CONTRASTE, solicitamos también puedan aceptar ESMALTE BLANCO MOSTAZA AZUL PLOMO O GRIS DE ALTO CONTRASTE a fin de permitir y promover la mayor participación de postores.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO ART.02 LIT- A, B y C. a) Libertad de concurrence. b) Igualdad de t

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en virtud al oficio del área usuaria se ACOGE a la observación parcialmente. La rotulación de estos productos se agregara BLANCO DE ALTO CONTRASTE al momento de integrar mis bases

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

texto se agregara a las bases integradas "BLANCO DE ALTO CONTRASTE" para los materiales observados

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES DE VIDRIO PARA LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Ruc/código :	20605872566	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ESPINAL S.A.C. - CORESPI S.A.C.	Hora de envío :	18:24:22

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

En el punto REPOSICION POR BIEN DEFECTUOSO se solicita que el CAMBIO DEL BIEN POR DEFECTOS DE FÁBRICA O POR DETERIOROS AL MOMENTO DE LA TRANSPORTACIÓN, LA MISMA QUE DEBE SER EN UN PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR A DOS (02) DÍAS HÁBILES, solicitamos ampliar el PLAZO DE ENTREGA A TRES (03) DÍAS HABLES a fin de permitir y promover la mayor participación de postores.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

el comité de selección en virtud al oficio del área usuaria se ACOGE a la observación precisando que al momento de la integración de bases se corregirá quedando de la siguiente manera plazo de entrega de reposición a 05 días hábiles.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modificara en las bases integradas. a CINCO (05) DIAS HABLES.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES DE VIDRIO PARA LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Ruc/código :	20605872566	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ESPINAL S.A.C. - CORESPI S.A.C.	Hora de envío :	18:52:43

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité de selección aclarar cuál es la diferencia entre el ítem N° 44 y el ítem N° 47, ya que en el ítem N° 47 menciona PROBETA DE VIDRIO GRADUADA HEXAGONAL DE 1 L y en el ítem N° 44 menciona PROBETA DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADA 1 L, solicitamos especificar el ítem N° 44.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en virtud al oficio del área usuaria , ACLARA que en virtud a los ítems las probetas deben ser de base Hexagonal es por ello que al momento de la integración de bases se modificara el ítem 44.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

TEXTO MODIFICADO EN LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES DE VIDRIO PARA LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Ruc/código :	20132091979	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	TAWA S A	Hora de envío :	21:37:14

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

El material volumétrico de vidrio para laboratorio como Buretas, pipetas, probetas y matraces volumétricos o fiolas se clasifica de tipo A y B en función a la tolerancia en su volumen siendo la Clase A la que tiene menor tolerancia o mayor precisión según normas como ISO. Esta clasificación no se aplica a recipientes de vidrio no volumétrico como vasos, frascos. matraces erlenmeyers. Por lo que solicitamos retirar esta especificación a los items 18,19,20,21, 22,23,35,36,37,38,39,40,41,42,43,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 por no corresponder.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN VIRTUD AL OFICIO DEL AREA USUARIA se acoge a la consulta, al momento de la integración de las bases se suprimirá el termino ISO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

TEXTO SUPRIMIDO EN LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES DE VIDRIO PARA LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Ruc/código :	20132091979	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	TAWA S A	Hora de envío :	21:37:14

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Los embudos de vidrio son usadas en el laboratorio para el trasvase de líquidos generalmente no son fabricados de vidrio termoresistente como el vidrio borosilicato ya que no serán sometidas a calentamiento

Se Consulta si aceptaran en el Item 16 ofertar embudos de vidrio

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN VIRTUD AL OFICIO DEL AREA USUARIA, NO SE ACOGE a la consulta, obligatoriamente debe ser de vidrio borosilicato

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES DE VIDRIO PARA LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Ruc/código :	20132091979	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	TAWA S A	Hora de envío :	21:37:14

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En los Items 18 a 23 Frascos de vidrio, solicitan la rotulación en esmalte azul,  
Hay fabricantes que usan otros colores para su rotulación, ya que no hay norma que rija estos colores  
Se Consulta: Aceptaran rotulación en esmalte de color blanco para ampliar las marcas o ofertar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN VIRTUD AL OFICIO DEL AREA USUARIA se acoge a la consulta. La rotulación de estos productos se agregara ESMALTE DE COLOR BLANCO al momento de integrar las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

TEXTO AGREGADO EN LAS BASES IONTEGRADAS PARA LOS ITEMS EN MENCION.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES DE VIDRIO PARA LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Ruc/código :	20132091979	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	TAWA S A	Hora de envío :	21:37:14

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En los ítems 29, 31,34 solicitan Matraz aforado (fiola) con tapa de teflón (PTFE), hay muchos fabricantes que ofrecen tapas de polietileno (PE)  
Se consulta: Aceptaran ofertar en los ítems 29, 31, 34 Matraz aforado de vidrio con tapa de PE con lo que permitían una mayor oferta

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN VIRTUD AL OFICIO DEL AREA USUARIA SE ACOGE A LA CONSULTA QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:  
TAPA DEL MATRAZ AFORADO (FIOLA) DEBE TENER TAPA DE TEFLON (PTFE) O TAPAS DE POLIETILENO (PE)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

TEXTO AGREGADO A LAS BASES INTEGRADAS  
TAPA DEL MATRAZ AFORADO (FIOLA) DEBE TENER TAPA DE TEFLON (PTFE) O TAPAS DE POLIETILENO (PE)

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES DE VIDRIO PARA LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Ruc/código :	20132091979	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	TAWA S A	Hora de envío :	21:37:14

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

en los ítems 40, 41, 42, solicitan Matas Kitasato, este equipo se usa para recoger líquidos en una filtración, por lo que generalmente no son graduados y no se fabrican en vidrio termoresistente  
Se consulta Aceptaran matraces Kitasato sin graduación y de vidrio para permitir mayor ofertantes

Acápito de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: III Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN VIRTUD AL OFICIO DEL AREA USUARIA, NO SE ACOGE A LA CONSULTA, el Matraz kitazo debe tener graduación y ser de vidrio termoresistente o de borosilicato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES DE VIDRIO PARA LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Ruc/código :	20132091979	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	TAWA S A	Hora de envío :	21:37:14

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En el ítem 43 solicitan placas Petri de vidrio con graduación y rotulación,  
Usualmente las placas Peri no son graduadas o rotuladas  
Se Consulta aceptaran placas Peri sin rotulación ni graduación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN VIRTUD AL OFICIO DEL AREA USUARIA, se ACOGE a la consulta y se modificará las bases integradas donde indicara que se aceptaran placas Peri sin rotulación ni graduación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

TEXTO AGREGADO EN LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES DE VIDRIO PARA LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Ruc/código :	20132091979	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	TAWA S A	Hora de envío :	21:37:14

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En los Items 55, 56, 57, 58, 59, 60, solicitan Vaso de precipitado con graduación y rotulación en esmalte azul, hay muchos fabricantes que usan otros colores en la rotulación  
Se consulta aceptaran graduación y rotulación en color blanco en los Items 55, 56, 57, 58, 59, 60, para dar oportunidad a mayor cantidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN VIRTUD AL OFICIO DEL AREA USUARIA, se ACOGE parcialmente a la consulta. La rotulación de estos productos se agregara ESMALTE DE COLOR BLANCO al momento de integrar las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

TEXTO AGREGADO A LAS BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES DE VIDRIO PARA LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Ruc/código :	20132091979	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	TAWA S A	Hora de envío :	21:37:14

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En los ítems 49, 50, 51, 52, 53, 54, solicitan tubos de ensayo de vidrio, graduados y rotulador en azul es mas usual en laboratorio el uso de tubos sin graduar y d varios colores en su rotulación Se consulta aceptaran ofertas de tubos de ensayo sin graduación y rotulados en color blanco de manera que permitan una mayor oferta

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN VIRTUD AL OFICIO DEL AREA USUARIA, se acoge a la consulta. La rotulación de estos productos se agregara ESMALTE DE COLOR BLANCO al momento de integrar las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

TEXTO SE AGREGA A LAS BASES INTEGRADAS.