

FORMATO N° 13

ACTA DE APERTURA, ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

PARA BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

1	NÚMERO DE ACTA	001-LP N°03-2024-GERESA/LL- PRIMERA CONVOCATORIA																																																										
2	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b> <p>El órgano a cargo del procedimiento de selección, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de LP-SM-03-2024-GERESA/LL-1, cuyo objeto de convocatoria es "IOARR 2604589: ¿ADQUISICIÓN DE CRANEOTOMO, EQUIPO ECOGRAFO OFTALMOLOGICO, ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR Y MAMOGRAFO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿", sesionó a fin de efectuar la APERTURA, ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO, de acuerdo a lo siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ETAPAS</th> <th colspan="2">FECHAS DE LAS SESIONES</th> <th colspan="2">HORA DE LAS SESIONES</th> </tr> <tr> <th>Desde:</th> <th>Hasta:</th> <th>Desde:</th> <th>Hasta:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">- Para la admisión:</td> <td>31/03/2025</td> <td>31/03/2025</td> <td>08:30 am</td> <td>14:35 am</td> </tr> <tr> <td>01/04/2025</td> <td>01/04/2025</td> <td>08:30 am</td> <td>14:35 am</td> </tr> <tr> <td>02/04/2025</td> <td>02/04/2025</td> <td>9:00 a. m.</td> <td>12:00 p. m.</td> </tr> <tr> <td>- Para la evaluación:</td> <td>03/04/2025</td> <td>03/04/2025</td> <td>9:00 a. m.</td> <td>11:30 a. m.</td> </tr> <tr> <td>- Para la calificación:</td> <td>03/04/2025</td> <td>03/04/2025</td> <td>8:15 a. m.</td> <td>12:00 p. m.</td> </tr> <tr> <td>- Para el otorgamiento de la buena pro:</td> <td>03/04/2025</td> <td>03/04/2025</td> <td>8:30 a. m.</td> <td>10:35am</td> </tr> </tbody> </table>		ETAPAS	FECHAS DE LAS SESIONES		HORA DE LAS SESIONES		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:	- Para la admisión:	31/03/2025	31/03/2025	08:30 am	14:35 am	01/04/2025	01/04/2025	08:30 am	14:35 am	02/04/2025	02/04/2025	9:00 a. m.	12:00 p. m.	- Para la evaluación:	03/04/2025	03/04/2025	9:00 a. m.	11:30 a. m.	- Para la calificación:	03/04/2025	03/04/2025	8:15 a. m.	12:00 p. m.	- Para el otorgamiento de la buena pro:	03/04/2025	03/04/2025	8:30 a. m.	10:35am																					
ETAPAS	FECHAS DE LAS SESIONES			HORA DE LAS SESIONES																																																								
	Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:																																																								
- Para la admisión:	31/03/2025	31/03/2025	08:30 am	14:35 am																																																								
	01/04/2025	01/04/2025	08:30 am	14:35 am																																																								
	02/04/2025	02/04/2025	9:00 a. m.	12:00 p. m.																																																								
- Para la evaluación:	03/04/2025	03/04/2025	9:00 a. m.	11:30 a. m.																																																								
- Para la calificación:	03/04/2025	03/04/2025	8:15 a. m.	12:00 p. m.																																																								
- Para el otorgamiento de la buena pro:	03/04/2025	03/04/2025	8:30 a. m.	10:35am																																																								
3	<b>SOBRE EL QUÓRUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)</b> <p>El quórum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">ING.</th> <th rowspan="2">CONDICIÓN</th> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS</th> <th colspan="2">Presencia</th> </tr> <tr> <th>Titular</th> <th>Suplente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presidente</td> <td>DAVID LUNA GRANDEZ</td> <td>Condición</td> <td>LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer Miembro</td> <td>CPC.KATHERIN YAMALY FERNANDEZ BAZALAR</td> <td>Condición</td> <td>LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Miembro</td> <td>ING.MANUEL DIAZ GUZMAN</td> <td>Condición</td> <td>DL N°276</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ING.	CONDICIÓN	LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS	Presencia		Titular	Suplente	Presidente	DAVID LUNA GRANDEZ	Condición	LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS	X		Primer Miembro	CPC.KATHERIN YAMALY FERNANDEZ BAZALAR	Condición	LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS	X		Segundo Miembro	ING.MANUEL DIAZ GUZMAN	Condición	DL N°276	X																																	
	ING.	CONDICIÓN					LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS	Presencia																																																				
			Titular	Suplente																																																								
Presidente	DAVID LUNA GRANDEZ	Condición	LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS	X																																																								
Primer Miembro	CPC.KATHERIN YAMALY FERNANDEZ BAZALAR	Condición	LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS	X																																																								
Segundo Miembro	ING.MANUEL DIAZ GUZMAN	Condición	DL N°276	X																																																								
4	<b>DETALLE DE LOS PARTICIPANTES</b> <p>De acuerdo a la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE, se registraron a través de dicho sistema, los siguientes participantes:</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>1</td><td>SALAS VALVERDE NATALY MAGALY</td></tr> <tr><td>2</td><td>AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.</td></tr> <tr><td>3</td><td>ROCA S.A.C.</td></tr> <tr><td>4</td><td>ORTOPEDIA SAN JUAN DE DIOS SRLTDA.</td></tr> <tr><td>5</td><td>MASTER MEDIC S.A.</td></tr> <tr><td>6</td><td>INTERSERVICE PERU HOSPITAL S.R.L.</td></tr> <tr><td>7</td><td>MEGATECH PERU S.A.C.</td></tr> <tr><td>8</td><td>SALUD BIENES Y SERVICIOS S.R.L. - SABYSER S.R.L.</td></tr> <tr><td>9</td><td>COVIDIEN PERU S.A.</td></tr> <tr><td>10</td><td>SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA</td></tr> <tr><td>11</td><td>HEMOCARE S.A.C.</td></tr> <tr><td>12</td><td>NOVA MEDICAL S.A.C.</td></tr> <tr><td>13</td><td>CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA</td></tr> <tr><td>14</td><td>CLINIC MEDIC EQUIPMENT S.A.C.</td></tr> <tr><td>15</td><td>CARDIOMED DEL PERU SAC</td></tr> <tr><td>16</td><td>HJS-EQUIPOS MEDICOS S.A.C.</td></tr> <tr><td>17</td><td>CORPORACION DACMAR S.A.C.</td></tr> <tr><td>18</td><td>DRAEGER PERU S.A.C.</td></tr> <tr><td>19</td><td>FABRI MEDICAL S.A.C.</td></tr> <tr><td>20</td><td>C &amp; M TECHNOLOGY S.A.C.</td></tr> <tr><td>21</td><td>IMPORTACIONES VASMED S.A.C.</td></tr> <tr><td>22</td><td>JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.</td></tr> <tr><td>23</td><td>J &amp; G INVERSIONES PERU S.A.C.</td></tr> <tr><td>24</td><td>STBIOMEDICAL S.A.C.</td></tr> <tr><td>25</td><td>SAINT INDUSTRY E.I.R.L.</td></tr> <tr><td>26</td><td>CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.</td></tr> <tr><td>27</td><td>CF DISMED S.A.C.</td></tr> <tr><td>28</td><td>PERFECT ENTERPRISE DEL PERU S.A.C.</td></tr> <tr><td>29</td><td>ECO HOSPITAL TECH S.A.C.</td></tr> </tbody> </table>		1	SALAS VALVERDE NATALY MAGALY	2	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	3	ROCA S.A.C.	4	ORTOPEDIA SAN JUAN DE DIOS SRLTDA.	5	MASTER MEDIC S.A.	6	INTERSERVICE PERU HOSPITAL S.R.L.	7	MEGATECH PERU S.A.C.	8	SALUD BIENES Y SERVICIOS S.R.L. - SABYSER S.R.L.	9	COVIDIEN PERU S.A.	10	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	11	HEMOCARE S.A.C.	12	NOVA MEDICAL S.A.C.	13	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	14	CLINIC MEDIC EQUIPMENT S.A.C.	15	CARDIOMED DEL PERU SAC	16	HJS-EQUIPOS MEDICOS S.A.C.	17	CORPORACION DACMAR S.A.C.	18	DRAEGER PERU S.A.C.	19	FABRI MEDICAL S.A.C.	20	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	21	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	22	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	23	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	24	STBIOMEDICAL S.A.C.	25	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	26	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	27	CF DISMED S.A.C.	28	PERFECT ENTERPRISE DEL PERU S.A.C.	29	ECO HOSPITAL TECH S.A.C.
1	SALAS VALVERDE NATALY MAGALY																																																											
2	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.																																																											
3	ROCA S.A.C.																																																											
4	ORTOPEDIA SAN JUAN DE DIOS SRLTDA.																																																											
5	MASTER MEDIC S.A.																																																											
6	INTERSERVICE PERU HOSPITAL S.R.L.																																																											
7	MEGATECH PERU S.A.C.																																																											
8	SALUD BIENES Y SERVICIOS S.R.L. - SABYSER S.R.L.																																																											
9	COVIDIEN PERU S.A.																																																											
10	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA																																																											
11	HEMOCARE S.A.C.																																																											
12	NOVA MEDICAL S.A.C.																																																											
13	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA																																																											
14	CLINIC MEDIC EQUIPMENT S.A.C.																																																											
15	CARDIOMED DEL PERU SAC																																																											
16	HJS-EQUIPOS MEDICOS S.A.C.																																																											
17	CORPORACION DACMAR S.A.C.																																																											
18	DRAEGER PERU S.A.C.																																																											
19	FABRI MEDICAL S.A.C.																																																											
20	C & M TECHNOLOGY S.A.C.																																																											
21	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.																																																											
22	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.																																																											
23	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.																																																											
24	STBIOMEDICAL S.A.C.																																																											
25	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.																																																											
26	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.																																																											
27	CF DISMED S.A.C.																																																											
28	PERFECT ENTERPRISE DEL PERU S.A.C.																																																											
29	ECO HOSPITAL TECH S.A.C.																																																											

30	NOVAMED PERU S.A.C.
31	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.
32	BARUCH MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BARUCH MEDICAL S.A.C.
33	GRUPO ARA S.A.C.
34	ELVIMEDIC GROUP SAC
35	VALMED CARE S.A.C.
36	C Y R COMPANY MEDICAL E.I.R.L.
37	DYR MEDICAL S.A.C.
38	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

#### 5 DETALLE DE LOS POSTORES

En la fecha señalada en el cronograma de la ficha de selección publicada en el SEACE, presentaron sus ofertas a través de dicho sistema, los siguientes postores:

<b>ITEM 1: ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE</b>	
1	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.
<b>ITEM 2: ELECTROBISTURI DE POTENCIA ALTA</b>	
1	COVIDIEN PERU S.A.
2	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.
3	ROCA S.A.C.
<b>ITEM 3: ELECTROBISTURI DE POTENCIA MEDIA</b>	
1	COVIDIEN PERU S.A.
2	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.
3	ROCA S.A.C.
<b>ITEM 4: LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD ALTA</b>	
1	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.
2	ROCA S.A.C.
3	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
<b>ITEM 5: MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA</b>	
1	ORTOPEDIA SAN JUAN DE DIOS SRLTDA.
2	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.
3	ROCA S.A.C.
<b>ITEM 6: VENTILADOR DE TRANSPORTE ADULTO PEDIATRICO NEONATAL</b>	
1	CONSORCIO HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C. - VALMED CARE S.A.C.
<b>ITEM 7: VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO</b>	
1	CLINIC MEDIC EQUIPMENT S.A.C.
2	CONSORCIO HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C. - VALMED CARE S.A.C.
3	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
<b>ITEM 8: VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO-NEONATAL</b>	
1	CONSORCIO HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C. - VALMED CARE S.A.C.
2	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

#### 6 ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

De acuerdo con la revisión efectuada, el órgano a cargo del procedimiento de selección verificó la presentación de los documentos requeridos en el acápite "Documentos para la admisión de la oferta" de las Bases, a fin de determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de las Especificaciones Técnicas o Términos de referencia, según corresponda.

##### 6.1 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

Nº	Nombre o razón social del postor	Consigñar las razones para su no admisión
<b>ITEM 2: ELECTROBISTURI DE POTENCIA ALTA</b>		
1	COVIDIEN PERU S.A.	ANEXO 2
2	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	ANEXO 2
<b>ITEM 3: ELECTROBISTURI DE POTENCIA MEDIA</b>		
1	COVIDIEN PERU S.A.	ANEXO 3

2	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	ANEXO 3
ITEM 4: LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD ALTA		
1	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	ANEXO 4
2	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	ANEXO 4

ITEM 5: MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA

1	ORTOPEDIA SAN JUAN DE DIOS SRLTDA.	ANEXO 5
2	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	ANEXO 5

ITEM 7: VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO

1	CLINIC MEDIC EQUIPMENT S.A.C.	ANEXO 7
2	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	ANEXO 7

ITEM 8: VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO-NEONATAL

1	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	ANEXO 8
---	---	---------

6.2 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:

Nº	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula
ITEM 1: ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE		
	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	
ITEM 2: ELECTROBISTURI DE POTENCIA ALTA		
	ROCA S.A.C.	
ITEM 3: ELECTROBISTURI DE POTENCIA MEDIA		
	ROCA S.A.C.	
ITEM 4: LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD ALTA		
	ROCA S.A.C.	
ITEM 5: MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA		
	ROCA S.A.C.	
ITEM 6: VENTILADOR DE TRANSPORTE ADULTO PEDIATRICO NEONATAL		

	CONSORCIO HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C. - VALMED CARE S.A.C.
	ITEM 7: VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO
	CONSORCIO HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C. - VALMED CARE S.A.C.
	ITEM 8: VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO-NEONATAL
	CONSORCIO HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C. - VALMED CARE S.A.C.

7	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS		
7.1	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES		
	COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR		
	ITEM 1:ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE		
1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 1	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	
	FACTORES		PUNTAJES
	PRECIO		100.00 puntos
	PUNTAJE TOTAL		100.00 puntos
	TOTAL		100.00 puntos
	ITEM 2: ELECTROBISTURI DE POTENCIA ALTA		
2	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 2	ROCA S.A.C.	
	FACTORES		PUNTAJES
	PRECIO		100.00 puntos
	PUNTAJE TOTAL		100.00 puntos
	TOTAL		100.00 puntos
	ITEM 3: ELECTROBISTURI DE POTENCIA MEDIA		
3	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 3	ROCA S.A.C.	
	FACTORES		PUNTAJES
	PRECIO		100.00 puntos
	PUNTAJE TOTAL		100.00 puntos
	TOTAL		100.00 puntos
	ITEM 4: LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD ALTA		
	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 4	ROCA S.A.C.	
	FACTORES		PUNTAJES
	PRECIO		100.00 puntos
	PUNTAJE TOTAL		100.00 puntos
	TOTAL		100.00 puntos
	ITEM 5: MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA		
5	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 5	ROCA S.A.C.	
	FACTORES		PUNTAJES
	PRECIO		100.00 puntos
	PUNTAJE TOTAL		100.00 puntos
	TOTAL		100.00 puntos
	ITEM 6: VENTILADOR DE TRANSPORTE ADULTO PEDIATRICO NEONATAL		
6	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 6	CONSORCIO HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C. - VALMED CARE S.A.C.	
	FACTORES		PUNTAJES
	PRECIO		100.00 puntos

	PUNTAJE TOTAL	100.00 puntos
	TOTAL	100.00 puntos
ITEM 7: VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO		
7	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 7	CONSORCIO HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C. - VALMED CARE S.A.C.
	FACTORES	PUNTAJES
	PRECIO	100.00 puntos
	PUNTAJE TOTAL	100.00 puntos
	TOTAL	100.00 puntos
ITEM 8: VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO-NEONATAL		
8	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 8	CONSORCIO HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C. - VALMED CARE S.A.C.
	FACTORES	PUNTAJES
	PRECIO	100.00 puntos
	PUNTAJE TOTAL	100.00 puntos
	TOTAL	100.00 puntos

## 7.2 ORDEN DE PRELACIÓN

De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:

N° DE ORDEN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
ITEM 1:ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE		
1	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	100.00
ITEM 2: ELECTROBISTURI DE POTENCIA ALTA		
1	ROCA S.A.C	100.00
ITEM 3: ELECTROBISTURI DE POTENCIA MEDIA		
1	ROCA S.A.C	100.00
ITEM 4: LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD ALTA		
1	ROCA S.A.C	100.00
ITEM 5: MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA		
1	ROCA S.A.C	100.00
ITEM 6: VENTILADOR DE TRANSPORTE ADULTO PEDIATRICO NEONATAL		
1	CONSORCIO HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C. - VALMED CARE S.A.C.	100.00
ITEM 7: VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO		
1	CONSORCIO HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C. - VALMED CARE S.A.C.	100.00
ITEM 8: VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO -NEONATAL		
1	CONSORCIO HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C. - VALMED CARE S.A.C.	100.00

### IMPORTANTE:

En caso de empate la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo el orden previsto en el literal b) del numeral 74.2 del artículo 74 y el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento, según corresponda.

## 8 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

COMPLETAR EL DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE CADA POSTOR, SEGÚN EL ORDEN DE PRELACIÓN, HASTA OBTENER DOS (2) OFERTAS CALIFICADAS, SALVO QUE DE LA REVISIÓN SOLO SE PUEDA OBTENER UNA OFERTA CALIFICADA.  
(Numeral 75.1 del artículo 75 del Reglamento "Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases").

### 8.1 DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

Luego de culminada la evaluación, el órgano a cargo del procedimiento de selección determinó a los postores que cumplen con los requisitos de calificación detallados en las Bases:

ITEM 1:ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE			
1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 1	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
	A CAPACIDAD LEGAL		
	HABILITACION	X	
	B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	X	
	C EXPERIENCIA TECNICA Y PROFESIONAL		
	C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN	CALIFICA	

**ITEM 2: ELECTROBISTURI DE POTENCIA ALTA**

2	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N°2		ROCA S.A.C	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	CAPACIDAD LEGAL		
		HABILITACION	X	
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	X	
	C	EXPERIENCIA TECNICA Y PROFESIONAL		
	C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	X	
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN			CALIFICA	

**ITEM 3: ELECTROBISTURI DE POTENCIA MEDIA**

3	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N°3		ROCA S.A.C	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	CAPACIDAD LEGAL		
		HABILITACION	X	
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	X	
	C	EXPERIENCIA TECNICA Y PROFESIONAL		
	C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	X	
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN			CALIFICA	

**ITEM 4: LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD ALTA**

4	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N°4		ROCA S.A.C	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	CAPACIDAD LEGAL		
		HABILITACION	X	
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	X	
	C	EXPERIENCIA TECNICA Y PROFESIONAL		
	C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	X	
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN			CALIFICA	

**ITEM 5: MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA**

5	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N°5		ROCA S.A.C	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	CAPACIDAD LEGAL		
		HABILITACION	X	
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	X	
	C	EXPERIENCIA TECNICA Y PROFESIONAL		
	C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	X	
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN			CALIFICA	

**ITEM 6: VENTILADOR DE TRANSPORTE ADULTO PEDIATRICO NEONATAL**

6	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N°5		CONSORCIO HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C. - VALMED CARE S.A.C.	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	CAPACIDAD LEGAL		
		HABILITACION	X	
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	X	
	C	EXPERIENCIA TECNICA Y PROFESIONAL		
	C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	X	
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN			CALIFICA	

**ITEM 7: VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO**

7	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N°6		CONSORCIO HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C. - VALMED CARE S.A.C.	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	CAPACIDAD LEGAL		
		HABILITACION	X	
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	X	
	C	EXPERIENCIA TECNICA Y PROFESIONAL		
	C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	X	
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN			CALIFICA	




**ITEM 8: VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO-NEONATAL**

8	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N°7		CONSORCIO HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C. - VALMED CARE S.A.C.	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	CAPACIDAD LEGAL		
		HABILITACION	X	
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	X	

C	EXPERIENCIA TECNICA Y PROFESIONAL		
C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	X	
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICA	
De ser el caso, si alguno de los dos (2) postores no cumple con los requisitos de calificación, el órgano a cargo del procedimiento de selección verifica los requisitos de calificación de los demás postores admitidos, según el orden de prelación obtenido en la evaluación, hasta identificar dos (2) postores que cumplan con los requisitos de calificación, en caso hubiere.			
<b>8.2 DETALLE Y JUSTIFICACIÓN DE LA DESCALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS</b>			
De acuerdo con la revisión efectuada, el órgano a cargo del procedimiento de selección determinó que los siguientes postores fueron descalificados al no cumplir los requisitos de calificación especificados en las Bases, por las razones expuestas a continuación:			
Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN	
	XXXXXX	XXXXXXXXXX	
<b>11 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO</b>			
De acuerdo a los resultados obtenidos, el siguiente postor obtiene la buena pro:			
Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR	MONTO ADJUDICADO	
ITEM 1: ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE			
1	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	S/ 461,150.00	
ITEM 2: ELECTROBISTURI DE POTENCIA ALTA			
1	ROCA S.A.C	S/ 860,055.00	
ITEM 3: ELECTROBISTURI DE POTENCIA MEDIA			
1	ROCA S.A.C	S/ 284,106.00	
ITEM 4: LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD ALTA			
1	ROCA S.A.C	S/ 722,990.00	
ITEM 5: MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA			
1	ROCA S.A.C	S/ 1,798,300.00	
ITEM 6: VENTILADOR DE TRANSPORTE ADULTO PEDIATRICO NEONATAL			
1	CONSORCIO HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C. - VALMED CARE S.A.C.	S/ 423,000.00	
ITEM 7: VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO			
1	CONSORCIO HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C. - VALMED CARE S.A.C.	S/ 199,000.00	
ITEM 8: VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO- NEONATAL			
	CONSORCIO HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C. - VALMED CARE S.A.C.	S/ 1,365,000.00	
<b>12 ACUERDO ADOPTADO</b>			
El COMITÉ DE SELECCIÓN da por aprobado los resultados de la admisión, evaluación y calificación de las ofertas y otorgamiento de la buena pro. El acuerdo fue adoptado por:			
Unanimidad	X	Mayoría	Fundamento del voto discrepante
<b>13</b>			
  			
NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL RESPONSABLE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			

ANEXO 01 - ITEM 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLES		
EVALUACIÓN DE OFERTAS LP 03-2024-GERESA/CS-1-		
POSTORES		POSTOR 1
ADMISIÓN DE OFERTA		J&G INVERSIONES PERU SAC RUC: 20601586470
2.2.1	Documentación de presentación obligatoria	
2.2.1.1	Documentos para la admisión de la oferta	
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Presento ANEXO N° 1
b)	<p>Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.</p> <p>En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.</p> <p>En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.</p> <p>En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.</p>	Presento Sustento
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Presento ANEXO N° 2
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Presento ANEXO N° 3
e)	<p>El postor deberá demostrar copia fehacientemente que el bien ofertado cumple con las especificaciones técnicas y características técnicas solicitadas por la entidad, para lo cual deberá presentar el FORMATO N°01 "Hoja de presentación del Equipo/Sustento de Cumplimiento de Características Técnicas"<sup>1</sup></p> <p>Asimismo, el postor adjuntara copia de catálogos, manual de uso y operación, manual de servicio Técnico, Folletos, data sheets o Brochure de los fabricantes o dueños de la marca y modelos de las partes correspondientes al cumplimiento de especificaciones técnicas establecidas <b>TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CARTA (S) DEL FABRICANTE CON FECHA MÁXIMO DE ANTIGÜEDAD 12 MESES A LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTAS; PARA SUSTENTAR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA UNO DE LOS EQUIPO (DEBIDAMENTE ACREDITADA POR EL FABRICANTE Y QUE LA INFORMACIÓN SEA VERDADERA; VERIFICABLE BAJO RESPONSABILIDAD DEL POSTOR), RESPECTO AL SUSTENTO GRÁFICO (PLANOS, FIGURAS O IMÁGENES), QUE SUSTENTAN EL (LOS) BIEN(ES) OFERTADO(S), OBJETO DE LA CONVOCATORIA, TENDRÁ QUE ESTAR COMPATIBILIZADO CON EL SUSTENTO LITERAL CORRESPONDIENTE. SI EN LAS PROPUESTAS, EXISTIERA CONTRADICCIONES ENTRE EL SUSTENTO GRÁFICO Y LITERAL, ÉSTAS SERÁN DESESTIMADAS.</b></p> <p>La propuesta del postor debe indicar lo señalado en el FORMATO N°01 indicando claramente el número de folios(s) que sustenta el cumplimiento de las características técnicas, como sustento y respaldo de la información indicada.</p> <p>Para el número de los folios no deberá colocarse rangos de números, sino números individuales.</p>	Presento Sustento.

<sup>1</sup> De acuerdo con el numeral 3.2 de los aspectos revisados de oficio del pronunciamiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ASPIRADOR DE SECRECIONES		POSTOR 1	
FAMILIA	EQUIPO DE SOPORTE DE VIDA.	J&G INVERSIONES PERU SAC RUC: 20601586470	
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	ASPIRADOR DE SECRESIONES.	MARCA: CHEIRON MODELO: VICTORIA LIPS AÑO FABRICACION: 2025	
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL	EQUIPO DE SUCCIÓN DISEÑADO PARA LA ASPIRACIÓN MECÁNICA DE SECRECIONES BUCALES, SANGRE Y OTROS FLUIDOS EXCEDENTES DEL PACIENTE. PERMITE REGULAR EL NIVEL DE SUCCIÓN DE ACUERDO A LA VISCOSIDAD DEL FLUIDO Y COLECTARLO EN RECIPIENTES DE FÁCIL DESINFECCIÓN.		
FINALIDAD PÚBLICA	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO NUEVO DE ASPIRADORES DE SECRESIONES PARA LOS SERVICIOS DE CENTRO QUIRÚRGICO, CIRUGÍA DE DÍA Y PEDIATRÍA.		
  <b>A. CARACTERÍSTICAS GENERALES</b> 	A01	EQUIPO CON CARCASA DE POLIMERO ABS O SIMILAR Y RIEL INTEGRADO PARA LA COLOCACION DE FRASCOS Y ACCESORIOS, CON BASE RODABLE DE CUATRO RUEDAS DE O MAS Y SISTEMA DE FRENOS EN AL MENOS DOS RUEDAS, INCLUYE CANASTILLA O COMPARTIMIENTO PARA ACCESORIOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
	A02	CON MANOMETRO INDICADOR DE PRESIÓN NEGATIVA (VACUOMETRO).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
	A03	BOMBA DE VACÍO TIPO PISTÓN O DIAFRAGMA, LIBRE DE LUBRICACIÓN.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
	A04	CONTROL DE REGULACION DE VACÍO ACCESIBLE DESDE PANEL DE CONTROL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
	A05	RANGO DE PRESIÓN: HASTA 670 mmHg O MÁYOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
	A06	CAPACIDAD DE SUCCIÓN CONTINUA: 50 L/min O MAYOR, CON FUNCIONAMIENTO CONTINUO DE 72 HORAS COMO MINIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
	A07	NIVEL DE RUIDO: 43 dB O MENOR, MEDIDO MENOR A 1 METRO DE DISTANCIA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.

	A08	INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO MANUAL Y/O A PEDAL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
B. COMPONENTES		<b>FRASCOS RECOLECTORES</b>	
	B01	SISTEMA DE 02 (DOS) FRASCOS, DE CAPACIDAD DE 2 L O MÁS, CADA UNO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
	B02	DE PLASTICO TRANSPARENTE DE POLISULFONA O POLICARBONATO O VIDRIO, CON ESCALA DE MEDIDA EN mL O cm <sup>3</sup> .	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
	B03	ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
	B04	TAPA DE CIERRE HERMETICO, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE REBALSE O SOBREFLUJO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
		<b>CONDUCTOS AUXILIARES</b>	
	B05	MANGUERAS SILICONADAS Y CONECTORES AUTOCLAVABLES, ENTRE FRASCOS Y BOMBA DE VACÍO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
	B06	CON FILTRO HIDROFÓBICO O BACTERICIDA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
C. ACCESORIOS	C01	02 (DOS) FRASCOS RECOLECTORES DE REPUESTO INCLUIDO TAPAS, DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE LOS ESTANDAR.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.
	C02	30 (TREINTA) CÁNULAS DE SUCCIÓN TAMAÑO ADULTOS, DESCARTABLES.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.
	C03	20 (VEINTE) CÁNULAS DE SUCCIÓN TAMAÑO PEDIATRICO, DESCARTABLES.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.
	C04	100 (CIEN) FILTROS HIDROFÓBICOS O BACTERICIDAS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.
	C05	CANISTER DE TO POLICARBONA	NO CORRESPONDE, POR SER OPCIONAL

		REUSABLE CON SISTEMA ELIMINACION DE BACTERIAS, PARA COLOCACION DE BOLSAS DESECHABLE, DE 2000ML O MAS ( INCLUIR SISTEMA DE FIJACION PARA EL ASPIRADOR) (OPCIONAL)	
	C06	VEINTE (20) BOLSAS DESECHABLES CON TAPA TERMOSELLADA, CON SISTEMA ANTIBACTERIANO (OPCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO NO SE CUMPLA CON C05).	NO CORRESPONDE, POR SER OPCIONAL.
<p>D. GARANTÍA, MANTENIMIENTO Y ROTULADO</p>		<b>GARANTÍA</b>	
	D01	03 (TRES) AÑOS DE GARANTÍA COMO MÍNIMO, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O FALLAS NO ATRIBUIBLES AL NORMAL USO DEL EQUIPO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección.
		<b>MANTENIMIENTO</b>	
	D02	PROGRAMA Y EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO QUE ESTABLECE LA GARANTÍA CON FRECUENCIA SEMESTRAL, 06 (SEIS) MANTENIMIENTOS EN TOTAL O DE ACUERDO A LO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE. TODOS LOS REPUESTOS Y/O CONSUMIBLES A REEMPLAZAR DURANTE EL TIEMPO DE GARANTÍA SERÁN ASUMIDOS POR EL PROVEEDOR SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL PARA LA INSTITUCIÓN.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección.
	D03	INICIALMENTE EL PROVEEDOR TENDRÁ EL PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA NOTIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL EQUIPO, SIN NECESIDAD DE REEMPLAZARLO CON OTRO DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS O CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN TERCERO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección.
	D04	SI EL EQUIPO NO HA SIDO REPARADO DURANTE EL PLAZO INICIAL DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES ESTABLECIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN, EL PROVEEDOR TENDRÁ UN	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección.

		PLAZO ADICIONAL MÁXIMO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES PARA CULMINAR LA REPARACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES INICIALES HUBIESE REEMPLAZADO EL EQUIPO CON OTRO DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS O CONTRATADO LOS SERVICIOS DE UN TERCERO DURANTE EL TIEMPO QUE DENOTE EL TÉRMINO DE LA REPARACIÓN. LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL PROVEEDOR CORRERÁN POR SU CUENTA.	
	D05	SI PASADO LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES ADICIONALES A LOS MENCIONADOS EN D04 EL PROVEEDOR NO ENTREGA EL EQUIPO REPARADO, SE SOMETERÁ A LA SANCIÓN RESPECTIVA Y/O CAMBIO DE OTRO EQUIPO NUEVO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección.
	D06	LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN NO EXIME AL ADJUDICATARIO DE NINGUNA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS PARA EL PERIODO DE GARANTÍA TÉCNICA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección.
		<b>ROTULADO</b>	
	D07	EN CADA EQUIPO DEBERÁ IR GRABADO EN PLACA METÁLICA, BAJO RELIEVE Y EN LUGAR VISIBLE, QUE NO ENTORPEZCA EL MANEJO O RECONOCIMIENTO DE OTROS DATOS (DEBERÁ ESTAR FIRMEMENTE UNIDA AL CUERPO DEL EQUIPO) LO SIGUIENTE:	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección.
		<b>CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO (PERFIL DEL PERSONAL CLAVE)</b>	
E. CAPACITACIONES Y MANUALES	E01	<b>PARA LA CAPACITACIÓN USUARIA Y TÉCNICA:</b> a) ING. ELECTRÓNICO Y/O BIOMÉDICO TITULADO Y COLEGIADO, CERTIFICADO DE HABER RECIBIDO EL ENTRENAMIENTO EN FÁBRICA Y/O	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección.

		POR FABRICANTE EN LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO A OFERTAR Y/O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN PERÚ.	
		<b>CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL</b>	
	E02	LA CAPACITACIÓN SE REALIZARÁ IN SITU EN EL SERVICIO DEL ÁREA SOLICITANTE Y DONDE ESTÁ ASIGNADO EL EQUIPO MÉDICO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección.
	E03	CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO Y ASISTENCIAL CON UN MÍNIMO DE 04 (CUATRO) HORAS EN BASE A LOS CONTENIDOS DEL MANUAL DE USUARIO, IMPARTIDO POR UN PROFESIONAL CAPACITADO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección.
	E04	LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ASISTENCIAL DEBERÁ ABARCAR EL MANEJO, EL CUIDADO Y LA CONSERVACIÓN DEL EQUIPO MÉDICO CON SUS COMPONENTES, ACCESORIOS Y DIRIGIDA AL ÁREA USUARIA PROFESIONALES DE LA SALUD Y OTROS QUE DESIGNE LA ENTIDAD.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección.
		<b>CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO</b>	
	E05	DIRIGIDO AL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y OTROS QUE DESIGNE LA ENTIDAD, EL CUAL DEBERÁ ABARCAR EL MANEJO, EL CUIDADO Y LA CONSERVACIÓN DE LOS EQUIPOS MÉDICOS CON SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS, ADEMÁS SERÁ DEMOSTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS SEGÚN EL MANUAL DEL FABRICANTE, FALLAS Y/O ERRORES QUE SE PRESENTEN DURANTE EL USO Y MANEJO DEL EQUIPO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección.
	E06	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO CON UN	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones

	MÍNIMO DE 06 (SEIS) HORAS EN BASE A LOS CONTENIDOS DEL MANUAL DE SERVICIO IMPARTIDO POR UN PROFESIONAL CAPACITADO.	Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección.
E07	A PETICIÓN DE LA ENTIDAD, EL PROVEEDOR QUEDARÁ OBLIGADO A PROPORCIONAR DURANTE EL PRIMER AÑO DEL PERIODO DE GARANTÍA TÉCNICA, 01 (UN) MÓDULO DE REFUERZO DE LA CAPACITACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICO AL PERSONAL ASISTENCIAL QUE DESIGNE, INDICANDO LA PROGRAMACIÓN Y CRONOGRAMA EN QUE EFECTUARÁ ESA CAPACITACIÓN.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección.
	<b>CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN</b>	
E08	EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR 01 (UN) "CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN" A CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE HAYAN ASISTIDO A LA CAPACITACIÓN IMPARTIDA. LOS CERTIFICADOS AL PERSONAL PARTICIPANTE SERÁN EMITIDOS POR EL PROVEEDOR EN MATERIAL: CARTILUNA, TAMAÑO A4 E IMPRESO A COLOR.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección.
	<b>MANUALES</b>	
E09	02 (DOS) MANUALES DE USUARIO ORIGINALES DE FÁBRICA (NO COPIA). DE ESTAR EN INGLÉS U OTRO IDIOMA, DEBE ENTREGAR ADEMÁS LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL EN FÍSICO Y EN CD, EL MANUAL DE OPERACIÓN, DEBERÁ TENER LAS INSTRUCCIONES DE MANEJO Y CUIDADOS A TENER EN CUENTA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL EQUIPO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección.
E10	02 (DOS) MANUALES DE SERVICIO ORIGINALES DE FÁBRICA (NO COPIA). DE ESTAR EN INGLÉS U OTRO IDIOMA, DEBE ENTREGAR ADEMÁS LA	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección.

		TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL EN FÍSICO Y EN CD, LOS MANUALES TENDRAN INFORMACIÓN DETALLADA: DIAGRAMA DE BLOQUES, ESQUEMAS DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS, ESQUEMAS DE PARTES MECÁNICAS, FUNCIONAMIENTO Y CALIBRACIÓN, ETC. INCLUYENDO UN LISTADO Y CATÁLOGO DE PIEZAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS CON CÓDIGOS DEL FABRICANTE Y CATÁLOGOS ILUSTRATIVOS CON PLANOS Y PROCEDIMIENTOS DE MONTAJE / INSTALACIÓN DE SER NECESARIOS	
	E11	02 (DOS) CD DE VIDEO DE CAPACITACIÓN DE OPERACIÓN A MODO USUARIO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección.
	E12	02 (DOS) CD DE VIDEO DE CAPACITACIÓN DE OPERACIÓN A MODO SERVICIO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección.
F. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA	F01	MONOFÁSICO DE 220/240 VAC O SISTEMA AUTOVOLTAJE 110/240 VAC; 60 Hz. 2 mt DE LONGITUD DEL CABLE VULCANIZADO COMO MÍNIMO Y TOMA ELÉCTRICA TIPO B (GRADO HOSPITALARIO).	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección.

EVALUACIÓN DE OFERTAS LP 03-2024-GERESA/CS-1		POSTOR 1
ADMISION DE OFERTA		
f)	<p><b>REGISTRO SANITARIO</b> de los bienes por normatividad correspondan, presentar una copia simple del certificado de registro sanitario del bien ofertado y/o resolución de autorización de registro sanitario, según lo establecido en el D.S. 016-2011 y sus modificatorias (reglamento para el registro, control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios).</p> <p>Vigentes a la fecha de presentación de propuestas, expedido por el DIGEMID a nombre del postor u otros, que describa el producto ofertado. Los datos expresados en la oferta presentan deben coincidir en los datos indicados en el registro sanitario del producto ofertado.</p> <p>Cuando se trata de productos importados, se deben presentar el registro sanitario o certificado de registro sanitario que permita la comercialización en territorio nacional.(conforme oficio N°1494-2011-DIGEMID-DG-DAS/ATAG/MINSA) del 24/05/2011</p> <p>En la entrega/ recepción de los equipos, el comité de recepción verificara la vigencia, a la fecha de entrega de los equipos, del certificado o registro sanitario emitido por la DIGEMID.</p> <p>Los bienes que no lo requieren deberán adjuntar la DECLARACION JURADA y EL LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE NO ESTAN SUJETOS A REGISTRO SANITARIO(EMITIDO POR DIGEMID)</p> <p>La vigencia de los registros sanitarios se entenderá prorrogada hasta el pronunciamiento de la institución, siempre que las solicitudes de reinscripción de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y/o productos sanitarios hayan sido presentadas dentro del plazo de vigencia del registro sanitario a reinscribir.</p> <p><b>Nota:</b> como parte de los documentos de la oferta, para la validación del Registro Sanitario en trámite de renovación, el postor deberá presentar copia de la solicitud de reinscripción y registro sanitario del producto.<sup>2</sup></p>	CUMPLE CON LO SOLICITADO, ACREDITA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.
i)	Declaración jurada de plazo de entrega. ( <b>Anexo N° 4</b> )	CUMPLE CON LO SOLICITADO, ACREDITA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.
j)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. ( <b>Anexo N° 5</b> )	No Corresponde
k)	<p>El precio de la oferta en SOLES Adjuntar obligatoriamente el <b>Anexo N° 6</b>.</p> <p>El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales. sustentado).</p>	Presento propuesta económica

<sup>2</sup> De acuerdo al numeral 3.12 de los aspectos revisados de oficio del pronunciamiento.

I)	BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO (BPA)	Presento documentación solicitada, acredita la condición solicitada.
ADMISIÓN DE OFERTA		ADMITIDA

3.2	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	J&G INVERSIONES PERU SAC RUC: 20601586470
A	CAPACIDAD LEGAL	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Autorización Sanitaria de Funcionamiento.</li> </ul> <p><u>Acreditación:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Copia simple de la resolución de autorización sanitaria de funcionamiento otorgada a nombre del postor, emitida por la Dirección General de Medicamentos, insumos y Drogas – DIGEMID, como autoridad nacional de productos farmacéuticos, Dispositivos médicos y productos Sanitarios (ANM) o por la autoridad de productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y productos Sanitarios de nivel regional (ARM), según corresponda. Dicho establecimiento farmacéutico no debe encontrarse en situación de cierre.</li> </ul>	Presento documentación solicitada, acredita la condición solicitada.
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
	<p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1,081,000.00, (Un millón ochenta y un mil con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p><b>BIENES SIMILARES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ASPIRADOR DE SECRECIONES,</li> <li>ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL,</li> <li>ASPIRADOR DE SECRECIONES BASE RODABLE</li> </ul>	Presento documentación solicitada, y Acredita lo solicitado.
C	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	
C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	
	<p>Tres (03) años de experiencia como mínimo en instalación y/o implementación y/o capacitación y/o mantenimiento de los equipos médicos ofertados del personal clave requerido como PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN, PRUEBA OPERATIVA, PROTOCOLO DE PRUEBAS Y CAPACITACIÓN PARA EQUIPOS MEDICOS.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.</p>	Presento documentación solicitada, y Acredita lo solicitado.
	FACTOR DE EVALUACIÓN:	

	<b>A. PRECIO</b> <b>Evaluación:</b> <b>Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</b> <b>Acreditación:</b> <b>Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</b>	
	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i} = 100 \text{ PUNTOS}$ <p>i = Oferta  Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  Oi = Precio i  Om = Precio de la oferta más baja  PMP = Puntaje máximo del precio</p>	$P_i = \frac{461,150.00 \times 100}{461,150.00} = 100 \text{ PUNTOS}$








ANEXO 01- ITEM 2 ELECTROBISTURI DE POTENCIA ALTA				
EVALUACIÓN DE OFERTAS LP 03-2024-GERESA/CS-1-				
POSTORES		POSTOR 1	POSTOR 2	POSTOR 3
ADMISIÓN DE OFERTA		COVIDIEN PERU SA RUC: 20502853750	J&G INVERSIONES PERU SAC RUC: 20601586470	ROCA SAC RUC: 20101337261
2.2.1	Documentación de presentación obligatoria			
2.2.1.1	Documentos para la admisión de la oferta			
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Presento ANEXO N° 1	Presento ANEXO N° 1	Presento ANEXO N° 1
b)	<p>Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.</p> <p>En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.</p> <p>En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.</p> <p>En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.</p>	Presento Sustento	Presento Sustento	Presento Sustento
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Presento ANEXO N° 2	Presento ANEXO N° 2	Presento ANEXO N° 2
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Presento ANEXO N° 3	Presento ANEXO N° 3	Presento ANEXO N° 3
e)	<p>El postor deberá demostrar copia fehacientemente que el bien ofertado cumple con las especificaciones técnicas y características técnicas solicitadas por la entidad, para lo cual deberá presentar el FORMATO N°01 "Hoja de presentación del Equipo/Sustento de Cumplimiento de Características Técnicas"<sup>1</sup></p> <p>Asimismo, el postor adjuntara copia de catálogos, manual de uso y operación, manual de servicio Técnico, Folletos, data sheets o Brochure de los fabricantes o dueños de la marca y modelos de las partes correspondientes al cumplimiento de especificaciones técnicas establecidas</p> <p>TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CARTA (S) DEL FABRICANTE CON FECHA MÁXIMO DE ANTIGÜEDAD 12 MESES A LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTAS; PARA SUSTENTAR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA UNO DE LOS EQUIPO (DEBIDAMENTE ACREDITADA POR EL FABRICANTE Y QUE LA</p>	PRESENTO DOCUMENTACIÓN	PRESENTO DOCUMENTACIÓN	PRESENTO DOCUMENTACIÓN

<sup>1</sup> De acuerdo con el numeral 3.2 de los aspectos revisados de oficio del pronunciamiento.

	<p>INFORMACIÓN SEA VERDADERA; VERIFICABLE BAJO RESPONSABILIDAD DEL POSTOR). RESPECTO AL SUSTENTO GRÁFICO (PLANOS, FIGURAS O IMÁGENES), QUE SUSTENTAN EL (LOS) BIEN(ES) OFERTADO(S), OBJETO DE LA CONVOCATORIA, TENDRÁ QUE ESTAR COMPATIBILIZADO CON EL SUSTENTO LITERAL CORRESPONDIENTE. SI EN LAS PROPUESTAS, EXISTIERA CONTRADICCIONES ENTRE EL SUSTENTO GRÁFICO Y LITERAL, ÉSTAS SERÁN DESESTIMADAS.</p> <p>La propuesta del postor debe indicar lo señalado en el FORMATO N°01 indicando claramente el número de folios(s) que sustenta el cumplimiento de las características técnicas, como sustento y respaldo de la información indicada. Para el número de los folios no deberá colocarse rangos de números, sino números individuales.</p>			
---	--	--	--	--

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELECTROBISTURÍ POTENCIA ALTA		POSTOR 01 COVIDIEN PERU SA RUC: 20502853750	POSTOR 02 J&G INVERSIONES PERU SAC RUC: 20601586470	POSTOR 03 ROCA SAC RUC: 20101337261
FAMILIA	EQUIPO DE SOPORTE DE VIDA.	MARCA: S/M MODELO: VLFT10GEN FECHA DE FABRICACIÓN: 2024	MARCA: FOTEK MODELO: ONYX FECHA DE FABRICACIÓN: 2025	MARCA: BOWA-electronic GmbH & Co. KG Modelo: ELECTROSURGICAL UNIT ARC 400 FECHA DE FABRICACION: 2024/2005
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	ELECTROBISTURÍ DE POTENCIA ALTA.			
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL	EQUIPO USADO EN INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS PARA CORTAR, COAGULAR O ELIMINAR TEJIDO BLANDO, EXTIRPAR TEJIDOS DAÑINOS O INDESEADOS. TAMBIÉN SE PUEDE UTILIZAR PARA CAUTERIZAR Y SELLAR VASOS SANGUÍNEOS.			
FINALIDAD PÚBLICA	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO POR REPOSICIÓN DE PARA LOS SERVICIOS DE CENTRO QUIRÚRGICO Y CIRUGÍA DE DÍA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES	A01 GENERADOR ELECTROQUIRÚRGICO CON CORRIENTE DE SALIDA AISLADA QUE PERMITE LA SECCIÓN O CORTE, LA DESECACIÓN O EVAPORACIÓN Y LA FULGURACIÓN			

	O CPAGULACIÓN DE TEJIDOS DURANTE INTERVENCIONE S QUIRÚRGICAS REALIZADAS EN MODO BIPOLAR Y MONOPOLAR.			
A02	SALIDAS DOBLES CON INTERRUPTORE S INDEPENDIENTE S, DISPONIBLE EN MODO COAGULACIÓN MONOPOLAR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y NO ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.  EL POSTOR EN LA PAGINA 89 DE SU SUSTENTO SOLO HACE REFERENCIA A LAS CONFIGURACIONES QUE SE PUEDEN REALIZAR, MAS NO A LO SOLICITADO.  EN LA PAG 90, SOLO HACEN MENCION QUE EN SU PANEL DE CONTROL ADMITEN SALIDAS MONOPOLARES DE LAS CUALES 2 SON PARA SALIDAS DE CORTE/ COAGULACION MONOPOLAR.  EN LA PAGINA 95 HACEN REFERENCIA AL CONECTOR MONO 1 Y MONO 2 MAS NO INDICAN SI ES EN MODO COAGULACION MONOPOLAR Y TAMPOCO HACEN SUSTENTAN CLARAMENTE LA FORMA DE "INTERRUPTOR INDEPENDIENTE", Y SI ESTA OPCION SE REALIZA, POR EL PEDAL O EN LA PANTALLA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A03	MONOPOLAR PARA CORTE Y COAGULACIÓN.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS

		ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	<b>MODOS DE TRABAJO</b>			
B01	TRES (03) MODOS DE CORTE O MÁS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B02	CINCO (05) MODOS DE COAGULACIÓN MONOPOLAR COMO MÍNIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B03	TRES (03) MODOS DE CORTE BIPOLAR COMO MÍNIMO.	<b>NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y NO ACREDITA SU CUMPLIMIENTO. NO ES CLARO Y PRECISO, AL MOMENTO DE SUSTENTAR LOS TRES MODOS DE CORTE BIPOLAR.</b>	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	<b>POTENCIAS DE SALIDA</b>			
B04	POTENCIA DE CORTE MONOPOLAR HASTA 400 W COMO MÍNIMO Y/O CONTROL DE ENERGIA INTELIGENTE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B05	POTENCIA DE COAGULACIÓN MONOPOLAR HASTA 250 W O MAYOR Y/O CONTROL DE ENERGIA INTELIGENTE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B06	POTENCIA BIPOLAR DE 70 W A MÁS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	<b>CONEXIONES</b>			
B07	DOS (02) SALIDAS MONOPOLARES PARA CABLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES




**B. COMPONENTES**

		CONECTOR DE TRES GUÍAS Y/U 8 mm PARA LAPAROSCOPIA.	ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	B08	DOS (02) SALIDAS BIPOLES, AL MENOS UNA (01) APTA PARA TRABAJAR Y CONECTAR PINZAS SELLADORA DE VASOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	B09	01 (UNA) SALIDA PARA ELECTRODO NEUTRO CON MONITOREO DE DOS CAMPOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	B10	UNO(01) O 02 (DOS) SALIDAS PARA PEDAL MONOPOLAR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	<b>NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y NO ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.</b>  <b>NO SE ESTA SOLICITANDO CONECTOR (SALIDA) PARA PEDAL DOBLE.</b>	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	B11	01 (UNA) SALIDA PARA PEDAL BIPOLOAR COMO MÍNIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
		<b>SISTEMA DE SEGURIDAD</b>			
	B12	ADAPTACIÓN AUTOMÁTICA DE LA POTENCIA O VOLTAJE DE SALIDA, EN RESPUESTA A LOS CAMBIOS DE IMPEDANCIA DEL TEJIDO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	B13	MONITOREO DE LA CALIDAD DE CONTACTO DEL ELECTRODO DE RETORNO, CON DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA DEL EQUIPO O INTERRUPCIÓN DE ACTIVACIONES POR DISFUSIÓN DEL EQUIPO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO



	B14	ALARMAS AUDIO VISUAL CON CÓDIGOS DE ERROR DE FALLAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	B15	ALARMAS DE ACTIVACIÓN DE LAS DISTINTAS MODALIDADES DE TRABAJO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	B16	<del>SALIDA AISLADA PARA LA PROTECCIÓN DEL PACIENTE.</del> SALIDA AISLADA PARA PROTECCION DEL PACIENTE O SALIDA AISLADA CF	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C. ACCESORIOS	C01	01 (UN) COCHE DE TRANSPORTE ORIGINAL DEL FABRICANTE DEL EQUIPO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.
	C02	01 (UN) PEDAL MONOPOLAR.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.
	C03	01 (UN) PEDAL BIPOLAR.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO

		presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.
	C04	01 (UN) CABLE BIPOLAR REUSABLE DE 4.5 mt COMO MÍNIMO (EN EL CASO DE QUE ENTREGUE ELECTRODOS REUSABLES).	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.
	C05	01 (UNA) PINZA BAYONETA BIPOLAR ENTRE 18 A 20 CM Y PUNTA ENTRE 0.5 A 1.5 MM	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.
	C06	UN (01) ADAPTADOR UNIVERSAL MONOPOLAR PARA LAPAROSCOPIA O CONEXIÓN APTA PARA CABLES MONOPOLARES DE 4 A 8 MM	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.
	C07	01 (UN) CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA A TIERRA DE GRADO MÉDICO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del presente sección,

			Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.
	C08	60 (SESENTA) ELECTRODOS DESCARTABLES DE RETORNO ADULTO ORIGINAL Y CON CABLE DE 2.7 mt COMO MÍNIMO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.
	C09	20 (VEINTE) ELECTRODOS DE RETORNO DESCARTABLES PEDIÁTRICO ORIGINAL CON CABLE DE 2.7 mt COMO MÍNIMO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.
	C10	20 (VEINTE) ELECTRODOS DE RETORNO DESCARTABLES NEONATAL ORIGINAL CON CABLE DE 2.7 mt DE LONGITUD COMO MÍNIMO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.
	C11	06 (SEIS) ELECTRODOS REUTILIZABLES ADULTO O CIEN (100) ELECTRODOS	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la

		DIVIDIDOS ADULTO.	numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.
	C12	03 (TRES) CABLES DE RETORNO REUTILIZABLE DE 4.5 mt DE LONGITUD COMO MÍNIMO (EN CASO DE ENTREGAR ELECTRODOS REUSABLES).	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.
<p></p> <p></p> <p><b>D. GARANTÍA, MANTENIMIENTO Y ROTULADO</b></p> <p></p>		<b>GARANTÍA</b>			
	D01	03 (TRES) AÑOS DE GARANTÍA COMO MÍNIMO, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O FALLAS NO ATRIBUIBLES AL NORMAL USO DEL EQUIPO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
		<b>MANTENIMIENTO</b>			
	D02	PROGRAMA Y EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO QUE ESTABLECE LA GARANTÍA CON FRECUENCIA SEMESTRAL, 06 (SEIS) MANTENIMIENTOS EN TOTAL O DE ACUERDO A LO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE. TODOS LOS REPUESTOS Y/O CONSUMIBLES A REEMPLAZAR DURANTE EL TIEMPO DE	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.

		GARANTÍA SERÁN ASUMIDOS POR EL PROVEEDOR SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL PARA LA INSTITUCIÓN.			
	D03	INICIALMENTE EL PROVEEDOR TENDRÁ EL PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA NOTIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL EQUIPO, SIN NECESIDAD DE REEMPLAZARLO CON OTRO DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS O CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN TERCERO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
	D04	SI EL EQUIPO NO HA SIDO REPARADO DURANTE EL PLAZO INICIAL DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES ESTABLECIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN, EL PROVEEDOR TENDRÁ UN PLAZO ADICIONAL MÁXIMO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES PARA CULMINAR LA REPARACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES INICIALES HUBIESE REEMPLAZADO EL EQUIPO CON OTRO DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS O CONTRATADO LOS SERVICIOS DE UN TERCERO DURANTE EL TIEMPO QUE DENOTE EL TÉRMINO DE LA REPARACIÓN. LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL PROVEEDOR CORRERÁN POR SU CUENTA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
	D05	SI PASADO LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las

		ADICIONALES A LOS MENCIONADOS EN D04 EL PROVEEDOR NO ENTREGA EL EQUIPO REPARADO, SE SOMETERÁ A LA SANCIÓN RESPECTIVA Y/O CAMBIO DE OTRO EQUIPO NUEVO.	de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
	D06	LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN NO EXIME AL ADJUDICATARIO DE NINGUNA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS PARA EL PERIODO DE GARANTÍA TÉCNICA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
		<b>ROTULADO</b>			
	D07	EN CADA EQUIPO DEBERÁ IR GRABADO EN PLACA METÁLICA, BAJO RELIEVE Y EN LUGAR VISIBLE, QUE NO ENTORPEZCA EL MANEJO O RECONOCIMIENTO DE OTROS DATOS (DEBERÁ ESTAR FIRMEAMENTE UNIDA AL CUERPO DEL EQUIPO) LO SIGUIENTE:	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
		<b>CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO (PERFIL DEL PERSONAL CLAVE)</b>			
 E. CAPACITACIONES Y MANUALES	E01	PARA LA CAPACITACIÓN USUARIA Y TÉCNICA: ING. ELECTRÓNICO Y/O BIOMÉDICO TITULADO Y COLEGIADO, CERTIFICADO DE HABER RECIBIDO EL ENTRENAMIENTO EN FÁBRICA Y/O POR FABRICANTE EN	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.

	LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO A OFERTAR Y/O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN PERÚ.			
	<b>CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL</b>			
E02	LA CAPACITACIÓN SE REALIZARÁ IN SITU EN EL SERVICIO DEL ÁREA SOLICITANTE Y DONDE ESTÁ ASIGNADO EL EQUIPO MÉDICO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
E03	CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO Y ASISTENCIAL CON UN MÍNIMO DE 04 (CUATRO) HORAS EN BASE A LOS CONTENIDOS DEL MANUAL DE USUARIO, IMPARTIDO POR UN PROFESIONAL CAPACITADO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
E04	LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ASISTENCIAL DEBERÁ ABARCAR EL MANEJO, EL CUIDADO Y LA CONSERVACIÓN DEL EQUIPO MÉDICO CON SUS COMPONENTES, ACCESORIOS Y DIRIGIDA AL AREA USUARIA PROFESIONALES DE LA SALUD Y OTROS QUE DESIGNE LA ENTIDAD.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
	<b>CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO</b>			

	REPARACIÓN DEL EQUIPO			
E05	<p>DIRIGIDO AL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y OTROS QUE DESIGNE LA ENTIDAD, EL CUAL DEBERÁ ABARCAR EL MANEJO, EL CUIDADO Y LA CONSERVACIÓN DE LOS EQUIPOS MÉDICOS CON SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS, ADEMÁS SERÁ DEMOSTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS SEGÚN EL MANUAL DEL FABRICANTE, FALLAS Y/O ERRORES QUE SE PRESENTEN DURANTE EL USO Y MANEJO DEL EQUIPO.</p>	<p>PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.</p>	<p>PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.</p>	<p>PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.</p>
E06	<p>CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO O CON UN MÍNIMO DE 06 (SEIS) HORAS EN BASE A LOS CONTENIDOS DEL MANUAL DE SERVICIO IMPARTIDO POR UN PROFESIONAL CAPACITADO.</p>	<p>PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.</p>	<p>PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.</p>	<p>PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.</p>
E07	<p>A PETICIÓN DE LA ENTIDAD, EL PROVEEDOR QUEDARÁ OBLIGADO A PROPORCIONAR DURANTE EL PRIMER AÑO DEL PERIODO DE GARANTÍA TÉCNICA, 01 (UN) MÓDULO DE REFUERZO DE LA CAPACITACIÓN</p>	<p>PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.</p>	<p>PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.</p>	<p>PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.</p>

		TEÓRICO-PRÁCTICO AL PERSONAL ASISTENCIAL QUE DESIGNE, INDICANDO LA PROGRAMACIÓN Y CRONOGRAMA EN QUE EFECTUARÁ ESA CAPACITACIÓN.			
		<b>CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN</b>			
	E08	EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR 01 (UN) "CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN" A CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE HAYAN ASISTIDO A LA CAPACITACIÓN IMPARTIDA. LOS CERTIFICADOS AL PERSONAL PARTICIPANTE SERÁN EMITIDOS POR EL PROVEEDOR EN MATERIAL: CARTILUNA, TAMAÑO A4 E IMPRESO A COLOR.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
		<b>MANUALES</b>			
	E09	02 (DOS) MANUALES DE USUARIO ORIGINALES DE FÁBRICA (NO COPIA). DE ESTAR EN INGLÉS U OTRO IDIOMA, DEBE ENTREGAR ADEMÁS LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL EN FÍSICO Y EN CD, EL MANUAL DE OPERACIÓN, DEBERÁ TENER LAS INSTRUCCIONES DE MANEJO Y CUIDADOS A TENER EN CUENTA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENT	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.

	TO Y CONSERVACIÓN DEL EQUIPO.			
E10	02 (DOS) MANUALES DE SERVICIO ORIGINALES DE FÁBRICA (NO COPIA). DE ESTAR EN INGLÉS U OTRO IDIOMA, DEBE ENTREGAR ADEMÁS LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL EN FÍSICO Y EN CD, LOS MANUALES TENDRAN INFORMACIÓN DETALLADA: DIAGRAMA DE BLOQUES, ESQUEMAS DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS, ESQUEMAS DE PARTES MECÁNICAS, FUNCIONAMIENTO Y CALIBRACIÓN, ETC. INCLUYENDO UN LISTADO Y CATÁLOGO DE PIEZAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS CON CÓDIGOS DEL FABRICANTE Y CATÁLOGOS ILUSTRATIVOS CON PLANOS Y PROCEDIMIENTOS DE MONTAJE / INSTALACIÓN DE SER NECESARIOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
E11	02 (DOS) CD DE VIDEO DE CAPACITACIÓN DE OPERACIÓN A MODO USUARIO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.

			DECLARACIÓN JURADA.		
	E12	02 (DOS) CD DE VIDEO DE CAPACITACIÓN DE OPERACIÓN A MODO SERVICIO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
F. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA	F01	MONOFÁSICO DE 220/240 VAC O SISTEMA AUTOVOLTAJE 110/240 VAC; 60 Hz. Y TOMA ELÉCTRICA TIPO B (GRADO HOSPITALARIO) CON CABLE VULCANIZADO DE AL MENOS 2 mt DE LONGITUD.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.

EVALUACIÓN DE OFERTAS LP 03-2024-GERESA/CS-1		POSTOR 01 COVIDIEN PERU SA RUC: 20502853750	POSTOR 02 J&G INVERSIONES PERU SAC RUC: 20601586470	POSTOR 03 ROCA SAC RUC: 20101337261
ADMISION DE OFERTA				
f)	<p><b>REGISTRO SANITARIO</b> de los bienes por normatividad correspondan, presentar una copia simple del certificado de registro sanitario del bien ofertado y/o resolución de autorización de registro sanitario, según lo establecido en el D.S. 016-2011 y sus modificatorias (reglamento para el registro, control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios). Vigentes a la fecha de presentación de propuestas, expedido por el DIGEMID a nombre del postor u otros, que describa el producto ofertado. Los datos expresados en la oferta presentan deben coincidir en los datos indicados en el registro sanitario del producto ofertado. Cuando se trata de productos importados, se deben presentar el registro sanitario o certificado de registro sanitario que permita la comercialización en territorio nacional. (conforme oficio N°1494-2011-DIGEMID-DG-DAS/ATAG/MINSA) del 24/05/2011 En la entrega/ recepción de los equipos,</p>	CUMPLE CON LO SOLICITADO, ACREDITA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO, ACREDITA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO, ACREDITA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.

	<p>el comité de recepción verificara la vigencia, a la fecha de entrega de los equipos, del certificado o registro sanitario emitido por la DIGEMID.</p> <p>Los bienes que no lo requieren deberán adjuntar la DECLARACION JURADA y EL LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE NO ESTAN SUJETOS A REGISTRO SANITARIO(EMITIDO POR DIGEMID)</p> <p>La vigencia de los registros sanitarios se entenderá prorrogada hasta el pronunciamiento de la institución, siempre que las solicitudes de reinscripción de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y/o productos sanitarios hayan sido presentadas dentro del plazo de vigencia del registro sanitario a reinscribir.</p> <p><b>Nota:</b> como parte de los documentos de la oferta, para la validación del Registro Sanitario en trámite de renovación, el postor deberá presentar copia de la solicitud de reinscripción y registro sanitario del producto.<sup>2</sup></p>			
i)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	CUMPLE CON LO SOLICITADO, ACREDITA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO, ACREDITA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO, ACREDITA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.
j)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	No Corresponde	No Corresponde	No Corresponde
k)	<p>El precio de la oferta en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.</p> <p>El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales. sustentado).</p>	Presento propuesta económica	Presento propuesta económica	Presento propuesta económica
l)	BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO (BPA)	Presento documentación solicitada, acredita la condición solicitada.	Presento documentación solicitada, acredita la condición solicitada.	Presento documentación solicitada, acredita la condición solicitada.
ADMISIÓN DE OFERTA		NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	ADMITIDA

<sup>2</sup> De acuerdo al numeral 3.12 de los aspectos revisados de oficio del pronunciamiento.

3.2	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	POSTOR 01 COVIDIEN PERU SA RUC: 20502853750	POSTOR 02 J&G INVERSIONES PERU SAC RUC: 20601586470	POSTOR 03 ROCA SAC RUC: 20101337261
A	<b>CAPACIDAD LEGAL</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Autorización Sanitaria de Funcionamiento.</li> </ul> <p><u>Acreditación:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Copia simple de la resolución de autorización sanitaria de funcionamiento otorgada a nombre del postor, emitida por la Dirección General de Medicamentos, insumos y Drogas – DIGEMID, como autoridad nacional de productos farmacéuticos, Dispositivos médicos y productos Sanitarios (ANM) o por la autoridad de productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y productos Sanitarios de nivel regional (ARM), según corresponda. Dicho establecimiento farmacéutico no debe encontrarse en situación de cierre.</li> </ul>			Presento documentación solicitada, acredita la condición solicitada.
B	<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>			
	<p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a s/ 2,386,013.28 (dos millones trescientos ochenta y seis mil trece con 28/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p><b>BIENES SIMILARES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ELECTROBISTURI,</li> <li>ELECTROBISTURI PARA SELLADO DE VASOS Y TEJIDO</li> <li>ELECTROCAUTERIO.</li> <li>MONITOR MULTIPARAMETRO</li> </ul>			Presento documentación solicitada, y Acredita lo solicitado.
C	<b>CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b>			
C.1	<b>EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE</b>			
	<p>Tres (03) años de experiencia como mínimo en instalación y/o implementación y/o capacitación y/o mantenimiento de los equipos médicos ofertados del personal clave requerido como PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN, PRUEBA OPERATIVA, PROTOCOLO DE PRUEBAS Y CAPACITACIÓN PARA EQUIPOS MEDICOS.</p>			Presento documentación solicitada, y Acredita lo solicitado.

	<p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.</p>			
	<b>FACTOR DE EVALUACIÓN:</b>			
	<p><b>A. PRECIO</b></p> <p><b>Evaluación:</b> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><b>Acreditación:</b> Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p>			
	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i} = 100 \text{ PUNTOS}$ <p>i = Oferta  P<sub>i</sub> = Puntaje de la oferta a evaluar  O<sub>i</sub> = Precio i  O<sub>m</sub> = Precio de la oferta más baja  PMP = Puntaje máximo del precio</p>			$P_i = \frac{860,055 \times 100}{860,055}$ <p>P<sub>i</sub> = 100 PUNTOS</p>




ANEXO 03- ITEM 3 ELECTROBISTURI DE POTENCIA MEDIA				
EVALUACIÓN DE OFERTAS LP 03-2024-GERESA/CS-1-				
POSTORES		POSTOR 1	POSTOR 2	POSTOR 3
ADMISIÓN DE OFERTA		COVIDIEN PERU SA RUC: 20502853750	J&G INVERSIONES PERU SAC RUC: 20601586470	ROCA SAC RUC: 20101337261
2.2.1	Documentación de presentación obligatoria			
2.2.1.1	Documentos para la admisión de la oferta			
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Presento ANEXO N° 1	Presento ANEXO N° 1	Presento ANEXO N° 1
b)	<p>Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.</p> <p>En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.</p> <p>En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.</p> <p>En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.</p>	Presento Sustento	Presento Sustento	Presento Sustento
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Presento ANEXO N° 2	Presento ANEXO N° 2	Presento ANEXO N° 2
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Presento ANEXO N° 3	Presento ANEXO N° 3	Presento ANEXO N° 3
e)	<p>El postor deberá demostrar copia fehacientemente que el bien ofertado cumple con las especificaciones técnicas y características técnicas solicitadas por la entidad, para lo cual deberá presentar el FORMATO N°01 "Hoja de presentación del Equipo/Sustento de Cumplimiento de Características Técnicas"<sup>1</sup></p> <p>Asimismo, el postor adjuntara copia de catálogos, manual de uso y operación, manual de servicio Técnico, Folletos, data sheets o Brochure de los fabricantes o dueños de la marca y modelos de las partes correspondientes al cumplimiento de especificaciones técnicas establecidas <b>TAMBIÉN SE</b></p>	PRESENTO DOCUMENTACIÓN	PRESENTO DOCUMENTACIÓN	PRESENTO DOCUMENTACIÓN

<sup>1</sup> De acuerdo con el numeral 3.2 de los aspectos revisados de oficio del pronunciamiento.

<p>8</p>	<p>EMPLEARÁ CARTA (S) DEL FABRICANTE CON FECHA MÁXIMO DE ANTIGÜEDAD 12 MESES A LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTAS; PARA SUSTENTAR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA UNO DE LOS EQUIPO (DEBIDAMENTE ACREDITADA POR EL FABRICANTE Y QUE LA INFORMACIÓN SEA VERDADERA; VERIFICABLE BAJO RESPONSABILIDAD DEL POSTOR). RESPECTO AL SUSTENTO GRÁFICO (PLANOS, FIGURAS O IMÁGENES), QUE SUSTENTAN EL (LOS) BIEN(ES) OFERTADO(S), OBJETO DE LA CONVOCATORIA, TENDRÁ QUE ESTAR COMPATIBILIZADO CON EL SUSTENTO LITERAL CORRESPONDIENTE. SI EN LAS PROPUESTAS, EXISTIERA CONTRADICCIONES ENTRE EL SUSTENTO GRÁFICO Y LITERAL, ÉSTAS SERÁN DESESTIMADAS.</p> <p>La propuesta del postor debe indicar lo señalado en el FORMATO N°01 indicando claramente el número de folios(s) que sustenta el cumplimiento de las características técnicas, como sustento y respaldo de la información indicada.</p> <p>Para el número de los folios no deberá colocarse rangos de números, sino números individuales.</p>			
----------	---	--	--	--

ITEM N° 3

<p>9</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELECTROBISTURÍ POTENCIA MEDIA</p>		<p>POSTOR 01 COVIDIEN PERU SA RUC: 20502853750</p>	<p>POSTOR 02 J&amp;G INVERSIONES PERU SAC RUC: 20601586470</p>	<p>POSTOR 03 ROCA SAC RUC: 20101337261</p>
<p>FAMILIA</p>	<p>EQUIPO DE SOPORTE DE VIDA.</p>	<p>MARCA: S/M MODELO: VLFT10GEN FECHA DE FABRICACIÓN: 2024</p>	<p>MARCA: FOTEK MODELO: ONYX FECHA DE FABRICACIÓN: 2025</p>	<p>MARCA: BOWA- electronic GmbH &amp; Co. KG Modelo: ELECTROSURGICA L UNIT ARC 400 FECHA DE FABRICACION: 2024/2005</p>
<p>DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD</p>	<p>ELECTROBISTURÍ DE POTENCIA MEDIA.</p>			
<p>10</p> <p>DESCRIPCIÓN FUNCIONAL</p>	<p>EQUIPO USADO EN INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS PARA CORTAR, COAGULAR O ELIMINAR TEJIDO BLANDO, EXTIRPAR TEJIDOS DAÑINOS O INDESEADOS. TAMBIÉN SE PUEDE UTILIZAR PARA CAUTERIZAR Y SELLAR VASOS SANGUÍNEOS.</p>			
<p>FINALIDAD PÚBLICA</p>	<p>ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO POR REPOSICIÓN DE PARA</p>			

LOS SERVICIOS DE CENTRO QUIRÚRGICO Y CIRUGÍA DE DÍA.				
<p>  </p> <p><b>A. CARACTERÍSTICAS GENERALES</b></p> <p>  </p> <p>  </p>	A01	GENERADOR ELECTROQUIRÚRGICO CON CORRIENTE DE SALIDA AISLADA QUE PERMITE LA SECCIÓN O CORTE, LA DESECACIÓN O EVAPORACIÓN Y LA FULGURACIÓN O COAGULACIÓN DE TEJIDOS DURANTE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS REALIZADAS EN MODO BIPOLAR Y MONOPOLAR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	A02	SALIDAS DOBLES CON INTERRUPTORES INDEPENDIENTES, DISPONIBLE EN MODO COAGULACIÓN MONOPOLAR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	<p>NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y NO ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.</p> <p>EL POSTOR EN LA PAGINA 89 DE SU SUSTENTO SOLO HACE REFERENCIA A LAS CONFIGURACIONES QUE SE PUEDEN REALIZAR, MAS NO A LO SOLICITADO.</p> <p>EN LA PAG 90, SOLO HACEN MENCION QUE EN SU PANEL DE CONTROL ADMITEN SALIDAS MONOPOLARES DE LAS CUALES 2 SON PARA SALIDAS DE CORTE/ COAGULACION MONOPOLAR.</p> <p>EN LA PAGINA 95 HACEN REFERENCIA AL CONECTOR</p>




			MONO 1 Y MONO 2 MAS NO INDICAN SI ES EN MODO COAGULACION MONOPOLAR Y TAMPOCO HACEN SUSTENTAN CLARAMENTE LA FORMA DE "INTERRUPTOR INDEPENDIENTE", Y SI ESTA OPCION SE REALIZA, POR EL PEDAL O EN LA PANTALLA.	
A03	MONOPOLAR PARA CORTE Y COAGULACIÓN.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	<b>MODOS DE TRABAJO</b>			
B01	TRES (03) MODOS DE CORTE O MÁS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B02	CINCO (05) MODOS DE COAGULACIÓN MONOPOLAR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B03	03 (TRES) MODOS A MAS DE CORTE BIPOLAR.	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y NO ACREDITA SU CUMPLIMIENTO. NO ES CLARO Y PRECISO, AL MOMENTO DE SUSTENTAR LOS TRES MODOS DE CORTE BIPOLAR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	<b>POTENCIAS DE SALIDA</b>			
B04	POTENCIA DE CORTE MONOPOLAR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES

## B. COMPONENTES

	HASTA 200 W O MAYOR.	TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B05	POTENCIA DE COAGULACIÓN MONOPOLAR HASTA 200 W O MAYOR Y/O CONTROL DE ENERGIA INTELIGENTE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B06	POTENCIA BIPOLAR 70 W O MAYOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	<b>CONEXIONES</b>			
B07	DOS (02) SALIDAS MONOPOLARES PARA CABLE CONECTOR DE TRES GUÍAS Y/U 8 mm PARA LAPAROSCOPIA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B08	DOS (02) SALIDAS BIPOLARES, AL MENOS UNA (01) APTA PARA TRABAJAR Y CONECTAR PINZAS SELLADORA DE VASOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B09	01 (UNA) SALIDA A MAS PARA ELECTRODO O NEUTRO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B10	UNO(01) O DOS (02) SALIDAS PARA PEDAL MONOPOLAR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y NO ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.  NO SE ESTA SOLICITANDO CONECTOR (SALIDA) PARA PEDAL DOBLE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B11	UNA (01) SALIDA PARA PEDAL BIPOLAR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES

			TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	ESPECIFICACIONES S TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
		<b>SISTEMA DE SEGURIDAD</b>			
	B12	ADAPTACIÓN AUTOMÁTICA DE LA POTENCIA O VOLTAJE DE SALIDA, EN RESPUESTA A LOS CAMBIOS DE IMPEDANCIA DEL TEJIDO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	B13	MONITOREO DE LA CALIDAD DE CONTACTO DEL ELECTRODO DE RETORNO, CON DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA DEL EQUIPO O INTERRUPCIÓN DE ACTIVACIONES POR DIFUSIÓN DEL EQUIPO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	B14	ALARMAS AUDIO VISUAL CON CÓDIGOS DE ERROR DE FALLAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	B15	ALARMAS DE ACTIVACIÓN DE LAS DISTINTAS MODALIDADES DE TRABAJO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	B16	SALIDA AISLADA PARA LA PROTECCIÓN DEL PACIENTE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
<b>C. ACCESORIOS</b>	C01	UN (01) COCHE DE TRANSPORTE ORIGINAL DEL FABRICANTE DEL EQUIPO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO,	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.

		Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.
C06	01 (UN) ADAPTADOR UNIVERSAL PARA LAPAROSCOPIA O CONEXIÓN APTA PARA CABLES MONOPOLARES DE 4,8 Y 5 mm.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.
C07	UN (01) CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA A TIERRA DE GRADO MÉDICO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.
C08	SESENTA (60) ELECTRODOS DESCARTABLES DE RETORNO ADULTO ORIGINAL CON CABLE DE 2.7 M COMO MÍNIMO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.

			ENTREGA DE ACCESORIOS.	DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	
	C09	VEINTE (20) ELECTRODOS DE RETORNO DESCARTABLES PEDIÁTRICO ORIGINAL CON CABLE DE 2.7 mt COMO MÍNIMO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.
    <b>D. GARANTÍA, MANTENIMIENTO Y ROTULADO</b>  		<b>GARANTÍA</b>			
	D01	03 (TRES) AÑOS DE GARANTÍA COMO MÍNIMO, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O FALLAS NO ATRIBUIBLES AL NORMAL USO DEL EQUIPO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
		<b>MANTENIMIENTO</b>			
	D02	PROGRAMA Y EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO QUE ESTABLECE LA GARANTÍA CON FRECUENCIA SEMESTRAL, 06 (SEIS) MANTENIMIENTOS EN TOTAL O DE ACUERDO A LO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE. TODOS LOS REPUESTOS Y/O CONSUMIBLES A REEMPLAZAR DURANTE EL TIEMPO DE GARANTÍA SERÁN ASUMIDOS POR EL PROVEEDOR SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL PARA LA INSTITUCIÓN.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.

D03	INICIALMENTE EL PROVEEDOR TENDRÁ EL PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA NOTIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL EQUIPO, SIN NECESIDAD DE REEMPLAZARLO CON OTRO DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS O CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN TERCERO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
D04	SI EL EQUIPO NO HA SIDO REPARADO DURANTE EL PLAZO INICIAL DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES ESTABLECIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN, EL PROVEEDOR TENDRÁ UN PLAZO ADICIONAL MÁXIMO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES PARA CULMINAR LA REPARACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES INICIALES HUBIESE REEMPLAZADO EL EQUIPO CON OTRO DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS O CONTRATADO LOS SERVICIOS DE UN TERCERO DURANTE EL TIEMPO QUE DENOTE EL TÉRMINO DE LA REPARACIÓN. LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL PROVEEDOR CORRERÁN POR SU CUENTA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
D05	SI PASADO LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES ADICIONALES A LOS MENCIONADOS EN D04 EL PROVEEDOR NO ENTREGA EL EQUIPO REPARADO, SE SOMETERÁ A LA SANCIÓN RESPECTIVA Y/O CAMBIO DE OTRO EQUIPO NUEVO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
D06	LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN NO EXIME AL ADJUDICATARIO	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones

		DE NINGUNA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS PARA EL PERIODO DE GARANTÍA TÉCNICA.	las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
		<b>ROTULADO</b>			
p	D07	EN CADA EQUIPO DEBERÁ IR GRABADO EN PLACA METÁLICA, BAJO RELIEVE Y EN LUGAR VISIBLE, QUE NO ENTORPEZCA EL MANEJO O RECONOCIMIENTO DE OTROS DATOS (DEBERÁ ESTAR FIRMEAMENTE UNIDA AL CUERPO DEL EQUIPO) LO SIGUIENTE:	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
E. CAPACITACIONES Y MANUALES		<b>CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO (PERFIL DEL PERSONAL CLAVE)</b>			
	E01	PARA LA CAPACITACIÓN ASISTENCIAL Y TÉCNICO: ING. BIOMÉDICO Y/O ING. ELECTRÓNICO Y/O ING. MECATRÓNICO TITULADO Y COLEGIADO, CERTIFICADO DE HABER RECIBIDO EL ENTRENAMIENTO EN FÁBRICA Y/O POR FABRICANTE EN LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO A OFERTAR.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
		<b>CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL</b>			
	E02	LA CAPACITACIÓN SE REALIZARÁ IN SITU EN EL SERVICIO DEL ÁREA SOLICITANTE Y DONDE ESTÁ ASIGNADO EL EQUIPO MÉDICO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección,	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO,

			ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
	E03	CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO Y ASISTENCIAL CON UN MÍNIMO DE 04 (CUATRO) HORAS EN BASE A LOS CONTENIDOS DEL MANUAL DE USUARIO, IMPARTIDO POR UN PROFESIONAL CAPACITADO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
	E04	LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ASISTENCIAL DEBERÁ ABARCAR EL MANEJO, EL CUIDADO Y LA CONSERVACIÓN DEL EQUIPO MÉDICO CON SUS COMPONENTES, ACCESORIOS Y DIRIGIDA AL AREA USUARIA PROFESIONALES DE LA SALUD Y OTROS QUE DESIGNE LA ENTIDAD.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
		CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO			
	E05	DIRIGIDO AL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y OTROS QUE DESIGNE LA ENTIDAD, LOS CUALES DEBERÁ ABARCAR EL MANEJO, EL CUIDADO Y LA CONSERVACIÓN DE LOS EQUIPOS MÉDICOS CON SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS, ADEMÁS SERÁ DEMOSTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.

	DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS SEGÚN EL MANUAL DEL FABRICANTE, FALLAS Y/O ERRORES QUE SE PRESENTAN DURANTE EL USO Y MANEJO DEL EQUIPO.			
E06	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO CON UN MÍNIMO DE 06 (SEIS) HORAS EN BASE A LOS CONTENIDOS DEL MANUAL DE SERVICIO IMPARTIDO POR UN PROFESIONAL CAPACITADO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
E07	A PETICIÓN DE LA ENTIDAD, EL PROVEEDOR QUEDARÁ OBLIGADO A PROPORCIONAR DURANTE EL PRIMER AÑO DEL PERIODO DE GARANTÍA TÉCNICA, 01 (UN) MÓDULO DE REFUERZO DE LA CAPACITACIÓN TEÓRICO- PRÁCTICO AL PERSONAL ASISTENCIAL QUE DESIGNE, INDICANDO LA PROGRAMACIÓN Y CRONOGRAMA EN QUE EFECTUARÁ ESA CAPACITACIÓN.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
	<b>CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN</b>			
E08	EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR 01 (UN) "CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN" A CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE HAYAN ASISTIDO A LA CAPACITACIÓN IMPARTIDA. LOS CERTIFICADOS AL	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO

		PERSONAL PARTICIPANTE SERÁN EMITIDOS POR EL PROVEEDOR EN MATERIAL: CARTULINA, TAMAÑO A4 E IMPRESO A COLOR.	CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	DECLARACIÓN JURADA.
		<b>MANUALES</b>			
	E09	02 (DOS) MANUALES DE USUARIO ORIGINALES DE FÁBRICA (NO COPIA). DE ESTAR EN INGLÉS U OTRO IDIOMA, DEBE ENTREGAR ADEMÁS LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL EN FÍSICO Y EN CD, EL MANUAL DE OPERACIÓN, DEBERÁ TENER LAS INSTRUCCIONES DE MANEJO Y CUIDADOS A TENER EN CUENTA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL EQUIPO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
	E10	02 (DOS) MANUALES DE SERVICIO ORIGINALES DE FÁBRICA (NO COPIA). DE ESTAR EN INGLÉS U OTRO IDIOMA, DEBE ENTREGAR ADEMÁS LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL EN FÍSICO Y EN CD, LOS MANUALES TENDRAN INFORMACIÓN DETALLADA: DIAGRAMA DE BLOQUES, ESQUEMAS DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS, ESQUEMAS DE PARTES MECÁNICAS, FUNCIONAMIENTO Y CALIBRACIÓN, ETC. INCLUYENDO UN LISTADO Y CATÁLOGO DE PIEZAS,	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.

		REPUESTOS Y ACCESORIOS DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS CON CÓDIGOS DEL FABRICANTE Y CATÁLOGOS ILUSTRATIVOS CON PLANOS Y PROCEDIMIENTOS DE MONTAJE / INSTALACIÓN DE SER NECESARIOS			
	E11	02 (DOS) CD DE VIDEO DE CAPACITACIÓN DE OPERACIÓN A MODO USUARIO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
	E12	02 (DOS) CD DE VIDEO DE CAPACITACIÓN DE OPERACIÓN A MODO SERVICIO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
F. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA	F01	MONOFÁSICO DE 220/240 VAC O SISTEMA AUTOVOLTAJE 110/240 VAC; 60 Hz. Y TOMA ELÉCTRICA TIPO B (GRADO HOSPITALARIO) CON CABLE VULCANIZADO DE AL MENOS 2 mt DE LONGITUD.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.

EVALUACIÓN DE OFERTAS LP 03-2024-GERESA/CS-1		POSTOR 01 COVIDIEN PERU SA RUC: 20502853750	POSTOR 02 J&G INVERSIONES PERU SAC RUC: 20601586470	POSTOR 03 ROCA SAC RUC: 20101337261
ADMISION DE OFERTA				
f)	<p><b>REGISTRO SANITARIO</b> de los bienes por normatividad correspondan, presentar una copia simple del certificado de registro sanitario del bien ofertado y/o resolución de autorización de registro sanitario, según lo establecido en el D.S. 016-2011 y sus modificatorias (reglamento para el registro, control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios).</p> <p>Vigentes a la fecha de presentación de propuestas, expedido por el DIGEMID a nombre del postor u otros, que describa el producto ofertado. Los datos expresados en la oferta presentan deben coincidir en los datos indicados en el registro sanitario del producto ofertado.</p> <p>Cuando se trata de productos importados, se deben presentar el registro sanitario o certificado de registro sanitario que permita la comercialización en territorio nacional. (conforme oficio N°1494-2011-DIGEMID-DG-DAS/ATAG/MINSA) del 24/05/2011</p> <p>En la entrega/ recepción de los equipos, el comité de recepción verificara la vigencia, a la fecha de entrega de los equipos, del certificado o registro sanitario emitido por la DIGEMID.</p> <p>Los bienes que no lo requieren deberán adjuntar la DECLARACION JURADA y EL LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE NO ESTAN SUJETOS A REGISTRO SANITARIO (EMITIDO POR DIGEMID)</p> <p>La vigencia de los registros sanitarios se entenderá prorrogada hasta el pronunciamiento de la institución, siempre que las solicitudes de reinscripción de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y/o productos sanitarios hayan sido presentadas dentro del plazo de vigencia del registro sanitario a reinscribir.</p> <p><b>Nota:</b> como parte de los documentos de la oferta, para la validación del Registro Sanitario en trámite de renovación, el postor deberá presentar copia de la solicitud de reinscripción y registro sanitario del producto.<sup>2</sup></p>	CUMPLE CON LO SOLICITADO, ACREDITA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO, ACREDITA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO, ACREDITA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.

<sup>2</sup> De acuerdo al numeral 3.12 de los aspectos revisados de oficio del pronunciamiento.


i)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	CUMPLE CON LO SOLICITADO, ACREDITA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO, ACREDITA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO, ACREDITA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.
j)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	No Corresponde	No Corresponde	No Corresponde
k)	El precio de la oferta en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.  El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales. (sustentado).	Presento propuesta económica	Presento propuesta económica	Presento propuesta económica
l)	<b>BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO (BPA)</b>	Presento documentación solicitada, acredita la condición solicitada.	Presento documentación solicitada, acredita la condición solicitada.	Presento documentación solicitada, acredita la condición solicitada.
<b>ADMISIÓN DE OFERTA</b>		<b>NO ADMITIDA</b>	<b>NO ADMITIDA</b>	<b>ADMITIDA</b>

1

X

X

3.2	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	POSTOR 01 COVIDIEN PERU SA RUC: 20502853750	POSTOR 02 J&G INVERSIONES PERU SAC RUC: 20601586470	POSTOR 03 ROCA SAC RUC: 20101337261
A	<b>CAPACIDAD LEGAL</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Autorización Sanitaria de Funcionamiento.</li> </ul> <p><u>Acreditación:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Copia simple de la resolución de autorización sanitaria de funcionamiento otorgada a nombre del postor, emitida por la Dirección General de Medicamentos, insumos y Drogas – DIGEMID, como autoridad nacional de productos farmacéuticos, Dispositivos médicos y productos Sanitarios (ANM) o por la autoridad de productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y productos Sanitarios de nivel regional (ARM), según corresponda. Dicho establecimiento farmacéutico no debe encontrarse en situación de cierre.</li> </ul>			Presento documentación solicitada, acredita la condición solicitada.
B	<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>			
	<p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 835,248.84 (ochocientos treinta y cinco mil doscientos cuarenta y ocho con 84/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p><b>BIENES SIMILARES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ELECTROBISTURI,</li> <li>ELECTROBISTURI PARA SELLADO DE VASOS Y TEJIDO</li> <li>ELECTROCAUTERIO.</li> <li>MONITOR MULTIPARAMETRO</li> </ul>			Presento documentación solicitada, y Acredita lo solicitado.
C	<b>CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b>			
C.1	<b>EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE</b>			
	<p>Tres (03) años de experiencia como mínimo en instalación y/o implementación y/o capacitación y/o mantenimiento de los equipos médicos ofertados del personal clave requerido como PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN, PRUEBA OPERATIVA, PROTOCOLO DE PRUEBAS Y CAPACITACIÓN PARA EQUIPOS MEDICOS.</p> <p><u>Acreditación:</u></p>			Presento documentación solicitada, y Acredita lo solicitado.

	La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.			
	<b>FACTOR DE EVALUACIÓN:</b>			
	<b>A. PRECIO</b> <b>Evaluación:</b> <b>Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</b> <b>Acreditación:</b> <b>Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</b>			
	La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $Pi = \frac{Om \times PMP}{Oi} = 100 \text{ PUNTOS}$ i = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio			$Pi = \frac{284,106 \times 100}{284,106}$ Pi= 100 PUNTOS







ANEXO 04 - ITEM 4 LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD ALTA				
EVALUACIÓN DE OFERTAS LP 03-2024-GERESA/CS-1-				
POSTORES		POSTOR 1	POSTOR 2	POSTOR 3
ADMISIÓN DE OFERTA		CARDIOPULMONARY CARE SAC RUC: 20512709088	J&G INVERSIONES PERU SAC RUC: 20601586470	ROCA SAC RUC: 20101337261
2.2.1	Documentación de presentación obligatoria			
2.2.1.1	Documentos para la admisión de la oferta			
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Presento ANEXO N° 1	Presento ANEXO N° 1	Presento ANEXO N° 1
b)	<p>Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.</p> <p>En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.</p> <p>En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.</p> <p>En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.</p>	Presento Sustento	Presento Sustento	Presento Sustento
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Presento ANEXO N° 2	Presento ANEXO N° 2	Presento ANEXO N° 2
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Presento ANEXO N° 3	Presento ANEXO N° 3	Presento ANEXO N° 3
e)	<p>El postor deberá demostrar copia fehacientemente que el bien ofertado cumple con las especificaciones técnicas y características técnicas solicitadas por la entidad, para lo cual deberá presentar el FORMATO N°01 "Hoja de presentación del Equipo/Sustento de Cumplimiento de Características Técnicas"<sup>1</sup></p> <p>Asimismo, el postor adjuntara</p>	PRESENTO DOCUMENTACIÓN	PRESENTO DOCUMENTACIÓN	PRESENTO DOCUMENTACIÓN

<sup>1</sup> De acuerdo con el numeral 3.2 de los aspectos revisados de oficio del pronunciamiento.

copia de catálogos, manual de uso y operación, manual de servicio Técnico, Folletos, data sheets o Brochure de los fabricantes o dueños de la marca y modelos de las partes correspondientes al cumplimiento de especificaciones técnicas establecidas TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CARTA (S) DEL FABRICANTE CON FECHA MÁXIMO DE ANTIGÜEDAD 12 MESES A LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTAS; PARA SUSTENTAR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA UNO DE LOS EQUIPO (DEBIDAMENTE ACREDITADA POR EL FABRICANTE Y QUE LA INFORMACIÓN SEA VERDADERA; VERIFICABLE BAJO RESPONSABILIDAD DEL POSTOR). RESPECTO AL SUSTENTO GRÁFICO (PLANOS, FIGURAS O IMÁGENES), QUE SUSTENTAN EL (LOS) BIEN(ES) OFERTADO(S), OBJETO DE LA CONVOCATORIA, TENDRÁ QUE ESTAR COMPATIBILIZADO CON EL SUSTENTO LITERAL CORRESPONDIENTE. SI EN LAS PROPUESTAS, EXISTIERA CONTRADICCIONES ENTRE EL SUSTENTO GRÁFICO Y LITERAL, ÉSTAS SERÁN DESESTIMADAS.



La propuesta del postor debe indicar lo señalado en el FORMATO N°01 indicando claramente el número de folios(s) que sustenta el cumplimiento de las características técnicas, como sustento y respaldo de la información indicada.

Para el número de los folios no deberá colocarse rangos de números, sino números individuales.




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LÁMPARA QUIRÚRGICA DE TECHO DE INTENSIDAD ALTA			POSTOR 1 CARDIOPULMONAR Y CARE SAC RUC: 20512709088	POSTOR 2 J&G INVERSIONES PERU SAC RUC: 20601586470	POSTOR 3 ROCA SAC RUC: 20101337261
FAMILIA	EQUIPO DE SOPORTE DE VIDA.		MARCA: MAQUET MODELO: VOLISTA ACCESS II 600/600 FECHA DE FABRICACIÓN: 2025	MARCA: DR MACH MODELO: MACH LED 6MC F/MACH LED 6MC F FECHA DE FABRICACIÓN: 2025	MARCA: MERIVAARA Modelo: Q-FLOW FECHA DE FABRICACION: 2024/2005
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	LÁMPARA QUIRÚRGICA DE TECHO DE INTENSIDAD ALTA.				
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL	EQUIPO BIOMÉDICO USADO PARA INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS, PROPORCIONAN LUZ HOMOGÉNEA SIN SOMBRAS SOBRE LA ZONA DEL PACIENTE QUE SE VA A OPERAR.				
FINALIDAD PÚBLICA	ADQUISICIÓN POR REPOSICIÓN DE LÁMPARAS CIALÍTICAS DE TECHO DE DOS SATÉLITES PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO.				
  A. CARACTERÍSTICAS GENERALES  	A01	ANCLADO EN EL TECHO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
	A02	DE DOS CUERPOS LUMINOSOS LOS CUALES PRODUCEN LUZ NATURAL. (02)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
	A03	LOS CUERPOS LUMINOSOS SERÁN DE FORMA SEGÚN CADA FABRICANTE Y DE SUPERFICIE CERRADA O SEGÚN CADA FABRICANTE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
	A04	DE DOS CUERPOS LUMINOSOS LOS CUALES PRODUCEN LUZ NATURAL CON PROTECCIÓN IP44 O MAYOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
	A05	CON MANGOS DE ORIENTACIÓN ESTERILIZABLE., Y OPCIONALMENTE CON FUNCIÓN DE CONTROL DE INTENSIDAD O DIÁMETRO DE CAMPO O TEMPERATURA DE COLOR .	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.



	A06	DISEÑO QUE PERMITA LA INSTALACIÓN DE LA FUENTE DE PODER EN EL TECHO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
	A07	IRRADIACIÓN ENERGÉTICA 4Mw/M2.lux COMO MÁXIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
	A08	CON AJUSTE ELECTRONIC O DE LA INTENSIDAD LUMINOSA O SEGÚN CADA FABRICANTE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
	A09	VIDA ÚTIL DE LOS LED MAYOR O IGUAL A 50,000 HORAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
	A10	RANGO DE GIRO DE LOS BRAZOS GIRATORIOS Y BASCULANTES DE 360°.	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y NO ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.  DE LA REVISIÓN DE LOS FOLIOS SUSTENTADOS 37 Y 50 EL POSTOR NO INDICA EL RANGO DE GIRO DE 360° SOLICITADOS PARA LOS BRAZOS BASCULANTES, EL COMITÉ NO PUEDE IDENTIFICAR CON LA IMAGEN DEL FOLIO 50 QUE ESTE CORRESPONDE AL BRAZO BASCULANTE O A LOS 360° SOLICITADOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
	B01	ILUMINACIÓN CON TECNOLOGÍA LED DE LUZ BLANCA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
B. SISTEMA DE ILUMINACIÓN	B02	REDUCCIÓN DE SOMBRAS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS

	CREADAS POR EL CUERPO DEL CIRUJANO.	ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
B03	INTENSIDAD LUMINOSA DE 160,000 LUX O MÁS PARA AMBAS CÚPULAS UN (01) METRO DE DISTANCIA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y NO ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.  SUSTENTAN "INTENSIDAD DE LUZ CENTRAL" Y NO LO RELACIONAN CON INTENSIDAD LUMINOSA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
B04	TEMPERATURA DE COLOR DE 3,900°K O MÁS PARA AMBOS CUERPOS LUMINOSOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
B05	DIÁMETRO MÍNIMO DE CAMPO ILUMINADO 20 cm O MENOS PARA AMBOS CUERPOS LUMINOSOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
B06	RELACIÓN d50/d10 MAYOR O IGUAL A 0.55 PARA AMBOS CUERPOS LUMINOSOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
B07	ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (CRI) MAYOR O IGUAL A 95 PARA AMBOS CUERPOS LUMINOSOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
B08	ÍNDICE PARTICULAR (R9) MAYOR O IGUAL A 90.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
B09	CONTROL DE INTENSIDAD LUMINOSA DE 30% A 100% O RANGO MÁS AMPLIO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y NO ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.

				SUSTENTAN "RANGO DE ATENUACIÓN" NO CONTROL DE INTENSIDAD LUMINOSA Y TAMPOCO LO RELACIONAN.	
	B10	PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN L1+L2 AL 20% MAYOR O IGUAL A 105 cm.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
	B11	PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN L1+L2 AL 60% MAYOR O IGUAL A 50 cm.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
	B12	PROGRAMA DE ESTABILIDAD DE FLUJO (FSP) QUE PROPORCIONA UNA ILUMINACIÓN CONSTANTE DURANTE TODO EL PROCEDIMIENTO Y/O <sup>2</sup> MODO DE SINCRONIZACIÓN Y/O SISTEMA AUTOMATICO DE COMPENSACION DE SOMBRA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
	B13	CON SISTEMA PRECABLEADO PARA INSTALAR UNA CÁMARA A FUTURO O SISTEMA SEGÚN CADA FABRICANTE PARA LA INSTALACIÓN DE UNA CÁMARA A FUTURO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
 <b>C. SISTEMA MECÁNICO DE POSICIONAMIENTO</b>	C01	DE FÁCIL MANIOBRABILIDAD Y ESTABILIDAD DE POSICIONAMIENTO DE LOS CAMPOS ILUMINADOS.	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y NO ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.  LO SOLICITADO EN EL NUMERAL C01 SE REFIERE CLARAMENTE A LA ESTABILIDAD DE POSICIONAMIENTO DE LOS CAMPOS	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y NO ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.  NO SUSTENTAN QUE LA ESTABILIDAD Y MANOBRABILIDAD SEAN PARA LOS CAMPOS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.

<sup>2</sup> De acuerdo con el cuestionamiento N° 3 del pronunciamiento.

			ILUMINADOS; SIN EMBARGO, EL POSTOR SUSTENTA LA ESTABILIDAD PARA EL CUERPO LUMINOSO.  LA ESTABILIDAD DE POSICIONAMIENTO DE LOS CUERPOS LUMINOSOS, QUE NO ES LO MISMO QUE LO SOLICITADO.	ILUMINADOS.	
	C02	SISTEMA DE SUSPENSIÓN CON BRAZO ARTICULADO Y GIRO DE BRAZO A 360°.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
	C03	GIRO DE CUPULA A 320° O MÁS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
 <b>D. ACCESORIOS</b> 	D01	02 (DOS) JUEGOS DE MANGOS DE ORIENTACIÓN ESTERILIZABLE (ADICIONALES A LOS QUE VIENEN YA INSTALADOS EN EL EQUIPO), ES DECIR, 04 (CUATRO) JUEGOS DE MANGOS DE ORIENTACIÓN ESTERILIZABLE EN TOTAL.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.
		<b>GARANTÍA</b>			
<b>E. GARANTÍA, MANTENIMIENTO Y ROTULADO</b> 	E01	03 (TRES) AÑOS DE GARANTÍA COMO MÍNIMO, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O FALLAS NO ATRIBUIBLES AL NORMAL USO DEL EQUIPO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.

		<b>MANTENIMIENTO</b>			
	E02	PROGRAMA Y EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO QUE ESTABLECE LA GARANTÍA CON FRECUENCIA SEMESTRAL, 06 (SEIS) MANTENIMIENTOS EN TOTAL O DE ACUERDO A LO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE. TODOS LOS REPUESTOS Y/O CONSUMIBLES A REEMPLAZAR DURANTE EL TIEMPO DE GARANTÍA SERÁN ASUMIDOS POR EL PROVEEDOR SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL PARA LA INSTITUCIÓN.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
	E03	INICIALMENTE EL PROVEEDOR TENDRÁ EL PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA NOTIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL EQUIPO, SIN NECESIDAD DE REEMPLAZARLO CON OTRO DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS O CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN TERCERO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
 	E04	SI EL EQUIPO NO HA SIDO REPARADO DURANTE EL PLAZO INICIAL DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES ESTABLECIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN, EL PROVEEDOR TENDRÁ UN PLAZO ADICIONAL MÁXIMO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES PARA CULMINAR LA REPARACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES INICIALES HUBIESE REEMPLAZADO EL EQUIPO CON OTRO DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS O CONTRATADO LOS SERVICIOS DE UN TERCERO DURANTE EL TIEMPO QUE DENOTE EL	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.




		TERMINO DE LA REPARACIÓN. LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL PROVEEDOR CORRERÁN POR SU CUENTA.			
	E05	SI PASADO LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES ADICIONALES A LOS MENCIONADOS EN E04 EL PROVEEDOR NO ENTREGA EL EQUIPO REPARADO, SE SOMETERÁ A LA SANCIÓN RESPECTIVA Y/O CAMBIO DE OTRO EQUIPO NUEVO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
	E06	LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN NO EXIME AL ADJUDICATARIO DE NINGUNA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS PARA EL PERIODO DE GARANTÍA TÉCNICA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
		<b>ROTULADO</b>			
	E07	EN CADA EQUIPO DEBERÁ IR GRABADO EN PLACA METÁLICA, BAJO RELIEVE Y EN LUGAR VISIBLE, QUE NO ENTORPEZCA EL MANEJO O RECONOCIMIENTO DE OTROS DATOS (DEBERÁ ESTAR FIRMEAMENTE UNIDA AL CUERPO DEL EQUIPO) LO SIGUIENTE:	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
F. CAPACITACIONES Y MANUALES		CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO (PERFIL DEL PERSONAL CLAVE)			
	F01	PARA LA CAPACITACIÓN	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de

	<b>USUARIA Y TÉCNICA:</b> ING. BIOMÉDICO Y/O ELECTRÓNICO Y/O ING. MECATRÓNICO TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO, CERTIFICADO DE HABER RECIBIDO EL ENTRENAMIENTO EN FÁBRICA Y/O POR FABRICANTE EN LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO A OFERTAR.	las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
	<b>CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL</b>			
F02	LA CAPACITACIÓN SE REALIZARÁ IN SITU EN EL SERVICIO DEL ÁREA SOLICITANTE Y DONDE ESTÁ ASIGNADO EL EQUIPO MÉDICO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
F03	CAPACITACIÓN AL PERSONAL Y ASISTENCIAL CON UN MÍNIMO DE 02 (DOS) HORAS EN BASE A LOS CONTENIDOS DEL MANUAL DE USUARIO, IMPARTIDO POR UN PROFESIONAL CAPACITADO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
F04	LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ASISTENCIAL DEBERÁ ABARCAR EL MANEJO, EL CUIDADO Y LA CONSERVACIÓN DEL EQUIPO MÉDICO CON SUS COMPONENTES,	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO,	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección,	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección,

		ACCESORIOS Y DIRIGIDA AL AREA USUARIA PROFESIONALES DE LA SALUD Y OTROS QUE DESIGNE LA ENTIDAD.	PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
		<b>CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO</b>			
	F05	DIRIGIDO AL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y OTROS QUE DESIGNE LA ENTIDAD, EL CUAL DEBERÁ ABARCAR EL MANEJO, EL CUIDADO Y LA CONSERVACIÓN DE LOS EQUIPOS MÉDICOS CON SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS, ADEMÁS SERÁ DEMOSTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS SEGÚN EL MANUAL DEL FABRICANTE, FALLAS Y/O ERRORES QUE SE PRESENTEN DURANTE EL USO Y MANEJO DEL EQUIPO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
	F06	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO CON UN MÍNIMO DE 04 (CUATRO) HORAS EN BASE A LOS CONTENIDOS DEL MANUAL DE SERVICIO IMPARTIDO POR UN PROFESIONAL CAPACITADO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
	F07	A PETICIÓN DE LA ENTIDAD, EL PROVEEDOR QUEDARÁ OBLIGADO A	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las

		PROPORCIONAR DURANTE EL PRIMER AÑO DEL PERIODO DE GARANTÍA TÉCNICA, 01 (UN) MÓDULO DE REFUERZO DE LA CAPACITACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICO AL PERSONAL ASISTENCIAL QUE DESIGNE, INDICANDO LA PROGRAMACIÓN Y CRONOGRAMA EN QUE EFECTUARÁ ESA CAPACITACIÓN.	contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
		<b>CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN</b>			
	F08	EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR 01 (UN) "CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN" A CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE HAYAN ASISTIDO A LA CAPACITACIÓN IMPARTIDA. LOS CERTIFICADOS AL PERSONAL PARTICIPANTE SERÁN EMITIDOS POR EL PROVEEDOR EN MATERIAL: CARTULINA, TAMAÑO A4 E IMPRESO A COLOR.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
		<b>MANUALES</b>			
	F09	02 (DOS) MANUALES DE USUARIO ORIGINALES DE FÁBRICA (NO COPIA). DE ESTAR EN INGLÉS U OTRO IDIOMA, DEBE ENTREGAR ADEMÁS LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL EN FÍSICO Y EN CD, EL MANUAL DE OPERACIÓN, DEBERÁ TENER LAS INSTRUCCIONES DE MANEJO Y CUIDADOS A TENER EN CUENTA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL EQUIPO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.

F10	02 (DOS) MANUALES DE SERVICIO ORIGINALES DE FÁBRICA (NO COPIA). DE ESTAR EN INGLÉS U OTRO IDIOMA, DEBE ENTREGAR ADEMÁS LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL EN FÍSICO Y EN CD, LOS MANUALES TENDRAN INFORMACIÓN DETALLADA: DIAGRAMA DE BLOQUES, ESQUEMAS DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS, ESQUEMAS DE PARTES MECÁNICAS, FUNCIONAMIENTO Y CALIBRACIÓN, ETC. INCLUYENDO UN LISTADO Y CATÁLOGO DE PIEZAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS CON CÓDIGOS DEL FABRICANTE Y CATÁLOGOS ILUSTRATIVOS CON PLANOS Y PROCEDIMIENTOS DE MONTAJE / INSTALACIÓN DE SER NECESARIOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
F11	02 (DOS) CD DE VIDEO DE CAPACITACIÓN DE OPERACIÓN A MODO USUARIO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
F12	02 (DOS) CD DE VIDEO DE CAPACITACIÓN DE OPERACIÓN A MODO SERVICIO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las

			<p>contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.</p>	<p>Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.</p>	<p>Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.</p>
<p><b>G. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA</b></p>  	G01	<p>MONOFÁSICO DE 220/240 VAC O SISTEMA AUTOVOLTAJE 110/240 VAC; 60 Hz.</p>	<p>PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.</p>	<p>PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.</p>	<p>PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.</p>
	G02	<p>01 (UN) UPS DE 2 KVA O SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE PARA MANTENER ENCENDIDOS AMBOS BULBOS CON UNA AUTONOMÍA DE 30 (TREINTA) MINUTOS COMO MÍNIMO O SISTEMA DE BATERÍA(S) DE RESPALDO ANTE FALLA DE ENERGÍA DE LA RED ELÉCTRICA EL CUAL DEBE ESTAR INCORPORADO AL EQUIPO Y BRINDAR UNA AUTONOMÍA MAYOR O IGUAL 30 (TREINTA) MINUTOS.</p>	<p>PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.</p>	<p>PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.</p>	<p>PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.</p>
<p><b>H. REQUERIMIENTO DE INSTALACIÓN</b></p> 	H01	<p>COMPRENDE: SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN (CONSIDERAR QUE TODO CABLEADO O TUBERÍA DEBE SER EMPOTRADO O POR ENCIMA DEL CIELO RASO) Y PRUEBAS OPERATIVAS.</p>	<p>PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO</p>	<p>PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO,</p>	<p>PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO,</p>

		DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
	H02	<p>INSTALACIÓN: DEBERÁ CONSIDERAR LA OFERTA TÉCNICA LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN, DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS NECESARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.</p>	<p>PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.</p>	<p>PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.</p>
	H03	<p>PRE INSTALACIÓN: EL CONTRATISTA SE HARÁ CARGO DE EVALUAR Y GARANTIZAR EL INGRESO DEL EQUIPO AL ÁREA DE CENTRO QUIRÚRGICO, LO CUAL INCLUYE EL DESMONTAJE DE LA LÁMPARA CIALÍTICA ACTUAL Y MONTAJE DE LA NUEVA LÁMPARA, ASÍ COMO EL ACABADO, DE SER NECESARIO DEBERÁ CONSIGNAR LA OFERTA TÉCNICA LOS TRABAJO PARA EMPOTRAR AL TECHO, GARANTIZANDO EL ACABADO CORRECTO PARA OPERATIVIDAD DE LA LÁMPARA CIALÍTICA.</p>	<p>PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.</p>	<p>PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.</p>
	H04	<p>LA INSTITUCION BRINDARÁ: ENERGÍA ELÉCTRICA 220VAC, 60 HZ – TRIFÁSICO.</p>	<p>PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.</p>	<p>PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO</p>

				DECLARACION JURADA.	DECLARACION JURADA.
	H05	EL POSTOR TENDRÁ QUE COLOCAR DE SER NECESARIO, ALGÚN COMPONENTE O ACCESORIO QUE NO CONTEMPLA EL PRESENTE EL CUAL GARANTICE EL BUEN CUMPLIMIENTO DEL EQUIPO EN COORDINACIONES PREVIAS CON PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES, ASÍ COMO EL ÁREA USUARIA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.

EVALUACIÓN DE OFERTAS LP 03-2024-GERESA/CS-1		POSTOR 1 CARDIOPULMONARY CARE SAC RUC: 20512709088	POSTOR 2 J&G INVERSIONES PERU SAC RUC: 20601586470	POSTOR 3 ROCA SAC RUC: 20101337261
ADMISION DE OFERTA				
f)	<p><b>REGISTRO SANITARIO</b> de los bienes por normatividad correspondan, presentar una copia simple del certificado de registro sanitario del bien ofertado y/o resolución de autorización de registro sanitario, según lo establecido en el D.S. 016-2011 y sus modificatorias (reglamento para el registro, control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios). Vigentes a la fecha de presentación de propuestas, expedido por el DIGEMID a nombre del postor u otros, que describa el producto ofertado. Los datos expresados en la oferta presentan deben coincidir en los datos indicados en el registro sanitario del producto ofertado. Cuando se trata de productos importados, se deben presentar el registro sanitario o certificado de registro sanitario que permita la comercialización en territorio nacional. (conforme oficio</p>	<p>CUMPLE CON LO SOLICITADO, ACREDITA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.</p>  	<p>CUMPLE CON LO SOLICITADO, ACREDITA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.</p>	<p>CUMPLE CON LO SOLICITADO, ACREDITA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.</p>

	<p>N°1494-2011-DIGEMID-DG-DAS/ATAG/MINSA) del 24/05/2011</p> <p>En la entrega/ recepción de los equipos, el comité de recepción verificara la vigencia, a la fecha de entrega de los equipos, del certificado o registro sanitario emitido por la DIGEMID.</p> <p>Los bienes que no lo requieren deberán adjuntar la DECLARACION JURADA y EL LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE NO ESTAN SUJETOS A REGISTRO SANITARIO(EMITIDO POR DIGEMID)</p> <p>La vigencia de los registros sanitarios se entenderá prorrogada hasta el pronunciamiento de la institución, siempre que las solicitudes de reinscripción de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y/o productos sanitarios hayan sido presentadas dentro del plazo de vigencia del registro sanitario a reinscribir.</p> <p><b>Nota:</b> como parte de los documentos de la oferta, para la validación del Registro Sanitario en trámite de renovación, el postor deberá presentar copia de la solicitud de reinscripción y registro sanitario del producto.<sup>3</sup></p>			
i)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	CUMPLE CON LO SOLICITADO, ACREDITA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO, ACREDITA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO, ACREDITA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.
j)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	No Corresponde	No Corresponde	No Corresponde
k)	<p>El precio de la oferta en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.</p> <p>El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen</p>	Presento propuesta económica	Presento propuesta económica	Presento propuesta económica

<sup>3</sup> De acuerdo al numeral 3.12 de los aspectos revisados de oficio del pronunciamiento.

	son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales. sustentado).			
I)	<b>BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO (BPA)</b>	Presento documentación solicitada, acredita la condición solicitada.	Presento documentación solicitada, acredita la condición solicitada.	Presento documentación solicitada, acredita la condición solicitada.
<b>ADMISIÓN DE OFERTA</b>		<b>NO ADMITIDA</b>	<b>NO ADMITIDA</b>	<b>ADMITIDA</b>




3.2	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	POSTOR 1 CARDIOPULMONARY CARE SAC RUC: 20512709088	POSTOR 2 J&G INVERSIONES PERU SAC RUC: 20601586470	POSTOR 3 ROCA SAC RUC: 20101337261
A	<b>CAPACIDAD LEGAL</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Autorización Sanitaria de Funcionamiento.</li> </ul> <p><u>Acreditación:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Copia simple de la resolución de autorización sanitaria de funcionamiento otorgada a nombre del postor, emitida por la Dirección General de Medicamentos, insumos y Drogas – DIGEMID, como autoridad nacional de productos farmacéuticos, Dispositivos médicos y productos Sanitarios (ANM) o por la autoridad de productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y productos Sanitarios de nivel regional (ARM), según corresponda. Dicho establecimiento farmacéutico no debe encontrarse en situación de cierre.</li> </ul>			Presento documentación solicitada, acredita la condición solicitada.
B	<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>			
	<p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/2,883,876.00 (dos millones ochocientos ochenta y tres mil ochocientos setenta y seis con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p><b>BIENES SIMILARES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>LAMPARA CIALITICA</li> <li>MESA DE OPERACIONES.</li> <li>MONITOR MULTIPARAMETRO</li> </ul>			Presento documentación solicitada, y Acredita lo solicitado.
C	<b>CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b>			
C.1	<b>EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE</b>			

	<p>Tres (03) años de experiencia como mínimo en instalación y/o implementación y/o capacitación y/o mantenimiento de los equipos médicos ofertados del personal clave requerido como PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN, PRUEBA OPERATIVA, PROTOCOLO DE PRUEBAS Y CAPACITACIÓN PARA EQUIPOS MEDICOS.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.</p>			Presento documentación solicitada, y Acredita lo solicitado.
	<b>FACTOR DE EVALUACIÓN:</b>			
1	<p><b>A. PRECIO</b></p> <p><b>Evaluación:</b> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><b>Acreditación:</b> Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p>			
2	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $Pi = \frac{Om \times PMP}{Oi} = 100 \text{ PUNTOS}$ <p>i = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio</p>			$Pi = \frac{722,990 \times 100}{722,990}$ <p>Pi= 100 PUNTOS</p>



ANEXO 05 - ITEM 5 MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA				
EVALUACIÓN DE OFERTAS LP 03-2024-GERESA/CS-1-				
POSTORES		POSTOR 1	POSTOR 2	POSTOR 3
ADMISIÓN DE OFERTA		J&G INVERSIONES PERU SAC RUC: 20601586470	ORTOPEDIA SAN JUAM DE DIOS SR LTDA RUC: 20136788982	ROCA SAC RUC: 20101337261
2.2.1	Documentación de presentación obligatoria			
2.2.1.1	Documentos para la admisión de la oferta			
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Presento ANEXO N° 1	Presento ANEXO N° 1	Presento ANEXO N° 1
b)	<p>Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.</p> <p>En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.</p> <p>En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.</p> <p>En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.</p>	Presento Sustento	Presento Sustento	Presento Sustento
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Presento ANEXO N° 2	Presento ANEXO N° 2	Presento ANEXO N° 2
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Presento ANEXO N° 3	Presento ANEXO N° 3	Presento ANEXO N° 3
e)	<p>El postor deberá demostrar copia fehacientemente que el bien ofertado cumple con las especificaciones técnicas y características técnicas solicitadas por la entidad, para lo cual deberá presentar el FORMATO N°01 "Hoja de presentación del Equipo/Sustento de Cumplimiento de Características Técnicas"<sup>1</sup></p> <p>Asimismo, el postor adjuntara</p>	PRESENTO DOCUMENTACIÓN	PRESENTO DOCUMENTACIÓN	PRESENTO DOCUMENTACIÓN

<sup>1</sup> De acuerdo con el numeral 3.2 de los aspectos revisados de oficio del pronunciamiento.


  	<p> copia de catálogos, manual de uso y operación, manual de servicio Técnico, Folletos, data sheets o Brochure de los fabricantes o dueños de la marca y modelos de las partes correspondientes al cumplimiento de especificaciones técnicas establecidas TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CARTA (S) DEL FABRICANTE CON FECHA MÁXIMO DE ANTIGÜEDAD 12 MESES A LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTAS; PARA SUSTENTAR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA UNO DE LOS EQUIPO (DEBIDAMENTE ACREDITADA POR EL FABRICANTE Y QUE LA INFORMACIÓN SEA VERDADERA; VERIFICABLE BAJO RESPONSABILIDAD DEL POSTOR). RESPECTO AL SUSTENTO GRÁFICO (PLANOS, FIGURAS O IMÁGENES), QUE SUSTENTAN EL (LOS) BIEN(ES) OFERTADO(S), OBJETO DE LA CONVOCATORIA, TENDRÁ QUE ESTAR COMPATIBILIZADO CON EL SUSTENTO LITERAL CORRESPONDIENTE. SI EN LAS PROPUESTAS, EXISTIERA CONTRADICCIONES ENTRE EL SUSTENTO GRÁFICO Y LITERAL, ÉSTAS SERÁN DESESTIMADAS. </p> <p> La propuesta del postor debe indicar lo señalado en el FORMATO N°01 indicando claramente el número de folios(s) que sustenta el cumplimiento de las características técnicas, como sustento y respaldo de la información indicada. Para el número de los folios no deberá colocarse rangos de números, sino números individuales. </p>			
---	--	--	--	--




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MESA DE OPERACIONES HIDRÁULICA/ELECTRICA		POSTOR 1 J&G INVERSIONES PERU SAC RUC: 20601586470	POSTOR 2 ORTOPEDIA SAN JUAN DE DIOS SR LTDA RUC: 20136788982	POSTOR 3 ROCA SAC RUC: 20101337261
FAMILIA	EQUIPO DE SOPORTE DE VIDA.	MARCA: FAMED MODELO: SU-05 OPTIMA 5.20 FECHA DE FABRICACIÓN: 2025	MARCA: BARRFAB MODELO: BF683 EH FECHA DE FABRICACIÓN: 2024	MARCA: MERIVAARA Modelo: GRAND PROMERIX FECHA DE FABRICACION: 2024/2005
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	MESA DE OPERACIONES HIDRÁULICA/ELECTRICA			
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL	USADO PARA ALOJAMIENTO DEL PACIENTE EN LAS DIFERENTES OPERACIONES E INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS.			
FINALIDAD PÚBLICA	ADQUISICIÓN POR REPOSICIÓN DE EQUIPOS DEL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO Y CIRUGÍA DE DÍA.			
<p>A.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS GENERALES</b></p>	A01	MESA DE OPERACIONES FABRICADA CON ACERO INOXIDABLE; COLUMNA DE ACERO INOXIDABLE; RECUBRIMIENTO DE LA BASE EN ACERO INOXIDABLE O POLÍMERO ABS, A FIN DE QUE OFREZCA RESISTENCIA A IMPACTOS Y A LA VEZ TAMBIÉN OFREZCA UNA FÁCIL DESINFECCIÓN.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
	A02	ESTRUCTURA ESTABLE, 03 (TRES) RUEDAS O MÁS, SISTEMA DE COMANDO DE FRENO CENTRALIZADO ACTIVADO DESDE EL CONTROL REMOTO Y OPCIONALMENTE QUE DISPONGA DE UNA QUINTA RUEDA MOTORIZADA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
	A03	RIELES LATERALES DE ACERO INOXIDABLE PARA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y

	ACOPLAMIENTO DE ACCESORIOS.	ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
A04	ACCIONAMIENTO DE MOVIMIENTOS ELECTROHIDRÁULICOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
A05	COMANDO DE CONTROLES CON CABLE Y/O REMOTO (INFRARROJO, INCLUIR CARGADOR SI LO REQUIERE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
A06	CONTROL AUXILIAR UBICADOS EN LA COLUMNA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
A07	SUPERFICIE DE LA MESA TRANSPARENTE A LOS RAYOS X.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
A08	CON RIELES O DISPOSITIVOS DE ELEVACIÓN DE LOS COLCHONES PARA INTRODUCIR EL PORTA CHASIS DE PLACAS RADIOGRÁFICAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
A09	FACILIDAD PARA EL USO DE INTENSIFICADOR DE IMÁGENES (ARCO EN C).	<b>NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y NO ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.</b>  <b>SUSTENTAN USO LIBRE DEL ARCO EN C, NO SUSTENTAN FACILIDAD PARA EL USO DEL ARCO EN C</b>	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
A10	PLACA APOYA PIERNAS: EN DOS PIEZAS (UNA PARA CADA PIERNA, CON ANGULACIÓN DE SEPARACIÓN) Y PARTE INFERIOR DE LA PIERNA, CON REGULACIÓN DE	<b>NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y NO ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.</b>	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.

	ALTURA, ANGULACIÓN DE SEPARACIÓN Y ALMOHADILLAS.	NO SUSTENTAN REGULACIÓN DE ALTURA DE LA PARTE INFERIOR DE LA PIERNA, SUSTENTAN MAL EN LA PAGINA 349 YA QUE SUSTENTAN PLACA DE PIERNA DE UNA SOLA PIEZA.		
A11	MOVIMIENTOS OPERADOS POR CONTROL REMOTO COMO MÍNIMO: AJUSTE DE ALTURA, DESPLAZAMIENTO LONGITUDENAL, INCLINACIONES LATERALES, POSICIÓN CERO, RESPALDO, FLEX/REFLEX, TRENDELENBURG Y ANTITRENDELENBURG.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
A12	FUNCIONAMIENTO DE LA MESA EN POSICIÓN NORMAL E INVERSA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
B01	TRENDELENBURG MAYOR O IGUAL A 25°	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
B02	TRENDELENBURG INVERSA MAYOR O IGUAL A 35°	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
B03	RESPALDAR HACIA ARRIBA $\geq 70^\circ$	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
B04	RESPALDAR HACIA ABAJO MAYOR O IGUAL A $-40^\circ$	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.

## B. COMPONENTES

	B05	INCLINACIONES LATERALES $\geq 20^\circ$	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
	B06	SECCIÓN PIERNAS HACIA ABAJO $\geq 90^\circ$	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
	B07	SECCIÓN PIERNAS HACIA ARRIBA $\geq 20^\circ$	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
	B08	SECCIÓN CABEZA DESMONTABLE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
	B09	MOVIMIENTO ASCENDENTE SIN COLCHONETAS MAYOR O IGUAL A 1000 mm COMO MÍNIMO RESPECTO AL SUELO.	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y NO ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.  NO SUSTENTAN QUE LA ALTURA SEA CON RESPECTO AL SUELO.	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y NO ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.  NO SUSTENTA QUE EL MOVIMIENTO ASCENDENTE ES SIN COLCHONETAS NI QUE ES RESPECTO AL SUELO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
	B10	MOVIMIENTO DESCENDENTE MENOR O IGUAL A 650 mm RESPECTO AL SUELO.	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y NO ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.  NO SUSTENTAN QUE LA ALTURA SEA CON RESPECTO AL SUELO.	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y NO ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.  NO SUSTENTA QUE EL MOVIMIENTO DESCENDENTE ES RESPECTO AL SUELO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
	B11	CAPACIDAD DE SOPORTAR PESO DEL PACIENTE:	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES

		MAYOR O IGUAL A 250 Kg.	TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
	B12	DESPLAZAMIENTO O LONGITUDINAL 300 mm COMO MÍNIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
	B13	MOVIMIENTO FLEX DE 210° O MAS Y FLEX INVERSO DE 140° O MENOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
	B14	LONGITUD MÍNIMA 2010 mm, ANCHO SIN RIEL MAYOR O IGUAL DE 500 mm.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
    <b>C. ACCESORIOS</b>  	C01	01 (UN) ARCO PARA ANESTESIA CON BARRAS DE EXTENSIÓN LATERAL CON FIJADOR A RIEL LATERAL.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.
	C02	02 (DOS) APOYA BRAZO, CON ALMOHADILLAS Y CORREA DE FIJACIÓN.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.
	C03	01 (UN) APOYA BRAZO DE ALTURA AJUSTABLE, PARA POSICIÓN EN DECUBITO LATERAL CON CORREA Y	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del

	FIJADOR AL RIEL LATERAL.	Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.
C05	01 (UN) APOYO CABEZA CON SISTEMA DE FIJACIÓN ARTICULABLE.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.
C06	01 (UN) JUEGO DE PIERNERAS DE GOEPEL ACOLCHADO, CON CORREA DE FIJACIÓN, CON ARTICULACIÓN ESFÉRICA Y FIJADORES A LOS RIELES LATERALES.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.
C07	02 (DOS) FIJADORES RADIALES (GIRATORIO) CON TORNILLO DE FIJACIÓN AL RIEL LATERAL.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.
C08	01 (UN) JUEGO DE COLCHONETA SFC (SPECIAL FOAM CORE) LAVABLE (EN EL EQUIPO), ANTIESTÁTICA,	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el

		RADIOTRANS- PAR- ENTE, DE DOBLE COSTURA, DE 75 MM DE ESPESOR COMO MÍNIMO O COLCHONETA DE POLIURETANO, QUE PERMITE FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ANTIESTÁTICA Y RADIOTRANS- PAR- ENTE O COLCHONETA DE ESPUMA VISCOELÁSTICA DE ALTA DENSIDAD (EN EL EQUIPO) ANTIESTÁTICA, RADIOTRANS- PAR- ENTE, RESISTENTE AL AGUA, DE 80 MM DE ESPESOR COMO MÍNIMO, QUE PERMITA FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. PUEDE SER SELLADO POR ULTRASONIDO U OTRA TECNOLOGÍA QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE LÍQUIDOS.	numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.
	C09	01 (UN) CINTURÓN DE FIJACIÓN PARA EL PACIENTE.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.
	C10	01 (UN) PORTA SUERO TELESCÓPICO DE ACERO INOXIDABLE.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO

			DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.
<p>D. GARANTÍA, MANTENIMIENTO Y ROTULADO</p>		<b>GARANTÍA</b>			
	D01	03 (TRES) AÑOS DE GARANTÍA COMO MÍNIMO, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O FALLAS NO ATRIBUIBLES AL NORMAL USO DEL EQUIPO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
		<b>MANTENIMIENTO</b>			
	D02	PROGRAMA Y EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO QUE ESTABLECE LA GARANTÍA CON FRECUENCIA SEMESTRAL, 06 (SEIS) MANTENIMIENTOS EN TOTAL O DE ACUERDO A LO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE. TODOS LOS REPUESTOS Y/O CONSUMIBLES A REEMPLAZAR DURANTE EL TIEMPO DE GARANTÍA SERÁN ASUMIDOS POR EL PROVEEDOR SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL PARA LA INSTITUCIÓN.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
	D03	INICIALMENTE EL PROVEEDOR TENDRÁ EL PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA NOTIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL EQUIPO, SIN NECESIDAD DE REEMPLAZARLO	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.

	CON OTRO DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS O CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN TERCERO.			
D04	SI EL EQUIPO NO HA SIDO REPARADO DURANTE EL PLAZO INICIAL DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES ESTABLECIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN, EL PROVEEDOR TENDRÁ UN PLAZO ADICIONAL MÁXIMO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES PARA CULMINAR LA REPARACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES INICIALES HUBIESE REEMPLAZADO EL EQUIPO CON OTRO DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS O CONTRATADO LOS SERVICIOS DE UN TERCERO DURANTE EL TIEMPO QUE DENOTE EL TÉRMINO DE LA REPARACIÓN. LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL PROVEEDOR CORRERÁN POR SU CUENTA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
D05	SI PASADO LOS QUINCE (15) DÍAS HÁBILES ADICIONALES A LOS MENCIONADOS EN D04 EL PROVEEDOR NO ENTREGA EL EQUIPO REPARADO, SE SOMETERÁ A LA SANCIÓN RESPECTIVA Y/O CAMBIO DE OTRO EQUIPO NUEVO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.

	D06	LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN NO EXIME AL ADJUDICATARIO DE NINGUNA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS PARA EL PERIODO DE GARANTÍA TÉCNICA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
		<b>ROTULADO</b>			
<p>1</p> <p>8</p>	D07	EN CADA EQUIPO DEBERÁ IR GRABADO EN PLACA METÁLICA, BAJO RELIEVE Y EN LUGAR VISIBLE, QUE NO ENTORPEZCA EL MANEJO O RECONOCIMIENTO DE OTROS DATOS (DEBERÁ ESTAR FIRMEMENTE UNIDA AL CUERPO DEL EQUIPO) LO SIGUIENTE:	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
		<b>CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO (PERFIL DEL PERSONAL CLAVE)</b>			
<p>E. CAPACITACIONES Y MANUALES</p> <p>4</p>	E01	PARA LA CAPACITACIÓN USUARIA Y TÉCNICA: ING. ELECTRONICO Y/O ING. MECÁNICO ELECTRICISTA Y/O ING. ELECTROMECAÁNICO Y/O ING. MECÁNICO, TITULADO COLEGIADO Y HABILITADO, CERTIFICADO DEN HABER RECIBIDO EL ENTRENAMIENTO EN FABRICA Y/O POR	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.


	FABRICANTE EN LA MARA Y MODELO DEL EQUIPO A OFERTAR.			
	CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL			
E02	LA CAPACITACIÓN SE REALIZARÁ IN SITU EN EL SERVICIO DEL ÁREA SOLICITANTE Y DONDE ESTÁ ASIGNADO EL EQUIPO MÉDICO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
E03	CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO Y ASISTENCIAL CON UN MÍNIMO DE 04 (CUATRO) HORAS EN BASE A LOS CONTENIDOS DEL MANUAL DE USUARIO, IMPARTIDO POR UN PROFESIONAL CAPACITADO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
E04	LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ASISTENCIAL DEBERÁ ABARCAR EL MANEJO, EL CUIDADO Y LA CONSERVACIÓN DEL EQUIPO MÉDICO CON SUS COMPONENTES, ACCESORIOS Y DIRIGIDA AL ÁREA USUARIA PROFESIONALES DE LA SALUD Y OTROS QUE DESIGNE LA ENTIDAD.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN SERVICIO			

	TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO			
E05	DIRIGIDO AL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y OTROS QUE DESIGNE LA ENTIDAD, LOS CUALES DEBERÁ ABARCAR EL MANEJO, EL CUIDADO Y LA CONSERVACIÓN DE LOS EQUIPOS MÉDICOS CON SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS, ADEMÁS SERÁ DEMOSTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS SEGÚN EL MANUAL DEL FABRICANTE, FALLAS Y/O ERRORES QUE SE PRESENTES DURANTE EL USO Y MANEJO DEL EQUIPO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
E06	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO CON UN MÍNIMO DE 06 (SEIS) HORAS EN BASE A LOS CONTENIDOS DEL MANUAL DE SERVICIO IMPARTIDO POR UN PROFESIONAL CAPACITADO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
E07	A PETICIÓN DE LA ENTIDAD, EL PROVEEDOR QUEDARÁ OBLIGADO A PROPORCIONAR DURANTE EL PRIMER AÑO DEL PERIODO DE GARANTÍA TÉCNICA, 01 (UN)	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO,	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO,	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO,

	MÓDULO DE REFUERZO DE LA CAPACITACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICO AL PERSONAL ASISTENCIAL QUE DESIGNE, INDICANDO LA PROGRAMACIÓN Y CRONOGRAMA EN QUE EFECTUARÁ ESA CAPACITACIÓN.	PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
	<b>CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN</b>			
E08	EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR UN "CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN" A CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE HAYAN ASISTIDO A LA CAPACITACIÓN IMPARTIDA. LOS CERTIFICADOS AL PERSONAL PARTICIPANTE SERÁN EMITIDOS POR EL PROVEEDOR EN MATERIAL: CARTULINA, TAMAÑO A4 E IMPRESO A COLOR.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
	<b>MANUALES</b>			
E09	02 (DOS) MANUALES DE USUARIO ORIGINALES DE FÁBRICA (NO COPIA). DE ESTAR EN INGLÉS U OTRO IDIOMA, DEBE ENTREGAR ADEMÁS LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL EN FÍSICO Y EN CD, EL MANUAL DE OPERACIÓN, DEBERÁ TENER LAS INSTRUCCIONES DE MANEJO Y CUIDADOS A TENER EN CUENTA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL EQUIPO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.

E10	02 (DOS) MANUALES DE SERVICIO ORIGINALES DE FÁBRICA (NO COPIA). DE ESTAR EN INGLÉS U OTRO IDIOMA, DEBE ENTREGAR ADEMÁS LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL EN FÍSICO Y EN CD, LOS MANUALES TENDRÁN INFORMACIÓN DETALLADA: DIAGRAMA DE BLOQUES, ESQUEMAS DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS, ESQUEMAS DE PARTES MECÁNICAS, FUNCIONAMIENTO Y CALIBRACIÓN, ETC. INCLUYENDO UN LISTADO Y CATÁLOGO DE PIEZAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS CON CÓDIGOS DEL FABRICANTE Y CATÁLOGOS ILUSTRATIVOS CON PLANOS Y PROCEDIMIENTOS DE MONTAJE / INSTALACIÓN DE SER NECESARIOS	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
	E11	02 (DOS) CD DE VIDEO DE CAPACITACIÓN DE OPERACIÓN A MODO USUARIO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
	E12	02 (DOS) CD DE VIDEO DE CAPACITACIÓN	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de

		DE OPERACIÓN A MODO SERVICIO.	cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
F. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA	F01	MONOFÁSICO DE 220/240 VAC O SISTEMA AUTOVOLTAJE 110/240 VAC; 60 Hz. 3 mt DE LONGITUD DEL CABLE COMO MÍNIMO Y TOMA ELÉCTRICA TIPO B (GRADO HOSPITALARIO).	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
	F02	FUENTE DE BATERÍA INCORPORADA, CON UNA AUTONOMÍA DE 2 HORAS DE DURACIÓN COMO MÍNIMO PARA TODOS SUS MOVIMIENTOS E INDICADOR DE CARGA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
G. MEJORAS TECNOLÓGICAS	G01	CONTROL REMOTO INALÁMBRICO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.

	G02	G02 01 (UN) JUEGO DE COLCHONETA (ADICIONAL) SFC (SPECIAL FOAM CORE) LAVABLE (EN EL EQUIPO), ANTIESTÁTICA, RADIOTRANSPAR ENTE, DE DOBLE COSTURA, DE 75 MM DE ESPESOR COMO MÍNIMO O COLCHONETA DE POLIURETANO, QUE PERMITE FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ANTIESTÁTICA Y RADIOTRANSPAR ENTE O COLCHONETA DE ESPUMA VISCOELÁSTICA DE ALTA DENSIDAD (EN EL EQUIPO) ANTIESTÁTICA, RADIOTRANSPAR ENTE, RESISTENTE AL AGUA, DE 80 MM DE ESPESOR COMO MÍNIMO, QUE PERMITA FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. PUEDE SER SELLADO POR ULTRASONIDO U OTRA TECNOLOGÍA QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE LÍQUIDOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
--	-----	--	---	---	---

EVALUACIÓN DE OFERTAS LP 03-2024-GERESA/CS-1	POSTOR 1 J&G INVERSIONES PERU SAC RUC: 20601586470	POSTOR 2 ORTOPEDIA SAN JUAM DE DIOS SR LTDA RUC: 20136788982	POSTOR 3 ROCA SAC RUC: 20101337261
ADMISION DE OFERTA			
f) REGISTRO SANITARIO de los bienes por normatividad correspondan, presentar una copia simple del certificado de registro sanitario del bien ofertado y/o resolución de autorización de registro sanitario, según lo	CUMPLE CON LO SOLICITADO, ACREDITA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO, ACREDITA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO, ACREDITA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.

	<p>establecido en el D.S. 016-2011 y sus modificatorias (reglamento para el registro, control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios). Vigentes a la fecha de presentación de propuestas, expedido por el DIGEMID a nombre del postor u otros, que describa el producto ofertado. Los datos expresados en la oferta presentan deben coincidir en los datos indicados en el registro sanitario del producto ofertado.</p> <p>Cuando se trata de productos importados, se deben presentar el registro sanitario o certificado de registro sanitario que permita la comercialización en territorio nacional. (conforme oficio N° 1494-2011-DIGEMID-DG-DAS/ATAG/MINSA) del 24/05/2011</p> <p>En la entrega/ recepción de los equipos, el comité de recepción verificara la vigencia, a la fecha de entrega de los equipos, del certificado o registro sanitario emitido por la DIGEMID.</p> <p>Los bienes que no lo requieren deberán adjuntar la DECLARACION JURADA y EL LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE NO ESTAN SUJETOS A REGISTRO SANITARIO (EMITIDO POR DIGEMID)</p> <p>La vigencia de los registros sanitarios se entenderá prorrogada hasta el pronunciamiento de la institución, siempre que las solicitudes de reinscripción de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y/o productos sanitarios hayan sido presentadas dentro del plazo de vigencia del registro sanitario a reinscribir.</p> <p><b>Nota:</b> como parte de los documentos de la oferta, para la validación del Registro Sanitario en trámite de renovación, el postor deberá presentar copia de la solicitud de reinscripción y registro sanitario del producto.<sup>2</sup></p>			
i)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	CUMPLE CON LO SOLICITADO, ACREDITA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO, ACREDITA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO, ACREDITA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.

<sup>2</sup> De acuerdo al numeral 3.12 de los aspectos revisados de oficio del pronunciamiento.

j)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	No Corresponde	No Corresponde	No Corresponde
k)	El precio de la oferta en SOLES Adjuntar obligatoriamente el <b>Anexo N° 6</b> .  El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales. sustentado).	Presento propuesta económica	DE LA REVISIÓN REALIZADA A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SE HA PODIDO VERIFICA, QUE EL DOCUMENTO ESTA ACREDITADO POR UNA FIRMA ESCANEADA, LA CUAL NO ES SUBSANABLE, SEGÚN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO.  NO CUMPLE CON LO SOLICITADO.	Presento propuesta económica
l)	<b>BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO (BPA)</b>	Presento documentación solicitada, acredita la condición solicitada.	Presento documentación solicitada, acredita la condición solicitada.	Presento documentación solicitada, acredita la condición solicitada.
<b>ADMISIÓN DE OFERTA</b>		<b>NO ADMITIDA</b>	<b>NO ADMITIDA</b>	<b>ADMITIDA</b>

3.2	<b>REQUISITOS DE CALIFICACIÓN</b>	<b>POSTOR 01</b> <b>COVIDIEN PERU SA</b> <b>RUC: 20502853750</b>	<b>POSTOR 02</b> <b>J&amp;G INVERSIONES PERU SAC</b> <b>RUC: 20601586470</b>	<b>POSTOR 03</b> <b>ROCA SAC</b> <b>RUC: 20101337261</b>
A	<b>CAPACIDAD LEGAL</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Autorización Sanitaria de Funcionamiento.</li> </ul> <u>Acreditación:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Copia simple de la resolución de autorización sanitaria de funcionamiento otorgada a nombre del postor, emitida por la Dirección General de Medicamentos, insumos y Drogas – DIGEMID, como autoridad nacional de productos</li> </ul>			Presento documentación solicitada, acredita la condición solicitada.

	<p>farmacéuticos, Dispositivos médicos y productos Sanitarios (ANM) o por la autoridad de productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y productos Sanitarios de nivel regional (ARM), según corresponda. Dicho establecimiento farmacéutico no debe encontrarse en situación de cierre.</p>			
B	<p><b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b></p>			
	<p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/3,701,763.70 (tres millones setecientos un mil setecientos sesenta y tres con 70/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p><b>BIENES SIMILARES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MESA DE OPERACIONES ELECTRO HIDRAULICA</li> <li>• MESA DE OPERACIONES MECANICA ELECTRICA</li> <li>• MESA DE OPERACIONES MECANICA</li> <li>• EQUIPOS DE CENTRO QUIRURGICO: MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOREO BASICO O AVANZADO, MONITOR DE SIGNOS VITALES, TORRES DE LAPAROSCOPIAS, MESA DE OPERACIONES Y LAMPARAS QUIRURGICAS.</li> </ul>			<p>Presento documentación solicitada, y Acredita lo solicitado.</p>
C	<p><b>CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b></p>			
C.1	<p><b>EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE</b></p>			
	<p>Tres (03) años de experiencia como mínimo en instalación y/o implementación y/o capacitación y/o mantenimiento de los equipos médicos ofertados del personal clave requerido como PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN, PRUEBA OPERATIVA, PROTOCOLO DE PRUEBAS Y CAPACITACIÓN PARA EQUIPOS MEDICOS.</p> <p><u>Acreditación:</u></p>			<p>Presento documentación solicitada, y Acredita lo solicitado.</p>

	La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.			
	<b>FACTOR DE EVALUACIÓN:</b>			
	<b>A. PRECIO</b> <b>Evaluación:</b> <b>Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</b> <b>Acreditación:</b> <b>Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</b>			
8	La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i} = 100$ <b>PUNTOS</b> $O_i$ i = Oferta P <sub>i</sub> = Puntaje de la oferta a evaluar O <sub>i</sub> = Precio i O <sub>m</sub> = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio			$P_i = \frac{1,798,300 \times 100}{1,798,300}$ $P_i = 100 \text{ PUNTOS}$






ANEXO 06 - ITEM 6 VENTILADOR DE TRANSPORTE ADULTO PEDIATRICO NEONATAL			
EVALUACIÓN DE OFERTAS LP 03-2024-GERESA/CS-1-			
POSTORES		POSTOR 1	POSTOR 2
ADMISIÓN DE OFERTA		<b>CONSORCIO HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES SAC- VALMED CARE SAC</b>  <b>HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES SAC</b> RUC: 20606042044  <b>VALMED CARE SAC</b> RUC: 20606934425	<b>CARDIOPULMONARY CARE SAC</b> RUC: 20512709088
2.2.1	Documentación de presentación obligatoria		
2.2.1.1	Documentos para la admisión de la oferta		
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Presento ANEXO N° 1	Presento ANEXO N° 1
b)	<p>Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.</p> <p>En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.</p> <p>En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.</p> <p>En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.</p>	Presento Sustento	Presento Sustento, y Acredita lo solicitado.
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Presento ANEXO N° 2	Presento ANEXO N° 2
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Presento ANEXO N° 3, NO CORRESPONDE AL ITEM OFERTADO	Presento ANEXO N° 3
e)	El postor deberá demostrar copia fehacientemente que el bien ofertado cumple con las especificaciones técnicas y características técnicas solicitadas por la entidad, para lo cual deberá presentar el FORMATO N°01 "Hoja de presentación del Equipo/Sustento de Cumplimiento de Características Técnicas" <sup>1</sup>	PRESENTO SUSTENTO, PERO NO CORRESPONDE AL ITEM OFERTADO	Presento Sustento.




<sup>1</sup> De acuerdo con el numeral 3.2 de los aspectos revisados de oficio del pronunciamiento.

	<p>Asimismo, el postor adjuntara copia de catálogos, manual de uso y operación, manual de servicio Técnico, Folletos, data sheets o Brochure de los fabricantes o dueños de la marca y modelos de las partes correspondientes al cumplimiento de especificaciones técnicas establecidas</p> <p><b>TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CARTA (S) DEL FABRICANTE CON FECHA MÁXIMO DE ANTIGÜEDAD 12 MESES A LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTAS; PARA SUSTENTAR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA UNO DE LOS EQUIPO (DEBIDAMENTE ACREDITADA POR EL FABRICANTE Y QUE LA INFORMACIÓN SEA VERDADERA; VERIFICABLE BAJO RESPONSABILIDAD DEL POSTOR). RESPECTO AL SUSTENTO GRÁFICO (PLANOS, FIGURAS O IMÁGENES), QUE SUSTENTAN EL (LOS) BIEN(ES) OFERTADO(S), OBJETO DE LA CONVOCATORIA, TENDRÁ QUE ESTAR COMPATIBILIZADO CON EL SUSTENTO LITERAL CORRESPONDIENTE. SI EN LAS PROPUESTAS, EXISTIERA CONTRADICCIONES ENTRE EL SUSTENTO GRÁFICO Y LITERAL, ÉSTAS SERÁN DESESTIMADAS.</b></p> <p>La propuesta del postor debe indicar lo señalado en el FORMATO N°01 indicando claramente el número de folios(s) que sustenta el cumplimiento de las características técnicas, como sustento y respaldo de la información indicada.</p> <p>Para el número de los folios no deberá colocarse rangos de números, sino números individuales.</p>		
--	---	--	--




<p><b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPO VENTILADOR MECÁNICO DE TRANSPORTE ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL</b></p>		<p><b>POSTOR 1</b></p> <p><b>CONSORCIO HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES SAC-VALMED CARE SAC</b></p> <p><b>HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES SAC</b> RUC: 20606042044</p> <p><b>VALMED CARE SAC</b> RUC: 20606934425</p>	
<p><b>FAMILIA</b></p>	<p><b>EQUIPO DE SOPORTE DE VIDA.</b></p>	<p><b>MARCA: MAGNAMED</b></p>	

DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	VENTILADOR MECÁNICO DE TRANSPORTE.		MODELO: OXYMAG MAX 300 FECHA DE FABRICACION: 2025	
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL	EQUIPO BIOMEDICO UTILIZADO PARA EL SOPORTE VENTILATORIO DE PACIENTES ADULTOS, PEDIATRICOS Y NEONATAL DURANTE SU TRASLADO INTRAHOSPITALARIO Y EXTRAHOSPITALARIO (TERRESTRE Y AEREO).			
FINALIDAD PÚBLICA	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO POR REPOSICIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN NEONATOLOGÍA.			
    <b>A. CARACTERÍSTICAS GENERALES</b>  	A01	PARA SER UTILIZADO EN TRANSPORTE TERRESTRE (AMBULANCIA) Y AEREO (AVION/HELICOP TE RO, CON CERTIFICADO RTCA DO160G DE AERONAVEGABLI DAD.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	A02	PORTÁTIL CON SISTEMA DE ANCLAJE DE ORIGINAL DE FÁBRICA (PARA ANCLAJE A MEDIO DE TRANSPORTE DE PACIENTE) Y CON COCHE RODABLE (EL COCHE RODABLE DEBE DE PERMITIR LA INSTALACIÓN DEL CALEFACTOR HUMIDIFICADOR).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	A03	CONTROLADO POR MICROPROCESA DOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	A04	PESO TOTAL DEL EQUIPO (INCLUIDA LAS BATERÍAS) NO MAYOR A 7.5 Kg.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	A05	EL AJUSTE Y SELECCIÓN DE PARÁMETROS SOLICITADOS MEDIANTE PERILLAS Y/O PANTALLA TÁCTIL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.

	A06	CON VÁLVULA PEEP CONTROLADA DESDE EL EQUIPO O VÁLVULA ESPIRATORIA INTEGRADA EN EL EQUIPO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	A07	CON COMPENSACIÓN BAROMÉTRICA MEDIANTE CALIBRACIÓN MANUAL (UNA SOLA VEZ EN EL LUGAR DE DESTINO O AUTOMÁTICA EN EL EQUIPO).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	A08	SISTEMA DE AIRE MEDICINAL INTEGRADO AL EQUIPO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	A09	PARA SER UTILIZADO CON LA INTERFAZ NO INVASIVA O TUBO ENDOTRAQUEAL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	A10	CON CAPNOGRAFÍA (CO <sub>2</sub> ).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
B. MODOS DE VENTILACIÓN	B01	CONTROLADO POR PRESIÓN Y VOLUMEN.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	B02	ASISTIDO CONTROLADO O CMV O IPPV/SIPPV O (S)CMV+.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	B03	PRESIÓN POSITIVA CONTINUA EN LAS VÍAS AÉREAS (CPAP).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	B04	VENTILACIÓN MANDATORIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	B05	PRESION SOPORTE (PS O PSV O ASB O ESPONT).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
C. CONTROLES CON PROGRAMACION DIRECTA	C01	VOLUMEN TIDAL DESDE 2 mL O MENOS HASTA 1500 mL O MÁS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	C02	DE FRECUENCIA DE RESPIRATORIA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE

		HASTA 150 RESP/MIN COMO MÍNIMO.	TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	C03	PRESION INSPIRATORIA DE 3cmH2O O MENOS A 60cmH2O O MÁS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	C04	PRESIÓN SOPORTE (PS) DE 5 cmH2O O MENOS HASTA 55 cmH2O O RANGO MAS AMPLIO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	C05	TIEMPO INSPIRATORIO DE 0.2 SEG O MENOS HASTA 3 SEG O MÁS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	C06	PEEP HASTA 30 cmH2O O RANGO MAS AMPLIO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	C07	FIO <sub>2</sub> : 0.21 A 1.00. (21% AL 100%).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	C08	SENSIBILIDAD DE DISPARO POR FLUJO Y/O PRESIÓN.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
  <b>D. MONITOREO DE PARÁMETROS DEL PACIENTE</b>  	D01	DE FRECUENCIA TOTAL RESPIRATORIA O FRECUENCIA RESPIRATORIA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	D02	DE PRESIÓN PICO INSPIRATORIO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	D03	DE PRESIÓN MEDIA DE VÍAS AÉREAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	D04	DE FIO <sub>2</sub> .	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	D05	DE VOLUMEN TIDAL ESPIRADO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	D06	DE VOLUMEN MINUTO ESPONTANEO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	D07	DE PEEP.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.

	D08	FLUJO ESPIRATORIO NUMÉRICO O GRÁFICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	D09	RELACIÓN I:E.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	D10	PORCENTAJE DE FUGAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	D11	SPO <sub>2</sub> Y OPCIONALMENTE LA FRECUENCIA CARDICA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	D12	CO <sub>2</sub> O FetCO <sub>2</sub> .	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
E. ALARMAS AUDIOVISUALES	E01	AUDIBLES Y VISUALES PRIORIZADAS, CON CONTROL AJUSTABLE DE VOLUMEN DE ALARMA Y SILENCIADOR DE ALARMA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	E02	DE ALTA Y BAJA PRESIÓN DE VÍAS AÉREAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	E03	DE BAJO PEEP O DESCONEXIÓN.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	E04	DE TIEMPO DE APNEA DE 6 SEG Ó MENOS, A 20 SEG Ó MÁS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	E05	DE VOLUMEN MINUTO ALTO Y BAJO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	E06	DE CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO (FIO <sub>2</sub> ) ALTO Y BAJO (AUTOMÁTICO)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	E07	DE FRECUENCIA RESPIRATORIA ALTA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	E08	DE PEEP (BAJO PEEP O PERDIDA DE PEEP Y/O ALTO PEEP).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.




	E09	DE FALLA DE SUMINISTRO DE GASES (OXÍGENO Y AIRE).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	E10	DE DCO2 O CO2 O PeTCO2. ALTO Y BAJO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	E11	DE FALLA ELÉCTRICA (RED Y BATERÍA BAJA).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
  <b>F. COMPONENTES</b> 		<b>CALEFACTOR/HUMIDIFICADOR</b>		
	F01	SERVOCONTROLADO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	F02	PARA USO INVASIVO Y NO INVASIVO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	F03	CONTROL DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA EN TRES NIVELES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	F04	VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA DE VÍAS AÉREAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	F05	SILENCIADOR DE ALARMA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	F06	ALARMAS DE HUMEDAD Y/O TEMPERATURA ALTA Y BAJA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	F07	AUTORREGULACIÓN DE NIVEL DE AGUA EN LA CAMARA DE HUMEDAD.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	F08	QUE TRABAJE CON CIRCUITOS DESECHABLES CON CABLE CALEFACTOR EN AMBAS RAMAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	F09	SISTEMA QUE MINIMICE LA CONDENSACIÓN CON O SIN SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO EN EL CIRCUITO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.




G. ACCESORIOS

G01	DIEZ (10) JUEGOS DE CIRCUITO DE VENTILACIÓN PARA PACIENTE NEONATAL DESECHABLES CON CABLE CALEFACTOR EN AMBAS RAMAS, CÁMARAS DE HUMIDIFICACIÓN DESECHABLES CON SISTEMA DE AUTOLLENADO Y DOBLE FLOTADOR O CIRCUITO SEGÚN FABRICANTE.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.
G02	DIEZ (10) JUEGOS DE CIRCUITO DE VENTILACIÓN PARA PACIENTE PEDIÁTRICO DESECHABLES.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.
G03	DIEZ (10) JUEGOS COMPLETOS DE CIRCUITO DE VENTILACION NO INVASIVA CON INTERFAZ (CIRCUITO, GENERADOR DE PEEP (DE REQUERIRLO), CAMARA DE HUMIDIFICACION, GORRO, PRONG 9, 10.5, 12 (O TALLAS DE EQUIVALENTES DE ACUERDO A CADA FABRICANTE) ) DESECHABLES PARA CPAP.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.
G04	DIEZ (10) JUEGOS COMPLETOS DE CIRCUITO DE VENTILACION NO INVASIVA CON INTERFAZ (CIRCUITO, GENERADOR DE PEEP (DE REQUERIRLO), CAMARA DE HUMIDIFICACION, GORRO, PRONG 9, 10.5, 12 (O TALLAS DE EQUIVALENTES DE ACUERDO A CADA	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.

	FABRICANTE) ) DESECHABLES PARA CPAP		
G05	DIEZ (10) CIRCUITO CON SUS CÁNULAS NEONATALES PARA TERAPIA DE OXÍGENO DE ALTO FLUJO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.
G06	DIEZ (10) CIRCUITO CON SUS CÁNULAS PEDIÁTRICOS PARA TERAPIA DE OXÍGENO DE ALTO FLUJO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.
G07	DOS (02) PULMONES DE PRUEBA NEONATAL (TIPO ACORDEÓN).	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.
G08	DOS (02) PULMONES DE PRUEBA ADULTO Y PEDIÁTRICO CON COMPLIANCE Y RESISTENCIA FIJA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.
G09	MANGUERA DE OXÍGENO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.
G10	CINCO (05) SENSORES DE FLUJO REUSABLE CON UN (01) CABLE CONEXIÓN AL EQUIPO (DE SER NECESARIO EL CABLE).	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.
G11	UN (01) CILINDRO DE OXÍGENO TIPO E CON SU RESPECTIVO	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO

		REGULADOR DE PRESIÓN.	contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS	DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.
	G12	UN (01) SENSOR DE CAPNOGRAFÍA CON CABLE.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.
	G13	DIEZ (10) ADAPTADORES PARA SENSOR DE CAPNOGRAFÍA NEONATAL.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.
	G14	DIEZ (10) ADAPTADORES PARA SENSOR DE CAPNOGRAFÍA PEDIÁTRICO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.
H. GARANTÍA, MANTENIMIENTO Y ROTULADO		<b>GARANTÍA</b>		
	H01	03 (TRES) AÑOS DE GARANTÍA COMO MÍNIMO, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O FALLAS NO ATRIBUIBLES AL NORMAL USO DEL EQUIPO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.
		<b>MANTENIMIENTO</b>		
	H02	PROGRAMA Y EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO QUE ESTABLECE LA GARANTÍA CON FRECUENCIA SEMESTRAL, 06 (SEIS) MANTENIMIENTOS EN TOTAL O DE ACUERDO A LO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.
	H03	INICIALMENTE EL PROVEEDOR TENDRÁ EL PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.

		RECEPCION DE LA NOTIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL EQUIPO, SIN NECESIDAD DE REEMPLAZARLO CON OTRO DE SIMILARES CARACTERÍSTICA S O CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN TERCERO.	CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS	
	H04	SI EL EQUIPO NO HA SIDO REPARADO DURANTE EL PLAZO INICIAL DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES ESTABLECIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN, EL PROVEEDOR TENDRÁ UN PLAZO ADICIONAL MÁXIMO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES PARA CULMINAR LA REPARACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES INICIALES HUBIESE REEMPLAZADO EL EQUIPO CON OTRO DE SIMILARES CARACTERÍSTICA S O CONTRATADO LOS SERVICIOS DE UN TERCERO DURANTE EL TIEMPO QUE DENOTE EL TÉRMINO DE LA REPARACIÓN. LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL PROVEEDOR CORRERÁN POR SU CUENTA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.
	H05	SI PASADO LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES ADICIONALES A LOS MENCIONADOS EN D04 EL PROVEEDOR NO ENTREGA EL EQUIPO REPARADO, SE SOMETERÁ A LA SANCIÓN RESPECTIVA Y/O CAMBIO DE OTRO EQUIPO NUEVO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.
	H06	LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN NO EXIME AL ADJUDICATARIO DE NINGUNA DE LAS OBLIGACIONES	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.

		ESTABLECIDAS EL PERIODO DE GARANTÍA TÉCNICA.	CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS	
		<b>ROTULADO</b>		
	H07	EN CADA EQUIPO DEBERÁ IR GRAVADO EN PLACA METÁLICA, BAJO RELIEVE Y EN LUGAR VISIBLE, QUE NO ENTORPEZCA EL MANEJO O RECONOCIMIENTO DE OTROS DATOS (DEBERÁ ESTAR FIRMEMENTE UNIDA AL CUERPO DEL EQUIPO) LO SIGUIENTE:	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.
    <b>I. CAPACITACIONES, CERTIFICADO Y MANUALES</b>  		<b>CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO (PERFIL DEL PERSONAL CLAVE)</b>		
	101	<b>PARA LA CAPACITACIÓN TÉCNICA:</b> a) ING. ELECTRÓNICO Y/O BIOMÉDICO TITULAR O Y COLEGIA DO, CERTIFICADO DE HABER RECIBIDO EL ENTRENAMIENTO EN FÁBRICA Y/O POR FABRICANTE EN LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO A OFERTAR Y/O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN PERÚ.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.

	<p>PARA LA CAPACITACIÓN USUARIA:</p> <p>b) PROFESIONA L EN MEDICINA Y/O TECNOLOGÍA MEDICA, SEGÚN LA ESPECIALIDA D QUE HAYA SIDO CAPACITADO EN FÁBRICA Y/O POR EL FABRICANTE EN LA MARCA EN EL MANEJO DEL EQUIPO OFERTADO, SEGÚN LA ESPECIALIDA D.</p>		
	<p>CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL</p>		
102	<p>LA CAPACITACIÓN SE REALIZARÁ IN SITU EN EL SERVICIO DEL ÁREA SOLICITANTE Y DONDE ESTÁ ASIGNADO EL EQUIPO MÉDICO.</p>	<p>PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS</p>	<p>NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.</p>
103	<p>CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO Y ASISTENCIAL CON UN MÍNIMO DE 8 EN BASE A LOS CONTENIDOS DEL MANUAL DE USUARIO, IMPARTIDO POR UN PROFESIONAL CAPACITADO.</p>	<p>PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS</p>	<p>NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.</p>
104	<p>LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ASISTENCIAL DEBERÁ ABARCAR EL MANEJO, EL CUIDADO Y LA CONSERVACIÓN DEL EQUIPO MÉDICO CON SUS COMPONENTES, ACCESORIOS Y DIRIGIDA AL AREA USUARIA PROFESIONALES</p>	<p>PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS</p>	<p>NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.</p>

	DE LA SALUD Y OTROS QUE DESIGNE LA ENTIDAD.		
	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO		
105	DIRIGIDO AL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y OTROS QUE DESIGNE LA ENTIDAD, EL CUAL DEBERÁ ABARCAR EL MANEJO, EL CUIDADO Y LA CONSERVACIÓN DE LOS EQUIPOS MÉDICOS CON SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS, ADEMÁS SERA DEMOSTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS SEGÚN EL MANUAL DEL FABRICANTE, FALLAS Y/O ERRORES QUE SE PRESENTEN DURANTE EL USO Y MANEJO DEL EQUIPO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS.
106	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO CON UN MÍNIMO DE 8 HORAS EN BASE A LOS CONTENIDOS DEL MANUAL DE SERVICIO IMPARTIDO POR UN PROFESIONAL CAPACITADO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS.
107	A PETICIÓN DE LA ENTIDAD, EL PROVEEDOR QUEDARÁ OBLIGADO A PROPORCIONAR DURANTE EL PRIMER AÑO DEL PERÍODO DE GARANTÍA	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS.

	TÉCNICA, UN (01) MÓDULO DE REFUERZO DE LA CAPACITACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICO AL PERSONAL ASISTENCIAL QUE DESIGNE, INDICANDO LA PROGRAMACIÓN Y CRONOGRAMA EN QUE EFECTUARÁ ESA CAPACITACIÓN.		
	<b>CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN</b>		
108	EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR 01 (UN) "CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN" A CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE HAYAN ASISTIDO A LA CAPACITACIÓN IMPARTIDA. LOS CERTIFICADOS AL PERSONAL PARTICIPANTE SERÁN EMITIDOS POR EL PROVEEDOR EN MATERIAL: CARTILUNA, TAMAÑO A4 E IMPRESO A COLOR.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.
	<b>MANUALES</b>		
109	02 (DOS) MANUALES DE USUARIO ORIGINALES DE FÁBRICA (NO COPIA). DE ESTAR EN INGLÉS U OTRO IDIOMA, DEBE ENTREGAR ADEMÁS LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL EN FÍSICO Y EN CD, EL MANUAL DE OPERACIÓN, DEBERA TENER LAS INSTRUCCIONES DE MANEJO Y CUIDADOS A TENER EN CUENTA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.

	CONSERVACIÓN DEL EQUIPO.		
110	02 (DOS) MANUALES DE SERVICIO ORIGINALES DE FÁBRICA (NO COPIA). DE ESTAR EN INGLÉS U OTRO IDIOMA, DEBE ENTREGAR ADEMÁS LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL EN FÍSICO Y EN CD, LOS MANUALES TENDRAN INFORMACIÓN DETALLADA: DIAGRAMA DE BLOQUES, ESQUEMAS DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS, ESQUEMAS DE PARTES MECÁNICAS, FUNCIONAMIENTO Y CALIBRACIÓN, ETC. INCLUYENDO UN LISTADO Y CATÁLOGO DE PIEZAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS CON CÓDIGOS DEL FABRICANTE Y CATÁLOGOS ILUSTRATIVOS CON PLANOS Y PROCEDIMIENTOS DE MONTAJE / INSTALACIÓN DE SER NECESARIOS	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.
111	02 (DOS) CD DE VIDEO DE CAPACITACIÓN DE OPERACIÓN A MODO USUARIO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.
112	02 (DOS) CD DE VIDEO DE CAPACITACIÓN DE OPERACIÓN A MODO SERVICIO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.

			DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS	
J. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA	J01	DISEÑADO EN FABRICA PARA SER CONECTADO DIRECTAMENTE AL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 220 VAC / 60HZ., MONOFÁSICO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.
	J02	BATERÍA (S) INTERNA RECARGABLE(S) CON AUTONOMÍA MÍNIMA DE 3 HORAS O MÁS DE FUNCIONAMIENT O CONTINUO QUE GARANTICE LA PROGRAMACIÓN Y EL MONITOREO DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA COMO MÍNIMO (NO UPS EXTERNO),	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.
	J03	CABLE DE ALIMENTACIÓN CON CONECTOR A TIERRA DE GRADO MEDICO	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.
	J04	UN (01) ESTABILIZADOR DE VOLTAJE DE ESTADO SOLIDO CON LINEA A TIERRA, VARIACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA MENOR O IGUAL A +/- 3% Y POTENCIA SUPERIOR EN 25% O MAS DE LA POTENCIA NOMINAL DEL EQUIPO (SI EL RANGO DEL VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN ACEPTADO POR EL EQUIPO OFERTADO ES DE 100 A 240 VAC O MÁS AMPLIO NO SERÁ NECESARIO LA INCLUSION DE ESTE ACCESORIO).	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.

f)	<p><b>REGISTRO SANITARIO</b> de los bienes por normatividad correspondan, presentar una copia simple del certificado de registro sanitario del bien ofertado y/o resolución de autorización de registro sanitario, según lo establecido en el D.S. 016-2011 y sus modificatorias (reglamento para el registro, control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios).</p> <p>Vigentes a la fecha de presentación de propuestas, expedido por el DIGEMID a nombre del postor u otros, que describa el producto ofertado. Los datos expresados en la oferta presentan deben coincidir en los datos indicados en el registro sanitario del producto ofertado.</p> <p>Cuando se trata de productos importados, se deben presentar el registro sanitario o certificado de registro sanitario que permita la comercialización en territorio nacional. (conforme oficio N°1494-2011-DIGEMID-DG-DAS/ATAG/MINSA) del 24/05/2011</p> <p>En la entrega/ recepción de los equipos, el comité de recepción verificara la vigencia, a la fecha de entrega de los equipos, del certificado o registro sanitario emitido por la DIGEMID.</p> <p>Los bienes que no lo requieren deberán adjuntar la DECLARACION JURADA y EL LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE NO ESTAN SUJETOS A REGISTRO SANITARIO (EMITIDO POR DIGEMID)</p> <p>La vigencia de los registros sanitarios se entenderá prorrogada hasta el pronunciamiento de la institución, siempre que las solicitudes de reinscripción de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y/o productos sanitarios hayan sido presentadas dentro del plazo de vigencia del registro sanitario a reinscribir.</p> <p><b>Nota:</b> como parte de los documentos de la oferta, para la validación del Registro Sanitario en trámite de renovación, el postor deberá presentar copia de la solicitud de reinscripción y registro sanitario del producto.<sup>2</sup></p>	CUMPLE CON LO SOLICITADO, ACREDITA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO.
i)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	CUMPLE CON LO SOLICITADO, ACREDITA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO.
j)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	Presento Documentación solicitada	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO.
k)	<p>El precio de la oferta en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.</p> <p>El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con</p>	Presento propuesta económica	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO.

<sup>2</sup> De acuerdo al numeral 3.12 de los aspectos revisados de oficio del pronunciamiento.


	más de dos (2) decimales. sustentado).		
I)	BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO (BPA)	Presento documentación solicitada, acredita la condición solicitada.	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO.
ADMISIÓN DE OFERTA		ADMITIDA	NO ADMITIDA

1

X

A



3.2	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	<p>POSTOR 1</p> <p>CONSORCIO HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES SAC- VALMED CARE SAC</p> <p>HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES SAC RUC: 20606042044</p> <p>VALMED CARE SAC RUC: 20606934425</p>	<p>POSTOR 2</p> <p>CARDIOPULMONARY CARE SAC RUC: 20512709088</p>
A	CAPACIDAD LEGAL		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Autorización Sanitaria de Funcionamiento.</li> </ul> <p><u>Acreditación:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Copia simple de la resolución de autorización sanitaria de funcionamiento otorgada a nombre del postor, emitida por la Dirección General de Medicamentos, insumos y Drogas – DIGEMID, como autoridad nacional de productos farmacéuticos, Dispositivos médicos y productos Sanitarios (ANM) o por la autoridad de productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y productos Sanitarios de nivel regional (ARM), según corresponda. Dicho establecimiento farmacéutico no debe encontrarse en situación de cierre.</li> </ul>	Presento documentación solicitada, acredita la condición solicitada.	
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
	<p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/424,500.00 (cuatrocientos veinte y cuatro mil quinientos con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p><b>BIENES SIMILARES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>VENTILADORES MECÁNICOS (ESTACIONARIO Y/O DE TRANSPORTE Y/O RODABLE) NEONATALES Y/O PEDIÁTRICOS Y/ O ADULTOS Y/O VOLUMÉTRICOS (ESTACIONARIO Y/O DE TRANSPORTE Y/O RODABLE), NEONATALES Y/O PEDIÁTRICOS Y/ O ADULTOS EN CUALQUIER MARCA Y MODELO.</li> </ul>	Presento documentación solicitada, y Acredita lo solicitado.	
C	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE		
	<p>Tres (03) años de experiencia como mínimo en instalación y/o implementación y/o capacitación y/o mantenimiento de los equipos médicos ofertados del personal clave requerido como PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA</p>	Presento documentación solicitada, y Acredita lo solicitado.	


	<p>INSTALACIÓN, PRUEBA OPERATIVA, PROTOCOLO DE PRUEBAS Y CAPACITACIÓN PARA EQUIPOS MEDICOS.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.</p>		
	<p><b>FACTOR DE EVALUACIÓN:</b></p>		
	<p><b>A. PRECIO</b>  <b>Evaluación:</b>  <b>Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</b>  <b>Acreditación:</b>  <b>Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</b></p>		
	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $Pi = \frac{Om \times PMP}{Oi} = 100 \text{ PUNTOS}$ <p>i = Oferta  Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  Oi = Precio i  Om = Precio de la oferta más baja  PMP = Puntaje máximo del precio</p>	$Pi = \frac{423,000.00 \times 100}{423,000.00}$ <p>Pi= 100 PUNTOS</p>	




ANEXO 07.- ITEM 7 VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO_HOSP OBSTETRICIA				
EVALUACIÓN DE OFERTAS LP 03-2024-GERESA/CS-1-				
POSTORES		POSTOR 1	POSTOR 2	POSTOR 3
ADMISIÓN DE OFERTA		CARDIOPULMONARY CARE SAC RUC: 20512709088	CONSORCIO HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES SAC- VALMED CARE SAC  HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES SAC RUC: 20606042044  VALMED CARE SAC RUC: 20606934425	CLINIC MEDIC EQUIPMENT SAC RUC: 20518384083
2.2.1	Documentación de presentación obligatoria			
2.2.1.1	Documentos para la admisión de la oferta			
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Presento ANEXO N° 1	Presento ANEXO N° 1	Presento ANEXO N° 1
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.  En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.  En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	Presento Sustento	Presento Sustento	Presento Sustento
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Presento ANEXO N° 2	Presento ANEXO N° 2	Presento ANEXO N° 2
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Presento ANEXO N° 3, NO CORRESPONDE AL ITEM OFERTADO	Presento ANEXO N° 3	Presento ANEXO N° 3
e)	El postor deberá demostrar copia fehacientemente que el bien ofertado cumple con las especificaciones técnicas y características técnicas solicitadas por la entidad, para lo cual deberá presentar el FORMATO N°01 "Hoja de presentación del Equipo/Sustento de Cumplimiento de Características Técnicas" <sup>1</sup>	PRESENTO SUSTENTO, PERO NO CORRESPONDE AL ITEM OFERTADO	PRESENTO DOCUMENTO QUE ACREDITA LOS SOLICITADO	PRESENTO DOCUMENTO QUE ACREDITA LOS SOLICITADO

<sup>1</sup> De acuerdo con el numeral 3.2 de los aspectos revisados de oficio del pronunciamiento.

 	<p>Asimismo, el postor adjuntara copia de catálogos, manual de uso y operación, manual de servicio Técnico, Folletos, data sheets o Brochure de los fabricantes o dueños de la marca y modelos de las partes correspondientes al cumplimiento de especificaciones técnicas establecidas. TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CARTA (S) DEL FABRICANTE CON FECHA MÁXIMO DE ANTIGÜEDAD 12 MESES A LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTAS; PARA SUSTENTAR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA UNO DE LOS EQUIPO (DEBIDAMENTE ACREDITADA POR EL FABRICANTE Y QUE LA INFORMACIÓN SEA VERDADERA; VERIFICABLE BAJO RESPONSABILIDAD DEL POSTOR). RESPECTO AL SUSTENTO GRÁFICO (PLANOS, FIGURAS O IMÁGENES), QUE SUSTENTAN EL (LOS) BIEN(ES) OFERTADO(S), OBJETO DE LA CONVOCATORIA, TENDRÁ QUE ESTAR COMPATIBILIZADO CON EL SUSTENTO LITERAL CORRESPONDIENTE. SI EN LAS PROPUESTAS, EXISTIERA CONTRADICCIONES ENTRE EL SUSTENTO GRÁFICO Y LITERAL, ÉSTAS SERÁN DESESTIMADAS.</p> <p>La propuesta del postor debe indicar lo señalado en el FORMATO N°01 indicando claramente el número de folios(s) que sustenta el cumplimiento de las características técnicas, como sustento y respaldo de la información indicada.</p> <p>Para el número de los folios no deberá colocarse rangos de números, sino números individuales.</p>			
---	--	--	--	--


 <p><b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPO VENTILADOR MECÁNICO ADULTO PEDIÁTRICO</b></p>	<p><b>POSTOR 1</b>  <b>CARDIOPULMONA</b>  <b>RY CARE SAC</b>  <b>RUC: 20512709088</b></p>	<p><b>POSTOR 2</b>  <b>CONSORCIO</b>  <b>HEALTHCARE</b>  <b>TECHNOLOGY</b>  <b>MANAGEMENT</b>  <b>SOLUCIONES</b>  <b>SAC-VALMED</b>  <b>CARE SAC</b></p> <p><b>HEALTHCARE</b>  <b>TECHNOLOGY</b>  <b>MANAGEMENT</b>  <b>SOLUCIONES SAC</b>  <b>RUC: 20606042044</b></p> <p><b>VALMED CARE</b>  <b>SAC</b>  <b>RUC: 20606934425</b></p>	<p><b>POSTOR 3</b>  <b>CLINIC MEDIC</b>  <b>EQUIPMENT</b>  <b>SAC</b>  <b>RUC:</b>  <b>20518384083</b></p>
---	---	--	--

FAMILIA	EQUIPO DE SOPORTE DE VIDA.		MARCA: NO PRESENTO	MARCA: MAGNAMED	MARCA: TREATON
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	VENTILADOR MECÁNICO ADULTO PEDIÁTRICO.		MARCA: NO PRESENTO	MODELO: OXYMAG MAX 300	MODELO: MV200
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL	EQUIPO BIOMÉDICO USADO PARA BRINDAR ASISTENCIA MECÁNICA EN LA VENTILACIÓN PULMONAR ESPONTÁNEA CUANDO ESTA ES INEXISTENTE O INEFICAZ PARA LA VIDA DEL PACIENTE GINECOLÓGICO.		MODELO: NO PRESENTO	FECHA DE FABRICACION: 2025	FECHA DE FABRICACION: 2024
FINALIDAD PÚBLICA	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO POR REPOSICIÓN DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTO.		AÑO DE FABRICACIÓN: NO PRESENTO		
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES	A01	RODABLE DE FÁCIL DESPLAZAMIENTO CON FRENO EN AL MENOS 02 (DOS) RUEDAS.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
	A02	CONTROLADO POR MICROPROCESADOR(ES).	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
	A03	VENTILACIÓN CONTROLADA VOLUMEN Y PRESIÓN. POR POR	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
	A04	VALVULA ESPIRATORIA INTEGRADA AL EQUIPO Y DESMONTABLE PARA ESTERELIZAR O VALVULA ELECTRONICA O ELECTROMAGNETICA ACTIVA O ELECTRONEUMATICA	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
	A05	MONITOR (PANTALLA) 15" COMO MÍNIMO A COLOR TFT-LCD TOUCH SCREEN, DE AL MENOS TRES (03) ONDAS GRÁFICAS EN FORMA SIMULTANEA,	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.

	INTEGRADO EN EL PANEL DE CONTROL DE PARAMETROS, ALARMAS Y MONITORIZACION.			CUMPLIMIENTO
A06	CON COMPENSACIÓN BAROMÉTRICA, MEDIANTE CALIBRACIÓN MANUAL (UNA SOLA VEZ EN EL LUGAR DE DESTINO) O AUTOMÁTICA DEL EQUIPO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A07	SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE MEDICINAL MEDIANTE TURBINA O COMPRESOR INTEGRADO EN LA MISMA ESTRUCTURA.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A08	SOFTWARE Y/O HERRAMIENTA PARA REALIZAR MANIOBRAS DE RECLUTAMIENTO PULMONAR: <del>PAV TOOL</del> <del>O LR TOOL</del> <del>O OPEN LUNG TOOL</del> <del>O RA/RM.</del> <sup>2</sup>	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A09	COMPENSACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL TUBO ENDOTRAQUEAL O COMPENSACIÓN DE CIRCUITO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A11	PARA LA MEDICIÓN DEL FLUJO: SENSOR DE FLUJO PROXIMAL Y/O DISTAL REUSABLE O DESCARTABLE O TECNOLOGÍA ULTRASÓNICA.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A12	NEBULIZACIÓN SINCRONIZADA CON COMPENSACIÓN DE VOLUMEN CONTÍNUA. O	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	NO CUMPLE, EL POSTOR OFERTA DOS TECNOLOGIAS DE NEBULIZADOR NEUMATICO Y ULTRASONICO, EL NEBULIZADOR NEUMATICO NO ACREDITA

<sup>2</sup> De acuerdo al cuestionamiento N° 1 del pronunciamiento.

				LA COMPENSACION DE VOLUMEN O CONTINUA. POR OTRO LADO, EL NEBULIZADOR ULTRASONICO NO ACREDITA QUE SEA SINCRONIZADO NI TAMPOCO QUE TENGA LA COMPENSACION DE VOLUMEN O CONTINUA
A13	DE TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE 72 HORAS O 1000 EVENTOS COMO MÍNIMO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A14	VISUALIZACIÓN DE LAZOS O BUCLES P/V, F/V y P/F.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A15	PUERTOS DE COMUNICACIÓN HABILITADOS: ETHERNET (CONEXIÓN EN RED) Y USB (EXTRACCIÓN DE DATOS Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE) COMO MÍNIMO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B. MODOS DE VENTILACIÓN				
B01	VENTILACION CONTROLADA POR PRESION (PCV O A/CMV-PC O PCV+) ASISTIDO/CONTROLADO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B02	VENTILACIÓN CONTROLADA POR VOLUMEN (VCV O A/CMV-VC) ASISTIDO/CONTROLADO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

	B03	VENTILACION MANDATORIA INTERMITENTE SINCRONIZADA VC-SIMV Y PC-SIMV O PSIMV+	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
	B04	VENTILACION CON PRESION SOPORTE O SPONT	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
	B05	VENTILACIÓN CON LIBERACIÓN DE PRESIÓN DE VIA AÉREA APRV.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
	B06	VENTILACION AVANZADA Y/O ESPECIAL: <del>AUTOMODE O ASV- INTELLIVENT O AVM O SMARTCAREA O MASV</del> <sup>3</sup>	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
	B07	VOLUMEN CONTROLAD O CON REGULACION DE LA PRESION O VOLUMEN ASEGURADO O APVcmv	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
	B08	VENTILACIÓN NO INVASIVA (NIV) CON COMPENSACIÓN DE FUGAS MAYOR O IGUAL A 65 LPM.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
	B09	TERAPIA DE ALTO FLUJO DE OXÍGENO HASTA 60 LPM O RANGO MAS AMPLIO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.

<sup>3</sup> De acuerdo al cuestionamiento N° 2 del pronunciamiento.

					CUMPLIMIENTO
C. CONTROLES CON PROGRAMACION DIRECTA	C01	DE FIO <sub>2</sub> : 0.21 A 1.00.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	C02	DE VOLUMEN TIDAL (VT) DE 100 mL O MENOS A 2000 mL O MÁS.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	C03	DE PRESION INSPIRATORIA HASTA 60 cmH <sub>2</sub> O O MAS.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	C04	DE TIEMPO INSPIRATORIO MENOR O IGUAL 0.2 HASTA MAYOR O IGUAL A 5.0 SEG.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	C05	DE FRECUENCIA RESPIRATORIA HASTA 80 RESP/MIN O MAS	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	C06	DE SENSIBILIDAD DE DISPARO POR FLUJO DE 1 LPM O MENOS A 2 LPM O MÁS.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	C07	DE SENSIBILIDAD DE DISPARO POR PRESIÓN DE 1 cmH <sub>2</sub> O O MENOS A 15 cmH <sub>2</sub> O O MÁS.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

**D. MONITOREO DE  
PARÁMETROS  
DEL PACIENTE**

				CUMPLIMIENTO
C08	DE PEEP DE MENOR O IGUAL A 1 A MAYOR O IGUAL A 35cmH2O O MAYOR	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
C09	DE FLUJO INSPIRATORIO PROGRAMADO O A DEMANDA (MENOR O IGUAL DE 1 HASTA MAYOR O IGUAL A 120 LPM) O PATRÓN DE FLUJO INSPIRATORIO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
D01	DE VOLUMEN TIDAL INSPIRADO Y EXPIRADO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
D02	DE FRECUENCIA RESPIRATORIA Y ESPONTÁNEAS.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
D03	DE PRESIÓN PICO INSPIRATORIO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
D04	DE PRESIÓN MEDIA DE VIAS AEREAS.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
D05	DE PORCENTAJE DE FUGA.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
D06	DE COMPLIANCIA O DISTENSIBILIDAD ESTÁTICA Y DINÁMICA.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
D07	DE PRESIÓN DE VIAS AEREAS EN BARRAS Y/O GRÁFICAS.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS

		DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
D08	DE FiO <sub>2</sub> .			CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
D09	DE PRESIÓN PLATEAU O MESETA O PRESIÓN PAUSA.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
D10	DE RESISTENCIA INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
D11	DE VOLUMEN MINUTO INSPIRATORIA Y ESPONTÁNEO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
D12	DE PRESIÓN DE OCCLUSIÓN (P0.1 O P100).	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
D13	DE "PEEP Y AUTOPEEP" O DE "PEEP Y PEEP TOTAL".	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
D14	DE TRABAJO RESPIRATORIO O ESFUERZO INSPIRATORIO DEL PACIENTE (NIF)	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
D15	DE INDICE DE RESPIRACION POCO PROFUNDA (SBI O RSBI O RSB)	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
D16	DE RELACION I:E.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y

**E. ALARMAS  
AUDIOVISUALES**

		TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
E01	DE VOLUMEN CORRIENTE ALTO O VOLUMEN MINUTO ALTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
E02	DE ALTA Y/O BAJA PRESIÓN O DESCONEXIÓN.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
E03	DE APNEA.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
E04	DE PEEP ALTO Y/O BAJO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
E05	DE FRECUENCIA RESPIRATORIA ALTA Y BAJA.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
E06	DE VOLUMEN MINUTO ESPIRADO ALTO Y BAJO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
E07	DE CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO BAJA.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
E08	DE FALLA DE SUMINISTRO DE OXÍGENO Y/O AIRE.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.
E09	DE FALLA ELÉCTRICA (RED Y/O BATERÍA BAJA) O VENTILADOR INOPERANTE.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO.

F. ACCESORIOS

F01	03 (TRES) JUEGOS COMPLETOS DE CIRCUITO PACIENTE ADULTO/PEDIÁTRICO REUSABLE.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.
F02	VEINTE (20) CIRCUITOS COMPLETOS ADULTO/PEDIPATRICO DESCARTABLES DE DOBLE RAMA.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.
F03	CINCO (05) SENSORES DE FLUJO REUSABLES O 20 (VEINTE) SENSORES DESCARTABLES ADULTO/PEDIATRICO (SI LA TECNOLOGÍA ES HILO CALIENTE O PRESIÓN DIFERENCIAL) O 02 (DOS) SENSORES DE FLUJO (SI LA TECNOLOGÍA ES ULTRASÓNICA).	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.
F04	UN (01) PULMÓN DE PRUEBA ADULTO/PEDIATRICO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.

			ENTREGA DE ACCESORIOS.	
F05	UNA (01) MANGUERA DE OXÍGENO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.
F06	VEINTE (20) KITS DE NEBULIZACIÓN DESCARTABLES O UN (01) KIT REUSABLE COMPLETO.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.
F07	CINCO (05) CÁNULAS DE ALTO FLUJO DE DOS (02) TAMAÑOS DIFERENTES: 03 (TRES) ADULTO Y DOS (02) PEDIÁTRICOS.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.
F08	01 (UN) BRAZO SOPORTE DE CIRCUITO PACIENTE.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN

**G. GARANTÍA,  
MANTENIMIENTO  
Y ROTULADO**

				JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.
		<b>GARANTÍA</b>			
	G01	03 (TRES) AÑOS DE GARANTÍA COMO MÍNIMO, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O FALLAS NO ATRIBUIBLES AL NORMAL USO DEL EQUIPO.	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
		<b>MANTENIMIENTO</b>			
	G02	PROGRAMA Y EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO QUE ESTABLECE LA GARANTÍA CON FRECUENCIA SEMESTRAL, 06 (SEIS) MANTENIMIENTOS EN TOTAL O DE ACUERDO A LO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE.	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
	G03	INICIALMENTE EL PROVEEDOR TENDRÁ EL PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA NOTIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL EQUIPO, SIN NECESIDAD DE REEMPLAZARLO CON OTRO DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS O CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN TERCERO.	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
	G04	SI EL EQUIPO NO HA SIDO REPARADO DURANTE EL PLAZO INICIAL DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES ESTABLECIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN, EL PROVEEDOR TENDRÁ UN PLAZO ADICIONAL MÁXIMO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES PARA CULMINAR LA REPARACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO DENTRO DE LOS 10	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO

		(DIEZ) DÍAS HÁBILES INICIALES HUBIESE REEMPLAZADO EL EQUIPO CON OTRO DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS O CONTRATADO LOS SERVICIOS DE UN TERCERO DURANTE EL TIEMPO QUE DENOTE EL TÉRMINO DE LA REPARACIÓN. LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL PROVEEDOR CORRERÁN POR SU CUENTA.			DECLARACIÓN JURADA.
1	G05	SI PASADO LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES ADICIONALES A LOS MENCIONADOS EN D04 EL PROVEEDOR NO ENTREGA EL EQUIPO REPARADO, SE SOMETERÁ A LA SANCIÓN RESPECTIVA Y/O CAMBIO DE OTRO EQUIPO NUEVO.	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
X	G06	LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN NO EXIME AL ADJUDICATARIO DE NINGUNA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS PARA EL PERÍODO DE GARANTÍA TÉCNICA.	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
A		<b>ROTULADO</b>			
	G07	EN CADA EQUIPO DEBERÁ IR GRAVADO EN PLACA METÁLICA, BAJO RELIEVE Y EN LUGAR VISIBLE, QUE NO ENTORPEZCA EL MANEJO O RECONOCIMIENTO DE OTROS DATOS (DEBERÁ ESTAR FIRMEMENTE UNIDA AL CUERPO DEL EQUIPO) LO SIGUIENTE:	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
		<b>CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO</b>			

E. CAPACITACIONES , CERTIFICADO Y MANUALES		(PERFIL DEL PERSONAL CLAVE)			
	H01	<p>PARA LA CAPACITACIÓN TÉCNICA:</p> <p>a) ING. ELECTRÓNICO Y/O BIOMÉDICO TITULADO Y COLEGIADO, CERTIFICADO DE HABER RECIBIDO EL ENTRENAMIENTO EN FÁBRICA Y/O POR FABRICANTE EN LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO A OFERTAR Y/O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN PERÚ.</p> <p>PARA LA CAPACITACIÓN USUARIA:</p> <p>b) PROFESIONAL EN MEDICINA Y/O TECNOLOGÍA MEDICA Y/O ING. BIOMÉDICO Y/O INGENIERO ELECTRÓNICO, SEGÚN LA ESPECIALIDAD QUE HAYA SIDO CAPACITADO EN FÁBRICA Y/O POR EL FABRICANTE EN LA MARCA EN EL MANEJO DEL EQUIPO OFERTADO, SEGÚN LA ESPECIALIDAD.</p>	<p>NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACION ES TECNICAS SOLICITADAS.</p>	<p>PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.</p>	<p>PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.</p>
		CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL			
	H02	<p>LA CAPACITACIÓN SE REALIZARÁ IN SITU EN EL SERVICIO DEL ÁREA SOLICITANTE Y DONDE ESTÁ ASIGNADO EL EQUIPO MÉDICO.</p>	<p>NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACION ES TECNICAS SOLICITADAS.</p>	<p>PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.</p>	<p>PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.</p>

H03	CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO Y ASISTENCIAL CON UN MÍNIMO DE 8 EN BASE A LOS CONTENIDOS DEL MANUAL DE USUARIO, IMPARTIDO POR UN PROFESIONAL CAPACITADO.	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
H04	LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ASISTENCIAL DEBERÁ ABARCAR EL MANEJO, EL CUIDADO Y LA CONSERVACIÓN DEL EQUIPO MÉDICO CON SUS COMPONENTES, ACCESORIOS Y DIRIGIDA AL ÁREA USUARIA PROFESIONALES DE LA SALUD Y OTROS QUE DESIGNE LA ENTIDAD.	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
	<b>CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO</b>			
H05	DIRIGIDO AL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y OTROS QUE DESIGNE LA ENTIDAD, EL CUAL DEBERÁ ABARCAR EL MANEJO, EL CUIDADO Y LA CONSERVACIÓN DE LOS EQUIPOS MÉDICOS CON SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS, ADEMÁS SERÁ DEMOSTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS SEGÚN EL MANUAL DEL FABRICANTE, FALLAS Y/O ERRORES QUE SE PRESENTEN DURANTE	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.

	EL USO Y MANEJO DEL EQUIPO.			
H06	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO CON UN MÍNIMO DE 8 HORAS EN BASE A LOS CONTENIDOS DEL MANUAL DE SERVICIO IMPARTIDO POR UN PROFESIONAL CAPACITADO.	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACION ES TECNICAS SOLICITADAS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO O, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
H07	A PETICIÓN DE LA ENTIDAD, EL PROVEEDOR QUEDARÁ OBLIGADO A PROPORCIONAR DURANTE EL PRIMER AÑO DEL PERIODO DE GARANTÍA TÉCNICA, UN (01) MÓDULO DE REFUERZO DE LA CAPACITACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICO AL PERSONAL ASISTENCIAL QUE DESIGNE, INDICANDO LA PROGRAMACIÓN Y CRONOGRAMA EN QUE EFECTUARÁ ESA CAPACITACIÓN.	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACION ES TECNICAS SOLICITADAS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO O, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
	<b>CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN</b>			
H08	EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR 01 (UN) "CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN" A CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE HAYAN ASISTIDO A LA CAPACITACIÓN IMPARTIDA. LOS CERTIFICADOS AL PERSONAL PARTICIPANTE SERÁN EMITIDOS POR EL PROVEEDOR EN MATERIAL: CARTULINA, TAMAÑO A4 E IMPRESO A COLOR.	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACION ES TECNICAS SOLICITADAS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO O, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
	<b>MANUALES</b>			
H09	02 (DOS) MANUALES DE USUARIO ORIGINALES DE FÁBRICA (NO COPIA). DE ESTAR EN INGLÉS U OTRO IDIOMA, DEBE ENTREGAR ADEMÁS	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACION	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones

	LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL EN FÍSICO Y EN CD, EL MANUAL DE OPERACIÓN, DEBERA TENER LAS INSTRUCCIONES DE MANEJO Y CUIDADOS A TENER EN CUENTA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL EQUIPO.	ES TÉCNICAS SOLICITADAS.	numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
H10	02 (DOS) MANUALES DE SERVICIO ORIGINALES DE FÁBRICA (NO COPIA). DE ESTAR EN INGLÉS U OTRO IDIOMA, DEBE ENTREGAR ADEMÁS LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL EN FÍSICO Y EN CD, LOS MANUALES TENDRAN INFORMACIÓN DETALLADA: DIAGRAMA DE BLOQUES, ESQUEMAS DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS, ESQUEMAS DE PARTES MECÁNICAS, FUNCIONAMIENTO Y CALIBRACIÓN, ETC. INCLUYENDO UN LISTADO Y CATÁLOGO DE PIEZAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS CON CÓDIGOS DEL FABRICANTE Y CATÁLOGOS ILUSTRATIVOS CON PLANOS Y PROCEDIMIENTOS DE MONTAJE / INSTALACIÓN DE SER NECESARIOS	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
H11	02 (DOS) CD DE VIDEO DE CAPACITACIÓN DE OPERACIÓN A MODO USUARIO.	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.

<p>I. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA</p>	H12	02 (DOS) CD DE VIDEO DE CAPACITACIÓN DE OPERACIÓN A MODO SERVICIO.	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
	I01	MONOFÁSICO DE 220/240 VAC O SISTEMA AUTOVOLTAJE 110/240 VAC; 60 Hz. Y TOMA ELÉCTRICA TIPO B (GRADO HOSPITALARIO) CON CABLE VULCANIZADO DE AL MENOS 2 mt DE LONGITUD.	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.
	I02	COM BATERÍA(S) RECARGABLE(S) INTERNA(S), QUE SUMINISTRE AL VENTILADOR POR UN PERIODO DE 180 MINUTOS.	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.

f)	REGISTRO SANITARIO de los bienes por normatividad correspondan, presentar una copia simple del certificado de registro sanitario del bien ofertado y/o resolución de autorización de registro sanitario, según lo establecido en el D.S. 016-2011 y sus modificatorias (reglamento para el registro, control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios).	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO, ACREDITA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO, ACREDITA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.
----	---	--	--	--




k)	El precio de la oferta en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.  El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales. sustentado).	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO.	Presento propuesta económica	Presento propuesta económica
l)	BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO (BPA)	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO.	Presento documentación solicitada, acredita la condición solicitada.	Presento documentación solicitada, acredita la condición solicitada.
ADMISIÓN DE OFERTA		NO ADMITIDA	ADMITIDA	NO ADMITIDA

P

X

✓

3.2	<b>REQUISITOS DE CALIFICACIÓN</b>  	<b>POSTOR 1</b> <b>CARDIOPULMONARY</b> <b>CARE SAC</b> <b>RUC: 20512709088</b>	<b>POSTOR 2</b> <b>CONSORCIO</b> <b>HEALTHCARE</b> <b>TECHNOLOGY</b> <b>MANAGEMENT</b> <b>SOLUCIONES SAC-</b> <b>VALMED CARE SAC</b>  <b>HEALTHCARE</b> <b>TECHNOLOGY</b> <b>MANAGEMENT</b> <b>SOLUCIONES SAC</b> <b>RUC: 20606042044</b>  <b>VALMED CARE SAC</b> <b>RUC: 20606934425</b>	<b>POSTOR 3</b> <b>CLINIC MEDIC</b> <b>EQUIPMENT SAC</b> <b>RUC: 20518384083</b>
A	<b>CAPACIDAD LEGAL</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autorización Sanitaria de Funcionamiento.</li> </ul> <u>Acreditación:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Copia simple de la resolución de autorización sanitaria de funcionamiento otorgada a nombre del postor, emitida por la Dirección General de Medicamentos, insumos y Drogas – DIGEMID, como autoridad nacional de productos farmacéuticos, Dispositivos médicos y productos Sanitarios (ANM) o por la autoridad de productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y productos Sanitarios de nivel regional (ARM), según corresponda. Dicho establecimiento farmacéutico no debe encontrarse en situación de cierre.</li> </ul>		Presento documentación solicitada, acredita la condición solicitada.	
B	<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>  El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/239,750.00 (doscientos treinta y nueve mil setecientos cincuenta con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  <b>BIENES SIMILARES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VENTILADORES MECÁNICOS (ESTACIONARIO Y/O DE</li> </ul>		Presento documentación solicitada, y Acredita lo solicitado.	

	TRANSPORTE Y/O RODABLE) NEONATALES Y/O PEDIÁTRICOS Y/ O ADULTOS Y/O VOLUMETRICOS (ESTACIONARIO Y/O DE TRANSPORTE Y/O RODABLE), NEONATALES Y/O PEDIÁTRICOS Y/ O ADULTOS EN CUALQUIER MARCA Y MODELO.			
<b>C</b>	<b>CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b>			
<b>C.1</b>	<b>EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE</b>			
	<p>Tres (03) años de experiencia como mínimo en instalación y/o implementación y/o capacitación y/o mantenimiento de los equipos médicos ofertados del personal clave requerido como PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN, PRUEBA OPERATIVA, PROTOCOLO DE PRUEBAS Y CAPACITACIÓN PARA EQUIPOS MEDICOS.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.</p>		Presento documentación solicitada, y Acredita lo solicitado.	
	<b>FACTOR DE EVALUACIÓN:</b>			
	<p><b>A. PRECIO</b></p> <p><b>Evaluación:</b></p> <p>Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><b>Acreditación:</b></p> <p>Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p>			
	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $Pi = \frac{Om \times PMP}{Oi} = 100 \text{ PUNTOS}$ <p>i = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio</p>		$Pi = \frac{199,000.00 \times 100}{199,000.00}$ <p>Pi= 100 PUNTOS</p>	

ANEXO 00 - ITEM 8 VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO NEONATAL			
EVALUACIÓN DE OFERTAS LP 03-2024-GERESA/CS-1-			
POSTORES		POSTOR 1	POSTOR 2
ADMISIÓN DE OFERTA		<b>CONSORCIO HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES SAC-VALMED CARE SAC</b>  <b>HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES SAC</b> RUC: 20606042044  <b>VALMED CARE SAC</b> RUC: 20606934425	<b>CARDIOPULMONARY CARE SAC</b> RUC: 20512709088
2.2.1	Documentación de presentación obligatoria		
2.2.1.1	Documentos para la admisión de la oferta		
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Presento ANEXO N° 1	Presento ANEXO N° 1
b)	<p>Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.</p> <p>En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.</p> <p>En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.</p> <p>En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.</p>	Presento Sustento	Presento Sustento
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Presento ANEXO N° 2	Presento ANEXO N° 2
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Presento ANEXO N° 3	Presento ANEXO N° 3, NO CORRESPONDE AL ITEM OFERTADO
e)	<p>El postor deberá demostrar copia fehacientemente que el bien ofertado cumple con las especificaciones técnicas y características técnicas solicitadas por la entidad, para lo cual deberá presentar el FORMATO N°01 "Hoja de presentación del Equipo/Sustento de Cumplimiento de Características Técnicas"<sup>1</sup></p> <p>Asimismo, el postor adjuntara copia</p>	Presento Sustento.	PRESENTO SUSTENTO, PERO NO CORRESPONDE AL ITEM OFERTADO




<sup>1</sup> De acuerdo con el numeral 3.2 de los aspectos revisados de oficio del pronunciamiento.

  	<p>de catálogos, manual de uso y operación, manual de servicio Técnico, Folletos, data sheets o Brochure de los fabricantes o dueños de la marca y modelos de las partes correspondientes al cumplimiento de especificaciones técnicas establecidas. TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CARTA (S) DEL FABRICANTE CON FECHA MÁXIMO DE ANTIGÜEDAD 12 MESES A LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTAS; PARA SUSTENTAR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA UNO DE LOS EQUIPO (DEBIDAMENTE ACREDITADA POR EL FABRICANTE Y QUE LA INFORMACIÓN SEA VERDADERA; VERIFICABLE BAJO RESPONSABILIDAD DEL POSTOR). RESPECTO AL SUSTENTO GRÁFICO (PLANOS, FIGURAS O IMÁGENES), QUE SUSTENTAN EL (LOS) BIEN(ES) OFERTADO(S), OBJETO DE LA CONVOCATORIA, TENDRÁ QUE ESTAR COMPATIBILIZADO CON EL SUSTENTO LITERAL CORRESPONDIENTE. SI EN LAS PROPUESTAS, EXISTIERA CONTRADICCIONES ENTRE EL SUSTENTO GRÁFICO Y LITERAL, ÉSTAS SERÁN DESESTIMADAS.</p> <p>La propuesta del postor debe indicar lo señalado en el FORMATO N°01 indicando claramente el número de folios(s) que sustenta el cumplimiento de las características técnicas, como sustento y respaldo de la información indicada. Para el número de los folios no deberá colocarse rangos de números, sino números individuales.</p>		
--	---	--	--

 <p><b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPO VENTILADOR MECÁNICO ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL</b></p>		<p><b>POSTOR 1</b>  <b>CONSORCIO HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES SAC-VALMED CARE SAC</b></p> <p><b>HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES SAC</b>  RUC: 20606042044</p> <p><b>VALMED CARE SAC</b>  RUC: 20606934425</p>	<p><b>POSTOR 2</b>  <b>CARDIOPULMONARY CARE SAC</b>  RUC: 20512709088</p>
		<p><b>MARCA: MAGNAMED</b>  <b>MODELO: OXYMAG MAX 300</b></p>	<p><b>MARCA: NO PRESENTO</b>  <b>MARCA</b>  <b>MODELO: NO PRESENTO</b>  <b>MODELO</b></p>

FAMILIA

EQUIPO DE SOPORTE DE VIDA.

		FECHA DE FABRICACION: 2025	AÑO DE FABRICACIÓN: NO PRESENTO AÑO DE FABRICACIÓN  PRESENTA EQUIPO DE LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD ALTA	
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	VENTILADOR MECÁNICO ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL			
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL	EQUIPO BIOMÉDICO USADO PARA BRINDAR ASISTENCIA MECÁNICA EN LA VENTILACIÓN PULMONAR ESPONTÁNEA CUANDO ESTA ES INEXISTENTE O INEFICAZ PARA LA VIDA DEL PACIENTE.			
FINALIDAD PÚBLICA	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO POR REPOSICIÓN DEL SERVICIO DE UCI PEDIÁTRICA.			
    <b>A. CARACTERÍSTICAS GENERALES</b>  	A01	RODABLE DE FÁCIL DESPLAZAMIENTO CON FRENO EN AL MENOS 02 (DOS) RUEDAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	A02	CONTROLADO POR MICROPROCESAD OR(ES).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	A03	VENTILACIÓN CONTROLADA POR VOLUMEN Y POR PRESIÓN.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	A04	VÁLVULA ESPIRATORIA INTEGRADA AL EQUIPO Y DESMONTABLE PARA ESTERILIZAR O VÁLVULA ELECTRÓNICA O ELECTROMAGNÉTI CA ACTIVA O ELECTRONEUMATI CA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	A05	MONITOR (PANTALLA) 15" COMO MÍNIMO A COLOR TFT-LCD TOUCH SCREEN, DE AL MENOS TRES (03) ONDAS GRÁFICAS EN FORMA SIMULTANEA, INTEGRADO EN EL PANEL DE CONTROL DE PARAMETROS,	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.

	ALARMAS Y MONITORIZACION.		
A06	CON COMPENSACIÓN BAROMÉTRICA, MEDIANTE CALIBRACIÓN MANUAL (UNA SOLA VEZ EN EL LUGAR DE DESTINO) O AUTOMÁTICA DEL EQUIPO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
A07	SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE MEDICINAL MEDIANTE TURBINA O COMPRESOR INTEGRADO EN LA MISMA ESTRUCTURA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
A08	SOFTWARE Y/O HERRAMIENTA PARA REALIZAR MANIOBRAS DE RECLUTAMIENTO PULMONAR: P/V TOOL O LR TOOL O OPEN LUNG TOOL O RA/RM. <sup>2</sup>	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
A09	COMPENSACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL TUBO ENDOTRAQUEAL O COMPENSACIÓN DE CIRCUITO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
A11	CON SENSOR DE FLUJO PROXIMAL Y/O DISTAL REUSABLE O DESCARTABLE DE HILO CALIENTE O POR DIFERENCIAL DE PRESIÓN	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
A12	NEBULIZADOR (ULTRASÓNICO O MICROBOMBA O NEUMÁTICO) EXTERNO O INTEGRADO EN EL EQUIPO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
A13	DE TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE 72 HORAS O 1000 EVENTOS COMO MÍNIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
A14	VISUALIZACIÓN DE LAZOS O BUCLES P/V, V/F COMO MÍNIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.

<sup>2</sup> De acuerdo al cuestionamiento N° 1 del pronunciamiento.

B. MODOS DE VENTILACIÓN	A15	PUERTOS DE COMUNICACIÓN ETHERNET Y USB (EXTRACCIÓN DE DATOS Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE) COMO MÍNIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	B01	VENTILACION CONTROLADA POR PRESION (PCV O A/CMV- PC O PCV+) ASISTIDO/CONTROLADO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	B02	VENTILACION CONTROLADA POR VOLUMEN (VCV O A/CMV-VC) ASISTIDO/CONTROLADO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	B03	VENTILACION MANDATORIA INTERMITENTE SINCRONIZADA A VC-SIMV Y PC-SIMV O PSIMV+	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	B04	VENTILACIÓN CON PRESIÓN SOPORTE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	B05	VENTILACIÓN CON LIBERACIÓN DE PRESIÓN DE VIA AÉREA APRV.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	B06	VENTILACION AVANZADA Y/O ESPECIAL: <del>AUTOMODE O ASV</del> <del>INTELLIVENT</del> <input type="radio"/> <del>AVM</del> <input type="radio"/> <del>SMARTCARE</del> <input type="radio"/> <del>VMA</del> <input type="radio"/> según nomenclatura del fabricante. <sup>3</sup>	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO
	B07	VOLUMEN CONTROLADO CON REGULACION DE LA PRESION O VOLUMEN ASEGURADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	B08	VENTILACIÓN NO INVASIVA (NIV) CON COMPENSACIÓN DE FUGAS MAYOR O IGUAL A 65 LPM.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	B09	TERAPIA DE ALTO FLUJO DE OXÍGENO HASTA 60 LPM O RANGO MAS AMPLIO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
C. CONTROLES CON PROGRAMACION	C01	DE FIO <sub>2</sub> : 21 A 100%	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE

<sup>3</sup> De acuerdo al cuestionamiento N° 2 del pronunciamiento.


DIRECTA			TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	C02	DE VOLUMEN TIDAL (VT) DE 2 mL O MENOS A 2500 mL O MÁS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	C03	DE PRESIÓN INSPIRATORIA HASTA 60 cmH <sub>2</sub> O O MÁS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	C04	DE TIEMPO INSPIRATORIO MENOR O IGUAL 0.1 SEG HASTA MAYOR O IGUAL A 5 40 SEG. <sup>4</sup>	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	C05	DE FRECUENCIA RESPIRATORIA HASTA 150 RESP. /MIN O MAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	C06	DE SENSIBILIDAD DE DISPARO POR FLUJO DE 0.1 LPM O MENOS A 2 0 LPM O MÁS. <sup>5</sup>	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	C07	DE SENSIBILIDAD DE DISPARO POR PRESIÓN DE 0.1 cmH <sub>2</sub> O O mBAR O MENOS A 15 cmH <sub>2</sub> O O mBAR O RANDO MAYOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	C08	DE PEEP DE MENOR O IGUAL A 1 A 50 cmH <sub>2</sub> O.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	C09	DE FLUJO INSPIRATORIO PROGRAMADO O A DEMANDA (MENOR O IGUAL DE 1 HASTA MAYOR O IGUAL A 120 LPM) O PATRÓN DE FLUJO INSPIRATORIO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	D01	DE VOLUMEN TIDAL INSPIRADO Y ESPIRADO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	D02	DE FRECUENCIA TOTAL RESPIRATORIA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	D03	DE PRESIÓN PICO INSPIRATORIO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.

D. MONITOREO DE PARÁMETROS DEL PACIENTE

<sup>4</sup> De acuerdo al cuestionamiento N° 2 del pronunciamiento.

<sup>5</sup> De acuerdo al cuestionamiento N° 4 del pronunciamiento.




D04	DE PRESIÓN MEDIA DE VIAS AEREAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
D05	DE PORCENTAJE DE FUGA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
D06	DE COMPLIANCIA O DISTENSIBILIDAD ESTÁTICA Y DINÁMICA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
D07	DE PRESIÓN DE VIAS AEREAS EN BARRAS Y/O GRÁFICAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
D08	DE FiO <sub>2</sub> .	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
D09	DE PRESIÓN PLATEAU O MESETA O PRESIÓN PAUSA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
D10	DE RESISTENCIA INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
D11	DE VOLUMEN MINUTO INSPIRATORIO Y EXPIRATORIO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
D12	DE PRESIÓN DE OCLUSIÓN (P0.1 O P100).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
D13	DE "PEEP Y AUTOPEEP" O DE "PEEP Y PEEP TOTAL".	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
D14	DE TRABAJO RESPIRATORIO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
D15	DE INDICE DE RESPIRACION POCO PROFUNDA (SBI O RSBI O RSB).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
D16	DE RELACION I:E.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
E. ALARMAS AUDIOVISUALES	E01 DE VOLUMEN CORRIENTE ALTO Y BAJO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.

	E02	DE ALTA Y/O BAJA PRESIÓN O DESCONEXIÓN.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	E03	DE APNEA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	E04	DE PEEP ALTO Y/O BAJO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO
	E05	DE FRECUENCIA RESPIRATORIA ALTA Y BAJA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	E06	DE VOLUMEN MINUTO ALTO Y BAJO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	E07	DE CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO BAJA Y ALTA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	E08	DE FALLA DE SUMINISTRO DE OXÍGENO Y/O AIRE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	E09	DE FALLA ELÉCTRICA (RED Y/O BATERÍA BAJA) O VENTILADOR INOPERANTE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
F. ACCESORIOS	F01	02 (DOS) JUEGO COMPLETOS DE CIRCUITO PACIENTE ADULTO/PEDIATRI CO REUSABLE	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	F02	02 (DOS) JUEGOS COMPLETOS DE CIRCUITO PACIENTE NEONATAL REUSABLE	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	F02	VEINTE (20) CIRCUITOS COMPLETOS ADULTO/PEDIPATRI CO DESCARTABLES DE DOBLE RAMA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.

		DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	
F03	VEINTE (20) CIRCUITOS COMPLETOS NEONATAL DESCARTABLES DE DOBLE RAMA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
F04	CINCO (05) SENSORES DE FLUJO REUSABLES O 20 (VEINTE) SENSORES DESCARTABLES ADULTO/PEDIATRI CO (SI LA TECNOLOGÍA ES HILO CALIENTE O DIFERENCIAL DE PRESIÓN) O 02 (DOS) SENSORES DE FLUJO (SI LA TECNOLOGÍA ES ULTRASÓNICA).	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
F05	CINCO (05) SENSORES DE FLUJO REUSABLES O 20 (VEINTE) SENSORES DESCARTABLES NEONATALES (SI LA TECNOLOGÍA ES HILO CALIENTE O DIFERENCIAL DE PRESIÓN) O 02 (DOS) SENSORES DE FLUJO NEONATAL (SI LA TECNOLOGÍA ES ULTRASÓNICA).	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
F06	UN (01) PULMÓN DE PRUEBA ADULTO/PEDIATRI CO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
F07	UN (PULMON DE PRUEBA NEONATAL	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
F08	UNA (01) MANGUERA DE OXÍGENO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE




			Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	F09	DIEZ (10) KITS DE NEBULIZACIÓN DESCARTABLES O UN (01) KIT REUSABLE COMPLETO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	F10	SEIS (06) CÁNULAS DE ALTO FLUJO 02 (DOS) ADULTO Y DOS (02) PEDIÁTRICOS Y 02(DOS) NEONATALES.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
	F11	01 (UN) BRAZO SOPORTE DE CIRCUITO PACIENTE.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA ENTREGA DE ACCESORIOS.	NO PRESENTO SUSTENTO Y ACREDITACIÓN DE ESPECIFICACION TECNICA, DEL EQUIPO MEDICO.
G. GARANTÍA, MANTENIMIENTO Y ROTULADO		<b>GARANTÍA</b>		
	G01	03 (TRES) AÑOS DE GARANTÍA COMO MÍNIMO, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O FALLAS NO ATRIBUIBLES AL NORMAL USO DEL EQUIPO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.
		<b>MANTENIMIENTO</b>		
	G02	PROGRAMA Y EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO QUE ESTABLECE LA GARANTÍA CON FRECUENCIA SEMESTRAL, 06 (SEIS) MANTENIMIENTOS EN TOTAL O DE ACUERDO A LO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.
	G03	INICIALMENTE EL PROVEEDOR TENDRÁ EL PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.

		RECEPCIÓN DE LA NOTIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL EQUIPO, SIN NECESIDAD DE REEMPLAZARLO CON OTRO DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS O CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN TERCERO.	CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	
	G04	SI EL EQUIPO NO HA SIDO REPARADO DURANTE EL PLAZO INICIAL DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES ESTABLECIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN, EL PROVEEDOR TENDRÁ UN PLAZO ADICIONAL MÁXIMO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES PARA CULMINAR LA REPARACIÓN, Y SIEMPRE CUANDO DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES INICIALES HUBIESE REEMPLAZADO EL EQUIPO CON OTRO DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS O CONTRATADO LOS SERVICIOS DE UN TERCERO DURANTE EL TIEMPO QUE DENOTE EL TÉRMINO DE LA REPARACIÓN. LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL PROVEEDOR CORRERÁN POR SU CUENTA.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS.
	G05	SI PASADO LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES ADICIONALES A LOS MENCIONADOS EN D04 EL PROVEEDOR NO ENTREGA EL EQUIPO REPARADO, SE SOMETERÁ A LA SANCIÓN RESPECTIVA Y/O CAMBIO DE OTRO EQUIPO NUEVO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS.
	G06	LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN NO EXIME AL ADJUDICATARIO DE NINGUNA DE LAS OBLIGACIONES	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS.

		ESTABLECIDAS PARA EL PERIODO DE GARANTÍA TÉCNICA.	CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	
		<b>ROTULADO</b>		
	G07	EN CADA EQUIPO DEBERÁ IR GRAVADO EN PLACA METÁLICA, BAJO RELIEVE Y EN LUGAR VISIBLE, QUE NO ENTORPEZCA EL MANEJO O RECONOCIMIENTO DE OTROS DATOS (DEBERÁ ESTAR FIRMEMENTE UNIDA AL CUERPO DEL EQUIPO) LO SIGUIENTE:	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.
    <b>E. CAPACITACIONES, CERTIFICADO Y MANUALES</b>  		<b>CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO (PERFIL DEL PERSONAL CLAVE)</b>		
	H01	<b>PARA LA CAPACITACIÓN TÉCNICA:</b> a) ING. ELECTRÓNICO Y/O BIOMÉDICO TITULADO Y COLEGIADO, CERTIFICADO DE HABER RECIBIDO EL ENTRENAMEN TO EN FÁBRICA Y/O POR FABRICANTE EN LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO A OFERTAR Y/O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN PERÚ.  <b>PARA LA CAPACITACIÓN USUARIA:</b> b) PROFESIONAL EN MEDICINA Y/O TECNOLOGÍA MEDICA Y/O ING. BIOMÉDICO Y/O INGENIERO ELECTRÓNICO , SEGÚN LA	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.

		ESPECIALIDAD QUE HAYA SIDO CAPACITADO EN FÁBRICA Y/O POR EL FABRICANTE EN LA MARCA EN EL MANEJO DEL EQUIPO OFERTADO, SEGÚN LA ESPECIALIDAD		
		<b>CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL</b>		
	H02	LA CAPACITACIÓN SE REALIZARÁ IN SITU EN EL SERVICIO DEL ÁREA SOLICITANTE Y DONDE ESTÁ ASIGNADO EL EQUIPO MÉDICO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.
	H03	CAPACITACIÓN AL PERSONAL Y USUARIO Y ASISTENCIAL CON UN MÍNIMO DE 8 EN BASE A LOS CONTENIDOS DEL MANUAL DE USUARIO, IMPARTIDO POR UN PROFESIONAL CAPACITADO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.
	H04	LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ASISTENCIAL DEBERÁ ABARCAR EL MANEJO, EL CUIDADO Y LA CONSERVACIÓN DEL EQUIPO MÉDICO CON SUS COMPONENTES, ACCESORIOS Y DIRIGIDA AL AREA USUARIA PROFESIONALES DE LA SALUD Y OTROS QUE DESIGNE LA ENTIDAD.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.
		<b>CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO</b>		
	H05	DIRIGIDO AL PERSONAL	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE

		PROFESIONAL, TÉCNICO Y OTROS QUE DESIGNE LA ENTIDAD, EL CUAL DEBERÁ ABARCAR EL MANEJO, EL CUIDADO Y LA CONSERVACIÓN DE LOS EQUIPOS MÉDICOS CON SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS, ADEMÁS SERA DEMOSTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS MATENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS SEGÚN EL MANUAL DEL FABRICANTE, FALLAS Y/O ERRORES QUE SE PRESENTES DURANTE EL USO Y MANEJO DEL EQUIPO.	cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.
	H06	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO CON UN MÍNIMO DE 8 HORAS EN BASE A LOS CONTENIDOS DEL MANUAL DE SERVICIO IMPARTIDO POR UN PROFESIONAL CAPACITADO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.
	H07	A PETICIÓN DE LA ENTIDAD, EL PROVEEDOR QUEDARÁ OBLIGADO A PROPORCIONAR DURANTE EL PRIMER AÑO DEL PERIODO DE GARANTÍA TÉCNICA, UN (01) MÓDULO DE REFUERZO DE LA CAPACITACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICO AL PERSONAL ASISTENCIAL QUE DESIGNE, INDICANDO LA PROGRAMACIÓN Y CRONOGRAMA EN QUE EFECTUARÁ ESA CAPACITACIÓN.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.
		<b>CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN</b>		




  	H08	EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR 01 (UN) "CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN" A CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE HAYAN ASISTIDO A LA CAPACITACIÓN IMPARTIDA. LOS CERTIFICADOS AL PERSONAL PARTICIPANTE SERÁN EMITIDOS POR EL PROVEEDOR EN MATERIAL: CARTULINA, TAMAÑO A4 E IMPRESO A COLOR.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.
		<b>MANUALES</b>		
	H09	02 (DOS) MANUALES DE USUARIO. DE ESTAR EN INGLÉS U OTRO IDIOMA, DEBE ENTREGAR ADEMÁS LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL EN FÍSICO Y EN CD, EL MANUAL DE OPERACIÓN, DEBERA TENER LAS INSTRUCCIONES DE MANEJO Y CUIDADOS A TENER EN CUENTA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL EQUIPO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.
	H10	02 (DOS) MANUALES DE SERVICIO. DE ESTAR EN INGLÉS U OTRO IDIOMA, DEBE ENTREGAR ADEMÁS LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL EN FÍSICO Y EN CD, LOS MANUALES TENDRAN INFORMACIÓN DETALLADA: DIAGRAMA DE BLOQUES, ESQUEMAS DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS, ESQUEMAS DE PARTES MECÁNICAS, FUNCIONAMIENTO	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.

	Y CALIBRACIÓN, ETC. INCLUYENDO UN LISTADO Y CATÁLOGO DE PIEZAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS CON CÓDIGOS DEL FABRICANTE Y CATÁLOGOS ILUSTRATIVOS CON PLANOS Y PROCEDIMIENTOS DE MONTAJE / INSTALACIÓN DE SER NECESARIOS			
H11	02 (DOS) CD DE VIDEO DE CAPACITACIÓN DE OPERACIÓN A MODO USUARIO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.	
H12	02 (DOS) CD DE VIDEO DE CAPACITACIÓN DE OPERACIÓN A MODO SERVICIO.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.	
I. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA	I01	MONOFÁSICO DE 220/240 VAC O SISTEMA AUTOVOLTAJE 100/240 VAC; 60 Hz. Y TOMA ELÉCTRICA TIPO B (GRADO HOSPITALARIO) CON CABLE VULCANIZADO DE AL MENOS 2 mt DE LONGITUD.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.
	I02	COM BATERÍA(S) RECARGABLE(S) INTERNA(S), QUE SUMINISTRE AUTONOMÍA AL VENTILADOR POR UN PERIODO DE 180 MINUTOS.	PRESENTO ANEXO 3: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, ACREDITO CUMPLIMIENTO, PRESENTO DECLARACIÓN JURADA.	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.
f)	REGISTRO SANITARIO de los bienes por normatividad correspondan, presentar una copia simple del certificado de registro sanitario del bien ofertado y/o resolución de autorización de registro sanitario, según lo establecido en el D.S. 016-2011 y sus modificatorias(reglamento para el registro, control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios).		CUMPLE CON LO SOLICITADO, ACREDITA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO.

	<p>Vigentes a la fecha de presentación de propuestas, expedido por el DIGEMID a nombre del postor u otros, que describa el producto ofertado. Los datos expresados en la oferta presentan deben coincidir en los datos indicados en el registro sanitario del producto ofertado.</p> <p>Cuando se trata de productos importados, se deben presentar el registro sanitario o certificado de registro sanitario que permita la comercialización en territorio nacional.(conforme oficio N°1494-2011-DIGEMID-DG-DAS/ATAG/MINSA) del 24/05/2011</p> <p>En la entrega/ recepción de los equipos, el comité de recepción verificara la vigencia, a la fecha de entrega de los equipos, del certificado o registro sanitario emitido por la DIGEMID.</p> <p>Los bienes que no lo requieren deberán adjuntar la DECLARACION JURADA y EL LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE NO ESTAN SUJETOS A REGISTRO SANITARIO(EMITIDO POR DIGEMID)</p> <p>La vigencia de los registros sanitarios se entenderá prorrogada hasta el pronunciamiento de la institución, siempre que las solicitudes de reinscripción de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y/o productos sanitarios hayan sido presentadas dentro del plazo de vigencia del registro sanitario a reinscribir.</p> <p><b>Nota:</b> como parte de los documentos de la oferta, para la validación del Registro Sanitario en trámite de renovación, el postor deberá presentar copia de la solicitud de reinscripción y registro sanitario del producto.<sup>6</sup></p>		
i)	Declaración jurada de plazo de entrega. <b>(Anexo N° 4)</b>	CUMPLE CON LO SOLICITADO, ACREDITA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO.
j)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. <b>(Anexo N° 5)</b>	Presento Documentación solicitada.	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO.
k)	<p>El precio de la oferta en SOLES Adjuntar obligatoriamente el <b>Anexo N° 6</b>.</p> <p>El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales. sustentado).</p>	Presento propuesta económica	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO.
l)	<b>BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO (BPA)</b>	Presento documentación solicitada, acredita la condición solicitada.	NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO.
<b>ADMISIÓN DE OFERTA</b>		<b>ADMITIDA</b>	<b>NO ADMITIDA</b>

<sup>6</sup> De acuerdo al numeral 3.12 de los aspectos revisados de oficio del pronunciamiento.

3.2	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	<p>POSTOR 1  CONSORCIO HEALTHCARE  TECHNOLOGY  MANAGEMENT  SOLUCIONES SAC-VALMED  CARE SAC</p> <p>HEALTHCARE  TECHNOLOGY  MANAGEMENT  SOLUCIONES SAC  RUC: 20606042044</p> <p>VALMED CARE SAC  RUC: 20606934425</p>	<p>POSTOR 2  CARDIOPULMONARY CARE  SAC  RUC: 20512709088</p>
A	CAPACIDAD LEGAL		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Autorización Sanitaria de Funcionamiento.</li> </ul> <p><u>Acreditación:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Copia simple de la resolución de autorización sanitaria de funcionamiento otorgada a nombre del postor, emitida por la Dirección General de Medicamentos, insumos y Drogas – DIGEMID, como autoridad nacional de productos farmacéuticos, Dispositivos médicos y productos Sanitarios (ANM) o por la autoridad de productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y productos Sanitarios de nivel regional (ARM), según corresponda. Dicho establecimiento farmacéutico no debe encontrarse en situación de cierre.</li> </ul>	<p>Presento documentación solicitada, acredita la condición solicitada.</p>	
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
	<p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/1,678,250.00 (un millón seiscientos setenta y ocho mil doscientos cincuenta con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p><b>BIENES SIMILARES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>VENTILADORES MECÁNICOS (ESTACIONARIO Y/O DE TRANSPORTE Y/O RODABLE) NEONATALES Y/O PEDIÁTRICOS Y/ O ADULTOS Y/O VOLUMETRICOS (ESTACIONARIO Y/O DE TRANSPORTE Y/O RODABLE), NEONATALES Y/O PEDIÁTRICOS Y/ O ADULTOS EN CUALQUIER MARCA Y MODELO.</li> </ul>	<p>Presento documentación solicitada, y Acredita lo solicitado.</p>	
C	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE		

	<p>Tres (03) años de experiencia como mínimo en instalación y/o implementación y/o capacitación y/o mantenimiento de los equipos médicos ofertados del personal clave requerido como PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN, PRUEBA OPERATIVA, PROTOCOLO DE PRUEBAS Y CAPACITACIÓN PARA EQUIPOS MEDICOS.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.</p>	<p>Presento documentación solicitada, y Acredita lo solicitado.</p>	
	<p><b>FACTOR DE EVALUACIÓN:</b></p>		
	<p><b>A. PRECIO</b>  <b>Evaluación:</b>          Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  <b>Acreditación:</b>          Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p>		
	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i} = 100 \text{ PUNTOS}$ <p>i = Oferta          Pi = Puntaje de la oferta a evaluar          Oi = Precio i          Om = Precio de la oferta más baja          PMP = Puntaje máximo del precio</p>	$P_i = \frac{1,365,000 \times 100}{1,365,000.00}$ <p>Pi= 100 PUNTOS</p>	